




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-813-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 14:45:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:32:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-814-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 14:49:47

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:24

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	26496	100.000	5027	1167	1.168	--
总计		26496	100.000	5027			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-815-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 14:54:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:32:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	26370	100.000	5010	1176	1.161	--
总计		26370	100.000	5010			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-816-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 14:58:34

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	26602	100.000	5028	1166	1.166	--
总计		26602	100.000	5028			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-817-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 15:02:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:32:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	26614	100.000	5029	1162	1.164	--
总计		26614	100.000	5029			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-818-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 15:07:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:32:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	26415	100.000	5013	1168	1.160	--
总计		26415	100.000	5013			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-819-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:11:45

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:38

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	25978	100.000	4952	1189	1.167	--
总计		25978	100.000	4952			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-820-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 15:16:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:32:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	25409	100.000	4790	1184	1.126	--
总计		25409	100.000	4790			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-821-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:20:31

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:43

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	23996	100.000	4562	1198	1.172	--
总计		23996	100.000	4562			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-822-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:24:52

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/01/30 08:32:45

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	26315	100.000	5040	1192	1.164	--
总计		26315	100.000	5040			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-823-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:29:16

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:48

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	26152	100.000	4978	1199	1.165	--
总计		26152	100.000	4978			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-824-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:33:38

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:50

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	25575	100.000	4900	1196	1.151	--
总计		25575	100.000	4900			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-825-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 15:38:02

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	27195	100.000	5156	1182	1.171	--
总计		27195	100.000	5156			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-826-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:42:24

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	26710	100.000	5092	1190	1.176	--
总计		26710	100.000	5092			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-827-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:46:47

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:32:58

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	25783	100.000	4912	1191	1.165	--
总计		25783	100.000	4912			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-828-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:51:09

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:00

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	26115	100.000	4989	1191	1.164	--
总计		26115	100.000	4989			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-829-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:55:31

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:03

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	26706	100.000	5121	1191	1.164	--
总计		26706	100.000	5121			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-830-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 15:59:55

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:05

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	27498	100.000	5226	1197	1.167	--
总计		27498	100.000	5226			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-831-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:04:18

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	27192	100.000	5143	1192	1.167	--
总计		27192	100.000	5143			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-832-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:08:41

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:10

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	27079	100.000	5180	1198	1.177	--
总计		27079	100.000	5180			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-833-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:13:05

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:13

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	25158	100.000	4813	1196	1.175	--
总计		25158	100.000	4813			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-834-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:17:28

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:15

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26439	100.000	5028	1185	1.160	--
总计		26439	100.000	5028			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-835-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:21:50

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:18

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26678	100.000	5106	1192	1.168	--
总计		26678	100.000	5106			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-836-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:26:13

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:20

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26098	100.000	5008	1201	1.161	--
总计		26098	100.000	5008			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-837-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:30:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:23

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	27529	100.000	5255	1190	1.168	--
总计		27529	100.000	5255			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-838-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:35:00

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	25655	100.000	4892	1193	1.163	--
总计		25655	100.000	4892			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-839-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:39:23

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	25562	100.000	4881	1199	1.177	--
总计		25562	100.000	4881			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-840-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:43:45

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:31

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	26054	100.000	4955	1188	1.179	--
总计		26054	100.000	4955			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-841-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:48:08

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:34

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	26053	100.000	4977	1193	1.159	--
总计		26053	100.000	4977			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-842-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 16:52:31

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:36

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	26081	100.000	4967	1191	1.171	--
总计		26081	100.000	4967			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-843-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 16:56:54

处理时间 (V2) : 2024/01/30 08:33:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26954	100.000	5130	1197	1.171	--
总计		26954	100.000	5130			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-844-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 17:01:17

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:41

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26803	100.000	5085	1193	1.167	--
总计		26803	100.000	5085			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-845-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 17:05:39

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:44

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26009	100.000	4944	1197	1.174	--
总计		26009	100.000	4944			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-846-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 17:10:02

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:46

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	25907	100.000	4934	1189	1.175	--
总计		25907	100.000	4934			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-847-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 17:14:25

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:49

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26303	100.000	4977	1193	1.177	--
总计		26303	100.000	4977			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-848-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 17:18:48

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/01/30 08:33:51

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26341	100.000	5024	1192	1.170	--
总计		26341	100.000	5024			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-849-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 17:23:11

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:54

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	26706	100.000	5043	1163	1.162	--
总计		26706	100.000	5043			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-850-2 - zzp-20220104p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 17:27:35

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:33:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26496	100.000	5047	1177	1.151	--
总计		26496	100.000	5047			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-851-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 17:31:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:33:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-852-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 17:36:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:34:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	26822	100.000	5065	1173	1.170	--
总计		26822	100.000	5065			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-853-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 17:40:49

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	26809	100.000	5074	1174	1.162	--
总计		26809	100.000	5074			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-854-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 17:45:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:34:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	26796	100.000	5110	1165	1.170	--
总计		26796	100.000	5110			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-855-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 17:49:38

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	26756	100.000	5092	1156	1.171	--
总计		26756	100.000	5092			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-856-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 17:54:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:34:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	26858	100.000	5123	1162	1.173	--
总计		26858	100.000	5123			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-857-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 17:58:27

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	26271	100.000	5052	1179	1.172	--
总计		26271	100.000	5052			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-858-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:02:51

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:16

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	26455	100.000	5102	1186	1.178	--
总计		26455	100.000	5102			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-859-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:07:14

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:19

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	26017	100.000	5028	1191	1.179	--
总计		26017	100.000	5028			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-860-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:11:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	26708	100.000	5107	1178	1.173	--
总计		26708	100.000	5107			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-861-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:16:01

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	26250	100.000	5063	1191	1.167	--
总计		26250	100.000	5063			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-862-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:20:24

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	25158	100.000	4845	1181	1.180	--
总计		25158	100.000	4845			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-863-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:24:47

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:31

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	28433	100.000	5448	1180	1.179	--
总计		28433	100.000	5448			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-864-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:29:12

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:33

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	28412	100.000	5449	1182	1.179	--
总计		28412	100.000	5449			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-865-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:33:35

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/01/30 08:34:36

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	27036	100.000	5213	1187	1.172	--
总计		27036	100.000	5213			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-866-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/01/29 18:37:58

处理时间 (V2) : 2024/01/30 08:34:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	27532	100.000	5318	1184	1.171	--
总计		27532	100.000	5318			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-867-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/01/29 18:42:22

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	27066	100.000	5213	1182	1.174	--
总计		27066	100.000	5213			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-868-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:46:46

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:43

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	27244	100.000	5220	1176	1.184	--
总计		27244	100.000	5220			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-869-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:51:10

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:46

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	28007	100.000	5383	1181	1.176	--
总计		28007	100.000	5383			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-870-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 18:55:34

处理时间 (V2) : 2024/01/30 08:34:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	27747	100.000	5351	1185	1.181	--
总计		27747	100.000	5351			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-871-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 18:59:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:51

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	27494	100.000	5279	1183	1.182	--
总计		27494	100.000	5279			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-872-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:04:22

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:53

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	26811	100.000	5166	1176	1.181	--
总计		26811	100.000	5166			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-873-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:08:46

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:56

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	26959	100.000	5132	1175	1.186	--
总计		26959	100.000	5132			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-874-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:13:10

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:34:59

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	27440	100.000	5265	1180	1.174	--
总计		27440	100.000	5265			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-875-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/01/29 19:17:34

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	27344	100.000	5257	1172	1.177	--
总计		27344	100.000	5257			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-876-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:21:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:04

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	27969	100.000	5349	1176	1.180	--
总计		27969	100.000	5349			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-877-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:26:22

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:07

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	26088	100.000	4999	1167	1.181	--
总计		26088	100.000	4999			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-878-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:30:46

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:09

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	26720	100.000	5100	1172	1.180	--
总计		26720	100.000	5100			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-879-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:35:10

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:12

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	26174	100.000	5066	1184	1.184	--
总计		26174	100.000	5066			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-880-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:39:33

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:14

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	26811	100.000	5116	1175	1.194	--
总计		26811	100.000	5116			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-881-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:43:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:17

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	27086	100.000	5208	1177	1.171	--
总计		27086	100.000	5208			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-882-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:48:22

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:19

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	27132	100.000	5193	1176	1.181	--
总计		27132	100.000	5193			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-883-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:52:46

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:23

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	26494	100.000	5082	1177	1.177	--
总计		26494	100.000	5082			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-884-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 19:57:10

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:26

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	26552	100.000	5098	1179	1.179	--
总计		26552	100.000	5098			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-885-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 20:01:34

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	26152	100.000	5003	1172	1.181	--
总计		26152	100.000	5003			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-886-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 20:05:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:31

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26731	100.000	5152	1183	1.185	--
总计		26731	100.000	5152			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-887-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 20:10:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	26761	100.000	5085	1159	1.178	--
总计		26761	100.000	5085			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-888-2 - zzp-20220105p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 20:14:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	26725	100.000	5087	1161	1.179	--
总计		26725	100.000	5087			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-889-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 20:19:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-890-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 20:23:35

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26646	100.000	5093	1164	1.175	--
总计		26646	100.000	5093			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-891-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 20:27:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26587	100.000	5100	1165	1.183	--
总计		26587	100.000	5100			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-892-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 20:32:21

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:46

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26898	100.000	5108	1157	1.179	--
总计		26898	100.000	5108			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-893-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 20:36:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26597	100.000	5074	1156	1.176	--
总计		26597	100.000	5074			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-894-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 20:41:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26660	100.000	5075	1159	1.172	--
总计		26660	100.000	5075			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-895-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 20:45:30

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:54

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	25213	100.000	4867	1177	1.174	--
总计		25213	100.000	4867			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-896-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 20:49:52

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/01/30 08:35:56

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	25975	100.000	5026	1182	1.172	--
总计		25975	100.000	5026			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-897-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 20:54:15

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:35:59

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26514	100.000	5124	1175	1.177	--
总计		26514	100.000	5124			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-898-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 20:58:38

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:02

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26536	100.000	5150	1178	1.171	--
总计		26536	100.000	5150			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-899-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:03:01

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:05

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	27165	100.000	5253	1174	1.184	--
总计		27165	100.000	5253			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-900-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:07:24

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	25764	100.000	4951	1168	1.185	--
总计		25764	100.000	4951			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-901-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 21:11:46

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	26879	100.000	5164	1171	1.176	--
总计		26879	100.000	5164			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-902-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:16:08

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:13

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	27300	100.000	5289	1176	1.170	--
总计		27300	100.000	5289			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-903-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/01/29 21:20:30

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	29075	100.000	5645	1184	1.180	--
总计		29075	100.000	5645			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-904-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:24:52

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:18

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	27194	100.000	5253	1174	1.185	--
总计		27194	100.000	5253			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-905-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 21:29:15

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	28624	100.000	5528	1178	1.182	--
总计		28624	100.000	5528			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-906-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:33:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:23

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26010	100.000	5017	1177	1.178	--
总计		26010	100.000	5017			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-907-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 21:37:59

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	27411	100.000	5318	1181	1.178	--
总计		27411	100.000	5318			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-908-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:42:22

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26938	100.000	5201	1177	1.179	--
总计		26938	100.000	5201			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-909-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:46:44

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:31

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	27217	100.000	5257	1177	1.177	--
总计		27217	100.000	5257			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-910-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 21:51:07

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:34

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26586	100.000	5149	1181	1.180	--
总计		26586	100.000	5149			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-911-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/01/29 21:55:29

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	27485	100.000	5307	1177	1.184	--
总计		27485	100.000	5307			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-912-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 21:59:51

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26170	100.000	5070	1181	1.175	--
总计		26170	100.000	5070			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-913-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 22:04:13

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	26506	100.000	5141	1177	1.176	--
总计		26506	100.000	5141			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-914-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 22:08:35

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:44

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	26817	100.000	5196	1173	1.179	--
总计		26817	100.000	5196			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-915-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 22:12:57

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:47

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	27023	100.000	5215	1177	1.182	--
总计		27023	100.000	5215			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-916-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 22:17:19

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:49

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26386	100.000	5080	1171	1.183	--
总计		26386	100.000	5080			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-917-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 22:21:41

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:52

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26614	100.000	5143	1182	1.178	--
总计		26614	100.000	5143			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-918-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 22:26:04

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	25693	100.000	4974	1168	1.178	--
总计		25693	100.000	4974			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-919-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 22:30:26

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:36:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26170	100.000	5043	1178	1.180	--
总计		26170	100.000	5043			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-920-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/01/29 22:34:48

处理时间 (V2) : 2024/01/30 08:37:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26750	100.000	5174	1175	1.183	--
总计		26750	100.000	5174			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-921-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 22:39:10

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:37:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26633	100.000	5149	1176	1.188	--
总计		26633	100.000	5149			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-922-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 22:43:32

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:37:06

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	26619	100.000	5139	1177	1.180	--
总计		26619	100.000	5139			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-923-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/01/29 22:47:54

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/01/30 08:37:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.157	27071	100.000	5223	1173	1.178	--
总计		27071	100.000	5223			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-924-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 22:52:16

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:37:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.156	26087	100.000	5008	1171	1.184	--
总计		26087	100.000	5008			



962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-925-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2024/01/29 22:56:39

处理时间 (V2): 2024/01/30 08:37:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min

波长: 237nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26647	100.000	5083	1158	1.179	--
总计		26647	100.000	5083			




962

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温:30°C 波长: 237nm
数据文件名: RC\$962 - 7-12/7-926-2 - zzp-20220107p-cq24y-rcqx-pH2.0jz-jf75z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$962 - 962-20240129-ALDP-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$962 - 962-20240129-aldp-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/29 23:01:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/01/30 08:37:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	26541	100.000	5081	1163	1.167	--
总计		26541	100.000	5081			