



氢溴酸替格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	MAD-P/23001	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.94	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	0.6784

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.88	453119	453705	453222	453334	453856	453447	0.08
2	14.88	453100	453816				453458	0.12

单位质量响应值		RSD%	判断
30473.59	30474.33	0.01	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24020201批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	277717	-	277717	52.826	49.77	10.77	52.83	49.77	10.77
	2	288804	-	288804	54.935			54.94		
	3	209343	-	209343	39.821			39.82		
	4	274385	-	274385	52.193			52.19		
	5	265366	-	265366	50.477			50.48		
	6	254135	-	254135	48.341			48.34		
10min	1	470533	-	470533	89.503	87.19	7.08	89.59	87.27	7.08
	2	481894	-	481894	91.664			91.76		
	3	394010	-	394010	74.947			75.01		
	4	476702	-	476702	90.677			90.76		
	5	466857	-	466857	88.804			88.89		
	6	460182	-	460182	87.534			87.61		
15min	1	526286	-	526286	100.108	99.57	2.05	100.35	99.80	2.06
	2	534647	-	534647	101.699			101.94		
	3	502917	-	502917	95.663			95.85		
	4	525303	-	525303	99.921			100.16		
	5	524978	-	524978	99.860			100.09		
	6	526595	-	526595	100.167			100.39		
20min	1	528196	-	528196	100.472	100.36	0.64	100.88	100.76	0.64
	2	533880	-	533880	101.553			101.97		
	3	526252	-	526252	100.102			100.45		
	4	524840	-	524840	99.833			100.24		
	5	525111	-	525111	99.885			100.28		
	6	527514	-	527514	100.342			100.74		
30min	1	526765	-	526765	100.200	100.33	0.67	100.77	100.89	0.68
	2	534301	-	534301	101.633			102.22		
	3	527760	-	527760	100.389			100.91		
	4	525388	-	525388	99.938			100.51		
	5	524601	-	524601	99.788			100.35		
	6	525923	-	525923	100.039			100.60		
45min	1	526367	-	526367	100.124	100.26	0.72	100.86	100.99	0.72
	2	533531	-	533531	101.487			102.24		
	3	525893	-	525893	100.034			100.72		
	4	523809	-	523809	99.637			100.37		
	5	523675	-	523675	99.612			100.34		
	6	529330	-	529330	100.687			101.41		
60min	1	525163	-	525163	99.895	99.97	0.65	100.80	100.86	0.65
	2	532143	-	532143	101.223			102.14		
	3	525685	-	525685	99.994			100.85		
	4	523013	-	523013	99.486			100.39		
	5	523281	-	523281	99.537			100.43		
	6	523932	-	523932	99.661			100.56		
极限	1	524322	-	524322	99.735	99.77	0.65	100.81	100.84	0.66
	2	531133	-	531133	101.030			102.12		
	3	523551	-	523551	99.588			100.61		
	4	522320	-	522320	99.354			100.42		
	5	521747	-	521747	99.245			100.31		
	6	524076	-	524076	99.688			100.75		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



氢溴酸替格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	MAD-P/23001	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.94	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	0.6784

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.88	452791	453706	453842	453951	453305	453519	0.11
2	14.88	452554	451840				452197	0.12
单位质量响应值			RSD%		判断			
30478.43			30389.58		0.21 数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24020203批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	469524	-	469524	89.429	84.53	6.66	89.43	84.53	6.66
	2	462256	-	462256	88.044			88.04		
	3	473570	-	473570	90.199			90.20		
	4	424838	-	424838	80.918			80.92		
	5	433773	-	433773	82.619			82.62		
	6	398921	-	398921	75.981			75.98		
10min	1	528322	-	528322	100.628	99.64	0.99	100.78	99.78	0.99
	2	524789	-	524789	99.955			100.10		
	3	522673	-	522673	99.552			99.70		
	4	516439	-	516439	98.365			98.50		
	5	528601	-	528601	100.681			100.82		
	6	517932	-	517932	98.649			98.78		
15min	1	528887	-	528887	100.735	100.15	0.73	101.05	100.45	0.73
	2	525915	-	525915	100.169			100.48		
	3	524453	-	524453	99.891			100.21		
	4	519077	-	519077	98.867			99.17		
	5	529743	-	529743	100.898			101.20		
	6	526692	-	526692	100.317			100.61		
20min	1	527705	-	527705	100.510	100.11	0.60	100.99	100.58	0.59
	2	524391	-	524391	99.879			100.36		
	3	523080	-	523080	99.629			100.11		
	4	521506	-	521506	99.330			99.79		
	5	529730	-	529730	100.896			101.37		
	6	527108	-	527108	100.397			100.85		
30min	1	528036	-	528036	100.573	99.95	0.61	101.23	100.59	0.61
	2	524613	-	524613	99.921			100.57		
	3	522287	-	522287	99.478			100.13		
	4	520276	-	520276	99.095			99.72		
	5	528347	-	528347	100.633			101.27		
	6	524962	-	524962	99.988			100.61		
45min	1	526231	-	526231	100.230	99.82	0.59	101.05	100.63	0.59
	2	523704	-	523704	99.748			100.56		
	3	521405	-	521405	99.310			100.12		
	4	520086	-	520086	99.059			99.85		
	5	528348	-	528348	100.633			101.44		
	6	524776	-	524776	99.952			100.74		
60min	1	525025	-	525025	100.000	99.60	0.62	100.99	100.58	0.62
	2	522947	-	522947	99.604			100.58		
	3	519599	-	519599	98.966			99.95		
	4	518773	-	518773	98.809			99.77		
	5	527011	-	527011	100.378			101.36		
	6	524359	-	524359	99.873			100.83		
极限	1	522642	-	522642	99.546	99.34	0.56	100.70	100.48	0.56
	2	521973	-	521973	99.419			100.56		
	3	518812	-	518812	98.816			99.96		
	4	517804	-	517804	98.624			99.75		
	5	525856	-	525856	100.158			101.30		
	6	522368	-	522368	99.494			100.62		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-1-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:19:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-2-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:23:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	453119	100.000	69784	2076	1.476	--
总计		453119	100.000	69784			

图2 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-3-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 11:28:17

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.834	453705	100.000	69948	2077	1.474	--
总计		453705	100.000	69948			

图3 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-4-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:32:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	453222	100.000	70034	2079	1.470	--
总计		453222	100.000	70034			

图4 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-5-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 11:37:04

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	453334	100.000	70072	2074	1.469	--
总计		453334	100.000	70072			

图5 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-6-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:41:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.833	453856	100.000	70294	2077	1.467	--
总计		453856	100.000	70294			

图6 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-7-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:45:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	277717	100.000	42555	2017	1.454	--
总计		277717	100.000	42555			

图7 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-8-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:50:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	288804	100.000	44213	2014	1.452	--
总计		288804	100.000	44213			

图8 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-9-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:54:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	209343	100.000	31919	1998	1.453	--
总计		209343	100.000	31919			

图9 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-10-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 11:58:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	274385	100.000	42161	1999	1.444	--
总计		274385	100.000	42161			

图10 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-11-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:03:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	265366	100.000	40628	2002	1.447	--
总计		265366	100.000	40628			

图11 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-12-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 12:07:40

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	254135	100.000	38912	1997	1.446	--
总计		254135	100.000	38912			

图12 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-13-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:12:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	470533	100.000	72572	2003	1.441	--
总计		470533	100.000	72572			

图13 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-14-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:16:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	481894	100.000	74280	2001	1.441	--
总计		481894	100.000	74280			

图14 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-15-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 12:20:46

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	394010	100.000	60642	1999	1.439	--
总计		394010	100.000	60642			

图15 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-16-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:25:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	476702	100.000	73254	1995	1.444	--
总计		476702	100.000	73254			

图16 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-17-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:29:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:56:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	466857	100.000	71592	1988	1.442	--
总计		466857	100.000	71592			

图17 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-18-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 12:33:51

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	460182	100.000	70675	1992	1.438	--
总计		460182	100.000	70675			

图18 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-19-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:38:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	526286	100.000	80655	1988	1.440	--
总计		526286	100.000	80655			

图19 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-20-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:42:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	534647	100.000	81815	1984	1.440	--
总计		534647	100.000	81815			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-21-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:46:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	502917	100.000	77017	1981	1.438	--
总计		502917	100.000	77017			

图21 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-22-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:51:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	525303	100.000	80470	1980	1.436	--
总计		525303	100.000	80470			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-23-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 12:55:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	524978	100.000	80477	1974	1.438	--
总计		524978	100.000	80477			

图23 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-24-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:00:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	526595	100.000	80620	1972	1.435	--
总计		526595	100.000	80620			

图24 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-25-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:04:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	528196	100.000	80780	1971	1.436	--
总计		528196	100.000	80780			

图25 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-26-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:08:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	533880	100.000	81802	1965	1.432	--
总计		533880	100.000	81802			

图26 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-27-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:13:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	526252	100.000	80656	1968	1.433	--
总计		526252	100.000	80656			

图27 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-28-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:17:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	524840	100.000	80496	1963	1.428	--
总计		524840	100.000	80496			

图28 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-29-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:21:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	525111	100.000	80357	1957	1.431	--
总计		525111	100.000	80357			

图29 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-30-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:26:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	527514	100.000	80678	1959	1.431	--
总计		527514	100.000	80678			

图30 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-31-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 13:30:35

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	526765	100.000	80555	1955	1.429	--
总计		526765	100.000	80555			

图31 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-32-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:34:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	534301	100.000	81550	1948	1.430	--
总计		534301	100.000	81550			

图32 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-33-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 13:39:18

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	527760	100.000	80654	1952	1.427	--
总计		527760	100.000	80654			

图33 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-34-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 13:43:40

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	525388	100.000	80107	1942	1.427	--
总计		525388	100.000	80107			

图34 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-35-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 13:48:02

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	524601	100.000	80076	1946	1.426	--
总计		524601	100.000	80076			

图35 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-36-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:52:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	525923	100.000	80071	1939	1.426	--
总计		525923	100.000	80071			

图36 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-37-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 13:56:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	526367	100.000	80055	1939	1.425	--
总计		526367	100.000	80055			

图37 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-38-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:01:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	533531	100.000	80896	1932	1.429	--
总计		533531	100.000	80896			

图38 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-39-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:05:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	525893	100.000	79760	1929	1.426	--
总计		525893	100.000	79760			

图39 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-40-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:09:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	523809	100.000	79231	1924	1.426	--
总计		523809	100.000	79231			

图40 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-41-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:14:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	523675	100.000	79292	1924	1.424	--
总计		523675	100.000	79292			

图41 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-42-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 14:18:36

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:57:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	529330	100.000	80054	1925	1.424	--
总计		529330	100.000	80054			


图42 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-43-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:22:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	525163	100.000	79522	1925	1.423	--
总计		525163	100.000	79522			

图43 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-44-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:27:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	532143	100.000	80443	1918	1.423	--
总计		532143	100.000	80443			


图44 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-45-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:31:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	525685	100.000	79452	1917	1.422	--
总计		525685	100.000	79452			

图45 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-46-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:36:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	523013	100.000	79057	1910	1.422	--
总计		523013	100.000	79057			

图46 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-47-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 14:40:26

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	523281	100.000	79077	1906	1.422	--
总计		523281	100.000	79077			

图47 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-48-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:44:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	523932	100.000	79269	1906	1.416	--
总计		523932	100.000	79269			

图48 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-49-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:49:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	524322	100.000	79072	1897	1.421	--
总计		524322	100.000	79072			

图49 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-50-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:53:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	531133	100.000	80176	1896	1.419	--
总计		531133	100.000	80176			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-51-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 14:57:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	523551	100.000	78955	1893	1.416	--
总计		523551	100.000	78955			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-52-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:02:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	522320	100.000	78835	1892	1.414	--
总计		522320	100.000	78835			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-53-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:06:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	521747	100.000	78613	1885	1.414	--
总计		521747	100.000	78613			

图53 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-54-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:11:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.764	524076	100.000	79070	1888	1.413	--
总计		524076	100.000	79070			

图54 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-55-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:15:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	453100	100.000	70462	2083	1.463	--
总计		453100	100.000	70462			

图55 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-56-2 - zzp-24020201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:19:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	453816	100.000	70618	2083	1.461	--
总计		453816	100.000	70618			


图56 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-57-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:24:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-58-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:28:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	452791	100.000	70385	2079	1.462	--
总计		452791	100.000	70385			

图58 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-59-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:33:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	453706	100.000	70668	2085	1.461	--
总计		453706	100.000	70668			

图59 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-60-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:37:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	453842	100.000	70676	2083	1.458	--
总计		453842	100.000	70676			

图60 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-61-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:41:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	453951	100.000	70692	2083	1.458	--
总计		453951	100.000	70692			


图61 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-62-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:46:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	453305	100.000	70680	2090	1.456	--
总计		453305	100.000	70680			

图62 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-63-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:50:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.763	469524	100.000	70570	1874	1.414	--
总计		469524	100.000	70570			

图63 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-64-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:55:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.762	462256	100.000	69276	1867	1.412	--
总计		462256	100.000	69276			

图64 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-65-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 15:59:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	473570	100.000	70890	1865	1.412	--
总计		473570	100.000	70890			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-66-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:03:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	424838	100.000	63549	1858	1.411	--
总计		424838	100.000	63549			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-67-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:08:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	433773	100.000	64863	1859	1.411	--
总计		433773	100.000	64863			

图67 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-68-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:12:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:58:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	398921	100.000	59386	1847	1.409	--
总计		398921	100.000	59386			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-69-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:16:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	528322	100.000	78765	1852	1.407	--
总计		528322	100.000	78765			


图69 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-70-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:21:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	524789	100.000	78245	1850	1.407	--
总计		524789	100.000	78245			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-71-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:25:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	522673	100.000	77870	1851	1.409	--
总计		522673	100.000	77870			

图71 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-72-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:30:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	516439	100.000	76685	1842	1.407	--
总计		516439	100.000	76685			

图72 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-73-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:34:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	528601	100.000	78588	1842	1.404	--
总计		528601	100.000	78588			

图73 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-74-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:38:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	517932	100.000	77008	1835	1.401	--
总计		517932	100.000	77008			

图74 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-75-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:43:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	528887	100.000	78700	1836	1.401	--
总计		528887	100.000	78700			

图75 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-76-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:47:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	525915	100.000	78124	1835	1.401	--
总计		525915	100.000	78124			

图76 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-77-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:51:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	524453	100.000	77876	1834	1.400	--
总计		524453	100.000	77876			

图77 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-78-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 16:56:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	519077	100.000	77224	1832	1.405	--
总计		519077	100.000	77224			

图78 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-79-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:00:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	529743	100.000	78608	1836	1.400	--
总计		529743	100.000	78608			

图79 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-80-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 17:05:08

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	526692	100.000	78194	1821	1.394	--
总计		526692	100.000	78194			

图80 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-81-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 17:09:31

处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	527705	100.000	78509	1828	1.396	--
总计		527705	100.000	78509			

图81 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-82-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:13:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	524391	100.000	77789	1821	1.398	--
总计		524391	100.000	77789			

图82 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-83-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:18:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	523080	100.000	77635	1822	1.396	--
总计		523080	100.000	77635			

图83 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-84-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:22:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	521506	100.000	77347	1818	1.396	--
总计		521506	100.000	77347			

图84 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-85-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:27:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	529730	100.000	78698	1823	1.394	--
总计		529730	100.000	78698			

图85 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-86-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:31:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	527108	100.000	78109	1806	1.390	--
总计		527108	100.000	78109			

图86 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-87-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:35:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	528036	100.000	78232	1814	1.395	--
总计		528036	100.000	78232			

图87 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-88-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:40:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	524613	100.000	77770	1816	1.395	--
总计		524613	100.000	77770			

图88 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-89-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:44:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	522287	100.000	77371	1815	1.392	--
总计		522287	100.000	77371			

图89 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-90-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:49:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	520276	100.000	77075	1810	1.394	--
总计		520276	100.000	77075			

图90 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-91-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:53:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	528347	100.000	78311	1810	1.391	--
总计		528347	100.000	78311			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-92-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 17:57:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	524962	100.000	77519	1792	1.387	--
总计		524962	100.000	77519			

图92 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-93-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:02:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 08:59:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	526231	100.000	77852	1799	1.390	--
总计		526231	100.000	77852			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-94-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:06:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.755	523704	100.000	77433	1796	1.390	--
总计		523704	100.000	77433			

图94 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-95-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:11:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	521405	100.000	77295	1813	1.391	--
总计		521405	100.000	77295			

图95 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-96-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:15:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	520086	100.000	76918	1804	1.397	--
总计		520086	100.000	76918			




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-97-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:19:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.756	528348	100.000	78162	1799	1.389	--
总计		528348	100.000	78162			



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-356 - 0-10/27-98-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 18:24:12

处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	524776	100.000	77316	1783	1.386	--
总计		524776	100.000	77316			

图98 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-99-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:28:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	525025	100.000	77354	1786	1.389	--
总计		525025	100.000	77354			

图99 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-100-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:32:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	522947	100.000	76986	1782	1.391	--
总计		522947	100.000	76986			

图100 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-101-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:37:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	519599	100.000	76563	1785	1.388	--
总计		519599	100.000	76563			

图101 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-102-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 18:41:46

处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	518773	100.000	76070	1773	1.396	--
总计		518773	100.000	76070			

图102 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-103-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:46:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	527011	100.000	77516	1778	1.385	--
总计		527011	100.000	77516			

图103 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-104-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:50:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	524359	100.000	76792	1771	1.387	--
总计		524359	100.000	76792			

图104 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-105-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:54:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.752	522642	100.000	76657	1775	1.388	--
总计		522642	100.000	76657			

图105 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-106-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 18:59:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	521973	100.000	76742	1777	1.384	--
总计		521973	100.000	76742			

图106 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-107-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 19:03:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	518812	100.000	76100	1772	1.389	--
总计		518812	100.000	76100			

图107 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-108-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 19:08:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.754	517804	100.000	76133	1774	1.383	--
总计		517804	100.000	76133			

图108 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-109-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 19:12:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.753	525856	100.000	77210	1772	1.384	--
总计		525856	100.000	77210			

图109 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-110-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/02/16 19:16:52

处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.50ml/min


波长: 247nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.751	522368	100.000	76064	1749	1.382	--
总计		522368	100.000	76064			

图110 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-111-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 19:21:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	452554	100.000	70669	2094	1.453	--
总计		452554	100.000	70669			

图111 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.50ml/min
柱温 : 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-10/27-112-2 - zzp-24020203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240216-rcqx-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-20240216-Fx276.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/02/16 19:25:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/02/18 09:00:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	451840	100.000	70608	2095	1.452	--
总计		451840	100.000	70608			

图112 氢溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24020203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2