



培哚普利左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1.000

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.70	40682	40697	40838	40667	40802	40737	0.19
2	9.67	40451	40754				40602	0.53

单位质量响应值		RSD%	判断
4199.69	4198.76	0.02	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24030801批-培哚普利-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	24437	-	24437	49.651	54.84	24.19	49.65	54.84	24.20
	2	16932	-	16932	34.402			34.40		
	3	35904	-	35904	72.950			72.95		
	4	28246	-	28246	57.390			57.39		
	5	24949	-	24949	50.691			50.69		
	6	31492	-	31492	63.986			63.99		
10min	1	27950	-	27950	56.789	62.84	15.34	57.34	63.45	15.42
	2	23427	-	23427	47.599			47.98		
	3	36624	-	36624	74.413			75.22		
	4	31459	-	31459	63.919			64.56		
	5	31390	-	31390	63.778			64.34		
	6	34717	-	34717	70.538			71.25		
15min	1	28145	-	28145	57.185	64.28	13.28	58.37	65.59	13.38
	2	25298	-	25298	51.401			52.31		
	3	35989	-	35989	73.123			74.76		
	4	32143	-	32143	65.308			66.66		
	5	32669	-	32669	66.377			67.65		
	6	35575	-	35575	72.281			73.78		
20min	1	29839	-	29839	60.627	66.69	11.61	62.45	68.71	11.77
	2	27130	-	27130	55.123			56.61		
	3	37556	-	37556	76.306			78.76		
	4	33157	-	33157	67.369			69.44		
	5	33569	-	33569	68.206			70.22		
	6	35683	-	35683	72.501			74.80		
30min	1	31402	-	31402	63.803	68.61	8.54	66.29	71.38	8.79
	2	29270	-	29270	59.471			61.57		
	3	36786	-	36786	74.742			78.04		
	4	34016	-	34016	69.114			71.94		
	5	35498	-	35498	72.125			74.89		
	6	35650	-	35650	72.434			75.54		
45min	1	33494	-	33494	68.053	70.80	4.93	71.25	74.32	5.29
	2	32203	-	32203	65.430			68.19		
	3	36647	-	36647	74.460			78.59		
	4	35166	-	35166	71.450			75.04		
	5	36412	-	36412	73.982			77.55		
	6	35154	-	35154	71.426			75.33		
极限	1	36610	-	36610	74.384	75.77	1.65	78.34	80.08	2.09
	2	36491	-	36491	74.143			77.63		
	3	37268	-	37268	75.721			80.68		
	4	37849	-	37849	76.902			81.29		
	5	37676	-	37676	76.550			80.94		
	6	37852	-	37852	76.908			81.61		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	8000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.01	41541	41300	41230	41756	41555	41476	0.52
2	14.04	41697	41700				41698	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
2960.46	2969.94	0.23	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24030801批-左氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	25936	-	25936	56.701	50.07	11.41	56.70	50.06	11.41
	2	18401	-	18401	40.228			40.23		
	3	22301	-	22301	48.755			48.75		
	4	23150	-	23150	50.611			50.61		
	5	24944	-	24944	54.533			54.53		
	6	22672	-	22672	49.566			49.57		
10min	1	37596	-	37596	82.192	75.65	5.17	82.82	76.20	5.20
	2	32628	-	32628	71.331			71.78		
	3	33324	-	33324	72.853			73.39		
	4	35525	-	35525	77.665			78.23		
	5	34724	-	34724	75.914			76.52		
	6	33817	-	33817	73.931			74.48		
15min	1	37202	-	37202	81.331	78.71	2.60	82.87	80.11	2.65
	2	35432	-	35432	77.462			78.70		
	3	34506	-	34506	75.437			76.79		
	4	36376	-	36376	79.525			80.95		
	5	36477	-	36477	79.746			81.20		
	6	36030	-	36030	78.769			80.14		
20min	1	38129	-	38129	83.358	80.98	2.14	85.80	83.25	2.22
	2	35980	-	35980	78.660			80.76		
	3	36835	-	36835	80.529			82.72		
	4	37567	-	37567	82.129			84.44		
	5	37332	-	37332	81.615			83.95		
	6	36395	-	36395	79.567			81.81		
30min	1	37836	-	37836	82.717	81.02	1.75	86.09	84.19	1.84
	2	36386	-	36386	79.547			82.52		
	3	36558	-	36558	79.923			83.01		
	4	37382	-	37382	81.725			84.95		
	5	37682	-	37682	82.380			85.62		
	6	36518	-	36518	79.836			82.97		
45min	1	35728	-	35728	78.109	79.08	2.11	82.40	83.15	2.09
	2	35396	-	35396	77.383			81.24		
	3	35923	-	35923	78.535			82.51		
	4	36445	-	36445	79.676			83.81		
	5	37558	-	37558	82.109			86.27		
	6	35970	-	35970	78.638			82.66		
极限	1	38421	-	38421	83.996	80.51	2.33	89.16	85.46	2.31
	2	36264	-	36264	79.280			84.00		
	3	36489	-	36489	79.772			84.62		
	4	36840	-	36840	80.540			85.55		
	5	36006	-	36006	78.716			83.79		
	6	36950	-	36950	80.780			85.67		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-533-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20μL

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 16:42:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-534-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 16:52:12

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.520	49.478	40682	6150	1197	0.991	--
2	3.637	50.522	41541	4685	3885	1.001	10.345
总计		100.000	82224	10836			

图2 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-535-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 17:01:37

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.519	49.632	40697	6127	1181	0.991	--
2	3.633	50.368	41300	4659	3879	0.998	10.313
总计		100.000	81997	10786			

图3 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-536-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μL

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 17:11:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.520	49.761	40838	6146	1196	0.992	--
2	3.636	50.239	41230	4670	3882	0.992	10.343
总计		100.000	82068	10815			

图4 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-537-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 17:20:26

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:23

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.519	49.339	40667	6129	1191	0.990	--
2	3.635	50.661	41756	4674	3862	1.002	10.322
总计		100.000	82423	10803			

图5 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:50 $^{\circ}$ C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-538-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 17:29:50

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.519	49.543	40802	6139	1192	0.993	--
2	3.635	50.457	41555	4677	3872	0.998	10.331
总计		100.000	82357	10816			

图6 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-539-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 17:39:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.532	48.512	24437	3656	1199	0.954	--
2	3.650	51.488	25936	2959	4054	1.006	10.429
总计		100.000	50373	6615			

图7 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-540-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 17:48:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.530	47.922	16932	2588	1232	0.965	--
2	3.647	52.078	18401	2083	4002	1.037	10.457
总计		100.000	35333	4671			

图8 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50°C
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-541-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μL
进样时间: 2024/03/17 17:58:01
处理时间 (V2) : 2024/03/18 13:58:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

流速: 1.5ml/min
波长: 215nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.530	61.686	35904	5363	1187	0.958	--
2	3.649	38.314	22301	2521	4066	1.037	10.427
总计		100.000	58205	7884			


图9 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-542-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 18:07:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	54.958	28246	4207	1182	0.950	--
2	3.647	45.042	23150	2617	3989	1.022	10.378
总计		100.000	51396	6824			


图10 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-543-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 18:16:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	50.005	24949	3725	1179	0.952	--
2	3.649	49.995	24944	2822	3995	1.020	10.381
总计		100.000	49893	6547			


图11 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-544-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 18:26:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.528	58.142	31492	4706	1183	0.954	--
2	3.649	41.858	22672	2558	4030	1.033	10.405
总计		100.000	54164	7264			

图12 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-545-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 18:35:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.529	42.641	27950	4190	1190	0.959	--
2	3.650	57.359	37596	4288	4021	0.999	10.411
总计		100.000	65546	8478			

图13 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-546-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 18:45:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	41.793	23427	3462	1176	0.944	--
2	3.649	58.207	32628	3732	3956	0.997	10.350
总计		100.000	56055	7194			

图14 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-547-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 18:54:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.530	52.359	36624	5487	1191	0.954	--
2	3.652	47.641	33324	3772	4030	0.991	10.415
总计		100.000	69948	9259			

图15 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-548-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 19:03:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	46.965	31459	4702	1188	0.951	--
2	3.650	53.035	35525	4065	4061	1.007	10.421
总计		100.000	66984	8767			

图16 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-549-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 19:13:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:58:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.529	47.478	31390	4693	1198	0.950	--
2	3.652	52.522	34724	3956	4025	1.007	10.431
总计		100.000	66114	8650			

图17 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-550-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 19:22:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.529	50.657	34717	5164	1181	0.948	--
2	3.652	49.343	33817	3822	3984	0.996	10.367
总计		100.000	68534	8986			

图18 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-551-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 19:32:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.528	43.070	28145	4206	1183	0.954	--
2	3.648	56.930	37202	4225	4009	1.003	10.389
总计		100.000	65347	8431			

图19 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-552-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
进样体积: 20μL 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/03/17 19:41:23 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.528	41.657	25298	3788	1192	0.952	--
2	3.647	58.343	35432	4066	4023	0.999	10.413
总计		100.000	60730	7855			

图20 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:50 $^{\circ}$ C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-553-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 19:50:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	51.052	35989	5363	1185	0.956	--
2	3.644	48.948	34506	3939	3999	1.004	10.379
总计		100.000	70494	9302			

图21 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-554-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
进样体积: 20 μ L 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/03/17 20:00:12 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.529	46.911	32143	4817	1198	0.950	--
2	3.645	53.089	36376	4173	4054	0.992	10.434
总计		100.000	68519	8990			

图22 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:50 $^{\circ}$ C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-555-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 20:09:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.528	47.247	32669	4887	1189	0.949	--
2	3.646	52.753	36477	4155	4014	0.994	10.395
总计		100.000	69146	9042			

图23 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-556-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 20:19:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.528	49.682	35575	5323	1185	0.950	--
2	3.645	50.318	36030	4115	4032	1.007	10.396
总计		100.000	71604	9438			

图24 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-557-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 20:28:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	43.902	29839	4463	1183	0.956	--
2	3.641	56.098	38129	4379	4043	1.004	10.395
总计		100.000	67968	8841			

图25 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-558-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 20:37:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.528	42.988	27130	4058	1198	0.957	--
2	3.640	57.012	35980	4148	4063	1.006	10.431
总计		100.000	63110	8206			

图26 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-559-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 20:47:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	50.485	37556	5619	1192	0.957	--
2	3.640	49.515	36835	4232	4057	1.004	10.419
总计		100.000	74391	9851			

图27 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-560-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 20:56:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	46.882	33157	4955	1191	0.958	--
2	3.637	53.118	37567	4323	4031	1.003	10.391
总计		100.000	70724	9278			

图28 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-561-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-40 版本号: 6.115
进样体积: 20μL 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/03/17 21:06:02 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	47.346	33569	5000	1182	0.952	--
2	3.636	52.654	37332	4282	4077	1.006	10.410
总计		100.000	70901	9282			

图29 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-562-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 21:15:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	49.506	35683	5339	1199	0.960	--
2	3.637	50.494	36395	4191	4036	1.011	10.414
总计		100.000	72078	9530			

图30 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:50℃
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-563-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20μL
进样时间: 2024/03/17 21:24:50
处理时间 (V2) : 2024/03/18 13:59:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

流速: 1.5ml/min
波长: 215nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	45.354	31402	4703	1194	0.962	--
2	3.637	54.646	37836	4365	4061	1.005	10.419
总计		100.000	69238	9069			

图31 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-564-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-14

版本号: 6.115

进样体积: 20μL

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/17 21:34:14


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	44.581	29270	4375	1188	0.955	--
2	3.635	55.419	36386	4178	4078	1.003	10.418
总计		100.000	65656	8553			

图32 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-565-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 21:43:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	50.155	36786	5517	1198	0.960	--
2	3.636	49.845	36558	4225	4075	0.997	10.434
总计		100.000	73344	9742			

图33 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-566-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-32 版本号: 6.115
进样体积: 20μL 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/03/17 21:53:03 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	47.642	34016	5110	1206	0.955	--
2	3.634	52.358	37382	4297	4050	1.004	10.429
总计		100.000	71398	9407			

图34 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-567-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 22:02:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	48.508	35498	5284	1190	0.959	--
2	3.634	51.492	37682	4343	4045	0.998	10.399
总计		100.000	73179	9627			

图35 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-568-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-50 版本号: 6.115
进样体积: 20μL 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/03/17 22:11:51 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	49.398	35650	5325	1195	0.958	--
2	3.634	50.602	36518	4208	4065	1.000	10.420
总计		100.000	72168	9533			

图36 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-569-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 22:21:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	48.387	33494	5003	1189	0.958	--
2	3.632	51.613	35728	4101	4050	1.014	10.399
总计		100.000	69222	9104			

图37 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-570-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-15 版本号: 6.115
进样体积: 20μL 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/03/17 22:30:40 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	47.638	32203	4820	1186	0.951	--
2	3.633	52.362	35396	4077	4071	1.004	10.415
总计		100.000	67600	8897			

图38 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-571-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/17 22:40:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 13:59:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	50.499	36647	5488	1186	0.952	--
2	3.634	49.501	35923	4146	4044	0.998	10.392
总计		100.000	72570	9634			

图39 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-572-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 22:49:29

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	49.106	35166	5268	1192	0.957	--
2	3.633	50.894	36445	4175	4035	1.010	10.395
总计		100.000	71611	9443			

图40 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:50 $^{\circ}$ C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-573-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 22:58:53

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:05

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	49.225	36412	5432	1184	0.955	--
2	3.633	50.775	37558	4333	4053	1.010	10.386
总计		100.000	73970	9765			

图41 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-574-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 23:08:17

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:08

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	49.426	35154	5275	1196	0.958	--
2	3.631	50.574	35970	4134	4075	1.006	10.428
总计		100.000	71124	9409			

图42 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-575-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-Jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 23:17:42

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	48.793	36610	5501	1207	0.957	--
2	3.635	51.207	38421	4420	4079	1.006	10.453
总计		100.000	75031	9921			

图43 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-576-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-Jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 23:27:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	50.156	36491	5450	1190	0.959	--
2	3.634	49.844	36264	4164	4012	1.010	10.367
总计		100.000	72755	9615			

图44 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-577-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb
样品瓶号: 2-25 版本号: 6.115
进样体积: 20μL 实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/03/17 23:36:31 处理者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	50.528	37268	5583	1198	0.956	--
2	3.634	49.472	36489	4184	4084	1.004	10.446
总计		100.000	73758	9767			

图45 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-578-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-Jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 23:45:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	50.675	37849	5655	1188	0.957	--
2	3.636	49.325	36840	4245	4076	1.003	10.426
总计		100.000	74688	9900			

图46 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-579-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-Jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/17 23:55:19

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	51.133	37676	5625	1192	0.961	--
2	3.636	48.867	36006	4151	4047	1.005	10.403
总计		100.000	73682	9776			

图47 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:50 $^{\circ}$ C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-580-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-Jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/18 00:04:43

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	50.603	37852	5663	1194	0.958	--
2	3.637	49.397	36950	4224	4063	1.003	10.427
总计		100.000	74802	9887			

图48 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-214

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-581-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20μL

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/18 00:14:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	49.242	40451	6139	1203	0.991	--
2	3.623	50.758	41697	4724	3908	1.007	10.366
总计		100.000	82148	10863			

图49 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:50°C

波长: 215nm

数据文件名: RC\$SMF-214 - 0-38/3-582-2 - zzp-24030801p-jf50z-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-rcqx-20240315-FX253-9min.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-214 - SMF-214-20240317-rc-FX253.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μ L

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/18 00:23:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/18 14:00:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.516	49.427	40754	6164	1200	0.994	--
2	3.624	50.573	41700	4721	3886	1.007	10.347
总计		100.000	82454	10885			

图50 培哚普利左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24030801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2