



诺氟沙星胶囊项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3964183	3973279	3970562	3972868	3974500	3971078	0.11
2	10.18	3977263	3981959				3979611	0.09

单位质量响应值		RSD%	判断
392399.01	390924.46	0.27	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032101批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3921813	-	3921813	89.759	94.69	4.18	89.76	94.69	4.18
	2	4088353	-	4088353	93.571			93.57		
	3	4292774	-	4292774	98.249			98.25		
	4	4266763	-	4266763	97.654			97.65		
	5	3954680	-	3954680	90.511			90.51		
	6	4298948	-	4298948	98.391			98.39		
10min	1	4525339	-	4525339	103.572	102.74	1.29	103.72	102.90	1.29
	2	4456795	-	4456795	102.003			102.16		
	3	4388603	-	4388603	100.443			100.61		
	4	4492755	-	4492755	102.826			102.99		
	5	4530495	-	4530495	103.690			103.84		
	6	4539207	-	4539207	103.890			104.05		
15min	1	4532072	-	4532072	103.726	102.89	1.35	104.05	103.22	1.34
	2	4452392	-	4452392	101.903			102.23		
	3	4392743	-	4392743	100.537			100.87		
	4	4516848	-	4516848	103.378			103.71		
	5	4538361	-	4538361	103.870			104.19		
	6	4541576	-	4541576	103.944			104.28		
20min	1	4522792	-	4522792	103.514	103.00	1.35	104.01	103.50	1.35
	2	4458421	-	4458421	102.041			102.54		
	3	4397456	-	4397456	100.645			101.14		
	4	4523750	-	4523750	103.536			104.04		
	5	4554273	-	4554273	104.234			104.73		
	6	4545112	-	4545112	104.025			104.54		
30min	1	4527509	-	4527509	103.622	103.04	1.12	104.29	103.72	1.11
	2	4466093	-	4466093	102.216			102.88		
	3	4420626	-	4420626	101.176			101.84		
	4	4506756	-	4506756	103.147			103.83		
	5	4541502	-	4541502	103.942			104.61		
	6	4550711	-	4550711	104.153			104.84		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星胶囊项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3971528	3971001	3971971	3978445	3975851	3973759	0.09
2	10.18	3969812	3966302				3968057	0.07
单位质量响应值			RSD%	判断				
392663.93			0.52	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032102批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	4435929	-	4435929	101.640	97.63	5.62	101.64	97.63	5.62
	2	4261491	-	4261491	97.643			97.64		
	3	4338581	-	4338581	99.409			99.41		
	4	4349469	-	4349469	99.659			99.66		
	5	3786794	-	3786794	86.766			86.77		
	6	4392559	-	4392559	100.646			100.65		
10min	1	4597793	-	4597793	105.349	102.95	1.67	105.52	103.11	1.67
	2	4365800	-	4365800	100.033			100.20		
	3	4494563	-	4494563	102.983			103.15		
	4	4493149	-	4493149	102.951			103.12		
	5	4520773	-	4520773	103.584			103.73		
	6	4486097	-	4486097	102.789			102.96		
15min	1	4608308	-	4608308	105.589	103.11	1.65	105.93	103.45	1.65
	2	4377039	-	4377039	100.290			100.62		
	3	4499898	-	4499898	103.106			103.44		
	4	4489507	-	4489507	102.867			103.21		
	5	4523324	-	4523324	103.642			103.96		
	6	4502991	-	4502991	103.176			103.52		
20min	1	4588100	-	4588100	105.126	103.04	1.54	105.65	103.54	1.54
	2	4376705	-	4376705	100.283			100.78		
	3	4500177	-	4500177	103.112			103.62		
	4	4483477	-	4483477	102.729			103.24		
	5	4522779	-	4522779	103.630			104.12		
	6	4510723	-	4510723	103.354			103.86		
30min	1	4575180	-	4575180	104.830	102.97	1.21	105.53	103.65	1.21
	2	4406796	-	4406796	100.972			101.64		
	3	4492189	-	4492189	102.929			103.61		
	4	4481018	-	4481018	102.673			103.35		
	5	4513458	-	4513458	103.416			104.08		
	6	4495762	-	4495762	103.011			103.69		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星胶囊项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3979767	3982038	3978707	3974968	3973029	3977702	0.10
2	10.18	3972497	3972424				3972460	0.01
单位质量响应值			RSD%		判断			
393053.56			390222.00		0.52 数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032103批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	4227792	-	4227792	96.769	90.96	6.06	96.77	90.96	6.06
	2	3819587	-	3819587	87.426			87.43		
	3	4078072	-	4078072	93.342			93.34		
	4	4248110	-	4248110	97.234			97.23		
	5	3760405	-	3760405	86.071			86.07		
	6	3709848	-	3709848	84.914			84.91		
10min	1	4460775	-	4460775	102.102	102.83	1.05	102.26	102.98	1.06
	2	4470841	-	4470841	102.332			102.48		
	3	4529509	-	4529509	103.675			103.83		
	4	4534407	-	4534407	103.787			103.95		
	5	4423996	-	4423996	101.260			101.40		
	6	4535061	-	4535061	103.802			103.94		
15min	1	4450821	-	4450821	101.874	102.87	0.99	102.21	103.19	0.99
	2	4470536	-	4470536	102.325			102.64		
	3	4525422	-	4525422	103.581			103.91		
	4	4529125	-	4529125	103.666			104.00		
	5	4443863	-	4443863	101.715			102.03		
	6	4545118	-	4545118	104.032			104.35		
20min	1	4453193	-	4453193	101.928	102.80	0.99	102.43	103.30	0.99
	2	4459865	-	4459865	102.081			102.57		
	3	4533909	-	4533909	103.776			104.28		
	4	4533022	-	4533022	103.755			104.26		
	5	4440763	-	4440763	101.644			102.13		
	6	4527720	-	4527720	103.634			104.12		
30min	1	4443207	-	4443207	101.700	102.47	1.11	102.37	103.14	1.11
	2	4424013	-	4424013	101.260			101.92		
	3	4524448	-	4524448	103.559			104.23		
	4	4515599	-	4515599	103.357			104.04		
	5	4429252	-	4429252	101.380			102.03		
	6	4525480	-	4525480	103.583			104.24		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星胶囊项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3984070	3986513	3977760	3980854	3979492	3981738	0.09
2	10.18	3967361	3959474				3963418	0.15
单位质量响应值			RSD%	判断				
393452.37			0.75	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032104批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3751261	-	3751261	85.917	85.76	6.45	85.92	85.76	6.45
	2	3884587	-	3884587	88.970			88.97		
	3	3924332	-	3924332	89.881			89.88		
	4	3338272	-	3338272	76.458			76.46		
	5	3972440	-	3972440	90.983			90.98		
	6	3595092	-	3595092	82.340			82.34		
10min	1	4531349	-	4531349	103.783	101.57	1.37	103.93	101.71	1.37
	2	4437965	-	4437965	101.645			101.79		
	3	4440713	-	4440713	101.708			101.86		
	4	4373579	-	4373579	100.170			100.30		
	5	4456768	-	4456768	102.075			102.23		
	6	4366900	-	4366900	100.017			100.15		
15min	1	4498624	-	4498624	103.034	101.84	0.94	103.35	102.15	0.94
	2	4449494	-	4449494	101.909			102.23		
	3	4437100	-	4437100	101.625			101.94		
	4	4373277	-	4373277	100.163			100.46		
	5	4460646	-	4460646	102.164			102.49		
	6	4460021	-	4460021	102.150			102.45		
20min	1	4517114	-	4517114	103.457	101.65	1.13	103.95	102.14	1.14
	2	4439555	-	4439555	101.681			102.17		
	3	4429509	-	4429509	101.451			101.94		
	4	4359608	-	4359608	99.850			100.31		
	5	4447070	-	4447070	101.853			102.35		
	6	4437491	-	4437491	101.634			102.11		
30min	1	4445748	-	4445748	101.823	101.43	1.00	102.48	102.08	1.00
	2	4444913	-	4444913	101.804			102.46		
	3	4421310	-	4421310	101.263			101.92		
	4	4343515	-	4343515	99.481			100.11		
	5	4455547	-	4455547	102.047			102.71		
	6	4461710	-	4461710	102.189			102.83		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星胶囊项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3990449	3984112	3988140	3988200	3987795	3987739	0.06
2	10.18	3991172	3991122				3991147	0.01
单位质量响应值			RSD%		判断			
394045.36			392057.66		0.36 数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032105批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	3509978	-	3509978	80.050	81.40	6.73	80.05	81.40	6.73
	2	3195107	-	3195107	72.869			72.87		
	3	3773576	-	3773576	86.061			86.06		
	4	3795666	-	3795666	86.565			86.57		
	5	3410102	-	3410102	77.772			77.77		
	6	3730231	-	3730231	85.073			85.07		
10min	1	4472886	-	4472886	102.010	102.65	1.49	102.14	102.78	1.49
	2	4507523	-	4507523	102.800			102.92		
	3	4557987	-	4557987	103.951			104.09		
	4	4563166	-	4563166	104.069			104.21		
	5	4383028	-	4383028	99.961			100.09		
	6	4520222	-	4520222	103.090			103.23		
15min	1	4483126	-	4483126	102.244	103.31	0.83	102.55	103.62	0.83
	2	4526332	-	4526332	103.229			103.52		
	3	4554295	-	4554295	103.867			104.18		
	4	4587524	-	4587524	104.625			104.94		
	5	4501076	-	4501076	102.653			102.95		
	6	4527886	-	4527886	103.264			103.58		
20min	1	4476380	-	4476380	102.090	103.22	0.89	102.56	103.70	0.89
	2	4527721	-	4527721	103.261			103.73		
	3	4567855	-	4567855	104.176			104.67		
	4	4576680	-	4576680	104.377			104.87		
	5	4494283	-	4494283	102.498			102.97		
	6	4512881	-	4512881	102.922			103.41		
30min	1	4469211	-	4469211	101.926	103.04	0.82	102.57	103.69	0.83
	2	4528584	-	4528584	103.280			103.92		
	3	4556489	-	4556489	103.917			104.58		
	4	4558191	-	4558191	103.956			104.62		
	5	4483393	-	4483393	102.250			102.89		
	6	4513078	-	4513078	102.927			103.58		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-731-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 11:27:38

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:55:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
溶剂



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-732-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 11:32:31

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.517	3964183	100.000	539475	5382	1.134	--
总计		3964183	100.000	539475			

图2 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-733-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 11:37:24

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.514	3973279	100.000	546294	5427	1.126	--
总计		3973279	100.000	546294			

图3 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-734-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 11:42:16

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.511	3970562	100.000	545508	5426	1.127	--
总计		3970562	100.000	545508			

图4 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-735-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 11:47:09

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.507	3972868	100.000	546624	5426	1.128	--
总计		3972868	100.000	546624			

图5 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-736-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 11:52:02

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.505	3974500	100.000	545984	5397	1.131	--
总计		3974500	100.000	545984			

图6 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-737-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 11:56:54

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.503	3921813	100.000	547474	5537	1.110	--
总计		3921813	100.000	547474			

图7 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-738-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 12:01:46

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.502	4088353	100.000	569895	5525	1.113	--
总计		4088353	100.000	569895			

图8 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-739-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 12:06:37

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.500	4292774	100.000	598867	5523	1.116	--
总计		4292774	100.000	598867			

图9 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-740-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 12:11:29


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.499	4266763	100.000	595535	5520	1.116	--
总计		4266763	100.000	595535			

图10 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-741-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 12:16:21


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.500	3954680	100.000	551766	5521	1.111	--
总计		3954680	100.000	551766			

图11 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-742-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 12:21:13

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.498	4298948	100.000	600444	5509	1.116	--
总计		4298948	100.000	600444			

图12 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-743-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/22 12:26:05
处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.497	4525339	100.000	631674	5496	1.120	--
总计		4525339	100.000	631674			

图13 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-744-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 12:30:57


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.497	4456795	100.000	623547	5523	1.118	--
总计		4456795	100.000	623547			

图14 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-745-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 12:35:48

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:38


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.497	4388603	100.000	614416	5536	1.117	--
总计		4388603	100.000	614416			

图15 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-746-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 12:40:39

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	4492755	100.000	628625	5522	1.119	--
总计		4492755	100.000	628625			

图16 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-747-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 12:45:30

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 09:56:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	4530495	100.000	633469	5519	1.119	--
总计		4530495	100.000	633469			

图17 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-748-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 12:50:21

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.495	4539207	100.000	634455	5516	1.119	--
总计		4539207	100.000	634455			

图18 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-749-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 12:55:13

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.493	4532072	100.000	632581	5519	1.120	--
总计		4532072	100.000	632581			

图19 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-750-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 13:00:05

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.493	4452392	100.000	621617	5531	1.118	--
总计		4452392	100.000	621617			

图20 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-751-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 13:04:57

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.492	4392743	100.000	614444	5531	1.117	--
总计		4392743	100.000	614444			

图21 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-752-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/22 13:09:49
处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:56:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.491	4516848	100.000	631869	5528	1.119	--
总计		4516848	100.000	631869			

图22 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-753-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:14:41


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.490	4538361	100.000	635295	5515	1.119	--
总计		4538361	100.000	635295			

图23 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-754-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 13:19:33

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.490	4541576	100.000	636276	5525	1.119	--
总计		4541576	100.000	636276			

图24 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-755-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 13:24:25

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.489	4522792	100.000	634174	5523	1.119	--
总计		4522792	100.000	634174			

图25 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-756-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 13:29:17

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:08

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.488	4458421	100.000	625784	5531	1.118	--
总计		4458421	100.000	625784			

图26 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-757-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 13:34:09

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.487	4397456	100.000	617126	5533	1.117	--
总计		4397456	100.000	617126			

图27 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-758-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 13:39:01

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:14


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4523750	100.000	633977	5522	1.120	--
总计		4523750	100.000	633977			

图28 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-759-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 13:43:53

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.485	4554273	100.000	636694	5505	1.121	--
总计		4554273	100.000	636694			

图29 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-760-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 13:48:45

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.485	4545112	100.000	635563	5513	1.122	--
总计		4545112	100.000	635563			

图30 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-761-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 13:53:37

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.485	4527509	100.000	633241	5509	1.121	--
总计		4527509	100.000	633241			

图31 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-762-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 13:58:28

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.484	4466093	100.000	624054	5514	1.121	--
总计		4466093	100.000	624054			

图32 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-763-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:03:19

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.483	4420626	100.000	619531	5519	1.120	--
总计		4420626	100.000	619531			

图33 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-764-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:08:11

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.482	4506756	100.000	632170	5515	1.121	--
总计		4506756	100.000	632170			

图34 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-765-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 14:13:03

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.481	4541502	100.000	636690	5500	1.122	--
总计		4541502	100.000	636690			

图35 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-766-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:17:55

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	4550711	100.000	638508	5500	1.122	--
总计		4550711	100.000	638508			

图36 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-767-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:22:48

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.481	3977263	100.000	551975	5419	1.128	--
总计		3977263	100.000	551975			

图37 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-768-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:27:41

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.481	3981959	100.000	553726	5442	1.126	--
总计		3981959	100.000	553726			

图38 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-769-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 14:32:35

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-770-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:37:29

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3971528	100.000	551971	5428	1.127	--
总计		3971528	100.000	551971			

图40 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-771-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:42:23

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3971001	100.000	551801	5428	1.128	--
总计		3971001	100.000	551801			

图41 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-772-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:47:17

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	3971971	100.000	552656	5443	1.126	--
总计		3971971	100.000	552656			

图42 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-773-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 14:52:11

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 09:57:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	3978445	100.000	552698	5428	1.127	--
总计		3978445	100.000	552698			

图43 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-774-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:57:07

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:57:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.478	3975851	100.000	551879	5427	1.127	--
总计		3975851	100.000	551879			

图44 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-775-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 15:02:00

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 09:58:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4435929	100.000	623680	5513	1.121	--
总计		4435929	100.000	623680			

图45 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-776-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:06:54

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4261491	100.000	599952	5519	1.118	--
总计		4261491	100.000	599952			

图46 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-777-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:11:47


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	4338581	100.000	611121	5519	1.119	--
总计		4338581	100.000	611121			

图47 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-778-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:16:40

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	4349469	100.000	612773	5523	1.119	--
总计		4349469	100.000	612773			

图48 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-779-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 15:21:33

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3786794	100.000	534706	5563	1.110	--
总计		3786794	100.000	534706			

图49 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-780-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:26:26

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	4392559	100.000	618772	5522	1.119	--
总计		4392559	100.000	618772			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-781-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:31:19

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.471	4597793	100.000	647102	5509	1.123	--
总计		4597793	100.000	647102			

图51 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-782-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:36:12


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 09:58:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	4365800	100.000	615135	5524	1.119	--
总计		4365800	100.000	615135			

图52 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-783-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:41:05

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4494563	100.000	632403	5514	1.120	--
总计		4494563	100.000	632403			

图53 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-784-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-29

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:45:58


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	4493149	100.000	632491	5514	1.121	--
总计		4493149	100.000	632491			

图54 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-785-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 15:50:52

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4520773	100.000	635774	5511	1.121	--
总计		4520773	100.000	635774			

图55 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-786-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:55:45

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4486097	100.000	630610	5510	1.120	--
总计		4486097	100.000	630610			

图56 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-787-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 16:00:38

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4608308	100.000	646843	5500	1.123	--
总计		4608308	100.000	646843			

图57 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-788-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/22 16:05:31
处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4377039	100.000	615755	5513	1.119	--
总计		4377039	100.000	615755			

图58 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-789-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 16:10:24

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4499898	100.000	632668	5510	1.120	--
总计		4499898	100.000	632668			

图59 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-790-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:15:17

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4489507	100.000	630426	5507	1.121	--
总计		4489507	100.000	630426			

图60 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-791-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 16:20:10

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4523324	100.000	635784	5513	1.122	--
总计		4523324	100.000	635784			

图61 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-792-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 16:25:03

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4502991	100.000	632060	5507	1.121	--
总计		4502991	100.000	632060			

图62 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-793-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-4

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 16:29:57


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4588100	100.000	644808	5500	1.123	--
总计		4588100	100.000	644808			

图63 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-794-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 16:34:50

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4376705	100.000	615855	5514	1.119	--
总计		4376705	100.000	615855			

图64 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-795-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:39:44

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 09:58:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4500177	100.000	633296	5506	1.122	--
总计		4500177	100.000	633296			

图65 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-796-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 16:44:37

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:58:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4483477	100.000	631751	5510	1.120	--
总计		4483477	100.000	631751			

图66 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-797-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 16:49:30

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4522779	100.000	637038	5509	1.121	--
总计		4522779	100.000	637038			

图67 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-798-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 16:54:23

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4510723	100.000	636144	5501	1.121	--
总计		4510723	100.000	636144			

图68 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-799-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:59:17

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 09:59:08

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4575180	100.000	644774	5494	1.122	--
总计		4575180	100.000	644774			

图69 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-800-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 17:04:11

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4406796	100.000	621624	5510	1.118	--
总计		4406796	100.000	621624			

图70 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-801-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 17:09:04

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4492189	100.000	633787	5507	1.120	--
总计		4492189	100.000	633787			

图71 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-802-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-32

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 17:13:57


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4481018	100.000	631939	5508	1.120	--
总计		4481018	100.000	631939			

图72 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-803-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 17:18:50

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4513458	100.000	635887	5492	1.121	--
总计		4513458	100.000	635887			

图73 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-804-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 17:23:43

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.462	4495762	100.000	632964	5487	1.121	--
总计		4495762	100.000	632964			

图74 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-805-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 17:28:37

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3969812	100.000	552381	5416	1.127	--
总计		3969812	100.000	552381			

图75 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-806-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 17:33:31

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3966302	100.000	552082	5416	1.127	--
总计		3966302	100.000	552082			

图76 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-807-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:38:23

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-808-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 17:43:15

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	3979767	100.000	555686	5434	1.126	--
总计		3979767	100.000	555686			

图78 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-809-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 17:48:07

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	3982038	100.000	554065	5428	1.125	--
总计		3982038	100.000	554065			

图79 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-810-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 17:52:59

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	3978707	100.000	552507	5420	1.126	--
总计		3978707	100.000	552507			

图80 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-811-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 17:57:51

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	3974968	100.000	552579	5420	1.126	--
总计		3974968	100.000	552579			

图81 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-812-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:02:43

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	3973029	100.000	551748	5422	1.127	--
总计		3973029	100.000	551748			

图82 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-813-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:07:35

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4227792	100.000	596471	5515	1.116	--
总计		4227792	100.000	596471			

图83 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-814-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:12:27

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3819587	100.000	539451	5543	1.110	--
总计		3819587	100.000	539451			

图84 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-815-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:17:19

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4078072	100.000	575854	5526	1.113	--
总计		4078072	100.000	575854			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-816-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:22:11

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4248110	100.000	598974	5509	1.116	--
总计		4248110	100.000	598974			

图86 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-817-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:27:03

处理时间 (V2) : 2024/03/23 09:59:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3760405	100.000	530545	5536	1.108	--
总计		3760405	100.000	530545			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-818-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:31:55

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3709848	100.000	523460	5534	1.108	--
总计		3709848	100.000	523460			

图88 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-819-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 18:36:46

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:00:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4460775	100.000	627928	5486	1.119	--
总计		4460775	100.000	627928			

图89 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-820-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 18:41:38

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.462	4470841	100.000	629777	5492	1.119	--
总计		4470841	100.000	629777			

图90 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-821-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-20

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 18:46:30


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4529509	100.000	637788	5489	1.119	--
总计		4529509	100.000	637788			

图91 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-822-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:51:21

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	4534407	100.000	638030	5478	1.119	--
总计		4534407	100.000	638030			

图92 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-823-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:56:13

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4423996	100.000	623243	5497	1.118	--
总计		4423996	100.000	623243			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-824-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 19:01:05

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4535061	100.000	638614	5497	1.119	--
总计		4535061	100.000	638614			

图94 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-825-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 19:05:57

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:00:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4450821	100.000	626936	5503	1.118	--
总计		4450821	100.000	626936			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-826-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-12

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 19:10:48


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4470536	100.000	629290	5504	1.119	--
总计		4470536	100.000	629290			

图96 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-827-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:15:40

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4525422	100.000	635497	5510	1.119	--
总计		4525422	100.000	635497			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-828-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:20:32

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.471	4529125	100.000	637559	5515	1.117	--
总计		4529125	100.000	637559			

图98 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-829-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:25:23

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	4443863	100.000	625627	5513	1.116	--
总计		4443863	100.000	625627			

图99 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-830-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 19:30:14

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4545118	100.000	639766	5518	1.117	--
总计		4545118	100.000	639766			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-831-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:35:06

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4453193	100.000	625859	5513	1.116	--
总计		4453193	100.000	625859			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-832-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:39:57

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4459865	100.000	626180	5516	1.115	--
总计		4459865	100.000	626180			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-833-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:44:49

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4533909	100.000	636569	5512	1.116	--
总计		4533909	100.000	636569			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-834-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-31

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 19:49:40


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4533022	100.000	635548	5524	1.117	--
总计		4533022	100.000	635548			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-835-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:54:32

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4440763	100.000	622534	5514	1.116	--
总计		4440763	100.000	622534			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-836-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:59:23

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4527720	100.000	634281	5515	1.118	--
总计		4527720	100.000	634281			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-837-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-5

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:04:15


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4443207	100.000	622773	5521	1.117	--
总计		4443207	100.000	622773			

图107 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-838-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-14

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:09:06


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4424013	100.000	620579	5525	1.116	--
总计		4424013	100.000	620579			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-839-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 20:13:57

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:00:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4524448	100.000	634546	5520	1.117	--
总计		4524448	100.000	634546			

图109 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-840-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-32

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:18:49


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4515599	100.000	633124	5525	1.118	--
总计		4515599	100.000	633124			

图110 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-841-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 20:23:40

处理时间 (V2): 2024/03/23 10:01:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4429252	100.000	621034	5529	1.116	--
总计		4429252	100.000	621034			

图111 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-842-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 20:28:31

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4525480	100.000	634343	5518	1.118	--
总计		4525480	100.000	634343			

图112 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-843-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 20:33:24

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.478	3972497	100.000	552994	5447	1.121	--
总计		3972497	100.000	552994			

图113 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-844-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 20:38:15

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	3972424	100.000	553288	5453	1.121	--
总计		3972424	100.000	553288			

图114 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-845-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 20:43:09

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-846-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 20:48:01

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3984070	100.000	554854	5453	1.122	--
总计		3984070	100.000	554854			

图116 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-847-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 20:52:55

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3986513	100.000	555067	5451	1.122	--
总计		3986513	100.000	555067			

图117 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-848-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 20:57:49

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:01:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3977760	100.000	554000	5454	1.122	--
总计		3977760	100.000	554000			

图118 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-849-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 21:02:42

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3980854	100.000	554552	5456	1.122	--
总计		3980854	100.000	554552			

图119 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-850-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 21:07:35

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3979492	100.000	554148	5453	1.122	--
总计		3979492	100.000	554148			

图120 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-851-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 21:12:27

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:01:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	3751261	100.000	529980	5582	1.104	--
总计		3751261	100.000	529980			

图121 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-852-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-10

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:17:19


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.478	3884587	100.000	548578	5583	1.106	--
总计		3884587	100.000	548578			

图122 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-853-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-19

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:22:11


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.478	3924332	100.000	553646	5570	1.107	--
总计		3924332	100.000	553646			

图123 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-854-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-28

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:27:03


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	3338272	100.000	472749	5610	1.097	--
总计		3338272	100.000	472749			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-855-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 21:31:54

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	3972440	100.000	559444	5571	1.108	--
总计		3972440	100.000	559444			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-856-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 21:36:46

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.477	3595092	100.000	507877	5595	1.101	--
总计		3595092	100.000	507877			

图126 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-857-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 21:41:38

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:01:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4531349	100.000	637007	5535	1.116	--
总计		4531349	100.000	637007			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-858-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 21:46:30

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4437965	100.000	623700	5542	1.116	--
总计		4437965	100.000	623700			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-859-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 21:51:22

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4440713	100.000	624084	5542	1.115	--
总计		4440713	100.000	624084			

图129 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-860-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 21:56:14

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4373579	100.000	614150	5543	1.114	--
总计		4373579	100.000	614150			

图130 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-861-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:01:06

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:01:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4456768	100.000	624903	5517	1.115	--
总计		4456768	100.000	624903			

图131 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-862-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-47

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:05:58


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4366900	100.000	613116	5517	1.115	--
总计		4366900	100.000	613116			

图132 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-863-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:10:50

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:02:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4498624	100.000	631805	5517	1.115	--
总计		4498624	100.000	631805			

图133 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-864-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 22:15:42

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4449494	100.000	623979	5511	1.115	--
总计		4449494	100.000	623979			

图134 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-865-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:20:34

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:02:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4437100	100.000	622783	5514	1.115	--
总计		4437100	100.000	622783			

图135 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-866-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:25:27

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4373277	100.000	614071	5517	1.114	--
总计		4373277	100.000	614071			

图136 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-867-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 22:30:19

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4460646	100.000	625993	5514	1.115	--
总计		4460646	100.000	625993			

图137 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-868-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 22:35:10

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4460021	100.000	626823	5514	1.115	--
总计		4460021	100.000	626823			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-869-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-4

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:40:02


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4517114	100.000	634393	5531	1.117	--
总计		4517114	100.000	634393			

图139 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-870-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 22:44:55

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4439555	100.000	624172	5545	1.114	--
总计		4439555	100.000	624172			

图140 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-871-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-22

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:49:47


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4429509	100.000	622963	5547	1.114	--
总计		4429509	100.000	622963			

图141 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-872-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/22 22:54:40
处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4359608	100.000	613737	5547	1.113	--
总计		4359608	100.000	613737			

图142 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-873-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 22:59:33

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4447070	100.000	626090	5545	1.115	--
总计		4447070	100.000	626090			

图143 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-874-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 23:04:25

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4437491	100.000	625405	5542	1.114	--
总计		4437491	100.000	625405			

图144 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-875-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 23:09:18

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:38

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	4445748	100.000	626982	5534	1.115	--
总计		4445748	100.000	626982			

图145 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-876-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 23:14:11

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4444913	100.000	626981	5516	1.117	--
总计		4444913	100.000	626981			

图146 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-877-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 23:19:04

处理时间 (V2): 2024/03/23 10:02:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.461	4421310	100.000	623200	5502	1.118	--
总计		4421310	100.000	623200			

图147 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-878-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 23:23:57

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:02:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.460	4343515	100.000	611308	5497	1.117	--
总计		4343515	100.000	611308			

图148 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-879-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-41

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 23:28:50


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.458	4455547	100.000	626801	5481	1.121	--
总计		4455547	100.000	626801			

图149 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-880-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 23:33:42

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.455	4461710	100.000	629281	5475	1.120	--
总计		4461710	100.000	629281			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-881-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 23:38:36

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.456	3967361	100.000	553238	5392	1.127	--
总计		3967361	100.000	553238			

图151 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-882-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 23:43:30

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:02:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.455	3959474	100.000	552470	5389	1.128	--
总计		3959474	100.000	552470			

图152 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-883-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 23:48:23

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:03:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-884-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 23:53:16

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.451	3990449	100.000	554886	5378	1.129	--
总计		3990449	100.000	554886			

图154 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-885-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 23:58:09

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.450	3984112	100.000	555257	5384	1.128	--
总计		3984112	100.000	555257			

图155 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-886-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 00:03:02

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:03:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.449	3988140	100.000	556386	5376	1.129	--
总计		3988140	100.000	556386			

图156 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-887-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:07:54

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.448	3988200	100.000	556398	5369	1.130	--
总计		3988200	100.000	556398			

图157 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-888-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:12:47

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.446	3987795	100.000	557099	5375	1.128	--
总计		3987795	100.000	557099			

图158 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-889-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 00:17:39

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:03:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.445	3509978	100.000	496979	5498	1.107	--
总计		3509978	100.000	496979			

图159 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-890-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 00:22:32

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.445	3195107	100.000	453305	5517	1.103	--
总计		3195107	100.000	453305			

图160 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-891-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:27:23

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.442	3773576	100.000	532772	5478	1.113	--
总计		3773576	100.000	532772			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-892-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:32:15

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.440	3795666	100.000	537127	5473	1.113	--
总计		3795666	100.000	537127			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-893-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 00:37:07


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.440	3410102	100.000	483443	5493	1.108	--
总计		3410102	100.000	483443			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-894-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:41:59

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	3730231	100.000	528273	5470	1.112	--
总计		3730231	100.000	528273			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-895-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 00:46:51

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:03:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	4472886	100.000	631494	5431	1.124	--
总计		4472886	100.000	631494			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-896-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 00:51:43

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	4507523	100.000	635284	5427	1.124	--
总计		4507523	100.000	635284			

图166 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-897-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 00:56:35


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	4557987	100.000	641983	5422	1.125	--
总计		4557987	100.000	641983			

图167 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-898-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 01:01:26

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	4563166	100.000	641554	5411	1.127	--
总计		4563166	100.000	641554			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-899-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-38

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:06:19


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 10:03:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	4383028	100.000	617491	5424	1.124	--
总计		4383028	100.000	617491			

图169 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-900-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 01:11:10

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	4520222	100.000	636216	5407	1.126	--
总计		4520222	100.000	636216			

图170 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-901-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:16:03

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	4483126	100.000	631192	5413	1.125	--
总计		4483126	100.000	631192			

图171 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-902-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 01:20:55

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4526332	100.000	638655	5421	1.127	--
总计		4526332	100.000	638655			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-903-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-21

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:25:47


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4554295	100.000	642858	5412	1.126	--
总计		4554295	100.000	642858			

图173 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-904-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:30:39

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	4587524	100.000	647528	5400	1.127	--
总计		4587524	100.000	647528			

图174 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-905-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 01:35:31

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:03:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	4501076	100.000	635921	5413	1.126	--
总计		4501076	100.000	635921			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-906-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:40:23

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	4527886	100.000	638606	5402	1.126	--
总计		4527886	100.000	638606			

图176 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-907-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-4

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:45:16


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	4476380	100.000	632279	5409	1.126	--
总计		4476380	100.000	632279			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-908-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-13

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:50:08


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	4527721	100.000	639146	5401	1.126	--
总计		4527721	100.000	639146			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-909-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-22

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:55:00


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 10:04:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	4567855	100.000	643625	5395	1.128	--
总计		4567855	100.000	643625			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-910-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:59:52

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	4576680	100.000	644820	5397	1.127	--
总计		4576680	100.000	644820			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-911-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 02:04:43

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	4494283	100.000	632568	5395	1.128	--
总计		4494283	100.000	632568			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-912-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-49

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:09:34


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 10:04:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	4512881	100.000	635667	5387	1.128	--
总计		4512881	100.000	635667			

图182 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-913-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 02:14:26

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	4469211	100.000	628811	5396	1.127	--
总计		4469211	100.000	628811			

图183 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-914-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 02:19:19

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:04:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	4528584	100.000	636375	5376	1.128	--
总计		4528584	100.000	636375			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-915-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-23

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:24:11


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	4556489	100.000	640333	5361	1.127	--
总计		4556489	100.000	640333			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-916-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 02:29:03

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 10:04:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	4558191	100.000	641624	5366	1.128	--
总计		4558191	100.000	641624			

图186 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-917-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-41

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:33:55


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	4483393	100.000	631892	5369	1.126	--
总计		4483393	100.000	631892			

图187 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-918-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-50

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:38:47


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	4513078	100.000	635648	5360	1.127	--
总计		4513078	100.000	635648			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-919-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:43:40


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	3991172	100.000	555077	5285	1.133	--
总计		3991172	100.000	555077			

图189 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-114/27-920-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 02:48:33

处理时间 (V2) : 2024/03/23 10:04:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	3991122	100.000	555075	5286	1.133	--
总计		3991122	100.000	555075			

图190 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2