



奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100864-201904	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	3333.33
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.09	252317	251560	250504	251406	251930	251543	0.28
2	15.06	252490	252534				252512	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
16669.52	16767.07	0.42	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

日期:



中间条件36月-供试品溶液-20210216批-shui(内含0.1%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	91784	-	91784	36.762	34.07	12.26	36.76	34.07	12.26
	2	85998	-	85998	34.444			34.44		
	3	88827	-	88827	35.577			35.58		
	4	91117	-	91117	36.494			36.49		
	5	64214	-	64214	25.719			25.72		
	6	88476	-	88476	35.437			35.44		
10min	1	143442	-	143442	57.452	55.30	3.72	57.66	55.49	3.75
	2	137180	-	137180	54.944			55.14		
	3	141015	-	141015	56.480			56.68		
	4	138166	-	138166	55.339			55.54		
	5	128607	-	128607	51.510			51.65		
	6	139979	-	139979	56.065			56.26		
15min	1	166231	-	166231	66.579	64.94	2.15	67.10	65.43	2.17
	2	161379	-	161379	64.636			65.13		
	3	165290	-	165290	66.202			66.71		
	4	158946	-	158946	63.662			64.17		
	5	157511	-	157511	63.087			63.52		
	6	163446	-	163446	65.464			65.97		
20min	1	176275	-	176275	70.602	70.17	1.93	71.50	71.02	1.95
	2	177949	-	177949	71.273			72.13		
	3	177932	-	177932	71.266			72.15		
	4	171767	-	171767	68.797			69.66		
	5	170141	-	170141	68.145			68.92		
	6	177045	-	177045	70.911			71.78		
30min	1	186258	-	186258	74.601	75.35	1.24	75.89	76.60	1.23
	2	184880	-	184880	74.049			75.30		
	3	191336	-	191336	76.635			77.91		
	4	189510	-	189510	75.903			77.15		
	5	187838	-	187838	75.233			76.39		
	6	188965	-	188965	75.685			76.95		
45min	1	200633	-	200633	80.358	81.05	1.19	82.06	82.72	1.20
	2	200732	-	200732	80.398			82.06		
	3	205276	-	205276	82.218			83.92		
	4	202416	-	202416	81.072			82.74		
	5	199859	-	199859	80.048			81.62		
	6	205243	-	205243	82.205			83.89		
60min	1	206402	-	206402	82.669	83.61	1.23	84.82	85.72	1.20
	2	209225	-	209225	83.799			85.91		
	3	213389	-	213389	85.467			87.62		
	4	207233	-	207233	83.002			85.12		
	5	209174	-	209174	83.779			85.80		
	6	207078	-	207078	82.940			85.08		
极限	1	212760	-	212760	85.215	85.58	0.71	87.82	88.17	0.72
	2	214691	-	214691	85.989			88.56		
	3	215532	-	215532	86.326			88.96		
	4	211841	-	211841	84.847			87.43		
	5	212472	-	212472	85.100			87.59		
	6	214798	-	214798	86.032			88.64		



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

日期:



奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100864-201904	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	3333.33
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.09	251916	252271	252089	251616	250995	251777	0.20
2	15.06	251643	252096				251870	0.13
单位质量响应值				RSD%	判断			
16685.02				0.17	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

日期:



中间条件36月-供试品溶液-20210217批-shui(内含0.1%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	75463	-	75463	30.249	33.19	8.02	30.25	33.19	8.02
	2	87217	-	87217	34.961			34.96		
	3	87144	-	87144	34.931			34.93		
	4	91178	-	91178	36.548			36.55		
	5	80216	-	80216	32.154			32.15		
	6	75631	-	75631	30.316			30.32		
10min	1	132128	-	132128	52.963	53.78	2.98	53.13	53.97	3.00
	2	139613	-	139613	55.963			56.16		
	3	135900	-	135900	54.475			54.67		
	4	136445	-	136445	54.693			54.90		
	5	132791	-	132791	53.229			53.41		
	6	128186	-	128186	51.383			51.55		
15min	1	159577	-	159577	63.966	62.92	1.67	64.43	63.40	1.67
	2	158454	-	158454	63.516			64.02		
	3	157519	-	157519	63.141			63.64		
	4	157777	-	157777	63.244			63.75		
	5	156299	-	156299	62.652			63.13		
	6	152111	-	152111	60.973			61.43		
20min	1	169298	-	169298	67.862	68.31	0.99	68.68	69.14	1.01
	2	173284	-	173284	69.460			70.32		
	3	170121	-	170121	68.192			69.04		
	4	169870	-	169870	68.092			68.95		
	5	171336	-	171336	68.679			69.50		
	6	168548	-	168548	67.562			68.35		
30min	1	188587	-	188587	75.594	74.60	2.18	76.79	75.82	2.16
	2	191139	-	191139	76.617			77.86		
	3	186903	-	186903	74.919			76.15		
	4	182310	-	182310	73.078			74.31		
	5	187422	-	187422	75.127			76.33		
	6	180333	-	180333	72.286			73.45		
45min	1	203226	-	203226	81.462	80.12	1.34	83.08	81.75	1.33
	2	202296	-	202296	81.089			82.76		
	3	200515	-	200515	80.376			82.02		
	4	196296	-	196296	78.684			80.33		
	5	199301	-	199301	79.889			81.51		
	6	197599	-	197599	79.207			80.78		
60min	1	201683	-	201683	80.844	81.42	1.44	82.91	83.49	1.39
	2	204173	-	204173	81.842			83.96		
	3	201070	-	201070	80.598			82.69		
	4	199682	-	199682	80.042			82.12		
	5	207774	-	207774	83.285			85.35		
	6	204357	-	204357	81.916			83.93		
极限	1	217192	-	217192	87.060	85.02	1.79	89.58	87.54	1.76
	2	210507	-	210507	84.381			86.96		
	3	212959	-	212959	85.364			87.90		
	4	214121	-	214121	85.829			88.35		
	5	211895	-	211895	84.937			87.47		
	6	205893	-	205893	82.531			85.00		



操作者:

日 期: 2026-08-13

复核者:

日 期:



奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100864-201904	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	3333.33
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.09	254836	254984	255053	253360	254003	254447	0.30
2	15.06	253503	254221				253862	0.20
单位质量响应值				RSD%	判断			
16861.96				0.03	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

日期:



中间条件36月-供试品溶液-20210218批-shui(内含0.1%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	74134	-	74134	29.444	32.27	7.30	29.44	32.26	7.30
	2	74646	-	74646	29.647			29.65		
	3	80626	-	80626	32.022			32.02		
	4	88501	-	88501	35.150			35.15		
	5	83394	-	83394	33.122			33.12		
	6	86143	-	86143	34.213			34.21		
10min	1	133472	-	133472	53.011	53.93	1.67	53.17	54.10	1.69
	2	133617	-	133617	53.069			53.23		
	3	135680	-	135680	53.888			54.07		
	4	138138	-	138138	54.864			55.06		
	5	134934	-	134934	53.592			53.78		
	6	138810	-	138810	55.131			55.32		
15min	1	155951	-	155951	61.939	63.51	1.98	62.40	63.99	1.99
	2	159623	-	159623	63.397			63.86		
	3	158008	-	158008	62.756			63.23		
	4	162637	-	162637	64.594			65.09		
	5	158729	-	158729	63.042			63.52		
	6	164566	-	164566	65.361			65.86		
20min	1	171940	-	171940	68.289	69.20	0.86	69.09	70.03	0.86
	2	176300	-	176300	70.021			70.83		
	3	173934	-	173934	69.081			69.91		
	4	174122	-	174122	69.156			70.01		
	5	175381	-	175381	69.656			70.49		
	6	173748	-	173748	69.007			69.87		
30min	1	180656	-	180656	71.751	74.41	2.22	72.93	75.62	2.22
	2	185671	-	185671	73.743			74.94		
	3	187697	-	187697	74.547			75.76		
	4	188853	-	188853	75.007			76.25		
	5	187819	-	187819	74.596			75.81		
	6	193369	-	193369	76.800			78.04		
45min	1	200528	-	200528	79.644	80.26	1.78	81.22	81.89	1.77
	2	196045	-	196045	77.863			79.47		
	3	202939	-	202939	80.601			82.22		
	4	203899	-	203899	80.982			82.64		
	5	202372	-	202372	80.376			82.01		
	6	206699	-	206699	82.094			83.76		
60min	1	207998	-	207998	82.610	82.60	1.96	84.63	84.68	1.92
	2	211816	-	211816	84.127			86.17		
	3	207633	-	207633	82.465			84.54		
	4	205979	-	205979	81.808			83.92		
	5	201616	-	201616	80.076			82.16		
	6	212841	-	212841	84.534			86.66		
极限	1	210977	-	210977	83.794	84.27	0.94	86.28	86.81	0.92
	2	213157	-	213157	84.659			87.17		
	3	209613	-	209613	83.252			85.78		
	4	214855	-	214855	85.334			87.90		
	5	213593	-	213593	84.833			87.36		
	6	210918	-	210918	83.770			86.37		



操作者:

日 期: 2026-08-13

复核者:

日 期:



奥美沙坦酯片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100864-201904	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.2	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	3333.33
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.09	251330	251977	251565	252782	253086	252148	0.31
2	15.06	249423	250025				249724	0.18
单位质量响应值				RSD%	判断			
16709.61		16581.94		0.55	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

日期:



中间条件36月-供试品溶液-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	80071	-	80071	32.210	30.99	15.70	32.21	30.99	15.71
	2	69091	-	69091	27.793			27.79		
	3	58619	-	58619	23.581			23.58		
	4	93659	-	93659	37.676			37.68		
	5	77149	-	77149	31.035			31.03		
	6	83615	-	83615	33.636			33.64		
10min	1	127291	-	127291	51.205	51.94	6.88	51.38	52.12	6.90
	2	128302	-	128302	51.612			51.77		
	3	112746	-	112746	45.354			45.49		
	4	135749	-	135749	54.608			54.82		
	5	134804	-	134804	54.228			54.40		
	6	135856	-	135856	54.651			54.84		
15min	1	156610	-	156610	63.000	62.23	3.46	63.46	62.69	3.49
	2	153659	-	153659	61.812			62.25		
	3	146474	-	146474	58.922			59.31		
	4	158445	-	158445	63.738			64.25		
	5	151477	-	151477	60.935			61.41		
	6	161486	-	161486	64.961			65.45		
20min	1	167143	-	167143	67.237	67.24	1.85	68.05	68.05	1.88
	2	171324	-	171324	68.919			69.70		
	3	162161	-	162161	65.233			65.94		
	4	167945	-	167945	67.559			68.43		
	5	165685	-	165685	66.650			67.46		
	6	168708	-	168708	67.866			68.72		
30min	1	178846	-	178846	71.944	73.33	1.18	73.13	74.51	1.17
	2	185113	-	185113	74.466			75.63		
	3	181631	-	181631	73.065			74.14		
	4	183335	-	183335	73.750			74.99		
	5	183255	-	183255	73.718			74.90		
	6	181520	-	181520	73.020			74.25		
45min	1	194529	-	194529	78.253	77.98	0.96	79.84	79.57	0.91
	2	192724	-	192724	77.527			79.11		
	3	195745	-	195745	78.742			80.22		
	4	191611	-	191611	77.079			78.73		
	5	192445	-	192445	77.415			79.01		
	6	196030	-	196030	78.857			80.49		
60min	1	201583	-	201583	81.091	80.79	0.98	83.11	82.81	0.96
	2	204403	-	204403	82.225			84.24		
	3	199796	-	199796	80.372			82.29		
	4	200531	-	200531	80.668			82.75		
	5	198871	-	198871	80.000			82.02		
	6	199823	-	199823	80.383			82.46		
极限	1	201891	-	201891	81.215	82.01	0.89	83.69	84.48	0.81
	2	204419	-	204419	82.232			84.70		
	3	205861	-	205861	82.812			85.17		
	4	201479	-	201479	81.049			83.58		
	5	205364	-	205364	82.612			85.08		
	6	204125	-	204125	82.113			84.63		



操作者:

日 期: 2026-08-13

复核者:

日 期:




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-227-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 11:47:38
处理时间 (V1) : 2024/03/26 11:50:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-228-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 11:51:04
处理时间 (V1) : 2024/03/26 11:54:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	252317	100.000	46027	5391	1.045	--
总计		252317	100.000	46027			

图2 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-229-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 11:54:30

处理时间 (V1) : 2024/03/26 11:57:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	251560	100.000	46029	5380	1.044	--
总计		251560	100.000	46029			

图3 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-230-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 11:57:56
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:00:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.612	250504	100.000	45949	5439	1.048	--
总计		250504	100.000	45949			

图4 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-231-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:01:21
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:04:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.612	251406	100.000	45929	5395	1.043	--
总计		251406	100.000	45929			

图5 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-232-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:04:47
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:07:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.612	251930	100.000	46012	5384	1.049	--
总计		251930	100.000	46012			

图6 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-233-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:08:11
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:11:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	91784	100.000	17274	5824	1.038	--
总计		91784	100.000	17274			

图7 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-234-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:11:36
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:14:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	85998	100.000	15979	5794	1.033	--
总计		85998	100.000	15979			

图8 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-235-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:15:03
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:18:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	88827	100.000	16816	5835	1.023	--
总计		88827	100.000	16816			

图9 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-236-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:18:27
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:21:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	91117	100.000	17282	5895	1.046	--
总计		91117	100.000	17282			

图10 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-237-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:21:52
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:24:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	64214	100.000	12131	5845	1.049	--
总计		64214	100.000	12131			

图11 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-238-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:25:17
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:28:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	88476	100.000	16655	5904	1.023	--
总计		88476	100.000	16655			

图12 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-239-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:28:41
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:31:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	143442	100.000	27177	5866	1.031	--
总计		143442	100.000	27177			

图13 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-240-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 12:32:07

处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:35:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	137180	100.000	25999	5870	1.036	--
总计		137180	100.000	25999			

图14 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-241-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:35:30
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:38:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	141015	100.000	26753	5937	1.033	--
总计		141015	100.000	26753			

图15 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-242-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:38:55
处理时间 (V1): 2024/03/26 12:41:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	138166	100.000	26360	5921	1.033	--
总计		138166	100.000	26360			

图16 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-243-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:42:20
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:45:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	128607	100.000	24356	5941	1.028	--
总计		128607	100.000	24356			

图17 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-244-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:45:43
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:48:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	139979	100.000	26672	5932	1.034	--
总计		139979	100.000	26672			

图18 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-245-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:49:08
处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:52:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	166231	100.000	31594	5930	1.031	--
总计		166231	100.000	31594			

图19 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-246-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:52:33
处理时间 (V1): 2024/03/26 12:55:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	161379	100.000	30772	5927	1.034	--
总计		161379	100.000	30772			

图20 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-247-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 12:55:58

处理时间 (V1) : 2024/03/26 12:59:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	165290	100.000	31271	5873	1.031	--
总计		165290	100.000	31271			

图21 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-248-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 12:59:24
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:02:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	158946	100.000	30246	5919	1.038	--
总计		158946	100.000	30246			

图22 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-249-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 13:02:48

处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:05:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	157511	100.000	29890	5915	1.029	--
总计		157511	100.000	29890			

图23 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-250-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:06:13
处理时间 (V1): 2024/03/26 13:09:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	163446	100.000	31048	5917	1.028	--
总计		163446	100.000	31048			

图24 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-251-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:09:38
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:12:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	176275	100.000	33527	5909	1.032	--
总计		176275	100.000	33527			

图25 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-252-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:13:04
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:16:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	177949	100.000	33670	5885	1.025	--
总计		177949	100.000	33670			

图26 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-253-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:16:30
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:19:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	177932	100.000	33875	5903	1.032	--
总计		177932	100.000	33875			

图27 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-254-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:19:54
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:22:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	171767	100.000	32704	5936	1.033	--
总计		171767	100.000	32704			

图28 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-255-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:23:18
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:26:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	170141	100.000	32186	5868	1.033	--
总计		170141	100.000	32186			

图29 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-256-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 13:26:43

处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:29:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	177045	100.000	33567	5908	1.031	--
总计		177045	100.000	33567			

图30 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-257-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:30:10
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:33:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	186258	100.000	35323	5909	1.030	--
总计		186258	100.000	35323			

图31 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-258-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:33:34
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:36:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	184880	100.000	35095	5914	1.037	--
总计		184880	100.000	35095			

图32 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-259-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:37:00
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:40:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	191336	100.000	36267	5895	1.027	--
总计		191336	100.000	36267			

图33 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-260-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:40:24
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:43:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	189510	100.000	36029	5925	1.030	--
总计		189510	100.000	36029			

图34 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-261-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 13:43:48

处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:46:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	187838	100.000	35599	5896	1.031	--
总计		187838	100.000	35599			

图35 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-262-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 13:47:13

处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:50:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	188965	100.000	35784	5880	1.036	--
总计		188965	100.000	35784			

图36 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-263-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:50:38
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:53:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	200633	100.000	38095	5925	1.035	--
总计		200633	100.000	38095			

图37 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-264-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:54:04
处理时间 (V1) : 2024/03/26 13:57:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	200732	100.000	37783	5885	1.033	--
总计		200732	100.000	37783			

图38 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-265-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 13:57:28
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:00:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	205276	100.000	38873	5899	1.031	--
总计		205276	100.000	38873			

图39 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-266-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:00:52
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:03:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	202416	100.000	38172	5893	1.032	--
总计		202416	100.000	38172			

图40 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-267-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 14:04:16

处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:07:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	199859	100.000	37883	5901	1.033	--
总计		199859	100.000	37883			

图41 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-268-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:07:41
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:10:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	205243	100.000	38829	5914	1.029	--
总计		205243	100.000	38829			

图42 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-269-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:11:07
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:14:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	206402	100.000	39022	5895	1.038	--
总计		206402	100.000	39022			

图43 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-270-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:14:31
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:17:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	209225	100.000	39727	5937	1.030	--
总计		209225	100.000	39727			

图44 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-271-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:17:55
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:20:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	213389	100.000	40591	5926	1.037	--
总计		213389	100.000	40591			

图45 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-272-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:21:20
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:24:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	207233	100.000	39320	5919	1.036	--
总计		207233	100.000	39320			

图46 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-273-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 14:24:46

处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:27:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	209174	100.000	39610	5913	1.035	--
总计		209174	100.000	39610			

图47 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-274-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 14:28:10

处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:31:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	207078	100.000	39295	5921	1.039	--
总计		207078	100.000	39295			

图48 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-275-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 14:31:36

处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:34:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	212760	100.000	40345	5925	1.035	--
总计		212760	100.000	40345			

图49 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-276-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:35:01
处理时间 (V1): 2024/03/26 14:38:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	214691	100.000	40646	5926	1.029	--
总计		214691	100.000	40646			

图50 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-277-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:38:28
处理时间 (V1): 2024/03/26 14:41:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	215532	100.000	40961	5952	1.035	--
总计		215532	100.000	40961			

图51 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-278-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:41:55
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:44:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	211841	100.000	40195	5928	1.037	--
总计		211841	100.000	40195			

图52 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-279-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:45:21
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:48:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	212472	100.000	40298	5933	1.032	--
总计		212472	100.000	40298			

图53 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-280-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:48:45
处理时间 (V1) : 2024/03/26 14:51:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	214798	100.000	40807	5924	1.034	--
总计		214798	100.000	40807			

图54 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-281-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:52:11
处理时间 (V1): 2024/03/26 14:55:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.615	252490	100.000	46560	5498	1.042	--
总计		252490	100.000	46560			

图55 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-282-1 - zzp-20210216p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 14:55:38
处理时间 (V1): 2024/03/26 14:58:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.611	252534	100.000	46609	5497	1.049	--
总计		252534	100.000	46609			

图56 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210216批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱 温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-283-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 14:59:04

处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:02:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-284-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:02:30
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:05:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	251916	100.000	46094	5423	1.049	--
总计		251916	100.000	46094			

图58 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-285-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:05:58
处理时间 (V1): 2024/03/26 15:08:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	252271	100.000	46117	5421	1.053	--
总计		252271	100.000	46117			

图59 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-286-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:09:24
处理时间 (V1): 2024/03/26 15:12:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.607	252089	100.000	46260	5420	1.049	--
总计		252089	100.000	46260			

图60 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-287-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 15:12:51

处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:15:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.606	251616	100.000	46268	5438	1.049	--
总计		251616	100.000	46268			

图61 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-288-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:16:18
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:19:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.606	250995	100.000	46259	5439	1.051	--
总计		250995	100.000	46259			

图62 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-289-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 15:19:45

处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:22:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	75463	100.000	14267	5953	1.031	--
总计		75463	100.000	14267			

图63 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-290-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:23:10
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:26:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.621	87217	100.000	16648	5865	1.045	--
总计		87217	100.000	16648			

图64 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-291-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:26:37
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:29:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	87144	100.000	16549	5959	1.024	--
总计		87144	100.000	16549			

图65 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-292-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:30:02
处理时间 (V1): 2024/03/26 15:33:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	91178	100.000	17386	5878	1.032	--
总计		91178	100.000	17386			

图66 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-293-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:33:28
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:36:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	80216	100.000	15274	5882	1.034	--
总计		80216	100.000	15274			

图67 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-294-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:36:54
处理时间 (V1): 2024/03/26 15:39:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	75631	100.000	14415	5927	1.041	--
总计		75631	100.000	14415			

图68 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-295-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:40:20
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:43:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	132128	100.000	25100	5955	1.038	--
总计		132128	100.000	25100			

图69 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-296-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:43:47
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:46:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	139613	100.000	26230	5913	1.033	--
总计		139613	100.000	26230			

图70 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-297-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:47:13
处理时间 (V1) : 2024/03/26 15:50:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	135900	100.000	25807	5935	1.031	--
总计		135900	100.000	25807			

图71 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-298-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:50:39
处理时间 (V1): 2024/03/26 15:53:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	136445	100.000	25783	5926	1.038	--
总计		136445	100.000	25783			

图72 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-299-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 15:54:05
处理时间 (V1): 2024/03/26 15:57:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	132791	100.000	24977	5915	1.038	--
总计		132791	100.000	24977			

图73 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-300-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 15:57:31

处理时间 (V1) : 2024/03/26 16:00:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	128186	100.000	24466	5979	1.039	--
总计		128186	100.000	24466			

图74 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-301-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 16:00:57
处理时间 (V1) : 2024/03/26 16:03:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	159577	100.000	30341	5953	1.034	--
总计		159577	100.000	30341			

图75 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-302-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 16:04:24
处理时间 (V1): 2024/03/26 16:07:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	158454	100.000	30137	5940	1.036	--
总计		158454	100.000	30137			

图76 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-303-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 16:07:49
处理时间 (V1): 2024/03/26 16:10:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	157519	100.000	29937	5955	1.034	--
总计		157519	100.000	29937			

图77 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-304-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 16:11:15
处理时间 (V1) : 2024/03/26 16:14:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	157777	100.000	30027	5938	1.036	--
总计		157777	100.000	30027			

图78 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-305-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 16:14:40
处理时间 (V1): 2024/03/26 16:17:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	156299	100.000	29696	5944	1.026	--
总计		156299	100.000	29696			

图79 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-306-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 16:18:06
处理时间 (V1): 2024/03/26 16:21:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	152111	100.000	29056	5966	1.027	--
总计		152111	100.000	29056			

图80 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-4/10-307-1 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 16:21:32
处理时间 (V1) : 2024/03/26 16:24:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	169298	100.000	32160	5933	1.035	--
总计		169298	100.000	32160			

图81 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-310-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:14:49
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	173284	100.000	32978	5893	1.040	--
总计		173284	100.000	32978			

图82 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-311-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 17:18:15

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	170121	100.000	32319	5901	1.040	--
总计		170121	100.000	32319			

图83 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-312-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:21:42
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	169870	100.000	32201	5915	1.040	--
总计		169870	100.000	32201			

图84 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-313-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:25:08
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:05:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	171336	100.000	32460	5899	1.036	--
总计		171336	100.000	32460			

图85 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-314-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 17:28:34

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	168548	100.000	31991	5896	1.038	--
总计		168548	100.000	31991			

图86 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-315-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:32:00
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	188587	100.000	35922	5933	1.038	--
总计		188587	100.000	35922			

图87 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-316-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:35:26
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	191139	100.000	36505	5939	1.037	--
总计		191139	100.000	36505			

图88 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-317-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:38:52
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:05:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	186903	100.000	35551	5925	1.037	--
总计		186903	100.000	35551			

图89 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-318-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 17:42:19

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	182310	100.000	34721	5937	1.041	--
总计		182310	100.000	34721			

图90 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-319-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 17:45:45

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	187422	100.000	35728	5927	1.037	--
总计		187422	100.000	35728			

图91 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-320-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:49:11
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	180333	100.000	34486	5936	1.037	--
总计		180333	100.000	34486			

图92 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-321-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:52:37
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:05:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	203226	100.000	38796	5939	1.040	--
总计		203226	100.000	38796			

图93 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-322-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:56:03
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	202296	100.000	38539	5917	1.040	--
总计		202296	100.000	38539			

图94 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-323-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 17:59:28
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	200515	100.000	38233	5966	1.034	--
总计		200515	100.000	38233			

图95 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-324-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:02:54
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:05:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	196296	100.000	37421	5912	1.040	--
总计		196296	100.000	37421			

图96 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-325-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:06:20
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	199301	100.000	38138	5962	1.040	--
总计		199301	100.000	38138			

图97 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-326-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:09:47
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	197599	100.000	37854	5978	1.042	--
总计		197599	100.000	37854			

图98 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-327-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:13:13
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	201683	100.000	38510	5932	1.037	--
总计		201683	100.000	38510			

图99 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-328-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:16:39
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	204173	100.000	38966	5952	1.037	--
总计		204173	100.000	38966			

图100 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-329-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:20:06
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	201070	100.000	38276	5918	1.039	--
总计		201070	100.000	38276			

图101 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-330-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:23:32
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	199682	100.000	38018	5912	1.041	--
总计		199682	100.000	38018			

图102 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-331-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:26:58
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	207774	100.000	39843	5965	1.034	--
总计		207774	100.000	39843			

图103 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-332-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:30:25
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	204357	100.000	38917	5938	1.038	--
总计		204357	100.000	38917			

图104 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-333-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:33:52
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	217192	100.000	41394	5984	1.034	--
总计		217192	100.000	41394			

图105 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-334-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:37:18
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	210507	100.000	40154	5946	1.036	--
总计		210507	100.000	40154			

图106 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-335-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:40:44
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	212959	100.000	40513	5962	1.032	--
总计		212959	100.000	40513			

图107 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-336-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:44:11
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	214121	100.000	40860	5963	1.041	--
总计		214121	100.000	40860			

图108 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-337-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:47:37
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	211895	100.000	40533	5956	1.042	--
总计		211895	100.000	40533			

图109 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-338-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:51:03
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	205893	100.000	39315	5954	1.036	--
总计		205893	100.000	39315			

图110 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-339-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 18:54:30
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	251643	100.000	46154	5477	1.053	--
总计		251643	100.000	46154			

图111 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-340-3 - zzp-20210217p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 18:57:58

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	252096	100.000	46488	5471	1.054	--
总计		252096	100.000	46488			

图112 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210217批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-341-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:01:23
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-342-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:04:48
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.611	254836	100.000	46712	5448	1.057	--
总计		254836	100.000	46712			

图114 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-343-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:08:13
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.610	254984	100.000	46714	5454	1.052	--
总计		254984	100.000	46714			

图115 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-344-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:11:38
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.609	255053	100.000	46622	5455	1.055	--
总计		255053	100.000	46622			

图116 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-345-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:15:03
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	253360	100.000	46572	5432	1.051	--
总计		253360	100.000	46572			

图117 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-346-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 19:18:28

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:06:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.608	254003	100.000	46580	5429	1.056	--
总计		254003	100.000	46580			

图118 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-347-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:21:52
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.619	74134	100.000	14187	5865	1.054	--
总计		74134	100.000	14187			

图119 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-348-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:25:17
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:06:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.621	74646	100.000	14321	5897	1.041	--
总计		74646	100.000	14321			

图120 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-349-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:28:41
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:07:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	80626	100.000	15408	5927	1.052	--
总计		80626	100.000	15408			

图121 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-350-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:32:06
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	88501	100.000	16859	5908	1.037	--
总计		88501	100.000	16859			

图122 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-351-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:35:31
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	83394	100.000	15844	5921	1.039	--
总计		83394	100.000	15844			

图123 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-352-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:38:55
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	86143	100.000	16390	5915	1.050	--
总计		86143	100.000	16390			

图124 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-353-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 19:42:19

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	133472	100.000	25408	5943	1.033	--
总计		133472	100.000	25408			

图125 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-354-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 19:45:43

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	133617	100.000	25621	5962	1.039	--
总计		133617	100.000	25621			

图126 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-355-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:49:07
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:07:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	135680	100.000	25846	5977	1.039	--
总计		135680	100.000	25846			

图127 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-356-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 19:52:31

处理时间 (V3): 2024/03/27 09:07:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	138138	100.000	26473	5977	1.039	--
总计		138138	100.000	26473			

图128 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-357-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:55:55
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	134934	100.000	25794	5954	1.042	--
总计		134934	100.000	25794			

图129 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-358-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 19:59:20
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	138810	100.000	26507	5935	1.037	--
总计		138810	100.000	26507			

图130 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-359-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:02:44
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	155951	100.000	29759	5947	1.040	--
总计		155951	100.000	29759			

图131 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-360-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:06:08
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	159623	100.000	30416	5957	1.040	--
总计		159623	100.000	30416			

图132 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-361-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:09:32
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	158008	100.000	29952	5916	1.036	--
总计		158008	100.000	29952			

图133 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-362-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 20:12:57

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	162637	100.000	31008	5929	1.043	--
总计		162637	100.000	31008			

图134 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-363-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:16:21
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	158729	100.000	30318	5940	1.038	--
总计		158729	100.000	30318			

图135 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-364-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 20:19:46

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	164566	100.000	31550	5967	1.041	--
总计		164566	100.000	31550			

图136 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-365-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:23:10
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	171940	100.000	32846	5957	1.044	--
总计		171940	100.000	32846			

图137 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-366-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:26:35
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	176300	100.000	33520	5934	1.039	--
总计		176300	100.000	33520			

图138 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-367-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:29:59
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	173934	100.000	33100	5975	1.042	--
总计		173934	100.000	33100			

图139 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-368-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 20:33:23

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	174122	100.000	33238	5919	1.045	--
总计		174122	100.000	33238			

图140 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-369-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:36:47
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	175381	100.000	33436	5929	1.038	--
总计		175381	100.000	33436			

图141 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-370-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:40:11
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	173748	100.000	33088	5935	1.043	--
总计		173748	100.000	33088			

图142 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-371-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:43:34
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	180656	100.000	34546	5948	1.043	--
总计		180656	100.000	34546			

图143 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-372-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 20:46:59

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:07:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	185671	100.000	35352	5943	1.047	--
总计		185671	100.000	35352			

图144 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-373-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:50:23
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	187697	100.000	35754	5966	1.046	--
总计		187697	100.000	35754			

图145 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-374-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:53:46
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	188853	100.000	36192	5981	1.042	--
总计		188853	100.000	36192			

图146 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-375-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 20:57:10
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	187819	100.000	35864	5951	1.036	--
总计		187819	100.000	35864			

图147 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-376-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:00:34
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	193369	100.000	36912	5962	1.040	--
总计		193369	100.000	36912			

图148 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-377-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:03:58
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:08:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	200528	100.000	38267	5980	1.042	--
总计		200528	100.000	38267			

图149 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-378-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:07:22
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	196045	100.000	37429	5954	1.037	--
总计		196045	100.000	37429			

图150 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-379-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:10:45
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	202939	100.000	38804	5959	1.036	--
总计		202939	100.000	38804			

图151 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-380-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 21:14:08

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	203899	100.000	38984	5969	1.047	--
总计		203899	100.000	38984			

图152 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-381-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 21:17:32

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	202372	100.000	38681	5973	1.042	--
总计		202372	100.000	38681			

图153 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-382-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:20:56
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	206699	100.000	39382	5965	1.038	--
总计		206699	100.000	39382			

图154 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-383-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:24:20
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	207998	100.000	39536	5953	1.039	--
总计		207998	100.000	39536			

图155 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-384-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:27:44
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	211816	100.000	40173	5935	1.042	--
总计		211816	100.000	40173			

图156 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-385-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:31:08
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	207633	100.000	39627	5964	1.043	--
总计		207633	100.000	39627			

图157 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-386-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:34:32
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	205979	100.000	39346	5967	1.041	--
总计		205979	100.000	39346			

图158 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-387-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:37:56
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	201616	100.000	38600	5966	1.050	--
总计		201616	100.000	38600			

图159 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-388-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:41:20
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	212841	100.000	40457	5930	1.041	--
总计		212841	100.000	40457			

图160 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-389-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:44:49
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:08:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	210977	100.000	40177	5952	1.040	--
总计		210977	100.000	40177			

图161 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-390-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:48:14
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:08:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	213157	100.000	40690	5960	1.037	--
总计		213157	100.000	40690			

图162 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-391-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 21:51:39
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	209613	100.000	40167	5990	1.043	--
总计		209613	100.000	40167			

图163 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱 温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-392-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 21:55:03

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	214855	100.000	41063	5984	1.040	--
总计		214855	100.000	41063			

图164 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-393-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 21:58:28

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	213593	100.000	40803	5976	1.037	--
总计		213593	100.000	40803			

图165 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-394-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:01:53
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	210918	100.000	40135	5938	1.040	--
总计		210918	100.000	40135			

图166 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-395-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:05:17
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.620	253503	100.000	46708	5518	1.050	--
总计		253503	100.000	46708			

图167 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-396-3 - zzp-20210218p-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 22:08:42

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:08:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	254221	100.000	46701	5511	1.051	--
总计		254221	100.000	46701			

图168 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-20210218批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-397-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:12:09
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
自制品-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-398-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:15:35
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	251330	100.000	46350	5457	1.061	--
总计		251330	100.000	46350			

图170 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-399-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:19:01
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.612	251977	100.000	46352	5453	1.055	--
总计		251977	100.000	46352			

图171 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-400-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 22:22:27

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.612	251565	100.000	46380	5434	1.060	--
总计		251565	100.000	46380			

图172 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-401-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:25:53
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.611	252782	100.000	46347	5448	1.053	--
总计		252782	100.000	46347			

图173 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-402-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:29:18
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.611	253086	100.000	46377	5439	1.056	--
总计		253086	100.000	46377			

图174 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-403-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:32:44
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.621	80071	100.000	15422	5929	1.052	--
总计		80071	100.000	15422			

图175 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-404-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:36:09
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	69091	100.000	13080	5912	1.046	--
总计		69091	100.000	13080			

图176 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-405-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:39:35
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	58619	100.000	11169	5993	1.057	--
总计		58619	100.000	11169			

图177 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-406-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:43:00
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	93659	100.000	17892	5989	1.037	--
总计		93659	100.000	17892			

图178 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-407-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:46:26
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	77149	100.000	14783	5983	1.054	--
总计		77149	100.000	14783			

图179 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-408-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:49:50
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	83615	100.000	15953	5972	1.042	--
总计		83615	100.000	15953			

图180 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-409-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 22:53:14

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	127291	100.000	24321	5966	1.042	--
总计		127291	100.000	24321			

图181 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-410-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 22:56:40
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	128302	100.000	24473	5964	1.042	--
总计		128302	100.000	24473			

图182 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-411-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 23:00:05

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	112746	100.000	21374	5897	1.045	--
总计		112746	100.000	21374			

图183 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-412-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:03:30
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	135749	100.000	25891	6016	1.038	--
总计		135749	100.000	25891			

图184 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-413-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:06:55
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	134804	100.000	25751	5996	1.046	--
总计		134804	100.000	25751			

图185 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-414-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:10:20
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	135856	100.000	25986	5973	1.039	--
总计		135856	100.000	25986			

图186 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-415-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:13:45
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	156610	100.000	29703	5947	1.043	--
总计		156610	100.000	29703			

图187 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-416-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:17:10
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	153659	100.000	29277	5925	1.042	--
总计		153659	100.000	29277			

图188 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-417-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:20:35
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	146474	100.000	27852	5926	1.039	--
总计		146474	100.000	27852			

图189 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-418-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:24:01
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:09:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	158445	100.000	30254	5975	1.041	--
总计		158445	100.000	30254			

图190 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-419-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 23:27:26

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	151477	100.000	28821	5945	1.034	--
总计		151477	100.000	28821			

图191 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-420-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:30:51
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:09:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	161486	100.000	30711	5960	1.042	--
总计		161486	100.000	30711			

图192 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-421-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/26 23:34:17

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	167143	100.000	31900	5982	1.038	--
总计		167143	100.000	31900			

图193 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-422-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:37:43
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	171324	100.000	32737	5937	1.040	--
总计		171324	100.000	32737			

图194 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-423-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:41:09
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:10:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	162161	100.000	30979	5967	1.047	--
总计		162161	100.000	30979			

图195 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-424-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:44:34
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:10:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	167945	100.000	31998	5961	1.039	--
总计		167945	100.000	31998			

图196 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-425-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:48:00
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	165685	100.000	31615	5941	1.046	--
总计		165685	100.000	31615			

图197 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-426-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:51:25
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:10:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	168708	100.000	32222	5954	1.042	--
总计		168708	100.000	32222			

图198 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-427-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:54:51
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:10:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	178846	100.000	34074	5977	1.039	--
总计		178846	100.000	34074			

图199 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-428-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/26 23:58:17
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	185113	100.000	35207	5977	1.047	--
总计		185113	100.000	35207			

图200 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-429-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:01:44
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	181631	100.000	34527	5944	1.041	--
总计		181631	100.000	34527			

图201 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-430-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:05:09
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:10:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	183335	100.000	34984	5992	1.037	--
总计		183335	100.000	34984			

图202 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-431-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:08:35
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	183255	100.000	34912	5970	1.038	--
总计		183255	100.000	34912			

图203 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-432-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:12:00
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	181520	100.000	34578	5965	1.045	--
总计		181520	100.000	34578			

图204 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-433-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:15:26
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	194529	100.000	37128	5995	1.041	--
总计		194529	100.000	37128			

图205 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-434-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:18:51
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:10:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	192724	100.000	36694	5965	1.039	--
总计		192724	100.000	36694			

图206 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-435-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:22:16
处理时间 (V3): 2024/03/27 09:10:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	195745	100.000	37357	5993	1.040	--
总计		195745	100.000	37357			

图207 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-436-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:25:42
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	191611	100.000	36576	5971	1.042	--
总计		191611	100.000	36576			

图208 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-437-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:29:08
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	192445	100.000	36785	5978	1.036	--
总计		192445	100.000	36785			

图209 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-438-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:32:33
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	196030	100.000	37397	5975	1.039	--
总计		196030	100.000	37397			

图210 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-439-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/27 00:35:59

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	201583	100.000	38314	5943	1.039	--
总计		201583	100.000	38314			

图211 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-440-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:39:25
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	204403	100.000	38967	5966	1.040	--
总计		204403	100.000	38967			

图212 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-441-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/27 00:42:52

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	199796	100.000	38094	5989	1.036	--
总计		199796	100.000	38094			

图213 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-442-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:46:18
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	200531	100.000	38210	5957	1.043	--
总计		200531	100.000	38210			

图214 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-443-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:49:44
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	198871	100.000	37803	5984	1.033	--
总计		198871	100.000	37803			

图215 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-444-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 00:53:09
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:10:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	199823	100.000	38156	5983	1.039	--
总计		199823	100.000	38156			

图216 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-445-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/27 00:56:36

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	201891	100.000	38555	5992	1.037	--
总计		201891	100.000	38555			

图217 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-446-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/27 01:00:02

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	204419	100.000	38967	5953	1.039	--
总计		204419	100.000	38967			

图218 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-447-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 01:03:29
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	205861	100.000	38999	5956	1.041	--
总计		205861	100.000	38999			

图219 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-448-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 01:06:55
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	201479	100.000	38344	5944	1.039	--
总计		201479	100.000	38344			

图220 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-449-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 01:10:22
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	205364	100.000	39079	5967	1.039	--
总计		205364	100.000	39079			

图221 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-450-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/27 01:13:48

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	204125	100.000	38864	5957	1.035	--
总计		204125	100.000	38864			

图222 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-451-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50 μl

进样时间: 2024/03/27 01:17:14

处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.621	249423	100.000	45819	5460	1.054	--
总计		249423	100.000	45819			

图223 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




J428

<样品信息>

色谱柱:LP-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$J428 - 10-8/10-452-3 - cb-SX026YAp-zjtj36y-rcqx-shui-0.1SDSjz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$J428 - 20240326-FX259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50 μl
进样时间: 2024/03/27 01:20:40
处理时间 (V3) : 2024/03/27 09:11:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 2.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	250025	100.000	45638	5445	1.051	--
总计		250025	100.000	45638			

图224 奥美沙坦酯片溶出曲线测定中间条件36月HPLC图谱
参比制剂-SX026YA批-shui(内含0.1%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2