




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-247-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 12:35:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-248-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 12:40:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	1425323	100.000	225902	4277	1.192	--
总计		1425323	100.000	225902			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-249-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 12:44:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	1425337	100.000	225775	4270	1.193	--
总计		1425337	100.000	225775			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-250-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 12:49:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	1425818	100.000	225644	4269	1.194	--
总计		1425818	100.000	225644			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-251-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 12:53:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	1426696	100.000	225906	4264	1.194	--
总计		1426696	100.000	225906			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-252-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 12:57:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	1425596	100.000	225669	4264	1.195	--
总计		1425596	100.000	225669			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-253-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:02:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	987501	100.000	168877	5196	1.208	--
总计		987501	100.000	168877			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-254-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:06:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	942496	100.000	161404	5207	1.208	--
总计		942496	100.000	161404			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-255-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:11:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	613488	100.000	104977	5189	1.207	--
总计		613488	100.000	104977			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-256-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:15:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	846829	100.000	144759	5187	1.207	--
总计		846829	100.000	144759			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-257-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:20:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	849134	100.000	145637	5212	1.205	--
总计		849134	100.000	145637			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-258-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:24:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	850987	100.000	145808	5219	1.206	--
总计		850987	100.000	145808			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-259-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:28:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1332625	100.000	227275	5176	1.207	--
总计		1332625	100.000	227275			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-260-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:33:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:06:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1339043	100.000	228328	5165	1.205	--
总计		1339043	100.000	228328			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-261-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:37:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1127134	100.000	192190	5160	1.205	--
总计		1127134	100.000	192190			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-262-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:42:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1277954	100.000	217825	5150	1.206	--
总计		1277954	100.000	217825			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-263-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:46:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1267757	100.000	216193	5144	1.205	--
总计		1267757	100.000	216193			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-264-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:51:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1302840	100.000	222287	5160	1.204	--
总计		1302840	100.000	222287			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-265-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:55:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1429397	100.000	244175	5166	1.204	--
总计		1429397	100.000	244175			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-266-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 13:59:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1439073	100.000	245477	5152	1.205	--
总计		1439073	100.000	245477			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-267-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:04:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1333432	100.000	226849	5145	1.206	--
总计		1333432	100.000	226849			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-268-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:08:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1405654	100.000	239023	5138	1.206	--
总计		1405654	100.000	239023			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-269-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:13:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1420367	100.000	241798	5148	1.204	--
总计		1420367	100.000	241798			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-270-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:17:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1412009	100.000	240726	5160	1.203	--
总计		1412009	100.000	240726			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-271-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:22:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1459742	100.000	248820	5152	1.204	--
总计		1459742	100.000	248820			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-272-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:26:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1467993	100.000	250010	5145	1.205	--
总计		1467993	100.000	250010			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-273-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:30:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1387081	100.000	236371	5151	1.205	--
总计		1387081	100.000	236371			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-274-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:35:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1445631	100.000	246044	5139	1.205	--
总计		1445631	100.000	246044			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-275-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:39:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1461388	100.000	249337	5160	1.205	--
总计		1461388	100.000	249337			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-276-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:44:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1453278	100.000	247627	5153	1.206	--
总计		1453278	100.000	247627			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-277-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:48:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1469187	100.000	250550	5147	1.203	--
总计		1469187	100.000	250550			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-278-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:53:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1481623	100.000	253557	5173	1.203	--
总计		1481623	100.000	253557			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-279-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 14:57:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1403654	100.000	240401	5178	1.204	--
总计		1403654	100.000	240401			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-280-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:01:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1470317	100.000	252203	5200	1.202	--
总计		1470317	100.000	252203			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-281-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:06:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1484564	100.000	253791	5171	1.206	--
总计		1484564	100.000	253791			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-282-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:10:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:07:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1484117	100.000	253357	5169	1.208	--
总计		1484117	100.000	253357			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-283-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:15:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1491083	100.000	254499	5174	1.207	--
总计		1491083	100.000	254499			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-284-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:19:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1486999	100.000	254017	5167	1.204	--
总计		1486999	100.000	254017			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-285-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:24:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1412786	100.000	241446	5171	1.205	--
总计		1412786	100.000	241446			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-286-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:28:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1488765	100.000	254059	5160	1.206	--
总计		1488765	100.000	254059			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-287-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:32:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1486334	100.000	253974	5163	1.204	--
总计		1486334	100.000	253974			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-288-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:37:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1506596	100.000	257363	5166	1.205	--
总计		1506596	100.000	257363			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-289-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:41:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1483133	100.000	253203	5155	1.206	--
总计		1483133	100.000	253203			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-290-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:46:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1486558	100.000	253995	5168	1.204	--
总计		1486558	100.000	253995			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-291-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:50:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1416600	100.000	241960	5159	1.205	--
总计		1416600	100.000	241960			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-292-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:55:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1492110	100.000	254869	5161	1.205	--
总计		1492110	100.000	254869			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-293-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 15:59:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1486811	100.000	253986	5164	1.205	--
总计		1486811	100.000	253986			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-294-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:03:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1508754	100.000	257917	5162	1.204	--
总计		1508754	100.000	257917			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-295-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:08:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1548965	100.000	264800	5162	1.203	--
总计		1548965	100.000	264800			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-296-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:12:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1597861	100.000	272755	5145	1.204	--
总计		1597861	100.000	272755			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-297-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:17:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1592012	100.000	272166	5158	1.203	--
总计		1592012	100.000	272166			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-298-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:21:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1614407	100.000	275883	5161	1.206	--
总计		1614407	100.000	275883			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-299-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:26:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1605703	100.000	274299	5156	1.208	--
总计		1605703	100.000	274299			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-300-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:30:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1568234	100.000	268374	5173	1.206	--
总计		1568234	100.000	268374			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-301-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:34:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	1429308	100.000	226731	4277	1.193	--
总计		1429308	100.000	226731			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-302-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:39:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	1428699	100.000	227018	4289	1.193	--
总计		1428699	100.000	227018			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-303-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 40 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:43:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:08:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-304-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:48:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	1420182	100.000	224755	4264	1.193	--
总计		1420182	100.000	224755			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-305-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:52:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	1420032	100.000	224939	4266	1.194	--
总计		1420032	100.000	224939			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-306-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 16:56:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	1420924	100.000	224676	4257	1.194	--
总计		1420924	100.000	224676			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-307-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:01:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	1421212	100.000	224819	4251	1.194	--
总计		1421212	100.000	224819			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
: 40°C
: RC\$SMF-4033 - 0-29/30-308-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
: RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
: 3-18
: 40 μl
: 2024/03/27 17:05:48
: 2024/03/28 09:09:11
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 224nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	1421117	100.000	224461	4245	1.195	--
总计		1421117	100.000	224461			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-309-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:10:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1032038	100.000	176166	5117	1.203	--
总计		1032038	100.000	176166			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-310-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:14:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	978675	100.000	167130	5121	1.203	--
总计		978675	100.000	167130			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-311-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:19:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	874499	100.000	149376	5132	1.203	--
总计		874499	100.000	149376			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-312-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:23:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	888012	100.000	151809	5135	1.201	--
总计		888012	100.000	151809			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-313-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:27:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	918204	100.000	156580	5119	1.204	--
总计		918204	100.000	156580			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-314-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:32:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	986674	100.000	168428	5130	1.202	--
总计		986674	100.000	168428			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-315-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:36:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1431165	100.000	244545	5133	1.202	--
总计		1431165	100.000	244545			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-316-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:41:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1368667	100.000	233812	5166	1.203	--
总计		1368667	100.000	233812			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-317-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:45:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1315265	100.000	225413	5189	1.201	--
总计		1315265	100.000	225413			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-318-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:49:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1283176	100.000	220115	5197	1.202	--
总计		1283176	100.000	220115			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-319-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:54:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1352379	100.000	231622	5192	1.201	--
总计		1352379	100.000	231622			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-320-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 17:58:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1328571	100.000	227882	5206	1.201	--
总计		1328571	100.000	227882			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-321-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:03:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1492739	100.000	256572	5201	1.199	--
总计		1492739	100.000	256572			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-322-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:07:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1430892	100.000	245966	5215	1.200	--
总计		1430892	100.000	245966			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-323-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:11:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.676	1388727	100.000	238703	5225	1.201	--
总计		1388727	100.000	238703			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-324-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:16:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1420525	100.000	244078	5211	1.201	--
总计		1420525	100.000	244078			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-325-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:20:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:09:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1437687	100.000	247050	5209	1.200	--
总计		1437687	100.000	247050			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-326-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:25:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1398934	100.000	240143	5202	1.201	--
总计		1398934	100.000	240143			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-327-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:29:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1499695	100.000	257666	5191	1.201	--
总计		1499695	100.000	257666			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-328-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:33:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1464505	100.000	251442	5185	1.200	--
总计		1464505	100.000	251442			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-329-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:38:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1419733	100.000	243942	5205	1.200	--
总计		1419733	100.000	243942			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-330-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:42:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1471701	100.000	252927	5195	1.201	--
总计		1471701	100.000	252927			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-331-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:47:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1460031	100.000	251104	5200	1.200	--
总计		1460031	100.000	251104			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-332-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:51:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	1414449	100.000	243060	5206	1.201	--
总计		1414449	100.000	243060			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-333-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 18:55:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1519925	100.000	261630	5201	1.201	--
总计		1519925	100.000	261630			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-334-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:00:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1488962	100.000	256490	5212	1.201	--
总计		1488962	100.000	256490			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-335-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:04:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1430345	100.000	246406	5214	1.201	--
总计		1430345	100.000	246406			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-336-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:08:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1520548	100.000	261841	5211	1.201	--
总计		1520548	100.000	261841			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-337-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:13:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1468679	100.000	252703	5204	1.203	--
总计		1468679	100.000	252703			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-338-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:17:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1428098	100.000	245937	5210	1.203	--
总计		1428098	100.000	245937			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-339-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:22:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1503183	100.000	258973	5212	1.204	--
总计		1503183	100.000	258973			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-340-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:26:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1491486	100.000	257148	5223	1.204	--
总计		1491486	100.000	257148			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-341-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:30:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1432219	100.000	246753	5217	1.203	--
总计		1432219	100.000	246753			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-342-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:35:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.678	1538359	100.000	264857	5208	1.204	--
总计		1538359	100.000	264857			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-343-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:39:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1469869	100.000	253311	5204	1.203	--
总计		1469869	100.000	253311			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-344-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:44:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1425313	100.000	245512	5199	1.203	--
总计		1425313	100.000	245512			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-345-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:48:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1502702	100.000	258979	5206	1.203	--
总计		1502702	100.000	258979			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-346-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:52:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:10:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1491068	100.000	257246	5212	1.202	--
总计		1491068	100.000	257246			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-347-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 19:57:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1432245	100.000	247077	5218	1.202	--
总计		1432245	100.000	247077			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-348-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:01:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1539520	100.000	265964	5228	1.201	--
总计		1539520	100.000	265964			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-349-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:06:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1467936	100.000	253268	5213	1.201	--
总计		1467936	100.000	253268			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-350-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:10:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1428280	100.000	246225	5206	1.202	--
总计		1428280	100.000	246225			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-351-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:14:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1569156	100.000	270719	5211	1.201	--
总计		1569156	100.000	270719			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-352-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:19:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1570189	100.000	270602	5199	1.202	--
总计		1570189	100.000	270602			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-353-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:23:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1532801	100.000	264203	5202	1.201	--
总计		1532801	100.000	264203			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-354-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:28:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1587818	100.000	273868	5206	1.200	--
总计		1587818	100.000	273868			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-355-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:32:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1550288	100.000	267868	5226	1.198	--
总计		1550288	100.000	267868			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-356-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:36:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1553148	100.000	268362	5223	1.198	--
总计		1553148	100.000	268362			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-357-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:41:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1426189	100.000	228651	4355	1.191	--
总计		1426189	100.000	228651			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-358-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:45:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1426620	100.000	228722	4354	1.190	--
总计		1426620	100.000	228722			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-359-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:50:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-360-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:54:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1427998	100.000	228836	4352	1.192	--
总计		1427998	100.000	228836			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-361-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 20:58:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1428312	100.000	228895	4353	1.192	--
总计		1428312	100.000	228895			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-362-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:03:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1429132	100.000	229106	4358	1.191	--
总计		1429132	100.000	229106			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-363-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:07:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1428169	100.000	228907	4352	1.191	--
总计		1428169	100.000	228907			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-364-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:12:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1427870	100.000	228703	4347	1.192	--
总计		1427870	100.000	228703			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-365-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:16:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	913707	100.000	157790	5239	1.204	--
总计		913707	100.000	157790			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-366-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:21:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	886535	100.000	152941	5230	1.206	--
总计		886535	100.000	152941			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-367-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:25:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	791437	100.000	136649	5237	1.204	--
总计		791437	100.000	136649			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-368-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:29:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:11:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	858620	100.000	147826	5209	1.209	--
总计		858620	100.000	147826			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
: 40°C
: RC\$SMF-4033 - 0-29/30-369-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
: RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
: 4-37
: 40 μl
: 2024/03/27 21:34:11
: 2024/03/28 09:12:00
: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 224nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	776245	100.000	133616	5205	1.208	--
总计		776245	100.000	133616			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-370-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:38:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	801944	100.000	138076	5210	1.209	--
总计		801944	100.000	138076			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-371-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:42:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1289737	100.000	222267	5227	1.211	--
总计		1289737	100.000	222267			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-372-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:47:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1308191	100.000	225385	5222	1.211	--
总计		1308191	100.000	225385			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-373-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:51:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1192563	100.000	205812	5244	1.210	--
总计		1192563	100.000	205812			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-374-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 21:56:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1271275	100.000	219771	5264	1.211	--
总计		1271275	100.000	219771			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-375-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:00:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1201259	100.000	207348	5248	1.212	--
总计		1201259	100.000	207348			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-376-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:05:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1237829	100.000	213768	5254	1.210	--
总计		1237829	100.000	213768			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-377-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:09:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1390670	100.000	240115	5247	1.210	--
总计		1390670	100.000	240115			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-378-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:13:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1416808	100.000	244321	5241	1.209	--
总计		1416808	100.000	244321			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-379-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:18:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1334857	100.000	230415	5251	1.210	--
总计		1334857	100.000	230415			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-380-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:22:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1361764	100.000	234742	5237	1.211	--
总计		1361764	100.000	234742			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-381-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:27:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1355223	100.000	233530	5228	1.212	--
总计		1355223	100.000	233530			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-382-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:31:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1360965	100.000	234722	5240	1.211	--
总计		1360965	100.000	234722			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-383-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:35:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.679	1439408	100.000	247927	5222	1.212	--
总计		1439408	100.000	247927			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-384-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:40:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1465765	100.000	252216	5216	1.212	--
总计		1465765	100.000	252216			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-385-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:44:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1425654	100.000	245225	5215	1.212	--
总计		1425654	100.000	245225			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-386-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:49:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1404523	100.000	241456	5207	1.212	--
总计		1404523	100.000	241456			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-387-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:53:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1436933	100.000	246788	5198	1.212	--
总计		1436933	100.000	246788			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-388-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 22:57:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1416454	100.000	243251	5194	1.212	--
总计		1416454	100.000	243251			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-389-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:02:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1478778	100.000	254521	5218	1.209	--
总计		1478778	100.000	254521			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-390-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:06:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:12:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1511432	100.000	260186	5225	1.212	--
总计		1511432	100.000	260186			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-391-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:11:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1499257	100.000	258072	5225	1.211	--
总计		1499257	100.000	258072			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-392-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:15:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1449896	100.000	249351	5217	1.212	--
总计		1449896	100.000	249351			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-393-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:19:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1506292	100.000	258667	5196	1.210	--
总计		1506292	100.000	258667			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-394-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:24:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1510327	100.000	259297	5198	1.211	--
总计		1510327	100.000	259297			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-395-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:28:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1501784	100.000	257866	5197	1.212	--
总计		1501784	100.000	257866			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-396-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:33:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1529801	100.000	263007	5218	1.211	--
总计		1529801	100.000	263007			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-397-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:37:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1530872	100.000	263262	5216	1.211	--
总计		1530872	100.000	263262			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-398-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:42:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1478935	100.000	254296	5209	1.213	--
总计		1478935	100.000	254296			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-399-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:46:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1534395	100.000	263641	5203	1.212	--
总计		1534395	100.000	263641			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-400-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:50:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1554907	100.000	266890	5202	1.213	--
总计		1554907	100.000	266890			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-401-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:55:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1506553	100.000	258808	5206	1.214	--
总计		1506553	100.000	258808			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-402-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/27 23:59:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1536740	100.000	264053	5213	1.215	--
总计		1536740	100.000	264053			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-403-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:04:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1540897	100.000	264442	5193	1.215	--
总计		1540897	100.000	264442			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-404-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:08:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1490727	100.000	255674	5195	1.215	--
总计		1490727	100.000	255674			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-405-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:13:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1537327	100.000	263877	5189	1.214	--
总计		1537327	100.000	263877			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-406-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:17:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1557501	100.000	267142	5180	1.213	--
总计		1557501	100.000	267142			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-407-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:21:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1527977	100.000	262052	5195	1.214	--
总计		1527977	100.000	262052			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-408-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:26:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1563151	100.000	267649	5177	1.216	--
总计		1563151	100.000	267649			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-409-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:30:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	1555678	100.000	266472	5174	1.217	--
总计		1555678	100.000	266472			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-410-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:35:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1544432	100.000	264510	5171	1.217	--
总计		1544432	100.000	264510			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-411-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:39:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:13:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1552096	100.000	265871	5177	1.215	--
总计		1552096	100.000	265871			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-412-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:43:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:14:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	1571428	100.000	268893	5169	1.216	--
总计		1571428	100.000	268893			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-413-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:48:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:14:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	1426777	100.000	226709	4292	1.204	--
总计		1426777	100.000	226709			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 224nm
数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-29/30-414-2 - zzp-24032201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240327-rcqx-FX279.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240327-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/28 00:52:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/03/28 09:14:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	1426284	100.000	226539	4281	1.202	--
总计		1426284	100.000	226539			