


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-395-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 21:39:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-396-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 21:42:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	168001	51.555	27674	2010	1.243	--
2	2.306	157868	48.445	21547	2333	1.182	3.097
总计		325869	100.000	49221			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-397-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 21:46:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	167668	51.520	27734	2014	1.239	--
2	2.305	157772	48.480	21564	2339	1.180	3.103
总计		325439	100.000	49298			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-398-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 21:49:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	167623	51.478	27668	2016	1.238	--
2	2.306	157998	48.522	21550	2334	1.180	3.099
总计		325620	100.000	49217			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-399-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/01 21:53:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	167536	51.502	27703	2018	1.238	--
2	2.306	157765	48.498	21553	2337	1.181	3.101
总计		325301	100.000	49256			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-400-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/01 21:56:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	167423	51.495	27700	2021	1.239	--
2	2.305	157701	48.505	21559	2340	1.181	3.102
总计		325124	100.000	49259			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-401-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 21:59:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	70707	51.318	12818	2513	1.233	--
2	2.321	67076	48.682	9655	2651	1.185	3.336
总计		137782	100.000	22473			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-402-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P2.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:03:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	44935	25.590	8204	2543	1.235	--
2	2.324	130660	74.410	18838	2672	1.182	3.344
总计		175595	100.000	27043			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-403-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:06:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	75202	41.042	13645	2529	1.232	--
2	2.324	108028	58.958	15491	2647	1.180	3.345
总计		183231	100.000	29136			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-404-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P4.lc
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/01 22:10:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	43752	25.588	7971	2538	1.235	--
2	2.321	127238	74.412	18368	2668	1.178	3.343
总计		170990	100.000	26339			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-405-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:13:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>


检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	114834	50.200	20912	2542	1.234	--
2	2.322	113919	49.800	16464	2673	1.178	3.344
总计		228753	100.000	37377			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-406-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-5min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:16:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	82278	44.306	15048	2546	1.230	--
2	2.321	103425	55.694	14988	2686	1.178	3.358
总计		185704	100.000	30036			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-407-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P1.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:20:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	156955	56.060	28594	2543	1.231	--
2	2.320	123020	43.940	17736	2649	1.173	3.330
总计		279975	100.000	46329			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-408-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P2.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:23:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.792	120894	42.068	21979	2557	1.231	--
2	2.331	166484	57.932	23966	2674	1.176	3.346
总计		287378	100.000	45945			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-409-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P3.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:27:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	155569	50.892	28401	2546	1.227	--
2	2.321	150116	49.108	21659	2661	1.178	3.334
总计		305684	100.000	50061			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-410-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P4.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:30:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	143801	46.509	26198	2535	1.235	--
2	2.322	165386	53.491	23814	2656	1.178	3.347
总计		309187	100.000	50012			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-411-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P5.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:34:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	176799	53.753	32177	2532	1.230	--
2	2.323	152111	46.247	21836	2642	1.177	3.333
总计		328910	100.000	54014			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-412-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-10min-P6.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:37:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	159358	49.109	29143	2552	1.231	--
2	2.320	165139	50.891	23939	2690	1.176	3.351
总计		324497	100.000	53082			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-413-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P1.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:40:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	178971	55.117	32651	2536	1.231	--
2	2.319	145738	44.883	20965	2656	1.178	3.330
总计		324708	100.000	53617			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-414-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P2.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:44:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	161697	48.014	29502	2561	1.229	--
2	2.319	175077	51.986	25203	2655	1.177	3.329
总计		336775	100.000	54705			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-415-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P3.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:47:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	178997	53.012	32592	2545	1.232	--
2	2.319	158658	46.988	22779	2644	1.178	3.320
总计		337655	100.000	55371			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-416-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P4.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:51:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	177320	50.931	32453	2549	1.231	--
2	2.317	170835	49.069	24542	2654	1.178	3.329
总计		348155	100.000	56995			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-417-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P5.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:54:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	187368	53.188	34187	2541	1.230	--
2	2.319	164906	46.812	23599	2624	1.177	3.319
总计		352274	100.000	57786			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-418-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-15min-P6.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 22:57:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	181641	51.669	33311	2558	1.229	--
2	2.324	169905	48.331	24578	2688	1.176	3.337
总计		351547	100.000	57889			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-419-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P1.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/01 23:01:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>


检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	182048	54.064	33316	2544	1.229	--
2	2.317	154681	45.936	22262	2659	1.176	3.329
总计		336729	100.000	55578			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-420-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P2.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:04:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	172409	50.337	31492	2534	1.229	--
2	2.317	170104	49.663	24425	2641	1.176	3.317
总计		342513	100.000	55917			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-421-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P3.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/01 23:08:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	185097	53.519	33779	2538	1.230	--
2	2.317	160755	46.481	23068	2644	1.176	3.318
总计		345852	100.000	56847			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-422-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P4.l
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/01 23:11:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	185046	52.036	33815	2543	1.229	--
2	2.317	170565	47.964	24429	2634	1.177	3.317
总计		355611	100.000	58244			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-423-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P5.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:15:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	189527	53.174	34619	2544	1.226	--
2	2.317	166903	46.826	23967	2638	1.175	3.314
总计		356431	100.000	58586			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-424-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-20min-P6.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:18:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>


检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	190206	52.668	34670	2536	1.227	--
2	2.319	170934	47.332	24689	2673	1.172	3.332
总计		361140	100.000	59359			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-425-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P1.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:21:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:10:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	183663	53.600	33135	2462	1.228	--
2	2.321	158993	46.400	22977	2668	1.172	3.332
总计		342655	100.000	56113			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-426-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P2.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:25:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	182199	51.883	33079	2498	1.225	--
2	2.324	168973	48.117	24463	2695	1.172	3.330
总计		351172	100.000	57541			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-427-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P3.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/01 23:28:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	190867	52.982	34602	2484	1.225	--
2	2.319	169383	47.018	24420	2663	1.171	3.324
总计		360250	100.000	59021			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-428-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P4.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:32:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	188049	52.849	34094	2487	1.225	--
2	2.319	167773	47.151	24295	2688	1.170	3.332
总计		355822	100.000	58389			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-429-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P5.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:35:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.781	187019	52.649	34049	2500	1.225	--
2	2.317	168200	47.351	24362	2695	1.171	3.339
总计		355219	100.000	58411			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-430-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-30min-P6.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:38:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	193722	53.203	35191	2504	1.225	--
2	2.326	170397	46.797	24650	2709	1.170	3.348
总计		364119	100.000	59841			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-431-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P1.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:42:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	182222	53.411	32839	2480	1.228	--
2	2.320	158948	46.589	23075	2696	1.171	3.330
总计		341169	100.000	55913			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-432-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P2.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:45:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.781	184927	52.379	33646	2492	1.226	--
2	2.317	168129	47.621	24374	2692	1.171	3.335
总计		353056	100.000	58020			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-433-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P3.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:49:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	188125	53.135	34245	2493	1.224	--
2	2.315	165924	46.865	24115	2690	1.169	3.335
总计		354050	100.000	58361			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-434-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P4.l
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:52:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	189614	53.118	34287	2473	1.225	--
2	2.320	167351	46.882	24209	2678	1.169	3.335
总计		356965	100.000	58496			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-435-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P5.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/01 23:56:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	190050	53.110	34436	2484	1.226	--
2	2.318	167793	46.890	24262	2685	1.170	3.327
总计		357843	100.000	58698			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-54/26-436-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-45min-P6.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/01 23:59:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:11:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	188255	52.611	34008	2461	1.224	--
2	2.317	169573	47.389	24497	2681	1.171	3.321
总计		357828	100.000	58505			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 26-437-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/02 00:02:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:09:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	186889	52.564	34298	2498	1.193	--
2	2.326	168658	47.436	24432	2690	1.179	3.334
总计		355547	100.000	58729			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-438-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P2.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/02 00:06:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	198250	53.518	34011	2436	1.354	--
2	2.328	172186	46.482	24461	2654	1.237	3.302
总计		370436	100.000	58471			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-439-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P3.1
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:09:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	188728	53.149	34190	2504	1.227	--
2	2.327	166362	46.851	24074	2705	1.174	3.336
总计		355089	100.000	58265			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-440-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P4.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/02 00:13:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	189267	52.740	34334	2496	1.226	--
2	2.323	169598	47.260	24638	2708	1.175	3.329
总计		358865	100.000	58972			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-441-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P5.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/02 00:16:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	187235	52.434	34021	2497	1.229	--
2	2.317	169851	47.566	24598	2687	1.175	3.327
总计		357086	100.000	58620			




SMF-4077

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温:30°C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-442-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-60min-P6.1
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 50 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/04/02 00:20:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.781	189310	53.317	34334	2476	1.227	--
2	2.316	165757	46.683	24025	2680	1.172	3.320
总计		355067	100.000	58359			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-443-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:23:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	186953	53.072	33860	2466	1.228	--
2	2.315	165312	46.928	23946	2677	1.173	3.317
总计		352265	100.000	57806			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-444-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:26:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	185618	52.541	33727	2498	1.231	--
2	2.316	167662	47.459	24347	2697	1.174	3.329
总计		353280	100.000	58074			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-445-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:30:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.781	188404	52.875	34274	2495	1.227	--
2	2.315	167919	47.125	24405	2693	1.172	3.327
总计		356323	100.000	58678			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-446-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:33:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.781	190325	53.112	34596	2490	1.227	--
2	2.315	168021	46.888	24388	2686	1.171	3.323
总计		358347	100.000	58985			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-447-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:37:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.781	187567	53.138	34102	2486	1.227	--
2	2.315	165412	46.862	24030	2686	1.172	3.322
总计		352980	100.000	58132			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-448-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:40:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.781	186356	52.352	33902	2489	1.226	--
2	2.315	169614	47.648	24564	2666	1.165	3.315
总计		355970	100.000	58466			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-449-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/04/02 00:44:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	168526	51.484	28090	2062	1.232	--
2	2.303	158812	48.516	21870	2376	1.175	3.101
总计		327338	100.000	49960			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:232nm
数据文件名: RC\$SMF-4077 - 0-55/26-450-2 - zzp-2024011222p-rcqx-pH6.8+0.2tw80jz-10mg10mg-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4077 - 20240401-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/02 00:47:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/04/02 17:12:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	169086	51.527	28132	2051	1.234	--
2	2.303	159065	48.473	21880	2370	1.177	3.093
总计		328151	100.000	50013			