



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-139-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 10:58:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:01:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-140-2 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:02:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/04 16:34:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	94934	100.000	22790	3543	1.187	--
总计		94934	100.000	22790			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-141-2 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:05:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/04 16:35:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	94992	100.000	22815	3552	1.189	--
总计		94992	100.000	22815			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-142-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:09:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:12:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	94973	100.000	22805	3548	1.190	--
总计		94973	100.000	22805			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-143-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:12:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:15:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	95145	100.000	22829	3547	1.188	--
总计		95145	100.000	22829			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-144-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:15:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:18:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95363	100.000	22838	3524	1.176	--
总计		95363	100.000	22838			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-145-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:19:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:22:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	10370	100.000	2640	3947	1.155	--
总计		10370	100.000	2640			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-146-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:22:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:25:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	10549	100.000	2690	3961	1.159	--
总计		10549	100.000	2690			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-147-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:26:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:29:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	10284	100.000	2643	4000	1.186	--
总计		10284	100.000	2643			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-148-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:29:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:32:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	10675	100.000	2694	3904	1.096	--
总计		10675	100.000	2694			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-149-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:32:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:35:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	11336	100.000	2886	3963	1.141	--
总计		11336	100.000	2886			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-150-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:36:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:39:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	10141	100.000	2605	3984	1.165	--
总计		10141	100.000	2605			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-151-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:39:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:42:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	21114	100.000	5362	3953	1.178	--
总计		21114	100.000	5362			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-152-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:43:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:46:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	20918	100.000	5282	3905	1.171	--
总计		20918	100.000	5282			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-153-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:46:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:49:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	21013	100.000	5344	3958	1.181	--
总计		21013	100.000	5344			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-154-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:50:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:53:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	20934	100.000	5292	3934	1.166	--
总计		20934	100.000	5292			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-155-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:53:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:56:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	20996	100.000	5311	3932	1.175	--
总计		20996	100.000	5311			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-156-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 11:56:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 11:59:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	21010	100.000	5331	3946	1.168	--
总计		21010	100.000	5331			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-157-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:00:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:03:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	28295	100.000	7161	3931	1.172	--
总计		28295	100.000	7161			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-158-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:03:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:06:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	29147	100.000	7347	3919	1.179	--
总计		29147	100.000	7347			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-159-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:07:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:10:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	29403	100.000	7456	3953	1.184	--
总计		29403	100.000	7456			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-160-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:10:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:13:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	28784	100.000	7246	3917	1.169	--
总计		28784	100.000	7246			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-161-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:13:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:16:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	30194	100.000	7598	3899	1.185	--
总计		30194	100.000	7598			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-162-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:17:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:20:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	29512	100.000	7482	3944	1.178	--
总计		29512	100.000	7482			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V1)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 31-5/31-163-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-20min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 1-4
: 50 μl
: 2024/05/03 12:20:42
: 2024/05/03 12:23:43
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	34317	100.000	8645	3923	1.178	--
总计		34317	100.000	8645			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-164-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:24:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:27:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	35087	100.000	8873	3933	1.174	--
总计		35087	100.000	8873			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-165-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:27:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:30:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	35115	100.000	8860	3914	1.186	--
总计		35115	100.000	8860			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-166-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:30:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:33:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	35613	100.000	9010	3944	1.172	--
总计		35613	100.000	9010			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-167-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:34:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:37:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	35527	100.000	8950	3908	1.178	--
总计		35527	100.000	8950			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-168-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:37:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:40:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	35422	100.000	8932	3927	1.180	--
总计		35422	100.000	8932			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-169-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:41:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:44:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	41961	100.000	10595	3936	1.175	--
总计		41961	100.000	10595			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-170-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:44:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:47:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	42671	100.000	10810	3971	1.176	--
总计		42671	100.000	10810			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-171-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:47:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:51:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	41716	100.000	10525	3920	1.182	--
总计		41716	100.000	10525			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-172-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:51:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:54:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	42374	100.000	10708	3953	1.172	--
总计		42374	100.000	10708			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-173-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:54:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 12:57:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	43076	100.000	10849	3933	1.165	--
总计		43076	100.000	10849			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-174-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 12:58:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:01:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	41994	100.000	10602	3929	1.182	--
总计		41994	100.000	10602			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-175-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:01:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:04:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	48179	100.000	12114	3904	1.180	--
总计		48179	100.000	12114			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-176-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:05:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:08:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	50190	100.000	12632	3918	1.176	--
总计		50190	100.000	12632			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-177-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:08:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:11:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	48854	100.000	12335	3933	1.182	--
总计		48854	100.000	12335			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-178-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:11:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:14:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	47674	100.000	11975	3899	1.176	--
总计		47674	100.000	11975			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-179-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:15:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:18:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	49230	100.000	12381	3905	1.179	--
总计		49230	100.000	12381			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-180-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:18:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:21:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	47828	100.000	12033	3910	1.180	--
总计		47828	100.000	12033			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-181-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:22:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:25:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	52699	100.000	13305	3938	1.177	--
总计		52699	100.000	13305			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-182-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:25:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:28:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	53722	100.000	13558	3945	1.174	--
总计		53722	100.000	13558			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V1)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 31-5/31-183-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-60min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 1-25
: 50 μl
: 2024/05/03 13:28:55
: 2024/05/03 13:31:55
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	53598	100.000	13512	3920	1.186	--
总计		53598	100.000	13512			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-184-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:32:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:35:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	54458	100.000	13617	3897	1.150	--
总计		54458	100.000	13617			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-185-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:35:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:38:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	55171	100.000	13864	3911	1.175	--
总计		55171	100.000	13864			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-186-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:39:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:42:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	53411	100.000	13438	3916	1.179	--
总计		53411	100.000	13438			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V1)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 31-5/31-187-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-90min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 1-8
: 50 μl
: 2024/05/03 13:42:32
: 2024/05/03 13:45:34
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	59824	100.000	15044	3921	1.175	--
总计		59824	100.000	15044			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V1)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 31-5/31-188-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-90min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 1-17
: 50 μl
: 2024/05/03 13:45:59
: 2024/05/03 13:48:59
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	60547	100.000	15128	3883	1.163	--
总计		60547	100.000	15128			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-189-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:49:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:52:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	58860	100.000	14789	3906	1.182	--
总计		58860	100.000	14789			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-190-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:52:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:55:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	59155	100.000	14889	3921	1.174	--
总计		59155	100.000	14889			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-191-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:56:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 13:59:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	60760	100.000	15285	3923	1.182	--
总计		60760	100.000	15285			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-192-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 13:59:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:02:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	58719	100.000	14816	3927	1.184	--
总计		58719	100.000	14816			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-193-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:03:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:06:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	62543	100.000	15728	3924	1.171	--
总计		62543	100.000	15728			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-194-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:06:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:09:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	63317	100.000	15938	3931	1.174	--
总计		63317	100.000	15938			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-195-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:09:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:13:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	63102	100.000	15909	3934	1.178	--
总计		63102	100.000	15909			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-196-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:13:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:16:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	62853	100.000	15837	3941	1.166	--
总计		62853	100.000	15837			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-197-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:16:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:19:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	63248	100.000	15937	3928	1.172	--
总计		63248	100.000	15937			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-198-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:20:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:23:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	63144	100.000	15938	3940	1.176	--
总计		63144	100.000	15938			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V1)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 31-5/31-199-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 4-2
: 50 μl
: 2024/05/03 14:23:39
: 2024/05/03 14:26:40
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	66486	100.000	16744	3931	1.175	--
总计		66486	100.000	16744			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-200-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:27:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:30:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	66288	100.000	16685	3926	1.170	--
总计		66288	100.000	16685			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-201-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:30:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:33:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	66294	100.000	16702	3928	1.175	--
总计		66294	100.000	16702			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-202-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:33:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:36:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	65642	100.000	16493	3906	1.171	--
总计		65642	100.000	16493			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-203-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:37:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:40:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	66940	100.000	16835	3925	1.171	--
总计		66940	100.000	16835			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-204-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:40:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:43:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	64855	100.000	16316	3923	1.175	--
总计		64855	100.000	16316			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-205-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:44:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:47:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95935	100.000	23124	3565	1.188	--
总计		95935	100.000	23124			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-206-1 - zzp-24043001p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:47:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:50:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	95913	100.000	23142	3566	1.192	--
总计		95913	100.000	23142			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V1)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 31-5/31-207-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-rj.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 2-9
: 50 μl
: 2024/05/03 14:51:01
: 2024/05/03 14:54:01
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-208-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:54:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 14:57:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95511	100.000	23056	3569	1.188	--
总计		95511	100.000	23056			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-209-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 14:57:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:00:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95976	100.000	23154	3571	1.190	--
总计		95976	100.000	23154			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-210-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:01:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:04:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95824	100.000	23121	3572	1.192	--
总计		95824	100.000	23121			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-211-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:04:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:07:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95840	100.000	23113	3571	1.191	--
总计		95840	100.000	23113			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-212-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:08:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:11:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95608	100.000	23078	3569	1.189	--
总计		95608	100.000	23078			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-213-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:11:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:14:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	11149	100.000	2836	3985	1.133	--
总计		11149	100.000	2836			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-214-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:15:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:18:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	12104	100.000	3078	3955	1.121	--
总计		12104	100.000	3078			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-215-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:18:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:21:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	12069	100.000	3087	3974	1.157	--
总计		12069	100.000	3087			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-216-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:21:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:24:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	12509	100.000	3195	3985	1.155	--
总计		12509	100.000	3195			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-217-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:25:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:28:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	12084	100.000	3081	3969	1.147	--
总计		12084	100.000	3081			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-218-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:28:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:31:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	11742	100.000	3006	3982	1.167	--
总计		11742	100.000	3006			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-219-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:32:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:35:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	21664	100.000	5492	3930	1.166	--
总计		21664	100.000	5492			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V1)
仪器型号


: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 31-5/31-220-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-10min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 2-11
: 50 μl
: 2024/05/03 15:35:36
: 2024/05/03 15:38:37
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	21778	100.000	5513	3938	1.165	--
总计		21778	100.000	5513			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-221-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:39:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:42:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	21929	100.000	5588	3982	1.179	--
总计		21929	100.000	5588			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-222-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:42:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:45:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	22428	100.000	5678	3929	1.177	--
总计		22428	100.000	5678			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-223-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:45:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:48:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	21846	100.000	5551	3962	1.178	--
总计		21846	100.000	5551			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-224-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:49:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:52:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	21697	100.000	5516	3962	1.179	--
总计		21697	100.000	5516			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-225-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:52:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:55:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	30276	100.000	7494	3837	1.101	--
总计		30276	100.000	7494			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-226-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:56:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 15:59:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	29829	100.000	7552	3945	1.166	--
总计		29829	100.000	7552			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-227-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 15:59:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:02:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	29366	100.000	7417	3933	1.174	--
总计		29366	100.000	7417			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-228-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:03:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:06:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	29868	100.000	7554	3934	1.172	--
总计		29868	100.000	7554			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-229-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:06:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:09:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	29618	100.000	7507	3948	1.173	--
总计		29618	100.000	7507			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-230-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:09:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:12:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	29184	100.000	7399	3953	1.179	--
总计		29184	100.000	7399			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-231-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:13:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:16:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	35017	100.000	8829	3917	1.174	--
总计		35017	100.000	8829			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-232-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:16:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:19:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	35335	100.000	8932	3944	1.172	--
总计		35335	100.000	8932			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-233-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:20:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:23:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	34253	100.000	8660	3932	1.181	--
总计		34253	100.000	8660			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-5/31-234-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:23:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 16:26:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	35650	100.000	9018	3942	1.175	--
总计		35650	100.000	9018			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-235-2 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名:
样品瓶号 : 2-40 版本号: 6.115
进样体积 : 50 μl 实验者: xiexinhui
进样时间 : 2024/05/03 16:27:07 处理者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/04 16:40:52
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	34971	100.000	8830	3937	1.173	--
总计		34971	100.000	8830			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 31-6/31-236-1 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 16:59:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V1) : 2024/05/03 17:02:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	34221	100.000	8684	3961	1.185	--
总计		34221	100.000	8684			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-237-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:02:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	41717	100.000	10522	3945	1.169	--
总计		41717	100.000	10522			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-238-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:06:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	41594	100.000	10484	3941	1.170	--
总计		41594	100.000	10484			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-239-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:09:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	37937	100.000	9563	3925	1.172	--
总计		37937	100.000	9563			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-240-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:12:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	40953	100.000	10342	3940	1.172	--
总计		40953	100.000	10342			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-241-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:16:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	40538	100.000	10212	3927	1.170	--
总计		40538	100.000	10212			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-242-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:19:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	41738	100.000	10569	3969	1.175	--
总计		41738	100.000	10569			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-243-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:23:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	48429	100.000	12237	3949	1.172	--
总计		48429	100.000	12237			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-37/31-244-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-45min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 2-15
: 50 μl
: 2024/05/03 17:26:39
: 2024/05/04 16:43:39
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	50002	100.000	12622	3949	1.173	--
总计		50002	100.000	12622			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-245-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:30:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	48439	100.000	12254	3956	1.177	--
总计		48439	100.000	12254			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-246-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:33:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	48039	100.000	12168	3953	1.174	--
总计		48039	100.000	12168			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-247-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:36:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	50233	100.000	12296	3817	1.068	--
总计		50233	100.000	12296			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-248-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:40:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	47435	100.000	11999	3947	1.181	--
总计		47435	100.000	11999			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-249-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:43:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	49977	100.000	12569	3928	1.175	--
总计		49977	100.000	12569			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-250-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:47:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	52699	100.000	13262	3919	1.175	--
总计		52699	100.000	13262			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-251-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:50:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	53225	100.000	13379	3922	1.166	--
总计		53225	100.000	13379			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-252-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:54:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:43:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	52617	100.000	13251	3936	1.172	--
总计		52617	100.000	13251			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-253-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 17:57:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	51912	100.000	13085	3926	1.176	--
总计		51912	100.000	13085			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-254-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:01:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	52794	100.000	13341	3942	1.183	--
总计		52794	100.000	13341			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-255-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:04:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	58971	100.000	14878	3935	1.167	--
总计		58971	100.000	14878			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-256-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:07:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	58689	100.000	14759	3922	1.174	--
总计		58689	100.000	14759			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-257-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:11:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	58603	100.000	14764	3932	1.177	--
总计		58603	100.000	14764			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-258-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:14:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	58322	100.000	14708	3903	1.173	--
总计		58322	100.000	14708			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-259-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:18:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	57041	100.000	14383	3906	1.182	--
总计		57041	100.000	14383			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-260-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:21:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	57868	100.000	14588	3923	1.170	--
总计		57868	100.000	14588			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-261-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:25:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	63032	100.000	15842	3927	1.170	--
总计		63032	100.000	15842			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-37/31-262-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-120min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 4-12
: 50 μl
: 2024/05/03 18:28:28
: 2024/05/04 16:44:24
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	62442	100.000	15719	3915	1.163	--
总计		62442	100.000	15719			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-263-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:31:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	61518	100.000	15463	3888	1.171	--
总计		61518	100.000	15463			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-264-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:35:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	62388	100.000	15691	3910	1.171	--
总计		62388	100.000	15691			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-265-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:38:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	62908	100.000	15822	3930	1.169	--
总计		62908	100.000	15822			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-266-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:42:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	62176	100.000	15667	3934	1.173	--
总计		62176	100.000	15667			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-267-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:45:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	66471	100.000	16695	3925	1.168	--
总计		66471	100.000	16695			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-268-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:48:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	64915	100.000	16329	3928	1.170	--
总计		64915	100.000	16329			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-269-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:52:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	65330	100.000	16435	3925	1.172	--
总计		65330	100.000	16435			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-270-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:55:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	65259	100.000	16375	3905	1.165	--
总计		65259	100.000	16375			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-271-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 18:59:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	64140	100.000	16132	3931	1.175	--
总计		64140	100.000	16132			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-272-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:02:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	65415	100.000	16461	3928	1.177	--
总计		65415	100.000	16461			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-273-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:06:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	97470	100.000	23543	3594	1.191	--
总计		97470	100.000	23543			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-274-3 - zzp-24043002p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:09:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:44:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	97370	100.000	23529	3591	1.190	--
总计		97370	100.000	23529			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V3)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-37/31-275-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-rj.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
: 3-9
: 50 μl
: 2024/05/03 19:12:55
: 2024/05/04 16:44:57
: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 240nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-276-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:16:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	95803	100.000	23115	3563	1.191	--
总计		95803	100.000	23115			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-277-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:19:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.634	95602	100.000	23099	3561	1.192	--
总计		95602	100.000	23099			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-278-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:23:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	96021	100.000	23112	3568	1.192	--
总计		96021	100.000	23112			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-279-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:26:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	95691	100.000	23063	3565	1.192	--
总计		95691	100.000	23063			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-280-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:30:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	95260	100.000	23016	3591	1.189	--
总计		95260	100.000	23016			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-281-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:33:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	36044	100.000	9141	3944	1.177	--
总计		36044	100.000	9141			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-282-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:36:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	37893	100.000	9595	3955	1.175	--
总计		37893	100.000	9595			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-283-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:40:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	36818	100.000	9352	3959	1.175	--
总计		36818	100.000	9352			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-284-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:43:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	36238	100.000	9205	3973	1.170	--
总计		36238	100.000	9205			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-285-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:47:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	36194	100.000	9176	3965	1.178	--
总计		36194	100.000	9176			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-286-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:50:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	35824	100.000	9144	3982	1.181	--
总计		35824	100.000	9144			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-287-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:53:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	48528	100.000	12263	3946	1.181	--
总计		48528	100.000	12263			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-288-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 19:57:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	50996	100.000	12889	3963	1.176	--
总计		50996	100.000	12889			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-289-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:00:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	47526	100.000	11920	3910	1.166	--
总计		47526	100.000	11920			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-290-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:04:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	50165	100.000	12663	3941	1.174	--
总计		50165	100.000	12663			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-291-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:07:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	49525	100.000	12536	3959	1.179	--
总计		49525	100.000	12536			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-292-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:10:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	48950	100.000	12444	3975	1.182	--
总计		48950	100.000	12444			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-293-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:14:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	55910	100.000	14132	3951	1.178	--
总计		55910	100.000	14132			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-294-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:17:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	57288	100.000	14522	3971	1.177	--
总计		57288	100.000	14522			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-295-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:21:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	57038	100.000	14478	3986	1.177	--
总计		57038	100.000	14478			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-296-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:24:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	55066	100.000	13907	3925	1.176	--
总计		55066	100.000	13907			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-297-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:27:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	57198	100.000	14489	3961	1.184	--
总计		57198	100.000	14489			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-298-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:31:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	56361	100.000	14240	3934	1.180	--
总计		56361	100.000	14240			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-299-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:34:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:45:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	57703	100.000	14508	3918	1.170	--
总计		57703	100.000	14508			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-300-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:38:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	61592	100.000	15566	3957	1.182	--
总计		61592	100.000	15566			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-301-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:41:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	58276	100.000	14749	3929	1.180	--
总计		58276	100.000	14749			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-302-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:44:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	62353	100.000	15778	3965	1.178	--
总计		62353	100.000	15778			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-303-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:48:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	61585	100.000	15540	3938	1.173	--
总计		61585	100.000	15540			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-304-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:51:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	60949	100.000	15371	3963	1.165	--
总计		60949	100.000	15371			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-305-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:55:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	65603	100.000	16544	3941	1.174	--
总计		65603	100.000	16544			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-306-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 20:58:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	67197	100.000	16961	3947	1.177	--
总计		67197	100.000	16961			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-307-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:01:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	65171	100.000	16411	3932	1.170	--
总计		65171	100.000	16411			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-308-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:05:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	67917	100.000	17186	3969	1.178	--
总计		67917	100.000	17186			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-309-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:08:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	68365	100.000	17296	3968	1.179	--
总计		68365	100.000	17296			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-310-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:11:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	67030	100.000	17003	3981	1.181	--
总计		67030	100.000	17003			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-311-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:15:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	71315	100.000	18032	3973	1.181	--
总计		71315	100.000	18032			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-312-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:18:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	70932	100.000	17950	3966	1.178	--
总计		70932	100.000	17950			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-313-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:22:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	71216	100.000	18041	3974	1.181	--
总计		71216	100.000	18041			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-314-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:25:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	72266	100.000	18345	3978	1.178	--
总计		72266	100.000	18345			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-315-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:28:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	71442	100.000	18108	3972	1.178	--
总计		71442	100.000	18108			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-316-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:32:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	70456	100.000	17827	3937	1.181	--
总计		70456	100.000	17827			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-317-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:35:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	75652	100.000	19249	3985	1.178	--
总计		75652	100.000	19249			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-318-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:39:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	76407	100.000	19337	3951	1.175	--
总计		76407	100.000	19337			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-319-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:42:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	73143	100.000	18507	3975	1.179	--
总计		73143	100.000	18507			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-320-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:45:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	77072	100.000	19588	3994	1.177	--
总计		77072	100.000	19588			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-321-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:49:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	76483	100.000	19430	4004	1.178	--
总计		76483	100.000	19430			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-322-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:52:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	75091	100.000	19071	3998	1.176	--
总计		75091	100.000	19071			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-323-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:56:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:46:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	78404	100.000	19865	3971	1.181	--
总计		78404	100.000	19865			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-324-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 21:59:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	80575	100.000	20431	3988	1.180	--
总计		80575	100.000	20431			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-325-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:02:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	80458	100.000	20374	3981	1.175	--
总计		80458	100.000	20374			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-326-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:06:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	79983	100.000	20305	4000	1.177	--
总计		79983	100.000	20305			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-327-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:09:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	80131	100.000	20391	4015	1.182	--
总计		80131	100.000	20391			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-328-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:13:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	75686	100.000	19155	3972	1.178	--
总计		75686	100.000	19155			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-329-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:16:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	80252	100.000	20381	3967	1.180	--
总计		80252	100.000	20381			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-330-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:20:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	82781	100.000	21003	3996	1.182	--
总计		82781	100.000	21003			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-331-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:23:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	80855	100.000	20606	4013	1.180	--
总计		80855	100.000	20606			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-332-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:26:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.640	80917	100.000	20577	3980	1.179	--
总计		80917	100.000	20577			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-333-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:30:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	81735	100.000	20746	3996	1.176	--
总计		81735	100.000	20746			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-334-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:33:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	79822	100.000	20228	3958	1.184	--
总计		79822	100.000	20228			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-335-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:37:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	84375	100.000	21455	3993	1.182	--
总计		84375	100.000	21455			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-336-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:40:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	82961	100.000	21094	3999	1.183	--
总计		82961	100.000	21094			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-337-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:43:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	82897	100.000	21060	3997	1.174	--
总计		82897	100.000	21060			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-338-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:47:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	81492	100.000	20613	3937	1.180	--
总计		81492	100.000	20613			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-339-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:50:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	81691	100.000	20798	3980	1.184	--
总计		81691	100.000	20798			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-340-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:54:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	81496	100.000	20643	3965	1.184	--
总计		81496	100.000	20643			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-341-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 22:57:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	96754	100.000	23396	3593	1.192	--
总计		96754	100.000	23396			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 240nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-37/31-342-3 - zzp-24043003p-rcqx-pH1.0jz-15mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-20240503-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240503-rcqx-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/03 23:01:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/05/04 16:47:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	96370	100.000	23375	3595	1.190	--
总计		96370	100.000	23375			