



盐酸氟西汀胶囊项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100513-202203	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	0.8946

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.10	507634	509523	508765	508437	507945	508461	0.15
2	12.11	507348	508230				507789	0.13

单位质量响应值	RSD%	判断	
42021.57	41931.38	0.16	数据可信

长期24月-供试品溶液-水

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
21241A	1	511628	511906	511767	97.96	99.90	1.87	97.95% ~ 101.86%
	2	507288	507666	507477	97.14			
	3	530682	530535	530608	101.57			
	4	526041	526276	526158	100.72			
	5	527978	527861	527920	101.06			
	6	527476	527527	527502	100.98			



操作者: 谢超君

日期: 2024-06-13

复核者:


未审阅版本

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 226nm
 数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-396-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 20 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/12 18:13:51 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:09
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 226nm
 数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-397-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/12 18:16:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	507634	100.000	96050	1552	1.287	--
总计		507634	100.000	96050			

图2 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 226nm

数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-398-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/12 18:18:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:16

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	509523	100.000	96384	1551	1.288	--
总计		509523	100.000	96384			

图3 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 226nm

数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-399-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/12 18:21:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:18

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	508765	100.000	96193	1551	1.288	--
总计		508765	100.000	96193			

图4 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 226nm

数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-400-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/12 18:23:27

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:21

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	508437	100.000	95973	1548	1.289	--
总计		508437	100.000	95973			


图5 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-401-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-dz1-5.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-18	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:25:51	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:24	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	507945	100.000	95949	1550	1.289	--
总计		507945	100.000	95949			


图6 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-402-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P1-1.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-7	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:28:14	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:27	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	511628	100.000	111833	2136	1.275	--
总计		511628	100.000	111833			

图7 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片1
供试品溶液-1




J461

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-403-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P1-2.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-7	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:30:37	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:30	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	511906	100.000	112002	2142	1.276	--
总计		511906	100.000	112002			


图8 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-404-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P2-1.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-16	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:33:00	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:32	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	507288	100.000	111302	2153	1.277	--
总计		507288	100.000	111302			


图9 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-405-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P2-2.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-16	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:35:23	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:35	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	507666	100.000	111384	2156	1.277	--
总计		507666	100.000	111384			


图10 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-406-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P3-1.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-25	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:37:46	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:38	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	530682	100.000	116590	2164	1.277	--
总计		530682	100.000	116590			

图11 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 226nm

数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-407-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/12 18:40:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:41

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	530535	100.000	116628	2166	1.277	--
总计		530535	100.000	116628			


图12 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-408-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P4-1.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-34	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:42:30	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:43	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	526041	100.000	115356	2168	1.278	--
总计		526041	100.000	115356			


图13 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-409-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P4-2.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-34	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:44:53	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/06/13 09:55:46	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	526276	100.000	115120	2163	1.279	--
总计		526276	100.000	115120			


图14 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-410-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P5-1.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-43	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:47:16	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:49	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	527978	100.000	115468	2158	1.278	--
总计		527978	100.000	115468			


图15 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-411-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P5-2.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-43	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:49:39	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:52	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	527861	100.000	115475	2156	1.278	--
总计		527861	100.000	115475			


图16 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-412-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P6-1.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-52	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:52:01	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:55	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	527476	100.000	115290	2158	1.278	--
总计		527476	100.000	115290			


图17 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-413-2 - cbzj-21241Ap-cq24y-rcd-shuijz-P6-2.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-52	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:54:24	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/06/13 09:55:57	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	527527	100.000	115278	2159	1.279	--
总计		527527	100.000	115278			


图18 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂(21241A批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 226nm
数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-414-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-27	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/06/12 18:56:47	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/06/13 09:56:00	
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	507348	100.000	96932	1580	1.289	--
总计		507348	100.000	96932			

图19 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 226nm

数据文件名: RC\$J461 - 0-66/24-415-2 - cbzj-cq24y-rcd-shuijz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J461 - J461-RCQX-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$J461 - J461-20240612-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/12 18:59:11

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/13 09:56:03

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	508230	100.000	96996	1577	1.289	--
总计		508230	100.000	96996			

图20 盐酸氟西汀胶囊溶出度测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2