




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1272-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 12:54:55                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:28                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

图1 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1273-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 12:59:18                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:32                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.046 | 33066   | 1.564   | 6398   | 3682       | 1.250 | --       |
| 2  | 2.838 | 2081467 | 98.436  | 312150 | 4252       | 1.229 | 5.125    |
| 总计 |       | 2114533 | 100.000 | 318548 |            |       |          |


图2 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1274-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 13:03:41      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:35      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.045 | 33061   | 1.564   | 6379   | 3665       | 1.253 | --       |
| 2  | 2.836 | 2080944 | 98.436  | 310738 | 4224       | 1.232 | 5.108    |
| 总计 |       | 2114005 | 100.000 | 317117 |            |       |          |

图3 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1275-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 13:08:04                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:38                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.044 | 33166   | 1.566   | 6379   | 3655       | 1.252 | --       |
| 2  | 2.837 | 2085243 | 98.434  | 311474 | 4223       | 1.231 | 5.115    |
| 总计 |       | 2118409 | 100.000 | 317853 |            |       |          |

图4 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1276-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 13:12:28                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:42                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.042 | 33064   | 1.561   | 6363   | 3669       | 1.258 | --       |
| 2  | 2.835 | 2084512 | 98.439  | 310884 | 4221       | 1.232 | 5.131    |
| 总计 |       | 2117576 | 100.000 | 317247 |            |       |          |

图5 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1277-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 13:16:51                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:45                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.045 | 33187   | 1.563   | 6385   | 3655       | 1.255 | --       |
| 2  | 2.839 | 2090175 | 98.437  | 311320 | 4201       | 1.233 | 5.114    |
| 总计 |       | 2123363 | 100.000 | 317705 |            |       |          |

图6 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1278-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 13:21:14                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:48                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.048 | 32437   | 1.627   | 6261   | 3687       | 1.244 | --       |
| 2  | 2.843 | 1960825 | 98.373  | 292268 | 4249       | 1.228 | 5.144    |
| 总计 |       | 1993261 | 100.000 | 298528 |            |       |          |

图7 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品(2024042411批)-pH6.8介质-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1279-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-1  
 进样体积 : 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/21 13:25:36                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:50                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.048 | 32291   | 1.620   | 6250   | 3706       | 1.246 | --       |
| 2  | 2.844 | 1961443 | 98.380  | 292477 | 4245       | 1.228 | 5.148    |
| 总计 |       | 1993734 | 100.000 | 298728 |            |       |          |

图8 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片1  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1280-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 13:29:59                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:53                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.044 | 32362   | 1.664   | 6227   | 3673       | 1.244 | --       |
| 2  | 2.840 | 1912039 | 98.336  | 286029 | 4249       | 1.228 | 5.150    |
| 总计 |       | 1944401 | 100.000 | 292255 |            |       |          |

图9 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1281-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 13:34:21                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:56                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.042 | 32314   | 1.660   | 6223   | 3670       | 1.248 | --       |
| 2  | 2.839 | 1914610 | 98.340  | 286168 | 4233       | 1.226 | 5.154    |
| 总计 |       | 1946924 | 100.000 | 292391 |            |       |          |

图10 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片2  
供试品溶液-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1282-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/21 13:38:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/06/22 09:43:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.043 | 33552   | 1.680   | 6445   | 3681       | 1.245 | --       |
| 2  | 2.838 | 1963684 | 98.320  | 293809 | 4245       | 1.228 | 5.152    |
| 总计 |       | 1997236 | 100.000 | 300253 |            |       |          |

图11 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

|  |                 |
|--|-----------------|
| 色谱柱: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)   | 流 速: 1.0ml/min  |
| 柱 温: 40°C  | 波 长: 237nm      |
| 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1283-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P3-2.lcd |                 |
| 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm   |                 |
| 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb   |                 |
| 样品瓶号: 1-19   | 版本号: 6.115      |
| 进样体积: 10 μl  | 实验者: xiechaojun |
| 进样时间: 2024/06/21 13:43:06  | 处理者: xiechaojun |
| 处理时间(V2): 2024/06/22 09:44:02  |                 |
| 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)  |                 |

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.041 | 33423   | 1.670   | 6457   | 3682       | 1.245 | --       |
| 2  | 2.837 | 1968539 | 98.330  | 293521 | 4217       | 1.228 | 5.146    |
| 总计 |       | 2001963 | 100.000 | 299978 |            |       |          |

图12 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片3  
供试品溶液-2








<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1287-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/21 14:00:34                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:44:14                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.045 | 32665   | 1.630   | 6308   | 3691       | 1.242 | --       |
| 2  | 2.844 | 1970903 | 98.370  | 293729 | 4242       | 1.225 | 5.168    |
| 总计 |       | 2003568 | 100.000 | 300036 |            |       |          |

图16 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片5  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1288-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-46  
 进样体积 : 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/06/21 14:04:56                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:44:17                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.045 | 33167   | 1.661   | 6410   | 3697       | 1.242 | --       |
| 2  | 2.845 | 1963609 | 98.339  | 292448 | 4230       | 1.225 | 5.172    |
| 总计 |       | 1996775 | 100.000 | 298857 |            |       |          |

图17 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1289-2 - zzp-2024042411p-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 14:09:18                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:44:19                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.046 | 33084   | 1.654   | 6413   | 3700       | 1.240 | --       |
| 2  | 2.847 | 1967120 | 98.346  | 293198 | 4233       | 1.224 | 5.176    |
| 总计 |       | 2000203 | 100.000 | 299611 |            |       |          |


图18 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品(2024042411批)-pH6.8介质-浆法-50转-片6  
 供试品溶液-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温: 40°C 波长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1290-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 14:13:41 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:44:22 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.046 | 33033   | 1.554   | 6379   | 3672       | 1.249 | --       |
| 2  | 2.846 | 2092902 | 98.446  | 310821 | 4204       | 1.226 | 5.152    |
| 总计 |       | 2125936 | 100.000 | 317200 |            |       |          |


图19 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
 自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-1

### <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C    波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-61/24-1291-2 - zzp-js1y-rcd-pH6.8jz-jf50z-150mg2.5mg-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240621-rcd-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl    版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/06/21 14:18:04                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/06/22 09:44:25                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积      | 面积%     | 高度     | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|---------|---------|--------|------------|-------|----------|
| 1  | 2.045 | 32976   | 1.554   | 6363   | 3670       | 1.248 | --       |
| 2  | 2.845 | 2089601 | 98.446  | 309971 | 4193       | 1.227 | 5.153    |
| 总计 |       | 2122577 | 100.000 | 316334 |            |       |          |

图20 厄贝沙坦左氨氯地平片溶出度测定加速1月HPLC图谱  
自制品-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-2