



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1344-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 11:58:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1345-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 12:02:57
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	182256	100.000	30158	4784	1.036	--
总计		182256	100.000	30158			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1346-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:06:57
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.746	182037	100.000	30202	4777	1.038	--
总计		182037	100.000	30202			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1347-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 12:10:56
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	182344	100.000	30189	4772	1.039	--
总计		182344	100.000	30189			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1348-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:14:54
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	182584	100.000	30123	4736	1.040	--
总计		182584	100.000	30123			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1349-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:18:53
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.745	181822	100.000	29956	4719	1.041	--
总计		181822	100.000	29956			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1350-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:22:51
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	225594	100.000	38045	5016	1.036	--
总计		225594	100.000	38045			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1351-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:26:50
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	227255	100.000	38210	4988	1.035	--
总计		227255	100.000	38210			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1352-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:30:48
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	220582	100.000	36957	4973	1.036	--
总计		220582	100.000	36957			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1353-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:34:46
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:32:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	226422	100.000	37717	4914	1.032	--
总计		226422	100.000	37717			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1354-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 12:38:43
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	233272	100.000	38967	4938	1.038	--
总计		233272	100.000	38967			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1355-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 12:42:40
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	217122	100.000	36184	4926	1.038	--
总计		217122	100.000	36184			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1356-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 12:46:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	224310	100.000	37288	4899	1.038	--
总计		224310	100.000	37288			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1357-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 12:50:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	228854	100.000	37900	4867	1.039	--
总计		228854	100.000	37900			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1358-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 12:54:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	220951	100.000	36495	4884	1.039	--
总计		220951	100.000	36495			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1359-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 12:58:33
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	225615	100.000	37231	4854	1.040	--
总计		225615	100.000	37231			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1360-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 13:02:31
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	235555	100.000	38779	4826	1.042	--
总计		235555	100.000	38779			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1361-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:06:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	216699	100.000	35572	4829	1.041	--
总计		216699	100.000	35572			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1362-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:10:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	223317	100.000	36547	4832	1.040	--
总计		223317	100.000	36547			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1363-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:14:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	226104	100.000	36778	4775	1.039	--
总计		226104	100.000	36778			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1364-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 13:18:24
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	219377	100.000	35857	4789	1.042	--
总计		219377	100.000	35857			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1365-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:22:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	220958	100.000	36285	4818	1.040	--
总计		220958	100.000	36285			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1366-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:26:20 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	231998	100.000	37991	4790	1.040	--
总计		231998	100.000	37991			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1367-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:30:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	215226	100.000	35125	4793	1.040	--
总计		215226	100.000	35125			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1368-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 13:34:16
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	221306	100.000	35928	4741	1.041	--
总计		221306	100.000	35928			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1369-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:38:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	224767	100.000	36489	4741	1.041	--
总计		224767	100.000	36489			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1370-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 13:42:13
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	217669	100.000	35247	4744	1.040	--
总计		217669	100.000	35247			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1371-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 13:46:11
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	220718	100.000	35755	4742	1.041	--
总计		220718	100.000	35755			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1372-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 13:50:09
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.764	229787	100.000	37323	4756	1.042	--
总计		229787	100.000	37323			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1373-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 13:54:06
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	212271	100.000	34369	4704	1.041	--
总计		212271	100.000	34369			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1374-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 13:58:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:33:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	220602	100.000	35402	4677	1.039	--
总计		220602	100.000	35402			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1375-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:02:03
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	222128	100.000	35762	4702	1.040	--
总计		222128	100.000	35762			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1376-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 14:06:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	214542	100.000	34632	4716	1.040	--
总计		214542	100.000	34632			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1377-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 14:09:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	220791	100.000	35596	4690	1.040	--
总计		220791	100.000	35596			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1378-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:13:57
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	227151	100.000	36528	4678	1.042	--
总计		227151	100.000	36528			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1379-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:17:55
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.765	211338	100.000	33873	4656	1.041	--
总计		211338	100.000	33873			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1380-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 14:21:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.763	218041	100.000	35081	4676	1.040	--
总计		218041	100.000	35081			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1381-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:25:52
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	219031	100.000	35159	4677	1.039	--
总计		219031	100.000	35159			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1382-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:29:50
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	212664	100.000	34019	4636	1.041	--
总计		212664	100.000	34019			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1383-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:33:48
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	214955	100.000	34470	4664	1.040	--
总计		214955	100.000	34470			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1384-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 14:37:46
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	224747	100.000	35842	4613	1.039	--
总计		224747	100.000	35842			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1385-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:41:44
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	210665	100.000	33792	4660	1.040	--
总计		210665	100.000	33792			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1386-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:45:43
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.763	214150	100.000	34407	4672	1.040	--
总计		214150	100.000	34407			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1387-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 14:49:41
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	217574	100.000	34853	4634	1.040	--
总计		217574	100.000	34853			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1388-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 14:53:39
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.764	213501	100.000	34221	4676	1.028	--
总计		213501	100.000	34221			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1389-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 14:57:37
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	213532	100.000	34305	4674	1.038	--
总计		213532	100.000	34305			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1390-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 15:01:35
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.766	221633	100.000	35466	4656	1.039	--
总计		221633	100.000	35466			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1391-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 15:05:33
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	208342	100.000	33180	4640	1.038	--
总计		208342	100.000	33180			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1392-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 15:09:32
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	187934	100.000	29340	4350	1.042	--
总计		187934	100.000	29340			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1393-2 - cbzj-8153342p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 15:13:31
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	188118	100.000	29328	4331	1.040	--
总计		188118	100.000	29328			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1394-2 - cbzj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 15:30:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:34:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1395-2 - cbzj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 15:34:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	182785	100.000	28127	4245	1.039	--
总计		182785	100.000	28127			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1396-2 - cbzj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 15:38:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	182209	100.000	28093	4262	1.041	--
总计		182209	100.000	28093			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1397-2 - cbzj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 15:42:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	181892	100.000	28093	4281	1.040	--
总计		181892	100.000	28093			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1398-2 - cbzj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 15:46:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	182111	100.000	28057	4279	1.039	--
总计		182111	100.000	28057			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1399-2 - cbzj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 15:50:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	182463	100.000	27970	4249	1.038	--
总计		182463	100.000	27970			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1400-2 - 8153342p-cbjz-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 15:55:15
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	222197	100.000	34848	4489	1.034	--
总计		222197	100.000	34848			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1401-2 - 8145761p-cbjz-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 100 μl
进样时间: 2024/06/27 15:59:13
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.765	225734	100.000	36003	4607	1.037	--
总计		225734	100.000	36003			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1402-2 - 8153342p-cbjz-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 16:03:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	222502	100.000	35193	4569	1.036	--
总计		222502	100.000	35193			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1403-2 - 8145761p-cbjz-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 16:07:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	224948	100.000	35651	4557	1.034	--
总计		224948	100.000	35651			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1404-2 - 8153342p-bxs-cbj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 16:12:09 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	438799	100.000	69167	4508	1.041	--
总计		438799	100.000	69167			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1405-2 - 8145761p-bxs-cbj-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 16:16:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	448460	100.000	70674	4507	1.040	--
总计		448460	100.000	70674			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1406-2 - 8153342p-ldx-cbj-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 16:20:47
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.726	69533	100.000	6212	1275	0.854	--
总计		69533	100.000	6212			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1407-2 - 8145761p-ldx-cbj-rcqx-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 16:24:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.727	72148	100.000	6480	1285	0.855	--
总计		72148	100.000	6480			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-217

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1408-2 - 8153342p-pH6.8jz-rbyd-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 100 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/06/27 17:42:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.765	214575	100.000	32713	4339	1.055	--
总计		214575	100.000	32713			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-217


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-217 - 0-42/30-1409-2 - 8153342p-pH6.8jz-rbyd-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-RC-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-217 - SMF-217-rcqx-20240627-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 100 μ l
进样时间: 2024/06/27 17:46:04
处理时间 (V2): 2024/07/02 16:35:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速:1.5ml/min
波长:210nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	215860	100.000	33137	4383	1.048	--
总计		215860	100.000	33137			