




# SMF-220

## <样品信息>

|          |  |     |               |
|----------|--|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)                              | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C   | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-568-2 - zzp-yxys10t-rcd-tj.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                 |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb           |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-9  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl  | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 21:39:05                                  | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 10:59:39                                  |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)                            |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 |      |    |     |    |            |      |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-569-2 - zzp-yxys10t-rcd-dz1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 21:44:27 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 10:59:43 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.419 | 134563 | 25.945  | 33496 | 2912       | 1.208 | --       |
| 2  | 4.144 | 384088 | 74.055  | 48981 | 6410       | 1.061 | 17.450   |
| 总计 |       | 518651 | 100.000 | 82477 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-570-2 - zzp-yxys10t-rcd-dz1-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 21:49:51 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 10:59:45 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.419 | 134403 | 25.963  | 33406 | 2904       | 1.209 | --       |
| 2  | 4.144 | 383267 | 74.037  | 48898 | 6406       | 1.061 | 17.440   |
| 总计 |       | 517671 | 100.000 | 82304 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)                                 | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-571-2 - zzp-yxys10t-rcd-dz1-3.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-18  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 21:55:15                                     | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 10:59:48                                     |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)                               |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.419 | 134183 | 25.977  | 33376 | 2912       | 1.210 | --       |
| 2  | 4.145 | 382366 | 74.023  | 48875 | 6417       | 1.060 | 17.463   |
| 总计 |       | 516549 | 100.000 | 82251 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-572-2 - zzp-yxys10t-rcd-dz1-4.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 22:00:38 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 10:59:51 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.419 | 134345 | 26.017  | 33384 | 2908       | 1.210 | --       |
| 2  | 4.145 | 382027 | 73.983  | 48806 | 6403       | 1.060 | 17.448   |
| 总计 |       | 516372 | 100.000 | 82191 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-573-2 - zzp-yxys10t-rcd-dz1-5.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-18  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 22:06:03 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 10:59:54 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.419 | 134242 | 26.016  | 33250 | 2896       | 1.211 | --       |
| 2  | 4.145 | 381754 | 73.984  | 48771 | 6404       | 1.059 | 17.442   |
| 总计 |       | 515996 | 100.000 | 82021 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-574-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-1  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 22:11:26 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 10:59:56 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 131259 | 26.882  | 40827 | 5179       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.166 | 357026 | 73.118  | 47108 | 6918       | 1.071 | 18.703   |
| 总计 |       | 488284 | 100.000 | 87935 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-575-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P1-2.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-1   | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 22:16:48   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 10:59:59   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 131031 | 26.870  | 40455 | 5187       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.167 | 356611 | 73.130  | 46939 | 6909       | 1.071 | 18.694   |
| 总计 |       | 487641 | 100.000 | 87394 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-576-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P2-1.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-10  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 22:22:11   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:02   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 130382 | 27.414  | 40446 | 5186       | 1.247 | --       |
| 2  | 4.166 | 345216 | 72.586  | 45477 | 6899       | 1.071 | 18.685   |
| 总计 |       | 475597 | 100.000 | 85923 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-577-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P2-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-10  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 22:27:34 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:05 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 130673 | 27.443  | 40313 | 5187       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.166 | 345484 | 72.557  | 45511 | 6906       | 1.072 | 18.689   |
| 总计 |       | 476157 | 100.000 | 85824 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-578-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P3-1.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-19  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 22:32:56   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:07   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 129487 | 26.273  | 40034 | 5188       | 1.247 | --       |
| 2  | 4.167 | 363363 | 73.727  | 47803 | 6898       | 1.071 | 18.686   |
| 总计 |       | 492850 | 100.000 | 87838 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-579-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P3-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-19  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 22:38:19 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:10 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 129700 | 26.282  | 40080 | 5186       | 1.247 | --       |
| 2  | 4.166 | 363801 | 73.718  | 47876 | 6885       | 1.071 | 18.668   |
| 总计 |       | 493500 | 100.000 | 87955 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 1.8ml/min  
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C      波 长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-580-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P4-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-28  
 进样体积 : 25  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/23 22:43:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 134506 | 28.103  | 41667 | 5184       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.166 | 344104 | 71.897  | 45252 | 6889       | 1.072 | 18.673   |
| 总计 |       | 478610 | 100.000 | 86919 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-581-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P4-2.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-28  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 22:49:06   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:16   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 134426 | 28.101  | 41493 | 5189       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.167 | 343937 | 71.899  | 45160 | 6882       | 1.072 | 18.668   |
| 总计 |       | 478363 | 100.000 | 86653 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-582-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P5-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-37  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 22:54:28 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:19 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 135668 | 27.164  | 42265 | 5178       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.165 | 363770 | 72.836  | 47779 | 6866       | 1.071 | 18.654   |
| 总计 |       | 499438 | 100.000 | 90044 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-583-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P5-2.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-37  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 22:59:52   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:22   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 135577 | 27.183  | 41985 | 5180       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.166 | 363182 | 72.817  | 47694 | 6876       | 1.072 | 18.661   |
| 总计 |       | 498758 | 100.000 | 89679 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-584-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P6-1.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-46  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 23:05:14   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:25   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 134408 | 27.817  | 41590 | 5181       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.167 | 348777 | 72.183  | 45790 | 6876       | 1.072 | 18.662   |
| 总计 |       | 483185 | 100.000 | 87380 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 1.8ml/min  
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C      波 长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-585-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgw-rcd-P6-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-46  
 进样体积 : 25  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/23 23:10:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 134687 | 27.807  | 41934 | 5178       | 1.245 | --       |
| 2  | 4.166 | 349675 | 72.193  | 45927 | 6863       | 1.071 | 18.651   |
| 总计 |       | 484362 | 100.000 | 87861 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40°C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-586-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-2  
进样体积 : 25 µl 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 23:15:59 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:30 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 133265 | 26.860  | 41285 | 5178       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.166 | 362881 | 73.140  | 47622 | 6865       | 1.072 | 18.650   |
| 总计 |       | 496147 | 100.000 | 88907 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-587-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P1-2.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-2   | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 23:21:22   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:33   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 133116 | 26.856  | 41191 | 5181       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.167 | 362550 | 73.144  | 47552 | 6866       | 1.072 | 18.652   |
| 总计 |       | 495666 | 100.000 | 88743 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-588-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-11  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 23:26:46 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:36 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 134099 | 27.032  | 41672 | 5173       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.166 | 361977 | 72.968  | 47437 | 6851       | 1.072 | 18.638   |
| 总计 |       | 496076 | 100.000 | 89109 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-589-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P2-2.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-11  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 23:32:08   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:39   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.510 | 133957 | 27.036  | 41478 | 5186       | 1.245 | --       |
| 2  | 4.167 | 361523 | 72.964  | 47409 | 6868       | 1.072 | 18.649   |
| 总计 |       | 495480 | 100.000 | 88887 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-590-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P3-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-20  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 23:37:31 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:42 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.510 | 134832 | 27.602  | 41882 | 5183       | 1.243 | --       |
| 2  | 4.167 | 353653 | 72.398  | 46312 | 6867       | 1.072 | 18.644   |
| 总计 |       | 488485 | 100.000 | 88194 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-591-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P3-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-20  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 23:42:53 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:45 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 134846 | 27.588  | 41593 | 5187       | 1.247 | --       |
| 2  | 4.166 | 353938 | 72.412  | 46369 | 6845       | 1.072 | 18.630   |
| 总计 |       | 488784 | 100.000 | 87962 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-592-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P4-1.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-29  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 23:48:14   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:48   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 135440 | 27.373  | 41874 | 5187       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.166 | 359349 | 72.627  | 47105 | 6859       | 1.073 | 18.641   |
| 总计 |       | 494788 | 100.000 | 88979 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-593-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P4-2.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-29  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/23 23:53:38   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:00:50   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 135412 | 27.387  | 41755 | 5181       | 1.245 | --       |
| 2  | 4.167 | 359030 | 72.613  | 47006 | 6858       | 1.073 | 18.642   |
| 总计 |       | 494442 | 100.000 | 88762 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-594-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P5-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-38  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/23 23:59:00 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:53 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.510 | 139549 | 27.619  | 43118 | 5180       | 1.245 | --       |
| 2  | 4.167 | 365712 | 72.381  | 47847 | 6850       | 1.073 | 18.630   |
| 总计 |       | 505261 | 100.000 | 90966 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-595-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P5-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-38  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 00:04:23 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:56 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 139541 | 27.617  | 43167 | 5172       | 1.245 | --       |
| 2  | 4.166 | 365731 | 72.383  | 47929 | 6852       | 1.073 | 18.633   |
| 总计 |       | 505272 | 100.000 | 91096 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-596-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P6-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-47  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 00:09:46 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:00:59 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 130824 | 26.964  | 40524 | 5173       | 1.246 | --       |
| 2  | 4.167 | 354358 | 73.036  | 46398 | 6848       | 1.072 | 18.633   |
| 总计 |       | 485183 | 100.000 | 86922 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 1.8ml/min  
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C      波 长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-597-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgs-rcd-P6-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-47  
 进样体积 : 25  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/24 00:15:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 131053 | 26.960  | 40655 | 5166       | 1.245 | --       |
| 2  | 4.166 | 355054 | 73.040  | 46485 | 6831       | 1.073 | 18.612   |
| 总计 |       | 486107 | 100.000 | 87140 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-598-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-3  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 00:20:31 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:05 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 128209 | 26.021  | 38982 | 5094       | 1.233 | --       |
| 2  | 4.166 | 364495 | 73.979  | 47765 | 6847       | 1.073 | 18.585   |
| 总计 |       | 492704 | 100.000 | 86747 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-599-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-3  
 进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/24 00:25:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 128139 | 26.016  | 38978 | 5091       | 1.233 | --       |
| 2  | 4.167 | 364404 | 73.984  | 47688 | 6839       | 1.073 | 18.579   |
| 总计 |       | 492543 | 100.000 | 86666 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 1.8ml/min  
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C      波 长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-600-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-12  
 进样体积 : 25  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/24 00:31:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 129642 | 26.231  | 39639 | 5100       | 1.235 | --       |
| 2  | 4.166 | 364582 | 73.769  | 47734 | 6839       | 1.073 | 18.584   |
| 总计 |       | 494224 | 100.000 | 87373 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-601-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P2-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-12  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 00:36:39 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:14 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 129436 | 26.211  | 39445 | 5111       | 1.236 | --       |
| 2  | 4.166 | 364381 | 73.789  | 47766 | 6855       | 1.073 | 18.601   |
| 总计 |       | 493817 | 100.000 | 87212 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 1.8ml/min  
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C      波 长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-602-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-21  
 进样体积 : 25  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/24 00:42:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 129610 | 26.623  | 39676 | 5101       | 1.236 | --       |
| 2  | 4.166 | 357224 | 73.377  | 46840 | 6845       | 1.073 | 18.588   |
| 总计 |       | 486834 | 100.000 | 86516 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-603-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P3-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-21  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 00:47:25 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:19 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 129482 | 26.594  | 39448 | 5111       | 1.236 | --       |
| 2  | 4.166 | 357397 | 73.406  | 46834 | 6853       | 1.073 | 18.599   |
| 总计 |       | 486879 | 100.000 | 86282 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 1.8ml/min  
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C      波 长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-604-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P4-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-30  
 进样体积 : 25  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/24 00:52:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 126515 | 26.913  | 38686 | 5109       | 1.239 | --       |
| 2  | 4.167 | 343568 | 73.087  | 44986 | 6849       | 1.072 | 18.599   |
| 总计 |       | 470082 | 100.000 | 83672 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-605-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P4-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-30  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 00:58:10 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:26 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 126577 | 26.911  | 38840 | 5096       | 1.238 | --       |
| 2  | 4.166 | 343778 | 73.089  | 45040 | 6846       | 1.073 | 18.591   |
| 总计 |       | 470355 | 100.000 | 83880 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-606-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P5-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-39  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 01:03:33 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:29 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 132453 | 26.030  | 40593 | 5093       | 1.236 | --       |
| 2  | 4.166 | 376384 | 73.970  | 49357 | 6852       | 1.073 | 18.594   |
| 总计 |       | 508836 | 100.000 | 89950 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-607-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P5-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-39  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 01:08:55 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:31 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 132240 | 25.998  | 40391 | 5107       | 1.236 | --       |
| 2  | 4.167 | 376419 | 74.002  | 49267 | 6843       | 1.073 | 18.591   |
| 总计 |       | 508659 | 100.000 | 89658 |            |       |          |




# SMF-220

## <样品信息>

|          |   |     |               |
|----------|---|-----|---------------|
| 色谱柱      | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm)   | 流速  | : 1.8ml/min   |
| 柱温       | : 40°C  | 波长  | : 230nm       |
| 数据文件名    | : RC\$SMF-220 - 30-6/27-608-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P6-1.lcd |     |               |
| 方法文件名    | : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm                                    |     |               |
| 批处理文件名   | : RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb                              |     |               |
| 样品瓶号     | : 3-48  | 版本号 | : 6.115       |
| 进样体积     | : 25 µl   | 实验者 | : jiangjinwei |
| 进样时间     | : 2024/07/24 01:14:18   | 处理者 | : jiangjinwei |
| 处理时间(V2) | : 2024/07/24 11:01:34   |     |               |
| 仪器型号     | : SHIMADZU LC-2050C (FX276)   |     |               |

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.508 | 129166 | 26.819  | 39907 | 5129       | 1.239 | --       |
| 2  | 4.166 | 352457 | 73.181  | 46156 | 6843       | 1.072 | 18.609   |
| 总计 |       | 481623 | 100.000 | 86063 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-609-2 - zzp-2024061321p-yxys10t-lpgz-rcd-P6-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-48  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 01:19:41 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:37 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.509 | 129130 | 26.841  | 39597 | 5130       | 1.239 | --       |
| 2  | 4.167 | 351957 | 73.159  | 46101 | 6857       | 1.073 | 18.617   |
| 总计 |       | 481087 | 100.000 | 85698 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-610-2 - zzp-yxys10t-rcd-dz2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
样品瓶号 : 3-27  
进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/07/24 01:25:04 实验者: jiangjinwei  
处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:40 处理者: jiangjinwei  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm


| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.418 | 135914 | 26.072  | 33641 | 2900       | 1.210 | --       |
| 2  | 4.146 | 385395 | 73.928  | 49131 | 6366       | 1.060 | 17.419   |
| 总计 |       | 521309 | 100.000 | 82771 |            |       |          |

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 30-6/27-611-2 - zzp-yxys10t-rcd-dz2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcqx-FX276.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 202400723-rcd-rcqx-FX276.lcb  
 样品瓶号 : 3-27  
 进样体积 : 25  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/07/24 01:30:27 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2) : 2024/07/24 11:01:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 230nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.418 | 136117 | 26.067  | 33785 | 2914       | 1.209 | --       |
| 2  | 4.146 | 386057 | 73.933  | 49252 | 6376       | 1.061 | 17.440   |
| 总计 |       | 522174 | 100.000 | 83037 |            |       |          |