



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-785-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 09:19:03

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:53:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
溶剂




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-786-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 09:24:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:53:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42168	100.000	6852	1408	1.201	--
总计		42168	100.000	6852			

图2 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-787-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 09:29:55

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:53:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42437	100.000	6870	1405	1.205	--
总计		42437	100.000	6870			

图3 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-788-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 09:35:20

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42164	100.000	6864	1407	1.197	--
总计		42164	100.000	6864			

图4 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-789-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 09:40:46

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42274	100.000	6847	1406	1.208	--
总计		42274	100.000	6847			

图5 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-790-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 09:46:12

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42246	100.000	6844	1401	1.198	--
总计		42246	100.000	6844			

图6 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-791-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 09:51:37

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	47110	100.000	9534	2335	1.192	--
总计		47110	100.000	9534			

图7 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-792-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 09:57:01

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46886	100.000	9498	2344	1.189	--
总计		46886	100.000	9498			

图8 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-793-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:02:25

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46824	100.000	9484	2336	1.191	--
总计		46824	100.000	9484			

图9 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-794-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:07:50

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47595	100.000	9610	2332	1.194	--
总计		47595	100.000	9610			

图10 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-795-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:13:15

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	47187	100.000	9508	2352	1.192	--
总计		47187	100.000	9508			

图11 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-796-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:18:39

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46833	100.000	9441	2340	1.194	--
总计		46833	100.000	9441			

图12 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-797-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 10:24:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47995	100.000	9697	2331	1.191	--
总计		47995	100.000	9697			

图13 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-798-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:29:28

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46758	100.000	9482	2330	1.197	--
总计		46758	100.000	9482			

图14 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-799-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 10:34:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47475	100.000	9588	2340	1.196	--
总计		47475	100.000	9588			

图15 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-800-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:40:18

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	47440	100.000	9584	2331	1.196	--
总计		47440	100.000	9584			

图16 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-801-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:45:42

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46060	100.000	9289	2335	1.201	--
总计		46060	100.000	9289			

图17 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-802-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 10:51:06

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46759	100.000	9421	2327	1.200	--
总计		46759	100.000	9421			

图18 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-803-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/07/31 10:56:31
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47185	100.000	9540	2331	1.196	--
总计		47185	100.000	9540			

图19 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-804-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 11:01:56

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46664	100.000	9403	2340	1.206	--
总计		46664	100.000	9403			

图20 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-805-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 11:07:21

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46763	100.000	9441	2331	1.197	--
总计		46763	100.000	9441			

图21 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-806-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 11:12:46

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47248	100.000	9532	2331	1.202	--
总计		47248	100.000	9532			

图22 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-807-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/07/31 11:18:10
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:54:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45225	100.000	9130	2328	1.196	--
总计		45225	100.000	9130			

图23 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-808-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 11:23:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46607	100.000	9405	2332	1.197	--
总计		46607	100.000	9405			

图24 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-809-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 11:28:59

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46877	100.000	9454	2329	1.201	--
总计		46877	100.000	9454			

图25 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-810-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 11:34:24

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45730	100.000	9239	2334	1.202	--
总计		45730	100.000	9239			

图26 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-811-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/07/31 11:39:49
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46054	100.000	9297	2334	1.202	--
总计		46054	100.000	9297			

图27 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-812-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-31 版本号:6.115
进样体积 : 50μl 实验者:jiangjinwei
进样时间 : 2024/07/31 11:45:14 处理者:jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/01 13:55:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46630	100.000	9388	2328	1.203	--
总计		46630	100.000	9388			

图28 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-813-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 11:50:39

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	44823	100.000	9010	2329	1.202	--
总计		44823	100.000	9010			

图29 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-814-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 11:56:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	45991	100.000	9263	2328	1.205	--
总计		45991	100.000	9263			

图30 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-815-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:01:28

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46435	100.000	9369	2332	1.203	--
总计		46435	100.000	9369			

图31 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-816-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:06:53

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	45180	100.000	9081	2334	1.211	--
总计		45180	100.000	9081			

图32 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-817-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:12:18

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	45918	100.000	9235	2342	1.202	--
总计		45918	100.000	9235			

图33 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-818-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 12:17:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45465	100.000	9151	2325	1.204	--
总计		45465	100.000	9151			

图34 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-819-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:23:07

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	43966	100.000	8841	2330	1.201	--
总计		43966	100.000	8841			

图35 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-820-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/07/31 12:28:31
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	45331	100.000	9111	2325	1.206	--
总计		45331	100.000	9111			

图36 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-821-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:33:56

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45689	100.000	9235	2327	1.206	--
总计		45689	100.000	9235			

图37 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-822-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:39:20

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44627	100.000	9021	2341	1.203	--
总计		44627	100.000	9021			

图38 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-823-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:44:45

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43664	100.000	8814	2328	1.201	--
总计		43664	100.000	8814			

图39 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-824-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:50:09

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	46114	100.000	9298	2332	1.211	--
总计		46114	100.000	9298			

图40 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-825-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 12:55:34

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	43420	100.000	8733	2328	1.208	--
总计		43420	100.000	8733			

图41 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-826-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:00:58

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:55:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	44395	100.000	8957	2324	1.204	--
总计		44395	100.000	8957			

图42 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-827-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:06:23

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	44693	100.000	8989	2318	1.205	--
总计		44693	100.000	8989			

图43 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-828-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:11:48

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43959	100.000	8875	2332	1.205	--
总计		43959	100.000	8875			

图44 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-829-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:17:13

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43958	100.000	8885	2326	1.201	--
总计		43958	100.000	8885			

图45 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-830-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 13:22:38 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44836	100.000	9050	2333	1.203	--
总计		44836	100.000	9050			

图46 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-831-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:28:02

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43141	100.000	8697	2326	1.206	--
总计		43141	100.000	8697			

图47 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-832-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:33:26

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44360	100.000	8934	2320	1.204	--
总计		44360	100.000	8934			

图48 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-75转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-833-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:38:52

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44144	100.000	8909	2321	1.208	--
总计		44144	100.000	8909			

图49 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-834-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:44:18

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	42826	100.000	8635	2322	1.205	--
总计		42826	100.000	8635			

图50 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-835-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 13:49:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	43811	100.000	8815	2326	1.206	--
总计		43811	100.000	8815			

图51 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-836-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 13:55:08

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44218	100.000	8919	2331	1.208	--
总计		44218	100.000	8919			

图52 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-837-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 14:00:33

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	42531	100.000	8559	2336	1.209	--
总计		42531	100.000	8559			

图53 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-838-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 14:05:58

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	43192	100.000	8715	2328	1.200	--
总计		43192	100.000	8715			

图54 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-839-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/07/31 14:11:23 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/01 13:56:36 处理者:jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42474	100.000	6908	1423	1.221	--
总计		42474	100.000	6908			

图55 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-840-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf75z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 14:16:48

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.523	42684	100.000	6927	1412	1.213	--
总计		42684	100.000	6927			

图56 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-841-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 14:22:15

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-75转
溶剂



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-842-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 14:27:42

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	42684	100.000	7046	1465	1.214	--
总计		42684	100.000	7046			

图58 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-843-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 14:33:09

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	42720	100.000	7043	1466	1.219	--
总计		42720	100.000	7043			

图59 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-844-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 14:38:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42685	100.000	7038	1461	1.221	--
总计		42685	100.000	7038			

图60 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-845-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 14:44:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	42726	100.000	7039	1466	1.215	--
总计		42726	100.000	7039			

图61 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-846-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 14:49:29

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:56:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42673	100.000	7026	1461	1.220	--
总计		42673	100.000	7026			

图62 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-847-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 14:54:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	43421	100.000	8739	2362	1.205	--
总计		43421	100.000	8739			

图63 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-848-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:00:20

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	41442	100.000	8327	2333	1.208	--
总计		41442	100.000	8327			

图64 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-849-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 15:05:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44249	100.000	8920	2324	1.210	--
总计		44249	100.000	8920			

图65 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-850-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:11:10

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	41856	100.000	8446	2323	1.205	--
总计		41856	100.000	8446			

图66 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-851-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:16:36

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	37849	100.000	7618	2333	1.213	--
总计		37849	100.000	7618			

图67 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-852-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:22:01

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45813	100.000	9253	2333	1.207	--
总计		45813	100.000	9253			

图68 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-853-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:27:27

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	45230	100.000	9118	2324	1.216	--
总计		45230	100.000	9118			

图69 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-854-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:32:55

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	47888	100.000	9649	2319	1.210	--
总计		47888	100.000	9649			

图70 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-855-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:38:20

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	46183	100.000	9292	2315	1.211	--
总计		46183	100.000	9292			

图71 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-856-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 15:43:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47732	100.000	9598	2324	1.215	--
总计		47732	100.000	9598			

图72 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-857-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:49:11

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46055	100.000	9271	2324	1.207	--
总计		46055	100.000	9271			

图73 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-858-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 15:54:36

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47001	100.000	9468	2326	1.209	--
总计		47001	100.000	9468			

图74 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-859-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:00:01

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	46754	100.000	9413	2320	1.214	--
总计		46754	100.000	9413			

图75 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-860-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:05:27

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47084	100.000	9501	2326	1.212	--
总计		47084	100.000	9501			

图76 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-861-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/07/31 16:10:53
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46010	100.000	9257	2324	1.213	--
总计		46010	100.000	9257			

图77 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-862-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 16:16:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47201	100.000	9483	2325	1.216	--
总计		47201	100.000	9483			

图78 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-863-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:21:45

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	47758	100.000	9609	2343	1.212	--
总计		47758	100.000	9609			

图79 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-864-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:27:11

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46175	100.000	9278	2328	1.214	--
总计		46175	100.000	9278			

图80 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-865-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:32:38

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	45752	100.000	9201	2318	1.215	--
总计		45752	100.000	9201			

图81 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-866-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:38:04

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:57:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46929	100.000	9397	2320	1.215	--
总计		46929	100.000	9397			

图82 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-867-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:43:30

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45694	100.000	9185	2327	1.216	--
总计		45694	100.000	9185			

图83 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-868-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:48:56

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46687	100.000	9410	2335	1.212	--
总计		46687	100.000	9410			

图84 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-869-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:54:22

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46622	100.000	9366	2324	1.214	--
总计		46622	100.000	9366			

图85 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-870-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 16:59:48

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45367	100.000	9116	2318	1.218	--
总计		45367	100.000	9116			

图86 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-871-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 17:05:15

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	45767	100.000	9221	2323	1.214	--
总计		45767	100.000	9221			

图87 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-872-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 17:10:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	48014	100.000	9623	2350	1.216	--
总计		48014	100.000	9623			

图88 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-873-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 17:16:11

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45378	100.000	9125	2327	1.210	--
总计		45378	100.000	9125			

图89 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-874-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 17:21:37

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	47093	100.000	9471	2333	1.215	--
总计		47093	100.000	9471			

图90 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-875-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 17:27:04

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45807	100.000	9230	2325	1.217	--
总计		45807	100.000	9230			

图91 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-876-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 17:32:31

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	45703	100.000	9179	2328	1.213	--
总计		45703	100.000	9179			

图92 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-877-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-6 版本号:6.115
进样体积 : 50μl 实验者:jiangjinwei
进样时间 : 2024/07/31 17:37:57 处理者:jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/01 13:58:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	45046	100.000	9072	2319	1.207	--
总计		45046	100.000	9072			

图93 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-878-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 17:43:23

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46322	100.000	9317	2332	1.215	--
总计		46322	100.000	9317			

图94 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-879-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-24 版本号:6.115
进样体积 : 50μl 实验者:jiangjinwei
进样时间 : 2024/07/31 17:48:49 处理者:jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/01 13:58:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43988	100.000	8855	2327	1.211	--
总计		43988	100.000	8855			




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-880-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 17:54:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45576	100.000	9162	2319	1.213	--
总计		45576	100.000	9162			

图96 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-881-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 17:59:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45336	100.000	9140	2334	1.214	--
总计		45336	100.000	9140			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-882-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/07/31 18:05:07
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44631	100.000	8992	2331	1.214	--
总计		44631	100.000	8992			

图98 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-883-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:10:34

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44425	100.000	8948	2328	1.215	--
总计		44425	100.000	8948			

图99 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-884-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:16:01

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45290	100.000	9081	2322	1.215	--
总计		45290	100.000	9081			

图100 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-885-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:21:27

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43946	100.000	8838	2328	1.214	--
总计		43946	100.000	8838			

图101 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-886-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:26:53

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:58:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45872	100.000	9228	2324	1.211	--
总计		45872	100.000	9228			

图102 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-887-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/07/31 18:32:19
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45108	100.000	9066	2327	1.209	--
总计		45108	100.000	9066			

图103 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-888-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:37:46

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43684	100.000	8787	2326	1.216	--
总计		43684	100.000	8787			

图104 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-889-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:43:12

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	44256	100.000	8895	2318	1.213	--
总计		44256	100.000	8895			

图105 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-890-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:48:39

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43348	100.000	8722	2319	1.210	--
总计		43348	100.000	8722			

图106 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-891-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 18:54:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43273	100.000	8687	2326	1.213	--
总计		43273	100.000	8687			

图107 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-892-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 18:59:33

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44417	100.000	8931	2333	1.208	--
总计		44417	100.000	8931			

图108 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-893-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 19:04:59

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	43389	100.000	8738	2322	1.210	--
总计		43389	100.000	8738			

图109 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-894-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/07/31 19:10:26

处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	42822	100.000	8614	2322	1.211	--
总计		42822	100.000	8614			

图110 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-895-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 19:15:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42773	100.000	6969	1436	1.222	--
总计		42773	100.000	6969			


图111 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-11/7-896-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-lf75z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 19:21:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 13:59:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.524	42725	100.000	6953	1426	1.224	--
总计		42725	100.000	6953			

图112 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-953-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 00:29:19

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:00:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-篮法-75转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-954-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 00:34:45

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:00:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	42910	100.000	7031	1471	1.227	--
总计		42910	100.000	7031			

图114 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转
对照品溶液-1-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-955-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 00:40:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:00:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	42896	100.000	7023	1473	1.230	--
总计		42896	100.000	7023			

图115 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转
对照品溶液-1-2




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-956-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 00:45:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:00:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	42837	100.000	7000	1455	1.228	--
总计		42837	100.000	7000			

图116 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转
对照品溶液-1-3




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-957-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 00:51:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:00:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.525	42559	100.000	7001	1459	1.220	--
总计		42559	100.000	7001			

图117 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转
对照品溶液-1-4




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-958-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 00:56:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.526	42704	100.000	6951	1444	1.230	--
总计		42704	100.000	6951			

图118 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转
对照品溶液-1-5




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-959-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:01:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	40604	100.000	8181	2329	1.210	--
总计		40604	100.000	8181			

图119 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-960-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:07:19 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45436	100.000	9118	2315	1.221	--
总计		45436	100.000	9118			

图120 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-961-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:12:44 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46276	100.000	9296	2322	1.216	--
总计		46276	100.000	9296			

图121 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-962-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:18:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46311	100.000	9308	2327	1.222	--
总计		46311	100.000	9308			

图122 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-963-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:23:32 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	46312	100.000	9315	2321	1.221	--
总计		46312	100.000	9315			

图123 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-964-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:28:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46541	100.000	9351	2324	1.220	--
总计		46541	100.000	9351			

图124 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-965-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:34:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43962	100.000	8824	2320	1.222	--
总计		43962	100.000	8824			

图125 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-966-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:39:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	47128	100.000	9471	2320	1.224	--
总计		47128	100.000	9471			

图126 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-967-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:45:11 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	47177	100.000	9462	2313	1.224	--
总计		47177	100.000	9462			

图127 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-968-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 01:50:34

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	46632	100.000	9365	2317	1.224	--
总计		46632	100.000	9365			

图128 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-969-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 01:55:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	47084	100.000	9423	2306	1.223	--
总计		47084	100.000	9423			

图129 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-970-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/08/01 02:01:22
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号:6.115
实验者:jiangjinwei
处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	45906	100.000	9205	2303	1.218	--
总计		45906	100.000	9205			

图130 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-971-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 02:06:48

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44561	100.000	8933	2313	1.224	--
总计		44561	100.000	8933			

图131 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-972-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 02:12:13

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46441	100.000	9288	2312	1.222	--
总计		46441	100.000	9288			

图132 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-973-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 02:17:38

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	46767	100.000	9392	2315	1.224	--
总计		46767	100.000	9392			

图133 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-974-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/08/01 02:23:03
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	46595	100.000	9343	2310	1.222	--
总计		46595	100.000	9343			

图134 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-975-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 02:28:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	46422	100.000	9308	2313	1.224	--
总计		46422	100.000	9308			

图135 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-976-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 02:33:53

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46526	100.000	9339	2319	1.225	--
总计		46526	100.000	9339			

图136 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-977-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 02:39:19

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:01:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	44506	100.000	8945	2312	1.218	--
总计		44506	100.000	8945			

图137 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-978-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 02:44:45

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	45526	100.000	9158	2314	1.219	--
总计		45526	100.000	9158			

图138 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-979-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 02:50:11

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	46657	100.000	9354	2317	1.223	--
总计		46657	100.000	9354			

图139 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-980-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 02:55:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44854	100.000	8978	2309	1.224	--
总计		44854	100.000	8978			

图140 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-981-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 03:01:01 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45093	100.000	9028	2312	1.227	--
总计		45093	100.000	9028			

图141 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-982-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 03:06:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44795	100.000	9003	2324	1.218	--
总计		44795	100.000	9003			

图142 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-983-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 03:11:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43949	100.000	8827	2324	1.221	--
总计		43949	100.000	8827			

图143 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-984-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 03:17:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45595	100.000	9141	2321	1.226	--
总计		45595	100.000	9141			

图144 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-985-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 03:22:43

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45309	100.000	9091	2320	1.219	--
总计		45309	100.000	9091			

图145 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-986-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 50μl
进样时间 : 2024/08/01 03:28:09
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min
波长: 253nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45253	100.000	9051	2308	1.227	--
总计		45253	100.000	9051			

图146 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-987-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 03:33:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44951	100.000	8992	2312	1.227	--
总计		44951	100.000	8992			

图147 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-988-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 03:38:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	45246	100.000	9062	2317	1.224	--
总计		45246	100.000	9062			

图148 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-989-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 03:44:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43689	100.000	8743	2311	1.218	--
总计		43689	100.000	8743			

图149 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-990-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 03:49:51

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44521	100.000	8916	2309	1.215	--
总计		44521	100.000	8916			

图150 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-991-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 03:55:16

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	44818	100.000	8973	2311	1.222	--
总计		44818	100.000	8973			

图151 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-992-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 04:00:41

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44701	100.000	8939	2319	1.223	--
总计		44701	100.000	8939			

图152 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-993-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 04:06:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44199	100.000	8829	2305	1.219	--
总计		44199	100.000	8829			

图153 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-994-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 04:11:33

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	44604	100.000	8950	2317	1.223	--
总计		44604	100.000	8950			

图154 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-995-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 04:16:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43259	100.000	8659	2310	1.220	--
总计		43259	100.000	8659			

图155 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-996-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 04:22:25

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44209	100.000	8831	2307	1.221	--
总计		44209	100.000	8831			

图156 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-997-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 04:27:51

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:02:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	44518	100.000	8932	2318	1.221	--
总计		44518	100.000	8932			

图157 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-998-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 04:33:17

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	44121	100.000	8821	2322	1.225	--
总计		44121	100.000	8821			

图158 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-999-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 04:38:42

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	43979	100.000	8801	2321	1.219	--
总计		43979	100.000	8801			

图159 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1000-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 04:44:08

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	43502	100.000	8724	2319	1.218	--
总计		43502	100.000	8724			

图160 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-浆法-52转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1001-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 04:49:34 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	42428	100.000	8489	2320	1.223	--
总计		42428	100.000	8489			

图161 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1002-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 04:55:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	43700	100.000	8722	2313	1.220	--
总计		43700	100.000	8722			

图162 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1003-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 05:00:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.559	44515	100.000	8878	2329	1.223	--
总计		44515	100.000	8878			

图163 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1004-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 05:05:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	42979	100.000	8586	2318	1.222	--
总计		42979	100.000	8586			

图164 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1005-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 05:11:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	43158	100.000	8613	2312	1.221	--
总计		43158	100.000	8613			

图165 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1006-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 05:16:44

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	43437	100.000	8670	2320	1.225	--
总计		43437	100.000	8670			

图166 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 253nm
数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1007-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 50μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/01 05:22:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 253nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	42787	100.000	6973	1443	1.229	--
总计		42787	100.000	6973			

图167 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转
对照品溶液-2-1



SMF-211

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$SMF-211 - 27-12/7-1008-2 - zzp-2024042711p-pH2.0jz-jf52z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-rcqx-FX256-al.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-211 - SMF-211-20240731-FX256.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 50μl

进样时间 : 2024/08/01 05:27:37

处理时间 (V2) : 2024/08/01 14:03:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 2.0ml/min


波长: 253nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 253nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.527	42659	100.000	6946	1443	1.230	--
总计		42659	100.000	6946			

图168 坎地沙坦酯左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024042711批-pH2.0介质-桨法-52转
对照品溶液-2-2