



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-816-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-rj.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 1-9
: 50 μl
: 2024/08/02 17:33:26
: 2024/08/05 11:36:22
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-817-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 17:36:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	98542	100.000	22018	4362	1.117	--
总计		98542	100.000	22018			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-818-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 17:40:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	98654	100.000	22031	4365	1.117	--
总计		98654	100.000	22031			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-819-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 17:43:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	98758	100.000	22024	4359	1.117	--
总计		98758	100.000	22024			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-820-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 17:47:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	98636	100.000	22005	4362	1.116	--
总计		98636	100.000	22005			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-821-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 17:50:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.910	98747	100.000	22030	4357	1.116	--
总计		98747	100.000	22030			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-822-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 17:53:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	12338	100.000	2885	4820	1.137	--
总计		12338	100.000	2885			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-823-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 17:57:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	13024	100.000	3048	4838	1.140	--
总计		13024	100.000	3048			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-824-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:00:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	12252	100.000	2882	4837	1.136	--
总计		12252	100.000	2882			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-825-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:04:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	12883	100.000	2998	4801	1.119	--
总计		12883	100.000	2998			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-826-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:07:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	12905	100.000	3016	4827	1.136	--
总计		12905	100.000	3016			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-827-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:11:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	12893	100.000	2997	4810	1.119	--
总计		12893	100.000	2997			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-828-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:14:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:36:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	25961	100.000	6153	4863	1.123	--
总计		25961	100.000	6153			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-829-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:17:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	25238	100.000	5969	4865	1.116	--
总计		25238	100.000	5969			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-830-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:21:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	24573	100.000	5819	4856	1.127	--
总计		24573	100.000	5819			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-831-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:24:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	24419	100.000	5926	4958	1.141	--
总计		24419	100.000	5926			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-832-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:28:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	25043	100.000	5926	4857	1.127	--
总计		25043	100.000	5926			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-833-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:31:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	25019	100.000	5891	4830	1.122	--
总计		25019	100.000	5891			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-834-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:34:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	34642	100.000	8219	4877	1.121	--
总计		34642	100.000	8219			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-835-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:38:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	33838	100.000	8006	4854	1.121	--
总计		33838	100.000	8006			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-836-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-15min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 1-21
: 50 μl
: 2024/08/02 18:41:44
: 2024/08/05 11:37:21
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	33928	100.000	8032	4858	1.121	--
总计		33928	100.000	8032			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-837-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:45:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	34509	100.000	8176	4866	1.123	--
总计		34509	100.000	8176			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-838-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:48:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	34469	100.000	8164	4860	1.122	--
总计		34469	100.000	8164			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-839-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:51:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	33133	100.000	7947	4921	1.130	--
总计		33133	100.000	7947			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-840-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:55:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	41102	100.000	9752	4871	1.122	--
总计		41102	100.000	9752			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-841-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 18:58:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	40494	100.000	9587	4864	1.118	--
总计		40494	100.000	9587			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-842-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-20min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 1-22
: 50 μl
: 2024/08/02 19:02:11
: 2024/08/05 11:37:38
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	40672	100.000	9663	4883	1.121	--
总计		40672	100.000	9663			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-843-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:05:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	40263	100.000	9542	4855	1.121	--
总计		40263	100.000	9542			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-844-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:09:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	40795	100.000	9683	4893	1.119	--
总计		40795	100.000	9683			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-845-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:12:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	41110	100.000	9763	4887	1.120	--
总计		41110	100.000	9763			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-846-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:15:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	51047	100.000	12105	4866	1.119	--
总计		51047	100.000	12105			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-847-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:19:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	50432	100.000	12010	4881	1.121	--
总计		50432	100.000	12010			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-848-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:22:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:37:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	50399	100.000	11967	4884	1.121	--
总计		50399	100.000	11967			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-849-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:26:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	51455	100.000	12208	4867	1.121	--
总计		51455	100.000	12208			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-850-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:29:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	50519	100.000	11965	4867	1.121	--
总计		50519	100.000	11965			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-851-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:32:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	50206	100.000	11934	4887	1.120	--
总计		50206	100.000	11934			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-852-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:36:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	60041	78.145	14277	4858	1.118	--
2	2.563	16792	21.855	3475	6782	1.027	5.551
总计		76833	100.000	17752			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-853-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:39:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	60084	100.000	14215	4841	1.128	--
总计		60084	100.000	14215			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-854-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:43:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	60670	100.000	14398	4873	1.121	--
总计		60670	100.000	14398			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-855-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-45min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 1-33
: 50 μl
: 2024/08/02 19:46:34
: 2024/08/05 11:38:19
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	60537	100.000	14360	4874	1.119	--
总计		60537	100.000	14360			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-856-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:49:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	59745	100.000	14180	4877	1.119	--
总计		59745	100.000	14180			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-857-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:53:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	60763	100.000	14434	4886	1.120	--
总计		60763	100.000	14434			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-858-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 19:56:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	65588	100.000	15544	4862	1.120	--
总计		65588	100.000	15544			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-859-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:00:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	67429	100.000	16031	4886	1.118	--
总计		67429	100.000	16031			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-860-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:03:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	67738	100.000	16088	4882	1.119	--
总计		67738	100.000	16088			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-861-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:07:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	65992	100.000	15632	4857	1.119	--
总计		65992	100.000	15632			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-862-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:10:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	67302	100.000	16025	4906	1.119	--
总计		67302	100.000	16025			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-863-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:13:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	66812	100.000	15838	4866	1.119	--
总计		66812	100.000	15838			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-864-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:17:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	77169	100.000	18369	4907	1.119	--
总计		77169	100.000	18369			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-865-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-90min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 1-17
: 50 μl
: 2024/08/02 20:20:44
: 2024/08/05 11:38:48
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	76651	100.000	18133	4870	1.113	--
总计		76651	100.000	18133			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-866-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:24:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	76674	100.000	18166	4875	1.118	--
总计		76674	100.000	18166			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-867-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:27:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	76137	100.000	18071	4884	1.119	--
总计		76137	100.000	18071			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-868-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:31:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.911	76251	100.000	18034	4862	1.119	--
总计		76251	100.000	18034			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-869-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:34:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:38:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	75575	100.000	17948	4877	1.120	--
总计		75575	100.000	17948			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-870-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:37:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	79846	100.000	19060	4951	1.105	--
总计		79846	100.000	19060			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-871-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:41:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	78326	100.000	18727	4946	1.117	--
总计		78326	100.000	18727			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-872-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:44:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	79791	100.000	18889	4879	1.132	--
总计		79791	100.000	18889			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-873-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:48:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	80429	100.000	19190	4926	1.117	--
总计		80429	100.000	19190			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-874-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:51:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	79077	100.000	18879	4933	1.116	--
总计		79077	100.000	18879			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-875-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:54:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	81025	100.000	19033	4846	1.143	--
总计		81025	100.000	19033			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-876-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 20:58:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	84028	100.000	20130	4973	1.118	--
总计		84028	100.000	20130			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-877-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:01:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	81618	100.000	19483	4922	1.118	--
总计		81618	100.000	19483			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-878-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:05:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	81302	100.000	19413	4934	1.118	--
总计		81302	100.000	19413			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-879-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p4-jx.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 4-29
: 50 μl
: 2024/08/02 21:08:35
: 2024/08/05 11:39:28
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	83196	100.000	20088	4993	1.121	--
总计		83196	100.000	20088			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-880-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:11:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	77523	100.000	18442	4913	1.119	--
总计		77523	100.000	18442			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-881-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:15:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	82241	100.000	19619	4942	1.118	--
总计		82241	100.000	19619			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-882-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:18:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	99780	100.000	22497	4381	1.119	--
总计		99780	100.000	22497			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-883-2 - zzp-24073001p-pH1.0jz-rcqx-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:22:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	99963	100.000	22456	4382	1.119	--
总计		99963	100.000	22456			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-884-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-rj.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 2-9
: 50 μl
: 2024/08/02 21:25:41
: 2024/08/05 11:39:42
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-885-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:29:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	100760	100.000	22337	4318	1.073	--
总计		100760	100.000	22337			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-886-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:32:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	100738	100.000	22374	4317	1.071	--
总计		100738	100.000	22374			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-887-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:36:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	100533	100.000	22332	4315	1.072	--
总计		100533	100.000	22332			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-888-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:39:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	100408	100.000	22320	4314	1.072	--
总计		100408	100.000	22320			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-889-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:42:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	100306	100.000	22287	4311	1.072	--
总计		100306	100.000	22287			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-890-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:46:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:39:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	14626	100.000	3447	4872	1.123	--
总计		14626	100.000	3447			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-891-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:49:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	14283	100.000	3304	4811	1.061	--
总计		14283	100.000	3304			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-892-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:53:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	13575	100.000	3308	4985	1.148	--
总计		13575	100.000	3308			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-893-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 21:56:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	14571	100.000	3441	4887	1.133	--
总计		14571	100.000	3441			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-894-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:00:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	14414	100.000	3389	4859	1.135	--
总计		14414	100.000	3389			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-895-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:03:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	14934	100.000	3497	4857	1.128	--
总计		14934	100.000	3497			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-896-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:06:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	27420	100.000	6508	4877	1.125	--
总计		27420	100.000	6508			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-897-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:10:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	25680	100.000	6083	4870	1.124	--
总计		25680	100.000	6083			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-898-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-10min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 2-20
: 50 μl
: 2024/08/02 22:13:49
: 2024/08/05 11:40:21
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	26654	100.000	6487	4987	1.142	--
总计		26654	100.000	6487			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-899-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:17:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	27799	100.000	6608	4888	1.125	--
总计		27799	100.000	6608			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-900-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:20:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	27602	100.000	6587	4889	1.120	--
总计		27602	100.000	6587			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-901-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:24:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	28060	100.000	6678	4918	1.124	--
总计		28060	100.000	6678			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-902-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:27:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.912	37198	100.000	8865	4891	1.125	--
总计		37198	100.000	8865			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-903-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:30:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	35823	100.000	8481	4870	1.116	--
总计		35823	100.000	8481			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-904-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:34:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	36642	100.000	8731	4904	1.122	--
总计		36642	100.000	8731			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-905-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-15min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 2-30
: 50 μl
: 2024/08/02 22:37:51
: 2024/08/05 11:40:41
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	37552	100.000	8845	4857	1.092	--
总计		37552	100.000	8845			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-906-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:41:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	37607	100.000	8924	4880	1.122	--
总计		37607	100.000	8924			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-907-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:44:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	37568	100.000	8937	4889	1.122	--
总计		37568	100.000	8937			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-908-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:48:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	44627	100.000	10628	4885	1.128	--
总计		44627	100.000	10628			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-909-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:51:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	42085	100.000	9939	4859	1.102	--
总计		42085	100.000	9939			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-910-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:55:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	44499	100.000	10606	4914	1.121	--
总计		44499	100.000	10606			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-911-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 22:58:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:40:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	43339	100.000	10304	4885	1.120	--
总计		43339	100.000	10304			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-912-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:01:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	44837	100.000	10645	4886	1.121	--
总计		44837	100.000	10645			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-913-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:05:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	44570	100.000	10580	4898	1.122	--
总计		44570	100.000	10580			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-914-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:08:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	55259	100.000	13025	4875	1.081	--
总计		55259	100.000	13025			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-915-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:12:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	51633	100.000	12279	4899	1.121	--
总计		51633	100.000	12279			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-916-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:15:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	53377	100.000	12656	4867	1.120	--
总计		53377	100.000	12656			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-917-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:19:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	53656	100.000	12729	4888	1.120	--
总计		53656	100.000	12729			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-918-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:22:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	54218	100.000	12906	4903	1.121	--
总计		54218	100.000	12906			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-919-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-30min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 2-50
: 50 μl
: 2024/08/02 23:25:57
: 2024/08/05 11:41:21
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	53135	100.000	12610	4880	1.121	--
总计		53135	100.000	12610			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-920-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:29:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	64669	100.000	15404	4927	1.118	--
总计		64669	100.000	15404			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-921-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:32:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	59759	100.000	14176	4869	1.120	--
总计		59759	100.000	14176			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-922-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:36:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	62933	100.000	14925	4873	1.119	--
总计		62933	100.000	14925			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-923-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:39:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	61950	100.000	14707	4879	1.118	--
总计		61950	100.000	14707			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-924-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:43:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	61847	100.000	14744	4922	1.120	--
总计		61847	100.000	14744			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-925-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:46:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	62257	100.000	14916	4930	1.121	--
总计		62257	100.000	14916			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-926-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:50:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	62687	100.000	14836	4854	1.120	--
总计		62687	100.000	14836			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-927-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:53:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	67060	100.000	15946	4890	1.119	--
总计		67060	100.000	15946			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-928-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/02 23:56:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	68976	100.000	16370	4873	1.120	--
总计		68976	100.000	16370			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-929-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:00:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	70098	100.000	16600	4874	1.110	--
总计		70098	100.000	16600			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>


色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
: 30°C
: RC\$QTL-359 - 0-61/1-930-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-60min.lcd
: RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
: 2-43
: 50 μl
: 2024/08/03 00:03:49
: 2024/08/05 11:41:52
: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 2.0ml/min
波 长: 254nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	69931	100.000	16634	4918	1.119	--
总计		69931	100.000	16634			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-931-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:07:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	68895	100.000	16392	4895	1.119	--
总计		68895	100.000	16392			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-932-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:10:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:41:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	77333	100.000	18400	4921	1.117	--
总计		77333	100.000	18400			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-933-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:14:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	75653	100.000	18060	4947	1.119	--
总计		75653	100.000	18060			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-934-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:17:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	77650	100.000	18460	4892	1.118	--
总计		77650	100.000	18460			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-935-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:21:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	76701	100.000	18281	4926	1.120	--
总计		76701	100.000	18281			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-936-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:24:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	78146	100.000	18624	4935	1.114	--
总计		78146	100.000	18624			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-937-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-90min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:27:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	76807	100.000	18257	4886	1.119	--
总计		76807	100.000	18257			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-938-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:31:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	77719	100.000	18366	4873	1.118	--
总计		77719	100.000	18366			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-939-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:34:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	77247	100.000	18319	4877	1.112	--
总计		77247	100.000	18319			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-940-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:38:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	83908	100.000	19945	4908	1.118	--
总计		83908	100.000	19945			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-941-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:41:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	85476	100.000	19763	4834	0.999	--
总计		85476	100.000	19763			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-942-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:45:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	81718	100.000	19403	4896	1.119	--
总计		81718	100.000	19403			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-943-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-120min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:48:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	80100	100.000	19094	4958	1.109	--
总计		80100	100.000	19094			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-944-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:51:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	82445	100.000	19596	4902	1.120	--
总计		82445	100.000	19596			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-945-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:55:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.913	78998	100.000	18818	4908	1.118	--
总计		78998	100.000	18818			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-946-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 00:58:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	84303	100.000	20165	4958	1.118	--
总计		84303	100.000	20165			




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波 长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-947-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 01:02:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.915	83818	100.000	19934	4912	1.118	--
总计		83818	100.000	19934			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-948-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 01:05:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	82249	100.000	19586	4901	1.119	--
总计		82249	100.000	19586			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-949-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 01:09:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.914	83596	100.000	19942	4924	1.118	--
总计		83596	100.000	19942			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-950-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 01:12:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	100646	100.000	22557	4378	1.111	--
总计		100646	100.000	22557			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-61/1-951-2 - zzp-24073002p-pH1.0jz-rcqx-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-RC-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20240802-rcqx-FX251.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/08/03 01:15:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/08/05 11:42:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	100996	100.000	22519	4385	1.109	--
总计		100996	100.000	22519			