SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-41-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:27:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:47:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-42-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:31:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:47:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	16636	100.000	3772	1499	1.201	--
总计		16636	100.000	3772			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-43-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:34:46　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	16638	100.000	3760	1486	1.203	--
总计		16638	100.000	3760			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-44-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:38:10　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	16572	100.000	3752	1498	1.205	--
总计		16572	100.000	3752			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-45-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:41:35　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	16500	100.000	3750	1504	1.192	--
总计		16500	100.000	3750			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-46-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:45:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:09　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	16595	100.000	3766	1504	1.196	--
总计		16595	100.000	3766			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-47-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-2min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:48:25　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	11401	100.000	2972	2014	1.192	--
总计		11401	100.000	2972			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-48-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-2min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:51:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	12258	100.000	3173	2012	1.205	--
总计		12258	100.000	3173			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-49-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-2min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:55:16　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	10572	100.000	2751	2037	1.202	--
总计		10572	100.000	2751			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-50-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-2min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:58:40　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:20　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	11267	100.000	2908	2006	1.209	--
总计		11267	100.000	2908			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-51-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-2min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:02:05　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	12315	100.000	3191	2022	1.199	--
总计		12315	100.000	3191			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-52-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-2min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:05:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:26　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	12792	100.000	3271	1992	1.217	--
总计		12792	100.000	3271			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-53-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:08:55　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16316	100.000	4229	2031	1.193	--
总计		16316	100.000	4229			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-54-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:12:19　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:31　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16201	100.000	4203	2033	1.195	--
总计		16201	100.000	4203			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-55-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:15:44　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:34　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	15910	100.000	4105	2027	1.198	--
总计		15910	100.000	4105			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-56-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:19:07　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	16958	100.000	4381	2034	1.186	--
总计		16958	100.000	4381			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-57-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:22:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16358	100.000	4225	2022	1.199	--
总计		16358	100.000	4225			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-58-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:25:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17330	100.000	4516	2028	1.194	--
总计		17330	100.000	4516			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-59-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:29:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	16928	100.000	4375	2019	1.181	--
总计		16928	100.000	4375			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-60-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:32:44　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	16914	100.000	4409	2030	1.188	--
总计		16914	100.000	4409			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-61-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:36:07　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:50　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	16686	100.000	4365	2031	1.183	--
总计		16686	100.000	4365			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-62-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:39:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:52 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	17770	100.000	4613	2023	1.201	--
总计		17770	100.000	4613			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-63-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:42:57　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:55　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	16982	100.000	4399	2030	1.193	--
总计		16982	100.000	4399			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-64-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:46:22　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:48:57　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	17483	100.000	4530	2026	1.194	--
总计		17483	100.000	4530			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-65-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:49:47　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16718	100.000	4325	2043	1.201	--
总计		16718	100.000	4325			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-66-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:53:11　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16841	100.000	4375	2044	1.198	--
总计		16841	100.000	4375			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-67-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:56:36　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16743	100.000	4336	2030	1.176	--
总计		16743	100.000	4336			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-68-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:00:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:08　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	17853	100.000	4593	2014	1.208	--
总计		17853	100.000	4593			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-69-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:03:25　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16989	100.000	4354	2010	1.197	--
总计		16989	100.000	4354			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-70-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:06:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	17378	100.000	4499	2036	1.193	--
总计		17378	100.000	4499			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-71-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:10:14　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17030	100.000	4343	2011	1.189	--
总计		17030	100.000	4343			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-72-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:13:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	16866	100.000	4348	2020	1.195	--
总计		16866	100.000	4348			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-73-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:17:03　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	16836	100.000	4336	2031	1.192	--
总计		16836	100.000	4336			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-74-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:20:28　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17790	100.000	4575	2018	1.184	--
总计		17790	100.000	4575			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-75-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:23:52　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17018	100.000	4428	2030	1.185	--
总计		17018	100.000	4428			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-76-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:27:16　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:30　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17507	100.000	4513	2029	1.194	--
总计		17507	100.000	4513			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-77-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:30:41　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:33　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16501	100.000	3753	1501	1.188	--
总计		16501	100.000	3753			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-78-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:34:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16537	100.000	3739	1491	1.192	--
总计		16537	100.000	3739			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-79-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-rj.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:37:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:39　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-80-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:40:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:41　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	16589	100.000	3750	1490	1.190	--
总计		16589	100.000	3750			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-81-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:44:27　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:44　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16505	100.000	3737	1499	1.215	--
总计		16505	100.000	3737			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-82-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:47:53　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	16631	100.000	3777	1486	1.197	--
总计		16631	100.000	3777			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-83-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:51:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:50　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	16496	100.000	3741	1495	1.208	--
总计		16496	100.000	3741			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-84-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:54:47　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	16498	100.000	3735	1493	1.199	--
总计		16498	100.000	3735			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-85-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-2min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:58:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	11542	100.000	3024	2057	1.199	--
总计		11542	100.000	3024			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-86-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-2min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:01:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:49:59　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	10754	100.000	2798	2029	1.216	--
总计		10754	100.000	2798			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-87-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-2min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:05:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:02　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	11880	100.000	3075	2035	1.221	--
总计		11880	100.000	3075			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-88-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-2min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:08:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	11928	100.000	3113	2058	1.198	--
总计		11928	100.000	3113			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-89-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-2min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:11:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	11314	100.000	2942	2034	1.206	--
总计		11314	100.000	2942			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-90-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-2min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:15:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	11553	100.000	3026	2055	1.197	--
总计		11553	100.000	3026			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-91-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:18:46　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16946	100.000	4402	2032	1.186	--
总计		16946	100.000	4402			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-92-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:22:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16563	100.000	4277	2031	1.202	--
总计		16563	100.000	4277			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-93-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:25:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16320	100.000	4222	2008	1.196	--
总计		16320	100.000	4222			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-94-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:29:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:20　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17120	100.000	4449	2040	1.210	--
总计		17120	100.000	4449			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-95-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:32:31　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16707	100.000	4360	2041	1.188	--
总计		16707	100.000	4360			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-96-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:35:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:26　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16584	100.000	4289	2029	1.196	--
总计		16584	100.000	4289			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-97-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:39:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17476	100.000	4539	2031	1.195	--
总计		17476	100.000	4539			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-98-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:42:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16954	100.000	4399	2025	1.183	--
总计		16954	100.000	4399			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-99-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:46:17　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:34　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17058	100.000	4410	2032	1.195	--
总计		17058	100.000	4410			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-100-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:49:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17882	100.000	4620	2024	1.191	--
总计		17882	100.000	4620			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-101-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:53:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	17537	100.000	4547	2029	1.192	--
总计		17537	100.000	4547			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-102-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:56:34　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17332	100.000	4461	2014	1.198	--
总计		17332	100.000	4461			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-103-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:00:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17241	100.000	4526	2062	1.174	--
总计		17241	100.000	4526			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-104-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:03:28　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:48　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16835	100.000	4391	2049	1.184	--
总计		16835	100.000	4391			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-105-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:06:54　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:50　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16985	100.000	4399	2038	1.205	--
总计		16985	100.000	4399			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-106-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:10:19　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17723	100.000	4629	2042	1.188	--
总计		17723	100.000	4629			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-107-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:13:45　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17339	100.000	4499	2026	1.187	--
总计		17339	100.000	4499			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-108-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:17:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:50:58　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17228	100.000	4472	2040	1.198	--
总计		17228	100.000	4472			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-109-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:20:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:01　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17671	100.000	4566	2032	1.202	--
总计		17671	100.000	4566			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-110-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:24:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:04　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16957	100.000	4400	2023	1.187	--
总计		16957	100.000	4400			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-111-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:27:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	16861	100.000	4398	2039	1.188	--
总计		16861	100.000	4398			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-112-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:30:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	17153	100.000	4519	2076	1.164	--
总计		17153	100.000	4519			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-113-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:34:22　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	17498	100.000	4507	2025	1.190	--
总计		17498	100.000	4507			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-114-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:37:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	17226	100.000	4448	2029	1.191	--
总计		17226	100.000	4448			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-115-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:41:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	16511	100.000	3752	1483	1.203	--
总计		16511	100.000	3752			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-116-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH4.5jz-2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:44:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	16548	100.000	3763	1490	1.196	--
总计		16548	100.000	3763			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-117-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:48:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-118-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:51:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:26　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	16469	100.000	3756	1491	1.208	--
总计		16469	100.000	3756			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-119-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:54:55　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	16451	100.000	3748	1491	1.211	--
总计		16451	100.000	3748			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-120-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:58:19　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	16419	100.000	3747	1483	1.202	--
总计		16419	100.000	3747			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-121-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:01:43　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:34　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	16481	100.000	3749	1493	1.213	--
总计		16481	100.000	3749			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-122-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:05:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	16341	100.000	3738	1491	1.198	--
总计		16341	100.000	3738			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-123-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-2min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:08:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	13163	100.000	3514	2169	1.180	--
总计		13163	100.000	3514			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-124-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-2min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:11:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:42 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	13779	100.000	3695	2187	1.206	--
总计		13779	100.000	3695			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-125-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-2min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:15:22　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	13392	100.000	3591	2178	1.215	--
总计		13392	100.000	3591			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-126-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-2min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:18:46　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:48　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	14495	100.000	3871	2187	1.206	--
总计		14495	100.000	3871			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-127-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-2min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:22:10　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:51　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	13359	100.000	3584	2189	1.189	--
总计		13359	100.000	3584			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-128-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-2min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:25:35　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	13772	100.000	3698	2189	1.203	--
总计		13772	100.000	3698			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-129-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:28:58　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	16757	100.000	4531	2212	1.180	--
总计		16757	100.000	4531			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-130-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:32:23　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:51:59　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17723	100.000	4720	2211	1.202	--
总计		17723	100.000	4720			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-131-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:35:48　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:01　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17292	100.000	4640	2191	1.189	--
总计		17292	100.000	4640			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-132-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:39:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:04　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17906	100.000	4798	2183	1.171	--
总计		17906	100.000	4798			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-133-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:42:36　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17282	100.000	4619	2194	1.198	--
总计		17282	100.000	4619			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-134-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:46:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:09　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17617	100.000	4728	2202	1.187	--
总计		17617	100.000	4728			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-135-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:49:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:12　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	16672	100.000	4483	2187	1.162	--
总计		16672	100.000	4483			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-136-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:52:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17640	100.000	4724	2182	1.169	--
总计		17640	100.000	4724			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-137-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:56:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17388	100.000	4676	2183	1.181	--
总计		17388	100.000	4676			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-138-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 16:59:37　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:20　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	18109	100.000	4858	2189	1.187	--
总计		18109	100.000	4858			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-139-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:03:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17078	100.000	4596	2191	1.181	--
总计		17078	100.000	4596			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-140-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:06:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:25　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17605	100.000	4733	2186	1.164	--
总计		17605	100.000	4733			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-141-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:09:48　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	16552	100.000	4467	2189	1.169	--
总计		16552	100.000	4467			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-142-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:13:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:31　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17603	100.000	4726	2189	1.160	--
总计		17603	100.000	4726			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-143-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:16:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:35　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17381	100.000	4676	2191	1.179	--
总计		17381	100.000	4676			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-144-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:20:01　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	18165	100.000	4870	2187	1.176	--
总计		18165	100.000	4870			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-145-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:23:25　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17174	100.000	4612	2181	1.182	--
总计		17174	100.000	4612			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-146-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:26:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:43　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17856	100.000	4773	2179	1.179	--
总计		17856	100.000	4773			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-147-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:30:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:46　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	16647	100.000	4468	2186	1.188	--
总计		16647	100.000	4468			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-148-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:33:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:49　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17835	100.000	4793	2190	1.174	--
总计		17835	100.000	4793			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-149-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:37:02　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:52　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17534	100.000	4679	2176	1.179	--
总计		17534	100.000	4679			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-150-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:40:26　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:54　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	18180	100.000	4862	2192	1.179	--
总计		18180	100.000	4862			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-151-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:43:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:52:57　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17334	100.000	4639	2186	1.188	--
总计		17334	100.000	4639			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-152-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:47:14　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	17849	100.000	4781	2184	1.180	--
总计		17849	100.000	4781			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-153-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:50:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:02　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16520	100.000	3744	1477	1.213	--
总计		16520	100.000	3744			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-154-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:54:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16543	100.000	3754	1488	1.199	--
总计		16543	100.000	3754			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-155-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-rj.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 17:57:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:08　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-156-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:00:55　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16505	100.000	3745	1491	1.213	--
总计		16505	100.000	3745			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-157-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:04:21　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16528	100.000	3759	1492	1.211	--
总计		16528	100.000	3759			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-158-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:07:47　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	16354	100.000	3718	1496	1.210	--
总计		16354	100.000	3718			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-159-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:11:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	16540	100.000	3770	1473	1.212	--
总计		16540	100.000	3770			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-160-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:14:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	16586	100.000	3776	1482	1.199	--
总计		16586	100.000	3776			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-161-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-2min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:18:05　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:26　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	14574	100.000	3891	2179	1.203	--
总计		14574	100.000	3891			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-162-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-2min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:21:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.145	15482	100.000	4134	2167	1.190	--
总计		15482	100.000	4134			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-163-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-2min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:24:55　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	14091	100.000	3749	2173	1.184	--
总计		14091	100.000	3749			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-164-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-2min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:28:19　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:34　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.145	14232	100.000	3794	2159	1.208	--
总计		14232	100.000	3794			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-165-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-2min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:31:44　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.145	14777	100.000	3972	2203	1.200	--
总计		14777	100.000	3972			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-166-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-2min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:35:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	14416	100.000	3869	2186	1.192	--
总计		14416	100.000	3869			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-167-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:38:34　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:43　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17354	100.000	4651	2175	1.183	--
总计		17354	100.000	4651			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-168-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:41:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17862	100.000	4776	2175	1.179	--
总计		17862	100.000	4776			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-169-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:45:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:48　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	16954	100.000	4453	2187	1.215	--
总计		16954	100.000	4453			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-170-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:48:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:51　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17327	100.000	4622	2168	1.191	--
总计		17327	100.000	4622			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-171-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:52:14　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17325	100.000	4626	2166	1.182	--
总计		17325	100.000	4626			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-172-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:55:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17192	100.000	4604	2182	1.184	--
总计		17192	100.000	4604			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-173-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 18:59:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:53:59　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17553	100.000	4710	2192	1.180	--
总计		17553	100.000	4710			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-174-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:02:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	17795	100.000	4793	2192	1.176	--
总计		17795	100.000	4793			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-175-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:05:53　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:04　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	16795	100.000	4514	2177	1.173	--
总计		16795	100.000	4514			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-176-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:09:17　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17397	100.000	4667	2179	1.177	--
总计		17397	100.000	4667			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-177-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:12:43　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17261	100.000	4640	2197	1.182	--
总计		17261	100.000	4640			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-178-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:16:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17334	100.000	4643	2177	1.178	--
总计		17334	100.000	4643			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-179-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:19:33　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:16　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17435	100.000	4694	2199	1.172	--
总计		17435	100.000	4694			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-180-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:22:58　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17919	100.000	4801	2174	1.182	--
总计		17919	100.000	4801			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-181-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:26:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	16772	100.000	4504	2185	1.181	--
总计		16772	100.000	4504			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-182-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:29:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17446	100.000	4665	2172	1.181	--
总计		17446	100.000	4665			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-183-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:33:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	17251	100.000	4634	2183	1.172	--
总计		17251	100.000	4634			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）
流速:2.0ml/min
柱　温:30℃
波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-184-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:36:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:29
处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	17252	100.000	4638	2191	1.173	--
总计		17252	100.000	4638			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-185-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:40:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	17582	100.000	4699	2179	1.180	--
总计		17582	100.000	4699			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-186-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:43:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:35　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	17979	100.000	4797	2165	1.171	--
总计		17979	100.000	4797			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-187-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:46:55　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:38　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	16947	100.000	4528	2174	1.169	--
总计		16947	100.000	4528			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-188-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:50:21　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	17473	100.000	4673	2184	1.187	--
总计		17473	100.000	4673			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-189-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:53:46 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:43 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	17083	100.000	4597	2198	1.180	--
总计		17083	100.000	4597			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-190-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 19:57:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:46　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	17408	100.000	4643	2164	1.171	--
总计		17408	100.000	4643			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-191-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 20:00:38 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	16495	100.000	3774	1484	1.208	--
总计		16495	100.000	3774			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-31/24-192-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH1.2jz-2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX273.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 20:04:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 08:54:51　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	16584	100.000	3774	1482	1.200	--
总计		16584	100.000	3774			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-1-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:29:48　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:38　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-2-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:33:14　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	16933	100.000	3819	1496	1.212	--
总计		16933	100.000	3819			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-3-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:36:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:44　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	16869	100.000	3820	1498	1.211	--
总计		16869	100.000	3820			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-4-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:40:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	16765	100.000	3809	1511	1.207	--
总计		16765	100.000	3809			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-5-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:43:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:50　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	16801	100.000	3817	1514	1.204	--
总计		16801	100.000	3817			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-6-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:46:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	16976	100.000	3829	1494	1.207	--
总计		16976	100.000	3829			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-7-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-2min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:50:21　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:55　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	12972	100.000	3280	1905	1.224	--
总计		12972	100.000	3280			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-8-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-2min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:53:46　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:02:58　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	13215	100.000	3378	1916	1.198	--
总计		13215	100.000	3378			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-9-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-2min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 11:57:11　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	12650	100.000	3246	1936	1.205	--
总计		12650	100.000	3246			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-10-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-2min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:00:35　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	11549	100.000	2968	1932	1.194	--
总计		11549	100.000	2968			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-11-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-2min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:04:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	12877	100.000	3309	1944	1.204	--
总计		12877	100.000	3309			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-12-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-2min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:07:23　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:08　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	11982	100.000	3106	1951	1.205	--
总计		11982	100.000	3106			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-13-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:10:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	16665	100.000	4245	1926	1.209	--
总计		16665	100.000	4245			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-14-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:14:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17727	100.000	4474	1905	1.216	--
总计		17727	100.000	4474			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-15-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:17:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:16　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	16769	100.000	4250	1914	1.205	--
总计		16769	100.000	4250			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-16-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:21:03　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	16756	100.000	4240	1921	1.215	--
总计		16756	100.000	4240			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-17-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:24:26　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17181	100.000	4325	1902	1.217	--
总计		17181	100.000	4325			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-18-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:27:51　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	16875	100.000	4269	1916	1.202	--
总计		16875	100.000	4269			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-19-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:31:17　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:26　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17133	100.000	4353	1921	1.204	--
总计		17133	100.000	4353			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-20-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:34:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18036	100.000	4584	1924	1.217	--
总计		18036	100.000	4584			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-21-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:38:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:31　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17170	100.000	4357	1918	1.211	--
总计		17170	100.000	4357			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-22-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:41:31　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:34　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17225	100.000	4356	1918	1.211	--
总计		17225	100.000	4356			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-23-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:44:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17379	100.000	4423	1928	1.198	--
总计		17379	100.000	4423			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-24-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:48:21　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:39　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17215	100.000	4369	1926	1.204	--
总计		17215	100.000	4369			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-25-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:51:45　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:41　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17183	100.000	4356	1922	1.206	--
总计		17183	100.000	4356			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-26-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:55:10　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:44　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18125	100.000	4607	1926	1.204	--
总计		18125	100.000	4607			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-27-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 12:58:34　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	17183	100.000	4371	1930	1.193	--
总计		17183	100.000	4371			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-28-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:01:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:49　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17141	100.000	4368	1922	1.192	--
总计		17141	100.000	4368			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-29-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:05:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:52　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17468	100.000	4428	1921	1.202	--
总计		17468	100.000	4428			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-30-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:08:48　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:55　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17272	100.000	4382	1917	1.198	--
总计		17272	100.000	4382			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-31-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:12:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:03:57　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17144	100.000	4349	1922	1.206	--
总计		17144	100.000	4349			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-32-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:15:36　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18110	100.000	4588	1915	1.202	--
总计		18110	100.000	4588			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-33-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:19:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:02　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17165	100.000	4347	1930	1.214	--
总计		17165	100.000	4347			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-34-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:22:25　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17245	100.000	4357	1915	1.212	--
总计		17245	100.000	4357			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-35-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:25:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:08　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17389	100.000	4426	1932	1.199	--
总计		17389	100.000	4426			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-36-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:29:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17258	100.000	4371	1917	1.202	--
总计		17258	100.000	4371			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-37-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:32:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:14　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16761	100.000	3820	1516	1.199	--
总计		16761	100.000	3820			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-38-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:36:03　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:16　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16731	100.000	3802	1511	1.218	--
总计		16731	100.000	3802			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-39-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-rj.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:51:46　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-40-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:55:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:22　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16965	100.000	3837	1496	1.193	--
总计		16965	100.000	3837			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-41-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 13:58:40　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:25　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16927	100.000	3825	1500	1.200	--
总计		16927	100.000	3825			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-42-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:02:07　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16886	100.000	3830	1517	1.196	--
总计		16886	100.000	3830			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-43-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:05:33　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:30　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16881	100.000	3825	1501	1.202	--
总计		16881	100.000	3825			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-44-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:08:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:33　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16924	100.000	3832	1498	1.199	--
总计		16924	100.000	3832			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-45-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-2min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:12:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:35　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	13010	100.000	3300	1918	1.212	--
总计		13010	100.000	3300			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-46-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-2min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:15:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:38　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	12733	100.000	3212	1910	1.240	--
总计		12733	100.000	3212			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-47-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-2min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:19:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	12289	100.000	3138	1936	1.219	--
总计		12289	100.000	3138			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-48-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-2min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:22:41　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:43　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	12281	100.000	3150	1933	1.206	--
总计		12281	100.000	3150			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-49-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-2min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:26:07　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:46　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	13123	100.000	3317	1907	1.229	--
总计		13123	100.000	3317			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-50-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-2min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:29:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:48　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	12406	100.000	3161	1924	1.209	--
总计		12406	100.000	3161			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-51-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:32:58　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:51　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17440	100.000	4426	1925	1.218	--
总计		17440	100.000	4426			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-52-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:36:23　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17562	100.000	4444	1921	1.213	--
总计		17562	100.000	4444			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-53-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:39:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17039	100.000	4331	1922	1.209	--
总计		17039	100.000	4331			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-54-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:43:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:04:58　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17510	100.000	4453	1927	1.207	--
总计		17510	100.000	4453			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-55-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:46:40　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:01　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	17295	100.000	4349	1907	1.222	--
总计		17295	100.000	4349			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-56-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:50:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17468	100.000	4415	1915	1.208	--
总计		17468	100.000	4415			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-57-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:53:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17634	100.000	4476	1932	1.213	--
总计		17634	100.000	4476			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-58-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 14:56:58　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:09　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17932	100.000	4547	1920	1.215	--
总计		17932	100.000	4547			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-59-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:00:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17627	100.000	4469	1924	1.212	--
总计		17627	100.000	4469			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-60-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:03:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:14　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18169	100.000	4606	1919	1.213	--
总计		18169	100.000	4606			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-61-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:07:16　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17372	100.000	4399	1908	1.204	--
总计		17372	100.000	4399			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-62-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:10:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	17553	100.000	4494	1949	1.198	--
总计		17553	100.000	4494			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-63-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:14:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:22　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17667	100.000	4488	1923	1.204	--
总计		17667	100.000	4488			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-64-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:17:34　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17932	100.000	4546	1923	1.210	--
总计		17932	100.000	4546			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-65-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:21:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17469	100.000	4447	1932	1.203	--
总计		17469	100.000	4447			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-66-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:24:26　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	18174	100.000	4607	1918	1.209	--
总计		18174	100.000	4607			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-67-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:27:52　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17336	100.000	4397	1926	1.196	--
总计		17336	100.000	4397			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-68-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:31:18　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:35　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17851	100.000	4543	1933	1.203	--
总计		17851	100.000	4543			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-69-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:34:45　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17706	100.000	4500	1928	1.213	--
总计		17706	100.000	4500			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-70-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:38:11　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17847	100.000	4546	1931	1.196	--
总计		17847	100.000	4546			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-71-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:41:37　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17729	100.000	4471	1920	1.211	--
总计		17729	100.000	4471			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-72-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:45:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	18212	100.000	4619	1923	1.206	--
总计		18212	100.000	4619			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-73-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:48:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:48　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.137	17429	100.000	4409	1913	1.203	--
总计		17429	100.000	4409			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-74-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:51:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:50　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	17745	100.000	4536	1937	1.200	--
总计		17745	100.000	4536			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-75-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:55:23　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16925	100.000	3839	1529	1.206	--
总计		16925	100.000	3839			

SHIMADZU LabSolutions

JSS-3361

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　　波长:210nm
数据文件名: RC$JSS-3361 - 0-32/25-76-2 - cbzj-HX0269p-25mg-rcqx-pH6.8jz-2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-RCQX-FX274.lcm
批处理文件名: RC$JSS-3361 - JSS-3361-20241115-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl　　版本号:6.115
进样时间: 2024/11/15 15:58:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/11/18 09:05:55　　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	16899	100.000	3832	1513	1.211	--
总计		16899	100.000	3832			