


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40°C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-48-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-9  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 15:19:15 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:10 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-49-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 15:23:40 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:14 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	2044024	100.000	317763	3817	1.193	--
总计		2044024	100.000	317763			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-50-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 15:28:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	2042009	100.000	317260	3819	1.193	--
总计		2042009	100.000	317260			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-51-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/11/18 15:32:29 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:19 处理者: xiexinhui  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	2041350	100.000	317821	3827	1.193	--
总计		2041350	100.000	317821			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-52-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 15:36:54 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:21 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	2040547	100.000	317129	3818	1.193	--
总计		2040547	100.000	317129			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-53-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 15:41:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	2041741	100.000	317209	3816	1.194	--
总计		2041741	100.000	317209			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-54-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-1  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 15:45:43 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:26 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	1687487	100.000	263214	3841	1.187	--
总计		1687487	100.000	263214			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-55-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 15:50:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	1685721	100.000	262784	3835	1.188	--
总计		1685721	100.000	262784			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-56-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-10  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 15:54:31 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:31 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	1714813	100.000	267724	3850	1.187	--
总计		1714813	100.000	267724			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-57-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 15:58:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1714765	100.000	267667	3844	1.188	--
总计		1714765	100.000	267667			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-58-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-19  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:03:18 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:36 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1698540	100.000	264961	3843	1.188	--
总计		1698540	100.000	264961			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-59-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-19  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:07:41 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:38 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	1702860	100.000	265288	3844	1.189	--
总计		1702860	100.000	265288			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-60-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-28  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:12:04 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:41 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1726813	100.000	269580	3846	1.189	--
总计		1726813	100.000	269580			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-61-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 16:16:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1729322	100.000	269741	3842	1.190	--
总计		1729322	100.000	269741			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-62-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-37  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:20:55 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:45 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1674291	100.000	261200	3842	1.189	--
总计		1674291	100.000	261200			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-63-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 16:25:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1672884	100.000	260930	3836	1.189	--
总计		1672884	100.000	260930			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-64-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-46  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:29:41 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:28:50 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	1644775	100.000	256513	3849	1.188	--
总计		1644775	100.000	256513			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-65-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-js-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 16:34:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	1643725	100.000	256117	3846	1.189	--
总计		1643725	100.000	256117			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-66-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 16:38:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.591	1882060	100.000	291707	3806	1.195	--
总计		1882060	100.000	291707			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-67-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 16:42:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:28:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1879212	100.000	291847	3808	1.195	--
总计		1879212	100.000	291847			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-68-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-11  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:47:15 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:00 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1894995	100.000	295075	3824	1.194	--
总计		1894995	100.000	295075			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-69-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-11  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:51:38 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:03 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	1895145	100.000	294855	3820	1.194	--
总计		1895145	100.000	294855			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-70-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-20  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 16:56:02 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:05 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	1850816	100.000	287612	3812	1.195	--
总计		1850816	100.000	287612			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-71-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:00:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1851299	100.000	287809	3811	1.194	--
总计		1851299	100.000	287809			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-72-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:04:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1920912	100.000	298732	3821	1.195	--
总计		1920912	100.000	298732			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-73-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-29  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 17:09:13 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:13 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1922360	100.000	298618	3812	1.196	--
总计		1922360	100.000	298618			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-74-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:13:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1902892	100.000	295633	3812	1.196	--
总计		1902892	100.000	295633			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-75-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:18:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	1900723	100.000	295299	3821	1.196	--
总计		1900723	100.000	295299			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-76-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:22:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1884921	100.000	293360	3826	1.195	--
总计		1884921	100.000	293360			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-77-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-cq-red-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-47  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 17:26:48 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:22 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	1886892	100.000	293137	3826	1.196	--
总计		1886892	100.000	293137			




## SMF-203

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40°C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-78-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-3  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 17:31:12 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:25 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.591	1876540	100.000	291069	3816	1.196	--
总计		1876540	100.000	291069			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40°C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-79-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P1-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-3  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 17:35:36 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:27 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.591	1877844	100.000	290998	3817	1.197	--
总计		1877844	100.000	290998			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-80-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:39:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.592	1875440	100.000	290198	3830	1.197	--
总计		1875440	100.000	290198			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-81-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P2-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-12  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 17:44:23 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:32 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.592	1872531	100.000	290345	3832	1.197	--
总计		1872531	100.000	290345			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-82-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:48:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	1963593	100.000	305015	3822	1.198	--
总计		1963593	100.000	305015			




## SMF-203

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-83-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P3-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-21  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 17:53:09 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:37 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	1963631	100.000	305185	3817	1.197	--
总计		1963631	100.000	305185			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-84-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 17:57:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1739227	100.000	268972	3773	1.197	--
总计		1739227	100.000	268972			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-85-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 18:01:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1740380	100.000	269222	3772	1.197	--
总计		1740380	100.000	269222			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-86-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-39  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 18:06:21 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:44 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	1889903	100.000	293468	3809	1.197	--
总计		1889903	100.000	293468			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-87-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 18:10:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1889966	100.000	293502	3806	1.197	--
总计		1889966	100.000	293502			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-88-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-48  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 18:15:09 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:50 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	1805277	100.000	281194	3831	1.195	--
总计		1805277	100.000	281194			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-89-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-zj-rcd-pH6.8jz-jf50z-P6-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-48  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 18:19:32 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:52 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.591	1805992	100.000	280682	3833	1.196	--
总计		1805992	100.000	280682			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,3µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-203 - 10-6/10-90-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/11/18 18:23:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/11/19 08:29:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.590	2034585	100.000	315349	3801	1.201	--
总计		2034585	100.000	315349			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 237nm  
数据文件名 : RC\$SMF-203 - 10-6/10-91-2 - cbzj-ebst-DA390p-wdx6y-rcd-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-203 - SMF-203-rcd-FX259-ebst.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20241118-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-27  
进样体积 : 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/11/18 18:28:21 实验者: xiexinhui  
处理时间(V2) : 2024/11/19 08:29:57 处理者: xiexinhui  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	2035913	100.000	315949	3806	1.200	--
总计		2035913	100.000	315949			