




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-1-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:14:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:49:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-2-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:17:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:49:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	385203	100.000	49576	1675	1.206	--
总计		385203	100.000	49576			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-3-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:21:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:49:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	385627	100.000	49692	1680	1.207	--
总计		385627	100.000	49692			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-4-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:24:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:49:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	385844	100.000	50035	1699	1.207	--
总计		385844	100.000	50035			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-5-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:27:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:49:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	385100	100.000	49834	1689	1.208	--
总计		385100	100.000	49834			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-6-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:31:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	385682	100.000	49868	1690	1.209	--
总计		385682	100.000	49868			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-7-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:34:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	394107	100.000	61093	2571	1.202	--
总计		394107	100.000	61093			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-8-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:38:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	396212	100.000	62304	2646	1.194	--
总计		396212	100.000	62304			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-9-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:41:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	389972	100.000	61227	2631	1.190	--
总计		389972	100.000	61227			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-10-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:44:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	399042	100.000	62614	2628	1.187	--
总计		399042	100.000	62614			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-11-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:48:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	388619	100.000	61104	2637	1.189	--
总计		388619	100.000	61104			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-12-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:51:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	400274	100.000	62523	2600	1.190	--
总计		400274	100.000	62523			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-13-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:54:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	402057	100.000	63179	2630	1.185	--
总计		402057	100.000	63179			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-14-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:58:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	404027	100.000	63573	2638	1.182	--
总计		404027	100.000	63573			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-15-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:01:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	396345	100.000	62531	2650	1.180	--
总计		396345	100.000	62531			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-16-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:05:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	408304	100.000	64229	2648	1.183	--
总计		408304	100.000	64229			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-17-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:08:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	395527	100.000	62262	2636	1.184	--
总计		395527	100.000	62262			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-18-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:11:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	408194	100.000	64110	2626	1.185	--
总计		408194	100.000	64110			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-19-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:15:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	406659	100.000	64062	2641	1.188	--
总计		406659	100.000	64062			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-20-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:18:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	404971	100.000	63769	2646	1.186	--
总计		404971	100.000	63769			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-21-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:21:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	396230	100.000	62522	2651	1.186	--
总计		396230	100.000	62522			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-22-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:25:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	411730	100.000	64834	2647	1.188	--
总计		411730	100.000	64834			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-23-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:28:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	394949	100.000	62387	2662	1.185	--
总计		394949	100.000	62387			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-24-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:32:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	407049	100.000	63925	2632	1.187	--
总计		407049	100.000	63925			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-25-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:35:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.124	399172	100.000	62754	2619	1.188	--
总计		399172	100.000	62754			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-26-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:38:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:50:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	401609	100.000	62687	2595	1.188	--
总计		401609	100.000	62687			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-27-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:42:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	395198	100.000	61766	2604	1.190	--
总计		395198	100.000	61766			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-28-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:45:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	405952	100.000	63909	2639	1.187	--
总计		405952	100.000	63909			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-29-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:49:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	393984	100.000	62007	2644	1.187	--
总计		393984	100.000	62007			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-30-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:52:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	405395	100.000	63840	2647	1.187	--
总计		405395	100.000	63840			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-31-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:55:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	397415	100.000	62869	2643	1.186	--
总计		397415	100.000	62869			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-32-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:59:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	400748	100.000	62997	2643	1.188	--
总计		400748	100.000	62997			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-33-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:02:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	394046	100.000	62125	2661	1.187	--
总计		394046	100.000	62125			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-34-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:05:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	405590	100.000	64093	2660	1.184	--
总计		405590	100.000	64093			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-35-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:09:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	395912	100.000	62603	2663	1.185	--
总计		395912	100.000	62603			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-36-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:12:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	404796	100.000	64234	2679	1.182	--
总计		404796	100.000	64234			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-37-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:16:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	397035	100.000	62618	2652	1.185	--
总计		397035	100.000	62618			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-38-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:19:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	400137	100.000	63147	2651	1.184	--
总计		400137	100.000	63147			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-39-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:22:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	393464	100.000	62402	2680	1.183	--
总计		393464	100.000	62402			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-40-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:26:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	404334	100.000	63939	2669	1.185	--
总计		404334	100.000	63939			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-41-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:29:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	391973	100.000	61896	2660	1.184	--
总计		391973	100.000	61896			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-42-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:32:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	403971	100.000	63842	2666	1.183	--
总计		403971	100.000	63842			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-43-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:36:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	385617	100.000	50877	1756	1.193	--
总计		385617	100.000	50877			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-44-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:39:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	385430	100.000	50906	1759	1.191	--
总计		385430	100.000	50906			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-45-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:43:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-46-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:46:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	387284	100.000	51286	1770	1.195	--
总计		387284	100.000	51286			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-47-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:49:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	386663	100.000	51165	1767	1.190	--
总计		386663	100.000	51165			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-48-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:53:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:51:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	385998	100.000	51130	1771	1.190	--
总计		385998	100.000	51130			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-49-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:56:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	385541	100.000	51106	1773	1.192	--
总计		385541	100.000	51106			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-50-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:00:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	384745	100.000	50923	1769	1.189	--
总计		384745	100.000	50923			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-51-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:03:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	398168	100.000	62688	2639	1.178	--
总计		398168	100.000	62688			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-52-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:06:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	391264	100.000	61508	2634	1.181	--
总计		391264	100.000	61508			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-53-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:10:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	389088	100.000	61333	2646	1.181	--
总计		389088	100.000	61333			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-54-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:13:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	404930	100.000	63607	2630	1.181	--
总计		404930	100.000	63607			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-55-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:17:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	394920	100.000	62214	2640	1.182	--
总计		394920	100.000	62214			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-56-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:20:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	393064	100.000	62114	2659	1.183	--
总计		393064	100.000	62114			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-57-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:23:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	405792	100.000	64095	2656	1.183	--
总计		405792	100.000	64095			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-58-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:27:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	395288	100.000	62389	2652	1.182	--
总计		395288	100.000	62389			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-59-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:30:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	395925	100.000	62507	2653	1.180	--
总计		395925	100.000	62507			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-60-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:34:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	411993	100.000	64600	2624	1.183	--
总计		411993	100.000	64600			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-61-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:37:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	397478	100.000	62731	2652	1.181	--
总计		397478	100.000	62731			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-62-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:40:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	396551	100.000	62319	2639	1.183	--
总计		396551	100.000	62319			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-63-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:44:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	400146	100.000	63252	2642	1.181	--
总计		400146	100.000	63252			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-64-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:47:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	393833	100.000	61950	2637	1.183	--
总计		393833	100.000	61950			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-65-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:51:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	390893	100.000	61378	2634	1.183	--
总计		390893	100.000	61378			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-66-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:54:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	407229	100.000	63739	2618	1.185	--
总计		407229	100.000	63739			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-67-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:57:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	395668	100.000	62101	2621	1.180	--
总计		395668	100.000	62101			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-68-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:01:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	395055	100.000	62131	2625	1.179	--
总计		395055	100.000	62131			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-69-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:04:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.126	399143	100.000	62640	2635	1.182	--
总计		399143	100.000	62640			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-70-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:08:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:52:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	392987	100.000	61924	2643	1.180	--
总计		392987	100.000	61924			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-71-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:11:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	389642	100.000	61808	2660	1.179	--
总计		389642	100.000	61808			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-72-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:14:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	406233	100.000	64065	2648	1.179	--
总计		406233	100.000	64065			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-73-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:18:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	398218	100.000	62860	2650	1.176	--
总计		398218	100.000	62860			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-74-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:21:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	394425	100.000	61847	2616	1.178	--
总计		394425	100.000	61847			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-75-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:25:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	401705	100.000	63196	2630	1.175	--
总计		401705	100.000	63196			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-76-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:28:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	392039	100.000	61679	2629	1.176	--
总计		392039	100.000	61679			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-77-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:32:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	390275	100.000	61397	2634	1.176	--
总计		390275	100.000	61397			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-78-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:35:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	405237	100.000	63784	2637	1.176	--
总计		405237	100.000	63784			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-79-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:38:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	395861	100.000	62262	2643	1.177	--
总计		395861	100.000	62262			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-80-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:42:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	394881	100.000	62122	2643	1.176	--
总计		394881	100.000	62122			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-81-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:45:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	398100	100.000	62496	2631	1.177	--
总计		398100	100.000	62496			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-82-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:49:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	390918	100.000	61877	2670	1.177	--
总计		390918	100.000	61877			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-83-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:52:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	388370	100.000	61350	2656	1.176	--
总计		388370	100.000	61350			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-84-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:55:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	404634	100.000	64035	2671	1.175	--
总计		404634	100.000	64035			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-85-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:59:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	394252	100.000	62285	2655	1.179	--
总计		394252	100.000	62285			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-86-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:02:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	394245	100.000	61923	2645	1.179	--
总计		394245	100.000	61923			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-87-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:06:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	386704	100.000	50922	1768	1.187	--
总计		386704	100.000	50922			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-88-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:09:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	386397	100.000	50915	1768	1.186	--
总计		386397	100.000	50915			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-89-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 19:12:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-90-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:16:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	384834	100.000	50635	1765	1.186	--
总计		384834	100.000	50635			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-91-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:19:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	385726	100.000	50878	1759	1.184	--
总计		385726	100.000	50878			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-92-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:23:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:53:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	385024	100.000	50787	1765	1.186	--
总计		385024	100.000	50787			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-93-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:26:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	385242	100.000	50814	1756	1.186	--
总计		385242	100.000	50814			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-94-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:29:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	385386	100.000	50782	1754	1.185	--
总计		385386	100.000	50782			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-95-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:33:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	397064	100.000	62593	2641	1.175	--
总计		397064	100.000	62593			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-96-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:36:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	399494	100.000	63022	2649	1.177	--
总计		399494	100.000	63022			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-97-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 19:39:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	384273	100.000	60707	2658	1.177	--
总计		384273	100.000	60707			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-98-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:43:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	399980	100.000	63207	2667	1.178	--
总计		399980	100.000	63207			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-99-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:46:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	391258	100.000	61790	2662	1.179	--
总计		391258	100.000	61790			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-100-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:50:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	388819	100.000	61469	2664	1.178	--
总计		388819	100.000	61469			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-101-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:53:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	404088	100.000	63528	2647	1.180	--
总计		404088	100.000	63528			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-102-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:56:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	404216	100.000	63687	2654	1.179	--
总计		404216	100.000	63687			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-103-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:00:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	388820	100.000	61232	2661	1.181	--
总计		388820	100.000	61232			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-104-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:03:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	404324	100.000	63508	2643	1.184	--
总计		404324	100.000	63508			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-105-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:06:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	394496	100.000	62004	2656	1.181	--
总计		394496	100.000	62004			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-106-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:10:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	394624	100.000	62022	2648	1.182	--
总计		394624	100.000	62022			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-107-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:13:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	402915	100.000	63173	2642	1.182	--
总计		402915	100.000	63173			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-108-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:17:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	403244	100.000	63486	2658	1.179	--
总计		403244	100.000	63486			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-109-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:20:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	387610	100.000	61148	2649	1.182	--
总计		387610	100.000	61148			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-110-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:23:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	401762	100.000	63613	2671	1.183	--
总计		401762	100.000	63613			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-111-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:27:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	392860	100.000	61947	2651	1.183	--
总计		392860	100.000	61947			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-112-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:30:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	393542	100.000	61989	2660	1.185	--
总计		393542	100.000	61989			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-113-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:33:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	401668	100.000	63477	2663	1.184	--
总计		401668	100.000	63477			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-114-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:37:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:54:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	402143	100.000	63576	2664	1.183	--
总计		402143	100.000	63576			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-115-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:40:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	388246	100.000	61360	2664	1.183	--
总计		388246	100.000	61360			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-116-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:44:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	401896	100.000	63494	2657	1.183	--
总计		401896	100.000	63494			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-117-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:47:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	393953	100.000	62043	2660	1.182	--
总计		393953	100.000	62043			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-118-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:50:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	392933	100.000	61840	2659	1.181	--
总计		392933	100.000	61840			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-119-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:54:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	400101	100.000	63357	2666	1.179	--
总计		400101	100.000	63357			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-120-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:57:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	402106	100.000	63435	2671	1.179	--
总计		402106	100.000	63435			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-121-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:00:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	389245	100.000	61396	2677	1.183	--
总计		389245	100.000	61396			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-122-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:04:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	401097	100.000	63224	2677	1.180	--
总计		401097	100.000	63224			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-123-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:07:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	392874	100.000	61838	2656	1.180	--
总计		392874	100.000	61838			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-124-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:10:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	391409	100.000	61361	2646	1.180	--
总计		391409	100.000	61361			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-125-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:14:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	400574	100.000	62754	2645	1.181	--
总计		400574	100.000	62754			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-126-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:17:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	401885	100.000	63012	2648	1.180	--
总计		401885	100.000	63012			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-127-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:21:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	385783	100.000	60589	2649	1.180	--
总计		385783	100.000	60589			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-128-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:24:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	400191	100.000	62673	2643	1.181	--
总计		400191	100.000	62673			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-129-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:27:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	392423	100.000	61506	2644	1.181	--
总计		392423	100.000	61506			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-130-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:31:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	390651	100.000	61229	2644	1.183	--
总计		390651	100.000	61229			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-131-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:34:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	386974	100.000	51092	1772	1.190	--
总计		386974	100.000	51092			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-11/30-132-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:37:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:55:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	387091	100.000	51116	1778	1.193	--
总计		387091	100.000	51116			