



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-459-2 - wdx-zjtj28y-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 10:54:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 13:59:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-460-2 - wdx-zjtj28y-rcd-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 10:57:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	195632	100.000	41262	1612	1.155	--
总计		195632	100.000	41262			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-461-2 - wdx-zjtj28y-rcd-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 10:59:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	195726	100.000	41478	1603	1.159	--
总计		195726	100.000	41478			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-462-2 - wdx-zjtj28y-rcd-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:02:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	195913	100.000	41394	1602	1.163	--
总计		195913	100.000	41394			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-463-2 - wdx-zjtj28y-rcd-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:04:38 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	195778	100.000	41182	1598	1.165	--
总计		195778	100.000	41182			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-464-2 - wdx-zjtj28y-rcd-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:07:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.215	195409	100.000	41433	1594	1.163	--
总计		195409	100.000	41433			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-465-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:09:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.214	170844	100.000	36767	1683	1.180	--
总计		170844	100.000	36767			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-466-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:11:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.214	171141	100.000	36679	1680	1.183	--
总计		171141	100.000	36679			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-467-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:14:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	170487	100.000	36776	1689	1.176	--
总计		170487	100.000	36776			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-468-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:16:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	169879	100.000	36736	1684	1.175	--
总计		169879	100.000	36736			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-469-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:18:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	171538	100.000	36728	1675	1.185	--
总计		171538	100.000	36728			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-470-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:21:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	171592	100.000	36676	1673	1.187	--
总计		171592	100.000	36676			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-471-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:23:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	175788	100.000	37773	1677	1.181	--
总计		175788	100.000	37773			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-472-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:25:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	175568	100.000	37678	1677	1.182	--
总计		175568	100.000	37678			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-473-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:28:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	171226	100.000	36795	1677	1.183	--
总计		171226	100.000	36795			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-474-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:30:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	170899	100.000	36719	1680	1.185	--
总计		170899	100.000	36719			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-475-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:33:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	168114	100.000	36230	1682	1.183	--
总计		168114	100.000	36230			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-476-2 - wdx-zzp-2022082601p-zjtj28y-rcd-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:35:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	168415	100.000	36383	1686	1.177	--
总计		168415	100.000	36383			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-477-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:37:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	172587	100.000	37059	1676	1.185	--
总计		172587	100.000	37059			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-478-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:40:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	172570	100.000	36980	1675	1.187	--
总计		172570	100.000	36980			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-479-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:42:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	168806	100.000	36093	1669	1.188	--
总计		168806	100.000	36093			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-480-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:44:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	168675	100.000	36165	1671	1.187	--
总计		168675	100.000	36165			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-481-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:47:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:00:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	163441	100.000	35200	1681	1.183	--
总计		163441	100.000	35200			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-482-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:49:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	162920	100.000	35028	1675	1.186	--
总计		162920	100.000	35028			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-483-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:52:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	169766	100.000	36380	1672	1.187	--
总计		169766	100.000	36380			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-484-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:54:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	169658	100.000	36569	1679	1.177	--
总计		169658	100.000	36569			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-485-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:56:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	167977	100.000	36150	1678	1.179	--
总计		167977	100.000	36150			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-486-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 11:59:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	168062	100.000	35930	1670	1.188	--
总计		168062	100.000	35930			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-487-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:01:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.210	170303	100.000	36574	1675	1.182	--
总计		170303	100.000	36574			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-488-2 - wdx-zzp-2022082701p-zjtj28y-rcd-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:03:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	170400	100.000	36651	1676	1.178	--
总计		170400	100.000	36651			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-489-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:06:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	174312	100.000	37158	1664	1.190	--
总计		174312	100.000	37158			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-490-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:08:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	174108	100.000	37193	1665	1.187	--
总计		174108	100.000	37193			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-491-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:10:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	170916	100.000	36638	1672	1.187	--
总计		170916	100.000	36638			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-492-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:13:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	171472	100.000	36771	1670	1.178	--
总计		171472	100.000	36771			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-493-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:15:43 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	170400	100.000	36347	1661	1.187	--
总计		170400	100.000	36347			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-494-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:18:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	170127	100.000	36273	1658	1.187	--
总计		170127	100.000	36273			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-495-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:20:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	172307	100.000	37136	1673	1.175	--
总计		172307	100.000	37136			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-496-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:22:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	172268	100.000	36846	1657	1.184	--
总计		172268	100.000	36846			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-497-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:25:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	172476	100.000	36767	1657	1.188	--
总计		172476	100.000	36767			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-498-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:27:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.212	172594	100.000	36834	1659	1.188	--
总计		172594	100.000	36834			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-499-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:29:57 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.211	171495	100.000	36886	1673	1.181	--
总计		171495	100.000	36886			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-500-2 - wdx-zzp-2022082801p-zjtj28y-rcd-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:32:19 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.210	171819	100.000	36539	1654	1.187	--
总计		171819	100.000	36539			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-501-2 - wdx-zjtj28y-rcd-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:34:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	195993	100.000	41404	1574	1.167	--
总计		195993	100.000	41404			



SHIMADZU
LabSolutions


J469

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$J469 - 28-4/28-502-2 - wdx-zjtj28y-rcd-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J469 - J469-rcd-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$J469 - J469-20250108-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/08 12:37:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:01:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	195854	100.000	41520	1581	1.163	--
总计		195854	100.000	41520			