




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-141/11-1420-3 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:15:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 14:30:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-141/11-1421-3 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:20:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/08 14:30:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	16915	100.000	4573	4227	1.171	--
总计		16915	100.000	4573			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1422-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:24:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:31:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	16900	100.000	4565	4221	1.170	--
总计		16900	100.000	4565			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1423-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:29:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	16872	100.000	4558	4226	1.172	--
总计		16872	100.000	4558			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1424-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:34:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	16890	100.000	4555	4210	1.168	--
总计		16890	100.000	4555			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1425-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:39:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	16915	100.000	4568	4217	1.176	--
总计		16915	100.000	4568			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1426-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:44:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	22911	100.000	6404	4591	1.167	--
总计		22911	100.000	6404			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1427-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:49:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	23843	100.000	6697	4603	1.158	--
总计		23843	100.000	6697			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1428-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:54:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	23504	100.000	6573	4603	1.164	--
总计		23504	100.000	6573			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1429-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 21:59:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	25315	100.000	7093	4599	1.165	--
总计		25315	100.000	7093			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1430-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:03:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	25443	100.000	7139	4609	1.163	--
总计		25443	100.000	7139			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1431-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:08:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	22834	100.000	6343	4569	1.167	--
总计		22834	100.000	6343			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1432-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:13:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	30027	100.000	8386	4596	1.164	--
总计		30027	100.000	8386			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1433-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:18:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	31059	100.000	8673	4605	1.163	--
总计		31059	100.000	8673			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1434-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:23:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	29925	100.000	8357	4587	1.164	--
总计		29925	100.000	8357			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1435-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:28:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	30924	100.000	8642	4598	1.165	--
总计		30924	100.000	8642			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1436-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:33:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	31730	100.000	8860	4588	1.163	--
总计		31730	100.000	8860			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-142/11-1437-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 22:38:03

处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:32:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	29864	100.000	8318	4578	1.163	--
总计		29864	100.000	8318			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1438-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:42:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	32295	100.000	9009	4589	1.161	--
总计		32295	100.000	9009			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

＜样品信息＞

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1439-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 22:47:48

处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	33830	100.000	9437	4577	1.165	--
总计		33830	100.000	9437			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1440-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:52:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	32748	100.000	9110	4587	1.164	--
总计		32748	100.000	9110			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1441-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 22:57:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	33390	100.000	9293	4570	1.165	--
总计		33390	100.000	9293			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1442-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:02:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34220	100.000	9551	4584	1.166	--
总计		34220	100.000	9551			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1443-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/07 23:07:16

处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	32510	100.000	9047	4575	1.165	--
总计		32510	100.000	9047			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1444-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:12:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	33352	100.000	9240	4581	1.162	--
总计		33352	100.000	9240			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1445-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:17:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	35151	100.000	9760	4602	1.164	--
总计		35151	100.000	9760			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1446-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:21:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:33:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	33848	100.000	9400	4594	1.164	--
总计		33848	100.000	9400			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1447-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:26:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34556	100.000	9657	4581	1.164	--
总计		34556	100.000	9657			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1448-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:31:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	35073	100.000	9793	4573	1.167	--
总计		35073	100.000	9793			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1449-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:36:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	33980	100.000	9426	4587	1.162	--
总计		33980	100.000	9426			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1450-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:41:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	33989	100.000	9502	4578	1.165	--
总计		33989	100.000	9502			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1451-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:46:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	35987	100.000	10012	4588	1.161	--
总计		35987	100.000	10012			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1452-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:51:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34719	100.000	9677	4588	1.166	--
总计		34719	100.000	9677			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1453-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/07 23:55:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	35615	100.000	9917	4589	1.166	--
总计		35615	100.000	9917			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1454-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:00:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	36088	100.000	10043	4577	1.165	--
总计		36088	100.000	10043			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1455-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:05:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34823	100.000	9684	4583	1.168	--
总计		34823	100.000	9684			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1456-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 00:10:32

处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34264	100.000	9526	4567	1.167	--
总计		34264	100.000	9526			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1457-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:15:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	36042	100.000	10113	4588	1.163	--
总计		36042	100.000	10113			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1458-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:20:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	34996	100.000	9811	4588	1.167	--
总计		34996	100.000	9811			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1459-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:25:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	35859	100.000	10056	4587	1.163	--
总计		35859	100.000	10056			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1460-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:30:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	36336	100.000	10222	4595	1.163	--
总计		36336	100.000	10222			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1461-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:34:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	34962	100.000	9799	4582	1.161	--
总计		34962	100.000	9799			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1462-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:39:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34000	100.000	9504	4587	1.165	--
总计		34000	100.000	9504			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1463-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:44:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	36041	100.000	10121	4581	1.162	--
总计		36041	100.000	10121			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1464-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:49:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	34991	100.000	9824	4584	1.162	--
总计		34991	100.000	9824			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1465-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:54:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	36035	100.000	10125	4586	1.166	--
总计		36035	100.000	10125			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1466-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 00:59:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	36332	100.000	10204	4576	1.166	--
总计		36332	100.000	10204			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1467-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:04:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:34:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	34816	100.000	9773	4576	1.157	--
总计		34816	100.000	9773			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1468-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:08:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34071	100.000	9533	4582	1.162	--
总计		34071	100.000	9533			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1469-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:13:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	36037	100.000	10072	4581	1.162	--
总计		36037	100.000	10072			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1470-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:18:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	34741	100.000	9713	4580	1.166	--
总计		34741	100.000	9713			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1471-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:23:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	35725	100.000	10025	4585	1.165	--
总计		35725	100.000	10025			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1472-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:28:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	36237	100.000	10156	4585	1.164	--
总计		36237	100.000	10156			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1473-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:33:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	34270	100.000	9614	4598	1.162	--
总计		34270	100.000	9614			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1474-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:38:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	16807	100.000	4532	4215	1.167	--
总计		16807	100.000	4532			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1475-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:43:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	16901	100.000	4538	4219	1.170	--
总计		16901	100.000	4538			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1476-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:47:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1477-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:52:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	16931	100.000	4552	4172	1.181	--
总计		16931	100.000	4552			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1478-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 01:57:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	16844	100.000	4532	4170	1.165	--
总计		16844	100.000	4532			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1479-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:02:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	16879	100.000	4549	4172	1.168	--
总计		16879	100.000	4549			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1480-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:07:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	16902	100.000	4547	4169	1.182	--
总计		16902	100.000	4547			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1481-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:12:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	16782	100.000	4536	4179	1.173	--
总计		16782	100.000	4536			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1482-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:17:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	24485	100.000	6898	4579	1.164	--
总计		24485	100.000	6898			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1483-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:22:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	23639	100.000	6625	4559	1.166	--
总计		23639	100.000	6625			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1484-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:27:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	22725	100.000	6409	4568	1.165	--
总计		22725	100.000	6409			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1485-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:32:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	24317	100.000	6834	4564	1.169	--
总计		24317	100.000	6834			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1486-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:36:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	24515	100.000	6914	4582	1.164	--
总计		24515	100.000	6914			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1487-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:41:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	22586	100.000	6348	4576	1.164	--
总计		22586	100.000	6348			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1488-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:46:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	32397	100.000	9129	4570	1.157	--
总计		32397	100.000	9129			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1489-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:51:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:35:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	30969	100.000	8733	4574	1.157	--
总计		30969	100.000	8733			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1490-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 02:56:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	30220	100.000	8506	4586	1.166	--
总计		30220	100.000	8506			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1491-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:01:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	30354	100.000	8569	4578	1.167	--
总计		30354	100.000	8569			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1492-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:06:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	31116	100.000	8776	4589	1.163	--
总计		31116	100.000	8776			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1493-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:11:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	30289	100.000	8541	4582	1.165	--
总计		30289	100.000	8541			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1494-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:15:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34661	100.000	9752	4567	1.164	--
总计		34661	100.000	9752			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1495-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:20:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	33278	100.000	9374	4581	1.162	--
总计		33278	100.000	9374			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1496-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:25:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	32964	100.000	9311	4577	1.164	--
总计		32964	100.000	9311			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1497-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:30:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	33348	100.000	9424	4584	1.159	--
总计		33348	100.000	9424			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1498-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:35:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	33252	100.000	9366	4578	1.164	--
总计		33252	100.000	9366			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1499-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:40:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	32580	100.000	9164	4575	1.163	--
总计		32580	100.000	9164			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1500-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:45:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35162	100.000	9916	4579	1.160	--
总计		35162	100.000	9916			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1501-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:50:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34003	100.000	9570	4577	1.164	--
总计		34003	100.000	9570			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1502-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 03:55:05

处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.574	34149	100.000	9626	4579	1.160	--
总计		34149	100.000	9626			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1503-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 03:59:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34574	100.000	9723	4572	1.158	--
总计		34574	100.000	9723			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1504-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:04:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34313	100.000	9659	4568	1.165	--
总计		34313	100.000	9659			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1505-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:09:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	33829	100.000	9501	4559	1.161	--
总计		33829	100.000	9501			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1506-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:14:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35761	100.000	10062	4557	1.161	--
总计		35761	100.000	10062			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1507-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:19:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34609	100.000	9768	4573	1.163	--
总计		34609	100.000	9768			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1508-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:24:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	35252	100.000	9957	4581	1.160	--
总计		35252	100.000	9957			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1509-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:29:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35737	100.000	10070	4566	1.160	--
总计		35737	100.000	10070			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1510-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:34:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	34337	100.000	9672	4575	1.156	--
总计		34337	100.000	9672			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1511-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:39:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:36:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	34535	100.000	9740	4577	1.162	--
总计		34535	100.000	9740			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1512-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:44:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35665	100.000	10032	4579	1.163	--
总计		35665	100.000	10032			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1513-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:48:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34632	100.000	9752	4572	1.164	--
总计		34632	100.000	9752			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1514-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:53:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35382	100.000	9956	4573	1.163	--
总计		35382	100.000	9956			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1515-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 04:58:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35728	100.000	10093	4593	1.160	--
总计		35728	100.000	10093			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1516-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:03:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34470	100.000	9692	4557	1.163	--
总计		34470	100.000	9692			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1517-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:08:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34906	100.000	9816	4570	1.157	--
总计		34906	100.000	9816			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1518-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:13:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	35613	100.000	10044	4572	1.164	--
总计		35613	100.000	10044			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1519-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:18:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34651	100.000	9755	4560	1.165	--
总计		34651	100.000	9755			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1520-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:23:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35377	100.000	9944	4569	1.161	--
总计		35377	100.000	9944			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1521-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:28:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35671	100.000	10050	4571	1.168	--
总计		35671	100.000	10050			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1522-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:33:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34125	100.000	9626	4579	1.163	--
总计		34125	100.000	9626			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1523-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:37:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34887	100.000	9830	4576	1.164	--
总计		34887	100.000	9830			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1524-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:42:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	35375	100.000	9979	4559	1.159	--
总计		35375	100.000	9979			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1525-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:47:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	34485	100.000	9704	4570	1.159	--
总计		34485	100.000	9704			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1526-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 05:52:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35146	100.000	9900	4570	1.161	--
总计		35146	100.000	9900			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1527-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 05:57:32

处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	35736	100.000	10066	4578	1.157	--
总计		35736	100.000	10066			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1528-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 06:02:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34047	100.000	9592	4576	1.163	--
总计		34047	100.000	9592			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1529-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 06:07:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.573	34524	100.000	9730	4579	1.160	--
总计		34524	100.000	9730			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1530-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 06:12:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	16857	100.000	4564	4191	1.172	--
总计		16857	100.000	4564			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-143/11-1531-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH2.0jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-FX260-aldp.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250107-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 06:17:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/08 14:37:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	16930	100.000	4573	4175	1.169	--
总计		16930	100.000	4573			