




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1538-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:10:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:28:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1539-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 14:15:06
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	16833	100.000	3619	5734	1.066	--
总计		16833	100.000	3619			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1540-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:19:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	17134	100.000	3651	5737	1.068	--
总计		17134	100.000	3651			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1541-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 14:24:52

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	16966	100.000	3658	5725	1.063	--
总计		16966	100.000	3658			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1542-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 14:29:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	16859	100.000	3645	5758	1.070	--
总计		16859	100.000	3645			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1543-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 14:34:39
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	16977	100.000	3659	5736	1.065	--
总计		16977	100.000	3659			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1544-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:39:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.317	17859	100.000	3918	6137	1.062	--
总计		17859	100.000	3918			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1545-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:44:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	19601	100.000	4313	6154	1.058	--
总计		19601	100.000	4313			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1546-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:49:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	19221	100.000	4233	6151	1.053	--
总计		19221	100.000	4233			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1547-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 14:54:12

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	21038	100.000	4633	6115	1.057	--
总计		21038	100.000	4633			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1548-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 14:59:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	23001	100.000	5086	6132	1.056	--
总计		23001	100.000	5086			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1549-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 15:04:03

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	21748	100.000	4821	6138	1.052	--
总计		21748	100.000	4821			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1550-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:08:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	25190	100.000	5555	6127	1.058	--
总计		25190	100.000	5555			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1551-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:13:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	26640	100.000	5906	6143	1.055	--
总计		26640	100.000	5906			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1552-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:18:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	28338	100.000	6239	6138	1.060	--
总计		28338	100.000	6239			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1553-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:23:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	29881	100.000	6610	6149	1.057	--
总计		29881	100.000	6610			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1554-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:28:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	30508	100.000	6746	6152	1.057	--
总计		30508	100.000	6746			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1555-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:33:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	30662	100.000	6758	6132	1.055	--
总计		30662	100.000	6758			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1556-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:38:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	27954	100.000	6153	6125	1.058	--
总计		27954	100.000	6153			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1557-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:43:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	29483	100.000	6482	6125	1.059	--
总计		29483	100.000	6482			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1558-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:47:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	32213	100.000	7101	6140	1.064	--
总计		32213	100.000	7101			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1559-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:52:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:29:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	31784	100.000	6987	6112	1.063	--
总计		31784	100.000	6987			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1560-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 15:57:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	32709	100.000	7222	6156	1.056	--
总计		32709	100.000	7222			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1561-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:02:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	32870	100.000	7237	6138	1.056	--
总计		32870	100.000	7237			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1562-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:07:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	29990	100.000	6606	6148	1.054	--
总计		29990	100.000	6606			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1563-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:12:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	31264	100.000	6881	6140	1.058	--
总计		31264	100.000	6881			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1564-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:17:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34091	100.000	7513	6126	1.059	--
总计		34091	100.000	7513			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1565-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:22:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34044	100.000	7491	6144	1.060	--
总计		34044	100.000	7491			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1566-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:26:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	33903	100.000	7476	6152	1.055	--
总计		33903	100.000	7476			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1567-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:31:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	33906	100.000	7461	6150	1.061	--
总计		33906	100.000	7461			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1568-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:36:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	32664	100.000	7192	6144	1.061	--
总计		32664	100.000	7192			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1569-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:41:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	33173	100.000	7296	6122	1.059	--
总计		33173	100.000	7296			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1570-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:46:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36213	100.000	8011	6160	1.061	--
总计		36213	100.000	8011			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1571-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:51:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	35133	100.000	7732	6129	1.056	--
总计		35133	100.000	7732			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1572-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 16:56:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.324	35366	100.000	7793	6150	1.057	--
总计		35366	100.000	7793			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1573-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:01:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34823	100.000	7671	6163	1.058	--
总计		34823	100.000	7671			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1574-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:05:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34274	100.000	7549	6133	1.057	--
总计		34274	100.000	7549			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1575-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:10:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	34339	100.000	7552	6146	1.058	--
总计		34339	100.000	7552			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1576-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:15:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36704	100.000	8083	6123	1.055	--
总计		36704	100.000	8083			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1577-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:20:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36021	100.000	7927	6135	1.057	--
总计		36021	100.000	7927			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1578-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:25:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	36152	100.000	7934	6125	1.059	--
总计		36152	100.000	7934			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1579-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:30:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	35188	100.000	7776	6149	1.059	--
总计		35188	100.000	7776			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1580-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:35:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:30:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	35079	100.000	7740	6140	1.058	--
总计		35079	100.000	7740			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1581-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:40:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33974	100.000	7500	6116	1.063	--
总计		33974	100.000	7500			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1582-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:44:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36681	100.000	8119	6137	1.061	--
总计		36681	100.000	8119			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1583-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:49:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35931	100.000	7945	6141	1.058	--
总计		35931	100.000	7945			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1584-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 17:54:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36009	100.000	7954	6133	1.058	--
总计		36009	100.000	7954			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1585-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 17:59:31

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35393	100.000	7801	6135	1.058	--
总计		35393	100.000	7801			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1586-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:04:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35155	100.000	7762	6132	1.055	--
总计		35155	100.000	7762			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1587-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:09:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	34027	100.000	7519	6156	1.055	--
总计		34027	100.000	7519			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1588-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:14:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	36517	100.000	8074	6142	1.055	--
总计		36517	100.000	8074			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1589-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:19:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	35779	100.000	7871	6139	1.060	--
总计		35779	100.000	7871			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1590-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:23:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36258	100.000	7999	6118	1.056	--
总计		36258	100.000	7999			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1591-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:28:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	36443	100.000	8054	6152	1.054	--
总计		36443	100.000	8054			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1592-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 18:33:42

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	16900	100.000	3641	5778	1.054	--
总计		16900	100.000	3641			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1593-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:38:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	16903	100.000	3652	5771	1.064	--
总计		16903	100.000	3652			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1594-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:43:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1595-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 18:48:23

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17391	100.000	3730	5733	1.061	--
总计		17391	100.000	3730			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1596-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 18:53:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17322	100.000	3732	5766	1.063	--
总计		17322	100.000	3732			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1597-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/08 18:58:12
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17346	100.000	3741	5761	1.069	--
总计		17346	100.000	3741			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1598-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:03:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17372	100.000	3740	5740	1.054	--
总计		17372	100.000	3740			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1599-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 19:08:02

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	17347	100.000	3733	5782	1.055	--
总计		17347	100.000	3733			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1600-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:12:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	19663	100.000	4344	6134	1.056	--
总计		19663	100.000	4344			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1601-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 19:17:49

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	19422	100.000	4295	6152	1.058	--
总计		19422	100.000	4295			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1602-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:22:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.323	19189	100.000	4214	6113	1.050	--
总计		19189	100.000	4214			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1603-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:27:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:31:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	21120	100.000	4672	6117	1.057	--
总计		21120	100.000	4672			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1604-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:32:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	21737	100.000	4808	6129	1.060	--
总计		21737	100.000	4808			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1605-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:37:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	21778	100.000	4821	6137	1.055	--
总计		21778	100.000	4821			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1606-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:42:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30204	100.000	6683	6148	1.062	--
总计		30204	100.000	6683			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1607-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:47:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	26026	100.000	5734	6137	1.058	--
总计		26026	100.000	5734			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1608-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:52:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	28956	100.000	6384	6132	1.052	--
总计		28956	100.000	6384			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1609-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 19:56:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29476	100.000	6500	6129	1.061	--
总计		29476	100.000	6500			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1610-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:01:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29539	100.000	6516	6138	1.055	--
总计		29539	100.000	6516			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1611-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:06:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	30762	100.000	6787	6142	1.062	--
总计		30762	100.000	6787			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1612-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:11:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33136	100.000	7299	6113	1.061	--
总计		33136	100.000	7299			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1613-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:16:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	28827	100.000	6376	6131	1.061	--
总计		28827	100.000	6376			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1614-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:21:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	31086	100.000	6879	6159	1.058	--
总计		31086	100.000	6879			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1615-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:26:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	32992	100.000	7281	6135	1.054	--
总计		32992	100.000	7281			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1616-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:31:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	31457	100.000	6960	6152	1.057	--
总计		31457	100.000	6960			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1617-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:36:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	32805	100.000	7234	6134	1.057	--
总计		32805	100.000	7234			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1618-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:41:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	34163	100.000	7537	6131	1.056	--
总计		34163	100.000	7537			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1619-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:45:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	30824	100.000	6784	6133	1.058	--
总计		30824	100.000	6784			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1620-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:50:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	32652	100.000	7184	6118	1.055	--
总计		32652	100.000	7184			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1621-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 20:55:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	34683	100.000	7655	6137	1.057	--
总计		34683	100.000	7655			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1622-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:00:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	32929	100.000	7245	6122	1.059	--
总计		32929	100.000	7245			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1623-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:05:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33405	100.000	7373	6128	1.057	--
总计		33405	100.000	7373			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1624-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:10:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:32:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35626	100.000	7860	6129	1.057	--
总计		35626	100.000	7860			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1625-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:15:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	32762	100.000	7231	6140	1.057	--
总计		32762	100.000	7231			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1626-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:20:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33719	100.000	7427	6121	1.057	--
总计		33719	100.000	7427			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1627-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:25:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	36349	100.000	8034	6146	1.060	--
总计		36349	100.000	8034			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1628-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 21:30:01

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	34870	100.000	7703	6137	1.058	--
总计		34870	100.000	7703			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1629-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:34:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35153	100.000	7757	6147	1.062	--
总计		35153	100.000	7757			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1630-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 21:39:50

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35827	100.000	7917	6140	1.060	--
总计		35827	100.000	7917			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1631-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 21:44:45

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33514	100.000	7423	6146	1.057	--
总计		33514	100.000	7423			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1632-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 21:49:39

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35909	100.000	7944	6151	1.059	--
总计		35909	100.000	7944			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1633-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:54:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	37200	100.000	8196	6126	1.058	--
总计		37200	100.000	8196			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1634-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 21:59:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	34692	100.000	7674	6156	1.058	--
总计		34692	100.000	7674			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1635-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:04:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35313	100.000	7812	6140	1.059	--
总计		35313	100.000	7812			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1636-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:09:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35969	100.000	7954	6156	1.059	--
总计		35969	100.000	7954			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1637-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:14:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33810	100.000	7483	6167	1.061	--
总计		33810	100.000	7483			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1638-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:19:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35736	100.000	7918	6167	1.058	--
总计		35736	100.000	7918			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1639-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 22:23:57

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	37722	100.000	8338	6138	1.060	--
总计		37722	100.000	8338			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1640-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:28:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35128	100.000	7767	6158	1.059	--
总计		35128	100.000	7767			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1641-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:33:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35865	100.000	7919	6139	1.060	--
总计		35865	100.000	7919			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1642-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:38:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	36212	100.000	7996	6129	1.060	--
总计		36212	100.000	7996			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1643-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:43:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	33673	100.000	7438	6136	1.058	--
总计		33673	100.000	7438			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1644-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:48:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35610	100.000	7866	6139	1.057	--
总计		35610	100.000	7866			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1645-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:53:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	36801	100.000	8109	6137	1.061	--
总计		36801	100.000	8109			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1646-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 22:58:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:33:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35082	100.000	7744	6135	1.060	--
总计		35082	100.000	7744			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1647-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:03:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35089	100.000	7728	6136	1.057	--
总计		35089	100.000	7728			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1648-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:08:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	16916	100.000	3628	5736	1.074	--
总计		16916	100.000	3628			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1649-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH4.5jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:13:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	16934	100.000	3646	5789	1.068	--
总计		16934	100.000	3646			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1650-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:17:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1651-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:22:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16952	100.000	3646	5765	1.060	--
总计		16952	100.000	3646			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1652-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:27:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16840	100.000	3631	5800	1.072	--
总计		16840	100.000	3631			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1653-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:32:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16877	100.000	3638	5825	1.062	--
总计		16877	100.000	3638			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1654-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/08 23:37:28

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	17017	100.000	3644	5725	1.072	--
总计		17017	100.000	3644			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1655-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:42:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16875	100.000	3632	5757	1.059	--
总计		16875	100.000	3632			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1656-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:47:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	10640	100.000	2350	6095	1.068	--
总计		10640	100.000	2350			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1657-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:52:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	10365	100.000	2298	6185	1.044	--
总计		10365	100.000	2298			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1658-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/08 23:56:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	9655	100.000	2120	6124	1.047	--
总计		9655	100.000	2120			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1659-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:01:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	10879	100.000	2407	6143	1.066	--
总计		10879	100.000	2407			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1660-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:06:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	11371	100.000	2522	6153	1.062	--
总计		11371	100.000	2522			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1661-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:11:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10664	100.000	2361	6115	1.047	--
总计		10664	100.000	2361			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1662-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:16:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	17686	100.000	3918	6159	1.061	--
总计		17686	100.000	3918			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1663-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:21:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	17474	100.000	3855	6139	1.060	--
总计		17474	100.000	3855			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1664-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:26:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	17117	100.000	3768	6108	1.055	--
总计		17117	100.000	3768			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1665-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:31:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18019	100.000	3993	6129	1.055	--
总计		18019	100.000	3993			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1666-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:35:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	20285	100.000	4496	6153	1.061	--
总计		20285	100.000	4496			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1667-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:40:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	19249	100.000	4216	6083	1.057	--
总计		19249	100.000	4216			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1668-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 00:45:39

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:34:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	20374	100.000	4505	6140	1.065	--
总计		20374	100.000	4505			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1669-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 00:50:32

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	20588	100.000	4544	6105	1.058	--
总计		20588	100.000	4544			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1670-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 00:55:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	20186	100.000	4438	6096	1.063	--
总计		20186	100.000	4438			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1671-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 01:00:15
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22304	100.000	4925	6151	1.054	--
总计		22304	100.000	4925			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1672-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:05:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22504	100.000	4960	6136	1.063	--
总计		22504	100.000	4960			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1673-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:09:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22657	100.000	4995	6102	1.054	--
总计		22657	100.000	4995			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1674-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:14:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22257	100.000	4910	6106	1.061	--
总计		22257	100.000	4910			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1675-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:19:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22164	100.000	4882	6129	1.058	--
总计		22164	100.000	4882			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1676-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:24:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	22051	100.000	4850	6110	1.049	--
总计		22051	100.000	4850			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1677-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:29:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	23343	100.000	5125	6131	1.060	--
总计		23343	100.000	5125			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1678-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:34:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	24324	100.000	5380	6146	1.058	--
总计		24324	100.000	5380			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1679-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:39:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	25106	100.000	5539	6111	1.062	--
总计		25106	100.000	5539			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1680-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:44:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	24594	100.000	5422	6111	1.052	--
总计		24594	100.000	5422			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1681-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:48:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	23842	100.000	5253	6132	1.061	--
总计		23842	100.000	5253			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1682-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 01:53:44

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	25594	100.000	5640	6095	1.059	--
总计		25594	100.000	5640			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1683-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 01:58:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	26171	100.000	5767	6104	1.060	--
总计		26171	100.000	5767			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1684-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:03:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27511	100.000	6062	6112	1.054	--
总计		27511	100.000	6062			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1685-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:08:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26983	100.000	5935	6105	1.061	--
总计		26983	100.000	5935			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1686-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:13:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26820	100.000	5909	6108	1.052	--
总计		26820	100.000	5909			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1687-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:18:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27196	100.000	5991	6132	1.057	--
总计		27196	100.000	5991			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1688-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:22:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27386	100.000	6046	6131	1.061	--
总计		27386	100.000	6046			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1689-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:27:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	28365	100.000	6233	6115	1.057	--
总计		28365	100.000	6233			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1690-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:32:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:35:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	29116	100.000	6424	6119	1.059	--
总计		29116	100.000	6424			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1691-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:37:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	29118	100.000	6424	6138	1.060	--
总计		29118	100.000	6424			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1692-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:42:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	28448	100.000	6283	6130	1.058	--
总计		28448	100.000	6283			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1693-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:47:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	28544	100.000	6292	6130	1.060	--
总计		28544	100.000	6292			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1694-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 02:52:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29439	100.000	6470	6118	1.061	--
总计		29439	100.000	6470			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1695-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 02:56:55

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	29263	100.000	6446	6114	1.063	--
总计		29263	100.000	6446			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1696-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:01:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	30104	100.000	6644	6124	1.063	--
总计		30104	100.000	6644			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1697-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:06:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	30175	100.000	6665	6135	1.052	--
总计		30175	100.000	6665			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1698-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:11:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	33369	100.000	7353	6110	1.060	--
总计		33369	100.000	7353			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1699-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:16:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	33464	100.000	7357	6122	1.061	--
总计		33464	100.000	7357			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1700-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:21:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35855	100.000	7904	6116	1.056	--
总计		35855	100.000	7904			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1701-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:26:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	33946	100.000	7486	6132	1.061	--
总计		33946	100.000	7486			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1702-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:31:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	35009	100.000	7682	6123	1.060	--
总计		35009	100.000	7682			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1703-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:35:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	35181	100.000	7757	6116	1.056	--
总计		35181	100.000	7757			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1704-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 03:40:51
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16834	100.000	3634	5804	1.058	--
总计		16834	100.000	3634			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1705-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:45:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16859	100.000	3631	5767	1.070	--
总计		16859	100.000	3631			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1706-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:50:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1707-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 03:55:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16973	100.000	3632	5770	1.062	--
总计		16973	100.000	3632			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1708-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 04:00:25
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16928	100.000	3629	5750	1.061	--
总计		16928	100.000	3629			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1709-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 04:05:18
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16916	100.000	3631	5757	1.062	--
总计		16916	100.000	3631			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1710-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:10:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16962	100.000	3644	5795	1.065	--
总计		16962	100.000	3644			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1711-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 04:15:05

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	16879	100.000	3629	5775	1.056	--
总计		16879	100.000	3629			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1712-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 04:19:58

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:36:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10656	100.000	2363	6180	1.073	--
总计		10656	100.000	2363			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1713-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:24:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10533	100.000	2327	6091	1.074	--
总计		10533	100.000	2327			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1714-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:29:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	10677	100.000	2373	6129	1.064	--
总计		10677	100.000	2373			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1715-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:34:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	10078	100.000	2223	6094	1.061	--
总计		10078	100.000	2223			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1716-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:39:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	11245	100.000	2489	6125	1.049	--
总计		11245	100.000	2489			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1717-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:44:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	9508	100.000	2110	6152	1.045	--
总计		9508	100.000	2110			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1718-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 04:49:14

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18498	100.000	4091	6139	1.058	--
总计		18498	100.000	4091			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1719-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:54:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18185	100.000	4019	6140	1.056	--
总计		18185	100.000	4019			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1720-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 04:59:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	18180	100.000	4029	6167	1.062	--
总计		18180	100.000	4029			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1721-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:03:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	17869	100.000	3941	6110	1.064	--
总计		17869	100.000	3941			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1722-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:08:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	18256	100.000	4026	6119	1.061	--
总计		18256	100.000	4026			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1723-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:13:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	18119	100.000	3997	6113	1.060	--
总计		18119	100.000	3997			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1724-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:18:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	22350	100.000	4912	6102	1.057	--
总计		22350	100.000	4912			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1725-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:23:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21016	100.000	4637	6123	1.061	--
总计		21016	100.000	4637			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1726-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:28:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21692	100.000	4760	6110	1.059	--
总计		21692	100.000	4760			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1727-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:33:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21066	100.000	4626	6076	1.052	--
总计		21066	100.000	4626			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1728-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:38:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	20539	100.000	4538	6116	1.056	--
总计		20539	100.000	4538			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1729-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:42:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	21473	100.000	4735	6126	1.064	--
总计		21473	100.000	4735			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1730-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:47:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	24560	100.000	5399	6107	1.060	--
总计		24560	100.000	5399			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1731-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:52:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	23249	100.000	5124	6102	1.052	--
总计		23249	100.000	5124			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1732-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 05:57:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	24022	100.000	5298	6123	1.061	--
总计		24022	100.000	5298			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1733-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:02:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	22936	100.000	5049	6113	1.068	--
总计		22936	100.000	5049			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1734-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:07:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:37:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	23966	100.000	5274	6112	1.062	--
总计		23966	100.000	5274			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1735-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:12:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	23653	100.000	5219	6105	1.062	--
总计		23653	100.000	5219			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1736-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:17:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	27292	100.000	6008	6104	1.057	--
总计		27292	100.000	6008			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1737-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:22:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	25720	100.000	5684	6140	1.060	--
总计		25720	100.000	5684			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1738-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:26:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26380	100.000	5814	6099	1.062	--
总计		26380	100.000	5814			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1739-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:31:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26090	100.000	5755	6130	1.057	--
总计		26090	100.000	5755			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1740-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:36:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26710	100.000	5873	6108	1.059	--
总计		26710	100.000	5873			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1741-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:41:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	26703	100.000	5889	6129	1.068	--
总计		26703	100.000	5889			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1742-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:46:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	30257	100.000	6634	6088	1.054	--
总计		30257	100.000	6634			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30℃ 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1743-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:51:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	27775	100.000	6108	6090	1.061	--
总计		27775	100.000	6108			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1744-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 06:56:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	28711	100.000	6325	6116	1.059	--
总计		28711	100.000	6325			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1745-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:01:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29020	100.000	6393	6110	1.065	--
总计		29020	100.000	6393			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1746-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:06:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	27698	100.000	6098	6110	1.057	--
总计		27698	100.000	6098			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1747-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:11:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29651	100.000	6527	6101	1.053	--
总计		29651	100.000	6527			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1748-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:15:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30965	100.000	6821	6124	1.059	--
总计		30965	100.000	6821			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1749-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:20:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	29317	100.000	6443	6107	1.061	--
总计		29317	100.000	6443			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1750-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:25:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30130	100.000	6625	6095	1.057	--
总计		30130	100.000	6625			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1751-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:30:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30170	100.000	6650	6127	1.060	--
总计		30170	100.000	6650			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1752-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:35:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	29028	100.000	6424	6135	1.058	--
总计		29028	100.000	6424			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1753-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/01/09 07:40:26

处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	30821	100.000	6808	6138	1.063	--
总计		30821	100.000	6808			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1754-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 10μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:45:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35079	100.000	7728	6128	1.057	--
总计		35079	100.000	7728			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1755-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:50:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	33578	100.000	7373	6100	1.061	--
总计		33578	100.000	7373			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1756-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 07:55:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:38:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	35442	100.000	7831	6134	1.059	--
总计		35442	100.000	7831			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1757-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:00:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	34521	100.000	7604	6116	1.060	--
总计		34521	100.000	7604			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1758-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:04:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	32407	100.000	7163	6126	1.055	--
总计		32407	100.000	7163			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1759-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:09:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	35272	100.000	7774	6097	1.060	--
总计		35272	100.000	7774			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1760-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10μl
进样时间 : 2025/01/09 08:14:44
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 2.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	17027	100.000	3652	5743	1.060	--
总计		17027	100.000	3652			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-210

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 254nm
数据文件名 : RC\$SMF-210 - 0-144/11-1761-2 - cbzj-5mg-8167603p-rcqx-pH6.8jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-210 - SMF-210-rcqx-aldp-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-210 - SMF-210-20250108-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/09 08:19:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/09 09:39:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	17093	100.000	3662	5713	1.061	--
总计		17093	100.000	3662			