



玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	10	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97807	98036	97701	97805	98089	97888	0.17
2	11.19	97504	97421				97462	0.07

单位质量响应值		RSD%	判断
8779.19	8709.74	0.57	数据可信

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-25010601批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	20258	-	20258	20.975	25.27	35.49	20.98	25.27	35.48
	2	22645	-	22645	23.447			23.45		
	3	21285	-	21285	22.039			22.04		
	4	24927	-	24927	25.810			25.81		
	5	41076	-	41076	42.531			42.53		
	6	16238	-	16238	16.813			16.81		
10min	1	50621	-	50621	52.414	57.98	13.80	52.65	58.27	13.88
	2	53038	-	53038	54.916			55.18		
	3	59843	-	59843	61.962			62.21		
	4	59321	-	59321	61.422			61.71		
	5	67410	-	67410	69.797			70.27		
	6	45771	-	45771	47.392			47.58		
15min	1	68162	-	68162	70.576	73.60	7.16	71.39	74.53	7.28
	2	69179	-	69179	71.629			72.50		
	3	76752	-	76752	79.470			80.40		
	4	72300	-	72300	74.860			75.83		
	5	76444	-	76444	79.151			80.40		
	6	63669	-	63669	65.924			66.64		
20min	1	77340	-	77340	80.079	82.35	3.02	81.68	84.10	3.18
	2	78117	-	78117	80.883			82.55		
	3	82069	-	82069	84.975			86.79		
	4	81973	-	81973	84.876			86.68		
	5	80942	-	80942	83.808			85.94		
	6	76768	-	76768	79.487			80.93		
30min	1	83401	-	83401	86.355	90.10	2.41	88.84	92.76	2.51
	2	86301	-	86301	89.357			91.92		
	3	89496	-	89496	92.665			95.43		
	4	87455	-	87455	90.552			93.30		
	5	88439	-	88439	91.571			94.63		
	6	87038	-	87038	90.120			92.45		
45min	1	88190	-	88190	91.313	93.02	1.38	94.76	96.68	1.34
	2	89086	-	89086	92.241			95.80		
	3	90942	-	90942	94.163			97.95		
	4	89567	-	89567	92.739			96.49		
	5	89687	-	89687	92.863			96.94		
	6	91570	-	91570	94.813			98.14		
60min	1	89475	-	89475	92.644	92.95	2.28	97.11	97.65	2.20
	2	89445	-	89445	92.613			97.20		
	3	87575	-	87575	90.676			95.51		
	4	93684	-	93684	97.002			101.78		
	5	89221	-	89221	92.381			97.49		
	6	89241	-	89241	92.401			96.79		
极限	1	89917	-	89917	93.101	92.16	0.94	98.59	97.89	0.99
	2	88854	-	88854	92.001			97.61		
	3	89889	-	89889	93.072			98.92		
	4	88738	-	88738	91.881			97.74		
	5	88984	-	88984	92.135			98.27		
	6	87691	-	87691	90.796			96.21		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-11

复核者:

未审阅版本




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-390-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:22:53
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:32:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-391-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:26:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:32:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97807	100.000	15810	2526	1.167	--
总计		97807	100.000	15810			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-392-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:29:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:32:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	98036	100.000	15805	2520	1.171	--
总计		98036	100.000	15805			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-393-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:33:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:32:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	97701	100.000	15758	2525	1.172	--
总计		97701	100.000	15758			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-394-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:36:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97805	100.000	15818	2531	1.173	--
总计		97805	100.000	15818			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-395-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:39:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	98089	100.000	15815	2518	1.172	--
总计		98089	100.000	15815			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-396-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:43:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	20258	100.000	3353	2693	1.164	--
总计		20258	100.000	3353			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-397-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:46:39
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	22645	100.000	3785	2670	1.155	--
总计		22645	100.000	3785			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-398-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:50:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	21285	100.000	3533	2668	1.178	--
总计		21285	100.000	3533			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-399-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:53:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	24927	100.000	4109	2661	1.185	--
总计		24927	100.000	4109			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-400-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:56:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	41076	100.000	6811	2684	1.177	--
总计		41076	100.000	6811			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-401-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:00:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	16238	100.000	2691	2693	1.171	--
总计		16238	100.000	2691			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-402-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:03:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	50621	100.000	8437	2674	1.166	--
总计		50621	100.000	8437			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-403-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:06:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	53038	100.000	8782	2688	1.173	--
总计		53038	100.000	8782			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-404-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:10:19
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	59843	100.000	9952	2712	1.173	--
总计		59843	100.000	9952			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-405-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:13:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	59321	100.000	9819	2681	1.175	--
总计		59321	100.000	9819			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-406-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:17:05
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	67410	100.000	11152	2690	1.179	--
总计		67410	100.000	11152			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-407-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:20:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	45771	100.000	7541	2670	1.178	--
总计		45771	100.000	7541			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-408-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:23:51
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	68162	100.000	11273	2677	1.174	--
总计		68162	100.000	11273			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-409-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:27:14
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	69179	100.000	11444	2668	1.178	--
总计		69179	100.000	11444			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-410-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:30:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	76752	100.000	12702	2679	1.178	--
总计		76752	100.000	12702			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-411-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:33:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	72300	100.000	12013	2694	1.178	--
总计		72300	100.000	12013			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-412-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:37:22
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	76444	100.000	12595	2670	1.175	--
总计		76444	100.000	12595			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-413-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:40:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.022	63669	100.000	10546	2664	1.180	--
总计		63669	100.000	10546			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-414-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:44:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	77340	100.000	12808	2674	1.177	--
总计		77340	100.000	12808			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-415-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:47:32
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	78117	100.000	12982	2691	1.179	--
总计		78117	100.000	12982			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-416-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:50:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:33:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	82069	100.000	13561	2672	1.181	--
总计		82069	100.000	13561			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-417-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:54:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	81973	100.000	13619	2681	1.177	--
总计		81973	100.000	13619			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-418-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:57:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	80942	100.000	13439	2694	1.178	--
总计		80942	100.000	13439			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-419-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:01:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	76768	100.000	12743	2676	1.179	--
总计		76768	100.000	12743			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-420-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:04:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	83401	100.000	13799	2668	1.183	--
总计		83401	100.000	13799			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-421-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:07:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	86301	100.000	14291	2695	1.180	--
总计		86301	100.000	14291			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-422-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:11:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	89496	100.000	14877	2685	1.175	--
总计		89496	100.000	14877			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-423-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:14:35
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	87455	100.000	14542	2691	1.181	--
总计		87455	100.000	14542			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-424-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:17:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	88439	100.000	14627	2665	1.176	--
总计		88439	100.000	14627			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-425-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:21:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	87038	100.000	14451	2684	1.177	--
总计		87038	100.000	14451			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-426-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:24:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	88190	100.000	14637	2686	1.176	--
总计		88190	100.000	14637			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-427-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:28:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	89086	100.000	14742	2698	1.174	--
总计		89086	100.000	14742			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-428-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:31:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	90942	100.000	15139	2695	1.173	--
总计		90942	100.000	15139			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-429-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:34:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	89567	100.000	14825	2674	1.177	--
总计		89567	100.000	14825			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-430-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:38:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	89687	100.000	14860	2680	1.175	--
总计		89687	100.000	14860			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-431-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:41:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	91570	100.000	15167	2681	1.182	--
总计		91570	100.000	15167			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-432-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:45:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	89475	100.000	14838	2694	1.180	--
总计		89475	100.000	14838			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-433-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:48:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	89445	100.000	14841	2706	1.175	--
总计		89445	100.000	14841			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-434-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:51:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	87575	100.000	14470	2689	1.181	--
总计		87575	100.000	14470			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-435-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:55:13
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	93684	100.000	15493	2682	1.179	--
总计		93684	100.000	15493			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-436-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:58:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	89221	100.000	14800	2687	1.179	--
总计		89221	100.000	14800			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-437-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:01:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	89241	100.000	14731	2667	1.177	--
总计		89241	100.000	14731			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-438-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:05:22
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:34:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	89917	100.000	14843	2655	1.180	--
总计		89917	100.000	14843			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-439-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:08:46
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:35:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	88854	100.000	14632	2659	1.185	--
总计		88854	100.000	14632			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-440-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:12:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:35:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	89889	100.000	14884	2660	1.177	--
总计		89889	100.000	14884			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-441-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:15:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:35:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	88738	100.000	14653	2663	1.180	--
总计		88738	100.000	14653			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-442-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:18:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:35:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.023	88984	100.000	14751	2670	1.179	--
总计		88984	100.000	14751			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-443-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:22:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:35:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	87691	100.000	14430	2659	1.182	--
总计		87691	100.000	14430			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-444-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:25:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:35:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	97504	100.000	15684	2510	1.177	--
总计		97504	100.000	15684			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-13/24-445-2 - zzp-40mg-25010601p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:29:09
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:35:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97421	100.000	15713	2515	1.171	--
总计		97421	100.000	15713			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010601批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2