




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30°C
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-566-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 11:17:18
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:33:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
溶剂




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-567-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 11:22:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:33:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	971292	100.000	167902	3100	1.398	--
总计		971292	100.000	167902			

图2 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-568-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:28:16

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:33:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	971219	100.000	167917	3103	1.399	--
总计		971219	100.000	167917			

图3 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-569-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 11:33:46
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:33:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	971559	100.000	167996	3106	1.400	--
总计		971559	100.000	167996			

图4 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-570-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:39:16

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:33:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	971610	100.000	168015	3108	1.402	--
总计		971610	100.000	168015			

图5 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-571-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:44:45

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	969910	100.000	167997	3119	1.402	--
总计		969910	100.000	167997			

图6 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-572-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 11:50:13

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	822435	100.000	140603	2932	1.410	--
总计		822435	100.000	140603			

图7 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-573-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 11:55:42
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	824495	100.000	140817	2924	1.409	--
总计		824495	100.000	140817			

图8 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-574-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:01:10
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	916828	100.000	156939	2943	1.409	--
总计		916828	100.000	156939			

图9 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-575-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:06:38
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	917551	100.000	157056	2944	1.409	--
总计		917551	100.000	157056			

图10 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-576-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:12:06
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	832784	100.000	142960	2963	1.408	--
总计		832784	100.000	142960			

图11 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-577-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:17:33
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.988	833631	100.000	142819	2954	1.410	--
总计		833631	100.000	142819			

图12 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-578-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:23:02
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	920197	100.000	157462	2943	1.411	--
总计		920197	100.000	157462			

图13 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-579-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:28:29
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	919917	100.000	157513	2945	1.410	--
总计		919917	100.000	157513			

图14 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-580-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:33:58
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	917384	100.000	157069	2947	1.410	--
总计		917384	100.000	157069			

图15 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-581-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:39:26
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	917342	100.000	157117	2945	1.410	--
总计		917342	100.000	157117			

图16 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-582-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 12:44:54

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:34:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	903554	100.000	154989	2952	1.408	--
总计		903554	100.000	154989			

图17 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-583-2 - zzp-24091101p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:50:22
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	903389	100.000	155016	2956	1.408	--
总计		903389	100.000	155016			

图18 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-584-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 12:55:50
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	805063	100.000	137734	2936	1.411	--
总计		805063	100.000	137734			

图19 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-585-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:01:18
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	805453	100.000	137728	2933	1.411	--
总计		805453	100.000	137728			

图20 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-586-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:06:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	826637	100.000	142070	2965	1.407	--
总计		826637	100.000	142070			

图21 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-587-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:12:15
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	826170	100.000	142094	2968	1.406	--
总计		826170	100.000	142094			

图22 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-588-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:17:43
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	883629	100.000	151641	2957	1.408	--
总计		883629	100.000	151641			

图23 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-589-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:23:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	885023	100.000	151633	2953	1.410	--
总计		885023	100.000	151633			

图24 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-590-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:28:38
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	852691	100.000	146122	2954	1.411	--
总计		852691	100.000	146122			

图25 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-591-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:34:06
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	853391	100.000	145915	2936	1.412	--
总计		853391	100.000	145915			

图26 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-592-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:39:34

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:34:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	814477	100.000	139623	2954	1.409	--
总计		814477	100.000	139623			

图27 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-593-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:45:02
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	817767	100.000	140194	2953	1.409	--
总计		817767	100.000	140194			

图28 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-594-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 13:50:29

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:34:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	888674	100.000	152394	2957	1.411	--
总计		888674	100.000	152394			

图29 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-595-2 - zzp-24091201p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 13:55:58
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:34:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	889518	100.000	152450	2950	1.411	--
总计		889518	100.000	152450			

图30 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-596-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:01:26
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	784786	100.000	134307	2939	1.411	--
总计		784786	100.000	134307			

图31 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-597-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:06:54
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	784757	100.000	134324	2941	1.411	--
总计		784757	100.000	134324			

图32 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-598-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:12:22
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	929993	100.000	159476	2954	1.411	--
总计		929993	100.000	159476			

图33 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-599-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:17:51
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	929585	100.000	159475	2956	1.409	--
总计		929585	100.000	159475			

图34 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-600-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 100 μ l

进样时间: 2025/01/13 14:23:19

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:35:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	927948	100.000	159141	2957	1.409	--
总计		927948	100.000	159141			

图35 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-601-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:28:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	927946	100.000	159120	2958	1.410	--
总计		927946	100.000	159120			

图36 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-602-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 14:34:15

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:35:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	885904	100.000	152005	2962	1.409	--
总计		885904	100.000	152005			

图37 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-603-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:39:43
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	885995	100.000	152112	2963	1.408	--
总计		885995	100.000	152112			

图38 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-604-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:45:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	907871	100.000	155847	2962	1.409	--
总计		907871	100.000	155847			

图39 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-605-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:50:39
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	908258	100.000	155896	2959	1.410	--
总计		908258	100.000	155896			

图40 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-606-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 14:56:06
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	929787	100.000	159551	2965	1.410	--
总计		929787	100.000	159551			

图41 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-607-2 - zzp-24091202p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:01:34
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	929709	100.000	159575	2966	1.409	--
总计		929709	100.000	159575			

图42 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-608-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:07:01
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	897383	100.000	154377	2975	1.406	--
总计		897383	100.000	154377			

图43 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-609-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:12:29
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	897540	100.000	154503	2981	1.406	--
总计		897540	100.000	154503			

图44 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-610-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:17:57
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	879974	100.000	150818	2952	1.411	--
总计		879974	100.000	150818			

图45 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-611-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 15:23:26

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	879451	100.000	150861	2952	1.411	--
总计		879451	100.000	150861			

图46 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-612-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:28:54
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	894855	100.000	153653	2966	1.410	--
总计		894855	100.000	153653			

图47 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-613-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:34:22
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	896620	100.000	153828	2961	1.410	--
总计		896620	100.000	153828			

图48 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-614-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:39:50
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	921378	100.000	158316	2966	1.409	--
总计		921378	100.000	158316			

图49 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-615-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:45:18
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	920836	100.000	158296	2969	1.408	--
总计		920836	100.000	158296			

图50 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-616-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:50:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	910534	100.000	156217	2957	1.410	--
总计		910534	100.000	156217			

图51 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-617-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 15:56:14
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	911158	100.000	156280	2960	1.410	--
总计		911158	100.000	156280			

图52 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-618-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:01:42
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.986	900567	100.000	154621	2965	1.409	--
总计		900567	100.000	154621			

图53 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-619-2 - zzp-2024092721p-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:07:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:35:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	900788	100.000	154716	2967	1.409	--
总计		900788	100.000	154716			

图54 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-620-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:12:39

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:36:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.015	971468	100.000	169070	3145	1.400	--
总计		971468	100.000	169070			

图55 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-621-2 - zzp-js3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:18:06
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	971452	100.000	168960	3147	1.400	--
总计		971452	100.000	168960			

图56 贝派度酸依折麦布片溶出度测定加速3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-622-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:23:37
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
溶剂




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-623-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:29:08
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	977566	100.000	170085	3148	1.401	--
总计		977566	100.000	170085			

图58 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-624-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:34:38

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	978447	100.000	170157	3142	1.401	--
总计		978447	100.000	170157			

图59 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-625-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:40:08
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	978013	100.000	170150	3148	1.401	--
总计		978013	100.000	170150			

图60 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-626-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:45:38
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.017	978288	100.000	170086	3144	1.401	--
总计		978288	100.000	170086			

图61 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-627-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 16:51:09
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	977907	100.000	170036	3152	1.401	--
总计		977907	100.000	170036			

图62 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-628-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 16:56:38

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.987	886627	100.000	151916	2962	1.413	--
总计		886627	100.000	151916			

图63 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-629-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:02:07
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	887792	100.000	152014	2953	1.412	--
总计		887792	100.000	152014			

图64 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-630-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:07:36

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	954247	100.000	165107	3015	1.408	--
总计		954247	100.000	165107			

图65 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-631-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 17:13:07

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	954267	100.000	164216	2976	1.407	--
总计		954267	100.000	164216			

图66 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-632-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:18:36
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	924120	100.000	158963	2974	1.408	--
总计		924120	100.000	158963			

图67 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-633-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:24:05
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	923927	100.000	159050	2977	1.407	--
总计		923927	100.000	159050			

图68 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-634-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:29:34
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	922462	100.000	158443	2966	1.409	--
总计		922462	100.000	158443			

图69 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-635-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:35:04
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	922791	100.000	158451	2965	1.410	--
总计		922791	100.000	158451			

图70 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-636-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:40:32
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	926192	100.000	159520	2980	1.409	--
总计		926192	100.000	159520			

图71 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-637-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:46:01
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	927559	100.000	159546	2969	1.408	--
总计		927559	100.000	159546			

图72 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-638-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:51:30
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	928267	100.000	159508	2961	1.411	--
总计		928267	100.000	159508			

图73 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-639-2 - zzp-24091101p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 17:56:59
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	929339	100.000	159600	2965	1.411	--
总计		929339	100.000	159600			

图74 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091101批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-640-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:02:29

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	874892	100.000	150538	2976	1.409	--
总计		874892	100.000	150538			

图75 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-641-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:07:58
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	876609	100.000	150539	2964	1.409	--
总计		876609	100.000	150539			

图76 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-642-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:13:28
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	810066	100.000	139886	2989	1.405	--
总计		810066	100.000	139886			

图77 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-643-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:18:57
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	811898	100.000	139985	2975	1.403	--
总计		811898	100.000	139985			

图78 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-644-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:24:26
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:36:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	888309	100.000	152530	2966	1.410	--
总计		888309	100.000	152530			

图79 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-645-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:29:56
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	887630	100.000	152449	2969	1.410	--
总计		887630	100.000	152449			

图80 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-646-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 18:35:24

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	820140	100.000	140935	2965	1.408	--
总计		820140	100.000	140935			

图81 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-647-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:40:53
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	819866	100.000	140899	2968	1.410	--
总计		819866	100.000	140899			

图82 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-648-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:46:23
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	855644	100.000	147216	2976	1.407	--
总计		855644	100.000	147216			

图83 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-649-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:51:52
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	855126	100.000	147218	2973	1.407	--
总计		855126	100.000	147218			

图84 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-650-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 18:57:21
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	884081	100.000	152281	2977	1.407	--
总计		884081	100.000	152281			

图85 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-651-2 - zzp-24091201p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 100 μ l

进样时间: 2025/01/13 19:02:51

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:37:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	885309	100.000	152290	2972	1.408	--
总计		885309	100.000	152290			

图86 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091201批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-652-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:08:21
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	868869	100.000	149274	2966	1.409	--
总计		868869	100.000	149274			

图87 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-653-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:13:50
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	868798	100.000	149261	2968	1.409	--
总计		868798	100.000	149261			

图88 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-654-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:19:20
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	904090	100.000	155769	2982	1.407	--
总计		904090	100.000	155769			

图89 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-655-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:24:49
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	904461	100.000	155770	2979	1.408	--
总计		904461	100.000	155770			

图90 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-656-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:30:19
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	930749	100.000	160324	2981	1.406	--
总计		930749	100.000	160324			

图91 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-657-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:35:47
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	932289	100.000	160455	2977	1.406	--
总计		932289	100.000	160455			

图92 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-658-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:41:16
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	920777	100.000	158317	2973	1.409	--
总计		920777	100.000	158317			

图93 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-659-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:46:46

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	921010	100.000	158351	2970	1.408	--
总计		921010	100.000	158351			

图94 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-660-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 19:52:15

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:37:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	946729	100.000	162833	2968	1.408	--
总计		946729	100.000	162833			

图95 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-661-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 19:57:46
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	945608	100.000	162837	2981	1.407	--
总计		945608	100.000	162837			

图96 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-662-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:03:15

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:37:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	834789	100.000	143445	2967	1.408	--
总计		834789	100.000	143445			

图97 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-663-2 - zzp-24091202p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:08:44
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	834053	100.000	143399	2969	1.408	--
总计		834053	100.000	143399			

图98 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(24091202批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-664-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:14:14

处理时间 (V2): 2025/01/14 08:37:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min

波长: 214nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	885079	100.000	152177	2971	1.409	--
总计		885079	100.000	152177			

图99 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-665-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:19:42
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	886443	100.000	152202	2964	1.409	--
总计		886443	100.000	152202			

图100 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2



SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-666-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 100 μl

进样时间: 2025/01/13 20:25:12

处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min


波长: 214nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	929767	100.000	160097	2978	1.406	--
总计		929767	100.000	160097			

图101 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-667-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:30:42
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	928050	100.000	159972	2982	1.404	--
总计		928050	100.000	159972			

图102 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-668-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:36:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:37:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	923319	100.000	158955	2973	1.406	--
总计		923319	100.000	158955			

图103 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-669-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:41:41
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	923625	100.000	158942	2976	1.406	--
总计		923625	100.000	158942			

图104 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-670-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:47:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	897943	100.000	154405	2975	1.407	--
总计		897943	100.000	154405			

图105 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-671-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:52:42
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.982	896197	100.000	154279	2975	1.408	--
总计		896197	100.000	154279			

图106 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-672-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 20:58:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.985	735803	100.000	126688	2975	1.404	--
总计		735803	100.000	126688			

图107 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-673-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:03:41
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.983	735178	100.000	126649	2971	1.406	--
总计		735178	100.000	126649			

图108 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-674-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:09:11
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	921522	100.000	158539	2973	1.410	--
总计		921522	100.000	158539			

图109 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-675-2 - zzp-2024092721p-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:14:40
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.984	923056	100.000	158618	2970	1.409	--
总计		923056	100.000	158618			

图110 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品(2024092721批)-pH4.5SDS介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-676-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:20:10
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.012	974497	100.000	170083	3155	1.398	--
总计		974497	100.000	170083			

图111 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-387

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*50mm,5μm)
柱 温 :30℃
数据文件名: RC\$SMF-387 - 0-112/28-677-2 - zzp-cq3y-rcd-yzmb-pH4.5SDSjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-387 - SMF-387-rcd-yzmb-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-387 - 20250113-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 100 μl
进样时间: 2025/01/13 21:25:41
处理时间 (V2) : 2025/01/14 08:38:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.2ml/min
波长: 214nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 214nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.016	976465	100.000	170041	3148	1.398	--
总计		976465	100.000	170041			

图112 贝派度酸依折麦布片溶出度测定长期3月HPLC图谱
自制品-pH4.5SDS介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2