




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-966-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 14:30:56
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:57:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-967-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 14:35:19
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.047	1536624	100.000	227486	4897	0.975	--
总计		1536624	100.000	227486			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-968-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 14:39:42
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.051	1533003	100.000	225960	4913	0.981	--
总计		1533003	100.000	225960			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-969-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 14:44:05
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.052	1536617	100.000	226497	4893	0.988	--
总计		1536617	100.000	226497			



SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-970-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/14 14:48:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.052	1533862	100.000	225925	4881	0.994	--
总计		1533862	100.000	225925			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-971-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 14:52:52
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.050	1531946	100.000	225437	4871	0.998	--
总计		1531946	100.000	225437			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-972-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 14:57:14
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1117004	100.000	170046	5261	0.991	--
总计		1117004	100.000	170046			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-973-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:01:37
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1118058	100.000	169757	5247	0.995	--
总计		1118058	100.000	169757			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-974-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/14 15:06:00
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1025878	100.000	155833	5241	0.997	--
总计		1025878	100.000	155833			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-975-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:10:23
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1025057	100.000	155794	5243	0.999	--
总计		1025057	100.000	155794			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-976-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:14:46
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	997206	100.000	151246	5236	1.001	--
总计		997206	100.000	151246			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-977-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:19:08
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	996954	100.000	150905	5227	1.004	--
总计		996954	100.000	150905			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-978-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:23:30
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1083203	100.000	164142	5226	1.005	--
总计		1083203	100.000	164142			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-979-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:27:51
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1082902	100.000	164179	5223	1.007	--
总计		1082902	100.000	164179			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-980-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:32:13
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1180295	100.000	178685	5228	1.008	--
总计		1180295	100.000	178685			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-981-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:36:36
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1178149	100.000	178368	5217	1.010	--
总计		1178149	100.000	178368			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-982-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:40:58
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	1246840	100.000	188316	5213	1.012	--
总计		1246840	100.000	188316			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-983-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:45:20
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	1245891	100.000	188136	5212	1.013	--
总计		1245891	100.000	188136			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-984-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:49:42
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1397006	100.000	211300	5206	1.014	--
总计		1397006	100.000	211300			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-985-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:54:05
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1397562	100.000	211423	5200	1.015	--
总计		1397562	100.000	211423			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-986-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 15:58:28
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1376645	100.000	208315	5196	1.017	--
总计		1376645	100.000	208315			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-987-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:02:51
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1376632	100.000	207773	5197	1.018	--
总计		1376632	100.000	207773			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-988-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:07:14
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:58:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1321556	100.000	199549	5192	1.019	--
总计		1321556	100.000	199549			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-989-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:11:36
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	1321717	100.000	199149	5188	1.020	--
总计		1321717	100.000	199149			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-990-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:15:58
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1358400	100.000	204977	5183	1.020	--
总计		1358400	100.000	204977			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-991-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:20:20
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1356979	100.000	204677	5188	1.021	--
总计		1356979	100.000	204677			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-992-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:24:42
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1426759	100.000	215280	5180	1.022	--
总计		1426759	100.000	215280			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-993-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/14 16:29:05
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1427796	100.000	215020	5173	1.023	--
总计		1427796	100.000	215020			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-994-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:33:27
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	1431332	100.000	215447	5174	1.024	--
总计		1431332	100.000	215447			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-995-2 - zzp-100mg-2023010511p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:37:49
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.058	1430433	100.000	215763	5172	1.025	--
总计		1430433	100.000	215763			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-996-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:42:12
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	1118893	100.000	168424	5167	1.025	--
总计		1118893	100.000	168424			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-997-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:46:35
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	1119421	100.000	168409	5169	1.026	--
总计		1119421	100.000	168409			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-998-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:50:58
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1047009	100.000	157657	5163	1.027	--
总计		1047009	100.000	157657			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-999-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:55:21
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1046680	100.000	157780	5164	1.027	--
总计		1046680	100.000	157780			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1000-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 16:59:43
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1033189	100.000	155728	5164	1.028	--
总计		1033189	100.000	155728			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1001-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:04:05
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1034693	100.000	155659	5142	1.030	--
总计		1034693	100.000	155659			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1002-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:08:30
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	988013	100.000	148880	5150	1.030	--
总计		988013	100.000	148880			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1003-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:12:52
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	989983	100.000	149113	5144	1.031	--
总计		989983	100.000	149113			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1004-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:17:14
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1149255	100.000	173054	5143	1.031	--
总计		1149255	100.000	173054			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1005-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:21:37
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1148162	100.000	172758	5136	1.032	--
总计		1148162	100.000	172758			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1006-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:25:58
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1003010	100.000	151049	5145	1.033	--
总计		1003010	100.000	151049			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1007-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:30:20
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1003648	100.000	151051	5132	1.033	--
总计		1003648	100.000	151051			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1008-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:34:42
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1389441	100.000	208902	5128	1.035	--
总计		1389441	100.000	208902			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1009-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:39:04
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1389624	100.000	208832	5129	1.035	--
总计		1389624	100.000	208832			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1010-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:43:26
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:59:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1364275	100.000	204903	5128	1.035	--
总计		1364275	100.000	204903			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1011-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/14 17:47:48
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1367099	100.000	205313	5116	1.036	--
总计		1367099	100.000	205313			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1012-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:52:10
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1381999	100.000	207471	5112	1.038	--
总计		1381999	100.000	207471			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1013-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 17:56:32
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1379919	100.000	207070	5107	1.038	--
总计		1379919	100.000	207070			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1014-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:00:55
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1325648	100.000	198993	5110	1.038	--
总计		1325648	100.000	198993			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1015-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:05:16
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1326069	100.000	198720	5102	1.039	--
总计		1326069	100.000	198720			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1016-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:09:38
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1425390	100.000	213679	5104	1.040	--
总计		1425390	100.000	213679			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1017-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:14:00
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1424595	100.000	213198	5092	1.041	--
总计		1424595	100.000	213198			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1018-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:18:22
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1341719	100.000	201108	5094	1.042	--
总计		1341719	100.000	201108			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1019-2 - zzp-100mg-2023010611p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:22:44
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1341934	100.000	200996	5088	1.043	--
总计		1341934	100.000	200996			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1020-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:27:06
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.061	1093456	100.000	163722	5087	1.043	--
总计		1093456	100.000	163722			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1021-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/14 18:31:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1094197	100.000	163852	5084	1.044	--
总计		1094197	100.000	163852			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1022-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:35:49
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1152771	100.000	172523	5078	1.044	--
总计		1152771	100.000	172523			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1023-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:40:11
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1154433	100.000	172797	5079	1.045	--
总计		1154433	100.000	172797			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1024-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:44:33
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.064	1231738	100.000	184288	5080	1.046	--
总计		1231738	100.000	184288			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1025-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:48:55
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.064	1232407	100.000	184528	5080	1.046	--
总计		1232407	100.000	184528			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1026-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:53:17
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1203440	100.000	180045	5072	1.047	--
总计		1203440	100.000	180045			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1027-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 18:57:39
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1201392	100.000	179694	5071	1.048	--
总计		1201392	100.000	179694			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1028-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/14 19:02:01
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.064	1047968	100.000	156658	5065	1.048	--
总计		1047968	100.000	156658			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1029-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:06:24
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1046452	100.000	156357	5069	1.049	--
总计		1046452	100.000	156357			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1030-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:10:46
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1045209	100.000	156064	5061	1.049	--
总计		1045209	100.000	156064			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1031-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-30min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:15:08
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1045041	100.000	156148	5058	1.050	--
总计		1045041	100.000	156148			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1032-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:19:30
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:00:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1408826	100.000	210339	5051	1.051	--
总计		1408826	100.000	210339			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1033-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:23:52
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.064	1407747	100.000	210142	5050	1.051	--
总计		1407747	100.000	210142			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1034-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:28:14
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1410539	100.000	210529	5051	1.052	--
总计		1410539	100.000	210529			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1035-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:32:36
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.064	1410746	100.000	210450	5049	1.052	--
总计		1410746	100.000	210450			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1036-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:36:58
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1437852	100.000	214343	5050	1.053	--
总计		1437852	100.000	214343			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1037-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/14 19:41:20
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.064	1437766	100.000	214457	5044	1.054	--
总计		1437766	100.000	214457			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1038-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:45:42
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1427179	100.000	212596	5041	1.054	--
总计		1427179	100.000	212596			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1039-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 19:50:05
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1428172	100.000	212794	5040	1.055	--
总计		1428172	100.000	212794			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1040-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/14 19:54:28
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1369289	100.000	203836	5040	1.055	--
总计		1369289	100.000	203836			




SHIMADZU
LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1041-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/14 19:58:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1368664	100.000	203754	5041	1.056	--
总计		1368664	100.000	203754			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1042-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 20:03:11
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1372837	100.000	204225	5034	1.056	--
总计		1372837	100.000	204225			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1043-2 - zzp-100mg-2023010711p-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-45min-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 20:07:33
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.066	1374634	100.000	204141	5031	1.057	--
总计		1374634	100.000	204141			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1044-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 20:11:56
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.053	1528382	100.000	220352	4659	1.063	--
总计		1528382	100.000	220352			



SHIMADZU
LabSolutions


938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 8-11/8-1045-2 - zzp-100mg-rcd-pH1.0+0.5tw80jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcd-FX257.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcd-20250114-FX257.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/14 20:16:19
处理时间 (V2) : 2025/01/15 09:01:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX257)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.054	1530731	100.000	220780	4659	1.064	--
总计		1530731	100.000	220780			