




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-1-3 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 11:58:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/17 09:05:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-2-3 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:02:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/17 09:05:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	253101	2.670	46450	1087	1.217	--
2	2.134	9226308	97.330	1107284	1499	1.181	5.243
总计		9479409	100.000	1153734			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-3-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:05:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	252963	2.669	46482	1089	1.218	--
2	2.134	9226228	97.331	1109357	1502	1.184	5.254
总计		9479192	100.000	1155839			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-4-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:09:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	252828	2.668	46465	1087	1.219	--
2	2.134	9223292	97.332	1110214	1505	1.186	5.260
总计		9476121	100.000	1156679			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-5-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:12:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	252602	2.668	46408	1090	1.219	--
2	2.133	9213929	97.332	1110930	1507	1.188	5.270
总计		9466531	100.000	1157338			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-6-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:15:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	252451	2.667	46370	1091	1.222	--
2	2.133	9212948	97.333	1112034	1509	1.190	5.276
总计		9465399	100.000	1158405			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-7-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:19:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	142028	35.702	30951	1620	1.211	--
2	2.163	255789	64.298	33876	1818	1.217	5.915
总计		397816	100.000	64826			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-8-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:22:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	147708	35.809	32344	1625	1.213	--
2	2.163	264776	64.191	35144	1826	1.218	5.932
总计		412485	100.000	67487			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-9-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:26:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	142628	34.248	31255	1624	1.215	--
2	2.163	273824	65.752	36431	1829	1.217	5.938
总计		416452	100.000	67686			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-10-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:29:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	143469	34.553	31532	1629	1.215	--
2	2.163	271750	65.447	36221	1838	1.219	5.954
总计		415219	100.000	67753			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-11-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:32:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	149031	34.581	32744	1629	1.214	--
2	2.163	281930	65.419	37591	1841	1.220	5.960
总计		430961	100.000	70335			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-12-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:36:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.205	149641	34.372	32945	1633	1.215	--
2	2.163	285721	65.628	38092	1843	1.222	5.968
总计		435362	100.000	71038			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-13-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:39:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.205	166742	24.553	36644	1631	1.216	--
2	2.163	512363	75.447	68345	1844	1.222	5.970
总计		679105	100.000	104989			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-14-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:42:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.205	170487	24.028	37463	1631	1.215	--
2	2.163	539034	75.972	71919	1846	1.224	5.975
总计		709521	100.000	109382			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-15-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:46:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.204	163780	23.610	36010	1630	1.216	--
2	2.162	529910	76.390	70771	1846	1.223	5.978
总计		693690	100.000	106780			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-16-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:49:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.204	166644	23.491	36639	1630	1.216	--
2	2.163	542744	76.509	72551	1849	1.223	5.983
总计		709388	100.000	109190			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-17-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 12:53:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.204	170416	23.585	37428	1633	1.218	--
2	2.163	552132	76.415	73814	1852	1.223	5.992
总计		722548	100.000	111242			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-18-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:56:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:05:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.203	171041	23.093	37587	1633	1.217	--
2	2.163	569620	76.907	76170	1854	1.224	5.996
总计		740662	100.000	113757			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-19-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:59:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.203	177529	19.805	39012	1632	1.217	--
2	2.163	718855	80.195	96206	1855	1.224	5.999
总计		896385	100.000	135218			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-20-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:03:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.203	180714	19.181	39681	1633	1.219	--
2	2.162	761443	80.819	101874	1856	1.225	6.002
总计		942157	100.000	141555			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-21-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:06:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	175459	19.013	38532	1635	1.220	--
2	2.162	747393	80.987	100062	1859	1.226	6.009
总计		922852	100.000	138593			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-22-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:10:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	178004	18.809	39100	1635	1.220	--
2	2.162	768394	81.191	102962	1860	1.226	6.012
总计		946398	100.000	142062			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-23-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:13:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	181984	18.915	39902	1637	1.221	--
2	2.162	780117	81.085	104558	1860	1.227	6.016
总计		962100	100.000	144460			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-24-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:16:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	181245	18.400	39697	1639	1.222	--
2	2.162	803803	81.600	107779	1862	1.226	6.023
总计		985048	100.000	147476			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-25-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:20:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	185868	17.173	40622	1635	1.224	--
2	2.162	896482	82.827	120175	1863	1.227	6.023
总计		1082350	100.000	160798			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-26-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:23:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	188830	16.596	41340	1636	1.221	--
2	2.162	949007	83.404	127180	1861	1.227	6.024
总计		1137837	100.000	168520			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-27-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:26:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	183160	16.391	40078	1635	1.223	--
2	2.162	934255	83.609	125260	1862	1.227	6.025
总计		1117415	100.000	165338			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-28-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:30:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.201	186708	16.292	40880	1633	1.223	--
2	2.162	959334	83.708	128688	1863	1.228	6.026
总计		1146041	100.000	169568			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-29-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:33:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	190124	16.377	41644	1634	1.223	--
2	2.162	970778	83.623	130168	1863	1.228	6.028
总计		1160902	100.000	171813			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-30-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:37:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	189367	15.972	41578	1637	1.224	--
2	2.162	996270	84.028	133586	1863	1.229	6.032
总计		1185637	100.000	175163			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-31-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:40:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	195444	14.387	43009	1638	1.224	--
2	2.162	1163012	85.613	156089	1866	1.229	6.037
总计		1358456	100.000	199098			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-32-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:43:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.200	199276	13.847	43898	1639	1.224	--
2	2.162	1239825	86.153	166357	1865	1.229	6.039
总计		1439101	100.000	210255			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-33-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:47:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	194352	13.701	42871	1637	1.222	--
2	2.162	1224159	86.299	164280	1865	1.229	6.039
总计		1418511	100.000	207151			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-34-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 13:50:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	198341	12.618	43725	1636	1.222	--
2	2.162	1373580	87.382	184271	1863	1.229	6.037
总计		1571920	100.000	227997			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-35-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:53:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	201071	13.718	44378	1636	1.223	--
2	2.162	1264723	86.282	169805	1867	1.230	6.044
总计		1465793	100.000	214183			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-36-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:57:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	200833	13.400	44260	1638	1.223	--
2	2.162	1297896	86.600	174252	1867	1.230	6.046
总计		1498729	100.000	218512			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-37-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:00:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	208545	11.447	46074	1638	1.222	--
2	2.162	1613259	88.553	216543	1865	1.230	6.045
总计		1821804	100.000	262617			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-38-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:04:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	210424	11.782	46495	1638	1.223	--
2	2.162	1575593	88.218	211556	1866	1.231	6.048
总计		1786017	100.000	258051			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-39-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:07:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:06:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	204972	11.563	45364	1641	1.222	--
2	2.162	1567644	88.437	210585	1869	1.231	6.054
总计		1772616	100.000	255949			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-40-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:10:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	208921	11.303	46267	1639	1.221	--
2	2.162	1639517	88.697	220121	1866	1.231	6.050
总计		1848437	100.000	266388			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-41-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:14:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	211392	11.649	46800	1640	1.224	--
2	2.162	1603222	88.351	215376	1868	1.232	6.055
总计		1814614	100.000	262176			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-42-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:17:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	210248	11.335	46540	1638	1.222	--
2	2.162	1644684	88.665	220861	1867	1.232	6.054
总计		1854932	100.000	267401			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-43-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:20:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	212640	10.794	47135	1637	1.223	--
2	2.162	1757409	89.206	236043	1867	1.232	6.055
总计		1970049	100.000	283178			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-44-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:24:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	216424	10.511	47964	1636	1.222	--
2	2.162	1842669	89.489	247487	1867	1.232	6.054
总计		2059092	100.000	295450			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-45-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:27:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	212763	10.379	47088	1640	1.223	--
2	2.163	1837240	89.621	246942	1869	1.233	6.057
总计		2050003	100.000	294030			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-46-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:31:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	215831	10.304	47793	1640	1.223	--
2	2.163	1878822	89.696	252569	1868	1.233	6.058
总计		2094653	100.000	300362			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-47-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:34:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	217872	10.406	48269	1641	1.225	--
2	2.163	1875831	89.594	252168	1870	1.233	6.063
总计		2093703	100.000	300437			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-48-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:37:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	216247	10.177	47926	1641	1.224	--
2	2.163	1908708	89.823	256686	1871	1.233	6.064
总计		2124955	100.000	304611			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-49-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:41:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.198	221499	9.264	49094	1640	1.224	--
2	2.163	2169487	90.736	291673	1869	1.234	6.062
总计		2390986	100.000	340767			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-50-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:44:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	224334	9.126	49745	1638	1.224	--
2	2.163	2233869	90.874	300291	1869	1.234	6.062
总计		2458203	100.000	350036			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-51-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:48:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	221013	8.979	49001	1637	1.223	--
2	2.162	2240540	91.021	301008	1866	1.235	6.062
总计		2461553	100.000	350009			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-52-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 14:51:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	224293	8.951	49717	1637	1.224	--
2	2.163	2281523	91.049	306718	1867	1.234	6.062
总计		2505816	100.000	356435			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-53-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:54:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	226354	9.041	50167	1639	1.224	--
2	2.163	2277303	90.959	306175	1870	1.234	6.067
总计		2503658	100.000	356343			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-54-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:58:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	224673	8.862	49786	1637	1.224	--
2	2.162	2310476	91.138	310428	1866	1.235	6.065
总计		2535149	100.000	360214			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-55-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:01:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	227646	8.377	50542	1641	1.224	--
2	2.163	2490005	91.623	334723	1869	1.235	6.069
总计		2717650	100.000	385265			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-56-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:04:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	229690	8.259	50953	1640	1.225	--
2	2.163	2551295	91.741	343021	1868	1.235	6.070
总计		2780985	100.000	393974			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-57-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:08:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.197	225536	8.151	50014	1639	1.224	--
2	2.163	2541363	91.849	341468	1867	1.236	6.067
总计		2766899	100.000	391482			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-58-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:11:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	228791	8.112	50836	1640	1.224	--
2	2.163	2591643	91.888	348394	1867	1.236	6.070
总计		2820434	100.000	399230			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-59-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:15:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	231771	8.198	51414	1639	1.224	--
2	2.163	2595438	91.802	348993	1868	1.236	6.070
总计		2827208	100.000	400407			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-60-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:18:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	230830	7.878	51289	1639	1.225	--
2	2.163	2699250	92.122	362764	1865	1.236	6.069
总计		2930081	100.000	414053			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-61-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:21:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:07:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	224719	7.580	49867	1635	1.225	--
2	2.163	2739906	92.420	368299	1867	1.236	6.070
总计		2964625	100.000	418166			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-62-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:25:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	232126	7.824	51512	1636	1.224	--
2	2.162	2734874	92.176	367711	1866	1.237	6.070
总计		2967000	100.000	419223			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-63-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:28:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	229071	7.693	50814	1637	1.225	--
2	2.163	2748531	92.307	369582	1866	1.237	6.071
总计		2977602	100.000	420396			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-64-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:32:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	231599	7.702	51383	1638	1.225	--
2	2.163	2775288	92.298	373012	1865	1.237	6.071
总计		3006887	100.000	424395			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-65-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:35:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	234904	7.747	52085	1635	1.225	--
2	2.163	2797423	92.253	376091	1865	1.237	6.071
总计		3032328	100.000	428176			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-66-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:38:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.196	232115	7.621	51480	1636	1.225	--
2	2.163	2813817	92.379	378208	1867	1.237	6.073
总计		3045933	100.000	429689			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-67-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:42:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	252502	2.670	47261	1101	1.228	--
2	2.133	9205029	97.330	1128259	1550	1.203	5.426
总计		9457531	100.000	1175520			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-68-2 - zzp-25010701p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:45:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	252637	2.670	47156	1099	1.228	--
2	2.134	9211147	97.330	1126826	1549	1.204	5.420
总计		9463784	100.000	1173982			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-69-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:49:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-70-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 15:52:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.165	251295	2.668	46937	1099	1.227	--
2	2.134	9166652	97.332	1121386	1549	1.203	5.423
总计		9417947	100.000	1168322			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-71-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:55:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	251418	2.669	47044	1102	1.227	--
2	2.133	9169844	97.331	1123715	1549	1.204	5.429
总计		9421261	100.000	1170760			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-72-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:59:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	251141	2.667	46998	1100	1.226	--
2	2.133	9166633	97.333	1123316	1548	1.204	5.427
总计		9417773	100.000	1170315			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-73-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:02:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	251187	2.666	46981	1098	1.227	--
2	2.133	9170517	97.334	1123042	1546	1.204	5.423
总计		9421704	100.000	1170024			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-74-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:06:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	251130	2.667	47029	1100	1.227	--
2	2.132	9165335	97.333	1123245	1549	1.205	5.430
总计		9416465	100.000	1170274			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-75-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:09:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	159022	17.636	35268	1637	1.228	--
2	2.162	742675	82.364	99850	1863	1.240	6.080
总计		901697	100.000	135118			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-76-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:12:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	157874	17.938	35132	1640	1.228	--
2	2.163	722237	82.062	97094	1864	1.241	6.080
总计		880111	100.000	132226			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-77-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 16:16:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	164578	17.051	36600	1640	1.227	--
2	2.163	800608	82.949	107626	1864	1.241	6.081
总计		965186	100.000	144226			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-78-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:19:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	161237	18.370	35807	1637	1.227	--
2	2.163	716502	81.630	96320	1863	1.241	6.079
总计		877739	100.000	132127			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-79-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:23:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.195	156931	17.587	34851	1639	1.228	--
2	2.163	735404	82.413	98930	1866	1.241	6.084
总计		892335	100.000	133782			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-80-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:26:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	156593	17.904	34670	1636	1.229	--
2	2.162	718055	82.096	96625	1864	1.241	6.085
总计		874648	100.000	131295			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-81-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:29:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	180976	11.704	39998	1633	1.229	--
2	2.163	1365299	88.296	183600	1863	1.241	6.079
总计		1546274	100.000	223599			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-82-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:33:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	180643	11.796	39930	1633	1.227	--
2	2.162	1350736	88.204	181697	1863	1.241	6.080
总计		1531379	100.000	221627			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-83-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:36:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:08:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	180732	11.921	39950	1632	1.227	--
2	2.163	1335304	88.079	179641	1865	1.242	6.081
总计		1516036	100.000	219592			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-84-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:40:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	180893	12.046	39976	1631	1.229	--
2	2.162	1320795	87.954	177634	1861	1.242	6.078
总计		1501688	100.000	217610			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-85-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:43:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	177677	11.791	39235	1632	1.228	--
2	2.163	1329156	88.209	178717	1864	1.242	6.081
总计		1506833	100.000	217952			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-86-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:46:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	179876	11.822	39540	1629	1.231	--
2	2.162	1341627	88.178	180272	1859	1.242	6.081
总计		1521504	100.000	219812			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-87-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:50:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	193887	9.402	42827	1633	1.229	--
2	2.163	1868305	90.598	251137	1862	1.243	6.082
总计		2062192	100.000	293963			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-88-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:53:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.194	188930	9.763	41708	1631	1.229	--
2	2.163	1746259	90.237	234727	1859	1.243	6.078
总计		1935189	100.000	276435			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-89-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:57:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	191201	9.781	42170	1632	1.230	--
2	2.163	1763709	90.219	237163	1859	1.243	6.080
总计		1954910	100.000	279333			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-90-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:00:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	191163	9.803	42155	1632	1.229	--
2	2.162	1758892	90.197	236448	1860	1.243	6.082
总计		1950056	100.000	278603			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-91-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:03:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	187643	9.653	41326	1629	1.230	--
2	2.163	1756142	90.347	236120	1860	1.243	6.080
总计		1943785	100.000	277446			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-92-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:07:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	191000	9.566	42014	1631	1.231	--
2	2.162	1805739	90.434	242847	1859	1.243	6.082
总计		1996739	100.000	284861			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-93-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:10:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	199896	8.391	43983	1626	1.232	--
2	2.162	2182386	91.609	293182	1857	1.245	6.079
总计		2382282	100.000	337165			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-94-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:14:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	200483	8.466	44119	1626	1.231	--
2	2.162	2167715	91.534	291256	1858	1.244	6.081
总计		2368198	100.000	335375			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-95-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:17:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	198269	8.683	43646	1625	1.230	--
2	2.162	2085059	91.317	280114	1857	1.245	6.080
总计		2283328	100.000	323760			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-96-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:20:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	198026	8.626	43632	1627	1.232	--
2	2.162	2097565	91.374	281958	1856	1.245	6.080
总计		2295591	100.000	325590			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-97-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:24:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	194355	8.529	42800	1627	1.233	--
2	2.162	2084342	91.471	280246	1857	1.245	6.082
总计		2278698	100.000	323045			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-98-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:27:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	200074	8.446	44047	1625	1.231	--
2	2.162	2168924	91.554	291569	1858	1.245	6.082
总计		2368998	100.000	335616			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-99-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:31:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	210533	7.224	46277	1625	1.234	--
2	2.162	2703961	92.776	363305	1857	1.245	6.081
总计		2914493	100.000	409581			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-100-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:34:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	206245	7.327	45397	1624	1.231	--
2	2.162	2608606	92.673	350536	1855	1.246	6.080
总计		2814851	100.000	395933			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-101-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:37:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	208272	7.399	45812	1624	1.233	--
2	2.162	2606619	92.601	350201	1856	1.246	6.079
总计		2814891	100.000	396013			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-102-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:41:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	207287	7.359	45705	1625	1.232	--
2	2.162	2609428	92.641	350652	1855	1.246	6.081
总计		2816715	100.000	396357			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-103-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:44:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	204464	7.290	45039	1624	1.231	--
2	2.162	2600179	92.710	349319	1855	1.246	6.081
总计		2804643	100.000	394358			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-104-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:48:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	210723	7.231	46313	1622	1.232	--
2	2.162	2703529	92.769	363166	1855	1.246	6.079
总计		2914252	100.000	409480			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-105-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 17:51:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:09:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	216707	6.328	47714	1625	1.231	--
2	2.163	3208046	93.672	431037	1856	1.246	6.083
总计		3424753	100.000	478751			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-106-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:54:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	214204	6.368	47197	1625	1.232	--
2	2.163	3149566	93.632	423159	1856	1.246	6.084
总计		3363769	100.000	470355			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-107-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 17:58:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	217285	6.438	47847	1629	1.231	--
2	2.163	3157996	93.562	424342	1855	1.247	6.083
总计		3375282	100.000	472189			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-108-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:01:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	214578	6.407	47324	1625	1.232	--
2	2.163	3134522	93.593	421093	1853	1.247	6.082
总计		3349100	100.000	468416			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-109-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:05:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	213112	6.372	46931	1623	1.232	--
2	2.163	3131359	93.628	420671	1854	1.247	6.083
总计		3344470	100.000	467602			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-110-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:08:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	219435	6.316	48326	1623	1.233	--
2	2.163	3255060	93.684	437316	1854	1.247	6.083
总计		3474496	100.000	485642			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-111-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:12:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	222908	5.756	49172	1626	1.231	--
2	2.163	3649759	94.244	490277	1854	1.247	6.085
总计		3872667	100.000	539449			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-112-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:15:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	219395	5.847	48270	1628	1.232	--
2	2.164	3532839	94.153	474511	1853	1.248	6.082
总计		3752234	100.000	522781			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-113-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:18:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	221733	5.934	48845	1624	1.234	--
2	2.163	3514953	94.066	472064	1852	1.248	6.082
总计		3736686	100.000	520909			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-114-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:22:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	217625	5.806	48368	1634	1.226	--
2	2.163	3530531	94.194	474271	1853	1.248	6.092
总计		3748157	100.000	522639			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-115-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:25:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	217479	5.837	47944	1623	1.231	--
2	2.163	3508511	94.163	471233	1853	1.248	6.083
总计		3725990	100.000	519177			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-116-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:29:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.193	223342	5.789	49066	1623	1.233	--
2	2.164	3635021	94.211	487993	1852	1.248	6.080
总计		3858363	100.000	537059			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-117-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:32:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	229529	5.226	50648	1623	1.233	--
2	2.163	4162359	94.774	558856	1851	1.248	6.083
总计		4391889	100.000	609504			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-118-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:35:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	225162	5.252	49642	1623	1.232	--
2	2.164	4062070	94.748	545207	1849	1.249	6.080
总计		4287232	100.000	594849			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-119-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:39:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	227567	5.302	50087	1625	1.233	--
2	2.164	4064557	94.698	545601	1851	1.249	6.083
总计		4292125	100.000	595688			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-120-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:42:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	225241	5.275	49747	1625	1.232	--
2	2.163	4044547	94.725	542944	1851	1.249	6.085
总计		4269788	100.000	592691			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-121-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:46:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	224158	5.256	49458	1624	1.232	--
2	2.163	4040841	94.744	542375	1850	1.249	6.084
总计		4264999	100.000	591833			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-122-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:49:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	229805	5.242	50501	1623	1.233	--
2	2.164	4154059	94.758	557390	1851	1.250	6.082
总计		4383864	100.000	607891			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-123-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:52:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	231653	4.891	50981	1624	1.234	--
2	2.164	4504731	95.109	604428	1851	1.249	6.083
总计		4736384	100.000	655410			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-124-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 18:56:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	227563	4.920	50120	1624	1.233	--
2	2.164	4397594	95.080	590049	1849	1.250	6.082
总计		4625156	100.000	640169			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-125-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 18:59:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	230744	4.978	50868	1626	1.232	--
2	2.164	4404673	95.022	591110	1851	1.250	6.085
总计		4635417	100.000	641979			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-126-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:03:04 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:10:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	227978	4.928	50220	1624	1.234	--
2	2.164	4397860	95.072	589976	1848	1.250	6.081
总计		4625838	100.000	640196			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-127-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:06:27 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	226976	4.932	49927	1623	1.234	--
2	2.164	4374789	95.068	586937	1849	1.250	6.082
总计		4601765	100.000	636864			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-128-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:09:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	232967	4.928	51318	1623	1.234	--
2	2.164	4494202	95.072	602989	1849	1.250	6.083
总计		4727169	100.000	654307			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-129-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:13:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	232854	4.828	51414	1624	1.233	--
2	2.164	4590480	95.172	615920	1849	1.250	6.085
总计		4823334	100.000	667333			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-130-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:16:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	229638	4.774	50654	1624	1.232	--
2	2.164	4580128	95.226	614359	1847	1.251	6.083
总计		4809766	100.000	665013			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-131-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:20:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	232965	4.839	51379	1623	1.234	--
2	2.164	4581005	95.161	614548	1847	1.251	6.082
总计		4813970	100.000	665927			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-132-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:23:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	229415	4.816	50651	1625	1.233	--
2	2.164	4534572	95.184	608326	1846	1.251	6.083
总计		4763987	100.000	658977			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-133-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 19:26:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	227700	4.760	50138	1620	1.233	--
2	2.164	4555792	95.240	610996	1847	1.252	6.080
总计		4783492	100.000	661134			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-134-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:30:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.192	233698	4.844	51380	1611	1.233	--
2	2.164	4590409	95.156	613985	1833	1.253	6.060
总计		4824106	100.000	665364			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-135-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:33:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	254919	2.665	47783	1103	1.227	--
2	2.136	9309461	97.335	1139201	1541	1.215	5.446
总计		9564380	100.000	1186984			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-136-2 - zzp-25010702p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:37:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	256011	2.666	47902	1100	1.226	--
2	2.135	9345397	97.334	1142715	1539	1.216	5.444
总计		9601408	100.000	1190617			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-137-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:40:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-138-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:43:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	251446	2.658	46957	1091	1.226	--
2	2.136	9209322	97.342	1124337	1534	1.214	5.430
总计		9460768	100.000	1171294			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-139-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:47:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	251558	2.659	46963	1091	1.227	--
2	2.136	9209785	97.341	1124432	1533	1.215	5.430
总计		9461343	100.000	1171395			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-140-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:50:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	251353	2.656	46957	1092	1.226	--
2	2.136	9211619	97.344	1124415	1533	1.215	5.430
总计		9462972	100.000	1171372			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-141-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:53:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	251576	2.658	46945	1091	1.225	--
2	2.136	9211676	97.342	1123970	1532	1.216	5.429
总计		9463253	100.000	1170916			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-142-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 19:57:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	251566	2.658	46890	1091	1.228	--
2	2.135	9211565	97.342	1123136	1531	1.216	5.432
总计		9463132	100.000	1170026			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-143-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:00:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	114053	20.270	24921	1608	1.237	--
2	2.164	448624	79.730	60136	1834	1.255	6.061
总计		562677	100.000	85057			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-144-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:04:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	109134	20.473	23873	1606	1.236	--
2	2.164	423931	79.527	56914	1835	1.256	6.061
总计		533065	100.000	80787			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-145-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:07:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	109033	20.673	23839	1601	1.237	--
2	2.164	418398	79.327	55985	1830	1.258	6.053
总计		527431	100.000	79825			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-146-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:10:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	110484	20.999	24104	1598	1.238	--
2	2.164	415663	79.001	55667	1830	1.259	6.052
总计		526147	100.000	79771			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-147-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:14:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	105268	20.093	23025	1599	1.237	--
2	2.164	418627	79.907	56125	1828	1.259	6.050
总计		523895	100.000	79150			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-148-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:17:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	113233	20.831	24683	1595	1.239	--
2	2.164	430357	79.169	57602	1825	1.261	6.044
总计		543590	100.000	82285			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-149-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:20:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:11:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	143885	13.929	31717	1600	1.234	--
2	2.164	889138	86.071	118989	1823	1.261	6.047
总计		1033023	100.000	150706			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-150-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:24:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	139284	14.215	30604	1596	1.235	--
2	2.164	840544	85.785	112503	1825	1.261	6.047
总计		979828	100.000	143106			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-151-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:27:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	142888	14.008	31417	1598	1.234	--
2	2.164	877188	85.992	117490	1826	1.262	6.049
总计		1020077	100.000	148907			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-152-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:31:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	138919	14.370	30591	1601	1.234	--
2	2.164	827804	85.630	110901	1826	1.261	6.051
总计		966723	100.000	141492			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-153-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:34:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	133282	14.104	29359	1600	1.234	--
2	2.164	811712	85.896	108765	1826	1.261	6.051
总计		944994	100.000	138124			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-154-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:37:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	144822	14.187	31871	1600	1.234	--
2	2.164	875975	85.813	117268	1825	1.263	6.049
总计		1020797	100.000	149139			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-155-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 20:41:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	157448	11.187	34532	1592	1.234	--
2	2.163	1249989	88.813	167345	1825	1.262	6.046
总计		1407438	100.000	201877			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-156-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:44:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	152526	11.480	33522	1595	1.234	--
2	2.163	1176150	88.520	157537	1826	1.262	6.050
总计		1328675	100.000	191059			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-157-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:47:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	154361	11.380	33937	1596	1.233	--
2	2.164	1202042	88.620	161012	1825	1.262	6.050
总计		1356402	100.000	194949			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-158-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:51:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	152696	11.570	33406	1594	1.237	--
2	2.164	1167089	88.430	156278	1826	1.263	6.047
总计		1319784	100.000	189685			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-159-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:54:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	146730	11.375	32198	1597	1.235	--
2	2.164	1143211	88.625	153026	1826	1.263	6.049
总计		1289940	100.000	185224			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-160-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 20:58:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	154390	11.965	33793	1596	1.235	--
2	2.164	1135954	88.035	152087	1827	1.263	6.050
总计		1290344	100.000	185880			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-161-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:01:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	166552	9.756	36537	1592	1.236	--
2	2.164	1540668	90.244	206165	1823	1.263	6.046
总计		1707221	100.000	242702			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-162-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:04:46 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	160676	9.903	35234	1595	1.233	--
2	2.165	1461900	90.097	195712	1824	1.263	6.047
总计		1622576	100.000	230945			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-163-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:08:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	163720	9.849	35944	1597	1.234	--
2	2.165	1498541	90.151	200592	1825	1.263	6.050
总计		1662261	100.000	236536			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-164-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:11:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	161077	9.987	35365	1595	1.234	--
2	2.165	1451845	90.013	194393	1826	1.264	6.050
总计		1612921	100.000	229758			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-165-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:14:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	154929	9.842	33997	1595	1.234	--
2	2.165	1419160	90.158	189999	1825	1.264	6.049
总计		1574090	100.000	223996			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-166-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:18:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	162605	10.212	35605	1594	1.236	--
2	2.165	1429705	89.788	191323	1825	1.264	6.048
总计		1592310	100.000	226928			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-167-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:21:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	177846	8.083	38960	1595	1.235	--
2	2.165	2022466	91.917	270584	1823	1.265	6.049
总计		2200312	100.000	309544			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-168-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:25:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	172118	8.257	37743	1594	1.235	--
2	2.165	1912506	91.743	255897	1824	1.265	6.048
总计		2084624	100.000	293640			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-169-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:28:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	175630	8.288	38464	1594	1.235	--
2	2.165	1943496	91.712	260083	1823	1.265	6.047
总计		2119126	100.000	298547			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-170-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:31:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:12:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	172742	8.348	37798	1593	1.237	--
2	2.165	1896416	91.652	253822	1824	1.265	6.048
总计		2069158	100.000	291620			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-171-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:35:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	166557	8.201	36579	1591	1.234	--
2	2.164	1864272	91.799	249494	1822	1.265	6.047
总计		2030829	100.000	286073			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-172-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:38:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	173393	8.569	38018	1593	1.236	--
2	2.165	1850059	91.431	247505	1822	1.266	6.047
总计		2023451	100.000	285522			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-173-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:41:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	188142	6.981	41309	1589	1.234	--
2	2.164	2506940	93.019	335331	1821	1.266	6.045
总计		2695082	100.000	376640			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-174-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:45:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	183508	6.977	40384	1592	1.233	--
2	2.164	2446655	93.023	327277	1821	1.266	6.049
总计		2630163	100.000	367661			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-175-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:48:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	185884	7.007	40858	1590	1.233	--
2	2.164	2466935	92.993	329839	1820	1.266	6.046
总计		2652819	100.000	370698			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-176-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:52:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	183068	7.061	40235	1590	1.234	--
2	2.164	2409600	92.939	322287	1820	1.266	6.047
总计		2592668	100.000	362523			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-177-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 21:55:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	178679	6.881	39255	1590	1.234	--
2	2.164	2418158	93.119	323295	1820	1.267	6.047
总计		2596837	100.000	362550			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-178-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 21:58:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	185686	7.225	40729	1588	1.234	--
2	2.164	2384370	92.775	318944	1821	1.267	6.047
总计		2570056	100.000	359673			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-179-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:02:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	195163	6.242	42933	1589	1.234	--
2	2.164	2931659	93.758	391988	1818	1.267	6.045
总计		3126823	100.000	434921			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-180-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:05:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	190379	6.158	41866	1587	1.231	--
2	2.164	2901026	93.842	387899	1817	1.267	6.044
总计		3091404	100.000	429765			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-181-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:08:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	193488	6.321	42552	1587	1.234	--
2	2.164	2867609	93.679	383405	1818	1.267	6.045
总计		3061097	100.000	425957			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-182-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:12:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	190998	6.301	41977	1588	1.235	--
2	2.165	2840453	93.699	379629	1818	1.268	6.045
总计		3031452	100.000	421607			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-183-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:15:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	185594	6.202	40733	1590	1.236	--
2	2.165	2806691	93.798	374865	1819	1.268	6.045
总计		2992286	100.000	415598			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-184-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:18:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	193369	6.430	42424	1590	1.236	--
2	2.165	2814086	93.570	375895	1819	1.268	6.046
总计		3007456	100.000	418319			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-185-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:22:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	203550	5.495	44757	1593	1.235	--
2	2.165	3501028	94.505	467605	1816	1.268	6.046
总计		3704579	100.000	512361			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-186-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:25:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.191	200276	5.506	43950	1590	1.234	--
2	2.166	3437071	94.494	458850	1818	1.268	6.045
总计		3637347	100.000	502800			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-187-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:29:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	202115	5.543	44421	1591	1.233	--
2	2.165	3444359	94.457	459852	1819	1.269	6.047
总计		3646473	100.000	504273			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-188-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:32:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	191788	5.343	42135	1593	1.236	--
2	2.165	3397990	94.657	453762	1818	1.269	6.048
总计		3589778	100.000	495898			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-189-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:35:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	193412	5.442	42545	1592	1.235	--
2	2.165	3360449	94.558	448760	1818	1.269	6.048
总计		3553861	100.000	491305			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-190-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:39:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	201741	5.604	44342	1591	1.235	--
2	2.166	3398021	94.396	453620	1817	1.269	6.046
总计		3599762	100.000	497962			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-191-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:42:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	208255	5.105	45851	1587	1.234	--
2	2.165	3870979	94.895	516894	1814	1.269	6.044
总计		4079235	100.000	562745			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-192-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:46:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:13:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	204849	5.078	44955	1583	1.234	--
2	2.165	3829498	94.922	510846	1809	1.269	6.037
总计		4034347	100.000	555801			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-193-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 22:49:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	207056	5.124	45507	1586	1.234	--
2	2.165	3834098	94.876	511964	1814	1.269	6.044
总计		4041154	100.000	557471			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-194-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:52:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	205668	5.082	45257	1587	1.234	--
2	2.165	3841285	94.918	512890	1814	1.269	6.045
总计		4046954	100.000	558148			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-195-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:56:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	199617	5.032	43946	1590	1.235	--
2	2.165	3767171	94.968	503039	1814	1.270	6.047
总计		3966788	100.000	546986			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-196-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 22:59:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	207356	5.160	45613	1586	1.235	--
2	2.165	3810977	94.840	508854	1814	1.270	6.045
总计		4018333	100.000	554467			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-197-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:03:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	210789	4.795	46422	1591	1.235	--
2	2.166	4185586	95.205	558355	1815	1.270	6.048
总计		4396375	100.000	604777			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-198-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:06:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	207693	4.788	45671	1590	1.235	--
2	2.166	4130465	95.212	551019	1816	1.271	6.048
总计		4338158	100.000	596690			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-199-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:09:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	210631	4.831	46325	1589	1.234	--
2	2.166	4149398	95.169	553417	1814	1.271	6.046
总计		4360028	100.000	599743			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-200-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:13:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.190	208601	4.811	45884	1589	1.235	--
2	2.166	4127280	95.189	550308	1814	1.271	6.045
总计		4335882	100.000	596192			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-201-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 23:16:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	202732	4.738	44662	1587	1.235	--
2	2.165	4076230	95.262	544095	1812	1.271	6.046
总计		4278962	100.000	588756			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-202-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:20:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.189	210780	4.857	46364	1586	1.234	--
2	2.165	4129319	95.143	551094	1812	1.271	6.044
总计		4340099	100.000	597458			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-203-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:23:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	253173	2.661	47140	1090	1.227	--
2	2.138	9262540	97.339	1129201	1515	1.230	5.424
总计		9515713	100.000	1176341			




SMF-4130

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4130 - 0-3/11-204-2 - cbzj-APCE853p-rcqx-pH2.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4130 - SMF-4130-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4130 - 20250116-RCQX-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/16 23:26:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:14:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	253055	2.662	47132	1090	1.227	--
2	2.138	9253260	97.338	1128304	1514	1.231	5.424
总计		9506315	100.000	1175436			