



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-626-4 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:24:43
处理时间 (V4) : 2025/01/18 09:15:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-627-4 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:27:37
处理时间 (V4) : 2025/01/18 09:15:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	77185	100.000	12759	1762	1.253	--
总计		77185	100.000	12759			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-628-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:30:29
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:15:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	77553	100.000	12758	1759	1.254	--
总计		77553	100.000	12758			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-629-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:33:22
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	77540	100.000	12860	1767	1.251	--
总计		77540	100.000	12860			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-630-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 11:36:15

处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.634	77318	100.000	12830	1766	1.244	--
总计		77318	100.000	12830			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-631-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:39:07
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.634	77418	100.000	12867	1765	1.239	--
总计		77418	100.000	12867			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-632-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:42:00
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.489	16843	100.000	2402	1065	0.915	--
总计		16843	100.000	2402			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-633-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 11:44:52

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:14

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.490	10771	100.000	1515	1020	0.923	--
总计		10771	100.000	1515			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-634-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 11:47:45

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:16

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.490	11440	100.000	1644	1068	0.951	--
总计		11440	100.000	1644			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-635-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:50:36
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.490	9028	100.000	1286	1040	0.929	--
总计		9028	100.000	1286			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-636-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:53:28
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.489	6026	100.000	862	1062	0.969	--
总计		6026	100.000	862			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-637-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:56:20
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.490	7786	100.000	1119	1068	0.913	--
总计		7786	100.000	1119			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-638-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:59:13
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.489	31195	100.000	4350	1035	0.916	--
总计		31195	100.000	4350			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-639-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:02:05
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.488	29986	100.000	4220	1038	0.923	--
总计		29986	100.000	4220			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-640-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 12:04:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:32 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	31078	100.000	4349	1032	0.916	--
总计		31078	100.000	4349			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-641-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:07:51
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.487	27788	100.000	3885	1039	0.918	--
总计		27788	100.000	3885			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-642-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 12:10:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:38 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.488	19720	100.000	2783	1045	0.918	--
总计		19720	100.000	2783			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-643-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:13:35
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.487	23727	100.000	3333	1066	0.915	--
总计		23727	100.000	3333			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-644-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:16:27
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	48327	100.000	6708	1040	0.911	--
总计		48327	100.000	6708			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-645-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 12:19:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:46 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	48199	100.000	6675	1033	0.906	--
总计		48199	100.000	6675			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-646-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:22:10
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.487	48894	100.000	6770	1032	0.908	--
总计		48894	100.000	6770			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-647-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 12:25:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:52 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.487	46054	100.000	6431	1037	0.909	--
总计		46054	100.000	6431			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-648-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:27:52
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:16:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	36459	100.000	5070	1046	0.911	--
总计		36459	100.000	5070			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-649-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 12:30:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:16:57 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.487	40639	100.000	5677	1050	0.911	--
总计		40639	100.000	5677			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-650-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:33:36
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	61475	100.000	8542	1044	0.896	--
总计		61475	100.000	8542			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-651-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:36:28
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	60284	100.000	8401	1039	0.906	--
总计		60284	100.000	8401			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-652-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:39:20
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	60831	100.000	8484	1042	0.903	--
总计		60831	100.000	8484			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-653-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:42:12
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	59405	100.000	8238	1026	0.901	--
总计		59405	100.000	8238			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-654-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 12:45:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:17:11 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	51146	100.000	7115	1043	0.902	--
总计		51146	100.000	7115			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-655-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:47:54
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	55340	100.000	7698	1042	0.913	--
总计		55340	100.000	7698			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-656-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:50:47
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	75959	100.000	10512	1034	0.903	--
总计		75959	100.000	10512			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-657-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:53:38
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	74009	100.000	10269	1040	0.902	--
总计		74009	100.000	10269			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-658-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:56:31
处理时间(V3): 2025/01/18 09:17:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	74267	100.000	10319	1036	0.907	--
总计		74267	100.000	10319			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-659-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 12:59:22
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	73284	100.000	10114	1030	0.900	--
总计		73284	100.000	10114			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-660-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:02:15
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	68607	100.000	9572	1042	0.908	--
总计		68607	100.000	9572			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-661-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:05:07
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	71878	100.000	9946	1031	0.904	--
总计		71878	100.000	9946			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-662-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:07:59
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	84619	100.000	11685	1034	0.899	--
总计		84619	100.000	11685			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-663-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:10:51
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	82864	100.000	11467	1029	0.900	--
总计		82864	100.000	11467			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-664-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:13:43
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	82479	100.000	11416	1029	0.906	--
总计		82479	100.000	11416			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-665-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:16:35
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	80728	100.000	11179	1034	0.900	--
总计		80728	100.000	11179			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-666-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:19:27
处理时间(V3): 2025/01/18 09:17:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	79771	100.000	11048	1035	0.904	--
总计		79771	100.000	11048			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-667-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:22:19
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	82094	100.000	11309	1033	0.898	--
总计		82094	100.000	11309			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-668-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:25:12
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.487	88447	100.000	12266	1036	0.905	--
总计		88447	100.000	12266			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-669-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 13:28:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:17:51 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	85457	100.000	11847	1035	0.907	--
总计		85457	100.000	11847			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-670-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:30:56
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	84783	100.000	11696	1028	0.903	--
总计		84783	100.000	11696			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-671-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:33:48
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:17:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	83390	100.000	11516	1031	0.901	--
总计		83390	100.000	11516			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-672-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:36:39
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	82820	100.000	11529	1042	0.906	--
总计		82820	100.000	11529			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-673-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:39:32
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.488	83910	100.000	11670	1036	0.903	--
总计		83910	100.000	11670			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-674-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:42:25

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:05

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	88620	100.000	12268	1040	0.905	--
总计		88620	100.000	12268			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-675-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:45:18

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:08

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	86081	100.000	11947	1031	0.903	--
总计		86081	100.000	11947			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-676-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:48:11
处理时间(V3): 2025/01/18 09:18:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	84525	100.000	11720	1034	0.903	--
总计		84525	100.000	11720			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-677-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:51:04

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:13

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	83141	100.000	11525	1032	0.905	--
总计		83141	100.000	11525			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-678-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:53:56
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	83061	100.000	11556	1040	0.906	--
总计		83061	100.000	11556			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-679-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:56:49

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:19

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	85016	100.000	11796	1036	0.905	--
总计		85016	100.000	11796			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-680-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 13:59:41
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.626	77581	100.000	13029	1782	1.217	--
总计		77581	100.000	13029			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-681-3 - zzp-24122001p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:02:32
处理时间(V3): 2025/01/18 09:18:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.626	77691	100.000	13017	1774	1.225	--
总计		77691	100.000	13017			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-682-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 14:05:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:27 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-683-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:08:20
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	77970	100.000	13037	1773	1.230	--
总计		77970	100.000	13037			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-684-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:11:14
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	77946	100.000	13042	1769	1.226	--
总计		77946	100.000	13042			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-685-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:14:08
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	77903	100.000	13047	1785	1.228	--
总计		77903	100.000	13047			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-686-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:17:03
处理时间(V3): 2025/01/18 09:18:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	77729	100.000	13063	1777	1.224	--
总计		77729	100.000	13063			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-687-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:19:57
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	77793	100.000	13051	1778	1.224	--
总计		77793	100.000	13051			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-688-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:22:50

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	7345	100.000	1071	1069	0.968	--
总计		7345	100.000	1071			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-689-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:25:43

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:45

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	6224	100.000	903	1150	0.955	--
总计		6224	100.000	903			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-690-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:28:36
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	6124	100.000	880	1032	0.924	--
总计		6124	100.000	880			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-691-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:31:29

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:18:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.486	7935	100.000	1135	1105	0.949	--
总计		7935	100.000	1135			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-692-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:34:22

处理时间(V3): 2025/01/18 09:18:54

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.488	6124	100.000	864	1121	0.927	--
总计		6124	100.000	864			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-693-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:37:15

处理时间(V3): 2025/01/18 09:18:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.487	7720	100.000	1124	1115	0.960	--
总计		7720	100.000	1124			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-694-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:40:08
处理时间(V3): 2025/01/18 09:18:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	24776	100.000	3485	1055	0.928	--
总计		24776	100.000	3485			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-695-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 14:43:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:02 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	20922	100.000	2933	1058	0.908	--
总计		20922	100.000	2933			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-696-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 14:45:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:04 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	20057	100.000	2819	1054	0.916	--
总计		20057	100.000	2819			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-697-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 14:48:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:07 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	24687	100.000	3477	1060	0.922	--
总计		24687	100.000	3477			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-698-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:51:40
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	19254	100.000	2718	1044	0.902	--
总计		19254	100.000	2718			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-699-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 14:54:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:13 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	22701	100.000	3222	1085	0.922	--
总计		22701	100.000	3222			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-700-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 14:57:25
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	42473	100.000	6002	1066	0.914	--
总计		42473	100.000	6002			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-701-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:00:19
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	37067	100.000	5194	1050	0.910	--
总计		37067	100.000	5194			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-702-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:03:13
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	36099	100.000	5099	1066	0.918	--
总计		36099	100.000	5099			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-703-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:06:06
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	43274	100.000	6077	1063	0.907	--
总计		43274	100.000	6077			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-704-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 15:08:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:27 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	34009	100.000	4789	1060	0.913	--
总计		34009	100.000	4789			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-705-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:11:52
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	40562	100.000	5715	1051	0.924	--
总计		40562	100.000	5715			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-706-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:14:46
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	56635	100.000	7920	1045	0.913	--
总计		56635	100.000	7920			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-707-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 15:17:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:35 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	51645	100.000	7211	1047	0.910	--
总计		51645	100.000	7211			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-708-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 15:20:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:38 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	51956	100.000	7251	1052	0.902	--
总计		51956	100.000	7251			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-709-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:23:25
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	57309	100.000	8041	1051	0.911	--
总计		57309	100.000	8041			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-710-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:26:18
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	47954	100.000	6730	1052	0.916	--
总计		47954	100.000	6730			



SHIMADZU


LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-711-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 15:29:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:46 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	55731	100.000	7825	1059	0.919	--
总计		55731	100.000	7825			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-712-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:32:04
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	71382	100.000	9938	1048	0.905	--
总计		71382	100.000	9938			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-713-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 15:34:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:19:51 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	69571	100.000	9689	1044	0.903	--
总计		69571	100.000	9689			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-714-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:37:52
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	69672	100.000	9722	1048	0.904	--
总计		69672	100.000	9722			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-715-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:40:45
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	72405	100.000	10091	1048	0.910	--
总计		72405	100.000	10091			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-716-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:43:39
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:19:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	67579	100.000	9433	1051	0.906	--
总计		67579	100.000	9433			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-717-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:46:32
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.482	72130	100.000	10098	1048	0.910	--
总计		72130	100.000	10098			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-718-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:49:26
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	79956	100.000	11144	1049	0.910	--
总计		79956	100.000	11144			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-719-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:52:20
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	81485	100.000	11315	1040	0.904	--
总计		81485	100.000	11315			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-720-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:55:14
处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	79852	100.000	11163	1045	0.905	--
总计		79852	100.000	11163			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-721-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 15:58:07
处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	81472	100.000	11385	1055	0.909	--
总计		81472	100.000	11385			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-722-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:01:01
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	79917	100.000	11118	1049	0.909	--
总计		79917	100.000	11118			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-723-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:03:55
处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	81147	100.000	11348	1051	0.910	--
总计		81147	100.000	11348			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-724-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:06:49
处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	82326	100.000	11474	1044	0.909	--
总计		82326	100.000	11474			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-725-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 16:09:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:24 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	84185	100.000	11771	1049	0.909	--
总计		84185	100.000	11771			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:268nm
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-726-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/17 16:12:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:26 处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	83416	100.000	11662	1051	0.910	--
总计		83416	100.000	11662			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-727-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:15:31
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.485	83723	100.000	11769	1065	0.910	--
总计		83723	100.000	11769			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-728-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:18:25
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	83535	100.000	11629	1053	0.909	--
总计		83535	100.000	11629			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-729-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:21:19
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.484	83610	100.000	11691	1053	0.908	--
总计		83610	100.000	11691			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-730-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:24:13
处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	83000	100.000	11580	1048	0.906	--
总计		83000	100.000	11580			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-731-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p2-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:27:08

处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	84470	100.000	11834	1052	0.910	--
总计		84470	100.000	11834			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-732-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p3-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:30:02

处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:43

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.482	84246	100.000	11737	1047	0.910	--
总计		84246	100.000	11737			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-733-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:32:57
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	84122	100.000	11772	1057	0.909	--
总计		84122	100.000	11772			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-734-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p5-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:35:50

处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:48

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	83861	100.000	11753	1057	0.906	--
总计		83861	100.000	11753			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 :30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-735-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-p6-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:38:44

处理时间(V3): 2025/01/18 09:20:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min

波长:268nm


版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.483	84204	100.000	11787	1052	0.906	--
总计		84204	100.000	11787			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-736-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:41:39
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	77893	100.000	13149	1776	1.217	--
总计		77893	100.000	13149			



SHIMADZU

LabSolutions

SMF-4109


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 :30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$SMF-4109 - 0-59/24-737-3 - zzp-24122401p-8mg-rcqx-pH6.8+0.1twjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4109 - SMF-4109-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4109 - 20250117-rc-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l
进样时间: 2025/01/17 16:44:32
处理时间 (V3) : 2025/01/18 09:20:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速:1.5ml/min
波长:268nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 268nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	77700	100.000	13108	1775	1.225	--
总计		77700	100.000	13108			