




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1268-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 11:24:19
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:10:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
溶剂


<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1269-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:28:43
处理时间(V2): 2025/01/18 09:10:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	137624	100.000	21922	7287	1.101	--
总计		137624	100.000	21922			

图2 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1270-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2025/01/17 11:33:07
处理时间(V2): 2025/01/18 09:10:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.419	137266	100.000	21872	7302	1.108	--
总计		137266	100.000	21872			

图3 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1271-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 11:37:31

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:10:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	137633	100.000	21870	7289	1.104	--
总计		137633	100.000	21870			

图4 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1272-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 11:41:54
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:10:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	137465	100.000	21863	7286	1.107	--
总计		137465	100.000	21863			

图5 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1273-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 11:46:18
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	137242	100.000	21835	7280	1.106	--
总计		137242	100.000	21835			

图6 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1274-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 11:50:41

处理时间(V2): 2025/01/18 09:11:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	124573	100.000	21359	8659	1.098	--
总计		124573	100.000	21359			

图7 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱

自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1

供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1275-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 11:55:04
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	124663	100.000	21351	8656	1.098	--
总计		124663	100.000	21351			

图8 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1276-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 11:59:27
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	113046	100.000	19380	8672	1.098	--
总计		113046	100.000	19380			

图9 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1277-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:03:50
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	112855	100.000	19356	8672	1.099	--
总计		112855	100.000	19356			

图10 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1278-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:08:12

处理时间(V2): 2025/01/18 09:11:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	119608	100.000	20515	8675	1.100	--
总计		119608	100.000	20515			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1279-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:12:35
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	120202	100.000	20548	8664	1.101	--
总计		120202	100.000	20548			

图12 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1280-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:16:58
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	115462	100.000	19783	8664	1.101	--
总计		115462	100.000	19783			

图13 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1281-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:21:21
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	115833	100.000	19790	8648	1.101	--
总计		115833	100.000	19790			

图14 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1282-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:25:44
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	98845	100.000	16918	8666	1.105	--
总计		98845	100.000	16918			

图15 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1283-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:30:07
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	98683	100.000	16909	8659	1.101	--
总计		98683	100.000	16909			

图16 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1284-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:34:30

处理时间(V2): 2025/01/18 09:11:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	108948	100.000	18627	8685	1.098	--
总计		108948	100.000	18627			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1285-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:38:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	108736	100.000	18634	8668	1.101	--
总计		108736	100.000	18634			

图18 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1286-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:43:15

处理时间(V2): 2025/01/18 09:11:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	128993	100.000	22066	8662	1.097	--
总计		128993	100.000	22066			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1287-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:47:37
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	128885	100.000	22045	8664	1.099	--
总计		128885	100.000	22045			

图20 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1288-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 12:51:59

处理时间(V2): 2025/01/18 09:11:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	128660	100.000	21990	8650	1.104	--
总计		128660	100.000	21990			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1289-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 12:56:22
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	128571	100.000	21997	8670	1.101	--
总计		128571	100.000	21997			

图22 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1290-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:00:44

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	124802	100.000	21328	8671	1.103	--
总计		124802	100.000	21328			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1291-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:05:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:11:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	124680	100.000	21326	8658	1.101	--
总计		124680	100.000	21326			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1292-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:09:30
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	124254	100.000	21227	8665	1.102	--
总计		124254	100.000	21227			

图25 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1293-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:13:53

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	123916	100.000	21205	8671	1.101	--
总计		123916	100.000	21205			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1294-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:18:15
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:11:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	125115	100.000	21404	8657	1.099	--
总计		125115	100.000	21404			

图27 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1295-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:22:38
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	125141	100.000	21417	8680	1.101	--
总计		125141	100.000	21417			

图28 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1296-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:27:01
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	124316	100.000	21292	8670	1.099	--
总计		124316	100.000	21292			

图29 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1297-2 - zzp-2022032501p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:31:23
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	124361	100.000	21273	8671	1.099	--
总计		124361	100.000	21273			

图30 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032501批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1298-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:35:45
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	115129	100.000	19760	8667	1.098	--
总计		115129	100.000	19760			

图31 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1299-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:40:08
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	115245	100.000	19738	8645	1.102	--
总计		115245	100.000	19738			

图32 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1300-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 13:44:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:12:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	117375	100.000	20080	8664	1.097	--
总计		117375	100.000	20080			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1301-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:48:54
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	117336	100.000	20081	8654	1.102	--
总计		117336	100.000	20081			

图34 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1302-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 13:53:17
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	110860	100.000	18966	8681	1.103	--
总计		110860	100.000	18966			

图35 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1304-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:05:17
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	110617	100.000	18960	8660	1.101	--
总计		110617	100.000	18960			

图36 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1305-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:09:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:12:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	106621	100.000	18262	8646	1.098	--
总计		106621	100.000	18262			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1306-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:14:02
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	107073	100.000	18276	8659	1.100	--
总计		107073	100.000	18276			

图38 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1307-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 14:18:25

处理时间(V2): 2025/01/18 09:12:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	120680	100.000	20657	8674	1.104	--
总计		120680	100.000	20657			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1308-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:22:48
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	120511	100.000	20616	8674	1.106	--
总计		120511	100.000	20616			

图40 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1309-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:27:11
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	104604	100.000	17952	8705	1.101	--
总计		104604	100.000	17952			

图41 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1310-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:31:34
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	105021	100.000	17972	8672	1.100	--
总计		105021	100.000	17972			

图42 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1311-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:35:57
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	131458	100.000	22490	8668	1.104	--
总计		131458	100.000	22490			

图43 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1312-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:40:20
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	131566	100.000	22490	8644	1.099	--
总计		131566	100.000	22490			

图44 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1313-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:44:43
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	129677	100.000	22234	8668	1.098	--
总计		129677	100.000	22234			

图45 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1314-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:49:06
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	130052	100.000	22267	8660	1.099	--
总计		130052	100.000	22267			

图46 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1315-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:53:29
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:12:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	126405	100.000	21618	8661	1.104	--
总计		126405	100.000	21618			

图47 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1316-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 14:57:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	126241	100.000	21595	8681	1.101	--
总计		126241	100.000	21595			

图48 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1317-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 15:02:15

处理时间(V2): 2025/01/18 09:13:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	128695	100.000	22026	8663	1.101	--
总计		128695	100.000	22026			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1318-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:06:38
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	128856	100.000	22040	8665	1.100	--
总计		128856	100.000	22040			

图50 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1319-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:11:00
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	126978	100.000	21725	8663	1.099	--
总计		126978	100.000	21725			

图51 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1320-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:15:23
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	127042	100.000	21710	8665	1.104	--
总计		127042	100.000	21710			

图52 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1321-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:19:46
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	123552	100.000	21139	8666	1.097	--
总计		123552	100.000	21139			

图53 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1322-2 - zzp-2022032601p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:24:08
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	123686	100.000	21147	8667	1.100	--
总计		123686	100.000	21147			

图54 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032601批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1323-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:28:31
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	93320	100.000	15913	8651	1.101	--
总计		93320	100.000	15913			

图55 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1324-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:32:54
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	93156	100.000	15899	8661	1.110	--
总计		93156	100.000	15899			

图56 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1325-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 15:37:17

处理时间(V2): 2025/01/18 09:13:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	111834	100.000	19147	8698	1.102	--
总计		111834	100.000	19147			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1326-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:41:40
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	112073	100.000	19143	8663	1.103	--
总计		112073	100.000	19143			

图58 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1327-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:46:03
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	125375	100.000	21422	8656	1.102	--
总计		125375	100.000	21422			

图59 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1328-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 15:50:26

处理时间(V2): 2025/01/18 09:13:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.440	125411	100.000	21406	8660	1.097	--
总计		125411	100.000	21406			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1329-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:54:49
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.440	101598	100.000	17338	8648	1.102	--
总计		101598	100.000	17338			

图61 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1330-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 15:59:11
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.439	101508	100.000	17346	8670	1.097	--
总计		101508	100.000	17346			

图62 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1331-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 16:03:33
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.440	117532	100.000	20021	8652	1.101	--
总计		117532	100.000	20021			

图63 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1333-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 16:19:15
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.027	117128	100.000	22163	8266	1.142	--
总计		117128	100.000	22163			

图64 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1334-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 16:23:38
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.022	115791	100.000	21976	8238	1.141	--
总计		115791	100.000	21976			

图65 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1335-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-10min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 16:28:01
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	115943	100.000	21970	8225	1.139	--
总计		115943	100.000	21970			

图66 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1336-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 16:52:37

处理时间(V2): 2025/01/18 09:13:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.009	120165	100.000	22717	8208	1.137	--
总计		120165	100.000	22717			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1337-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 16:57:01
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:13:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	120328	100.000	22766	8200	1.138	--
总计		120328	100.000	22766			

图68 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1338-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 17:01:24
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	130353	100.000	24701	8200	1.140	--
总计		130353	100.000	24701			

图69 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1339-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:05:47

处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	129875	100.000	24789	8215	1.138	--
总计		129875	100.000	24789			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1340-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:10:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	131262	100.000	25036	8218	1.140	--
总计		131262	100.000	25036			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1341-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:14:33

处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	131272	100.000	25033	8219	1.140	--
总计		131272	100.000	25033			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1342-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:18:56

处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.002	125066	100.000	23817	8231	1.143	--
总计		125066	100.000	23817			

图73 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱

自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4

供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1343-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:23:19

处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.001	125414	100.000	23774	8216	1.144	--
总计		125414	100.000	23774			

图74 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1344-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 17:27:42

处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	131117	100.000	24875	8212	1.144	--
总计		131117	100.000	24875			

图75 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱

自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5

供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1345-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 17:32:04
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.000	130906	100.000	24931	8236	1.145	--
总计		130906	100.000	24931			

图76 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1346-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 17:36:27
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.998	125444	100.000	23983	8246	1.145	--
总计		125444	100.000	23983			

图77 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1347-2 - zzp-2022032701p-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-30min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 17:40:50
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.996	125692	100.000	24044	8235	1.148	--
总计		125692	100.000	24044			

图78 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032701批)(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1348-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 17:45:13
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	137057	100.000	24163	6813	1.150	--
总计		137057	100.000	24163			

图79 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1349-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-5mg-jf50z-rcd-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2025/01/17 17:49:36
处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	137203	100.000	24075	6811	1.155	--
总计		137203	100.000	24075			

图80 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(5mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1350-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 17:54:01
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:14:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图81 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1351-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 17:58:26
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.972	265627	100.000	47017	6812	1.152	--
总计		265627	100.000	47017			

图82 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1352-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:02:51
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:14:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	266114	100.000	47037	6806	1.155	--
总计		266114	100.000	47037			

图83 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1353-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:07:16
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	266462	100.000	47008	6813	1.157	--
总计		266462	100.000	47008			

图84 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J532

<样品信息>


色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1354-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:11:41
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	266389	100.000	46900	6804	1.156	--
总计		266389	100.000	46900			

图85 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1355-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:16:07
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	266434	100.000	46940	6800	1.157	--
总计		266434	100.000	46940			

图86 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1356-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 18:20:30

处理时间(V2): 2025/01/18 09:14:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	152658	100.000	29341	8241	1.152	--
总计		152658	100.000	29341			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1357-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:24:53
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	153056	100.000	29428	8239	1.150	--
总计		153056	100.000	29428			

图88 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1358-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:29:18
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	199020	100.000	38268	8231	1.149	--
总计		199020	100.000	38268			

图89 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1359-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:33:42
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:14:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	198745	100.000	38164	8231	1.150	--
总计		198745	100.000	38164			

图90 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1360-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:38:04
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	166918	100.000	31953	8209	1.152	--
总计		166918	100.000	31953			

图91 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1361-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:42:28
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.976	166509	100.000	31837	8241	1.150	--
总计		166509	100.000	31837			

图92 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1362-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:46:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.975	171653	100.000	32913	8230	1.151	--
总计		171653	100.000	32913			

图93 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1363-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:51:16
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	171876	100.000	32947	8225	1.153	--
总计		171876	100.000	32947			

图94 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1364-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 18:55:39
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	175047	100.000	33664	8237	1.151	--
总计		175047	100.000	33664			

图95 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1365-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:00:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:15:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	175460	100.000	33744	8227	1.153	--
总计		175460	100.000	33744			



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1366-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:04:26
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	170593	100.000	32881	8246	1.152	--
总计		170593	100.000	32881			

图97 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1367-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:08:50
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.972	170264	100.000	32880	8229	1.151	--
总计		170264	100.000	32880			

图98 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1368-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:13:14
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	242474	100.000	46718	8224	1.151	--
总计		242474	100.000	46718			

图99 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1369-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:17:38
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.971	241675	100.000	46573	8228	1.153	--
总计		241675	100.000	46573			

图100 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1370-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:22:03

处理时间(V2): 2025/01/18 09:15:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.970	251875	100.000	48520	8214	1.153	--
总计		251875	100.000	48520			



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1371-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:26:27
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.970	251908	100.000	48516	8230	1.152	--
总计		251908	100.000	48516			

图102 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1372-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:30:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	246312	100.000	47389	8213	1.151	--
总计		246312	100.000	47389			

图103 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1373-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:35:15
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	246443	100.000	47305	8206	1.153	--
总计		246443	100.000	47305			

图104 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1374-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:39:40
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.969	245345	100.000	47150	8227	1.152	--
总计		245345	100.000	47150			

图105 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1375-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:44:03

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	245673	100.000	47091	8229	1.154	--
总计		245673	100.000	47091			



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1376-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:48:27
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	252747	100.000	48323	8216	1.154	--
总计		252747	100.000	48323			

图107 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1377-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 19:52:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	249444	100.000	47690	8225	1.155	--
总计		249444	100.000	47690			

图108 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032201批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1378-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 19:57:16

处理时间(V2): 2025/01/18 09:15:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	249687	100.000	47826	8202	1.154	--
总计		249687	100.000	47826			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1379-2 - zzp-2022032201p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:01:39

处理时间(V2): 2025/01/18 09:15:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	249839	100.000	47829	8215	1.155	--
总计		249839	100.000	47829			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1380-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:06:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:15:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	167476	100.000	32051	8235	1.155	--
总计		167476	100.000	32051			

图111 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1381-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 20:10:28
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	167373	100.000	32166	8225	1.154	--
总计		167373	100.000	32166			

图112 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1382-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 20:14:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:15:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	211462	100.000	40688	8230	1.154	--
总计		211462	100.000	40688			

图113 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1383-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 20:19:16
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	211620	100.000	40689	8221	1.151	--
总计		211620	100.000	40689			

图114 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1384-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:23:40

处理时间(V2): 2025/01/18 09:16:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	190297	100.000	36640	8231	1.155	--
总计		190297	100.000	36640			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1385-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:28:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:16:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	191768	100.000	36927	8226	1.155	--
总计		191768	100.000	36927			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1386-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 20:32:28
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	196113	100.000	37721	8232	1.153	--
总计		196113	100.000	37721			

图117 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1387-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 20:36:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	195792	100.000	37719	8223	1.156	--
总计		195792	100.000	37719			

图118 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1388-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:41:16

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	182671	100.000	35178	8216	1.154	--
总计		182671	100.000	35178			

图119 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1389-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 20:45:40
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	178464	100.000	34343	8216	1.154	--
总计		178464	100.000	34343			

图120 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1390-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:50:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:16:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	162635	100.000	31315	8226	1.152	--
总计		162635	100.000	31315			

图121 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1391-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 20:54:27

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	162678	100.000	31316	8233	1.155	--
总计		162678	100.000	31316			

图122 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1392-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 20:58:52
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	242108	100.000	46536	8230	1.156	--
总计		242108	100.000	46536			

图123 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1393-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:03:17
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.966	242504	100.000	46707	8232	1.157	--
总计		242504	100.000	46707			

图124 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1394-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:07:44

处理时间(V2): 2025/01/18 09:16:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	261352	100.000	50451	8236	1.157	--
总计		261352	100.000	50451			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1395-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:12:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:16:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.965	261164	100.000	50501	8246	1.159	--
总计		261164	100.000	50501			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1396-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:16:31
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	252504	100.000	48820	8251	1.158	--
总计		252504	100.000	48820			

图127 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1397-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:20:56

处理时间(V2): 2025/01/18 09:16:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.964	252724	100.000	48851	8248	1.160	--
总计		252724	100.000	48851			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1398-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:25:20

处理时间(V2): 2025/01/18 09:16:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	248758	100.000	48089	8247	1.162	--
总计		248758	100.000	48089			

图129 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1399-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:29:44
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	246418	100.000	47683	8248	1.161	--
总计		246418	100.000	47683			

图130 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1400-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:34:07
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	248893	100.000	48152	8252	1.161	--
总计		248893	100.000	48152			

图131 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1401-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:38:31
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	248753	100.000	48099	8248	1.162	--
总计		248753	100.000	48099			

图132 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1402-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:42:55
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.963	249516	100.000	48269	8255	1.162	--
总计		249516	100.000	48269			

图133 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1403-2 - zzp-2022032301p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:47:19
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:16:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	249197	100.000	48171	8252	1.163	--
总计		249197	100.000	48171			

图134 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032301批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1404-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 21:51:44
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.962	195696	100.000	37841	8253	1.164	--
总计		195696	100.000	37841			

图135 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1405-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 21:56:08

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.961	196005	100.000	37830	8252	1.163	--
总计		196005	100.000	37830			

图136 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1406-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 22:00:32
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.960	181043	100.000	34831	8258	1.167	--
总计		181043	100.000	34831			

图137 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1407-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 22:04:58
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	181479	100.000	34910	8246	1.169	--
总计		181479	100.000	34910			

图138 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1408-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:09:21

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.959	154418	100.000	29768	8246	1.168	--
总计		154418	100.000	29768			

图139 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1409-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:13:46

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.958	154437	100.000	29855	8261	1.166	--
总计		154437	100.000	29855			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1410-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:18:10

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.957	186086	100.000	36080	8267	1.163	--
总计		186086	100.000	36080			

图141 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1411-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 22:22:34
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	186299	100.000	36164	8272	1.165	--
总计		186299	100.000	36164			

图142 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1412-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 22:26:59
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.956	165599	100.000	32111	8248	1.169	--
总计		165599	100.000	32111			

图143 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1413-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:31:23

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.955	165883	100.000	32167	8247	1.169	--
总计		165883	100.000	32167			

图144 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1414-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:35:47

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	173435	100.000	33703	8253	1.165	--
总计		173435	100.000	33703			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1415-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:40:11

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	173932	100.000	33729	8259	1.166	--
总计		173932	100.000	33729			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1416-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 22:44:35
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	257171	100.000	49896	8266	1.167	--
总计		257171	100.000	49896			

图147 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1417-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 22:49:00
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:17:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.954	256860	100.000	49854	8265	1.167	--
总计		256860	100.000	49854			

图148 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1418-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 22:53:26
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.953	255667	100.000	49482	8253	1.168	--
总计		255667	100.000	49482			

图149 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1419-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 22:57:50

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	257772	100.000	49715	8247	1.169	--
总计		257772	100.000	49715			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1420-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:02:14

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.952	247110	100.000	47656	8254	1.168	--
总计		247110	100.000	47656			

图151 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1421-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 23:06:39
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	247322	100.000	47675	8257	1.171	--
总计		247322	100.000	47675			

图152 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-2



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1422-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 23:11:05
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.951	254720	100.000	49041	8245	1.171	--
总计		254720	100.000	49041			

图153 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1423-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 23:15:28
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:17:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	254565	100.000	49197	8260	1.170	--
总计		254565	100.000	49197			

图154 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1424-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:19:53

处理时间(V2): 2025/01/18 09:17:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	256361	100.000	49594	8252	1.169	--
总计		256361	100.000	49594			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1425-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:24:17

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	257087	100.000	49692	8249	1.170	--
总计		257087	100.000	49692			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1426-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:28:41

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	247731	100.000	47996	8256	1.169	--
总计		247731	100.000	47996			



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1427-2 - zzp-2022032401p-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-30min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 23:33:06
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:18:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	247941	100.000	47844	8260	1.171	--
总计		247941	100.000	47844			

图158 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032401批)(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1428-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:37:31

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	268295	100.000	47918	6854	1.174	--
总计		268295	100.000	47918			

图159 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1429-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-10mg-jf50z-rcd-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 23:41:55
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:18:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	268443	100.000	47922	6859	1.174	--
总计		268443	100.000	47922			

图160 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(10mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1430-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-rj.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/17 23:46:18
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:18:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图161 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1431-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:50:42

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	539691	100.000	96348	6823	1.174	--
总计		539691	100.000	96348			

图162 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1432-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:55:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	539466	100.000	96315	6819	1.175	--
总计		539466	100.000	96315			

图163 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1433-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/17 23:59:28

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	539278	100.000	96325	6818	1.175	--
总计		539278	100.000	96325			

图164 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>


色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1434-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2025/01/18 00:03:50
处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	539590	100.000	96374	6821	1.175	--
总计		539590	100.000	96374			

图165 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1435-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:08:15

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	539619	100.000	96242	6827	1.175	--
总计		539619	100.000	96242			

图166 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1436-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:12:36

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	416806	100.000	80951	8260	1.172	--
总计		416806	100.000	80951			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1437-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 00:16:59
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:18:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	416558	100.000	80925	8258	1.172	--
总计		416558	100.000	80925			

图168 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1438-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 00:21:21
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:18:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	342120	100.000	66399	8266	1.172	--
总计		342120	100.000	66399			

图169 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1439-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:25:44

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	341234	100.000	66260	8264	1.171	--
总计		341234	100.000	66260			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1440-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:30:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	440170	100.000	85439	8269	1.172	--
总计		440170	100.000	85439			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1441-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 00:34:30
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:18:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	436970	100.000	84722	8255	1.173	--
总计		436970	100.000	84722			

图172 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1442-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:38:54

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	435444	100.000	84510	8267	1.173	--
总计		435444	100.000	84510			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1443-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:43:16

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	435526	100.000	84451	8252	1.172	--
总计		435526	100.000	84451			

图174 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1444-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:47:38

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:18:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	362099	100.000	70253	8259	1.174	--
总计		362099	100.000	70253			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1445-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:52:01

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	362144	100.000	70360	8267	1.172	--
总计		362144	100.000	70360			

图176 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1446-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 00:56:22

处理时间(V2): 2025/01/18 09:18:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	403944	100.000	78277	8265	1.173	--
总计		403944	100.000	78277			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1447-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 01:00:46
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	403469	100.000	78336	8266	1.173	--
总计		403469	100.000	78336			

图178 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1448-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 01:05:09
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	505508	100.000	98234	8266	1.173	--
总计		505508	100.000	98234			

图179 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1449-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:09:31

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	506154	100.000	98295	8264	1.172	--
总计		506154	100.000	98295			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1450-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:13:53

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	482052	100.000	93654	8256	1.173	--
总计		482052	100.000	93654			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1451-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:18:15

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	481665	100.000	93508	8262	1.174	--
总计		481665	100.000	93508			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1452-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:22:38

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	499607	100.000	96948	8254	1.174	--
总计		499607	100.000	96948			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1453-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 01:27:00
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	498891	100.000	96876	8262	1.173	--
总计		498891	100.000	96876			

图184 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1454-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:31:23

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	506520	100.000	98308	8250	1.173	--
总计		506520	100.000	98308			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1455-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:35:46

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	507391	100.000	98473	8256	1.175	--
总计		507391	100.000	98473			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1456-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:40:07

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	489230	100.000	94966	8258	1.174	--
总计		489230	100.000	94966			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1457-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:44:30

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	489114	100.000	95018	8266	1.174	--
总计		489114	100.000	95018			

图188 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022031901批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1458-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:48:53

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	500820	100.000	97052	8274	1.174	--
总计		500820	100.000	97052			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1459-2 - zzp-2022031901p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 01:53:16

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	501402	100.000	97138	8266	1.174	--
总计		501402	100.000	97138			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1460-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 01:57:37
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	469001	100.000	91012	8258	1.174	--
总计		469001	100.000	91012			

图191 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1461-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 02:02:00
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	469046	100.000	91013	8252	1.174	--
总计		469046	100.000	91013			

图192 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1462-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:06:22

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	483149	100.000	93788	8254	1.175	--
总计		483149	100.000	93788			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1463-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 02:10:45
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	483316	100.000	93852	8260	1.175	--
总计		483316	100.000	93852			

图194 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1464-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:15:07

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	400178	100.000	77699	8261	1.174	--
总计		400178	100.000	77699			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1465-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:19:29

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	399967	100.000	77671	8261	1.174	--
总计		399967	100.000	77671			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1466-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:23:52

处理时间(V2): 2025/01/18 09:19:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	475452	100.000	92283	8257	1.175	--
总计		475452	100.000	92283			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1467-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 02:28:15
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:19:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	475700	100.000	92327	8259	1.175	--
总计		475700	100.000	92327			

图198 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1468-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 02:32:37
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	378418	100.000	73429	8252	1.175	--
总计		378418	100.000	73429			

图199 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1469-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:36:59

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	374805	100.000	72686	8246	1.176	--
总计		374805	100.000	72686			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1470-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:41:21

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	459882	100.000	89306	8269	1.175	--
总计		459882	100.000	89306			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1471-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:45:43

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	455858	100.000	88512	8271	1.175	--
总计		455858	100.000	88512			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1472-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:50:06

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	515034	100.000	99976	8263	1.175	--
总计		515034	100.000	99976			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1473-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 02:54:28
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	514381	100.000	99906	8267	1.176	--
总计		514381	100.000	99906			

图204 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1474-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 02:58:51

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	522520	100.000	101443	8266	1.176	--
总计		522520	100.000	101443			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1475-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:03:12

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	522770	100.000	101415	8256	1.175	--
总计		522770	100.000	101415			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1476-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:07:35

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	498807	100.000	96672	8250	1.176	--
总计		498807	100.000	96672			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1477-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:11:57

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	498959	100.000	96684	8254	1.176	--
总计		498959	100.000	96684			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1478-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 03:16:20
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	518426	100.000	100561	8254	1.175	--
总计		518426	100.000	100561			

图209 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1479-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:20:42

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	518491	100.000	100636	8268	1.176	--
总计		518491	100.000	100636			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1480-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:25:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	510265	100.000	98995	8256	1.176	--
总计		510265	100.000	98995			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1481-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:29:26

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	510306	100.000	98983	8259	1.177	--
总计		510306	100.000	98983			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1482-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:33:48

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	508198	100.000	98573	8260	1.176	--
总计		508198	100.000	98573			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1483-2 - zzp-2022032001p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 03:38:10
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	508099	100.000	98580	8256	1.177	--
总计		508099	100.000	98580			

图214 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032001批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-2




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1484-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 03:42:32
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	371112	100.000	72019	8272	1.177	--
总计		371112	100.000	72019			

图215 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1485-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:46:54

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	371473	100.000	72117	8282	1.176	--
总计		371473	100.000	72117			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1486-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:51:16

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	426367	100.000	82764	8277	1.176	--
总计		426367	100.000	82764			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1487-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 03:55:37

处理时间(V2): 2025/01/18 09:20:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	426386	100.000	82732	8278	1.177	--
总计		426386	100.000	82732			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1488-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 03:59:58
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	399816	100.000	77530	8270	1.176	--
总计		399816	100.000	77530			

图219 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1489-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 04:04:20
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:20:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	399544	100.000	77459	8264	1.176	--
总计		399544	100.000	77459			

图220 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1490-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:08:42

处理时间(V2): 2025/01/18 09:21:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	471157	100.000	91342	8268	1.177	--
总计		471157	100.000	91342			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1491-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:13:04

处理时间(V2): 2025/01/18 09:21:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	470932	100.000	91337	8271	1.175	--
总计		470932	100.000	91337			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1492-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 04:17:27
处理时间 (V2) : 2025/01/18 09:21:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	321933	100.000	62338	8277	1.176	--
总计		321933	100.000	62338			

图223 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1493-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:21:49

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	322206	100.000	62387	8279	1.176	--
总计		322206	100.000	62387			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1494-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:26:12

处理时间(V2): 2025/01/18 09:21:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	487849	100.000	94429	8277	1.178	--
总计		487849	100.000	94429			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1495-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-10min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 04:30:34
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	487944	100.000	94513	8282	1.178	--
总计		487944	100.000	94513			

图226 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1496-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:34:55

处理时间(V2): 2025/01/18 09:21:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	497715	100.000	96333	8275	1.177	--
总计		497715	100.000	96333			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1497-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:39:18

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	498419	100.000	96648	8272	1.177	--
总计		498419	100.000	96648			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1498-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:43:40

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	503462	100.000	97665	8263	1.177	--
总计		503462	100.000	97665			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1499-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 04:48:02

处理时间(V2): 2025/01/18 09:21:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	503823	100.000	97702	8259	1.177	--
总计		503823	100.000	97702			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1500-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-1.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 04:52:24
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	497564	100.000	96353	8281	1.177	--
总计		497564	100.000	96353			

图231 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1501-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p3-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 04:56:46
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	498058	100.000	96593	8265	1.176	--
总计		498058	100.000	96593			

图232 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1502-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 05:01:08

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	490278	100.000	95119	8269	1.175	--
总计		490278	100.000	95119			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1503-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p4-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 05:05:30
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	489530	100.000	94823	8290	1.176	--
总计		489530	100.000	94823			

图234 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1504-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 05:09:52

处理时间(V2): 2025/01/18 09:21:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	486544	100.000	94249	8263	1.178	--
总计		486544	100.000	94249			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1505-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p5-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 05:14:14
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.950	484459	100.000	93602	8265	1.177	--
总计		484459	100.000	93602			

图236 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1506-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 05:18:36

处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	504139	100.000	97730	8264	1.176	--
总计		504139	100.000	97730			




J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1507-2 - zzp-2022032101p-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-30min-p6-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 05:22:57
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.949	503623	100.000	97662	8272	1.177	--
总计		503623	100.000	97662			

图238 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2022032101批)(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1508-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2025/01/18 05:27:19

处理时间(V2): 2025/01/18 09:21:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	543972	100.000	97167	6857	1.178	--
总计		543972	100.000	97167			

图239 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J532


<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 7-31/7-1509-2 - zzp-rcd-shui+0.5sdsjz-20mg-jf50z-rcd-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J532 - J532-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20250117-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/18 05:31:41
处理时间 (V2): 2025/01/18 09:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	544794	100.000	97015	6861	1.179	--
总计		544794	100.000	97015			

图240 他达拉非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(20mg规格)-shui(内含0.5%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2