

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速：1.5ml/min

柱温：30 $^{\circ}$ C

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2797-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：10 μ l

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 11:59:45

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:30:06

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2798-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-18 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 12:02:39 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:30:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.467	281232	36.534	53318	1855	1.102	--
2	1.954	488552	63.466	76302	2252	1.042	3.235
总计		769783	100.000	129620			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2799-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 12:05:32

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:04

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	281287	36.575	53200	1851	1.102	--
2	1.952	487789	63.425	76167	2251	1.042	3.231
总计		769076	100.000	129367			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2800-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-18 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 12:08:25 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	281329	36.517	53286	1850	1.102	--
2	1.951	489068	63.483	76221	2244	1.043	3.231
总计		770397	100.000	129507			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2801-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 12:11:18

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:10

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	280881	36.525	53124	1850	1.104	--
2	1.951	488129	63.475	76064	2244	1.043	3.227
总计		769010	100.000	129188			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2802-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 12:14:11

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:12

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	280657	36.508	53119	1850	1.102	--
2	1.952	488105	63.492	76094	2246	1.041	3.227
总计		768762	100.000	129213			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2803-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:17:03 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.479	320991	36.280	63945	2099	1.100	--
2	1.967	563760	63.720	91756	2500	1.041	3.406
总计		884751	100.000	155701			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2804-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:19:55 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	320099	36.248	63670	2091	1.099	--
2	1.963	562973	63.752	91605	2488	1.040	3.403
总计		883072	100.000	155275			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2805-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-10 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 12:22:47 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	308936	36.248	61434	2087	1.099	--
2	1.964	543350	63.752	88304	2484	1.040	3.399
总计		852286	100.000	149737			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2806-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-10 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 12:25:40 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	309414	36.269	61563	2086	1.098	--
2	1.965	543686	63.731	88331	2488	1.040	3.398
总计		853100	100.000	149894			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2807-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 12:28:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	310497	36.330	61823	2090	1.098	--
2	1.966	544162	63.670	88360	2490	1.041	3.399
总计		854659	100.000	150183			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2808-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-19 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 12:31:24 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	310434	36.307	61641	2082	1.099	--
2	1.964	544596	63.693	88399	2478	1.041	3.397
总计		855030	100.000	150040			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2809-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μl

进样时间：2025/01/16 12:34:16

处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.5ml/min

波长：255nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	325498	36.388	64758	2089	1.099	--
2	1.966	569027	63.612	92336	2488	1.039	3.400
总计		894526	100.000	157095			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2810-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:37:08 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:33 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	325795	36.322	64858	2091	1.098	--
2	1.964	571180	63.678	92771	2484	1.041	3.397
总计		896975	100.000	157629			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2811-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:40:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:36 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	331754	36.381	66008	2087	1.100	--
2	1.964	580123	63.619	94235	2484	1.040	3.397
总计		911877	100.000	160243			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2812-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/16 12:42:52

处理时间(V2): 2025/01/17 09:31:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 255nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	330521	36.370	65805	2088	1.099	--
2	1.966	578251	63.630	93707	2479	1.041	3.396
总计		908772	100.000	159512			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2813-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:45:43 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:41 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	309934	36.376	61635	2085	1.098	--
2	1.964	542101	63.624	88118	2487	1.040	3.395
总计		852035	100.000	149753			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2814-2 - zzp-c9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:48:34 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:43 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	309966	36.346	61667	2087	1.100	--
2	1.964	542843	63.654	88187	2482	1.040	3.397
总计		852809	100.000	149854			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2815-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:51:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:46 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	318850	36.221	63361	2083	1.098	--
2	1.965	561440	63.779	91076	2478	1.040	3.396
总计		880289	100.000	154437			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2816-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 12:54:19 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:49 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	318161	36.215	63278	2088	1.099	--
2	1.964	560375	63.785	91048	2480	1.040	3.396
总计		878535	100.000	154326			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2817-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μl
进样时间：2025/01/16 12:57:11
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:51
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 255nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	328107	36.304	65256	2086	1.099	--
2	1.964	575671	63.696	93415	2475	1.040	3.394
总计		903778	100.000	158671			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2818-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-11 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 13:00:02 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	328685	36.335	65370	2087	1.098	--
2	1.964	575922	63.665	93500	2477	1.040	3.393
总计		904607	100.000	158870			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2819-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 13:02:54

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:57

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	334746	36.311	66632	2088	1.099	--
2	1.965	587128	63.689	95250	2482	1.040	3.392
总计		921874	100.000	161881			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2820-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:05:46 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:31:59 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	336037	36.354	66823	2082	1.098	--
2	1.965	588316	63.646	95488	2484	1.039	3.395
总计		924353	100.000	162311			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2821-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:08:38 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:02 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	317559	36.344	63069	2083	1.100	--
2	1.964	556210	63.656	90260	2476	1.040	3.392
总计		873769	100.000	153329			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2822-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:11:30 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	317891	36.381	63163	2083	1.098	--
2	1.964	555903	63.619	90340	2482	1.040	3.396
总计		873794	100.000	153504			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2823-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μl
进样时间：2025/01/16 13:14:22
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 255nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	340734	36.353	67648	2083	1.099	--
2	1.964	596563	63.647	96835	2472	1.040	3.394
总计		937297	100.000	164483			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2824-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:17:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:10 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	341305	36.357	67748	2080	1.099	--
2	1.965	597446	63.643	96870	2477	1.040	3.396
总计		938751	100.000	164618			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2825-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:20:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	338664	36.407	67345	2086	1.099	--
2	1.964	591566	63.593	96033	2478	1.039	3.394
总计		930230	100.000	163379			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2826-2 - zzp-c9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:22:58 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	339291	36.386	67475	2086	1.098	--
2	1.965	593194	63.614	96154	2479	1.040	3.396
总计		932485	100.000	163629			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2827-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:25:50 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	310193	36.463	61762	2089	1.099	--
2	1.966	540522	63.537	87587	2478	1.040	3.395
总计		850715	100.000	149349			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2828-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:28:42 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:20 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	309570	36.494	61586	2087	1.099	--
2	1.965	538696	63.506	87399	2483	1.041	3.395
总计		848266	100.000	148985			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2829-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 13:31:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	318860	36.532	63414	2087	1.100	--
2	1.964	553969	63.468	89922	2475	1.040	3.394
总计		872829	100.000	153335			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2830-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-12 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 13:34:27 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	318891	36.487	63371	2084	1.100	--
2	1.963	555084	63.513	90021	2469	1.040	3.392
总计		873976	100.000	153392			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2831-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:37:19 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	323214	36.493	64206	2081	1.101	--
2	1.964	562466	63.507	91194	2473	1.041	3.392
总计		885681	100.000	155399			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2832-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-21 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 13:40:10 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	323757	36.506	64245	2081	1.099	--
2	1.964	563111	63.494	91280	2471	1.039	3.393
总计		886868	100.000	155526			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2833-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-30 版本号：6.115
进样体积：10 μ l 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 13:43:02 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:35
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	329494	36.530	65546	2088	1.099	--
2	1.965	572488	63.470	92850	2478	1.040	3.394
总计		901982	100.000	158395			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2834-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-30 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 13:45:53 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	329914	36.559	65497	2082	1.098	--
2	1.964	572502	63.441	92940	2474	1.040	3.393
总计		902416	100.000	158438			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2835-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:48:45 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	325187	36.470	64583	2082	1.100	--
2	1.963	566471	63.530	91968	2474	1.040	3.392
总计		891658	100.000	156551			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2836-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:51:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	325621	36.478	64745	2083	1.099	--
2	1.965	567030	63.522	91978	2478	1.040	3.392
总计		892652	100.000	156723			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2837-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 13:54:28 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	300713	36.459	59771	2084	1.099	--
2	1.964	524083	63.541	84953	2469	1.039	3.392
总计		824797	100.000	144724			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温: 30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2838-2 - zzp-c9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/01/16 13:57:19

处理时间(V2): 2025/01/17 09:32:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 255nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	300873	36.496	59806	2085	1.097	--
2	1.964	523528	63.504	84922	2474	1.039	3.392
总计		824401	100.000	144728			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2839-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 14:00:11

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:50

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	281430	36.582	53067	1835	1.100	--
2	1.951	487874	63.418	75765	2226	1.040	3.213
总计		769304	100.000	128832			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2840-2 - zzp-c9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:03:03 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:53 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	280961	36.535	52998	1833	1.101	--
2	1.951	488067	63.465	75624	2219	1.041	3.211
总计		769028	100.000	128622			