




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2841-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:05:57 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2842-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 14:08:51

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:32:58

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	281271	36.520	53044	1838	1.101	--
2	1.952	488906	63.480	75806	2219	1.041	3.212
总计		770177	100.000	128851			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2843-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-18 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 14:11:45 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	281211	36.568	53012	1834	1.100	--
2	1.951	487791	63.432	75636	2219	1.041	3.212
总计		769002	100.000	128648			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2844-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-18 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 14:14:39 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	280957	36.509	53016	1832	1.101	--
2	1.951	488606	63.491	75646	2213	1.041	3.209
总计		769563	100.000	128662			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2845-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-18 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 14:17:34 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	281025	36.568	53010	1833	1.100	--
2	1.951	487486	63.432	75640	2221	1.041	3.210
总计		768512	100.000	128650			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2846-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-18 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 14:20:27 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	281175	36.546	52988	1835	1.100	--
2	1.951	488200	63.454	75637	2215	1.041	3.210
总计		769375	100.000	128625			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2847-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/16 14:23:20

处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 255nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	327444	36.351	65111	2085	1.099	--
2	1.964	573347	63.649	92788	2461	1.040	3.387
总计		900791	100.000	157900			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2848-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:26:13 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	328065	36.453	65272	2087	1.099	--
2	1.965	571898	63.547	92736	2474	1.039	3.389
总计		899963	100.000	158008			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2849-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:29:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	334355	36.233	66496	2084	1.098	--
2	1.966	588423	63.767	95097	2468	1.040	3.390
总计		922778	100.000	161594			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2850-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:32:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:19 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	333998	36.263	66384	2085	1.099	--
2	1.964	587046	63.737	95167	2470	1.039	3.390
总计		921044	100.000	161551			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2851-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:34:52 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:21 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	329245	36.553	65368	2080	1.100	--
2	1.964	571495	63.447	92532	2466	1.039	3.387
总计		900740	100.000	157901			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2852-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:37:45 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	329421	36.548	65429	2080	1.098	--
2	1.965	571919	63.452	92503	2467	1.040	3.390
总计		901339	100.000	157932			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2853-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:40:38 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:28 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	321232	36.587	63884	2086	1.099	--
2	1.965	556771	63.413	90021	2469	1.040	3.390
总计		878004	100.000	153905			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2854-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:43:32 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:31 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	321653	36.607	63925	2083	1.101	--
2	1.964	557010	63.393	90211	2468	1.039	3.389
总计		878663	100.000	154136			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2855-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:46:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	309042	36.540	61449	2087	1.100	--
2	1.966	536729	63.460	86723	2466	1.040	3.390
总计		845771	100.000	148172			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2856-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:49:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	308605	36.511	61340	2087	1.099	--
2	1.964	536640	63.489	86977	2468	1.039	3.391
总计		845245	100.000	148317			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2857-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:52:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	326645	36.402	64849	2082	1.099	--
2	1.964	570687	63.598	92487	2470	1.040	3.389
总计		897332	100.000	157337			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2858-2 - zzp-z9-2024032721p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 14:55:04 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	326097	36.409	64831	2085	1.097	--
2	1.965	569540	63.591	92279	2472	1.040	3.390
总计		895637	100.000	157110			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2859-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 14:57:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	308887	36.558	61448	2086	1.099	--
2	1.965	536035	63.442	86788	2475	1.040	3.390
总计		844922	100.000	148235			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2860-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:00:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:33:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	308879	36.495	61471	2088	1.099	--
2	1.964	537471	63.505	86980	2463	1.040	3.387
总计		846350	100.000	148451			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2861-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μl
进样时间：2025/01/16 15:03:44
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 255nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	326473	36.567	64752	2080	1.099	--
2	1.963	566323	63.433	91756	2463	1.039	3.386
总计		892796	100.000	156509			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2862-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:06:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:53 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	326175	36.589	64799	2078	1.098	--
2	1.965	565276	63.411	91560	2471	1.040	3.386
总计		891450	100.000	156359			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2863-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-20 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 15:09:30 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	330464	36.489	65642	2080	1.099	--
2	1.965	575196	63.511	93152	2467	1.040	3.388
总计		905660	100.000	158794			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2864-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-20 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 15:12:24 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:33:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	330611	36.452	65603	2078	1.100	--
2	1.964	576376	63.548	93295	2462	1.040	3.387
总计		906987	100.000	158898			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2865-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:15:17 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:01 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	326694	36.481	64964	2087	1.099	--
2	1.964	568813	63.519	92192	2468	1.040	3.388
总计		895508	100.000	157155			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2866-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:18:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:04 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	327089	36.516	64908	2078	1.100	--
2	1.964	568663	63.484	92135	2465	1.040	3.388
总计		895752	100.000	157043			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2867-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:21:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	296007	36.521	58750	2079	1.099	--
2	1.964	514494	63.479	83376	2470	1.039	3.387
总计		810501	100.000	142126			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2868-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:23:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	295819	36.477	58780	2086	1.100	--
2	1.963	515154	63.523	83526	2472	1.040	3.391
总计		810973	100.000	142307			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2869-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μl
进样时间：2025/01/16 15:26:50
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 255nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	323731	36.540	64333	2085	1.099	--
2	1.964	562243	63.460	91068	2470	1.039	3.391
总计		885974	100.000	155401			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2870-2 - zzp-z9-2024032821p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:29:43 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	322450	36.530	64062	2083	1.100	--
2	1.963	560247	63.470	90891	2470	1.041	3.389
总计		882697	100.000	154953			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2871-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:32:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	326853	36.608	64807	2075	1.100	--
2	1.964	566001	63.392	91692	2463	1.041	3.388
总计		892855	100.000	156498			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2872-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-3
进样体积：10 μl
进样时间：2025/01/16 15:35:30
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 255nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	326632	36.619	64808	2082	1.100	--
2	1.963	565348	63.381	91671	2468	1.041	3.388
总计		891979	100.000	156479			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2873-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:38:24 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:23 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	334617	36.526	66553	2085	1.100	--
2	1.965	581491	63.474	94143	2471	1.040	3.390
总计		916108	100.000	160696			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2874-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:41:17 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:26 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	335020	36.539	66688	2088	1.099	--
2	1.965	581860	63.461	94149	2470	1.040	3.389
总计		916880	100.000	160837			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2875-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-21 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 15:44:10 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:29
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.478	326896	36.497	65071	2089	1.099	--
2	1.965	568773	63.503	92130	2472	1.040	3.390
总计		895668	100.000	157201			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2876-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：2-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/01/16 15:47:03

处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.5ml/min

波长：255nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.476	327100	36.515	64997	2084	1.099	--
2	1.963	568692	63.485	92150	2471	1.040	3.389
总计		895792	100.000	157147			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2877-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-30 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/01/16 15:49:56 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.475	319666	36.620	63442	2079	1.099	--
2	1.962	553260	63.380	89596	2463	1.040	3.387
总计		872926	100.000	153038			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2878-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 15:52:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	319683	36.647	63489	2085	1.099	--
2	1.964	552649	63.353	89629	2473	1.040	3.392
总计		872332	100.000	153119			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2879-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:55:43 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:39 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	308268	36.541	61295	2084	1.099	--
2	1.964	535363	63.459	86809	2470	1.040	3.388
总计		843631	100.000	148104			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2880-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 15:58:36 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	308553	36.565	61357	2086	1.099	--
2	1.964	535295	63.435	86808	2470	1.041	3.387
总计		843847	100.000	148165			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 255nm
数据文件名: RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2881-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/16 16:01:29 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/17 09:34:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	327552	36.540	65169	2089	1.100	--
2	1.964	568872	63.460	92231	2470	1.040	3.391
总计		896424	100.000	157400			




SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：255nm
数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2882-2 - zzp-z9-2024032921p-50mg-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/01/16 16:04:21 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:47 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.477	327820	36.529	65215	2088	1.099	--
2	1.965	569602	63.471	92247	2471	1.040	3.392
总计		897422	100.000	157462			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30°C

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2883-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 16:07:15

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:49

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.466	281859	36.540	53051	1834	1.100	--
2	1.952	489516	63.460	75878	2219	1.041	3.211
总计		771375	100.000	128929			



SMF-4022

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.5ml/min

柱温：30℃

波长：255nm

数据文件名：RC\$SMF-4022 - 0-231/26-2884-2 - zzp-z9-50mg-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4022 - SMF-4022-rcd-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4022 - 20250116-rcd-FX275.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/01/16 16:10:09

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/01/17 09:34:52

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 255nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.465	281912	36.556	53132	1837	1.101	--
2	1.951	489262	63.444	75876	2220	1.041	3.212
总计		771174	100.000	129008			