



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-91-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 11:54:32

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
溶剂



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-92-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 11:57:55

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	302061	100.000	37994	2763	1.366	--
总计		302061	100.000	37994			

图2 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-93-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:01:18

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	302529	100.000	38115	2768	1.364	--
总计		302529	100.000	38115			

图3 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-94-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:04:41

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	302507	100.000	38209	2781	1.361	--
总计		302507	100.000	38209			

图4 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-95-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:08:04

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	302536	100.000	38208	2776	1.363	--
总计		302536	100.000	38208			

图5 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-96-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:11:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	302565	100.000	38146	2771	1.365	--
总计		302565	100.000	38146			

图6 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-97-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:14:50

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	301992	100.000	40151	3112	1.367	--
总计		301992	100.000	40151			

图7 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-98-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:18:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	302129	100.000	40178	3112	1.370	--
总计		302129	100.000	40178			

图8 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片1
供试品溶液-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-99-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:21:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	313678	100.000	41604	3106	1.380	--
总计		313678	100.000	41604			

图9 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-100-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:24:57

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 207nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	312143	100.000	41567	3113	1.370	--
总计		312143	100.000	41567			

图10 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-101-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:28:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:25:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	314729	100.000	41942	3117	1.369	--
总计		314729	100.000	41942			

图11 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-102-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:31:41

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	314944	100.000	41925	3108	1.371	--
总计		314944	100.000	41925			

图12 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3
供试品溶液-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-103-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:35:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	326904	100.000	43407	3106	1.379	--
总计		326904	100.000	43407			

图13 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-104-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:38:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	327048	100.000	43430	3113	1.381	--
总计		327048	100.000	43430			

图14 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-2



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-105-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:41:48

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	302794	100.000	40349	3116	1.369	--
总计		302794	100.000	40349			

图15 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-106-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:45:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	302858	100.000	40318	3110	1.369	--
总计		302858	100.000	40318			

图16 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片5
供试品溶液-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-107-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 12:48:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	306537	100.000	40827	3118	1.370	--
总计		306537	100.000	40827			

图17 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-108-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj1-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:51:54

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	306283	100.000	40804	3118	1.371	--
总计		306283	100.000	40804			

图18 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月2-8 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-2



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-109-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:55:17

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	304219	100.000	40483	3109	1.370	--
总计		304219	100.000	40483			

图19 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-110-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 12:58:40

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	303595	100.000	40459	3115	1.371	--
总计		303595	100.000	40459			

图20 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-111-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:02:02

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	315997	100.000	41907	3102	1.384	--
总计		315997	100.000	41907			

图21 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-112-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:05:24

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	314617	100.000	41887	3116	1.371	--
总计		314617	100.000	41887			

图22 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-113-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:08:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	305352	100.000	40698	3115	1.368	--
总计		305352	100.000	40698			

图23 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-114-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:12:09

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	303779	100.000	40607	3122	1.359	--
总计		303779	100.000	40607			

图24 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3
供试品溶液-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-115-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:15:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	315078	100.000	41971	3113	1.373	--
总计		315078	100.000	41971			

图25 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-116-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:18:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	315550	100.000	41999	3111	1.372	--
总计		315550	100.000	41999			

图26 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-117-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:22:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	312232	100.000	41602	3117	1.369	--
总计		312232	100.000	41602			

图27 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-118-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 13:25:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.653	311628	100.000	41486	3110	1.371	--
总计		311628	100.000	41486			

图28 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片5
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-119-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:29:00

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 207nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	326576	100.000	43434	3116	1.376	--
总计		326576	100.000	43434			

图29 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-120-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj2-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:32:23

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	325612	100.000	43380	3119	1.372	--
总计		325612	100.000	43380			

图30 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月25 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-121-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:35:45

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	300556	100.000	40001	3108	1.370	--
总计		300556	100.000	40001			

图31 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-122-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:39:07

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	300671	100.000	40016	3113	1.373	--
总计		300671	100.000	40016			

图32 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-123-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:42:30

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	311039	100.000	41409	3106	1.369	--
总计		311039	100.000	41409			

图33 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-124-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:45:53

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	311161	100.000	41449	3111	1.371	--
总计		311161	100.000	41449			

图34 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片2
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-125-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:49:15

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:26:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	310332	100.000	41340	3111	1.369	--
总计		310332	100.000	41340			

图35 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-126-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:52:37

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	310113	100.000	41318	3116	1.369	--
总计		310113	100.000	41318			

图36 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片3
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-127-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:55:59

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	316323	100.000	42146	3118	1.367	--
总计		316323	100.000	42146			

图37 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-128-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 13:59:21

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	315868	100.000	42094	3113	1.367	--
总计		315868	100.000	42094			

图38 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-129-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 14:02:44

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	304102	100.000	40490	3110	1.370	--
总计		304102	100.000	40490			

图39 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-130-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:06:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	302555	100.000	40461	3120	1.360	--
总计		302555	100.000	40461			

图40 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片5
供试品溶液-2



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-131-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 14:09:29

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	323062	100.000	42995	3105	1.371	--
总计		323062	100.000	42995			

图41 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-132-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-tj3-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 14:12:51

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.655	324629	100.000	43124	3108	1.380	--
总计		324629	100.000	43124			

图42 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月30 测定HPLC图谱
自制品(2024051721批)-pH1.0介质-浆法-50转-片6
供试品溶液-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-133-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/01/18 14:16:14

处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	303350	100.000	38371	2783	1.365	--
总计		303350	100.000	38371			

图43 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 10-7/10-134-2 - zzp-2024051721p-rcd-kq3y-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-rcd-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250118-FX259.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/01/18 14:19:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2025/01/18 14:27:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	303247	100.000	38391	2787	1.367	--
总计		303247	100.000	38391			

图44 奥司他韦干糖浆溶出度开启3月测定HPLC图谱
自制品-pH1.0介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2