



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-230-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:28:01
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-231-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:32:17
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	200611	100.000	42146	5047	1.132	--
总计		200611	100.000	42146			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-232-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:35:41
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	200544	100.000	42349	5105	1.135	--
总计		200544	100.000	42349			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-233-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:39:03
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	200466	100.000	42624	5175	1.134	--
总计		200466	100.000	42624			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-234-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:42:26
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	200427	100.000	42566	5158	1.134	--
总计		200427	100.000	42566			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-235-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:45:50
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	200458	100.000	42568	5164	1.135	--
总计		200458	100.000	42568			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-236-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:49:12
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:53
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	156485	100.000	34981	5853	1.128	--
总计		156485	100.000	34981			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-237-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:52:35
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	154148	100.000	34454	5863	1.129	--
总计		154148	100.000	34454			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-238-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:55:57
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:02:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	143112	100.000	31953	5867	1.131	--
总计		143112	100.000	31953			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-239-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 11:59:19
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	144551	100.000	32193	5843	1.132	--
总计		144551	100.000	32193			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-240-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:02:42
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	140694	100.000	31263	5822	1.134	--
总计		140694	100.000	31263			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-241-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:06:03
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	148766	100.000	33134	5845	1.135	--
总计		148766	100.000	33134			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-242-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:09:26
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	171506	100.000	38161	5841	1.134	--
总计		171506	100.000	38161			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-243-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:12:48
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	170935	100.000	38036	5834	1.135	--
总计		170935	100.000	38036			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-244-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:16:10
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	165402	100.000	36773	5836	1.135	--
总计		165402	100.000	36773			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-245-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:19:33
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	168848	100.000	37509	5818	1.136	--
总计		168848	100.000	37509			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-246-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:22:55
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	165153	100.000	36810	5859	1.134	--
总计		165153	100.000	36810			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-247-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:26:17
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	168054	100.000	37409	5831	1.133	--
总计		168054	100.000	37409			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-248-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:29:38
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	175705	100.000	39083	5823	1.134	--
总计		175705	100.000	39083			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-249-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:33:01
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	173832	100.000	38642	5832	1.135	--
总计		173832	100.000	38642			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-250-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:36:23
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	169569	100.000	37640	5828	1.135	--
总计		169569	100.000	37640			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-251-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:39:44
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	173532	100.000	38429	5799	1.137	--
总计		173532	100.000	38429			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-252-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:43:07
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	170910	100.000	37941	5826	1.136	--
总计		170910	100.000	37941			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-253-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:46:29
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	171927	100.000	38269	5852	1.136	--
总计		171927	100.000	38269			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-254-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:49:50
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	176771	100.000	39159	5803	1.137	--
总计		176771	100.000	39159			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-255-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:53:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	175472	100.000	38918	5809	1.136	--
总计		175472	100.000	38918			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-256-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:56:36
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	172484	100.000	38215	5793	1.138	--
总计		172484	100.000	38215			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-257-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 12:59:58
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	177624	100.000	39317	5790	1.138	--
总计		177624	100.000	39317			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-258-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:03:20
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	174209	100.000	38597	5803	1.137	--
总计		174209	100.000	38597			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-259-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:06:42
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:03:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	173826	100.000	38538	5818	1.138	--
总计		173826	100.000	38538			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-260-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:10:04
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	179312	100.000	39799	5813	1.138	--
总计		179312	100.000	39799			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-261-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:13:27
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	178342	100.000	39734	5833	1.138	--
总计		178342	100.000	39734			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-262-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:16:50
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	175575	100.000	39205	5833	1.140	--
总计		175575	100.000	39205			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-263-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:20:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	183824	100.000	41018	5818	1.142	--
总计		183824	100.000	41018			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-264-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:23:36
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	177315	100.000	39611	5831	1.141	--
总计		177315	100.000	39611			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-265-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:26:58
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	175953	100.000	39344	5846	1.141	--
总计		175953	100.000	39344			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-266-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:30:21
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	181620	100.000	40492	5849	1.142	--
总计		181620	100.000	40492			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-267-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:33:43
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	181218	100.000	40356	5849	1.142	--
总计		181218	100.000	40356			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-268-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:37:06
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	177698	100.000	39707	5826	1.142	--
总计		177698	100.000	39707			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-269-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:40:28
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	184677	100.000	41177	5813	1.142	--
总计		184677	100.000	41177			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-270-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:43:51
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	180613	100.000	40358	5833	1.140	--
总计		180613	100.000	40358			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-271-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:47:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	177562	100.000	39689	5839	1.141	--
总计		177562	100.000	39689			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-272-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:50:36
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	182883	100.000	40862	5836	1.141	--
总计		182883	100.000	40862			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-273-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:53:59
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	182373	100.000	40730	5828	1.141	--
总计		182373	100.000	40730			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-274-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 13:57:22
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	179544	100.000	40114	5837	1.142	--
总计		179544	100.000	40114			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-275-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:00:44
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	186368	100.000	41615	5832	1.143	--
总计		186368	100.000	41615			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-276-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:04:06
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	182668	100.000	40849	5828	1.143	--
总计		182668	100.000	40849			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-277-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:07:28
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	179340	100.000	40118	5837	1.143	--
总计		179340	100.000	40118			



SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-278-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 14:10:52

处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min


波长: 223nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	199326	100.000	44575	5846	1.143	--
总计		199326	100.000	44575			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-279-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:14:15
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	201228	100.000	44915	5832	1.143	--
总计		201228	100.000	44915			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-280-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:17:39
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	200279	100.000	44751	5836	1.143	--
总计		200279	100.000	44751			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-281-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:21:03
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:04:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	208371	100.000	46524	5829	1.143	--
总计		208371	100.000	46524			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-282-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:24:26
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	207216	100.000	46303	5841	1.146	--
总计		207216	100.000	46303			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-283-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:27:49
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	198112	100.000	44299	5846	1.146	--
总计		198112	100.000	44299			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-284-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:31:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	200368	100.000	42393	5137	1.144	--
总计		200368	100.000	42393			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-285-2 - zzp-25011301-1p-10mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:34:37
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	200163	100.000	42346	5133	1.144	--
总计		200163	100.000	42346			



SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名:

RC\$SMF-4106 - 0-16/11-286-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 14:38:01

处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:12

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 223nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-287-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:41:25
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99218	100.000	20986	5131	1.146	--
总计		99218	100.000	20986			



SMF-4106

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-288-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:44:49
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99199	100.000	21001	5130	1.145	--
总计		99199	100.000	21001			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-289-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:48:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99270	100.000	20999	5133	1.145	--
总计		99270	100.000	20999			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-290-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:51:36
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99172	100.000	20992	5132	1.145	--
总计		99172	100.000	20992			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-291-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:55:02
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99181	100.000	20996	5133	1.145	--
总计		99181	100.000	20996			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-292-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 14:58:26
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	75394	100.000	16936	5877	1.143	--
总计		75394	100.000	16936			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-293-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:01:49
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	70177	100.000	15803	5884	1.145	--
总计		70177	100.000	15803			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-294-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:05:14
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	74152	100.000	16642	5872	1.147	--
总计		74152	100.000	16642			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-295-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:08:38
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	78511	100.000	17641	5883	1.146	--
总计		78511	100.000	17641			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-296-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:12:02
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	75135	100.000	16928	5909	1.144	--
总计		75135	100.000	16928			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-297-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:15:26
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	76898	100.000	17304	5904	1.143	--
总计		76898	100.000	17304			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-298-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:18:50
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	89878	100.000	20164	5868	1.144	--
总计		89878	100.000	20164			



SMF-4106

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-299-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:22:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:50
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	87255	100.000	19596	5880	1.143	--
总计		87255	100.000	19596			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-300-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:25:37
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	85338	100.000	19156	5882	1.145	--
总计		85338	100.000	19156			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-301-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:29:01
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	89746	100.000	20122	5874	1.143	--
总计		89746	100.000	20122			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-302-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:32:25
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:05:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	87341	100.000	19605	5882	1.141	--
总计		87341	100.000	19605			



SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-303-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/01/18 15:35:48

处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 223nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	89672	100.000	20120	5899	1.143	--
总计		89672	100.000	20120			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-304-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:39:12
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	92943	100.000	20811	5877	1.144	--
总计		92943	100.000	20811			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-305-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:42:36
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	90460	100.000	20254	5859	1.145	--
总计		90460	100.000	20254			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-306-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:46:00
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	87589	100.000	19658	5875	1.146	--
总计		87589	100.000	19658			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-307-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:49:24
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	91700	100.000	20592	5882	1.144	--
总计		91700	100.000	20592			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-308-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:52:48
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	90154	100.000	20230	5876	1.143	--
总计		90154	100.000	20230			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-309-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:56:11
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	92262	100.000	20720	5883	1.143	--
总计		92262	100.000	20720			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-310-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 15:59:35
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	94637	100.000	21246	5890	1.143	--
总计		94637	100.000	21246			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-311-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:03:00
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	91821	100.000	20633	5893	1.143	--
总计		91821	100.000	20633			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-312-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:06:25
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	89284	100.000	20047	5905	1.141	--
总计		89284	100.000	20047			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-313-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:09:49
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	92920	100.000	20845	5903	1.143	--
总计		92920	100.000	20845			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-314-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:13:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	91163	100.000	20400	5910	1.142	--
总计		91163	100.000	20400			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-315-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:16:37
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	92949	100.000	20754	5879	1.143	--
总计		92949	100.000	20754			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-316-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:20:02
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	96787	100.000	21629	5875	1.141	--
总计		96787	100.000	21629			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-317-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:23:26
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	93580	100.000	20904	5887	1.142	--
总计		93580	100.000	20904			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-318-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:26:50
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	90509	100.000	20246	5886	1.141	--
总计		90509	100.000	20246			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-319-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:30:14
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	93941	100.000	21035	5903	1.140	--
总计		93941	100.000	21035			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-320-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:33:38
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	92297	100.000	20626	5894	1.142	--
总计		92297	100.000	20626			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-321-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:37:01
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	94816	100.000	21188	5893	1.140	--
总计		94816	100.000	21188			



SMF-4106

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-322-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:40:25
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	98589	100.000	22008	5894	1.140	--
总计		98589	100.000	22008			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-323-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:43:49
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	95086	100.000	21300	5927	1.138	--
总计		95086	100.000	21300			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-324-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:47:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:06:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	92277	100.000	20649	5919	1.139	--
总计		92277	100.000	20649			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-325-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:50:37
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	98667	100.000	22106	5932	1.139	--
总计		98667	100.000	22106			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-326-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:54:00
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	93620	100.000	21015	5948	1.138	--
总计		93620	100.000	21015			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-327-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 16:57:24
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	96386	100.000	21690	5985	1.134	--
总计		96386	100.000	21690			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-328-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:00:49
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	99238	100.000	22385	6008	1.134	--
总计		99238	100.000	22385			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-329-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:04:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	95842	100.000	21605	6015	1.134	--
总计		95842	100.000	21605			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-330-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:07:37
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	93420	100.000	21044	5999	1.135	--
总计		93420	100.000	21044			



SMF-4106

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-331-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:11:01
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	95588	100.000	21501	5987	1.135	--
总计		95588	100.000	21501			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-332-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:14:25
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	93818	100.000	21130	5978	1.135	--
总计		93818	100.000	21130			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-333-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:17:49
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	96664	100.000	21792	5984	1.135	--
总计		96664	100.000	21792			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-334-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:21:13
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	103894	100.000	23481	5990	1.134	--
总计		103894	100.000	23481			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-335-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:24:38
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	104411	100.000	23619	5992	1.134	--
总计		104411	100.000	23619			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-336-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:28:03
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	100949	100.000	22829	6009	1.135	--
总计		100949	100.000	22829			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-337-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:31:26
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	102684	100.000	23273	6030	1.135	--
总计		102684	100.000	23273			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-338-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:34:50
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	102108	100.000	23131	6020	1.134	--
总计		102108	100.000	23131			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-339-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:38:14
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	102445	100.000	23239	6037	1.132	--
总计		102445	100.000	23239			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-340-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:41:38
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	100885	100.000	21636	5255	1.138	--
总计		100885	100.000	21636			



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名:
RC\$SMF-4106 - 0-16/11-341-2 - zzp-25011301-2p-5mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250118-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/01/18 17:45:02
处理时间 (V2) : 2025/01/20 09:07:45
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	101030	100.000	21629	5252	1.142	--
总计		101030	100.000	21629			