



玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97673	97117	97510	97311	97795	97481	0.28
2	11.19	97804	97858				97831	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
8742.69	8742.72	0.01	数据可信

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0083N01批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出 量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	11976	-	11976	12.402	11.45	12.49	12.40	11.45	12.50
	2	8869	-	8869	9.185			9.18		
	3	12214	-	12214	12.649			12.65		
	4	11831	-	11831	12.252			12.25		
	5	11672	-	11672	12.088			12.09		
	6	9797	-	9797	10.146			10.15		
10min	1	32257	-	32257	33.406	33.25	5.17	33.54	33.37	5.19
	2	28782	-	28782	29.807			29.91		
	3	33104	-	33104	34.283			34.42		
	4	32715	-	32715	33.880			34.02		
	5	33122	-	33122	34.301			34.44		
	6	32633	-	32633	33.795			33.91		
15min	1	44451	-	44451	46.034	46.95	3.53	46.54	47.45	3.56
	2	42626	-	42626	44.144			44.58		
	3	47021	-	47021	48.695			49.22		
	4	46462	-	46462	48.116			48.63		
	5	46094	-	46094	47.735			48.25		
	6	45375	-	45375	46.991			47.48		
20min	1	53816	-	53816	55.732	55.17	2.28	56.75	56.19	2.32
	2	50930	-	50930	52.743			53.67		
	3	54396	-	54396	56.333			57.40		
	4	53499	-	53499	55.404			56.45		
	5	53248	-	53248	55.144			56.19		
	6	53753	-	53753	55.667			56.68		
30min	1	61664	-	61664	63.860	64.94	2.05	65.50	66.57	2.04
	2	61327	-	61327	63.511			65.02		
	3	62708	-	62708	64.941			66.63		
	4	63215	-	63215	65.466			67.13		
	5	62397	-	62397	64.619			66.28		
	6	64915	-	64915	67.226			68.86		
45min	1	67043	-	67043	69.430	71.00	1.59	71.78	73.36	1.61
	2	67378	-	67378	69.777			71.99		
	3	69569	-	69569	72.046			74.46		
	4	69219	-	69219	71.684			74.07		
	5	69389	-	69389	71.860			74.24		
	6	68777	-	68777	71.226			73.60		
60min	1	73615	-	73615	76.236	76.73	1.55	79.36	79.88	1.55
	2	72882	-	72882	75.477			78.47		
	3	75958	-	75958	78.663			81.87		
	4	73119	-	73119	75.723			78.91		
	5	74316	-	74316	76.962			80.14		
	6	74675	-	74675	77.334			80.50		
90min	1	79545	-	79545	82.377	82.07	1.66	86.35	86.06	1.64
	2	78418	-	78418	81.210			85.04		
	3	81478	-	81478	84.379			88.46		
	4	79030	-	79030	81.844			85.87		
	5	79443	-	79443	82.272			86.30		
	6	77576	-	77576	80.338			84.36		
120min	1	80995	-	80995	83.879	84.57	1.63	88.76	89.48	1.64
	2	79355	-	79355	82.181			86.91		
	3	82805	-	82805	85.753			90.78		
	4	82880	-	82880	85.831			90.77		
	5	81984	-	81984	84.903			89.85		
	6	81981	-	81981	84.900			89.82		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	84272	-	84272	87.273	88.01	1.11	93.09	93.85	1.13
	2	84168	-	84168	87.165			92.81		
	3	86670	-	86670	89.756			95.73		
	4	85114	-	85114	88.145			94.04		
	5	84404	-	84404	87.409			93.30		
	6	85248	-	85248	88.283			94.15		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97861	97506	97765	97970	97507	97722	0.22
2	11.19	98291	98219				98255	0.06
单位质量响应值			RSD%	判断				
8764.30			0.14	数据可信				

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0083N01批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	16105	-	16105	16.622	15.76	6.97	16.62	15.76	6.98
	2	16600	-	16600	17.133			17.13		
	3	13734	-	13734	14.175			14.17		
	4	14399	-	14399	14.861			14.86		
	5	15550	-	15550	16.049			16.05		
	6	15257	-	15257	15.747			15.75		
10min	1	42399	-	42399	43.760	41.63	6.87	43.94	41.81	6.86
	2	39831	-	39831	41.109			41.30		
	3	35625	-	35625	36.768			36.93		
	4	41015	-	41015	42.331			42.50		
	5	39559	-	39559	40.829			41.01		
	6	43591	-	43591	44.990			45.17		
15min	1	54789	-	54789	56.547	56.79	3.52	57.22	57.43	3.54
	2	55894	-	55894	57.688			58.34		
	3	51693	-	51693	53.352			53.92		
	4	54436	-	54436	56.183			56.82		
	5	55974	-	55974	57.770			58.40		
	6	57386	-	57386	59.228			59.90		
20min	1	62405	-	62405	64.408	65.05	2.17	65.71	66.32	2.20
	2	62959	-	62959	64.980			66.27		
	3	61103	-	61103	63.064			64.22		
	4	63371	-	63371	65.405			66.66		
	5	63047	-	63047	65.070			66.34		
	6	65283	-	65283	67.378			68.71		
30min	1	69746	-	69746	71.984	73.36	1.46	74.00	75.35	1.42
	2	72057	-	72057	74.370			76.38		
	3	71741	-	71741	74.044			75.90		
	4	69803	-	69803	72.043			74.03		
	5	71315	-	71315	73.604			75.60		
	6	71786	-	71786	74.090			76.17		
45min	1	77866	-	77866	80.365	80.61	2.67	83.18	83.42	2.59
	2	78660	-	78660	81.185			84.02		
	3	79207	-	79207	81.749			84.43		
	4	77350	-	77350	79.833			82.62		
	5	74676	-	74676	77.073			79.89		
	6	80880	-	80880	83.476			86.38		
60min	1	78320	-	78320	80.834	82.96	1.96	84.54	86.67	1.85
	2	80279	-	80279	82.856			86.59		
	3	82716	-	82716	85.371			88.96		
	4	80838	-	80838	83.432			87.11		
	5	79032	-	79032	81.569			85.24		
	6	81122	-	81122	83.726			87.56		
90min	1	84393	-	84393	87.102	87.05	1.70	91.71	91.68	1.66
	2	85594	-	85594	88.341			93.00		
	3	84656	-	84656	87.373			91.91		
	4	81721	-	81721	84.344			88.94		
	5	84084	-	84084	86.783			91.36		
	6	85620	-	85620	88.368			93.13		
120min	1	83798	-	83798	86.487	89.04	2.00	92.06	94.63	1.94
	2	86881	-	86881	89.669			95.31		
	3	86868	-	86868	89.656			95.17		
	4	86172	-	86172	88.938			94.48		
	5	85075	-	85075	87.805			93.35		
	6	88824	-	88824	91.675			97.42		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	85888	-	85888	88.645	90.56	1.38	95.18	97.14	1.34
	2	88964	-	88964	91.819			98.46		
	3	88090	-	88090	90.917			97.42		
	4	86631	-	86631	89.411			95.94		
	5	88338	-	88338	91.173			97.69		
	6	88529	-	88529	91.370			98.13		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97882	97709	97779	97527	97608	97701	0.15
2	11.19	97973	97982				97978	0.01
单位质量响应值			RSD%	判断				
8762.42			0.06	数据可信				

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0083N01批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	16899	-	16899	17.468	18.32	7.36	17.47	18.32	7.35
	2	16811	-	16811	17.377			17.38		
	3	17374	-	17374	17.959			17.96		
	4	20300	-	20300	20.983			20.98		
	5	17730	-	17730	18.327			18.33		
	6	17240	-	17240	17.820			17.82		
10min	1	43637	-	43637	45.106	43.45	5.56	45.30	43.65	5.55
	2	39878	-	39878	41.220			41.41		
	3	42045	-	42045	43.460			43.66		
	4	45585	-	45585	47.120			47.35		
	5	39329	-	39329	40.653			40.86		
	6	41736	-	41736	43.141			43.34		
15min	1	58803	-	58803	60.783	58.84	2.59	61.48	59.53	2.62
	2	55557	-	55557	57.427			58.08		
	3	56145	-	56145	58.035			58.72		
	4	58755	-	58755	60.733			61.49		
	5	55780	-	55780	57.658			58.31		
	6	56499	-	56499	58.401			59.08		
20min	1	65026	-	65026	67.215	66.05	1.97	68.59	67.39	1.98
	2	62587	-	62587	64.694			65.98		
	3	62359	-	62359	64.458			65.79		
	4	65212	-	65212	67.407			68.84		
	5	64695	-	64695	66.873			68.17		
	6	63526	-	63526	65.665			66.99		
30min	1	69550	-	69550	71.891	72.54	1.86	74.01	74.62	1.84
	2	68283	-	68283	70.582			72.59		
	3	69417	-	69417	71.754			73.80		
	4	71220	-	71220	73.618			75.80		
	5	71654	-	71654	74.066			76.11		
	6	70961	-	70961	73.350			75.41		
45min	1	77243	-	77243	79.843	79.15	1.80	82.76	82.03	1.80
	2	74554	-	74554	77.064			79.86		
	3	75662	-	75662	78.209			81.05		
	4	77965	-	77965	80.590			83.59		
	5	77946	-	77946	80.570			83.43		
	6	76050	-	76050	78.610			81.48		
60min	1	77441	-	77441	80.048	81.71	2.09	83.85	85.46	2.04
	2	77981	-	77981	80.606			84.25		
	3	77257	-	77257	79.858			83.57		
	4	80556	-	80556	83.268			87.16		
	5	80417	-	80417	83.124			86.88		
	6	80618	-	80618	83.332			87.08		
90min	1	80047	-	80047	82.742	83.59	3.19	87.43	88.26	3.08
	2	79473	-	79473	82.148			86.69		
	3	77216	-	77216	79.815			84.41		
	4	82066	-	82066	84.829			89.65		
	5	84757	-	84757	87.610			92.29		
	6	81667	-	81667	84.416			89.09		
120min	1	81342	-	81342	84.080	87.04	2.69	89.69	92.63	2.57
	2	84619	-	84619	87.468			92.92		
	3	82630	-	82630	85.412			90.90		
	4	85155	-	85155	88.022			93.78		
	5	87862	-	87862	90.820			96.47		
	6	83615	-	83615	86.430			92.04		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	83951	-	83951	86.777	88.30	1.84	93.32	94.86	1.79
	2	84537	-	84537	87.383			93.81		
	3	84624	-	84624	87.473			93.91		
	4	85648	-	85648	88.531			95.27		
	5	88364	-	88364	91.339			98.00		
	6	85420	-	85420	88.296			94.86		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-446-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:32:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-447-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:35:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97673	100.000	15708	2509	1.179	--
总计		97673	100.000	15708			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-448-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:39:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97117	100.000	15691	2517	1.174	--
总计		97117	100.000	15691			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-449-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:42:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	97510	100.000	15679	2504	1.174	--
总计		97510	100.000	15679			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-450-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:46:15
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97311	100.000	15706	2509	1.176	--
总计		97311	100.000	15706			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-451-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:49:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97795	100.000	15696	2505	1.176	--
总计		97795	100.000	15696			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-452-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:53:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	11976	100.000	2012	2701	1.158	--
总计		11976	100.000	2012			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-453-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:56:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	8869	100.000	1465	2660	1.127	--
总计		8869	100.000	1465			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-454-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:59:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	12214	100.000	2021	2697	1.144	--
总计		12214	100.000	2021			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-455-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:03:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	11831	100.000	1962	2699	1.180	--
总计		11831	100.000	1962			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-456-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:06:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	11672	100.000	1943	2755	1.154	--
总计		11672	100.000	1943			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-457-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:10:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	9797	100.000	1635	2671	1.110	--
总计		9797	100.000	1635			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-458-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:13:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32257	100.000	5383	2754	1.191	--
总计		32257	100.000	5383			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-459-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:16:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:37:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	28782	100.000	4786	2737	1.178	--
总计		28782	100.000	4786			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-460-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:20:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	33104	100.000	5519	2738	1.176	--
总计		33104	100.000	5519			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-461-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:23:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	32715	100.000	5451	2743	1.171	--
总计		32715	100.000	5451			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-462-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:27:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	33122	100.000	5535	2722	1.187	--
总计		33122	100.000	5535			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-463-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:30:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	32633	100.000	5463	2743	1.170	--
总计		32633	100.000	5463			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-464-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:33:53
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	44451	100.000	7389	2729	1.176	--
总计		44451	100.000	7389			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-465-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:37:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	42626	100.000	7146	2740	1.173	--
总计		42626	100.000	7146			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-466-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:40:41
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	47021	100.000	7845	2751	1.175	--
总计		47021	100.000	7845			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-467-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:44:05
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	46462	100.000	7730	2734	1.177	--
总计		46462	100.000	7730			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-468-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:47:29
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	46094	100.000	7737	2747	1.177	--
总计		46094	100.000	7737			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-469-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:50:53
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	45375	100.000	7576	2740	1.184	--
总计		45375	100.000	7576			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-470-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:54:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	53816	100.000	8981	2750	1.182	--
总计		53816	100.000	8981			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-471-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:57:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	50930	100.000	8480	2718	1.172	--
总计		50930	100.000	8480			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-472-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:01:06
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	54396	100.000	9093	2740	1.165	--
总计		54396	100.000	9093			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-473-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:04:30
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	53499	100.000	8929	2732	1.174	--
总计		53499	100.000	8929			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-474-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:07:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	53248	100.000	8877	2735	1.181	--
总计		53248	100.000	8877			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-475-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:11:18
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	53753	100.000	8960	2755	1.183	--
总计		53753	100.000	8960			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-476-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:14:43
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	61664	100.000	10345	2752	1.174	--
总计		61664	100.000	10345			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-477-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:18:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	61327	100.000	10262	2749	1.176	--
总计		61327	100.000	10262			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-478-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:21:32
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	62708	100.000	10460	2734	1.179	--
总计		62708	100.000	10460			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-479-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:24:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	63215	100.000	10585	2741	1.178	--
总计		63215	100.000	10585			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-480-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:28:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:38:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	62397	100.000	10417	2732	1.175	--
总计		62397	100.000	10417			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-481-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:31:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	64915	100.000	10859	2747	1.180	--
总计		64915	100.000	10859			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-482-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:35:09
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	67043	100.000	11202	2737	1.175	--
总计		67043	100.000	11202			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-483-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:38:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	67378	100.000	11307	2756	1.175	--
总计		67378	100.000	11307			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-484-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:41:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	69569	100.000	11656	2747	1.174	--
总计		69569	100.000	11656			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-485-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:45:23
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	69219	100.000	11614	2759	1.174	--
总计		69219	100.000	11614			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-486-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:48:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	69389	100.000	11609	2746	1.174	--
总计		69389	100.000	11609			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-487-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:52:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	68777	100.000	11529	2759	1.177	--
总计		68777	100.000	11529			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-488-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:55:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	73615	100.000	12329	2764	1.176	--
总计		73615	100.000	12329			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-489-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:59:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	72882	100.000	12198	2753	1.177	--
总计		72882	100.000	12198			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-490-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:02:25
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	75958	100.000	12678	2738	1.178	--
总计		75958	100.000	12678			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-491-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:05:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	73119	100.000	12258	2760	1.180	--
总计		73119	100.000	12258			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-492-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:09:13
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	74316	100.000	12451	2748	1.180	--
总计		74316	100.000	12451			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-493-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:12:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	74675	100.000	12491	2754	1.179	--
总计		74675	100.000	12491			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-494-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:16:02
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	79545	100.000	13329	2751	1.178	--
总计		79545	100.000	13329			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-495-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:19:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	78418	100.000	13127	2762	1.176	--
总计		78418	100.000	13127			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-496-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:22:51
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	81478	100.000	13604	2745	1.177	--
总计		81478	100.000	13604			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-497-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:26:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	79030	100.000	13281	2765	1.185	--
总计		79030	100.000	13281			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-498-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:29:41
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	79443	100.000	13344	2774	1.181	--
总计		79443	100.000	13344			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-499-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:33:05
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	77576	100.000	13077	2772	1.178	--
总计		77576	100.000	13077			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-500-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:36:29
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	80995	100.000	13524	2742	1.182	--
总计		80995	100.000	13524			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-501-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:39:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	79355	100.000	13286	2749	1.180	--
总计		79355	100.000	13286			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-502-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:43:15
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	82805	100.000	13875	2756	1.177	--
总计		82805	100.000	13875			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-503-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:46:38
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:39:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	82880	100.000	13918	2757	1.178	--
总计		82880	100.000	13918			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-504-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:50:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	81984	100.000	13713	2745	1.179	--
总计		81984	100.000	13713			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-505-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:53:23
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	81981	100.000	13648	2740	1.184	--
总计		81981	100.000	13648			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-506-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:56:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	84272	100.000	14096	2754	1.182	--
总计		84272	100.000	14096			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-507-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:00:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	84168	100.000	14050	2753	1.181	--
总计		84168	100.000	14050			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-508-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:03:33
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	86670	100.000	14518	2756	1.178	--
总计		86670	100.000	14518			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-509-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:06:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	85114	100.000	14240	2739	1.178	--
总计		85114	100.000	14240			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-510-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:10:19
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	84404	100.000	14150	2764	1.186	--
总计		84404	100.000	14150			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-511-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:13:43
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	85248	100.000	14293	2763	1.180	--
总计		85248	100.000	14293			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-512-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:17:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97804	100.000	15759	2517	1.179	--
总计		97804	100.000	15759			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-513-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:20:32
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97858	100.000	15767	2514	1.177	--
总计		97858	100.000	15767			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-514-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:23:55
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-515-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:27:18
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97861	100.000	15747	2510	1.180	--
总计		97861	100.000	15747			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-516-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:30:41
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97506	100.000	15722	2519	1.178	--
总计		97506	100.000	15722			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-517-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:34:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97765	100.000	15729	2509	1.181	--
总计		97765	100.000	15729			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-518-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:37:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.018	97970	100.000	15697	2506	1.178	--
总计		97970	100.000	15697			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-519-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:40:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97507	100.000	15731	2515	1.176	--
总计		97507	100.000	15731			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-520-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:44:13
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	16105	100.000	2694	2766	1.170	--
总计		16105	100.000	2694			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-521-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:47:35
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	16600	100.000	2756	2771	1.167	--
总计		16600	100.000	2756			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-522-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:50:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	13734	100.000	2326	2821	1.163	--
总计		13734	100.000	2326			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-523-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:54:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:40:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	14399	100.000	2395	2758	1.159	--
总计		14399	100.000	2395			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-524-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:57:43
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	15550	100.000	2619	2806	1.160	--
总计		15550	100.000	2619			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-525-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:01:06
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	15257	100.000	2571	2718	1.151	--
总计		15257	100.000	2571			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-526-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:04:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	42399	100.000	7120	2773	1.179	--
总计		42399	100.000	7120			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-527-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:07:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	39831	100.000	6665	2762	1.173	--
总计		39831	100.000	6665			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-528-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:11:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	35625	100.000	5978	2786	1.172	--
总计		35625	100.000	5978			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-529-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:14:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	41015	100.000	6861	2761	1.180	--
总计		41015	100.000	6861			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-530-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:17:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	39559	100.000	6661	2774	1.168	--
总计		39559	100.000	6661			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-531-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:21:19
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	43591	100.000	7309	2776	1.187	--
总计		43591	100.000	7309			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-532-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:24:41
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	54789	100.000	9203	2776	1.179	--
总计		54789	100.000	9203			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-533-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:28:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	55894	100.000	9410	2785	1.183	--
总计		55894	100.000	9410			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-534-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:31:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	51693	100.000	8655	2781	1.178	--
总计		51693	100.000	8655			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-535-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:34:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	54436	100.000	9170	2776	1.176	--
总计		54436	100.000	9170			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-536-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:38:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	55974	100.000	9416	2777	1.174	--
总计		55974	100.000	9416			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-537-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:41:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	57386	100.000	9635	2774	1.182	--
总计		57386	100.000	9635			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-538-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:44:55
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	62405	100.000	10504	2772	1.180	--
总计		62405	100.000	10504			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-539-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:48:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	62959	100.000	10544	2756	1.185	--
总计		62959	100.000	10544			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-540-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:51:39
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	61103	100.000	10303	2780	1.179	--
总计		61103	100.000	10303			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-541-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:55:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	63371	100.000	10610	2771	1.181	--
总计		63371	100.000	10610			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-542-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:58:23
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	63047	100.000	10524	2756	1.188	--
总计		63047	100.000	10524			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-543-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:01:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	65283	100.000	10942	2771	1.176	--
总计		65283	100.000	10942			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-544-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:05:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	69746	100.000	11708	2760	1.178	--
总计		69746	100.000	11708			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-545-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:08:30
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	72057	100.000	12134	2778	1.182	--
总计		72057	100.000	12134			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-546-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:11:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:41:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	71741	100.000	12033	2771	1.183	--
总计		71741	100.000	12033			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-547-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:15:13
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	69803	100.000	11719	2764	1.176	--
总计		69803	100.000	11719			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-548-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:18:35
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	71315	100.000	11987	2756	1.178	--
总计		71315	100.000	11987			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-549-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:21:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	71786	100.000	12015	2749	1.175	--
总计		71786	100.000	12015			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-550-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:25:18
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	77866	100.000	13084	2778	1.178	--
总计		77866	100.000	13084			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-551-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:28:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	78660	100.000	13209	2775	1.179	--
总计		78660	100.000	13209			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-552-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:32:02
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	79207	100.000	13309	2772	1.178	--
总计		79207	100.000	13309			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-553-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:35:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	77350	100.000	13009	2774	1.174	--
总计		77350	100.000	13009			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-554-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:38:46
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	74676	100.000	12544	2774	1.183	--
总计		74676	100.000	12544			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-555-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:42:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	80880	100.000	13567	2771	1.181	--
总计		80880	100.000	13567			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-556-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:45:29
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	78320	100.000	13178	2774	1.174	--
总计		78320	100.000	13178			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-557-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:48:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	80279	100.000	13469	2785	1.184	--
总计		80279	100.000	13469			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-558-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:52:14
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	82716	100.000	13930	2787	1.184	--
总计		82716	100.000	13930			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-559-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:55:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	80838	100.000	13598	2773	1.183	--
总计		80838	100.000	13598			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-560-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:59:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	79032	100.000	13298	2770	1.176	--
总计		79032	100.000	13298			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-561-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:02:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	81122	100.000	13666	2790	1.182	--
总计		81122	100.000	13666			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-562-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:05:44
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	84393	100.000	14251	2788	1.179	--
总计		84393	100.000	14251			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-563-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:09:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	85594	100.000	14375	2777	1.179	--
总计		85594	100.000	14375			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-564-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:12:30
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	84656	100.000	14270	2784	1.181	--
总计		84656	100.000	14270			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-565-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:15:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	81721	100.000	13742	2772	1.177	--
总计		81721	100.000	13742			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-566-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:19:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	84084	100.000	14197	2801	1.181	--
总计		84084	100.000	14197			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-567-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:22:39
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	85620	100.000	14433	2784	1.182	--
总计		85620	100.000	14433			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-568-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:26:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:42:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	83798	100.000	14086	2778	1.180	--
总计		83798	100.000	14086			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-569-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:29:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	86881	100.000	14602	2764	1.181	--
总计		86881	100.000	14602			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-570-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:32:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	86868	100.000	14607	2769	1.180	--
总计		86868	100.000	14607			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-571-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:36:14
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	86172	100.000	14451	2773	1.179	--
总计		86172	100.000	14451			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-572-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:39:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	85075	100.000	14292	2768	1.179	--
总计		85075	100.000	14292			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-573-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:43:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	88824	100.000	14893	2769	1.181	--
总计		88824	100.000	14893			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-574-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:46:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	85888	100.000	14445	2776	1.183	--
总计		85888	100.000	14445			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-575-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:49:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	88964	100.000	14955	2771	1.179	--
总计		88964	100.000	14955			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-576-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:53:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	88090	100.000	14809	2774	1.181	--
总计		88090	100.000	14809			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-577-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:56:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	86631	100.000	14542	2772	1.183	--
总计		86631	100.000	14542			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-578-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:59:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	88338	100.000	14834	2773	1.181	--
总计		88338	100.000	14834			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-579-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:03:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	88529	100.000	14831	2765	1.181	--
总计		88529	100.000	14831			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-580-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:06:44
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	98291	100.000	15813	2511	1.179	--
总计		98291	100.000	15813			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-581-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:10:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.021	98219	100.000	15855	2521	1.184	--
总计		98219	100.000	15855			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-582-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:13:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-583-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:16:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97882	100.000	15771	2516	1.184	--
总计		97882	100.000	15771			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-584-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:20:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97709	100.000	15748	2513	1.179	--
总计		97709	100.000	15748			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-585-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:23:41
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97779	100.000	15770	2524	1.178	--
总计		97779	100.000	15770			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-586-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:27:05
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97527	100.000	15742	2520	1.176	--
总计		97527	100.000	15742			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-587-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:30:29
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.019	97608	100.000	15725	2519	1.179	--
总计		97608	100.000	15725			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-588-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:33:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	16899	100.000	2837	2760	1.145	--
总计		16899	100.000	2837			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-589-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:37:14
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	16811	100.000	2787	2707	1.185	--
总计		16811	100.000	2787			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-590-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:40:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:43:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	17374	100.000	2935	2779	1.141	--
总计		17374	100.000	2935			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-591-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:44:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	20300	100.000	3403	2755	1.166	--
总计		20300	100.000	3403			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-592-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:47:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	17730	100.000	2950	2689	1.170	--
总计		17730	100.000	2950			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-593-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:50:46
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	17240	100.000	2843	2702	1.208	--
总计		17240	100.000	2843			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-594-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:54:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	43637	100.000	7324	2762	1.173	--
总计		43637	100.000	7324			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-595-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:57:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	39878	100.000	6656	2753	1.184	--
总计		39878	100.000	6656			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-596-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:00:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	42045	100.000	7019	2738	1.172	--
总计		42045	100.000	7019			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-597-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:04:15
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	45585	100.000	7641	2748	1.177	--
总计		45585	100.000	7641			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-598-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:07:38
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	39329	100.000	6596	2757	1.189	--
总计		39329	100.000	6596			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-599-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:11:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	41736	100.000	6957	2750	1.188	--
总计		41736	100.000	6957			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-600-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:14:23
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	58803	100.000	9877	2767	1.181	--
总计		58803	100.000	9877			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-601-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:17:46
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	55557	100.000	9322	2752	1.183	--
总计		55557	100.000	9322			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-602-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:21:09
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	56145	100.000	9434	2760	1.183	--
总计		56145	100.000	9434			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-603-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:24:33
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	58755	100.000	9892	2775	1.179	--
总计		58755	100.000	9892			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-604-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:27:55
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	55780	100.000	9399	2769	1.173	--
总计		55780	100.000	9399			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-605-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:31:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	56499	100.000	9488	2755	1.179	--
总计		56499	100.000	9488			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-606-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:34:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	65026	100.000	10887	2760	1.183	--
总计		65026	100.000	10887			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-607-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:38:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	62587	100.000	10524	2767	1.181	--
总计		62587	100.000	10524			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-608-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:41:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	62359	100.000	10441	2757	1.175	--
总计		62359	100.000	10441			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-609-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:44:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	65212	100.000	10958	2769	1.185	--
总计		65212	100.000	10958			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-610-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:48:13
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	64695	100.000	10822	2756	1.181	--
总计		64695	100.000	10822			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-611-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:51:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:44:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	63526	100.000	10661	2772	1.185	--
总计		63526	100.000	10661			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-612-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:54:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	69550	100.000	11657	2762	1.184	--
总计		69550	100.000	11657			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-613-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:58:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	68283	100.000	11425	2754	1.181	--
总计		68283	100.000	11425			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-614-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:01:44
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	69417	100.000	11623	2765	1.181	--
总计		69417	100.000	11623			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-615-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:05:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	71220	100.000	11976	2774	1.182	--
总计		71220	100.000	11976			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-616-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:08:29
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	71654	100.000	12008	2763	1.184	--
总计		71654	100.000	12008			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-617-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:11:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	70961	100.000	11932	2770	1.177	--
总计		70961	100.000	11932			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-618-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:15:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	77243	100.000	12948	2760	1.182	--
总计		77243	100.000	12948			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-619-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:18:38
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	74554	100.000	12494	2766	1.180	--
总计		74554	100.000	12494			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-620-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:22:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	75662	100.000	12686	2765	1.184	--
总计		75662	100.000	12686			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-621-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:25:22
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	77965	100.000	13095	2759	1.178	--
总计		77965	100.000	13095			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-622-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:28:44
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	77946	100.000	13116	2773	1.182	--
总计		77946	100.000	13116			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-623-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:32:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	76050	100.000	12752	2759	1.183	--
总计		76050	100.000	12752			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-624-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:35:30
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	77441	100.000	13007	2771	1.183	--
总计		77441	100.000	13007			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-625-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:38:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	77981	100.000	13072	2763	1.179	--
总计		77981	100.000	13072			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-626-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:42:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	77257	100.000	12961	2756	1.181	--
总计		77257	100.000	12961			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-627-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:45:39
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	80556	100.000	13526	2769	1.180	--
总计		80556	100.000	13526			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-628-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:49:02
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	80417	100.000	13529	2771	1.181	--
总计		80417	100.000	13529			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-629-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:52:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	80618	100.000	13523	2763	1.180	--
总计		80618	100.000	13523			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-630-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:55:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	80047	100.000	13408	2748	1.180	--
总计		80047	100.000	13408			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-631-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:59:14
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	79473	100.000	13328	2758	1.176	--
总计		79473	100.000	13328			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-632-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:02:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	77216	100.000	12934	2759	1.179	--
总计		77216	100.000	12934			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-633-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:06:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	82066	100.000	13764	2752	1.180	--
总计		82066	100.000	13764			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-634-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:09:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:45:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	84757	100.000	14240	2780	1.182	--
总计		84757	100.000	14240			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-635-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:12:48
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	81667	100.000	13708	2771	1.181	--
总计		81667	100.000	13708			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-636-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:16:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	81342	100.000	13659	2758	1.179	--
总计		81342	100.000	13659			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-637-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:19:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	84619	100.000	14196	2766	1.183	--
总计		84619	100.000	14196			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-638-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:22:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	82630	100.000	13884	2763	1.179	--
总计		82630	100.000	13884			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-639-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:26:22
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	85155	100.000	14299	2765	1.180	--
总计		85155	100.000	14299			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-640-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:29:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	87862	100.000	14736	2766	1.183	--
总计		87862	100.000	14736			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-641-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:33:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	83615	100.000	14009	2763	1.188	--
总计		83615	100.000	14009			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-642-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:36:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	83951	100.000	14101	2759	1.178	--
总计		83951	100.000	14101			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-643-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqcx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:39:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	84537	100.000	14239	2774	1.177	--
总计		84537	100.000	14239			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-644-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqxx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:43:22
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	84624	100.000	14183	2761	1.186	--
总计		84624	100.000	14183			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-645-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:46:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	85648	100.000	14380	2769	1.182	--
总计		85648	100.000	14380			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-646-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:50:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	88364	100.000	14847	2762	1.181	--
总计		88364	100.000	14847			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-647-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:53:32
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	85420	100.000	14362	2771	1.181	--
总计		85420	100.000	14362			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-648-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:56:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.021	97973	100.000	15808	2518	1.178	--
总计		97973	100.000	15808			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-14/24-649-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:00:20
处理时间 (V2): 2025/01/11 10:46:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.020	97982	100.000	15807	2523	1.178	--
总计		97982	100.000	15807			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2