



玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97352	97171	97500	97427	97380	97366	0.13
2	11.19	97494	97334				97414	0.12

单位质量响应值		RSD%	判断
8732.38	8705.45	0.22	数据可信

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0069N01批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	11071	-	11071	11.497	10.14	25.82	11.50	10.14	25.82
	2	10158	-	10158	10.548			10.55		
	3	11470	-	11470	11.911			11.91		
	4	4709	-	4709	4.890			4.89		
	5	10774	-	10774	11.188			11.19		
	6	10422	-	10422	10.823			10.82		
10min	1	31225	-	31225	32.425	32.43	7.48	32.55	32.54	7.52
	2	28796	-	28796	29.903			30.02		
	3	31751	-	31751	32.971			33.10		
	4	28259	-	28259	29.345			29.40		
	5	33263	-	33263	34.541			34.67		
	6	34079	-	34079	35.389			35.51		
15min	1	45135	-	45135	46.870	46.58	3.42	47.36	47.05	3.35
	2	44239	-	44239	45.939			46.39		
	3	44803	-	44803	46.525			47.02		
	4	46147	-	46147	47.921			48.30		
	5	42255	-	42255	43.879			44.39		
	6	46547	-	46547	48.336			48.85		
20min	1	53317	-	53317	55.366	55.70	1.24	56.38	56.70	1.27
	2	52610	-	52610	54.632			55.59		
	3	53830	-	53830	55.899			56.91		
	4	53444	-	53444	55.498			56.41		
	5	54380	-	54380	56.470			57.47		
	6	54276	-	54276	56.362			57.41		
30min	1	63680	-	63680	66.128	65.34	0.98	67.75	66.95	1.01
	2	61895	-	61895	64.274			65.84		
	3	63230	-	63230	65.660			67.30		
	4	62609	-	62609	65.015			66.54		
	5	63193	-	63193	65.622			67.24		
	6	62912	-	62912	65.330			67.01		
45min	1	68059	-	68059	70.675	71.78	1.46	73.03	74.11	1.41
	2	70352	-	70352	73.056			75.34		
	3	68575	-	68575	71.211			73.58		
	4	69139	-	69139	71.796			74.05		
	5	68277	-	68277	70.901			73.25		
	6	70319	-	70319	73.022			75.42		
60min	1	72083	-	72083	74.853	76.93	2.18	78.00	80.07	2.07
	2	76014	-	76014	78.936			82.03		
	3	75252	-	75252	78.144			81.30		
	4	73637	-	73637	76.467			79.52		
	5	75080	-	75080	77.966			81.11		
	6	72448	-	72448	75.233			78.45		
90min	1	79669	-	79669	82.731	82.72	0.61	86.71	86.71	0.53
	2	80147	-	80147	83.227			87.20		
	3	79691	-	79691	82.754			86.78		
	4	80158	-	80158	83.239			87.14		
	5	79380	-	79380	82.431			86.44		
	6	78895	-	78895	81.927			85.98		
120min	1	81231	-	81231	84.353	85.66	2.71	89.25	90.57	2.58
	2	83000	-	83000	86.190			91.08		
	3	79382	-	79382	82.433			87.38		
	4	82172	-	82172	85.330			90.15		
	5	83072	-	83072	86.265			91.19		
	6	86097	-	86097	89.406			94.37		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	84234	-	84234	87.471	88.41	1.36	93.30	94.27	1.34
	2	85352	-	85352	88.632			94.48		
	3	84954	-	84954	88.219			94.08		
	4	83521	-	83521	86.731			92.50		
	5	86264	-	86264	89.580			95.46		
	6	86514	-	86514	89.839			95.79		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97171	97059	97259	97174	97599	97252	0.22
2	11.19	96814	97319				97066	0.37
单位质量响应值			RSD%	判断				
8722.15			0.39	数据可信				

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0069N01批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	10888	-	10888	11.333	11.63	2.10	11.33	11.63	2.11
	2	11424	-	11424	11.891			11.89		
	3	11298	-	11298	11.760			11.76		
	4	11414	-	11414	11.881			11.88		
	5	10964	-	10964	11.413			11.41		
	6	11059	-	11059	11.511			11.51		
10min	1	38102	-	38102	39.661	40.37	3.04	39.79	40.50	3.03
	2	39470	-	39470	41.085			41.22		
	3	40111	-	40111	41.752			41.88		
	4	36942	-	36942	38.453			38.59		
	5	38444	-	38444	40.017			40.14		
	6	39639	-	39639	41.260			41.39		
15min	1	54430	-	54430	56.657	57.05	1.91	57.22	57.63	1.89
	2	55865	-	55865	58.150			58.74		
	3	53760	-	53760	55.959			56.55		
	4	55585	-	55585	57.859			58.42		
	5	53515	-	53515	55.704			56.28		
	6	55713	-	55713	57.992			58.58		
20min	1	64018	-	64018	66.637	65.15	1.80	67.83	66.36	1.77
	2	61839	-	61839	64.369			65.60		
	3	61316	-	61316	63.824			65.04		
	4	63148	-	63148	65.731			66.93		
	5	61660	-	61660	64.182			65.37		
	6	63561	-	63561	66.161			67.39		
30min	1	70624	-	70624	73.513	73.93	2.75	75.45	75.87	2.67
	2	71959	-	71959	74.903			76.85		
	3	71074	-	71074	73.981			75.91		
	4	73498	-	73498	76.505			78.44		
	5	71406	-	71406	74.327			76.23		
	6	67602	-	67602	70.367			72.33		
45min	1	77450	-	77450	80.618	81.59	2.12	83.37	84.35	2.07
	2	81733	-	81733	85.076			87.86		
	3	77578	-	77578	80.751			83.50		
	4	77814	-	77814	80.997			83.78		
	5	78175	-	78175	81.373			84.10		
	6	77573	-	77573	80.746			83.49		
60min	1	80030	-	80030	83.304	84.59	1.46	86.95	88.26	1.43
	2	82794	-	82794	86.181			89.91		
	3	81324	-	81324	84.651			88.30		
	4	82191	-	82191	85.553			89.24		
	5	81500	-	81500	84.834			88.47		
	6	79774	-	79774	83.037			86.68		
90min	1	87287	-	87287	90.858	88.65	2.23	95.43	93.25	2.15
	2	87783	-	87783	91.374			96.06		
	3	83791	-	83791	87.219			91.80		
	4	84336	-	84336	87.786			92.42		
	5	84512	-	84512	87.969			92.55		
	6	83271	-	83271	86.677			91.24		
120min	1	82092	-	82092	85.450	89.37	3.14	91.03	94.96	2.95
	2	84421	-	84421	87.874			93.57		
	3	85552	-	85552	89.052			94.61		
	4	88950	-	88950	92.589			98.20		
	5	88984	-	88984	92.624			98.18		
	6	85169	-	85169	88.653			94.18		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	86406	-	86406	89.941	91.79	2.81	96.47	98.37	2.61
	2	87591	-	87591	91.174			97.85		
	3	86321	-	86321	89.852			96.40		
	4	88472	-	88472	92.091			98.73		
	5	87324	-	87324	90.896			97.48		
	6	92959	-	92959	96.762			103.28		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	98148	98351	98304	98444	98475	98344	0.14
2	11.19	97682	97924				97803	0.18
单位质量响应值			RSD%	判断				
8820.09			0.65	数据可信				

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0069N01批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	19846	-	19846	20.465	18.41	9.15	20.47	18.41	9.15
	2	18553	-	18553	19.132			19.13		
	3	16174	-	16174	16.679			16.68		
	4	18098	-	18098	18.663			18.66		
	5	15611	-	15611	16.098			16.10		
	6	18830	-	18830	19.418			19.42		
10min	1	43319	-	43319	44.671	44.26	6.45	44.90	44.47	6.45
	2	45333	-	45333	46.748			46.96		
	3	41130	-	41130	42.414			42.60		
	4	45258	-	45258	46.671			46.88		
	5	38244	-	38244	39.438			39.62		
	6	44252	-	44252	45.633			45.85		
15min	1	57466	-	57466	59.260	59.03	3.93	59.98	59.73	3.96
	2	60024	-	60024	61.897			62.63		
	3	56184	-	56184	57.938			58.59		
	4	58349	-	58349	60.170			60.90		
	5	53437	-	53437	55.105			55.72		
	6	58028	-	58028	59.839			60.56		
20min	1	64773	-	64773	66.795	66.66	3.70	68.18	68.02	3.72
	2	67258	-	67258	69.357			70.78		
	3	63834	-	63834	65.826			67.13		
	4	63966	-	63966	65.962			67.36		
	5	60876	-	60876	62.776			64.01		
	6	67162	-	67162	69.258			70.65		
30min	1	71717	-	71717	73.955	73.35	2.29	76.08	75.44	2.35
	2	73215	-	73215	75.500			77.69		
	3	70091	-	70091	72.279			74.31		
	4	70730	-	70730	72.938			75.06		
	5	68698	-	68698	70.842			72.77		
	6	72301	-	72301	74.558			76.71		
45min	1	77821	-	77821	80.250	79.23	2.46	83.20	82.14	2.50
	2	80000	-	80000	82.497			85.53		
	3	75141	-	75141	77.486			80.32		
	4	76608	-	76608	78.999			81.94		
	5	74865	-	74865	77.202			79.92		
	6	76574	-	76574	78.964			81.95		
60min	1	80830	-	80830	83.353	82.18	1.92	87.19	85.97	1.98
	2	81700	-	81700	84.250			88.20		
	3	78311	-	78311	80.755			84.45		
	4	78906	-	78906	81.369			85.18		
	5	77927	-	77927	80.359			83.93		
	6	80490	-	80490	83.002			86.87		
90min	1	85139	-	85139	87.796	85.21	2.69	92.56	89.92	2.67
	2	84477	-	84477	87.114			92.00		
	3	83731	-	83731	86.344			90.94		
	4	81312	-	81312	83.850			88.57		
	5	79235	-	79235	81.708			86.17		
	6	81913	-	81913	84.470			89.25		
120min	1	88400	-	88400	91.159	88.17	1.95	96.90	93.82	1.85
	2	84333	-	84333	86.965			92.82		
	3	84291	-	84291	86.922			92.47		
	4	84020	-	84020	86.642			92.29		
	5	86059	-	86059	88.745			94.12		
	6	85891	-	85891	88.572			94.30		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	91953	-	91953	94.823	89.80	3.05	101.58	96.43	2.84
	2	84524	-	84524	87.162			93.98		
	3	86322	-	86322	89.016			95.53		
	4	85900	-	85900	88.581			95.20		
	5	88096	-	88096	90.846			97.20		
	6	85688	-	85688	88.362			95.07		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-207-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 13:59:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:35:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-208-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:02:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:35:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97352	100.000	16843	2166	1.082	--
总计		97352	100.000	16843			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-209-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:06:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	97171	100.000	16816	2168	1.079	--
总计		97171	100.000	16816			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-210-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:09:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.760	97500	100.000	16835	2167	1.083	--
总计		97500	100.000	16835			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-211-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:13:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97427	100.000	16845	2165	1.081	--
总计		97427	100.000	16845			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-212-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:16:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97380	100.000	16842	2167	1.083	--
总计		97380	100.000	16842			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-213-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:19:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	11071	100.000	2020	2427	1.092	--
总计		11071	100.000	2020			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-214-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:23:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	10158	100.000	1831	2435	1.167	--
总计		10158	100.000	1831			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-215-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:26:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	11470	100.000	2023	2355	1.129	--
总计		11470	100.000	2023			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-216-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:30:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	4709	100.000	825	2469	1.223	--
总计		4709	100.000	825			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-217-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:33:32
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	10774	100.000	1957	2384	1.107	--
总计		10774	100.000	1957			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-218-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:36:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	10422	100.000	1851	2388	1.134	--
总计		10422	100.000	1851			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-219-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:40:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	31225	100.000	5645	2399	1.086	--
总计		31225	100.000	5645			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-220-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:43:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	28796	100.000	5208	2390	1.084	--
总计		28796	100.000	5208			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-221-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:47:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	31751	100.000	5740	2376	1.087	--
总计		31751	100.000	5740			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-222-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:50:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	28259	100.000	5080	2390	1.087	--
总计		28259	100.000	5080			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-223-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:53:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	33263	100.000	6031	2398	1.081	--
总计		33263	100.000	6031			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-224-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:57:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	34079	100.000	6130	2392	1.093	--
总计		34079	100.000	6130			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-225-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:00:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	45135	100.000	8124	2388	1.079	--
总计		45135	100.000	8124			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-226-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:04:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	44239	100.000	7985	2385	1.078	--
总计		44239	100.000	7985			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-227-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:07:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	44803	100.000	8102	2399	1.080	--
总计		44803	100.000	8102			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-228-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:10:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	46147	100.000	8322	2388	1.076	--
总计		46147	100.000	8322			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-229-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:14:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:36:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	42255	100.000	7647	2395	1.083	--
总计		42255	100.000	7647			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-230-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:17:34
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	46547	100.000	8390	2397	1.074	--
总计		46547	100.000	8390			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-231-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:20:57
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	53317	100.000	9643	2400	1.077	--
总计		53317	100.000	9643			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-232-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:24:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	52610	100.000	9549	2406	1.077	--
总计		52610	100.000	9549			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-233-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:27:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	53830	100.000	9744	2400	1.075	--
总计		53830	100.000	9744			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-234-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:31:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	53444	100.000	9644	2395	1.079	--
总计		53444	100.000	9644			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-235-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:34:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	54380	100.000	9869	2405	1.077	--
总计		54380	100.000	9869			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-236-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:37:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	54276	100.000	9768	2393	1.081	--
总计		54276	100.000	9768			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-237-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:41:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	63680	100.000	11493	2398	1.076	--
总计		63680	100.000	11493			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-238-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:44:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	61895	100.000	11223	2397	1.078	--
总计		61895	100.000	11223			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-239-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:48:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	63230	100.000	11424	2392	1.077	--
总计		63230	100.000	11424			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-240-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:51:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	62609	100.000	11351	2403	1.073	--
总计		62609	100.000	11351			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-241-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:54:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	63193	100.000	11399	2384	1.080	--
总计		63193	100.000	11399			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-242-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:58:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	62912	100.000	11324	2388	1.077	--
总计		62912	100.000	11324			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-243-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:01:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	68059	100.000	12326	2403	1.075	--
总计		68059	100.000	12326			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-244-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:04:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	70352	100.000	12701	2392	1.077	--
总计		70352	100.000	12701			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-245-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:08:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	68575	100.000	12353	2387	1.079	--
总计		68575	100.000	12353			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-246-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:11:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	69139	100.000	12426	2388	1.079	--
总计		69139	100.000	12426			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-247-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:15:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	68277	100.000	12363	2404	1.076	--
总计		68277	100.000	12363			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-248-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:18:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	70319	100.000	12678	2397	1.076	--
总计		70319	100.000	12678			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-249-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:21:47
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:37:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	72083	100.000	12994	2391	1.074	--
总计		72083	100.000	12994			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-250-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:25:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	76014	100.000	13734	2408	1.073	--
总计		76014	100.000	13734			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-251-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:28:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	75252	100.000	13591	2380	1.076	--
总计		75252	100.000	13591			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-252-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:31:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	73637	100.000	13340	2397	1.077	--
总计		73637	100.000	13340			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-253-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:35:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	75080	100.000	13567	2394	1.073	--
总计		75080	100.000	13567			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-254-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:38:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	72448	100.000	13036	2384	1.077	--
总计		72448	100.000	13036			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-255-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:42:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	79669	100.000	14416	2404	1.074	--
总计		79669	100.000	14416			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-256-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:45:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	80147	100.000	14467	2400	1.076	--
总计		80147	100.000	14467			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-257-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:48:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	79691	100.000	14381	2399	1.075	--
总计		79691	100.000	14381			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-258-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:52:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	80158	100.000	14504	2410	1.078	--
总计		80158	100.000	14504			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-259-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:55:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	79380	100.000	14327	2396	1.077	--
总计		79380	100.000	14327			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-260-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:59:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	78895	100.000	14284	2411	1.071	--
总计		78895	100.000	14284			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-261-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:02:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	81231	100.000	14638	2400	1.077	--
总计		81231	100.000	14638			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-262-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:05:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	83000	100.000	14995	2391	1.076	--
总计		83000	100.000	14995			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-263-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:09:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	79382	100.000	14312	2388	1.076	--
总计		79382	100.000	14312			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-264-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:12:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	82172	100.000	14846	2396	1.076	--
总计		82172	100.000	14846			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-265-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:15:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	83072	100.000	15034	2394	1.080	--
总计		83072	100.000	15034			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-266-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:19:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	86097	100.000	15625	2411	1.079	--
总计		86097	100.000	15625			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-267-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:22:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84234	100.000	15182	2395	1.074	--
总计		84234	100.000	15182			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-268-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:26:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	85352	100.000	15418	2392	1.076	--
总计		85352	100.000	15418			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-269-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:29:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	84954	100.000	15337	2397	1.078	--
总计		84954	100.000	15337			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-270-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:32:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:38:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	83521	100.000	15090	2401	1.080	--
总计		83521	100.000	15090			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-271-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:36:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	86264	100.000	15660	2393	1.079	--
总计		86264	100.000	15660			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-272-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:39:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	86514	100.000	15609	2398	1.075	--
总计		86514	100.000	15609			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-273-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:43:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97494	100.000	16815	2164	1.082	--
总计		97494	100.000	16815			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-274-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:46:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	97334	100.000	16867	2162	1.084	--
总计		97334	100.000	16867			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-275-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:49:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-276-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:53:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	97171	100.000	16784	2158	1.082	--
总计		97171	100.000	16784			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-277-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:56:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97059	100.000	16761	2163	1.085	--
总计		97059	100.000	16761			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-278-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:00:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	97259	100.000	16830	2162	1.083	--
总计		97259	100.000	16830			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-279-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:03:32
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97174	100.000	16758	2161	1.083	--
总计		97174	100.000	16758			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-280-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:06:57
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	97599	100.000	16780	2157	1.083	--
总计		97599	100.000	16780			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-281-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:10:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	10888	100.000	1970	2432	1.110	--
总计		10888	100.000	1970			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-282-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/11 18:13:45

处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	11424	100.000	2059	2410	1.117	--
总计		11424	100.000	2059			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-283-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:17:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	11298	100.000	2056	2436	1.143	--
总计		11298	100.000	2056			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-284-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:20:32
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	11414	100.000	2063	2427	1.095	--
总计		11414	100.000	2063			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-285-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:23:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	10964	100.000	1979	2398	1.128	--
总计		10964	100.000	1979			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-286-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:27:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	11059	100.000	1977	2393	1.138	--
总计		11059	100.000	1977			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-287-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:30:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	38102	100.000	6906	2421	1.091	--
总计		38102	100.000	6906			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-288-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:34:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	39470	100.000	7151	2406	1.081	--
总计		39470	100.000	7151			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-289-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:37:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	40111	100.000	7251	2402	1.084	--
总计		40111	100.000	7251			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-290-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:40:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:39:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	36942	100.000	6678	2414	1.087	--
总计		36942	100.000	6678			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-291-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:44:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	38444	100.000	6939	2421	1.081	--
总计		38444	100.000	6939			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-292-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:47:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	39639	100.000	7223	2415	1.081	--
总计		39639	100.000	7223			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-293-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:51:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	54430	100.000	9876	2424	1.080	--
总计		54430	100.000	9876			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-294-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:54:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	55865	100.000	10122	2415	1.086	--
总计		55865	100.000	10122			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-295-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:57:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	53760	100.000	9746	2419	1.080	--
总计		53760	100.000	9746			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-296-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:01:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	55585	100.000	10092	2412	1.085	--
总计		55585	100.000	10092			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-297-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:04:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	53515	100.000	9699	2412	1.082	--
总计		53515	100.000	9699			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-298-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:08:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	55713	100.000	10114	2416	1.077	--
总计		55713	100.000	10114			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-299-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:11:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	64018	100.000	11661	2416	1.086	--
总计		64018	100.000	11661			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-300-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:14:57
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	61839	100.000	11195	2409	1.077	--
总计		61839	100.000	11195			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-301-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:18:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	61316	100.000	11083	2401	1.085	--
总计		61316	100.000	11083			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-302-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:21:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	63148	100.000	11440	2415	1.080	--
总计		63148	100.000	11440			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-303-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:25:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	61660	100.000	11211	2418	1.080	--
总计		61660	100.000	11211			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-304-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:28:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	63561	100.000	11531	2421	1.078	--
总计		63561	100.000	11531			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-305-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:31:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	70624	100.000	12771	2413	1.079	--
总计		70624	100.000	12771			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-306-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:35:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	71959	100.000	13032	2414	1.081	--
总计		71959	100.000	13032			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-307-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:38:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	71074	100.000	12871	2415	1.078	--
总计		71074	100.000	12871			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-308-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:42:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	73498	100.000	13339	2410	1.081	--
总计		73498	100.000	13339			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-309-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:45:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	71406	100.000	12979	2424	1.082	--
总计		71406	100.000	12979			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-310-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:48:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	67602	100.000	12253	2402	1.083	--
总计		67602	100.000	12253			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-311-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:52:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:40:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	77450	100.000	13996	2404	1.080	--
总计		77450	100.000	13996			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-312-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:55:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	81733	100.000	14802	2413	1.079	--
总计		81733	100.000	14802			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-313-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:59:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	77578	100.000	14077	2413	1.078	--
总计		77578	100.000	14077			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-314-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:02:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	77814	100.000	14108	2416	1.081	--
总计		77814	100.000	14108			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-315-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:06:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	78175	100.000	14205	2411	1.079	--
总计		78175	100.000	14205			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-316-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:09:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	77573	100.000	14096	2418	1.081	--
总计		77573	100.000	14096			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-317-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:12:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	80030	100.000	14513	2416	1.079	--
总计		80030	100.000	14513			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-318-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:16:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	82794	100.000	15148	2440	1.078	--
总计		82794	100.000	15148			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-319-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:19:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	81324	100.000	14802	2423	1.081	--
总计		81324	100.000	14802			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-320-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:23:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	82191	100.000	14979	2427	1.078	--
总计		82191	100.000	14979			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-321-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:26:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	81500	100.000	14810	2431	1.081	--
总计		81500	100.000	14810			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-322-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:29:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	79774	100.000	14486	2420	1.082	--
总计		79774	100.000	14486			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-323-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:33:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	87287	100.000	15940	2446	1.080	--
总计		87287	100.000	15940			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-324-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:36:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	87783	100.000	16075	2448	1.078	--
总计		87783	100.000	16075			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-325-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:40:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	83791	100.000	15168	2413	1.083	--
总计		83791	100.000	15168			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-326-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:43:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84336	100.000	15277	2419	1.080	--
总计		84336	100.000	15277			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-327-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:46:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	84512	100.000	15343	2412	1.081	--
总计		84512	100.000	15343			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-328-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:50:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	83271	100.000	15129	2430	1.079	--
总计		83271	100.000	15129			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-329-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:53:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	82092	100.000	14904	2409	1.081	--
总计		82092	100.000	14904			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-330-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:57:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84421	100.000	15302	2419	1.079	--
总计		84421	100.000	15302			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-331-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:00:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	85552	100.000	15479	2406	1.082	--
总计		85552	100.000	15479			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-332-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:03:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:41:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	88950	100.000	16162	2418	1.082	--
总计		88950	100.000	16162			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-333-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:07:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	88984	100.000	16143	2400	1.082	--
总计		88984	100.000	16143			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-334-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:10:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	85169	100.000	15425	2396	1.081	--
总计		85169	100.000	15425			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-335-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:14:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	86406	100.000	15651	2409	1.080	--
总计		86406	100.000	15651			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-336-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:17:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	87591	100.000	15835	2408	1.081	--
总计		87591	100.000	15835			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-337-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:20:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	86321	100.000	15639	2407	1.081	--
总计		86321	100.000	15639			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-338-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:24:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	88472	100.000	16092	2405	1.081	--
总计		88472	100.000	16092			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-339-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:27:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	87324	100.000	15784	2407	1.082	--
总计		87324	100.000	15784			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-340-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:30:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	92959	100.000	16889	2421	1.080	--
总计		92959	100.000	16889			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-341-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:34:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.759	96814	100.000	16758	2173	1.082	--
总计		96814	100.000	16758			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-342-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:37:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	97319	100.000	16820	2158	1.082	--
总计		97319	100.000	16820			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-343-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:41:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-344-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:44:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98148	100.000	17005	2170	1.084	--
总计		98148	100.000	17005			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-345-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:47:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98351	100.000	17036	2165	1.086	--
总计		98351	100.000	17036			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-346-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:51:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.757	98304	100.000	17048	2164	1.084	--
总计		98304	100.000	17048			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-347-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:54:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98444	100.000	17027	2161	1.083	--
总计		98444	100.000	17027			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-348-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:58:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.758	98475	100.000	17033	2164	1.085	--
总计		98475	100.000	17033			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-349-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:01:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	19846	100.000	3595	2414	1.088	--
总计		19846	100.000	3595			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-350-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqxx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:04:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	18553	100.000	3352	2390	1.088	--
总计		18553	100.000	3352			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-351-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:08:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	16174	100.000	2938	2412	1.114	--
总计		16174	100.000	2938			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-352-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:11:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	18098	100.000	3255	2383	1.105	--
总计		18098	100.000	3255			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-353-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:15:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:42:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	15611	100.000	2806	2393	1.129	--
总计		15611	100.000	2806			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-354-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:18:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	18830	100.000	3386	2401	1.117	--
总计		18830	100.000	3386			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-355-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:21:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	43319	100.000	7847	2409	1.090	--
总计		43319	100.000	7847			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-356-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:25:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	45333	100.000	8216	2404	1.078	--
总计		45333	100.000	8216			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-357-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:28:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	41130	100.000	7439	2397	1.087	--
总计		41130	100.000	7439			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-358-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:31:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	45258	100.000	8187	2393	1.080	--
总计		45258	100.000	8187			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-359-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:35:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	38244	100.000	6920	2408	1.089	--
总计		38244	100.000	6920			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-360-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:38:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	44252	100.000	8034	2401	1.083	--
总计		44252	100.000	8034			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-361-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:42:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	57466	100.000	10419	2402	1.085	--
总计		57466	100.000	10419			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-362-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:45:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	60024	100.000	10881	2399	1.079	--
总计		60024	100.000	10881			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-363-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:48:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	56184	100.000	10148	2399	1.080	--
总计		56184	100.000	10148			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-364-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:52:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	58349	100.000	10576	2401	1.081	--
总计		58349	100.000	10576			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-365-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:55:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	53437	100.000	9649	2399	1.083	--
总计		53437	100.000	9649			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-366-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:58:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	58028	100.000	10497	2398	1.086	--
总计		58028	100.000	10497			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-367-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:02:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	64773	100.000	11729	2406	1.078	--
总计		64773	100.000	11729			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-368-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:05:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	67258	100.000	12169	2407	1.083	--
总计		67258	100.000	12169			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-369-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:08:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	63834	100.000	11558	2406	1.083	--
总计		63834	100.000	11558			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-370-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:12:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	63966	100.000	11622	2410	1.084	--
总计		63966	100.000	11622			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-371-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:15:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	60876	100.000	10993	2400	1.084	--
总计		60876	100.000	10993			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-372-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:19:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	67162	100.000	12233	2428	1.080	--
总计		67162	100.000	12233			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-373-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:22:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	71717	100.000	12964	2393	1.079	--
总计		71717	100.000	12964			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-374-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:25:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	73215	100.000	13248	2400	1.082	--
总计		73215	100.000	13248			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-375-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:29:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:43:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	70091	100.000	12679	2395	1.080	--
总计		70091	100.000	12679			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-376-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:32:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	70730	100.000	12753	2394	1.082	--
总计		70730	100.000	12753			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-377-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:35:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	68698	100.000	12433	2406	1.085	--
总计		68698	100.000	12433			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-378-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:39:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	72301	100.000	13129	2409	1.080	--
总计		72301	100.000	13129			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-379-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:42:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	77821	100.000	14093	2412	1.076	--
总计		77821	100.000	14093			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-380-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:46:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	80000	100.000	14491	2410	1.084	--
总计		80000	100.000	14491			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-381-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:49:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	75141	100.000	13571	2396	1.081	--
总计		75141	100.000	13571			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-382-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:52:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	76608	100.000	13903	2413	1.080	--
总计		76608	100.000	13903			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-383-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:56:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	74865	100.000	13601	2416	1.079	--
总计		74865	100.000	13601			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-384-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:59:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	76574	100.000	13807	2400	1.083	--
总计		76574	100.000	13807			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-385-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:02:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	80830	100.000	14626	2405	1.081	--
总计		80830	100.000	14626			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-386-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:06:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	81700	100.000	14734	2396	1.079	--
总计		81700	100.000	14734			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-387-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:09:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	78311	100.000	14175	2397	1.084	--
总计		78311	100.000	14175			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-388-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:13:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	78906	100.000	14257	2397	1.079	--
总计		78906	100.000	14257			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-389-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:16:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	77927	100.000	14120	2414	1.083	--
总计		77927	100.000	14120			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-390-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:19:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	80490	100.000	14534	2403	1.081	--
总计		80490	100.000	14534			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-391-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:23:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	85139	100.000	15464	2412	1.080	--
总计		85139	100.000	15464			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-392-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:26:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84477	100.000	15281	2407	1.080	--
总计		84477	100.000	15281			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-393-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:30:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	83731	100.000	15199	2417	1.077	--
总计		83731	100.000	15199			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-394-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:33:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	81312	100.000	14713	2409	1.079	--
总计		81312	100.000	14713			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-395-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:36:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:44:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	79235	100.000	14286	2398	1.082	--
总计		79235	100.000	14286			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-396-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:40:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	81913	100.000	14806	2396	1.083	--
总计		81913	100.000	14806			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-397-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:43:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	88400	100.000	15967	2397	1.082	--
总计		88400	100.000	15967			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-398-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:46:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.767	84333	100.000	15229	2404	1.082	--
总计		84333	100.000	15229			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-399-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:50:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	84291	100.000	15329	2416	1.083	--
总计		84291	100.000	15329			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-400-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:53:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	84020	100.000	15166	2400	1.080	--
总计		84020	100.000	15166			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-401-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:57:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	86059	100.000	15606	2415	1.082	--
总计		86059	100.000	15606			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-402-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:00:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	85891	100.000	15626	2418	1.081	--
总计		85891	100.000	15626			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-403-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:03:57
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	91953	100.000	16729	2418	1.081	--
总计		91953	100.000	16729			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-404-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:07:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	84524	100.000	15363	2409	1.081	--
总计		84524	100.000	15363			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-405-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:10:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	86322	100.000	15736	2427	1.077	--
总计		86322	100.000	15736			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-406-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:14:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.768	85900	100.000	15531	2410	1.080	--
总计		85900	100.000	15531			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-407-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:17:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	88096	100.000	16013	2415	1.079	--
总计		88096	100.000	16013			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-408-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:20:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	85688	100.000	15530	2406	1.078	--
总计		85688	100.000	15530			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-409-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:24:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97682	100.000	16963	2173	1.085	--
总计		97682	100.000	16963			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-18/25-410-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:27:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 09:45:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.761	97924	100.000	16964	2171	1.084	--
总计		97924	100.000	16964			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2