



玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	96962	97135	96976	97202	96765	97008	0.18
2	11.19	97478	97508				97493	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
8700.27	8712.51	0.10	数据可信

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	10377	-	10377	10.791	17.03	29.91	10.79	17.03	29.90
	2	13906	-	13906	14.461			14.46		
	3	12713	-	12713	13.221			13.22		
	4	17261	-	17261	17.950			17.95		
	5	22233	-	22233	23.121			23.12		
	6	21794	-	21794	22.664			22.66		
10min	1	38772	-	38772	40.320	52.36	18.79	40.44	52.56	18.82
	2	44152	-	44152	45.915			46.08		
	3	43733	-	43733	45.479			45.63		
	4	55135	-	55135	57.336			57.54		
	5	62933	-	62933	65.446			65.70		
	6	57402	-	57402	59.694			59.95		
15min	1	68995	-	68995	71.750	77.59	8.20	72.32	78.36	8.28
	2	68993	-	68993	71.748			72.42		
	3	70440	-	70440	73.252			73.90		
	4	83989	-	83989	87.342			88.18		
	5	77094	-	77094	80.172			81.16		
	6	78129	-	78129	81.248			82.16		
20min	1	78755	-	78755	81.899	86.41	5.04	83.26	88.04	5.18
	2	77997	-	77997	81.111			82.58		
	3	81738	-	81738	85.001			86.47		
	4	87504	-	87504	90.998			92.80		
	5	86995	-	86995	90.468			92.34		
	6	85575	-	85575	88.992			90.81		
30min	1	89610	-	89610	93.188	94.69	1.77	95.46	97.28	1.98
	2	88774	-	88774	92.318			94.69		
	3	90727	-	90727	94.349			96.76		
	4	92397	-	92397	96.086			98.90		
	5	92226	-	92226	95.908			98.79		
	6	92604	-	92604	96.301			99.11		
45min	1	94749	-	94749	98.532	97.43	1.30	101.84	101.08	1.37
	2	92712	-	92712	96.414			99.81		
	3	92330	-	92330	96.016			99.48		
	4	93300	-	93300	97.025			100.91		
	5	95496	-	95496	99.309			103.25		
	6	93557	-	93557	97.292			101.17		
60min	1	96181	-	96181	100.021	98.47	0.98	104.43	103.20	0.94
	2	93468	-	93468	97.200			101.67		
	3	94647	-	94647	98.426			102.95		
	4	94036	-	94036	97.791			102.75		
	5	94963	-	94963	98.755			103.80		
	6	94855	-	94855	98.642			103.60		
90min	1	89934	-	89934	93.525	94.79	1.32	99.04	100.61	1.49
	2	90274	-	90274	93.878			99.42		
	3	90755	-	90755	94.379			100.00		
	4	90689	-	90689	94.310			100.36		
	5	92964	-	92964	96.676			102.82		
	6	92292	-	92292	95.977			102.03		
120min	1	90237	-	90237	93.840	95.75	1.86	100.40	102.62	1.80
	2	93998	-	93998	97.751			104.34		
	3	91400	-	91400	95.049			101.72		
	4	90717	-	90717	94.339			101.44		
	5	91737	-	91737	95.400			102.62		
	6	94343	-	94343	98.110			105.23		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	89464	-	89464	93.036	93.41	2.00	100.63	101.34	2.10
	2	88039	-	88039	91.554			99.23		
	3	87794	-	87794	91.299			99.02		
	4	89902	-	89902	93.491			101.64		
	5	91507	-	91507	95.161			103.44		
	6	92219	-	92219	95.901			104.11		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	98186	97701	97552	97770	97583	97758	0.27
2	11.19	97078	97111				97094	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
8767.53				0.74	数据可信			

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0012N01批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	15922	-	15922	16.528	16.29	13.64	16.53	16.29	13.64
	2	13290	-	13290	13.796			13.80		
	3	17991	-	17991	18.676			18.68		
	4	13055	-	13055	13.552			13.55		
	5	17864	-	17864	18.544			18.54		
	6	16024	-	16024	16.634			16.63		
10min	1	32751	-	32751	33.998	35.15	2.90	34.18	35.33	2.91
	2	33666	-	33666	34.948			35.10		
	3	33145	-	33145	34.407			34.61		
	4	33769	-	33769	35.055			35.21		
	5	35538	-	35538	36.891			37.10		
	6	34298	-	34298	35.604			35.79		
15min	1	40794	-	40794	42.347	42.19	1.83	42.91	42.76	1.86
	2	39858	-	39858	41.375			41.92		
	3	40683	-	40683	42.232			42.82		
	4	40346	-	40346	41.882			42.42		
	5	41985	-	41985	43.583			44.20		
	6	40177	-	40177	41.707			42.29		
20min	1	42873	-	42873	44.505	44.77	1.69	45.54	45.81	1.63
	2	42812	-	42812	44.442			45.44		
	3	42315	-	42315	43.926			44.98		
	4	44278	-	44278	45.964			46.97		
	5	42746	-	42746	44.373			45.47		
	6	43728	-	43728	45.393			46.44		
30min	1	46997	-	46997	48.786	48.94	1.01	50.31	50.48	0.99
	2	47531	-	47531	49.340			50.84		
	3	46902	-	46902	48.688			50.23		
	4	47168	-	47168	48.964			50.48		
	5	47796	-	47796	49.616			51.21		
	6	46464	-	46464	48.233			49.78		
45min	1	50043	-	50043	51.948	51.04	2.18	54.02	53.12	2.09
	2	48093	-	48093	49.924			51.97		
	3	48385	-	48385	50.227			52.32		
	4	50771	-	50771	52.704			54.76		
	5	49310	-	49310	51.187			53.33		
	6	48401	-	48401	50.244			52.33		
60min	1	50090	-	50090	51.997	52.31	1.39	54.64	54.96	1.35
	2	49219	-	49219	51.093			53.69		
	3	50768	-	50768	52.701			55.35		
	4	50962	-	50962	52.902			55.55		
	5	50214	-	50214	52.126			54.84		
	6	51070	-	51070	53.014			55.66		
90min	1	52450	-	52450	54.447	53.40	1.75	57.67	56.63	1.63
	2	50830	-	50830	52.765			55.93		
	3	51775	-	51775	53.746			56.98		
	4	51098	-	51098	53.043			56.28		
	5	50172	-	50172	52.082			55.37		
	6	52331	-	52331	54.323			57.55		
120min	1	50948	-	50948	52.888	54.22	1.72	56.72	58.04	1.65
	2	51271	-	51271	53.223			56.97		
	3	52711	-	52711	54.718			58.55		
	4	53143	-	53143	55.166			58.99		
	5	52783	-	52783	54.792			58.66		
	6	52539	-	52539	54.539			58.37		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	54054	-	54054	56.112	55.64	1.04	60.53	60.06	1.00
	2	52865	-	52865	54.878			59.22		
	3	54188	-	54188	56.251			60.69		
	4	53963	-	53963	56.017			60.45		
	5	53483	-	53483	55.519			60.00		
	6	53043	-	53043	55.062			59.50		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97102	97292	97021	97167	97331	97183	0.14
2	11.19	97380	97471				97426	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
8715.96				0.08	数据可信			

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0012N01批-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	19705	-	19705	20.480	18.51	9.12	20.48	18.51	9.12
	2	17745	-	17745	18.443			18.44		
	3	15632	-	15632	16.247			16.25		
	4	19527	-	19527	20.295			20.30		
	5	17799	-	17799	18.499			18.50		
	6	16435	-	16435	17.082			17.08		
10min	1	37823	-	37823	39.311	36.96	3.90	39.54	37.16	3.93
	2	35613	-	35613	37.014			37.22		
	3	34232	-	34232	35.579			35.76		
	4	35891	-	35891	37.303			37.53		
	5	35822	-	35822	37.231			37.44		
	6	33967	-	33967	35.303			35.49		
15min	1	42241	-	42241	43.903	44.21	2.10	44.57	44.82	2.07
	2	42517	-	42517	44.190			44.81		
	3	41529	-	41529	43.163			43.74		
	4	43318	-	43318	45.022			45.66		
	5	41769	-	41769	43.412			44.03		
	6	43830	-	43830	45.555			46.14		
20min	1	47597	-	47597	49.470	46.24	3.74	50.62	47.34	3.71
	2	44310	-	44310	46.053			47.16		
	3	43509	-	43509	45.221			46.28		
	4	44939	-	44939	46.707			47.85		
	5	43395	-	43395	45.102			46.20		
	6	43176	-	43176	44.875			45.96		
30min	1	49511	-	49511	51.459	50.81	1.72	53.16	52.43	1.76
	2	49083	-	49083	51.014			52.63		
	3	47621	-	47621	49.495			51.05		
	4	50003	-	50003	51.970			53.63		
	5	48557	-	48557	50.468			52.07		
	6	48520	-	48520	50.429			52.02		
45min	1	50633	-	50633	52.625	53.06	1.11	54.90	55.25	0.98
	2	50571	-	50571	52.561			54.75		
	3	51381	-	51381	53.403			55.51		
	4	50435	-	50435	52.419			54.66		
	5	51613	-	51613	53.644			55.81		
	6	51668	-	51668	53.701			55.85		
60min	1	51978	-	51978	54.023	53.34	2.06	56.88	56.12	1.99
	2	49995	-	49995	51.962			54.73		
	3	50113	-	50113	52.085			54.79		
	4	51273	-	51273	53.290			56.11		
	5	52199	-	52199	54.253			57.01		
	6	52384	-	52384	54.445			57.19		
90min	1	52279	-	52279	54.336	54.36	0.55	57.79	57.73	0.49
	2	52375	-	52375	54.436			57.78		
	3	52327	-	52327	54.386			57.67		
	4	51934	-	51934	53.977			57.39		
	5	52117	-	52117	54.168			57.53		
	6	52785	-	52785	54.862			58.21		
120min	1	52100	-	52100	54.150	54.09	1.71	58.21	58.06	1.62
	2	51264	-	51264	53.281			57.23		
	3	51212	-	51212	53.227			57.11		
	4	51884	-	51884	53.925			57.94		
	5	53649	-	53649	55.760			59.72		
	6	52134	-	52134	54.185			58.14		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	53473	-	53473	55.577	56.07	0.69	60.24	60.64	0.58
	2	53881	-	53881	56.001			60.54		
	3	54098	-	54098	56.227			60.70		
	4	53806	-	53806	55.923			60.53		
	5	53871	-	53871	55.991			60.57		
	6	54581	-	54581	56.729			61.29		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	96957	97102	96970	97134	97181	97069	0.11
2	11.19	98785	98678				98732	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
8705.74				0.95	数据可信			

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-B0012N01批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	17643	-	17643	18.227	18.30	9.02	18.23	18.30	9.01
	2	15938	-	15938	16.465			16.47		
	3	15781	-	15781	16.303			16.30		
	4	19450	-	19450	20.093			20.09		
	5	18142	-	18142	18.742			18.74		
	6	19343	-	19343	19.983			19.98		
10min	1	33564	-	33564	34.674	35.29	1.52	34.88	35.49	1.51
	2	34976	-	34976	36.133			36.32		
	3	33699	-	33699	34.814			34.99		
	4	34103	-	34103	35.231			35.45		
	5	34474	-	34474	35.614			35.82		
	6	34126	-	34126	35.255			35.48		
15min	1	39608	-	39608	40.918	41.04	1.67	41.51	41.64	1.66
	2	40132	-	40132	41.460			42.04		
	3	38802	-	38802	40.086			40.65		
	4	39139	-	39139	40.434			41.05		
	5	40205	-	40205	41.535			42.14		
	6	40481	-	40481	41.820			42.43		
20min	1	40881	-	40881	42.233	43.54	2.26	43.28	44.60	2.21
	2	43455	-	43455	44.892			45.94		
	3	42228	-	42228	43.625			44.64		
	4	42637	-	42637	44.047			45.11		
	5	41224	-	41224	42.588			43.65		
	6	42475	-	42475	43.880			44.96		
30min	1	46917	-	46917	48.469	46.98	3.43	49.98	48.52	3.34
	2	46396	-	46396	47.931			49.47		
	3	43426	-	43426	44.862			46.36		
	4	45835	-	45835	47.351			48.90		
	5	43614	-	43614	45.057			46.60		
	6	46675	-	46675	48.219			49.78		
45min	1	45475	-	45475	46.979	47.58	2.43	49.03	49.64	2.39
	2	47756	-	47756	49.336			51.41		
	3	45055	-	45055	46.545			48.54		
	4	46201	-	46201	47.729			49.81		
	5	44937	-	44937	46.423			48.46		
	6	46916	-	46916	48.468			50.57		
60min	1	44868	-	44868	46.352	47.02	2.40	48.92	49.60	2.33
	2	46498	-	46498	48.036			50.66		
	3	45183	-	45183	46.678			49.19		
	4	46887	-	46887	48.438			51.05		
	5	43932	-	43932	45.385			47.94		
	6	45695	-	45695	47.207			49.85		
90min	1	47080	-	47080	48.637	47.88	1.52	51.72	50.98	1.46
	2	47274	-	47274	48.838			52.00		
	3	45599	-	45599	47.107			50.14		
	4	46226	-	46226	47.755			50.90		
	5	46211	-	46211	47.740			50.80		
	6	45664	-	45664	47.175			50.34		
120min	1	45235	-	45235	46.731	47.92	3.35	50.36	51.56	3.15
	2	45976	-	45976	47.497			51.20		
	3	44393	-	44393	45.861			49.42		
	4	48318	-	48318	49.916			53.59		
	5	48068	-	48068	49.658			53.25		
	6	46304	-	46304	47.836			51.52		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	47748	-	47748	49.327	49.55	2.43	53.47	53.73	2.33
	2	49361	-	49361	50.994			55.22		
	3	46097	-	46097	47.622			51.69		
	4	48511	-	48511	50.116			54.35		
	5	48745	-	48745	50.357			54.50		
	6	47346	-	47346	48.912			53.13		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-20

复核者:

未审阅版本




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-695-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 13:59:42
处理时间 (V3): 2025/01/13 11:06:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-696-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:03:05
处理时间 (V3): 2025/01/13 11:06:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96962	100.000	14943	2506	1.089	--
总计		96962	100.000	14943			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-697-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:06:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	97135	100.000	14943	2513	1.088	--
总计		97135	100.000	14943			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-698-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:09:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96976	100.000	14944	2507	1.081	--
总计		96976	100.000	14944			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-699-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:13:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	97202	100.000	14993	2514	1.083	--
总计		97202	100.000	14993			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-700-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:16:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96765	100.000	14937	2511	1.084	--
总计		96765	100.000	14937			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-701-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:20:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	10377	100.000	1664	2694	1.059	--
总计		10377	100.000	1664			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-702-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:23:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	13906	100.000	2217	2586	1.084	--
总计		13906	100.000	2217			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-703-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:26:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	12713	100.000	2055	2654	1.045	--
总计		12713	100.000	2055			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-704-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:30:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	17261	100.000	2828	2704	1.052	--
总计		17261	100.000	2828			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-705-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:33:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	22233	100.000	3693	2761	1.046	--
总计		22233	100.000	3693			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-706-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:36:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	21794	100.000	3520	2687	1.069	--
总计		21794	100.000	3520			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-707-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:40:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	38772	100.000	6222	2683	1.074	--
总计		38772	100.000	6222			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-708-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:43:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	44152	100.000	7043	2694	1.071	--
总计		44152	100.000	7043			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-709-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:47:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	43733	100.000	7000	2669	1.068	--
总计		43733	100.000	7000			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-710-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:50:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	55135	100.000	8813	2691	1.075	--
总计		55135	100.000	8813			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-711-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:53:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	62933	100.000	10043	2694	1.068	--
总计		62933	100.000	10043			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-712-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:57:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	57402	100.000	9233	2714	1.082	--
总计		57402	100.000	9233			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-713-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:00:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	68995	100.000	11010	2668	1.071	--
总计		68995	100.000	11010			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-714-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:03:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	68993	100.000	10978	2672	1.076	--
总计		68993	100.000	10978			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-715-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:07:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	70440	100.000	11211	2663	1.072	--
总计		70440	100.000	11211			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-716-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:10:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	83989	100.000	13335	2670	1.079	--
总计		83989	100.000	13335			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-717-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:13:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	77094	100.000	12303	2675	1.072	--
总计		77094	100.000	12303			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-718-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:17:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	78129	100.000	12389	2652	1.072	--
总计		78129	100.000	12389			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-719-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:20:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	78755	100.000	12536	2662	1.072	--
总计		78755	100.000	12536			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-720-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:24:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	77997	100.000	12356	2652	1.072	--
总计		77997	100.000	12356			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-721-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:27:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	81738	100.000	12950	2646	1.074	--
总计		81738	100.000	12950			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-722-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:30:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	87504	100.000	13892	2667	1.070	--
总计		87504	100.000	13892			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-723-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:34:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	86995	100.000	13848	2680	1.068	--
总计		86995	100.000	13848			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-724-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:37:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	85575	100.000	13571	2666	1.072	--
总计		85575	100.000	13571			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-725-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:40:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	89610	100.000	14172	2648	1.076	--
总计		89610	100.000	14172			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-726-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:44:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	88774	100.000	14100	2666	1.074	--
总计		88774	100.000	14100			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-727-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:47:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90727	100.000	14353	2654	1.075	--
总计		90727	100.000	14353			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-728-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:51:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	92397	100.000	14758	2672	1.076	--
总计		92397	100.000	14758			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-729-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:54:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92226	100.000	14603	2659	1.078	--
总计		92226	100.000	14603			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-730-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:57:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92604	100.000	14626	2648	1.072	--
总计		92604	100.000	14626			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-731-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:01:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	94749	100.000	15022	2670	1.076	--
总计		94749	100.000	15022			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-732-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:04:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	92712	100.000	14671	2652	1.074	--
总计		92712	100.000	14671			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-733-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:08:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92330	100.000	14646	2661	1.077	--
总计		92330	100.000	14646			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-734-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:11:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	93300	100.000	14788	2655	1.072	--
总计		93300	100.000	14788			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-735-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:14:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	95496	100.000	15107	2650	1.076	--
总计		95496	100.000	15107			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-736-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:18:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	93557	100.000	14809	2649	1.076	--
总计		93557	100.000	14809			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-737-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:21:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	96181	100.000	15199	2656	1.077	--
总计		96181	100.000	15199			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-738-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:24:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	93468	100.000	14823	2657	1.069	--
总计		93468	100.000	14823			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-739-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:28:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	94647	100.000	15005	2655	1.077	--
总计		94647	100.000	15005			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-740-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:31:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	94036	100.000	14942	2671	1.074	--
总计		94036	100.000	14942			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-741-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:35:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	94963	100.000	15094	2664	1.074	--
总计		94963	100.000	15094			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-742-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:38:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	94855	100.000	15042	2668	1.076	--
总计		94855	100.000	15042			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-743-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:41:47
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	89934	100.000	14280	2676	1.078	--
总计		89934	100.000	14280			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-744-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:45:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90274	100.000	14439	2690	1.075	--
总计		90274	100.000	14439			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-745-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:48:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90755	100.000	14517	2692	1.080	--
总计		90755	100.000	14517			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-746-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:51:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	90689	100.000	14408	2683	1.075	--
总计		90689	100.000	14408			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-747-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:55:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92964	100.000	14811	2673	1.076	--
总计		92964	100.000	14811			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-748-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:58:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	92292	100.000	14624	2675	1.073	--
总计		92292	100.000	14624			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-749-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:02:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90237	100.000	14438	2685	1.078	--
总计		90237	100.000	14438			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-750-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:05:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	93998	100.000	14987	2700	1.068	--
总计		93998	100.000	14987			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-751-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:08:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	91400	100.000	14575	2687	1.076	--
总计		91400	100.000	14575			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-752-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:12:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90717	100.000	14415	2663	1.079	--
总计		90717	100.000	14415			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-753-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:15:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	91737	100.000	14680	2703	1.068	--
总计		91737	100.000	14680			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-754-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:18:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	94343	100.000	15054	2704	1.066	--
总计		94343	100.000	15054			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-755-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:22:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	89464	100.000	14392	2725	1.080	--
总计		89464	100.000	14392			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-756-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:25:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	88039	100.000	14089	2685	1.080	--
总计		88039	100.000	14089			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-757-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:29:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	87794	100.000	14057	2708	1.073	--
总计		87794	100.000	14057			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-758-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:32:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:09:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	89902	100.000	14336	2702	1.075	--
总计		89902	100.000	14336			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-759-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:35:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:09:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	91507	100.000	14553	2675	1.072	--
总计		91507	100.000	14553			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-760-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:39:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:09:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92219	100.000	14677	2673	1.070	--
总计		92219	100.000	14677			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-21/26-761-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:42:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:17:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97478	100.000	15623	2600	1.077	--
总计		97478	100.000	15623			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-21/26-762-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:46:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:17:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97508	100.000	15634	2605	1.082	--
总计		97508	100.000	15634			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-763-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqxx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:49:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-764-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:52:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	98186	100.000	15123	2500	1.075	--
总计		98186	100.000	15123			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-765-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:56:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97701	100.000	15081	2508	1.075	--
总计		97701	100.000	15081			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-766-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:59:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	97552	100.000	15090	2509	1.078	--
总计		97552	100.000	15090			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-767-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:03:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97770	100.000	15078	2504	1.078	--
总计		97770	100.000	15078			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-768-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:06:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97583	100.000	15060	2503	1.077	--
总计		97583	100.000	15060			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-769-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:09:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	15922	100.000	2558	2731	1.089	--
总计		15922	100.000	2558			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-770-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:13:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	13290	100.000	2156	2715	1.074	--
总计		13290	100.000	2156			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-771-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:16:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	17991	100.000	2883	2722	1.087	--
总计		17991	100.000	2883			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-772-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:20:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	13055	100.000	2092	2695	1.099	--
总计		13055	100.000	2092			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-773-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:23:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	17864	100.000	2895	2688	1.052	--
总计		17864	100.000	2895			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-774-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:26:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	16024	100.000	2608	2709	1.081	--
总计		16024	100.000	2608			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-775-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqxx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:30:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	32751	100.000	5295	2695	1.060	--
总计		32751	100.000	5295			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-776-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:33:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	33666	100.000	5353	2676	1.076	--
总计		33666	100.000	5353			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-777-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:37:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	33145	100.000	5290	2682	1.086	--
总计		33145	100.000	5290			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-778-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqxx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:40:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	33769	100.000	5414	2670	1.074	--
总计		33769	100.000	5414			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-779-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:43:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	35538	100.000	5696	2684	1.070	--
总计		35538	100.000	5696			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-780-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:47:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	34298	100.000	5478	2698	1.081	--
总计		34298	100.000	5478			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-781-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:50:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	40794	100.000	6486	2682	1.073	--
总计		40794	100.000	6486			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-782-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:54:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	39858	100.000	6387	2690	1.084	--
总计		39858	100.000	6387			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-783-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:57:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	40683	100.000	6505	2676	1.082	--
总计		40683	100.000	6505			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-784-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:00:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	40346	100.000	6519	2696	1.075	--
总计		40346	100.000	6519			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-785-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:04:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	41985	100.000	6735	2696	1.080	--
总计		41985	100.000	6735			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-786-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:07:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	40177	100.000	6417	2679	1.074	--
总计		40177	100.000	6417			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-787-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:11:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	42873	100.000	6877	2710	1.070	--
总计		42873	100.000	6877			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-788-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:14:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	42812	100.000	6847	2681	1.077	--
总计		42812	100.000	6847			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-789-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:17:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	42315	100.000	6718	2672	1.081	--
总计		42315	100.000	6718			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-790-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:21:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	44278	100.000	7075	2706	1.067	--
总计		44278	100.000	7075			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-791-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:24:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	42746	100.000	6842	2682	1.077	--
总计		42746	100.000	6842			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-792-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:28:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43728	100.000	6967	2693	1.063	--
总计		43728	100.000	6967			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-793-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:31:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	46997	100.000	7494	2685	1.091	--
总计		46997	100.000	7494			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-794-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:34:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	47531	100.000	7622	2699	1.087	--
总计		47531	100.000	7622			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-795-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:38:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	46902	100.000	7506	2669	1.077	--
总计		46902	100.000	7506			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-796-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:41:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	47168	100.000	7533	2695	1.075	--
总计		47168	100.000	7533			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-797-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:45:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	47796	100.000	7656	2695	1.081	--
总计		47796	100.000	7656			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-798-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:48:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	46464	100.000	7439	2684	1.087	--
总计		46464	100.000	7439			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-799-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:51:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50043	100.000	7982	2676	1.068	--
总计		50043	100.000	7982			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-800-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:55:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48093	100.000	7669	2681	1.077	--
总计		48093	100.000	7669			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-801-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:58:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48385	100.000	7740	2699	1.080	--
总计		48385	100.000	7740			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-802-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:02:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	50771	100.000	8036	2673	1.079	--
总计		50771	100.000	8036			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-803-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqxpH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:05:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	49310	100.000	7888	2661	1.077	--
总计		49310	100.000	7888			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-804-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:08:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48401	100.000	7725	2690	1.081	--
总计		48401	100.000	7725			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-805-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:12:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50090	100.000	7930	2660	1.075	--
总计		50090	100.000	7930			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-806-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:15:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	49219	100.000	7886	2676	1.076	--
总计		49219	100.000	7886			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-807-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:19:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	50768	100.000	8081	2679	1.075	--
总计		50768	100.000	8081			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-808-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:22:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50962	100.000	8148	2692	1.070	--
总计		50962	100.000	8148			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-809-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:25:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50214	100.000	7936	2643	1.083	--
总计		50214	100.000	7936			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-810-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:29:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	51070	100.000	8146	2685	1.077	--
总计		51070	100.000	8146			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-811-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:32:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	52450	100.000	8320	2644	1.076	--
总计		52450	100.000	8320			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-812-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:36:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	50830	100.000	8103	2692	1.079	--
总计		50830	100.000	8103			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-813-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:39:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	51775	100.000	8213	2658	1.070	--
总计		51775	100.000	8213			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-814-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:42:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	51098	100.000	8148	2668	1.069	--
总计		51098	100.000	8148			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-815-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:46:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50172	100.000	7923	2648	1.079	--
总计		50172	100.000	7923			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-816-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:49:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52331	100.000	8380	2677	1.074	--
总计		52331	100.000	8380			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-817-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:53:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50948	100.000	8094	2675	1.076	--
总计		50948	100.000	8094			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-818-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:56:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	51271	100.000	8185	2680	1.079	--
总计		51271	100.000	8185			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-819-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:59:47
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	52711	100.000	8380	2674	1.084	--
总计		52711	100.000	8380			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-820-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:03:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	53143	100.000	8410	2663	1.083	--
总计		53143	100.000	8410			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-821-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:06:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	52783	100.000	8446	2695	1.083	--
总计		52783	100.000	8446			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-822-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:09:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	52539	100.000	8366	2672	1.073	--
总计		52539	100.000	8366			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-823-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:13:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	54054	100.000	8598	2683	1.089	--
总计		54054	100.000	8598			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-824-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:16:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	52865	100.000	8370	2675	1.080	--
总计		52865	100.000	8370			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-825-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:20:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	54188	100.000	8621	2700	1.085	--
总计		54188	100.000	8621			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-826-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:23:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	53963	100.000	8602	2695	1.081	--
总计		53963	100.000	8602			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-827-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:26:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53483	100.000	8464	2703	1.084	--
总计		53483	100.000	8464			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-828-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:30:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	53043	100.000	8448	2697	1.081	--
总计		53043	100.000	8448			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-829-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:33:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97078	100.000	14931	2499	1.081	--
总计		97078	100.000	14931			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-830-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:37:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97111	100.000	14932	2494	1.087	--
总计		97111	100.000	14932			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-831-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:40:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-832-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:43:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97102	100.000	14906	2503	1.086	--
总计		97102	100.000	14906			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-833-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:47:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97292	100.000	14899	2503	1.082	--
总计		97292	100.000	14899			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-834-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:50:34
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97021	100.000	14931	2508	1.082	--
总计		97021	100.000	14931			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-835-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:53:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97167	100.000	14913	2503	1.081	--
总计		97167	100.000	14913			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-836-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:57:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97331	100.000	14907	2505	1.085	--
总计		97331	100.000	14907			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-837-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:00:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	19705	100.000	3201	2739	1.048	--
总计		19705	100.000	3201			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-838-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:04:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	17745	100.000	2857	2736	1.076	--
总计		17745	100.000	2857			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-839-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:07:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	15632	100.000	2513	2713	1.091	--
总计		15632	100.000	2513			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-840-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:10:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	19527	100.000	3153	2704	1.070	--
总计		19527	100.000	3153			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-841-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:14:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	17799	100.000	2851	2700	1.069	--
总计		17799	100.000	2851			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-842-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:17:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	16435	100.000	2657	2746	1.043	--
总计		16435	100.000	2657			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-843-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:20:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	37823	100.000	6077	2715	1.069	--
总计		37823	100.000	6077			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-844-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:24:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	35613	100.000	5691	2693	1.075	--
总计		35613	100.000	5691			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-845-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:27:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34232	100.000	5456	2686	1.081	--
总计		34232	100.000	5456			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-846-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:31:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	35891	100.000	5736	2702	1.072	--
总计		35891	100.000	5736			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-847-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:34:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	35822	100.000	5770	2747	1.072	--
总计		35822	100.000	5770			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-848-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:37:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	33967	100.000	5445	2740	1.089	--
总计		33967	100.000	5445			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-849-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:41:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	42241	100.000	6761	2713	1.081	--
总计		42241	100.000	6761			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-850-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:44:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	42517	100.000	6767	2702	1.074	--
总计		42517	100.000	6767			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-851-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:47:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	41529	100.000	6649	2687	1.079	--
总计		41529	100.000	6649			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-852-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:51:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	43318	100.000	6919	2709	1.085	--
总计		43318	100.000	6919			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-853-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:54:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	41769	100.000	6703	2706	1.084	--
总计		41769	100.000	6703			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-854-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:58:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43830	100.000	7029	2749	1.069	--
总计		43830	100.000	7029			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-855-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:01:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	47597	100.000	7656	2732	1.077	--
总计		47597	100.000	7656			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-856-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:04:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	44310	100.000	7090	2695	1.082	--
总计		44310	100.000	7090			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-857-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:08:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	43509	100.000	6955	2699	1.077	--
总计		43509	100.000	6955			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-858-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:11:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	44939	100.000	7142	2697	1.078	--
总计		44939	100.000	7142			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-859-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:14:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	43395	100.000	6881	2684	1.078	--
总计		43395	100.000	6881			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-860-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:18:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	43176	100.000	6937	2700	1.081	--
总计		43176	100.000	6937			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-861-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:21:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	49511	100.000	7828	2677	1.085	--
总计		49511	100.000	7828			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-862-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:24:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	49083	100.000	7888	2702	1.085	--
总计		49083	100.000	7888			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-863-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:28:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	47621	100.000	7644	2714	1.071	--
总计		47621	100.000	7644			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-864-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:31:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50003	100.000	7978	2687	1.073	--
总计		50003	100.000	7978			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-865-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:35:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48557	100.000	7749	2703	1.077	--
总计		48557	100.000	7749			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-866-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:38:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48520	100.000	7765	2688	1.069	--
总计		48520	100.000	7765			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-867-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:41:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50633	100.000	8078	2681	1.083	--
总计		50633	100.000	8078			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-868-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:45:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	50571	100.000	8039	2695	1.079	--
总计		50571	100.000	8039			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-869-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:48:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51381	100.000	8210	2701	1.081	--
总计		51381	100.000	8210			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-870-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:51:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50435	100.000	8037	2682	1.086	--
总计		50435	100.000	8037			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-871-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:55:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51613	100.000	8254	2693	1.072	--
总计		51613	100.000	8254			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-872-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:58:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51668	100.000	8277	2710	1.087	--
总计		51668	100.000	8277			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-873-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:01:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	51978	100.000	8263	2706	1.080	--
总计		51978	100.000	8263			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-874-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:05:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	49995	100.000	7955	2710	1.091	--
总计		49995	100.000	7955			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-875-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:08:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	50113	100.000	7947	2693	1.074	--
总计		50113	100.000	7947			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-876-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:11:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	51273	100.000	8127	2703	1.081	--
总计		51273	100.000	8127			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-877-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:15:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52199	100.000	8270	2689	1.085	--
总计		52199	100.000	8270			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-878-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:18:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52384	100.000	8338	2705	1.085	--
总计		52384	100.000	8338			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-879-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:22:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52279	100.000	8299	2699	1.079	--
总计		52279	100.000	8299			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-880-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:25:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	52375	100.000	8298	2692	1.081	--
总计		52375	100.000	8298			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-881-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:28:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	52327	100.000	8318	2701	1.076	--
总计		52327	100.000	8318			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-882-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:32:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51934	100.000	8346	2714	1.078	--
总计		51934	100.000	8346			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-883-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:35:34
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52117	100.000	8331	2710	1.075	--
总计		52117	100.000	8331			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-884-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:38:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52785	100.000	8415	2696	1.084	--
总计		52785	100.000	8415			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-885-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:42:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52100	100.000	8315	2705	1.086	--
总计		52100	100.000	8315			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-886-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:45:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	51264	100.000	8223	2704	1.076	--
总计		51264	100.000	8223			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-887-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:49:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51212	100.000	8202	2712	1.074	--
总计		51212	100.000	8202			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-888-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:52:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	51884	100.000	8262	2688	1.077	--
总计		51884	100.000	8262			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-889-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:55:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53649	100.000	8537	2683	1.082	--
总计		53649	100.000	8537			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-890-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:59:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52134	100.000	8317	2693	1.089	--
总计		52134	100.000	8317			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-891-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:02:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53473	100.000	8565	2729	1.079	--
总计		53473	100.000	8565			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-892-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:06:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53881	100.000	8565	2696	1.079	--
总计		53881	100.000	8565			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-893-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqxx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:09:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	54098	100.000	8662	2710	1.077	--
总计		54098	100.000	8662			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-894-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:12:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53806	100.000	8566	2699	1.078	--
总计		53806	100.000	8566			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-895-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:16:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	53871	100.000	8623	2725	1.087	--
总计		53871	100.000	8623			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-896-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:19:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	54581	100.000	8632	2708	1.080	--
总计		54581	100.000	8632			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-897-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:23:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	97380	100.000	15023	2513	1.084	--
总计		97380	100.000	15023			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-898-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:26:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97471	100.000	14995	2507	1.081	--
总计		97471	100.000	14995			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-899-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:29:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-900-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:33:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96957	100.000	14890	2507	1.084	--
总计		96957	100.000	14890			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-901-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:36:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97102	100.000	14866	2495	1.083	--
总计		97102	100.000	14866			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-902-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:40:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	96970	100.000	14913	2498	1.083	--
总计		96970	100.000	14913			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-903-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:43:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	97134	100.000	14919	2503	1.081	--
总计		97134	100.000	14919			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-904-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:46:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97181	100.000	14903	2501	1.080	--
总计		97181	100.000	14903			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-905-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:50:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	17643	100.000	2804	2693	1.051	--
总计		17643	100.000	2804			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-906-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:53:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	15938	100.000	2540	2662	1.065	--
总计		15938	100.000	2540			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-907-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:57:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	15781	100.000	2535	2689	1.053	--
总计		15781	100.000	2535			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-908-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:00:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	19450	100.000	3104	2671	1.049	--
总计		19450	100.000	3104			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-909-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:03:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	18142	100.000	2912	2696	1.089	--
总计		18142	100.000	2912			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-910-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:07:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	19343	100.000	3089	2712	1.088	--
总计		19343	100.000	3089			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-911-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:10:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	33564	100.000	5315	2667	1.070	--
总计		33564	100.000	5315			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-912-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:13:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34976	100.000	5592	2680	1.078	--
总计		34976	100.000	5592			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-913-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:17:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	33699	100.000	5303	2662	1.071	--
总计		33699	100.000	5303			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-914-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:20:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34103	100.000	5380	2652	1.074	--
总计		34103	100.000	5380			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-915-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:24:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34474	100.000	5532	2703	1.075	--
总计		34474	100.000	5532			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-916-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:27:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34126	100.000	5427	2663	1.081	--
总计		34126	100.000	5427			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-917-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:30:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	39608	100.000	6278	2674	1.077	--
总计		39608	100.000	6278			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-918-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:34:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	40132	100.000	6403	2697	1.084	--
总计		40132	100.000	6403			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-919-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:37:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	38802	100.000	6157	2665	1.077	--
总计		38802	100.000	6157			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-920-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:40:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	39139	100.000	6262	2681	1.079	--
总计		39139	100.000	6262			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-921-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:44:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	40205	100.000	6416	2661	1.086	--
总计		40205	100.000	6416			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-922-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:47:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	40481	100.000	6451	2663	1.077	--
总计		40481	100.000	6451			

图228 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-923-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:51:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	40881	100.000	6519	2668	1.076	--
总计		40881	100.000	6519			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-924-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:54:32
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43455	100.000	6923	2689	1.080	--
总计		43455	100.000	6923			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-925-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:57:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	42228	100.000	6654	2663	1.081	--
总计		42228	100.000	6654			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-926-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:01:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	42637	100.000	6772	2674	1.075	--
总计		42637	100.000	6772			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-927-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:04:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	41224	100.000	6514	2685	1.079	--
总计		41224	100.000	6514			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-928-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:08:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	42475	100.000	6756	2675	1.078	--
总计		42475	100.000	6756			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-929-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:11:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46917	100.000	7396	2682	1.068	--
总计		46917	100.000	7396			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-930-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:14:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46396	100.000	7394	2699	1.071	--
总计		46396	100.000	7394			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-931-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:18:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43426	100.000	6911	2674	1.086	--
总计		43426	100.000	6911			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-932-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:21:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45835	100.000	7264	2660	1.078	--
总计		45835	100.000	7264			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-933-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:24:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	43614	100.000	6900	2653	1.091	--
总计		43614	100.000	6900			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-934-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:28:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46675	100.000	7410	2685	1.091	--
总计		46675	100.000	7410			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-935-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:31:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45475	100.000	7268	2692	1.085	--
总计		45475	100.000	7268			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-936-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:35:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	47756	100.000	7546	2672	1.085	--
总计		47756	100.000	7546			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-937-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:38:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45055	100.000	7183	2685	1.075	--
总计		45055	100.000	7183			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-938-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:41:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	46201	100.000	7328	2662	1.079	--
总计		46201	100.000	7328			

图244 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-939-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:45:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	44937	100.000	7136	2668	1.073	--
总计		44937	100.000	7136			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-940-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:48:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	46916	100.000	7480	2674	1.076	--
总计		46916	100.000	7480			

图246 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-941-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:52:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	44868	100.000	7093	2667	1.076	--
总计		44868	100.000	7093			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-942-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:55:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46498	100.000	7392	2673	1.083	--
总计		46498	100.000	7392			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-943-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:58:47
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45183	100.000	7135	2651	1.085	--
总计		45183	100.000	7135			

图249 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-944-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:02:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46887	100.000	7433	2682	1.073	--
总计		46887	100.000	7433			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-945-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:05:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43932	100.000	6992	2670	1.082	--
总计		43932	100.000	6992			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-946-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:08:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45695	100.000	7232	2654	1.080	--
总计		45695	100.000	7232			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-947-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:12:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47080	100.000	7494	2688	1.078	--
总计		47080	100.000	7494			

图253 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-948-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:15:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47274	100.000	7479	2666	1.077	--
总计		47274	100.000	7479			

图254 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-949-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:19:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45599	100.000	7221	2670	1.089	--
总计		45599	100.000	7221			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-950-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:22:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46226	100.000	7326	2678	1.074	--
总计		46226	100.000	7326			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-951-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:25:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46211	100.000	7367	2680	1.077	--
总计		46211	100.000	7367			

图257 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-952-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:29:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45664	100.000	7299	2690	1.081	--
总计		45664	100.000	7299			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-953-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:32:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45235	100.000	7170	2678	1.086	--
总计		45235	100.000	7170			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-954-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:36:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45976	100.000	7327	2695	1.083	--
总计		45976	100.000	7327			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-955-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:39:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	44393	100.000	7062	2675	1.076	--
总计		44393	100.000	7062			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-956-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:42:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	48318	100.000	7659	2685	1.086	--
总计		48318	100.000	7659			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-957-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:46:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	48068	100.000	7652	2683	1.082	--
总计		48068	100.000	7652			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-958-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:49:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46304	100.000	7386	2680	1.076	--
总计		46304	100.000	7386			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-959-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:53:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47748	100.000	7554	2685	1.073	--
总计		47748	100.000	7554			

图265 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-960-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:56:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	49361	100.000	7890	2707	1.072	--
总计		49361	100.000	7890			

图266 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-961-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:59:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	46097	100.000	7271	2661	1.088	--
总计		46097	100.000	7271			

图267 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-962-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:03:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	48511	100.000	7675	2666	1.083	--
总计		48511	100.000	7675			

图268 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-963-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:06:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	48745	100.000	7743	2702	1.080	--
总计		48745	100.000	7743			

图269 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-964-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:10:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:29:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47346	100.000	7480	2660	1.071	--
总计		47346	100.000	7480			

图270 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-23/26-965-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:13:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:49:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	98785	100.000	15884	2612	1.081	--
总计		98785	100.000	15884			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-23/26-966-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:16:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:50:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	98678	100.000	15883	2616	1.079	--
总计		98678	100.000	15883			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2