




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱 温：40°C 波 长: 250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-283-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:33:24 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:37 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-284-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSJZ-10mg-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 11:36:47
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:42
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	334187	100.000	47504	2465	1.154	--
总计		334187	100.000	47504			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-285-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-18 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 11:40:10 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.288	333808	100.000	47883	2496	1.150	--
总计		333808	100.000	47883			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-286-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSJZ-10mg-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 11:43:32
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	333773	100.000	47908	2512	1.154	--
总计		333773	100.000	47908			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-287-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 11:46:56
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	333464	100.000	48262	2530	1.153	--
总计		333464	100.000	48262			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-288-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 11:50:19
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	334290	100.000	48544	2544	1.151	--
总计		334290	100.000	48544			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-289-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:53:41 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:55 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	340310	100.000	55388	3304	1.173	--
总计		340310	100.000	55388			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-290-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-1 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 11:57:03 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:04:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	339932	100.000	55616	3344	1.173	--
总计		339932	100.000	55616			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-291-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:00:26 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:01 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	330565	100.000	54241	3362	1.172	--
总计		330565	100.000	54241			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-292-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:03:48 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:03 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	328687	100.000	54126	3386	1.171	--
总计		328687	100.000	54126			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-293-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:07:10 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:06 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	340393	100.000	56124	3394	1.170	--
总计		340393	100.000	56124			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-294-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:10:32 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:08 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	340152	100.000	56156	3407	1.170	--
总计		340152	100.000	56156			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-295-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:13:54 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:10 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	332354	100.000	54935	3418	1.171	--
总计		332354	100.000	54935			



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-296-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P4-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/07 12:17:15

处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	333083	100.000	54987	3413	1.171	--
总计		333083	100.000	54987			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-297-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:20:38 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:16 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	329940	100.000	54403	3408	1.172	--
总计		329940	100.000	54403			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-298-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:24:00 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:18 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	329711	100.000	54611	3424	1.167	--
总计		329711	100.000	54611			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-299-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:27:22 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:21 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	334705	100.000	55242	3410	1.168	--
总计		334705	100.000	55242			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-300-3 - zzp-2024122521p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:30:44 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:24 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.295	334757	100.000	55486	3433	1.168	--
总计		334757	100.000	55486			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-301-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:34:06 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:26 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	341229	100.000	56346	3419	1.169	--
总计		341229	100.000	56346			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-302-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-2 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 12:37:28 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	341134	100.000	56348	3426	1.172	--
总计		341134	100.000	56348			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-303-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:40:50 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:31 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	336719	100.000	55776	3443	1.168	--
总计		336719	100.000	55776			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-304-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-11 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 12:44:13 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	335710	100.000	55386	3425	1.171	--
总计		335710	100.000	55386			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-305-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:47:35 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:36 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	333797	100.000	55114	3429	1.171	--
总计		333797	100.000	55114			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-306-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:50:57 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:38 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	332577	100.000	54924	3429	1.170	--
总计		332577	100.000	54924			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-307-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-29 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 12:54:19 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	329170	100.000	54439	3438	1.168	--
总计		329170	100.000	54439			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-308-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:57:41 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:43 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	329670	100.000	54505	3437	1.170	--
总计		329670	100.000	54505			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-309-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:01:03 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:46 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	330665	100.000	54762	3440	1.168	--
总计		330665	100.000	54762			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-310-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:04:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:48 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	329951	100.000	54747	3432	1.170	--
总计		329951	100.000	54747			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-311-3 - zzp-2024122621p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:07:46 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:51 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	333765	100.000	55150	3425	1.170	--
总计		333765	100.000	55150			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-312-3 - zzp-2024122621p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:11:08 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:53 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	333922	100.000	54947	3415	1.174	--
总计		333922	100.000	54947			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-313-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:14:30 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:56 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	343298	100.000	56674	3428	1.171	--
总计		343298	100.000	56674			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-314-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:17:52 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:05:58 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	342900	100.000	56641	3430	1.169	--
总计		342900	100.000	56641			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-315-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:21:14 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:01 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	338884	100.000	56049	3435	1.169	--
总计		338884	100.000	56049			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-316-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:24:36 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:04 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	338628	100.000	55962	3425	1.172	--
总计		338628	100.000	55962			



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-317-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P3-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/07 13:27:58

处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	339902	100.000	56158	3430	1.169	--
总计		339902	100.000	56158			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-318-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-21 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 13:31:20 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	339066	100.000	56013	3434	1.170	--
总计		339066	100.000	56013			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-319-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-30 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 13:34:42 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	333294	100.000	55061	3431	1.169	--
总计		333294	100.000	55061			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-320-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-30 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 13:38:04 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	333008	100.000	55050	3432	1.169	--
总计		333008	100.000	55050			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-321-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:41:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:17 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	338846	100.000	56051	3440	1.172	--
总计		338846	100.000	56051			



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-322-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P5-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/07 13:44:47

处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	339885	100.000	56194	3436	1.169	--
总计		339885	100.000	56194			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-323-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 13:48:09
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	341899	100.000	56446	3433	1.171	--
总计		341899	100.000	56446			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-324-3 - zzp-2024122721p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-10mg-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:51:31 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:24 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	341332	100.000	56343	3435	1.171	--
总计		341332	100.000	56343			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-325-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-27 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 13:54:54 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	334023	100.000	51035	2849	1.173	--
总计		334023	100.000	51035			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速：1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-326-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-10mg-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:58:17 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:29 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	334813	100.000	50946	2827	1.173	--
总计		334813	100.000	50946			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-327-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 14:01:41
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-328-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 14:05:05
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	479263	100.000	72938	2806	1.173	--
总计		479263	100.000	72938			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-329-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:08:29 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:36 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	480375	100.000	72694	2799	1.175	--
总计		480375	100.000	72694			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-330-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:11:53 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:39 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	479461	100.000	72161	2782	1.187	--
总计		479461	100.000	72161			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-331-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:15:17 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:41 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	479676	100.000	72631	2801	1.176	--
总计		479676	100.000	72631			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-332-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:18:41 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:43 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	479946	100.000	72538	2770	1.182	--
总计		479946	100.000	72538			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-333-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:22:04 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:46 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	501589	100.000	82525	3412	1.178	--
总计		501589	100.000	82525			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-334-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 14:25:27
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	503151	100.000	82940	3419	1.174	--
总计		503151	100.000	82940			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40°C 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 28-6/28-335-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:28:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2025/03/08 15:06:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	504386	100.000	83065	3418	1.176	--
总计		504386	100.000	83065			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-336-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:32:14 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:53 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	501589	100.000	82995	3437	1.175	--
总计		501589	100.000	82995			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-337-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:35:37 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:55 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	504177	100.000	83240	3421	1.175	--
总计		504177	100.000	83240			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-338-3 - zzp-2024122821p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:39:00 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:06:58 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	502202	100.000	83178	3451	1.169	--
总计		502202	100.000	83178			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40°C 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 28-6/28-339-3 - zzp-2024122821p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:42:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2025/03/08 15:07:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	485709	100.000	80020	3431	1.174	--
总计		485709	100.000	80020			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-340-3 - zzp-2024122821p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:45:46 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:02 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	486029	100.000	80368	3427	1.175	--
总计		486029	100.000	80368			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱 温：40℃ 波 长: 250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-341-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：10 μl 版本号: 6.115
进样时间：2025/03/07 14:49:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:05 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	500646	100.000	82716	3436	1.173	--
总计		500646	100.000	82716			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温：40℃ 波长: 250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-342-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:52:31 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:07 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	501021	100.000	82647	3432	1.172	--
总计		501021	100.000	82647			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-343-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 14:55:53
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	506345	100.000	83669	3439	1.173	--
总计		506345	100.000	83669			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-344-3 - zzp-2024122821p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:59:15 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:12 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	506281	100.000	83706	3438	1.170	--
总计		506281	100.000	83706			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-345-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:02:38 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:14 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	510802	100.000	84410	3434	1.170	--
总计		510802	100.000	84410			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-346-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:06:02 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:17 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	511831	100.000	84395	3430	1.174	--
总计		511831	100.000	84395			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-347-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:09:25 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:19 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	497460	100.000	81974	3430	1.174	--
总计		497460	100.000	81974			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-348-3 - zzp-2024122921p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:12:48 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:21 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	497608	100.000	82094	3438	1.171	--
总计		497608	100.000	82094			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-349-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-20
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:16:11 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:24 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	509258	100.000	83994	3431	1.173	--
总计		509258	100.000	83994			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-350-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-20
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:19:35 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:26 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	509445	100.000	83942	3430	1.173	--
总计		509445	100.000	83942			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-351-3 - zzp-2024122921p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P4-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:22:58 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:28 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	493501	100.000	81732	3450	1.167	--
总计		493501	100.000	81732			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温：40℃ 波长: 250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-352-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μl 版本号: 6.115
进样时间：2025/03/07 15:26:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	494276	100.000	81653	3439	1.171	--
总计		494276	100.000	81653			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40°C 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 28-6/28-353-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:29:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2025/03/08 15:07:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	509795	100.000	84075	3435	1.172	--
总计		509795	100.000	84075			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-354-3 - zzp-2024122921p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-38
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:33:07 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:35 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	510128	100.000	84158	3436	1.171	--
总计		510128	100.000	84158			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-355-3 - zzp-2024122921p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:36:30 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:38 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	508323	100.000	84067	3448	1.169	--
总计		508323	100.000	84067			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-356-3 - zzp-2024122921p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 15:39:54
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:40
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	508995	100.000	83880	3432	1.174	--
总计		508995	100.000	83880			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-357-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-3
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:43:17 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:43 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	504900	100.000	83330	3437	1.174	--
总计		504900	100.000	83330			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-358-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-3
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 15:46:41
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	504735	100.000	83181	3435	1.174	--
总计		504735	100.000	83181			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-359-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:50:05 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:48 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	503818	100.000	83276	3440	1.173	--
总计		503818	100.000	83276			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-360-3 - zzp-2024123021p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:53:29 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:50 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	503808	100.000	83385	3446	1.168	--
总计		503808	100.000	83385			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-361-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P3-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-21 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiexinhui
进样时间：2025/03/07 15:56:52 处理者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	509123	100.000	84158	3441	1.173	--
总计		509123	100.000	84158			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-362-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P3-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-21
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:00:15 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:55 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	508901	100.000	83866	3438	1.174	--
总计		508901	100.000	83866			



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-363-3 - zzp-2024123021p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P4-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号：2-30

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/07 16:03:38

处理时间(V3)：2025/03/08 15:07:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	507465	100.000	84083	3448	1.170	--
总计		507465	100.000	84083			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$SMF-377 - 28-6/28-364-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/03/07 16:07:01
处理时间(V3): 2025/03/08 15:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	508384	100.000	83856	3436	1.173	--
总计		508384	100.000	83856			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-365-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P5-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 16:10:24
处理时间(V3)：2025/03/08 15:08:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	506226	100.000	84216	3457	1.162	--
总计		506226	100.000	84216			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-366-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P5-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:13:47 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:08:04 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	505786	100.000	83503	3436	1.172	--
总计		505786	100.000	83503			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-367-3 - zzp-2024123021p-rcd-pH4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P6-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 16:17:10
处理时间(V3)：2025/03/08 15:08:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	507682	100.000	84070	3440	1.170	--
总计		507682	100.000	84070			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-368-3 - zzp-2024123021p-rcd-ph4.5+0.2%sdsjz-15mg-jf75z-P6-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:20:32 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:08:09 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	506028	100.000	83633	3460	1.173	--
总计		506028	100.000	83633			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-369-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl
进样时间：2025/03/07 16:23:55
处理时间(V3)：2025/03/08 15:08:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiexinhui
处理者：xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	479787	100.000	73410	2861	1.173	--
总计		479787	100.000	73410			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-6/28-370-3 - zzp-rcd-pH4.5+0.2%SDSjz-15mg-jf75z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCD-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250307-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:27:18 实验者：xiexinhui
处理时间(V3)：2025/03/08 15:08:14 处理者：xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	480401	100.000	73195	2839	1.180	--
总计		480401	100.000	73195			