



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-305-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 11:42:51

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-306-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 11:46:15

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	168347	100.000	33901	2581	1.231	--
总计		168347	100.000	33901			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-307-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 11:49:39

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	168013	100.000	34032	2616	1.227	--
总计		168013	100.000	34032			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-308-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 11:53:03

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	168293	100.000	34003	2602	1.227	--
总计		168293	100.000	34003			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-309-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 11:56:26

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	168051	100.000	33826	2581	1.226	--
总计		168051	100.000	33826			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-310-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 11:59:50

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	167735	100.000	33777	2585	1.228	--
总计		167735	100.000	33777			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-311-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:03:13

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	136608	100.000	27192	2511	1.219	--
总计		136608	100.000	27192			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-312-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:06:36

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	151389	100.000	30283	2543	1.221	--
总计		151389	100.000	30283			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-313-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:09:59

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	146405	100.000	29270	2543	1.222	--
总计		146405	100.000	29270			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-314-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:13:22

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	140473	100.000	28286	2578	1.220	--
总计		140473	100.000	28286			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-315-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:16:44

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	141301	100.000	28361	2567	1.222	--
总计		141301	100.000	28361			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-316-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:20:07

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	149542	100.000	29983	2561	1.221	--
总计		149542	100.000	29983			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-317-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:23:30

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	159535	100.000	32127	2577	1.223	--
总计		159535	100.000	32127			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-318-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:26:54

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	168028	100.000	33870	2587	1.223	--
总计		168028	100.000	33870			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-319-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:30:17

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	163507	100.000	33168	2603	1.216	--
总计		163507	100.000	33168			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-320-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:33:39

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:00:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	166702	100.000	33795	2602	1.210	--
总计		166702	100.000	33795			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-321-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:37:02

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	166892	100.000	33528	2577	1.219	--
总计		166892	100.000	33528			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-322-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:40:25

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	170813	100.000	34241	2571	1.218	--
总计		170813	100.000	34241			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-323-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:43:48

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	167706	100.000	33768	2575	1.217	--
总计		167706	100.000	33768			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-324-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:47:11

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	173608	100.000	34910	2575	1.219	--
总计		173608	100.000	34910			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-325-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:50:34

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	170218	100.000	34252	2574	1.217	--
总计		170218	100.000	34252			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-326-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:53:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	174173	100.000	35231	2607	1.216	--
总计		174173	100.000	35231			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-327-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 12:57:20

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	174347	100.000	35244	2618	1.219	--
总计		174347	100.000	35244			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-328-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:00:42

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	174237	100.000	35244	2621	1.218	--
总计		174237	100.000	35244			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-329-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:04:04

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	172736	100.000	35010	2621	1.217	--
总计		172736	100.000	35010			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-330-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:07:27

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	175162	100.000	35466	2616	1.216	--
总计		175162	100.000	35466			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-331-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:10:49

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	173423	100.000	35165	2618	1.214	--
总计		173423	100.000	35165			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-332-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:14:12

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	175744	100.000	35677	2621	1.213	--
总计		175744	100.000	35677			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-333-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:17:35

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	176692	100.000	35833	2624	1.213	--
总计		176692	100.000	35833			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-334-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:20:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	175412	100.000	35485	2630	1.215	--
总计		175412	100.000	35485			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-335-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:24:20

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	178642	100.000	36155	2613	1.212	--
总计		178642	100.000	36155			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-336-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:27:43

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	176139	100.000	35738	2630	1.216	--
总计		176139	100.000	35738			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-337-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:31:05

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	175753	100.000	35545	2625	1.215	--
总计		175753	100.000	35545			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-338-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:34:27

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	176957	100.000	35917	2629	1.213	--
总计		176957	100.000	35917			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-339-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:37:49

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:01:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	178544	100.000	36216	2635	1.215	--
总计		178544	100.000	36216			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-340-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:41:11

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速 : 1.0ml/min


波长 : 225nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	175730	100.000	35687	2640	1.214	--
总计		175730	100.000	35687			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-341-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:44:34

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	179201	100.000	36402	2641	1.214	--
总计		179201	100.000	36402			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-342-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:47:56

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	176657	100.000	36013	2659	1.208	--
总计		176657	100.000	36013			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-343-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:51:18

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	176697	100.000	35975	2662	1.210	--
总计		176697	100.000	35975			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-344-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:54:41

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	176983	100.000	35982	2655	1.210	--
总计		176983	100.000	35982			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-345-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 13:58:03

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179315	100.000	36406	2651	1.209	--
总计		179315	100.000	36406			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-346-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:01:26

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	175626	100.000	35669	2653	1.207	--
总计		175626	100.000	35669			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-347-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:04:50

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	182309	100.000	37149	2654	1.207	--
总计		182309	100.000	37149			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-348-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:08:13

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	176496	100.000	35919	2648	1.207	--
总计		176496	100.000	35919			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-349-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:11:37

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	177268	100.000	36023	2642	1.206	--
总计		177268	100.000	36023			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-350-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:15:00

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	176558	100.000	35750	2624	1.207	--
总计		176558	100.000	35750			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-351-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:18:22

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179381	100.000	36303	2628	1.207	--
总计		179381	100.000	36303			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-352-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:21:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	175343	100.000	35497	2621	1.206	--
总计		175343	100.000	35497			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-353-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:25:09

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	168335	100.000	33953	2632	1.211	--
总计		168335	100.000	33953			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-354-2 - zzp-25022401p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:28:32

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	167939	100.000	33939	2632	1.208	--
总计		167939	100.000	33939			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-355-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:31:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-356-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:35:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	167461	100.000	33892	2632	1.207	--
总计		167461	100.000	33892			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-357-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:38:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	167545	100.000	33942	2643	1.206	--
总计		167545	100.000	33942			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-358-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:42:10

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:02:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	167692	100.000	34069	2633	1.206	--
总计		167692	100.000	34069			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-359-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:45:35

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	167583	100.000	34084	2639	1.206	--
总计		167583	100.000	34084			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-360-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:48:59

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	167461	100.000	34135	2641	1.206	--
总计		167461	100.000	34135			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-361-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:52:22

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	172873	100.000	34972	2620	1.205	--
总计		172873	100.000	34972			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-362-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:55:46

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179137	100.000	36277	2627	1.205	--
总计		179137	100.000	36277			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-363-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 14:59:10

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	176544	100.000	35827	2633	1.205	--
总计		176544	100.000	35827			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-364-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:02:34

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	171150	100.000	34810	2630	1.200	--
总计		171150	100.000	34810			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-365-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:05:58

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	170068	100.000	34455	2627	1.205	--
总计		170068	100.000	34455			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-366-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:09:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	172286	100.000	34921	2629	1.207	--
总计		172286	100.000	34921			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-367-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:12:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	180002	100.000	36643	2634	1.205	--
总计		180002	100.000	36643			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-368-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:16:10

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	180931	100.000	36748	2635	1.205	--
总计		180931	100.000	36748			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-369-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:19:33

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	182328	100.000	37017	2628	1.205	--
总计		182328	100.000	37017			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-370-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:22:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	178404	100.000	36466	2661	1.204	--
总计		178404	100.000	36466			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-371-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:26:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179612	100.000	36757	2661	1.202	--
总计		179612	100.000	36757			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-372-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:29:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179287	100.000	36617	2664	1.206	--
总计		179287	100.000	36617			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-373-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:33:09

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	185585	100.000	37976	2667	1.204	--
总计		185585	100.000	37976			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-374-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:36:33

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	181560	100.000	37138	2667	1.204	--
总计		181560	100.000	37138			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-375-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:39:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	183498	100.000	37522	2664	1.205	--
总计		183498	100.000	37522			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-376-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:43:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179174	100.000	36573	2661	1.204	--
总计		179174	100.000	36573			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-377-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:46:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速 : 1.0ml/min


波长 : 225nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	181041	100.000	37182	2674	1.203	--
总计		181041	100.000	37182			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-378-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:50:08

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	180437	100.000	36846	2670	1.206	--
总计		180437	100.000	36846			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-379-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:53:32

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:03:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	182109	100.000	37238	2667	1.206	--
总计		182109	100.000	37238			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-380-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 15:56:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	181487	100.000	37036	2657	1.205	--
总计		181487	100.000	37036			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-381-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:00:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	183421	100.000	37548	2656	1.202	--
总计		183421	100.000	37548			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-382-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:03:46

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179691	100.000	36762	2668	1.204	--
总计		179691	100.000	36762			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-383-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:07:10

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	182416	100.000	37242	2656	1.203	--
总计		182416	100.000	37242			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-384-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:10:34

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	180067	100.000	36751	2674	1.203	--
总计		180067	100.000	36751			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-385-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:13:59

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	183418	100.000	37571	2670	1.200	--
总计		183418	100.000	37571			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-386-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:17:24

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	181461	100.000	37133	2667	1.201	--
总计		181461	100.000	37133			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-387-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:20:49

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	183324	100.000	37474	2659	1.200	--
总计		183324	100.000	37474			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-388-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:24:14

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	179614	100.000	36781	2668	1.200	--
总计		179614	100.000	36781			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-389-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:27:39

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	182838	100.000	37394	2666	1.200	--
总计		182838	100.000	37394			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-390-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:31:03

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速 : 1.0ml/min


波长 : 225nm

版本号 : 6.115

实验者 : jiangjinwei

处理者 : jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	179852	100.000	36821	2664	1.201	--
总计		179852	100.000	36821			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-391-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:34:28

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	182033	100.000	37260	2665	1.202	--
总计		182033	100.000	37260			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-392-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:37:52

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	180945	100.000	37049	2675	1.202	--
总计		180945	100.000	37049			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-393-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:41:16

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	183043	100.000	37531	2679	1.202	--
总计		183043	100.000	37531			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-394-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:44:41

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	179393	100.000	36848	2685	1.202	--
总计		179393	100.000	36848			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-395-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:48:05

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	182303	100.000	37405	2685	1.204	--
总计		182303	100.000	37405			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-396-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:51:30

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	179292	100.000	36899	2696	1.204	--
总计		179292	100.000	36899			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-397-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:54:55

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	182064	100.000	37337	2690	1.204	--
总计		182064	100.000	37337			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-398-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 16:58:20

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	180430	100.000	36955	2690	1.203	--
总计		180430	100.000	36955			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-399-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:01:44

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:04:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	182282	100.000	37446	2684	1.203	--
总计		182282	100.000	37446			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-400-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:05:09

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	179296	100.000	36689	2686	1.203	--
总计		179296	100.000	36689			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-401-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:08:34

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	181984	100.000	37300	2685	1.203	--
总计		181984	100.000	37300			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-402-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:11:58

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	179017	100.000	36772	2687	1.205	--
总计		179017	100.000	36772			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-403-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:15:23

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	167878	100.000	34451	2699	1.210	--
总计		167878	100.000	34451			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-404-2 - zzp-25022402p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:18:48

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	167342	100.000	34434	2702	1.207	--
总计		167342	100.000	34434			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-405-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:22:11

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-406-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:25:35

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	168242	100.000	34654	2703	1.207	--
总计		168242	100.000	34654			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-407-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:28:58

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	167965	100.000	34595	2707	1.207	--
总计		167965	100.000	34595			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-408-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:32:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	168080	100.000	34565	2701	1.207	--
总计		168080	100.000	34565			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-409-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:35:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	168154	100.000	34607	2701	1.207	--
总计		168154	100.000	34607			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-410-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:39:09

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.641	168186	100.000	34586	2700	1.207	--
总计		168186	100.000	34586			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-411-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:42:32

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	185923	100.000	38308	2699	1.206	--
总计		185923	100.000	38308			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-412-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:45:55

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	169895	100.000	34895	2701	1.204	--
总计		169895	100.000	34895			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-413-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:49:18

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	190011	100.000	39003	2701	1.205	--
总计		190011	100.000	39003			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-414-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:52:41

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	183169	100.000	37620	2705	1.205	--
总计		183169	100.000	37620			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-415-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:56:04

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	163852	100.000	33610	2707	1.207	--
总计		163852	100.000	33610			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-416-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 17:59:27

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	181775	100.000	37367	2696	1.206	--
总计		181775	100.000	37367			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-417-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:02:50

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	191225	100.000	39312	2708	1.207	--
总计		191225	100.000	39312			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-418-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:06:12

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	180805	100.000	37106	2707	1.205	--
总计		180805	100.000	37106			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-419-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:09:35

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	194526	100.000	39957	2705	1.206	--
总计		194526	100.000	39957			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-420-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:12:58

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	191787	100.000	39332	2702	1.205	--
总计		191787	100.000	39332			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-421-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:16:20

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:05:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	176844	100.000	36265	2703	1.206	--
总计		176844	100.000	36265			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-422-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:19:41

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	188419	100.000	38710	2697	1.207	--
总计		188419	100.000	38710			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-423-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:23:03

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	192682	100.000	39549	2709	1.207	--
总计		192682	100.000	39549			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-424-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:26:25

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	185201	100.000	38032	2705	1.205	--
总计		185201	100.000	38032			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-425-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:29:47

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	196901	100.000	40494	2713	1.205	--
总计		196901	100.000	40494			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-426-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:33:10

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	191623	100.000	39430	2716	1.205	--
总计		191623	100.000	39430			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-427-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:36:32

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	182474	100.000	37512	2710	1.206	--
总计		182474	100.000	37512			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-428-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:39:54

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	188969	100.000	38843	2711	1.207	--
总计		188969	100.000	38843			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-429-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:43:15

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	192880	100.000	39688	2711	1.205	--
总计		192880	100.000	39688			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-430-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:46:38

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	186685	100.000	38349	2705	1.206	--
总计		186685	100.000	38349			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-431-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:50:00

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	197644	100.000	40601	2701	1.206	--
总计		197644	100.000	40601			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-432-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:53:24

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	191678	100.000	39327	2699	1.206	--
总计		191678	100.000	39327			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-433-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 18:56:46

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	186084	100.000	38227	2701	1.206	--
总计		186084	100.000	38227			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-434-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:00:08

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	188958	100.000	38708	2694	1.208	--
总计		188958	100.000	38708			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-435-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:03:30

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	193176	100.000	39684	2697	1.207	--
总计		193176	100.000	39684			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-436-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:06:52

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	187044	100.000	38391	2701	1.207	--
总计		187044	100.000	38391			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-437-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:10:14

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	197812	100.000	40588	2699	1.207	--
总计		197812	100.000	40588			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-438-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:13:36

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	191673	100.000	39296	2697	1.207	--
总计		191673	100.000	39296			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-439-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:16:58

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	189230	100.000	38808	2695	1.207	--
总计		189230	100.000	38808			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-440-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:20:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	188909	100.000	38734	2695	1.207	--
总计		188909	100.000	38734			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-441-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:23:44

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	192913	100.000	39504	2689	1.208	--
总计		192913	100.000	39504			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-442-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:27:06

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	186914	100.000	38330	2689	1.206	--
总计		186914	100.000	38330			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-443-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:30:28

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:06:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	197009	100.000	40409	2694	1.206	--
总计		197009	100.000	40409			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-444-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:33:50

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	191198	100.000	39197	2697	1.207	--
总计		191198	100.000	39197			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-445-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:37:12

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	190855	100.000	39169	2699	1.207	--
总计		190855	100.000	39169			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-446-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:40:34

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	188230	100.000	38606	2699	1.209	--
总计		188230	100.000	38606			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-447-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:43:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	192057	100.000	39433	2701	1.208	--
总计		192057	100.000	39433			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-448-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:47:19

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	187390	100.000	38485	2705	1.208	--
总计		187390	100.000	38485			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-449-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:50:40

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	196558	100.000	40356	2702	1.208	--
总计		196558	100.000	40356			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-450-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:54:02

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	190420	100.000	39116	2704	1.208	--
总计		190420	100.000	39116			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-451-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 19:57:24

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	190650	100.000	39143	2702	1.209	--
总计		190650	100.000	39143			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-452-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:00:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	188020	100.000	38604	2698	1.208	--
总计		188020	100.000	38604			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-453-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:04:08

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	167664	100.000	34454	2714	1.209	--
总计		167664	100.000	34454			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-454-2 - zzp-25022403p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:07:31

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	167645	100.000	34426	2713	1.209	--
总计		167645	100.000	34426			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-455-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:10:55

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-456-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:14:20

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	170225	100.000	34991	2704	1.210	--
总计		170225	100.000	34991			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-457-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:17:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	170259	100.000	34974	2706	1.209	--
总计		170259	100.000	34974			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-458-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:21:09

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	170238	100.000	34934	2702	1.209	--
总计		170238	100.000	34934			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-459-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:24:33

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	170202	100.000	34878	2700	1.209	--
总计		170202	100.000	34878			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-460-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:27:58

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	170091	100.000	34883	2698	1.210	--
总计		170091	100.000	34883			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-461-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:31:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	133248	100.000	27235	2691	1.208	--
总计		133248	100.000	27235			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-462-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:34:44

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	128465	100.000	26321	2699	1.205	--
总计		128465	100.000	26321			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-463-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:38:07

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	102400	100.000	20984	2699	1.206	--
总计		102400	100.000	20984			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-464-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:41:30

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	103462	100.000	21328	2709	1.202	--
总计		103462	100.000	21328			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-465-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:44:52

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:07:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	122267	100.000	25241	2715	1.203	--
总计		122267	100.000	25241			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-466-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:48:15

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	128258	100.000	26502	2721	1.204	--
总计		128258	100.000	26502			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-467-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:51:39

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	151357	100.000	31130	2720	1.204	--
总计		151357	100.000	31130			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-468-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:55:02

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	148858	100.000	30629	2716	1.202	--
总计		148858	100.000	30629			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-469-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 20:58:25

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	130701	100.000	26852	2710	1.205	--
总计		130701	100.000	26852			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-470-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:01:48

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	131040	100.000	26904	2706	1.205	--
总计		131040	100.000	26904			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-471-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:05:11

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	142204	100.000	29173	2702	1.205	--
总计		142204	100.000	29173			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-472-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:08:34

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	151882	100.000	31094	2698	1.207	--
总计		151882	100.000	31094			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-473-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:11:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	159970	100.000	32784	2697	1.205	--
总计		159970	100.000	32784			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-474-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:15:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	163454	100.000	33458	2688	1.203	--
总计		163454	100.000	33458			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-475-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:18:45

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	150101	100.000	30686	2685	1.204	--
总计		150101	100.000	30686			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-476-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:22:09

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	148592	100.000	30443	2689	1.202	--
总计		148592	100.000	30443			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-477-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:25:32

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	153307	100.000	31316	2679	1.203	--
总计		153307	100.000	31316			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-478-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:28:55

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	161437	100.000	32993	2679	1.203	--
总计		161437	100.000	32993			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-479-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:32:19

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	165807	100.000	33861	2682	1.203	--
总计		165807	100.000	33861			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-480-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:35:43

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	168853	100.000	34541	2679	1.200	--
总计		168853	100.000	34541			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-481-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:39:06

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	158170	100.000	32313	2671	1.199	--
总计		158170	100.000	32313			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-482-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:42:30

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	159374	100.000	32620	2674	1.198	--
总计		159374	100.000	32620			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-483-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:45:53

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	159466	100.000	32642	2676	1.201	--
总计		159466	100.000	32642			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-484-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:49:16

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	166649	100.000	34176	2684	1.200	--
总计		166649	100.000	34176			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-485-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:52:40

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	173144	100.000	35459	2678	1.199	--
总计		173144	100.000	35459			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-486-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:56:05

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:08:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	175653	100.000	35947	2675	1.200	--
总计		175653	100.000	35947			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-487-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 21:59:29

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	167204	100.000	34169	2677	1.202	--
总计		167204	100.000	34169			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-488-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:02:54

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	169548	100.000	34638	2674	1.201	--
总计		169548	100.000	34638			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-489-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:06:17

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	168404	100.000	34523	2683	1.203	--
总计		168404	100.000	34523			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-490-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:09:41

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.644	173487	100.000	35610	2691	1.204	--
总计		173487	100.000	35610			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-491-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:13:06

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	177109	100.000	36220	2684	1.204	--
总计		177109	100.000	36220			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-492-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:16:30

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	178295	100.000	36466	2683	1.203	--
总计		178295	100.000	36466			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-493-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:19:53

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	172057	100.000	35232	2688	1.203	--
总计		172057	100.000	35232			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-494-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:23:17

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	173834	100.000	35570	2690	1.204	--
总计		173834	100.000	35570			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-495-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:26:41

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	173256	100.000	35506	2695	1.204	--
总计		173256	100.000	35506			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-496-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:30:06

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	178068	100.000	36453	2692	1.206	--
总计		178068	100.000	36453			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-497-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:33:29

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	179330	100.000	36745	2695	1.204	--
总计		179330	100.000	36745			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-498-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:36:53

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	179934	100.000	36897	2699	1.205	--
总计		179934	100.000	36897			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-499-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:40:18

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	174716	100.000	35775	2694	1.204	--
总计		174716	100.000	35775			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-500-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:43:42

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	175243	100.000	35843	2690	1.205	--
总计		175243	100.000	35843			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-501-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:47:07

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	176466	100.000	36146	2697	1.205	--
总计		176466	100.000	36146			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-502-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-Jx-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:50:32

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	181596	100.000	37227	2702	1.205	--
总计		181596	100.000	37227			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-503-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:53:57

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	167966	100.000	34421	2708	1.208	--
总计		167966	100.000	34421			



SMF-4108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-4108 - 0-22/27-504-2 - zzp-25022404p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5mg-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4108 - SMF-4108-RC-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4108 - 20250307-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20 μL

进样时间 : 2025/03/07 22:57:21

处理时间 (V2) : 2025/03/10 09:09:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.642	167834	100.000	34406	2706	1.208	--
总计		167834	100.000	34406			