



塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.96	1520755	1517886	1516781	1518556	1522268	1519249	0.15
2	9.92	1521877	1517349				1519613	0.22

单位质量响应值		RSD%	判断
152535.04	153186.79	0.31	数据可信

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2023010511批-pH12.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	289689	-	289689	18.875	18.10	2.87	18.88	18.10	2.87
	2	279052	-	279052	18.182			18.18		
	3	267787	-	267787	17.448			17.45		
	4	273511	-	273511	17.821			17.82		
	5	272994	-	272994	17.788			17.79		
	6	283448	-	283448	18.469			18.47		
10min	1	591171	-	591171	38.519	39.23	2.10	38.56	39.27	2.11
	2	594063	-	594063	38.708			38.74		
	3	588674	-	588674	38.357			38.39		
	4	609302	-	609302	39.701			39.74		
	5	608831	-	608831	39.670			39.71		
	6	620478	-	620478	40.429			40.47		
15min	1	938781	-	938781	61.169	58.11	3.51	61.28	58.22	3.50
	2	859559	-	859559	56.007			56.12		
	3	861119	-	861119	56.108			56.22		
	4	877132	-	877132	57.152			57.27		
	5	906134	-	906134	59.041			59.16		
	6	908367	-	908367	59.187			59.30		
20min	1	1203629	-	1203629	78.426	74.45	5.42	78.66	74.68	5.41
	2	1076417	-	1076417	70.137			70.36		
	3	1086271	-	1086271	70.779			71.00		
	4	1098532	-	1098532	71.578			71.81		
	5	1183902	-	1183902	77.140			77.37		
	6	1207354	-	1207354	78.668			78.90		
30min	1	1420991	-	1420991	92.588	91.33	1.94	92.98	91.72	1.94
	2	1359022	-	1359022	88.551			88.92		
	3	1380361	-	1380361	89.941			90.31		
	4	1402705	-	1402705	91.397			91.77		
	5	1429338	-	1429338	93.132			93.52		
	6	1418048	-	1418048	92.397			92.79		
45min	1	1488752	-	1488752	97.003	97.05	0.71	97.58	97.62	0.71
	2	1469752	-	1469752	95.765			96.31		
	3	1499449	-	1499449	97.700			98.25		
	4	1496565	-	1496565	97.513			98.07		
	5	1490997	-	1490997	97.150			97.72		
	6	1491439	-	1491439	97.179			97.76		
60min	1	1490565	-	1490565	97.122	97.00	0.68	97.89	97.76	0.68
	2	1469566	-	1469566	95.753			96.49		
	3	1497755	-	1497755	97.590			98.33		
	4	1496153	-	1496153	97.486			98.24		
	5	1489207	-	1489207	97.033			97.80		
	6	1489318	-	1489318	97.040			97.81		
极限	1	1495708	-	1495708	97.457	96.69	1.08	98.42	97.64	1.08
	2	1463123	-	1463123	95.334			96.26		
	3	1481235	-	1481235	96.514			97.45		
	4	1485635	-	1485635	96.800			97.75		
	5	1471038	-	1471038	95.849			96.81		
	6	1506892	-	1506892	98.185			99.15		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.96	1520985	1517352	1522927	1520095	1518405	1519953	0.15
2	9.92	1512824	1516527				1514676	0.18
单位质量响应值				RSD%	判断			
152605.72				0.04	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2023010511批-pH12.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	269703	-	269703	17.598	18.90	9.19	17.60	18.90	9.19
	2	270784	-	270784	17.668			17.67		
	3	276796	-	276796	18.060			18.06		
	4	317394	-	317394	20.709			20.71		
	5	273482	-	273482	17.844			17.84		
	6	329529	-	329529	21.501			21.50		
10min	1	583849	-	583849	38.095	40.83	6.61	38.13	40.87	6.61
	2	599949	-	599949	39.146			39.18		
	3	617999	-	617999	40.323			40.36		
	4	700359	-	700359	45.697			45.74		
	5	610615	-	610615	39.842			39.88		
	6	642098	-	642098	41.896			41.94		
15min	1	864347	-	864347	56.397	59.54	6.82	56.51	59.66	6.82
	2	885401	-	885401	57.771			57.88		
	3	904852	-	904852	59.040			59.16		
	4	1024713	-	1024713	66.861			66.99		
	5	857920	-	857920	55.978			56.09		
	6	938009	-	938009	61.204			61.33		
20min	1	1122111	-	1122111	73.216	75.42	5.42	73.44	75.65	5.42
	2	1112873	-	1112873	72.613			72.84		
	3	1198796	-	1198796	78.220			78.45		
	4	1253095	-	1253095	81.762			82.03		
	5	1083767	-	1083767	70.714			70.94		
	6	1164257	-	1164257	75.966			76.22		
30min	1	1376950	-	1376950	89.844	92.11	3.01	90.21	92.50	3.02
	2	1394003	-	1394003	90.956			91.33		
	3	1416552	-	1416552	92.428			92.82		
	4	1471441	-	1471441	96.009			96.44		
	5	1362186	-	1362186	88.880			89.25		
	6	1449415	-	1449415	94.572			94.97		
45min	1	1516974	-	1516974	98.980	97.74	1.49	99.53	98.32	1.49
	2	1494251	-	1494251	97.497			98.05		
	3	1492775	-	1492775	97.401			97.98		
	4	1504742	-	1504742	98.182			98.80		
	5	1458909	-	1458909	95.191			95.74		
	6	1520333	-	1520333	99.199			99.79		
60min	1	1519717	-	1519717	99.159	97.75	1.50	99.91	98.52	1.50
	2	1492058	-	1492058	97.354			98.11		
	3	1486107	-	1486107	96.966			97.74		
	4	1509332	-	1509332	98.482			99.30		
	5	1462431	-	1462431	95.421			96.16		
	6	1519331	-	1519331	99.134			99.92		
极限	1	1519570	-	1519570	99.150	98.54	1.01	100.10	99.50	1.00
	2	1523441	-	1523441	99.402			100.35		
	3	1507509	-	1507509	98.363			99.33		
	4	1507135	-	1507135	98.338			99.35		
	5	1482773	-	1482773	96.749			97.68		
	6	1520696	-	1520696	99.223			100.21		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.96	1516279	1517849	1515401	1513551	1513827	1515381	0.12
2	9.92	1508503	1508721				1508612	0.02
单位质量响应值				RSD%	判断			
152146.69				0.04	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2023010611批-pH12.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	261192	-	261192	17.102	18.03	11.46	17.10	18.03	11.46
	2	246053	-	246053	16.111			16.11		
	3	335977	-	335977	21.999			22.00		
	4	274709	-	274709	17.987			17.99		
	5	260042	-	260042	17.027			17.03		
	6	273940	-	273940	17.937			17.94		
10min	1	623072	-	623072	40.797	43.12	4.45	40.83	43.16	4.45
	2	622261	-	622261	40.744			40.78		
	3	685605	-	685605	44.892			44.94		
	4	685933	-	685933	44.913			44.95		
	5	661021	-	661021	43.282			43.32		
	6	673352	-	673352	44.090			44.13		
15min	1	919263	-	919263	60.191	60.80	4.64	60.31	60.93	4.64
	2	881597	-	881597	57.725			57.84		
	3	992698	-	992698	65.000			65.13		
	4	964004	-	964004	63.121			63.25		
	5	925423	-	925423	60.595			60.72		
	6	888691	-	888691	58.190			58.31		
20min	1	1139013	-	1139013	74.580	75.83	3.83	74.82	76.08	3.84
	2	1121464	-	1121464	73.431			73.66		
	3	1236852	-	1236852	80.987			81.25		
	4	1182588	-	1182588	77.433			77.69		
	5	1124406	-	1124406	73.624			73.87		
	6	1144234	-	1144234	74.922			75.16		
30min	1	1426990	-	1426990	93.436	92.40	2.59	93.82	92.79	2.59
	2	1390772	-	1390772	91.065			91.44		
	3	1465464	-	1465464	95.956			96.38		
	4	1408906	-	1408906	92.252			92.66		
	5	1418063	-	1418063	92.852			93.24		
	6	1356669	-	1356669	88.832			89.22		
45min	1	1511008	-	1511008	98.938	98.26	0.57	99.51	98.84	0.58
	2	1502135	-	1502135	98.357			98.91		
	3	1506391	-	1506391	98.635			99.25		
	4	1497536	-	1497536	98.056			98.65		
	5	1500885	-	1500885	98.275			98.85		
	6	1486052	-	1486052	97.304			97.87		
60min	1	1505431	-	1505431	98.573	98.50	0.26	99.34	99.28	0.28
	2	1503396	-	1503396	98.439			99.19		
	3	1511488	-	1511488	98.969			99.78		
	4	1503144	-	1503144	98.423			99.21		
	5	1502793	-	1502793	98.400			99.17		
	6	1499920	-	1499920	98.212			98.97		
极限	1	1457283	-	1457283	95.420	97.07	1.19	96.39	98.04	1.18
	2	1468689	-	1468689	96.167			97.12		
	3	1477134	-	1477134	96.720			97.73		
	4	1493367	-	1493367	97.783			98.77		
	5	1501930	-	1501930	98.343			99.31		
	6	1496222	-	1496222	97.970			98.93		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.96	1510267	1511166	1510311	1510402	1512056	1510840	0.06
2	9.92	1519302	1520367				1519834	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
151690.76				0.71	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2023010611批-pH12.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	343236	-	343236	22.425	22.30	2.34	22.43	22.30	2.35
	2	346506	-	346506	22.639			22.64		
	3	351660	-	351660	22.976			22.98		
	4	333925	-	333925	21.817			21.82		
	5	330221	-	330221	21.575			21.57		
	6	342202	-	342202	22.358			22.36		
10min	1	689885	-	689885	45.073	44.25	2.97	45.12	44.30	2.97
	2	703243	-	703243	45.946			45.99		
	3	687711	-	687711	44.931			44.98		
	4	674339	-	674339	44.058			44.10		
	5	652587	-	652587	42.636			42.68		
	6	655908	-	655908	42.853			42.90		
15min	1	970522	-	970522	63.409	61.62	3.61	63.54	61.75	3.61
	2	977772	-	977772	63.882			64.02		
	3	968989	-	968989	63.308			63.44		
	4	933315	-	933315	60.978			61.11		
	5	901809	-	901809	58.919			59.05		
	6	906168	-	906168	59.204			59.33		
20min	1	1182385	-	1182385	77.251	75.30	3.17	77.51	75.55	3.17
	2	1165450	-	1165450	76.144			76.41		
	3	1195475	-	1195475	78.106			78.37		
	4	1146840	-	1146840	74.928			75.18		
	5	1096381	-	1096381	71.632			71.88		
	6	1128396	-	1128396	73.723			73.97		
30min	1	1390988	-	1390988	90.880	90.75	2.18	91.30	91.16	2.18
	2	1397727	-	1397727	91.320			91.74		
	3	1442023	-	1442023	94.214			94.63		
	4	1376775	-	1376775	89.951			90.35		
	5	1352870	-	1352870	88.389			88.78		
	6	1373688	-	1373688	89.749			90.15		
45min	1	1448166	-	1448166	94.615	95.21	1.57	95.21	95.80	1.57
	2	1461353	-	1461353	95.477			96.08		
	3	1498142	-	1498142	97.880			98.49		
	4	1452864	-	1452864	94.922			95.51		
	5	1429193	-	1429193	93.376			93.94		
	6	1454266	-	1454266	95.014			95.59		
60min	1	1447476	-	1447476	94.570	95.19	1.80	95.36	95.97	1.80
	2	1461546	-	1461546	95.489			96.28		
	3	1506076	-	1506076	98.399			99.20		
	4	1452300	-	1452300	94.885			95.66		
	5	1430648	-	1430648	93.471			94.22		
	6	1444043	-	1444043	94.346			95.11		
极限	1	1448022	-	1448022	94.606	95.37	1.85	95.58	96.34	1.85
	2	1462388	-	1462388	95.544			96.53		
	3	1510266	-	1510266	98.673			99.67		
	4	1458214	-	1458214	95.272			96.23		
	5	1431629	-	1431629	93.535			94.47		
	6	1447983	-	1447983	94.603			95.56		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.96	1511791	1509734	1511989	1510042	1512413	1511194	0.09
2	9.92	1514264	1515370				1514817	0.06
单位质量响应值			RSD%	判断				
151726.31			0.46	数据可信				

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2023010711批-pH12.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	247282	-	247282	16.181	19.11	12.96	16.18	19.10	12.96
	2	310016	-	310016	20.286			20.29		
	3	356749	-	356749	23.344			23.34		
	4	271002	-	271002	17.733			17.73		
	5	278282	-	278282	18.209			18.21		
	6	288509	-	288509	18.878			18.88		
10min	1	551905	-	551905	36.114	40.20	9.33	36.15	40.24	9.33
	2	600516	-	600516	39.294			39.34		
	3	721624	-	721624	47.219			47.27		
	4	587644	-	587644	38.452			38.49		
	5	605490	-	605490	39.620			39.66		
	6	619190	-	619190	40.516			40.55		
15min	1	823322	-	823322	53.874	59.58	7.49	53.98	59.70	7.50
	2	934207	-	934207	61.129			61.25		
	3	1023158	-	1023158	66.950			67.09		
	4	866551	-	866551	56.702			56.81		
	5	892942	-	892942	58.429			58.54		
	6	922929	-	922929	60.391			60.51		
20min	1	1032796	-	1032796	67.581	74.11	6.63	67.79	74.34	6.64
	2	1176553	-	1176553	76.987			77.23		
	3	1251625	-	1251625	81.899			82.17		
	4	1093661	-	1093661	71.563			71.79		
	5	1108428	-	1108428	72.529			72.76		
	6	1132286	-	1132286	74.091			74.33		
30min	1	1348968	-	1348968	88.269	92.62	3.36	88.62	93.01	3.37
	2	1446308	-	1446308	94.638			95.03		
	3	1481386	-	1481386	96.934			97.37		
	4	1377749	-	1377749	90.152			90.52		
	5	1413088	-	1413088	92.465			92.84		
	6	1425572	-	1425572	93.282			93.67		
45min	1	1482822	-	1482822	97.028	98.78	1.01	97.55	99.35	1.02
	2	1528386	-	1528386	100.009			100.59		
	3	1506735	-	1506735	98.592			99.23		
	4	1517903	-	1517903	99.323			99.87		
	5	1513011	-	1513011	99.003			99.57		
	6	1508476	-	1508476	98.706			99.28		
60min	1	1485288	-	1485288	97.189	98.72	0.93	97.91	99.49	0.93
	2	1516880	-	1516880	99.256			100.04		
	3	1500319	-	1500319	98.173			99.00		
	4	1522799	-	1522799	99.644			100.39		
	5	1518155	-	1518155	99.340			100.10		
	6	1508445	-	1508445	98.704			99.48		
极限	1	1489165	-	1489165	97.443	98.84	0.89	98.36	99.81	0.89
	2	1519317	-	1519317	99.416			100.40		
	3	1499040	-	1499040	98.089			99.12		
	4	1523195	-	1523195	99.670			100.62		
	5	1514678	-	1514678	99.112			100.07		
	6	1517823	-	1517823	99.318			100.29		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	2	补液体积(ml)	2
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	50
标示量(mg)	200	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.96	1518518	1521386	1519081	1521594	1520087	1520133	0.09
2	9.92	1521491	1517959				1519725	0.17
单位质量响应值			RSD%	判断				
152623.80			0.27	数据可信				

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



中间条件24月-供试品溶液-2023010711批-pH12.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	301082	-	301082	19.611	19.31	12.00	19.61	19.31	12.01
	2	256077	-	256077	16.680			16.68		
	3	356268	-	356268	23.206			23.21		
	4	272772	-	272772	17.767			17.77		
	5	279942	-	279942	18.234			18.23		
	6	312515	-	312515	20.356			20.36		
10min	1	596313	-	596313	38.842	40.04	9.73	38.88	40.08	9.72
	2	553568	-	553568	36.057			36.09		
	3	623164	-	623164	40.591			40.64		
	4	723564	-	723564	47.130			47.17		
	5	571961	-	571961	37.255			37.29		
	6	620142	-	620142	40.394			40.43		
15min	1	990164	-	990164	64.496	59.70	8.87	64.61	59.82	8.86
	2	827541	-	827541	53.903			54.01		
	3	905749	-	905749	58.997			59.12		
	4	1025182	-	1025182	66.776			66.91		
	5	828791	-	828791	53.984			54.10		
	6	921614	-	921614	60.030			60.15		
20min	1	1198325	-	1198325	78.054	73.95	7.56	78.30	74.19	7.56
	2	1036381	-	1036381	67.506			67.72		
	3	1136174	-	1136174	74.006			74.25		
	4	1259140	-	1259140	82.016			82.28		
	5	1047735	-	1047735	68.245			68.46		
	6	1134579	-	1134579	73.902			74.14		
30min	1	1471864	-	1471864	95.872	91.61	4.84	96.27	91.99	4.85
	2	1338320	-	1338320	87.173			87.52		
	3	1372524	-	1372524	89.401			89.79		
	4	1492838	-	1492838	97.238			97.67		
	5	1334846	-	1334846	86.947			87.30		
	6	1427892	-	1427892	93.007			93.40		
45min	1	1511278	-	1511278	98.439	97.24	1.56	99.03	97.80	1.57
	2	1505545	-	1505545	98.065			98.59		
	3	1477316	-	1477316	96.227			96.80		
	4	1500664	-	1500664	97.748			98.37		
	5	1452463	-	1452463	94.608			95.14		
	6	1509504	-	1509504	98.323			98.90		
60min	1	1509056	-	1509056	98.294	97.34	1.45	99.08	98.10	1.46
	2	1497157	-	1497157	97.519			98.24		
	3	1463453	-	1463453	95.324			96.09		
	4	1512119	-	1512119	98.494			99.31		
	5	1471885	-	1471885	95.873			96.59		
	6	1512449	-	1512449	98.515			99.29		
极限	1	1509855	-	1509855	98.346	97.80	1.17	99.33	98.76	1.17
	2	1518342	-	1518342	98.899			99.81		
	3	1486279	-	1486279	96.811			97.77		
	4	1512051	-	1512051	98.489			99.50		
	5	1473627	-	1473627	95.986			96.90		
	6	1508609	-	1508609	98.265			99.23		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-11

复核者:

未审阅版本



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1231-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:29:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1232-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:33:36


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:23:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1520755	100.000	199935	3490	1.109	--
总计		1520755	100.000	199935			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1233-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:37:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.890	1517886	100.000	200529	3493	1.110	--
总计		1517886	100.000	200529			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1234-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:42:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.886	1516781	100.000	200481	3496	1.109	--
总计		1516781	100.000	200481			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1235-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:46:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:23:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1518556	100.000	200111	3506	1.111	--
总计		1518556	100.000	200111			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1236-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:51:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.891	1522268	100.000	200677	3492	1.114	--
总计		1522268	100.000	200677			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1237-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:55:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	289689	100.000	39719	3786	1.109	--
总计		289689	100.000	39719			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1238-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:59:53


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	279052	100.000	38110	3803	1.111	--
总计		279052	100.000	38110			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1239-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:04:15

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	267787	100.000	36688	3787	1.115	--
总计		267787	100.000	36688			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1240-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:08:37


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	273511	100.000	37422	3776	1.114	--
总计		273511	100.000	37422			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1241-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:12:59


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	272994	100.000	37341	3801	1.114	--
总计		272994	100.000	37341			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1242-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:17:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	283448	100.000	38822	3809	1.115	--
总计		283448	100.000	38822			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1243-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:21:41


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:23:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	591171	100.000	80926	3791	1.117	--
总计		591171	100.000	80926			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1244-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:26:04


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	594063	100.000	81030	3789	1.116	--
总计		594063	100.000	81030			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1245-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:30:25


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	588674	100.000	80644	3779	1.115	--
总计		588674	100.000	80644			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1246-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:34:47


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	609302	100.000	82985	3777	1.118	--
总计		609302	100.000	82985			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1247-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:39:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	608831	100.000	83010	3787	1.120	--
总计		608831	100.000	83010			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1248-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:43:31

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	620478	100.000	84696	3792	1.119	--
总计		620478	100.000	84696			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1249-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:47:53

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	938781	100.000	128198	3792	1.119	--
总计		938781	100.000	128198			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1250-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:52:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	859559	100.000	117574	3802	1.120	--
总计		859559	100.000	117574			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1251-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:56:38

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	861119	100.000	117468	3779	1.114	--
总计		861119	100.000	117468			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1252-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:00:59


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	877132	100.000	119655	3784	1.114	--
总计		877132	100.000	119655			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1253-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:05:21


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	906134	100.000	123408	3778	1.114	--
总计		906134	100.000	123408			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1254-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:09:43

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	908367	100.000	123943	3779	1.113	--
总计		908367	100.000	123943			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1255-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:14:06


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1203629	100.000	164568	3797	1.112	--
总计		1203629	100.000	164568			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1256-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:18:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1076417	100.000	146978	3788	1.114	--
总计		1076417	100.000	146978			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1257-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:22:50

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1086271	100.000	148723	3781	1.113	--
总计		1086271	100.000	148723			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1258-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:27:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1098532	100.000	149952	3786	1.114	--
总计		1098532	100.000	149952			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1259-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:31:34


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1183902	100.000	161217	3780	1.112	--
总计		1183902	100.000	161217			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1260-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 16:35:56

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1207354	100.000	164722	3784	1.111	--
总计		1207354	100.000	164722			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1261-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:40:18


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1420991	100.000	193602	3783	1.113	--
总计		1420991	100.000	193602			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1262-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 16:44:40

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1359022	100.000	186117	3796	1.114	--
总计		1359022	100.000	186117			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1263-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:49:01

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1380361	100.000	188473	3771	1.113	--
总计		1380361	100.000	188473			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1264-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:53:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1402705	100.000	191717	3794	1.113	--
总计		1402705	100.000	191717			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1265-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:57:45


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1429338	100.000	195391	3796	1.113	--
总计		1429338	100.000	195391			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1266-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:02:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1418048	100.000	193583	3791	1.114	--
总计		1418048	100.000	193583			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1267-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:06:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1488752	100.000	203237	3790	1.115	--
总计		1488752	100.000	203237			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1268-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:10:50


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	1469752	100.000	201290	3782	1.115	--
总计		1469752	100.000	201290			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1269-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:15:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1499449	100.000	204796	3792	1.114	--
总计		1499449	100.000	204796			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1270-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:19:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1496565	100.000	204087	3793	1.116	--
总计		1496565	100.000	204087			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1271-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:23:56


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1490997	100.000	203354	3791	1.115	--
总计		1490997	100.000	203354			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1272-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:28:18


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1491439	100.000	203456	3788	1.116	--
总计		1491439	100.000	203456			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1273-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:32:40


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1490565	100.000	203299	3766	1.116	--
总计		1490565	100.000	203299			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1274-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:37:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1469566	100.000	200834	3786	1.117	--
总计		1469566	100.000	200834			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1275-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:41:24

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1497755	100.000	204032	3780	1.117	--
总计		1497755	100.000	204032			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1276-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:45:46

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1496153	100.000	203683	3778	1.119	--
总计		1496153	100.000	203683			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1277-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:50:08


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:25:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1489207	100.000	203893	3778	1.119	--
总计		1489207	100.000	203893			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1278-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:54:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1489318	100.000	203463	3776	1.120	--
总计		1489318	100.000	203463			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1279-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:58:54

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1495708	100.000	203878	3773	1.120	--
总计		1495708	100.000	203878			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1280-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:03:17


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1463123	100.000	199747	3780	1.121	--
总计		1463123	100.000	199747			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1281-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:07:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1481235	100.000	202157	3796	1.121	--
总计		1481235	100.000	202157			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1282-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:12:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1485635	100.000	202606	3792	1.120	--
总计		1485635	100.000	202606			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1283-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:16:25

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1471038	100.000	200842	3797	1.120	--
总计		1471038	100.000	200842			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1284-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:20:48


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1506892	100.000	205750	3806	1.122	--
总计		1506892	100.000	205750			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1285-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:25:11

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1521877	100.000	201600	3527	1.124	--
总计		1521877	100.000	201600			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1286-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:29:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1517349	100.000	200853	3526	1.124	--
总计		1517349	100.000	200853			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1287-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:33:58

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1288-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 18:38:22

处理时间(V2): 2025/03/11 09:26:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1520985	100.000	201468	3525	1.121	--
总计		1520985	100.000	201468			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1289-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:42:46

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.891	1517352	100.000	201409	3523	1.122	--
总计		1517352	100.000	201409			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1290-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:47:10

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1522927	100.000	201606	3515	1.121	--
总计		1522927	100.000	201606			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1291-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:51:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1520095	100.000	201356	3517	1.120	--
总计		1520095	100.000	201356			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1292-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:55:58

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1518405	100.000	201248	3519	1.121	--
总计		1518405	100.000	201248			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1293-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:00:21


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	269703	100.000	36987	3804	1.119	--
总计		269703	100.000	36987			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1294-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:04:44


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:26:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	270784	100.000	37148	3811	1.117	--
总计		270784	100.000	37148			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1295-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:09:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	276796	100.000	37925	3808	1.118	--
总计		276796	100.000	37925			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1296-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:13:30


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	317394	100.000	43576	3824	1.118	--
总计		317394	100.000	43576			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1297-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:17:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:26:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	273482	100.000	37627	3840	1.118	--
总计		273482	100.000	37627			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1298-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:22:16


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:26:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	329529	100.000	45298	3825	1.120	--
总计		329529	100.000	45298			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1299-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:26:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:26:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	583849	100.000	80146	3828	1.120	--
总计		583849	100.000	80146			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1300-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:31:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.898	599949	100.000	82499	3809	1.120	--
总计		599949	100.000	82499			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1301-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:35:25

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	617999	100.000	84868	3823	1.120	--
总计		617999	100.000	84868			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1302-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:39:48


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	700359	100.000	96279	3832	1.120	--
总计		700359	100.000	96279			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1303-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:44:11

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	610615	100.000	83969	3825	1.120	--
总计		610615	100.000	83969			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1304-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:48:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	642098	100.000	88247	3828	1.119	--
总计		642098	100.000	88247			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1305-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:52:58


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	864347	100.000	118726	3825	1.119	--
总计		864347	100.000	118726			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1306-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:57:21

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	885401	100.000	121604	3828	1.119	--
总计		885401	100.000	121604			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1307-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:01:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:26:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	904852	100.000	124183	3823	1.118	--
总计		904852	100.000	124183			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1308-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:06:06


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1024713	100.000	140503	3821	1.117	--
总计		1024713	100.000	140503			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1309-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:10:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	857920	100.000	117731	3821	1.117	--
总计		857920	100.000	117731			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1310-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:14:51

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	938009	100.000	128628	3819	1.115	--
总计		938009	100.000	128628			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1311-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:19:15


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1122111	100.000	154204	3829	1.115	--
总计		1122111	100.000	154204			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1312-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:23:40


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1112873	100.000	152978	3831	1.115	--
总计		1112873	100.000	152978			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1313-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:28:04


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:27:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1198796	100.000	164899	3838	1.117	--
总计		1198796	100.000	164899			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1314-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:32:28


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1253095	100.000	172478	3846	1.118	--
总计		1253095	100.000	172478			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1315-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:36:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1083767	100.000	149254	3852	1.119	--
总计		1083767	100.000	149254			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1316-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:41:16


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1164257	100.000	159908	3847	1.119	--
总计		1164257	100.000	159908			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1317-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:45:39


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1376950	100.000	189403	3848	1.119	--
总计		1376950	100.000	189403			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1318-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:50:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1394003	100.000	192008	3841	1.118	--
总计		1394003	100.000	192008			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1319-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:54:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:27:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1416552	100.000	194789	3851	1.118	--
总计		1416552	100.000	194789			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1320-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:58:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1471441	100.000	202262	3850	1.119	--
总计		1471441	100.000	202262			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1321-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:03:15

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1362186	100.000	187632	3853	1.118	--
总计		1362186	100.000	187632			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1322-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:07:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1449415	100.000	200138	3843	1.118	--
总计		1449415	100.000	200138			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1323-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:12:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1516974	100.000	209284	3867	1.118	--
总计		1516974	100.000	209284			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1324-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:16:27


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1494251	100.000	205966	3867	1.117	--
总计		1494251	100.000	205966			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1325-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:20:51


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1492775	100.000	205884	3856	1.117	--
总计		1492775	100.000	205884			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1326-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:25:16


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1504742	100.000	207425	3860	1.116	--
总计		1504742	100.000	207425			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1327-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:29:39


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1458909	100.000	201373	3873	1.115	--
总计		1458909	100.000	201373			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1328-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:34:03


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.898	1520333	100.000	210057	3852	1.116	--
总计		1520333	100.000	210057			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1329-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:38:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1519717	100.000	209572	3865	1.116	--
总计		1519717	100.000	209572			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1330-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 21:42:52
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1492058	100.000	205353	3857	1.115	--
总计		1492058	100.000	205353			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1331-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:47:17


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1486107	100.000	205237	3880	1.115	--
总计		1486107	100.000	205237			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1332-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:51:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1509332	100.000	208460	3863	1.112	--
总计		1509332	100.000	208460			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1333-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:56:05


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1462431	100.000	201927	3861	1.111	--
总计		1462431	100.000	201927			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1334-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:00:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1519331	100.000	209477	3858	1.111	--
总计		1519331	100.000	209477			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1335-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:04:53


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1519570	100.000	209690	3863	1.110	--
总计		1519570	100.000	209690			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1336-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:09:16

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1523441	100.000	210033	3870	1.110	--
总计		1523441	100.000	210033			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1337-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:13:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1507509	100.000	207816	3863	1.110	--
总计		1507509	100.000	207816			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1338-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:18:04


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1507135	100.000	208252	3869	1.110	--
总计		1507135	100.000	208252			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1339-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:22:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1482773	100.000	204834	3863	1.107	--
总计		1482773	100.000	204834			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1340-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:26:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1520696	100.000	209981	3861	1.106	--
总计		1520696	100.000	209981			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1341-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:31:17


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1512824	100.000	202062	3582	1.111	--
总计		1512824	100.000	202062			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1342-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 22:35:41

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1516527	100.000	202273	3569	1.110	--
总计		1516527	100.000	202273			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1343-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:40:03


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1344-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:44:26

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1516279	100.000	201991	3563	1.110	--
总计		1516279	100.000	201991			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1345-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:48:47


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1517849	100.000	202488	3564	1.109	--
总计		1517849	100.000	202488			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1346-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:53:09


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1515401	100.000	202036	3564	1.110	--
总计		1515401	100.000	202036			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1347-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:57:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1513551	100.000	201782	3568	1.111	--
总计		1513551	100.000	201782			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1348-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:01:53


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1513827	100.000	201904	3565	1.110	--
总计		1513827	100.000	201904			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1349-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:06:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	261192	100.000	36017	3851	1.104	--
总计		261192	100.000	36017			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1350-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:10:36


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	246053	100.000	34038	3859	1.104	--
总计		246053	100.000	34038			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1351-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:14:59


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	335977	100.000	46446	3859	1.103	--
总计		335977	100.000	46446			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1352-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:19:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	274709	100.000	37903	3856	1.103	--
总计		274709	100.000	37903			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1353-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:23:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	260042	100.000	35929	3854	1.101	--
总计		260042	100.000	35929			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1354-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:28:04


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	273940	100.000	37793	3840	1.099	--
总计		273940	100.000	37793			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1355-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:32:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	623072	100.000	85994	3849	1.099	--
总计		623072	100.000	85994			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1356-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:36:47


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	622261	100.000	85922	3852	1.098	--
总计		622261	100.000	85922			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1357-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:41:09


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	685605	100.000	94642	3853	1.098	--
总计		685605	100.000	94642			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1358-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:45:31


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	685933	100.000	94707	3859	1.098	--
总计		685933	100.000	94707			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1359-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:49:53

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	661021	100.000	91325	3856	1.098	--
总计		661021	100.000	91325			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1360-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:54:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	673352	100.000	92761	3843	1.096	--
总计		673352	100.000	92761			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1361-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:58:36

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:29:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	919263	100.000	126788	3846	1.097	--
总计		919263	100.000	126788			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1362-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:02:57


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	881597	100.000	121470	3845	1.096	--
总计		881597	100.000	121470			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1363-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:07:19


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	992698	100.000	136919	3842	1.096	--
总计		992698	100.000	136919			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1364-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:11:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	964004	100.000	133077	3851	1.096	--
总计		964004	100.000	133077			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1365-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:16:01


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:29:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	925423	100.000	127724	3852	1.095	--
总计		925423	100.000	127724			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1366-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:20:24


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:29:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	888691	100.000	122666	3850	1.094	--
总计		888691	100.000	122666			

图136 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1367-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:24:46


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:29:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1139013	100.000	157018	3844	1.094	--
总计		1139013	100.000	157018			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1368-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:29:07


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:29:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1121464	100.000	154444	3832	1.093	--
总计		1121464	100.000	154444			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1369-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:33:29


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1236852	100.000	170681	3844	1.091	--
总计		1236852	100.000	170681			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1370-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:37:50


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:29:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1182588	100.000	163304	3849	1.091	--
总计		1182588	100.000	163304			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1371-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:42:11

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1124406	100.000	154896	3847	1.091	--
总计		1124406	100.000	154896			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1372-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:46:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1144234	100.000	158110	3863	1.090	--
总计		1144234	100.000	158110			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1373-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:50:53

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1426990	100.000	197007	3853	1.088	--
总计		1426990	100.000	197007			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1374-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:55:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1390772	100.000	192114	3856	1.090	--
总计		1390772	100.000	192114			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1375-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 00:59:37

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1465464	100.000	201996	3860	1.090	--
总计		1465464	100.000	201996			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1376-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:03:58


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1408906	100.000	194607	3851	1.089	--
总计		1408906	100.000	194607			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1377-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:08:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1418063	100.000	195510	3847	1.090	--
总计		1418063	100.000	195510			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1378-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:12:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1356669	100.000	186726	3841	1.090	--
总计		1356669	100.000	186726			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1379-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:17:02


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1511008	100.000	208440	3851	1.089	--
总计		1511008	100.000	208440			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1380-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:21:23


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1502135	100.000	207168	3844	1.088	--
总计		1502135	100.000	207168			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1381-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/11 01:25:44

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1506391	100.000	207987	3851	1.088	--
总计		1506391	100.000	207987			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1382-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:30:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1497536	100.000	206211	3849	1.089	--
总计		1497536	100.000	206211			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1383-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:34:26


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1500885	100.000	207071	3850	1.089	--
总计		1500885	100.000	207071			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1384-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:38:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1486052	100.000	204998	3850	1.088	--
总计		1486052	100.000	204998			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1385-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:43:08


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1505431	100.000	207794	3852	1.087	--
总计		1505431	100.000	207794			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1386-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:47:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1503396	100.000	207825	3865	1.088	--
总计		1503396	100.000	207825			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1387-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:51:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1511488	100.000	208612	3864	1.088	--
总计		1511488	100.000	208612			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1388-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:56:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1503144	100.000	206979	3856	1.088	--
总计		1503144	100.000	206979			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1389-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:00:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1502793	100.000	207775	3868	1.087	--
总计		1502793	100.000	207775			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1390-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:04:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1499920	100.000	207394	3867	1.086	--
总计		1499920	100.000	207394			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1391-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:09:17


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1457283	100.000	201293	3860	1.085	--
总计		1457283	100.000	201293			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1392-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:13:39


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1468689	100.000	203114	3868	1.084	--
总计		1468689	100.000	203114			

图162 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1393-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 02:18:02

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	1477134	100.000	204462	3877	1.084	--
总计		1477134	100.000	204462			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1394-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:22:23


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1493367	100.000	206491	3862	1.083	--
总计		1493367	100.000	206491			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1395-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:26:45


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1501930	100.000	207644	3862	1.082	--
总计		1501930	100.000	207644			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1396-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:31:06


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1496222	100.000	206286	3860	1.082	--
总计		1496222	100.000	206286			

图166 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1397-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:35:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.896	1508503	100.000	201804	3567	1.086	--
总计		1508503	100.000	201804			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1398-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:39:49


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	1508721	100.000	201720	3569	1.085	--
总计		1508721	100.000	201720			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1399-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:44:13


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:31:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1400-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:48:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.896	1510267	100.000	201851	3559	1.083	--
总计		1510267	100.000	201851			

图170 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1401-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:53:02


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1511166	100.000	201186	3547	1.082	--
总计		1511166	100.000	201186			

图171 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1402-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:57:24


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	1510311	100.000	201728	3558	1.081	--
总计		1510311	100.000	201728			

图172 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1403-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:01:49


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1510402	100.000	201818	3563	1.081	--
总计		1510402	100.000	201818			

图173 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1404-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:06:13


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.898	1512056	100.000	201586	3553	1.079	--
总计		1512056	100.000	201586			

图174 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1405-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:10:36


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	343236	100.000	47358	3835	1.072	--
总计		343236	100.000	47358			

图175 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1406-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:14:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	346506	100.000	47805	3847	1.072	--
总计		346506	100.000	47805			

图176 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1407-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:19:21


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	351660	100.000	48535	3828	1.069	--
总计		351660	100.000	48535			

图177 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1408-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:23:44


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	333925	100.000	46129	3836	1.070	--
总计		333925	100.000	46129			

图178 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1409-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:28:06

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	330221	100.000	45567	3828	1.067	--
总计		330221	100.000	45567			

图179 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1410-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:32:29


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	342202	100.000	47171	3826	1.068	--
总计		342202	100.000	47171			

图180 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1411-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:36:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	689885	100.000	94998	3814	1.066	--
总计		689885	100.000	94998			

图181 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1412-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:41:14


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	703243	100.000	96900	3816	1.064	--
总计		703243	100.000	96900			

图182 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1413-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:45:37


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	687711	100.000	94652	3812	1.065	--
总计		687711	100.000	94652			

图183 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1414-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:49:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	674339	100.000	92876	3822	1.062	--
总计		674339	100.000	92876			

图184 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1415-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:54:22


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	652587	100.000	89639	3800	1.062	--
总计		652587	100.000	89639			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1416-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:58:45


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	655908	100.000	90088	3801	1.060	--
总计		655908	100.000	90088			

图186 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1417-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:03:08


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	970522	100.000	133285	3807	1.061	--
总计		970522	100.000	133285			

图187 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1418-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 04:07:30

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	977772	100.000	134257	3801	1.060	--
总计		977772	100.000	134257			

图188 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1419-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:11:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	968989	100.000	133044	3798	1.059	--
总计		968989	100.000	133044			

图189 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1420-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:16:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	933315	100.000	127620	3771	1.058	--
总计		933315	100.000	127620			

图190 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1421-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:20:36

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	901809	100.000	123660	3779	1.056	--
总计		901809	100.000	123660			

图191 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1422-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:24:58


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	906168	100.000	123994	3775	1.055	--
总计		906168	100.000	123994			

图192 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1423-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:29:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1182385	100.000	161370	3765	1.054	--
总计		1182385	100.000	161370			

图193 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1424-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:33:44


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1165450	100.000	159101	3757	1.052	--
总计		1165450	100.000	159101			

图194 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1425-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:38:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	1195475	100.000	163455	3754	1.050	--
总计		1195475	100.000	163455			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1426-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:42:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1146840	100.000	156949	3759	1.049	--
总计		1146840	100.000	156949			

图196 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1427-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:46:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1096381	100.000	149903	3751	1.048	--
总计		1096381	100.000	149903			

图197 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1428-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:51:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1128396	100.000	154193	3749	1.048	--
总计		1128396	100.000	154193			

图198 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1429-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:55:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	1390988	100.000	189501	3729	1.046	--
总计		1390988	100.000	189501			

图199 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1430-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:00:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1397727	100.000	189968	3718	1.043	--
总计		1397727	100.000	189968			

图200 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

200



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1431-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:04:25


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1442023	100.000	195524	3704	1.040	--
总计		1442023	100.000	195524			

图201 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1432-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:08:49


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1376775	100.000	186611	3701	1.038	--
总计		1376775	100.000	186611			

图202 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1433-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:13:12


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1352870	100.000	183236	3693	1.036	--
总计		1352870	100.000	183236			

图203 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1434-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:17:35

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1373688	100.000	185954	3683	1.033	--
总计		1373688	100.000	185954			

图204 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1435-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:21:58


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1448166	100.000	195226	3660	1.031	--
总计		1448166	100.000	195226			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1436-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:26:21


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1461353	100.000	196585	3656	1.029	--
总计		1461353	100.000	196585			

图206 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1437-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:30:43

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1498142	100.000	201270	3641	1.026	--
总计		1498142	100.000	201270			

图207 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1438-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:35:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1452864	100.000	194772	3632	1.023	--
总计		1452864	100.000	194772			

图208 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1439-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:39:29

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1429193	100.000	191242	3612	1.020	--
总计		1429193	100.000	191242			

图209 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1440-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:43:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1454266	100.000	194441	3597	1.018	--
总计		1454266	100.000	194441			

图210 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1441-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:48:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1447476	100.000	193318	3596	1.016	--
总计		1447476	100.000	193318			

图211 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1442-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:52:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1461546	100.000	194294	3578	1.013	--
总计		1461546	100.000	194294			

图212 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1443-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/11 05:57:03

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:33:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1506076	100.000	199787	3564	1.012	--
总计		1506076	100.000	199787			

图213 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1444-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:01:26


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1452300	100.000	192669	3554	1.009	--
总计		1452300	100.000	192669			

图214 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1445-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:05:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1430648	100.000	189303	3549	1.007	--
总计		1430648	100.000	189303			

图215 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1446-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:10:13


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1444043	100.000	190905	3531	1.004	--
总计		1444043	100.000	190905			

图216 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1447-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:14:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:33:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1448022	100.000	190928	3510	1.001	--
总计		1448022	100.000	190928			

图217 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1448-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:19:01

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1462388	100.000	192170	3483	0.998	--
总计		1462388	100.000	192170			

图218 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1449-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:23:25


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1510266	100.000	198060	3472	0.996	--
总计		1510266	100.000	198060			

图219 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1450-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:27:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1458214	100.000	190919	3459	0.997	--
总计		1458214	100.000	190919			

图220 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1451-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:32:13


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1431629	100.000	186812	3433	0.997	--
总计		1431629	100.000	186812			

图221 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1452-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:36:38


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1447983	100.000	188629	3415	0.997	--
总计		1447983	100.000	188629			

图222 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1453-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:41:01

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1519302	100.000	192312	3179	1.003	--
总计		1519302	100.000	192312			

图223 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1454-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 06:45:24

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:33:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1520367	100.000	191794	3155	1.003	--
总计		1520367	100.000	191794			

图224 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2201-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:22:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:56:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

225



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2202-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:26:27

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:56:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1511791	100.000	228443	4710	1.189	--
总计		1511791	100.000	228443			

图226 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2203-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:30:47

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:56:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1509734	100.000	228428	4710	1.189	--
总计		1509734	100.000	228428			

图227 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2204-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:35:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	1511989	100.000	228632	4704	1.188	--
总计		1511989	100.000	228632			

图228 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2205-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 16:39:32

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1510042	100.000	227935	4698	1.188	--
总计		1510042	100.000	227935			

图229 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2206-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:43:54


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1512413	100.000	228310	4695	1.188	--
总计		1512413	100.000	228310			

图230 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2207-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:52:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	247282	100.000	38620	5061	1.184	--
总计		247282	100.000	38620			

图231 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2208-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:56:54

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	310016	100.000	48369	5056	1.185	--
总计		310016	100.000	48369			

图232 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2209-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:01:17

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	356749	100.000	55613	5051	1.185	--
总计		356749	100.000	55613			

图233 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2210-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:05:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	271002	100.000	42247	5052	1.183	--
总计		271002	100.000	42247			

图234 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2211-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:10:02


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	278282	100.000	43378	5042	1.183	--
总计		278282	100.000	43378			

图235 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2212-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:14:24


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	288509	100.000	44845	5041	1.184	--
总计		288509	100.000	44845			

图236 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2213-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:18:45

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	551905	100.000	85895	5038	1.183	--
总计		551905	100.000	85895			

图237 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2214-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:23:07


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	600516	100.000	93442	5032	1.183	--
总计		600516	100.000	93442			

图238 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2215-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:27:29

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	721624	100.000	112284	5029	1.182	--
总计		721624	100.000	112284			

图239 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2216-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:31:51

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	587644	100.000	91454	5030	1.181	--
总计		587644	100.000	91454			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2217-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:36:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	605490	100.000	93951	5018	1.182	--
总计		605490	100.000	93951			

图241 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2218-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:40:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	619190	100.000	96152	5018	1.181	--
总计		619190	100.000	96152			

图242 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2219-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:44:56


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	823322	100.000	128045	5016	1.180	--
总计		823322	100.000	128045			

图243 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2220-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:49:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	934207	100.000	145171	5008	1.179	--
总计		934207	100.000	145171			

图244 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2221-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:53:41

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1023158	100.000	158710	5004	1.180	--
总计		1023158	100.000	158710			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2222-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:58:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	866551	100.000	134376	5001	1.179	--
总计		866551	100.000	134376			

图246 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2223-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:02:24


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	892942	100.000	138504	4995	1.178	--
总计		892942	100.000	138504			

图247 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2224-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:06:46


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	922929	100.000	142994	4983	1.178	--
总计		922929	100.000	142994			

图248 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2225-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:11:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1032796	100.000	160264	4989	1.176	--
总计		1032796	100.000	160264			

图249 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2226-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:15:31


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1176553	100.000	182395	4984	1.176	--
总计		1176553	100.000	182395			

图250 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

250



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2227-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:19:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1251625	100.000	193875	4981	1.175	--
总计		1251625	100.000	193875			

图251 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2228-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:24:14


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1093661	100.000	169558	4980	1.174	--
总计		1093661	100.000	169558			

图252 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2229-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:28:36


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1108428	100.000	171798	4969	1.174	--
总计		1108428	100.000	171798			

图253 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2230-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:32:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1132286	100.000	175430	4966	1.173	--
总计		1132286	100.000	175430			

图254 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2231-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:37:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1348968	100.000	208515	4958	1.173	--
总计		1348968	100.000	208515			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2232-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:41:43


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1446308	100.000	223550	4955	1.172	--
总计		1446308	100.000	223550			

图256 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2233-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:46:06

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1481386	100.000	229049	4955	1.171	--
总计		1481386	100.000	229049			

图257 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2234-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:50:27


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1377749	100.000	212968	4947	1.171	--
总计		1377749	100.000	212968			

图258 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2235-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/10 18:54:49

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1413088	100.000	218608	4947	1.169	--
总计		1413088	100.000	218608			

图259 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2236-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:59:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1425572	100.000	220470	4941	1.168	--
总计		1425572	100.000	220470			

图260 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2237-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:03:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1482822	100.000	229179	4929	1.168	--
总计		1482822	100.000	229179			

图261 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2238-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:07:56


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1528386	100.000	236112	4925	1.167	--
总计		1528386	100.000	236112			

图262 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2239-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:12:17


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1506735	100.000	232609	4924	1.166	--
总计		1506735	100.000	232609			

图263 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2240-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:16:39


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1517903	100.000	234261	4915	1.166	--
总计		1517903	100.000	234261			

图264 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2241-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:21:02


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1513011	100.000	233451	4915	1.165	--
总计		1513011	100.000	233451			

图265 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2242-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:25:23


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1508476	100.000	232780	4913	1.164	--
总计		1508476	100.000	232780			

图266 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2243-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/10 19:29:45

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1485288	100.000	229048	4906	1.163	--
总计		1485288	100.000	229048			

图267 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2244-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:34:08


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1516880	100.000	233837	4897	1.162	--
总计		1516880	100.000	233837			

图268 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2245-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:38:29

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1500319	100.000	231073	4893	1.161	--
总计		1500319	100.000	231073			

图269 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2246-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:42:51

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1522799	100.000	234481	4889	1.161	--
总计		1522799	100.000	234481			

图270 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

270



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2247-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:47:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1518155	100.000	233913	4892	1.161	--
总计		1518155	100.000	233913			

图271 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2248-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:51:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1508445	100.000	232250	4887	1.161	--
总计		1508445	100.000	232250			

图272 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2249-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:55:59


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1489165	100.000	229299	4886	1.160	--
总计		1489165	100.000	229299			

图273 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2250-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:00:22


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1519317	100.000	233732	4877	1.159	--
总计		1519317	100.000	233732			

图274 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2251-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:04:44

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1499040	100.000	230489	4874	1.158	--
总计		1499040	100.000	230489			

图275 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

275



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2252-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:09:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1523195	100.000	234098	4866	1.157	--
总计		1523195	100.000	234098			

图276 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2253-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:13:31

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1514678	100.000	232645	4857	1.157	--
总计		1514678	100.000	232645			

图277 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2254-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:17:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1517823	100.000	233033	4853	1.156	--
总计		1517823	100.000	233033			

图278 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2255-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:22:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1514264	100.000	225160	4508	1.154	--
总计		1514264	100.000	225160			

图279 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2256-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:26:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1515370	100.000	225308	4508	1.153	--
总计		1515370	100.000	225308			

图280 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2257-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 20:31:06
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2258-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:35:31

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1518518	100.000	225583	4497	1.151	--
总计		1518518	100.000	225583			

图282 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2259-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:39:55

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1521386	100.000	225839	4492	1.150	--
总计		1521386	100.000	225839			

图283 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2260-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:44:20


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1519081	100.000	225307	4482	1.149	--
总计		1519081	100.000	225307			

图284 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2261-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:48:45


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1521594	100.000	225606	4480	1.149	--
总计		1521594	100.000	225606			

图285 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2262-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:53:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1520087	100.000	225242	4472	1.148	--
总计		1520087	100.000	225242			

图286 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2263-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:57:32


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	301082	100.000	46051	4804	1.145	--
总计		301082	100.000	46051			

图287 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2264-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 21:01:56

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	256077	100.000	39127	4793	1.144	--
总计		256077	100.000	39127			

图288 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2265-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:06:18

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	356268	100.000	54385	4782	1.144	--
总计		356268	100.000	54385			

图289 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2266-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:10:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	272772	100.000	41607	4776	1.144	--
总计		272772	100.000	41607			

图290 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2267-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:15:05


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	279942	100.000	42686	4770	1.142	--
总计		279942	100.000	42686			

图291 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2268-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:19:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	312515	100.000	47609	4762	1.141	--
总计		312515	100.000	47609			

图292 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2269-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/10 21:23:51

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	596313	100.000	90859	4762	1.141	--
总计		596313	100.000	90859			

图293 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2270-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:28:14

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	553568	100.000	84401	4777	1.140	--
总计		553568	100.000	84401			

图294 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2271-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:32:37


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	623164	100.000	94889	4761	1.140	--
总计		623164	100.000	94889			

图295 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2272-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:36:59


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	723564	100.000	110124	4754	1.140	--
总计		723564	100.000	110124			

图296 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2273-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:41:23


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	571961	100.000	86970	4746	1.139	--
总计		571961	100.000	86970			

图297 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2274-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:45:46


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	620142	100.000	94219	4736	1.138	--
总计		620142	100.000	94219			

图298 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2275-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:50:10


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	990164	100.000	150385	4737	1.138	--
总计		990164	100.000	150385			

图299 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2276-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 21:54:34

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:00:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	827541	100.000	125646	4729	1.136	--
总计		827541	100.000	125646			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2277-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:58:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	905749	100.000	137471	4722	1.137	--
总计		905749	100.000	137471			

图301 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2278-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:03:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1025182	100.000	155369	4708	1.135	--
总计		1025182	100.000	155369			

图302 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2279-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:07:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	828791	100.000	125582	4712	1.135	--
总计		828791	100.000	125582			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2280-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:12:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	921614	100.000	139477	4698	1.134	--
总计		921614	100.000	139477			

图304 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2281-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:16:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1198325	100.000	181299	4690	1.133	--
总计		1198325	100.000	181299			

图305 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2282-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:20:55


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:00:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1036381	100.000	156572	4678	1.132	--
总计		1036381	100.000	156572			

图306 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2283-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:25:18


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1136174	100.000	171603	4674	1.131	--
总计		1136174	100.000	171603			

图307 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2284-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 22:29:43

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:00:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1259140	100.000	189992	4665	1.131	--
总计		1259140	100.000	189992			

图308 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2285-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:34:06


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1047735	100.000	158042	4660	1.130	--
总计		1047735	100.000	158042			

图309 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2286-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:38:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1134579	100.000	170924	4649	1.129	--
总计		1134579	100.000	170924			

图310 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2287-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:42:52


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1471864	100.000	221649	4639	1.129	--
总计		1471864	100.000	221649			

图311 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2288-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 22:47:17

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:00:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1338320	100.000	201385	4637	1.127	--
总计		1338320	100.000	201385			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2289-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:51:39


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1372524	100.000	206340	4627	1.127	--
总计		1372524	100.000	206340			

图313 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2290-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/10 22:56:03

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1492838	100.000	224298	4618	1.126	--
总计		1492838	100.000	224298			

图314 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2291-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:00:27

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1334846	100.000	200393	4616	1.125	--
总计		1334846	100.000	200393			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2292-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:04:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1427892	100.000	214386	4610	1.124	--
总计		1427892	100.000	214386			

图316 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2293-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:09:13


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1511278	100.000	226570	4596	1.124	--
总计		1511278	100.000	226570			

图317 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2294-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:13:38


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1505545	100.000	225498	4587	1.123	--
总计		1505545	100.000	225498			

图318 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2295-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:18:02

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1477316	100.000	221155	4582	1.122	--
总计		1477316	100.000	221155			

图319 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2296-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:22:26

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1500664	100.000	224544	4577	1.121	--
总计		1500664	100.000	224544			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2297-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:26:49

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1452463	100.000	217117	4569	1.121	--
总计		1452463	100.000	217117			

图321 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2298-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:31:12


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1509504	100.000	225435	4559	1.120	--
总计		1509504	100.000	225435			

图322 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2299-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:35:34

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1509056	100.000	225211	4550	1.119	--
总计		1509056	100.000	225211			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2300-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:39:58


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1497157	100.000	223245	4545	1.118	--
总计		1497157	100.000	223245			

图324 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2301-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:44:22

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1463453	100.000	218042	4540	1.117	--
总计		1463453	100.000	218042			

图325 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2302-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:48:45

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1512119	100.000	225158	4530	1.117	--
总计		1512119	100.000	225158			

图326 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2303-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:53:10

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1471885	100.000	218883	4518	1.115	--
总计		1471885	100.000	218883			

图327 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2304-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:57:34


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1512449	100.000	224766	4511	1.115	--
总计		1512449	100.000	224766			

图328 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2305-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:01:57


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1509855	100.000	224176	4504	1.115	--
总计		1509855	100.000	224176			

图329 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2306-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:06:21


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1518342	100.000	225330	4500	1.114	--
总计		1518342	100.000	225330			

图330 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2307-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:10:44


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1486279	100.000	220458	4491	1.113	--
总计		1486279	100.000	220458			

图331 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2308-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 00:15:08

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1512051	100.000	224020	4482	1.113	--
总计		1512051	100.000	224020			

图332 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2309-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 00:19:32

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1473627	100.000	218243	4479	1.112	--
总计		1473627	100.000	218243			

图333 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2310-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:23:55

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:02:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1508609	100.000	223253	4471	1.111	--
总计		1508609	100.000	223253			

图334 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2311-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:28:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:02:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1521491	100.000	218242	4167	1.110	--
总计		1521491	100.000	218242			

图335 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2312-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 00:32:44

处理时间(V2): 2025/03/11 10:02:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1517959	100.000	217679	4165	1.108	--
总计		1517959	100.000	217679			

图336 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2