



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1400-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 13:23:48

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:29:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1401-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 13:27:15

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:29:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	100.000	323750	51014	2817	1.228	--
总计		100.000	323750	51014			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱 温 : 40℃ 波 长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1402-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 13:30:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:29:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	100.000	324092	51067	2813	1.227	--
总计		100.000	324092	51067			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1403-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 13:34:04 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:28 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	323831	51016	2815	1.226	--
总计		100.000	323831	51016			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1404-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 13:37:28
处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	324032	51071	2819	1.227	--
总计		100.000	324032	51071			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1405-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 13:40:51

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	100.000	324063	51043	2813	1.228	--
总计		100.000	324063	51043			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1406-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 13:44:13
处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	100.000	196843	33301	3332	1.230	--
总计		100.000	196843	33301			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1407-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 13:47:36

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	197226	33347	3326	1.229	--
总计		100.000	197226	33347			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1408-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 13:50:59

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	208123	35156	3325	1.230	--
总计		100.000	208123	35156			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1409-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 13:54:21

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	205966	34791	3329	1.228	--
总计		100.000	205966	34791			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1410-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 13:57:47

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	208415	35231	3331	1.230	--
总计		100.000	208415	35231			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1411-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 14:01:09 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:50 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	202380	34141	3326	1.229	--
总计		100.000	202380	34141			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1412-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:04:33

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	258698	43824	3334	1.229	--
总计		100.000	258698	43824			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1413-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:07:57

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	257662	43590	3327	1.230	--
总计		100.000	257662	43590			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1414-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:11:19

处理时间(V2)：2025/03/20 09:29:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	266902	45148	3327	1.228	--
总计		100.000	266902	45148			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1415-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 14:14:41

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	269127	45564	3333	1.228	--
总计		100.000	269127	45564			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1416-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 14:18:04
处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	264750	44767	3324	1.229	--
总计		100.000	264750	44767			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1417-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 14:21:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	260529	44078	3327	1.229	--
总计		100.000	260529	44078			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1418-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 14:24:48

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	279030	47162	3331	1.228	--
总计		100.000	279030	47162			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1419-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:28:11

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	277521	46973	3328	1.228	--
总计		100.000	277521	46973			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1420-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:31:33

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	284945	48231	3331	1.228	--
总计		100.000	284945	48231			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40℃ 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1421-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 14:34:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	285479	48369	3334	1.227	--
总计		100.000	285479	48369			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1422-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:38:20

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	282382	47780	3327	1.228	--
总计		100.000	282382	47780			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1423-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 14:41:42

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	281869	47625	3331	1.228	--
总计		100.000	281869	47625			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1424-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 14:45:04 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:25 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	290064	49046	3328	1.228	--
总计		100.000	290064	49046			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1425-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:48:27

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	289131	48916	3328	1.228	--
总计		100.000	289131	48916			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1426-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:51:49

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	293944	49756	3329	1.228	--
总计		100.000	293944	49756			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1427-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-31
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 14:55:12 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	294503	49788	3327	1.228	--
总计		100.000	294503	49788			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1428-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-40

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 14:58:37

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	292709	49592	3334	1.227	--
总计		100.000	292709	49592			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1429-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:02:00

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	292217	49400	3332	1.228	--
总计		100.000	292217	49400			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1430-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 15:05:22

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	299518	50635	3325	1.230	--
总计		100.000	299518	50635			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1431-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 15:08:45

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	299169	50586	3324	1.230	--
总计		100.000	299169	50586			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1432-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 15:12:08 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:48 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	304056	51415	3329	1.230	--
总计		100.000	304056	51415			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1433-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 15:15:31

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	307976	52128	3328	1.229	--
总计		100.000	307976	52128			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1434-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-41

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:18:54

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	303990	51436	3328	1.229	--
总计		100.000	303990	51436			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1435-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-50

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:22:19

处理时间(V2)：2025/03/20 09:30:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	303702	51396	3331	1.229	--
总计		100.000	303702	51396			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1436-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 15:25:41

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:30:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	306927	51904	3325	1.229	--
总计		100.000	306927	51904			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40℃ 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1437-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 15:29:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:31:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	305445	51618	3327	1.230	--
总计		100.000	305445	51618			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1438-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:32:28

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	310066	52445	3325	1.229	--
总计		100.000	310066	52445			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1439-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-33
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 15:35:51 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:07 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	311665	52673	3322	1.230	--
总计		100.000	311665	52673			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1440-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-42

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:39:13

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	311157	52561	3326	1.230	--
总计		100.000	311157	52561			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1441-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-51

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:42:38

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	312128	52790	3330	1.229	--
总计		100.000	312128	52790			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1442-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 15:46:01

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:31:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	308326	52094	3333	1.230	--
总计		100.000	308326	52094			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1443-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 15:49:23
处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:18
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	306624	51771	3329	1.230	--
总计		100.000	306624	51771			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1444-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-25

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:52:46

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	311860	52702	3326	1.230	--
总计		100.000	311860	52702			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1445-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 15:56:10 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:24 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	313447	52957	3326	1.231	--
总计		100.000	313447	52957			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1446-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-43

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 15:59:33

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	313001	52910	3325	1.231	--
总计		100.000	313001	52910			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1447-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-52
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 16:02:56
处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:29
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	312471	52799	3322	1.231	--
总计		100.000	312471	52799			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1448-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-8

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 16:06:19

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	311430	52618	3322	1.230	--
总计		100.000	311430	52618			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1449-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 16:09:42

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	309685	52346	3326	1.231	--
总计		100.000	309685	52346			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1450-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 16:13:05

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:31:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	313913	53037	3325	1.231	--
总计		100.000	313913	53037			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1451-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-35

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 16:16:28

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	315961	53394	3327	1.230	--
总计		100.000	315961	53394			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1452-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 16:19:53

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	315681	53298	3326	1.232	--
总计		100.000	315681	53298			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1453-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 16:23:16

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:31:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	317262	53575	3324	1.232	--
总计		100.000	317262	53575			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1454-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 16:26:39
处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	325067	51242	2829	1.230	--
总计		100.000	325067	51242			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1455-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 16:30:03

处理时间(V2)：2025/03/20 09:31:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	324021	50998	2817	1.230	--
总计		100.000	324021	50998			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1456-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 16:33:27

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:31:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱 温 : 40℃ 波 长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1457-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 16:36:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:31:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	323876	51012	2825	1.231	--
总计		100.000	323876	51012			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1458-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 16:40:16

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:31:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	324392	51137	2831	1.230	--
总计		100.000	324392	51137			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1459-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 16:43:42

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:32:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	324473	51133	2828	1.230	--
总计		100.000	324473	51133			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 40℃
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1460-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l
进样时间 : 2025/03/19 16:47:06
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:32:04
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	324143	51024	2821	1.231	--
总计		100.000	324143	51024			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1461-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 16:50:31

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:32:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	100.000	323757	51044	2829	1.229	--
总计		100.000	323757	51044			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1462-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 16:53:55

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	188682	31874	3329	1.230	--
总计		100.000	188682	31874			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1463-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 16:57:19
处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	192744	32562	3329	1.229	--
总计		100.000	192744	32562			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1464-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:00:43

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	182698	30889	3333	1.228	--
总计		100.000	182698	30889			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1465-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-28

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:04:10

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	192270	32557	3339	1.228	--
总计		100.000	192270	32557			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1466-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 17:07:35

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:32:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	195861	33115	3340	1.229	--
总计		100.000	195861	33115			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1467-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:10:59

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	186318	31448	3335	1.230	--
总计		100.000	186318	31448			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1468-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:14:22

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	255623	43241	3331	1.229	--
总计		100.000	255623	43241			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1469-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:17:46

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	255397	43233	3336	1.228	--
总计		100.000	255397	43233			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1470-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-20

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:21:11

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	255891	43344	3336	1.227	--
总计		100.000	255891	43344			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1471-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-29

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:24:35

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	257440	43535	3339	1.229	--
总计		100.000	257440	43535			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1472-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-38

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:27:58

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	259284	43849	3337	1.229	--
总计		100.000	259284	43849			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1473-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 17:31:21

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:32:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	254544	43062	3340	1.228	--
总计		100.000	254544	43062			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1474-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-3

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:34:45

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	285353	48392	3345	1.227	--
总计		100.000	285353	48392			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1475-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:38:10

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	274635	46576	3342	1.227	--
总计		100.000	274635	46576			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1476-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-21

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:41:41

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	276948	46891	3338	1.229	--
总计		100.000	276948	46891			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1477-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 17:45:08 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:52 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	278302	47127	3338	1.229	--
总计		100.000	278302	47127			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1478-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 17:48:33 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	277696	47098	3345	1.227	--
总计		100.000	277696	47098			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1479-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-48

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:51:56

处理时间(V2)：2025/03/20 09:32:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	278880	47218	3335	1.228	--
总计		100.000	278880	47218			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1480-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-4

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:55:20

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	285439	48268	3338	1.228	--
总计		100.000	285439	48268			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1481-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 17:58:43

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	286138	48385	3339	1.228	--
总计		100.000	286138	48385			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1482-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-22

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:02:07

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	286538	48498	3335	1.228	--
总计		100.000	286538	48498			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1483-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:05:32

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	287150	48591	3334	1.229	--
总计		100.000	287150	48591			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1484-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-40

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:08:56

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	291170	49308	3337	1.227	--
总计		100.000	291170	49308			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1485-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:12:22

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	287759	48726	3337	1.228	--
总计		100.000	287759	48726			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1486-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 18:15:47

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:33:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	296055	50054	3339	1.228	--
总计		100.000	296055	50054			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1487-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-14

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:19:11

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	296456	50110	3339	1.228	--
总计		100.000	296456	50110			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1488-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-23

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:22:35

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	297449	50352	3338	1.228	--
总计		100.000	297449	50352			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1489-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-32

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:26:00

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	300503	50860	3337	1.228	--
总计		100.000	300503	50860			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1490-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-41

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:29:24

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	298405	50504	3334	1.228	--
总计		100.000	298405	50504			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1491-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-50

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:32:48

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	300999	50926	3337	1.228	--
总计		100.000	300999	50926			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1492-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-6

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:36:12

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	302921	51136	3334	1.228	--
总计		100.000	302921	51136			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1493-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-15

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:39:36

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	302800	51278	3339	1.227	--
总计		100.000	302800	51278			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1494-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-24
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 18:43:02 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	302855	51249	3338	1.228	--
总计		100.000	302855	51249			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1495-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-33

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:46:30

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	306398	51838	3336	1.228	--
总计		100.000	306398	51838			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1496-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-42

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:49:54

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	100.000	303660	51438	3341	1.228	--
总计		100.000	303660	51438			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1497-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-51

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 18:53:18

处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	309380	52333	3336	1.228	--
总计		100.000	309380	52333			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1498-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 18:56:42

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:33:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	305089	51643	3336	1.227	--
总计		100.000	305089	51643			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1499-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 19:00:06

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:33:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	305847	51721	3336	1.228	--
总计		100.000	305847	51721			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1500-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-25
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 19:03:30 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:33:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	304969	51568	3334	1.229	--
总计		100.000	304969	51568			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1501-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 19:06:55

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:33:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	308536	52189	3336	1.228	--
总计		100.000	308536	52189			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1502-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 19:10:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:34:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	306810	51896	3337	1.228	--
总计		100.000	306810	51896			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1503-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-52

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 19:13:44

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	311545	52691	3338	1.228	--
总计		100.000	311545	52691			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1504-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-8
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 19:17:10
处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:05
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	308127	52141	3338	1.228	--
总计		100.000	308127	52141			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1505-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 19:20:36

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	307971	51979	3331	1.229	--
总计		100.000	307971	51979			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1506-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：2-26
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 19:24:01
处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	307423	52029	3344	1.228	--
总计		100.000	307423	52029			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1507-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-35

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 19:27:26

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	312602	52746	3331	1.230	--
总计		100.000	312602	52746			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1508-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-44

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 19:30:51

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	310316	52383	3333	1.229	--
总计		100.000	310316	52383			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1509-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：2-53

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 19:34:17

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	313300	52853	3335	1.229	--
总计		100.000	313300	52853			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱 温 : 40℃ 波 长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1510-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 19:37:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:34:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	100.000	324234	51128	2840	1.225	--
总计		100.000	324234	51128			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1511-2 - zzp-2024122521p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 19:41:09

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:34:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	323955	50940	2830	1.227	--
总计		100.000	323955	50940			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1512-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-9

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 19:44:32

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1513-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 19:47:56

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	100.000	324465	51056	2827	1.227	--
总计		100.000	324465	51056			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1514-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 19:51:22 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:33 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	100.000	324447	51101	2830	1.227	--
总计		100.000	324447	51101			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱 温 : 40℃ 波 长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1515-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 19:54:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:34:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	100.000	324330	51091	2830	1.226	--
总计		100.000	324330	51091			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40℃ 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1516-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 19:58:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:34:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	100.000	324420	51093	2830	1.227	--
总计		100.000	324420	51093			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1517-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:01:36

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	100.000	324340	51068	2827	1.227	--
总计		100.000	324340	51068			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1518-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:04:59

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	207086	34981	3332	1.228	--
总计		100.000	207086	34981			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1519-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-10
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 20:08:23
处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	192635	32523	3335	1.226	--
总计		100.000	192635	32523			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1520-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:11:48

处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	202697	34238	3333	1.226	--
总计		100.000	202697	34238			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1521-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 20:15:11

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:34:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	200622	33881	3334	1.227	--
总计		100.000	200622	33881			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1522-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-37
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 20:18:33
处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	213186	35988	3332	1.227	--
总计		100.000	213186	35988			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1523-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-46
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 20:21:55
处理时间(V2)：2025/03/20 09:34:59
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	201261	33874	3331	1.228	--
总计		100.000	201261	33874			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1524-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:25:17

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	263738	44532	3333	1.227	--
总计		100.000	263738	44532			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1525-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:28:43

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	255183	43106	3335	1.228	--
总计		100.000	255183	43106			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1526-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-20

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:32:07

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	262822	44361	3334	1.228	--
总计		100.000	262822	44361			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1527-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-29

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:35:30

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	261446	44166	3336	1.228	--
总计		100.000	261446	44166			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1528-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-38

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:38:54

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	263775	44542	3334	1.228	--
总计		100.000	263775	44542			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40℃ 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1529-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 20:42:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:35:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	261815	44161	3337	1.227	--
总计		100.000	261815	44161			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1530-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-3
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 20:45:40 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:18 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	283520	47894	3333	1.228	--
总计		100.000	283520	47894			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1531-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:49:02

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	277895	46919	3333	1.227	--
总计		100.000	277895	46919			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1532-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 20:52:25 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:23 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	283158	47803	3335	1.227	--
总计		100.000	283158	47803			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1533-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-30

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:55:47

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	282654	47745	3334	1.227	--
总计		100.000	282654	47745			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1534-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-39

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 20:59:09

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	284239	48008	3337	1.227	--
总计		100.000	284239	48008			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1535-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-48

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:02:32

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	278451	47007	3335	1.227	--
总计		100.000	278451	47007			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1536-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-4

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:05:54

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	294104	49642	3332	1.227	--
总计		100.000	294104	49642			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1537-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:09:18

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	289590	48888	3333	1.228	--
总计		100.000	289590	48888			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1538-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 21:12:39

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:35:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	296619	50105	3335	1.227	--
总计		100.000	296619	50105			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1539-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 21:16:02 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:42 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	293915	49582	3330	1.228	--
总计		100.000	293915	49582			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1540-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-40

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:19:25

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	292318	49387	3337	1.227	--
总计		100.000	292318	49387			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1541-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 21:22:47

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:35:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	289989	48991	3338	1.227	--
总计		100.000	289989	48991			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1542-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-5

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:26:10

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	304887	51495	3337	1.227	--
总计		100.000	304887	51495			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1543-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-14

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:29:32

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	309802	52254	3329	1.229	--
总计		100.000	309802	52254			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1544-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-23

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:32:54

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	308185	51914	3334	1.234	--
总计		100.000	308185	51914			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1545-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-32

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:36:16

处理时间(V2)：2025/03/20 09:35:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	309979	52230	3334	1.234	--
总计		100.000	309979	52230			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1546-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-41

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:39:39

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	314515	52942	3326	1.234	--
总计		100.000	314515	52942			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1547-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-50
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 21:43:03 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	299765	50568	3339	1.233	--
总计		100.000	299765	50568			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1548-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 21:46:24

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	314251	52937	3333	1.234	--
总计		100.000	314251	52937			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1549-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-15

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:49:46

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	310036	52191	3326	1.234	--
总计		100.000	310036	52191			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1550-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-24

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 21:53:08

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	314956	53046	3328	1.233	--
总计		100.000	314956	53046			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1551-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 21:56:31

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	314995	53034	3328	1.234	--
总计		100.000	314995	53034			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1552-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 21:59:52 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	308556	51952	3331	1.234	--
总计		100.000	308556	51952			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1553-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 22:03:14

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	306211	51623	3337	1.233	--
总计		100.000	306211	51623			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1554-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-7

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:06:37

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:23

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	315319	53151	3334	1.234	--
总计		100.000	315319	53151			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1555-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 22:09:59

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	312010	52539	3331	1.234	--
总计		100.000	312010	52539			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1556-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-25

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:13:20

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	323832	54556	3334	1.234	--
总计		100.000	323832	54556			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1557-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-34

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:16:42

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	317291	53433	3331	1.234	--
总计		100.000	317291	53433			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1558-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 22:20:04

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	309363	52027	3336	1.234	--
总计		100.000	309363	52027			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1559-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-52

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:23:26

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	308165	51929	3334	1.233	--
总计		100.000	308165	51929			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1560-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 22:26:48

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	319485	53628	3332	1.234	--
总计		100.000	319485	53628			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1561-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：3-17
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/19 22:30:11
处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:42
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	315957	53215	3331	1.234	--
总计		100.000	315957	53215			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1562-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-26

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:33:34

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	320238	53903	3325	1.233	--
总计		100.000	320238	53903			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1563-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-35

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:36:57

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	321206	54015	3327	1.233	--
总计		100.000	321206	54015			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40℃ 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1564-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 22:40:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	311511	52443	3327	1.234	--
总计		100.000	311511	52443			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1565-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-53

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:43:45

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	311184	52368	3328	1.233	--
总计		100.000	311184	52368			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1566-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 22:47:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:36:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	324274	50875	2820	1.231	--
总计		100.000	324274	50875			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1567-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx1-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 22:50:33

处理时间(V2)：2025/03/20 09:36:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	323900	50834	2821	1.230	--
总计		100.000	323900	50834			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1568-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 22:53:58

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温 : 40℃
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1569-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μ l
进样时间 : 2025/03/19 22:57:23
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:04
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	323622	50827	2821	1.230	--
总计		100.000	323622	50827			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1570-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:00:47

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	323536	50898	2829	1.229	--
总计		100.000	323536	50898			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1571-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:04:12

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	323278	50782	2821	1.230	--
总计		100.000	323278	50782			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1572-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:07:38

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	323103	50736	2816	1.230	--
总计		100.000	323103	50736			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1573-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 23:11:02

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	100.000	323698	50851	2821	1.230	--
总计		100.000	323698	50851			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1574-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:14:25

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	213671	35964	3328	1.232	--
总计		100.000	213671	35964			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1575-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/19 23:17:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	195614	32930	3331	1.230	--
总计		100.000	195614	32930			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1576-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:21:13

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	186955	31433	3330	1.232	--
总计		100.000	186955	31433			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1577-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 23:24:37

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	183848	31000	3339	1.230	--
总计		100.000	183848	31000			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1578-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-37

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:27:59

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	182411	30651	3326	1.231	--
总计		100.000	182411	30651			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1579-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-46

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:31:21

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	189019	31821	3338	1.231	--
总计		100.000	189019	31821			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1580-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:34:43

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	267042	45333	3370	1.229	--
总计		100.000	267042	45333			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1581-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:38:07

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	256124	43161	3331	1.232	--
总计		100.000	256124	43161			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1582-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/19 23:41:30 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:40 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	252020	42548	3344	1.230	--
总计		100.000	252020	42548			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1583-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-29

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:44:53

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	250195	42037	3319	1.233	--
总计		100.000	250195	42037			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1584-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-38

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:48:16

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	252499	42512	3328	1.231	--
总计		100.000	252499	42512			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1585-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-47

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/19 23:51:41

处理时间(V2)：2025/03/20 09:37:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	257491	43206	3319	1.234	--
总计		100.000	257491	43206			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1586-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 23:55:05

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	286820	48211	3323	1.233	--
总计		100.000	286820	48211			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1587-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/19 23:58:27

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	276718	46644	3342	1.232	--
总计		100.000	276718	46644			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1588-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 00:01:50

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	276896	46581	3328	1.232	--
总计		100.000	276896	46581			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1589-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 00:05:12

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:37:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	273571	46094	3332	1.232	--
总计		100.000	273571	46094			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1590-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-39

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:08:35

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	274000	46029	3315	1.233	--
总计		100.000	274000	46029			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1591-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-48

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:11:58

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	274940	46339	3334	1.233	--
总计		100.000	274940	46339			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1592-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 00:15:22 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:07 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	295744	49722	3318	1.235	--
总计		100.000	295744	49722			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1593-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:18:49

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	286819	48100	3313	1.234	--
总计		100.000	286819	48100			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1594-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-22
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 00:22:13 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:13 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	287248	48265	3325	1.233	--
总计		100.000	287248	48265			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1595-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-31

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:25:41

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100.000	286619	48361	3335	1.233	--
总计		100.000	286619	48361			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1596-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-40

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:29:03

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	285345	48009	3332	1.233	--
总计		100.000	285345	48009			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1597-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:32:26

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	287836	48717	3364	1.232	--
总计		100.000	287836	48717			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1598-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-5

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:35:49

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	304906	51225	3337	1.233	--
总计		100.000	304906	51225			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1599-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 00:39:12

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:38:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	304391	51179	3346	1.233	--
总计		100.000	304391	51179			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1600-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-23

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:42:35

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	299162	50377	3341	1.232	--
总计		100.000	299162	50377			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1601-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 00:45:58 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:32 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	301972	50745	3343	1.232	--
总计		100.000	301972	50745			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1602-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-41
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 00:49:21 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	299823	50380	3341	1.233	--
总计		100.000	299823	50380			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1603-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 00:52:44

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:38:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	295254	49671	3336	1.233	--
总计		100.000	295254	49671			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1604-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 00:56:07

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:38:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	311613	52347	3331	1.233	--
总计		100.000	311613	52347			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1605-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-15

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 00:59:30

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	305762	51347	3326	1.233	--
总计		100.000	305762	51347			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 40℃ 波长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1606-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/03/20 01:02:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2025/03/20 09:38:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	304837	51122	3317	1.235	--
总计		100.000	304837	51122			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1607-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 01:06:16

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:38:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	303558	50895	3325	1.234	--
总计		100.000	303558	50895			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1608-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-42

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:09:39

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	100.000	307318	51457	3308	1.235	--
总计		100.000	307318	51457			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1609-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-51

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:13:02

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	304077	50900	3316	1.236	--
总计		100.000	304077	50900			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1610-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-7

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:16:25

处理时间(V2)：2025/03/20 09:38:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	314285	52653	3310	1.235	--
总计		100.000	314285	52653			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1611-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-16

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:19:48

处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	307644	51584	3322	1.235	--
总计		100.000	307644	51584			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1612-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-25

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:23:12

处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	306174	51445	3326	1.234	--
总计		100.000	306174	51445			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1613-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 01:26:35

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:39:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	305558	51201	3310	1.234	--
总计		100.000	305558	51201			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1614-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 01:29:58

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:39:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	310905	52111	3322	1.233	--
总计		100.000	310905	52111			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 30-18/27-1615-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2025/03/20 01:33:21

处理时间(V2) : 2025/03/20 09:39:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	100.000	304424	51039	3315	1.233	--
总计		100.000	304424	51039			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1616-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-8
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/20 01:36:44
处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	315950	53248	3345	1.231	--
总计		100.000	315950	53248			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1617-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:40:08

处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	310985	52158	3318	1.235	--
总计		100.000	310985	52158			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1618-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-26

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:43:31

处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	310101	52102	3330	1.233	--
总计		100.000	310101	52102			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1619-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-35

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:46:55

处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100.000	308255	52068	3352	1.231	--
总计		100.000	308255	52068			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1620-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-44

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 01:50:19

处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	100.000	314265	52665	3312	1.234	--
总计		100.000	314265	52665			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1621-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-jxzs-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-53
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/20 01:53:42
处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	100.000	308199	51848	3349	1.232	--
总计		100.000	308199	51848			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1622-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号：4-27
进样体积：10 μ l
进样时间：2025/03/20 01:57:05
处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	100.000	322655	50429	2806	1.230	--
总计		100.000	322655	50429			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 30-18/27-1623-2 - zzp-2024122721p-pH1.2+SDSjz-10mg-jyx2-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX276.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20250319-rcqx-FX276.lcb

样品瓶号：4-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2025/03/20 02:00:29

处理时间(V2)：2025/03/20 09:39:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	100.000	322746	50451	2807	1.233	--
总计		100.000	322746	50451			