




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5092-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:04:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5093-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:07:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	326733	35.234	46277	1372	0.957	--
2	2.351	600583	64.766	137678	7227	0.987	4.319
总计		927316	100.000	183954			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5094-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:11:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	326315	35.209	46287	1376	0.956	--
2	2.350	600478	64.791	138531	7219	0.989	4.319
总计		926793	100.000	184818			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5095-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:14:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	326685	35.220	46309	1375	0.957	--
2	2.349	600880	64.780	138933	7207	0.988	4.316
总计		927565	100.000	185242			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5096-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:18:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	327076	35.268	46345	1374	0.957	--
2	2.351	600329	64.732	137832	7210	0.986	4.323
总计		927405	100.000	184176			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5097-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:21:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	326095	35.205	46307	1378	0.958	--
2	2.348	600167	64.795	139035	7200	0.987	4.315
总计		926261	100.000	185342			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5098-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:25:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	93808	59.664	12859	1381	1.085	--
2	2.351	63420	40.336	14647	7297	0.986	4.318
总计		157228	100.000	27507			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5099-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:28:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	84238	62.116	11506	1378	1.119	--
2	2.351	51376	37.884	11931	7326	0.985	4.317
总计		135614	100.000	23438			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5100-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:32:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	77269	64.061	10545	1381	1.187	--
2	2.350	43349	35.939	10055	7320	0.988	4.321
总计		120617	100.000	20600			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5101-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:35:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	86919	67.829	11937	1377	1.137	--
2	2.350	41225	32.171	9568	7322	0.986	4.314
总计		128144	100.000	21505			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5102-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:39:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	76563	68.657	10460	1380	1.182	--
2	2.350	34952	31.343	8137	7347	0.988	4.321
总计		111514	100.000	18598			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5103-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:42:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	81570	68.401	11136	1380	1.163	--
2	2.352	37683	31.599	8782	7327	0.986	4.314
总计		119252	100.000	19918			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5104-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:46:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	317246	53.692	45210	1381	0.960	--
2	2.349	273617	46.308	63367	7250	0.983	4.317
总计		590863	100.000	108577			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5105-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:49:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	303634	56.976	43258	1385	0.960	--
2	2.351	229280	43.024	52913	7260	0.982	4.320
总计		532914	100.000	96171			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5106-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:53:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	295593	60.141	42108	1384	0.963	--
2	2.349	195905	39.859	45461	7263	0.983	4.322
总计		491498	100.000	87570			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5107-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:56:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	261713	60.650	37211	1384	0.964	--
2	2.350	169802	39.350	39195	7227	0.982	4.319
总计		431514	100.000	76406			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5108-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 14:59:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	264056	62.205	37556	1385	0.963	--
2	2.350	160437	37.795	37111	7247	0.982	4.316
总计		424493	100.000	74667			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5109-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:03:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 08:59:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	262641	61.575	37338	1385	0.964	--
2	2.349	163897	38.425	38077	7270	0.982	4.321
总计		426538	100.000	75416			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5110-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:06:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	333079	45.313	47482	1383	0.960	--
2	2.349	401985	54.687	92990	7215	0.982	4.315
总计		735064	100.000	140473			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5111-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:10:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	332579	46.928	47413	1382	0.958	--
2	2.350	376116	53.072	86801	7215	0.981	4.313
总计		708695	100.000	134214			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5112-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:13:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	333400	48.133	47574	1382	0.959	--
2	2.349	359268	51.867	83191	7242	0.979	4.316
总计		692668	100.000	130764			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5113-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:17:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	330470	48.992	47060	1382	0.960	--
2	2.349	344064	51.008	79667	7242	0.980	4.316
总计		674534	100.000	126726			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5114-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:20:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	337978	49.849	48226	1385	0.960	--
2	2.349	340021	50.151	78879	7249	0.980	4.320
总计		677999	100.000	127105			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5115-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:24:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	333977	49.435	47602	1384	0.961	--
2	2.349	341617	50.565	79091	7251	0.980	4.318
总计		675594	100.000	126692			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5116-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:27:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	335007	41.731	47769	1385	0.957	--
2	2.349	467776	58.269	108208	7225	0.979	4.318
总计		802783	100.000	155977			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5117-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:31:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	333649	42.553	47559	1382	0.958	--
2	2.348	450438	57.447	104460	7222	0.980	4.313
总计		784087	100.000	152019			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5118-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-22 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 15:34:38 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	332009	43.210	47348	1384	0.960	--
2	2.349	436345	56.790	100998	7236	0.981	4.316
总计		768354	100.000	148346			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5119-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:38:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	332938	43.574	47573	1385	0.959	--
2	2.350	431133	56.426	99527	7216	0.981	4.315
总计		764071	100.000	147100			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5120-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:41:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	335529	43.890	47841	1385	0.959	--
2	2.349	428952	56.110	99156	7227	0.981	4.314
总计		764481	100.000	146996			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5121-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:45:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	334344	43.847	47647	1388	0.960	--
2	2.350	428175	56.153	98812	7241	0.981	4.317
总计		762519	100.000	146459			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5122-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:48:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	334843	38.462	47660	1381	0.959	--
2	2.351	535740	61.538	122805	7199	0.979	4.311
总计		870583	100.000	170465			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5123-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:51:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	333052	38.891	47343	1381	0.960	--
2	2.355	523311	61.109	120897	7182	0.979	4.321
总计		856363	100.000	168240			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5124-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:55:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	331368	39.336	47244	1385	0.960	--
2	2.350	511028	60.664	117308	7215	0.981	4.314
总计		842396	100.000	164552			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5125-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 15:58:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	334767	39.251	47642	1382	0.960	--
2	2.348	518115	60.749	119797	7177	0.979	4.309
总计		852881	100.000	167438			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5126-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:02:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	335126	39.533	47736	1383	0.960	--
2	2.348	512582	60.467	118688	7186	0.979	4.312
总计		847708	100.000	166424			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5127-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-50 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 16:05:50 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	336428	39.378	47956	1386	0.960	--
2	2.351	517917	60.622	118296	7180	0.978	4.311
总计		854345	100.000	166252			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5128-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:09:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	330753	36.305	47072	1380	0.959	--
2	2.348	580278	63.695	133455	7108	0.976	4.304
总计		911031	100.000	180526			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5129-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:12:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	331262	36.756	47172	1375	0.958	--
2	2.351	569992	63.244	130326	7186	0.978	4.308
总计		901254	100.000	177499			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5130-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:16:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	331623	37.222	47209	1377	0.959	--
2	2.349	559301	62.778	128686	7170	0.978	4.304
总计		890924	100.000	175895			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5131-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:19:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:00:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	333715	36.851	47448	1376	0.959	--
2	2.350	571868	63.149	131592	7180	0.978	4.311
总计		905583	100.000	179040			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5132-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:23:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	333964	37.061	47480	1380	0.961	--
2	2.350	567159	62.939	130266	7177	0.978	4.313
总计		901122	100.000	177746			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5133-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:26:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	333724	36.979	47431	1381	0.961	--
2	2.349	568741	63.021	130916	7167	0.978	4.307
总计		902465	100.000	178347			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5134-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:30:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	331594	35.554	47151	1381	0.962	--
2	2.350	601044	64.446	137765	7167	0.978	4.313
总计		932638	100.000	184916			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5135-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:33:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	328771	36.429	46908	1384	0.957	--
2	2.350	573717	63.571	131676	7199	0.979	4.311
总计		902489	100.000	178584			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5136-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:37:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	331081	36.349	47049	1376	0.959	--
2	2.351	579748	63.651	132841	7184	0.978	4.308
总计		910829	100.000	179890			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5137-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:40:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	332865	35.856	47206	1378	0.959	--
2	2.350	595476	64.144	136696	7176	0.978	4.301
总计		928341	100.000	183902			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5138-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:44:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	331192	35.921	47186	1380	0.960	--
2	2.349	590809	64.079	136051	7153	0.978	4.308
总计		922001	100.000	183237			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5139-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:47:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	331910	35.941	47187	1379	0.961	--
2	2.351	591575	64.059	135175	7149	0.977	4.307
总计		923485	100.000	182363			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5140-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:50:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	329662	35.101	46919	1384	0.956	--
2	2.354	609531	64.899	140428	7150	0.975	4.312
总计		939193	100.000	187347			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5141-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:54:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	329825	35.106	46927	1381	0.958	--
2	2.352	609699	64.894	139489	7139	0.976	4.310
总计		939524	100.000	186416			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5142-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 16:57:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	331386	35.418	46821	1369	0.960	--
2	2.356	604262	64.582	138664	7101	0.975	4.307
总计		935648	100.000	185485			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5143-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:01:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	333304	35.023	47151	1381	0.962	--
2	2.361	618373	64.977	141980	7221	0.976	4.314
总计		951678	100.000	189131			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5144-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:04:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	331856	35.327	47098	1382	0.961	--
2	2.354	607533	64.673	140095	7167	0.975	4.315
总计		939389	100.000	187193			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5145-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:08:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	332315	35.155	47094	1374	0.960	--
2	2.351	612980	64.845	140052	7151	0.976	4.304
总计		945296	100.000	187146			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5146-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:11:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	324721	35.106	46139	1379	0.963	--
2	2.347	600245	64.894	138139	7088	0.980	4.310
总计		924967	100.000	184278			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5147-2 - zzp-2023111121p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:15:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	324388	35.082	46211	1382	0.963	--
2	2.349	600258	64.918	137721	7095	0.980	4.311
总计		924646	100.000	183933			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5148-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:18:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5149-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:22:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	326952	35.190	46353	1393	0.962	--
2	2.354	602156	64.810	138440	7133	0.980	4.308
总计		929108	100.000	184792			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5150-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:25:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	327176	35.156	46485	1378	0.963	--
2	2.352	603453	64.844	137819	7109	0.979	4.315
总计		930629	100.000	184304			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5151-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:29:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:01:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	328150	35.272	46449	1387	0.961	--
2	2.355	602190	64.728	138778	7149	0.981	4.303
总计		930340	100.000	185227			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5152-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:32:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	327257	35.235	46526	1387	0.963	--
2	2.351	601527	64.765	137322	7151	0.982	4.302
总计		928785	100.000	183847			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5153-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:36:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	327463	35.222	46485	1390	0.961	--
2	2.353	602239	64.778	138307	7146	0.981	4.307
总计		929702	100.000	184792			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5154-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:39:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	78255	62.172	10678	1404	1.213	--
2	2.355	47613	37.828	11126	7307	0.982	4.322
总计		125869	100.000	21804			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5155-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-10 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 17:43:19 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	84235	63.215	11480	1395	1.181	--
2	2.347	49016	36.785	11464	7255	0.979	4.312
总计		133251	100.000	22944			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5156-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-19 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 17:46:47 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	76565	66.930	10376	1376	1.215	--
2	2.352	37832	33.070	8799	7254	0.982	4.316
总计		114397	100.000	19175			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5157-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:50:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	90153	60.681	12390	1399	1.145	--
2	2.351	58416	39.319	13553	7318	0.984	4.321
总计		148569	100.000	25943			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5158-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:53:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	77162	69.310	10495	1399	1.232	--
2	2.357	34167	30.690	7928	7254	0.986	4.316
总计		111329	100.000	18423			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5159-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 17:57:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	97510	59.330	13427	1402	1.114	--
2	2.352	66843	40.670	15559	7315	0.983	4.312
总计		164354	100.000	28986			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5160-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-2 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:00:45 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	297732	54.940	42341	1402	0.964	--
2	2.355	244187	45.060	57010	7315	0.981	4.332
总计		541919	100.000	99350			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5161-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:04:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	303928	58.263	43403	1391	0.961	--
2	2.349	217717	41.737	50657	7268	0.982	4.318
总计		521645	100.000	94060			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5162-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-20 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:07:43 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	314132	60.480	44714	1392	0.961	--
2	2.354	205262	39.520	47752	7298	0.981	4.330
总计		519394	100.000	92466			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5163-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-29 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:11:13 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	295561	55.913	42126	1392	0.961	--
2	2.349	233048	44.087	54091	7247	0.982	4.313
总计		528609	100.000	96217			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5164-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:14:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	264811	63.961	37606	1405	0.966	--
2	2.359	149210	36.039	34405	7339	0.983	4.333
总计		414021	100.000	72011			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5165-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:18:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	315962	54.825	44921	1393	0.963	--
2	2.350	260351	45.175	59920	7241	0.982	4.310
总计		576313	100.000	104841			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5166-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-3 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:21:40 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	327874	45.880	46911	1396	0.961	--
2	2.349	386757	54.120	89808	7275	0.983	4.319
总计		714631	100.000	136719			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5167-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:25:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	326207	48.540	46794	1405	0.962	--
2	2.349	345829	51.460	80543	7287	0.982	4.326
总计		672036	100.000	127337			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5168-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-21 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:28:39 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	336995	47.797	48088	1398	0.961	--
2	2.350	368065	52.203	84953	7288	0.983	4.320
总计		705060	100.000	133041			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5169-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-30 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:32:09 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	316663	49.539	45560	1408	0.960	--
2	2.350	322561	50.461	74521	7285	0.983	4.328
总计		639224	100.000	120080			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5170-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:35:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	328577	49.828	46873	1399	0.962	--
2	2.351	330851	50.172	76274	7256	0.982	4.321
总计		659428	100.000	123147			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5171-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:39:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	343222	46.302	49117	1408	0.962	--
2	2.354	398053	53.698	92586	7274	0.981	4.327
总计		741274	100.000	141702			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5172-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-4 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:42:37 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:02:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	328924	41.751	46861	1405	0.962	--
2	2.353	458901	58.249	106361	7256	0.980	4.329
总计		787825	100.000	153222			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5173-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:46:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	330890	43.068	47131	1396	0.961	--
2	2.352	437403	56.932	100805	7244	0.981	4.315
总计		768293	100.000	147936			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5174-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-22 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:49:35 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	336878	42.998	48124	1390	0.959	--
2	2.351	446592	57.002	102853	7279	0.983	4.324
总计		783470	100.000	150978			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5175-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-31 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 18:53:04 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	327187	43.062	46703	1400	0.960	--
2	2.353	432609	56.938	100373	7250	0.981	4.318
总计		759796	100.000	147076			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5176-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 18:56:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	328186	44.011	46756	1405	0.961	--
2	2.352	417512	55.989	96480	7252	0.983	4.318
总计		745698	100.000	143235			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5177-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:00:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	345696	42.147	49331	1398	0.964	--
2	2.350	474522	57.853	109154	7224	0.982	4.320
总计		820218	100.000	158485			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5178-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-5 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:03:32 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	328863	38.239	46875	1400	0.962	--
2	2.352	531164	61.761	122238	7205	0.981	4.316
总计		860027	100.000	169114			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5179-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:07:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	331452	39.277	47244	1395	0.960	--
2	2.350	512433	60.723	118433	7240	0.984	4.316
总计		843885	100.000	165677			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5180-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-23 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:10:31 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	336640	38.893	47986	1393	0.960	--
2	2.350	528916	61.107	122151	7248	0.984	4.312
总计		865556	100.000	170136			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5181-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-32 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:14:01 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	327530	39.456	46640	1393	0.962	--
2	2.352	502579	60.544	116030	7253	0.981	4.318
总计		830109	100.000	162670			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5182-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:17:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	327360	39.787	46485	1396	0.962	--
2	2.353	495415	60.213	114722	7243	0.983	4.313
总计		822775	100.000	161207			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5183-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-50 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:21:01 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	343610	38.513	49083	1397	0.960	--
2	2.352	548591	61.487	126376	7209	0.982	4.316
总计		892201	100.000	175459			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5184-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-6 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:24:30 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	327844	36.411	46755	1397	0.961	--
2	2.351	572559	63.589	131935	7257	0.983	4.317
总计		900402	100.000	178689			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5185-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-15 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:28:00 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	331336	37.046	46813	1383	0.961	--
2	2.352	563060	62.954	129948	7242	0.981	4.304
总计		894396	100.000	176761			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5186-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:31:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	334758	36.612	47666	1396	0.957	--
2	2.351	579572	63.388	133460	7232	0.982	4.310
总计		914329	100.000	181126			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5187-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:34:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	328149	37.221	46617	1393	0.960	--
2	2.353	553474	62.779	128158	7243	0.982	4.309
总计		881624	100.000	174775			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5188-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:38:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	325638	37.102	46351	1400	0.962	--
2	2.355	552047	62.898	127999	7217	0.982	4.322
总计		877685	100.000	174350			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5189-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:41:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	344683	36.617	49120	1402	0.962	--
2	2.358	596639	63.383	137541	7253	0.982	4.325
总计		941322	100.000	186661			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5190-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-7 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:45:27 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	326724	35.523	46654	1406	0.963	--
2	2.355	593029	64.477	137778	7252	0.981	4.324
总计		919753	100.000	184432			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5191-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:48:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	329335	36.017	46829	1399	0.962	--
2	2.355	585063	63.983	135776	7243	0.981	4.317
总计		914398	100.000	182604			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5192-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-25 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 19:52:26 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	333190	35.655	47403	1393	0.960	--
2	2.355	601300	64.345	139398	7215	0.980	4.313
总计		934490	100.000	186801			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5193-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:55:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:03:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	325663	36.206	46255	1390	0.962	--
2	2.358	573808	63.794	132427	7242	0.981	4.307
总计		899471	100.000	178682			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5194-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 19:59:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	325792	36.092	46314	1392	0.962	--
2	2.357	576870	63.908	133326	7214	0.980	4.322
总计		902662	100.000	179640			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5195-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 20:02:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	343391	35.753	48858	1395	0.961	--
2	2.357	617057	64.247	142454	7250	0.983	4.318
总计		960448	100.000	191312			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5196-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-8 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 20:06:25 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	327096	34.901	46649	1413	0.960	--
2	2.360	610112	65.099	140126	7229	0.980	4.315
总计		937208	100.000	186775			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5197-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 20:09:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	328645	35.307	46512	1386	0.961	--
2	2.353	602170	64.693	138957	7191	0.980	4.292
总计		930816	100.000	185470			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5198-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-26 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/03 20:13:24 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	332131	35.031	47156	1391	0.962	--
2	2.354	615986	64.969	142503	7200	0.979	4.301
总计		948117	100.000	189659			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5199-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 20:16:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	327897	35.702	46352	1387	0.962	--
2	2.360	590523	64.298	135709	7254	0.981	4.303
总计		918421	100.000	182061			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5200-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 20:20:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	322823	35.364	45847	1395	0.963	--
2	2.355	590042	64.636	136655	7209	0.980	4.310
总计		912865	100.000	182501			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5201-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 20:23:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	339409	34.930	48342	1397	0.963	--
2	2.353	632285	65.070	145558	7161	0.979	4.312
总计		971694	100.000	193900			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5202-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 20:27:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	326445	35.188	46457	1398	0.963	--
2	2.352	601278	64.812	137894	7151	0.984	4.307
总计		927723	100.000	184351			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-199/24-5203-2 - zzp-2023111121p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251203-FX273.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/03 20:30:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/04 09:04:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	326921	35.153	46499	1395	0.964	--
2	2.352	603083	64.847	138457	7137	0.984	4.314
总计		930004	100.000	184956			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1876-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:28:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1877-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:32:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	300921	35.121	51859	1799	0.976	--
2	2.323	555884	64.879	123054	6363	1.007	5.074
总计		856805	100.000	174913			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1878-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:35:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.643	302118	35.149	53196	1907	0.979	--
2	2.322	557407	64.851	122970	6307	1.006	5.072
总计		859526	100.000	176166			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1879-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:39:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	302563	35.208	54205	1969	0.981	--
2	2.321	556796	64.792	123011	6337	1.006	5.082
总计		859359	100.000	177216			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1880-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:42:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	303192	35.206	54632	1998	0.983	--
2	2.319	557996	64.794	122949	6342	1.007	5.088
总计		861188	100.000	177581			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1881-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:46:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	303331	35.193	54838	2015	0.984	--
2	2.318	558585	64.807	122579	6335	1.008	5.089
总计		861917	100.000	177417			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1882-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:49:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	78680	60.875	14260	2049	0.970	--
2	2.319	50567	39.125	11248	6454	1.005	5.115
总计		129247	100.000	25508			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1883-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:53:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	74442	63.235	13548	2055	0.971	--
2	2.319	43280	36.765	9656	6466	1.005	5.121
总计		117722	100.000	23204			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1884-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 16:56:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	74748	63.207	13587	2049	0.969	--
2	2.318	43511	36.793	9702	6456	1.010	5.114
总计		118258	100.000	23289			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1885-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:00:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.651	70320	66.442	12782	2054	0.971	--
2	2.319	35517	33.558	7978	6468	1.003	5.122
总计		105837	100.000	20760			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1886-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:03:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	75182	63.652	13733	2067	0.974	--
2	2.318	42933	36.348	9560	6471	1.008	5.124
总计		118114	100.000	23293			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1887-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:07:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	73878	62.320	13509	2066	0.973	--
2	2.317	44667	37.680	9911	6447	1.000	5.120
总计		118546	100.000	23419			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1888-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:10:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	263933	56.227	47847	2043	0.979	--
2	2.318	205476	43.773	45604	6422	1.003	5.105
总计		469409	100.000	93451			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1889-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:14:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	250148	58.810	45490	2050	0.978	--
2	2.318	175200	41.190	38938	6448	1.004	5.117
总计		425348	100.000	84428			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1890-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:17:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	269180	58.212	48955	2049	0.979	--
2	2.318	193233	41.788	43042	6477	1.005	5.123
总计		462413	100.000	91996			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1891-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:21:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:13:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	240030	61.297	43664	2054	0.981	--
2	2.318	151555	38.703	33863	6493	1.006	5.128
总计		391585	100.000	77527			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1892-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:24:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	264885	56.443	48227	2053	0.980	--
2	2.317	204409	43.557	45448	6467	1.003	5.122
总计		469294	100.000	93676			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1893-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:27:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	273380	59.602	49729	2050	0.981	--
2	2.318	185297	40.398	41262	6488	1.005	5.126
总计		458678	100.000	90991			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1894-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:31:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	284769	45.925	51842	2054	0.981	--
2	2.318	335301	54.075	74557	6432	1.003	5.123
总计		620071	100.000	126399			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1895-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:34:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	296213	48.003	53931	2050	0.980	--
2	2.318	320863	51.997	71016	6433	1.004	5.121
总计		617076	100.000	124947			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1896-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:38:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	299759	46.971	54137	2041	0.988	--
2	2.319	338423	53.029	74980	6420	1.003	5.111
总计		638182	100.000	129117			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1897-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:41:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	311522	50.173	56378	2043	0.990	--
2	2.317	309368	49.827	68585	6431	1.004	5.114
总计		620890	100.000	124963			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1898-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:45:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	302892	46.686	54842	2040	0.989	--
2	2.318	345897	53.314	76305	6396	1.002	5.108
总计		648789	100.000	131146			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1899-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:48:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	295979	47.160	53527	2042	0.989	--
2	2.318	331630	52.840	73433	6401	1.003	5.108
总计		627608	100.000	126959			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1900-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:52:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	283209	41.611	51593	2050	0.981	--
2	2.318	397400	58.389	88000	6395	1.002	5.118
总计		680609	100.000	139592			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1901-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:55:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	301233	43.303	54834	2051	0.982	--
2	2.318	394414	56.697	87288	6404	1.002	5.120
总计		695647	100.000	142123			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-216/11-1902-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 17:59:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:14:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	298822	42.104	54403	2047	0.983	--
2	2.318	410898	57.896	90749	6424	1.006	5.119
总计		709720	100.000	145153			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-218/11-1903-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:02:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:23:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	305492	44.865	57109	2111	1.000	--
2	2.318	375428	55.135	85577	6570	1.020	5.189
总计		680920	100.000	142687			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1904-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:06:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	302111	42.141	55007	2054	0.983	--
2	2.318	414794	57.859	92144	6451	1.005	5.124
总计		716905	100.000	147151			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1905-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:09:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	298577	42.317	54090	2046	0.992	--
2	2.317	407003	57.683	90151	6440	1.005	5.117
总计		705580	100.000	144241			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1906-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:13:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	282298	37.785	51518	2048	0.983	--
2	2.316	464808	62.215	103086	6391	1.004	5.114
总计		747106	100.000	154605			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1907-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:16:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	305276	39.435	55226	2045	0.992	--
2	2.318	468841	60.565	103716	6408	1.004	5.115
总计		774116	100.000	158942			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1908-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:19:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	297733	38.315	54189	2050	0.984	--
2	2.318	479342	61.685	105909	6409	1.005	5.117
总计		777075	100.000	160098			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1909-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:23:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	309541	40.308	57721	2104	1.001	--
2	2.318	458402	59.692	103799	6486	1.008	5.171
总计		767943	100.000	161520			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1910-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:26:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	300736	38.333	54863	2050	0.985	--
2	2.317	483792	61.667	107327	6390	1.005	5.119
总计		784527	100.000	162190			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1911-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:30:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	297436	38.459	53895	2037	0.990	--
2	2.317	475956	61.541	105347	6420	1.005	5.116
总计		773392	100.000	159242			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1912-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:33:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:24:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	281774	35.607	51333	2050	0.984	--
2	2.318	509577	64.393	112915	6410	1.004	5.123
总计		791352	100.000	164248			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1913-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:37:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	304402	37.060	55009	2040	0.995	--
2	2.318	516983	62.940	114362	6404	1.004	5.116
总计		821385	100.000	169370			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1914-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:40:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	297476	36.059	54186	2049	0.988	--
2	2.317	527498	63.941	116600	6416	1.005	5.123
总计		824974	100.000	170785			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1915-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:44:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	309586	37.768	57786	2108	1.007	--
2	2.318	510122	62.232	115570	6525	1.009	5.181
总计		819708	100.000	173356			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1916-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:47:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	303937	36.344	54981	2036	0.996	--
2	2.318	532332	63.656	117284	6409	1.004	5.114
总计		836269	100.000	172265			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1917-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:51:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	293449	35.868	53342	2051	0.987	--
2	2.319	524679	64.132	116770	6450	1.003	5.129
总计		818127	100.000	170112			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1918-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:54:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	284549	34.922	51518	2041	0.993	--
2	2.317	530271	65.078	117781	6472	1.006	5.125
总计		814820	100.000	169299			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1919-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 18:58:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	300747	35.772	54740	2046	0.991	--
2	2.317	539979	64.228	119765	6468	1.005	5.131
总计		840726	100.000	174506			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1920-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:01:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	295784	35.143	53885	2053	0.990	--
2	2.317	545877	64.857	121299	6485	1.006	5.135
总计		841661	100.000	175183			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1921-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:05:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	308651	36.599	57743	2113	1.011	--
2	2.316	534684	63.401	121900	6557	1.013	5.188
总计		843335	100.000	179643			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1922-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:08:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	298472	35.116	54415	2053	0.986	--
2	2.317	551489	64.884	122815	6474	1.006	5.131
总计		849961	100.000	177229			

SHIMADZU
LabSolutions


999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1923-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:12:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	295509	35.135	53486	2043	0.998	--
2	2.317	545558	64.865	121577	6489	1.007	5.125
总计		841066	100.000	175064			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1924-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:15:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	280059	33.815	51130	2058	0.987	--
2	2.316	548138	66.185	122210	6486	1.007	5.135
总计		828197	100.000	173340			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1925-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:18:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	300209	34.766	54676	2053	0.993	--
2	2.316	563308	65.234	125770	6488	1.006	5.130
总计		863517	100.000	180446			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1926-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:22:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	295259	34.384	53804	2057	0.993	--
2	2.316	563451	65.616	126205	6513	1.007	5.134
总计		858710	100.000	180009			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1927-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:25:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	307563	35.316	57490	2114	1.013	--
2	2.316	563328	64.684	129231	6616	1.015	5.193
总计		870891	100.000	186720			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1928-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:29:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	301477	34.831	54555	2047	1.004	--
2	2.315	564062	65.169	126807	6525	1.008	5.128
总计		865539	100.000	181362			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1929-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:32:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	294816	34.360	53435	2050	1.001	--
2	2.315	563194	65.640	126907	6542	1.010	5.129
总计		858010	100.000	180341			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1930-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:36:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	302192	35.710	55245	2053	0.986	--
2	2.312	544049	64.290	122235	6499	1.011	5.128
总计		846240	100.000	177481			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1931-2 - zzp-2023090811p-rcqx-1-pH2.0+EDTAjz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:39:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	304877	35.883	55446	2048	0.994	--
2	2.312	544771	64.117	121994	6484	1.011	5.119
总计		849648	100.000	177440			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1932-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:43:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1933-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:46:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:25:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	304125	35.643	55649	2056	0.987	--
2	2.311	549127	64.357	122901	6500	1.012	5.125
总计		853251	100.000	178550			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1934-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:50:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	304278	35.629	55578	2051	0.987	--
2	2.310	549738	64.371	122553	6467	1.011	5.117
总计		854016	100.000	178131			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1935-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:53:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	306812	35.846	55823	2050	0.995	--
2	2.311	549111	64.154	122659	6477	1.011	5.114
总计		855922	100.000	178482			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1936-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 19:57:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	304233	35.637	55705	2061	0.987	--
2	2.311	549467	64.363	123016	6507	1.012	5.128
总计		853700	100.000	178720			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1937-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:00:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	304114	35.614	55675	2059	0.987	--
2	2.310	549793	64.386	122656	6515	1.013	5.127
总计		853907	100.000	178331			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1938-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:04:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	70455	63.097	12928	2072	0.969	--
2	2.314	41206	36.903	9325	6577	1.014	5.135
总计		111661	100.000	22253			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1939-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:07:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	77705	62.668	14032	1992	0.960	--
2	2.312	46289	37.332	10584	6636	1.014	5.090
总计		123994	100.000	24615			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1940-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:11:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	87105	61.034	15667	1976	0.957	--
2	2.312	55612	38.966	12725	6643	1.010	5.080
总计		142716	100.000	28392			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1941-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:14:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	67463	61.647	12411	2075	0.968	--
2	2.313	41971	38.353	9607	6657	1.009	5.153
总计		109434	100.000	22017			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1942-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:18:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	100455	57.676	18106	1989	0.975	--
2	2.312	73715	42.324	16807	6592	1.010	5.082
总计		174170	100.000	34914			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1943-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:21:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	74638	63.401	13224	1900	0.953	--
2	2.312	43086	36.599	9820	6577	1.007	5.017
总计		117724	100.000	23044			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1944-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:25:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	249464	57.921	45462	2036	0.975	--
2	2.312	181230	42.079	41041	6555	1.010	5.112
总计		430694	100.000	86503			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1945-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:28:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	256431	56.523	46900	2055	0.980	--
2	2.312	197243	43.477	44653	6569	1.009	5.127
总计		453674	100.000	91553			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1946-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-20 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/04 20:32:17 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	264993	55.244	48557	2063	0.981	--
2	2.312	214685	44.756	48523	6539	1.007	5.129
总计		479678	100.000	97080			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1947-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:35:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	249947	55.537	45686	2047	0.978	--
2	2.312	200106	44.463	45339	6556	1.007	5.122
总计		450054	100.000	91025			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1948-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:39:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	277073	50.138	50859	2070	0.983	--
2	2.312	275553	49.862	62233	6552	1.010	5.135
总计		552626	100.000	113092			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1949-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:42:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	271546	56.920	49791	2067	0.982	--
2	2.312	205523	43.080	46558	6569	1.009	5.135
总计		477069	100.000	96349			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1950-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:46:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	297456	47.556	54236	2058	0.991	--
2	2.311	328036	52.444	73981	6536	1.007	5.124
总计		625492	100.000	128216			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1951-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:49:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	295681	47.346	54255	2068	0.983	--
2	2.311	328836	52.654	74163	6545	1.009	5.131
总计		624517	100.000	128418			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1952-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:53:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	299494	47.473	54570	2057	0.990	--
2	2.312	331373	52.527	74786	6552	1.009	5.125
总计		630867	100.000	129355			

SHIMADZU
LabSolutions


999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1953-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 20:56:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	281307	46.064	51452	2054	0.980	--
2	2.311	329374	53.936	74275	6540	1.010	5.119
总计		610682	100.000	125727			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1954-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:00:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	287365	43.842	52360	2059	0.991	--
2	2.311	368097	56.158	82986	6538	1.010	5.120
总计		655462	100.000	135346			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1955-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:03:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:26:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	275092	45.102	50456	2069	0.983	--
2	2.311	334839	54.898	75629	6564	1.010	5.131
总计		609931	100.000	126085			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1956-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-4 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/04 21:07:10 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	297866	42.621	54160	2047	0.989	--
2	2.311	401013	57.379	90397	6546	1.010	5.115
总计		698879	100.000	144558			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1957-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:10:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	298268	42.861	54754	2070	0.985	--
2	2.311	397635	57.139	89618	6551	1.010	5.130
总计		695902	100.000	144371			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1958-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:14:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	305719	43.664	55710	2059	0.992	--
2	2.311	394444	56.336	89042	6562	1.011	5.123
总计		700163	100.000	144751			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1959-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:17:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	287900	41.980	52091	2026	0.984	--
2	2.311	397897	58.020	89823	6563	1.010	5.101
总计		685798	100.000	141914			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1960-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:21:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	287987	40.714	52516	2060	0.994	--
2	2.311	419355	59.286	94495	6562	1.010	5.124
总计		707342	100.000	147011			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1961-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:24:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	274601	40.709	50388	2069	0.985	--
2	2.311	399949	59.291	90528	6586	1.011	5.133
总计		674550	100.000	140916			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1962-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:28:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	295380	38.434	53840	2059	0.994	--
2	2.311	473152	61.566	106693	6560	1.010	5.123
总计		768531	100.000	160533			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1963-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:31:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	298507	39.024	54701	2065	0.985	--
2	2.311	466426	60.976	105128	6569	1.010	5.130
总计		764932	100.000	159829			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1964-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:35:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	306429	40.238	56050	2057	0.984	--
2	2.311	455116	59.762	103011	6585	1.012	5.126
总计		761545	100.000	159060			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1965-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-32 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/04 21:38:37 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	282162	37.656	51714	2069	0.987	--
2	2.311	467163	62.344	105257	6566	1.011	5.129
总计		749325	100.000	156971			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1966-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:42:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	287391	37.820	52379	2061	0.994	--
2	2.310	472510	62.180	106220	6538	1.010	5.118
总计		759900	100.000	158600			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1967-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:45:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	275630	37.133	50316	2053	0.983	--
2	2.311	466645	62.867	105396	6574	1.012	5.118
总计		742275	100.000	155712			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1968-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:49:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	292594	35.938	53663	2071	0.987	--
2	2.311	521571	64.062	117402	6551	1.010	5.129
总计		814165	100.000	171065			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1969-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:52:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	300555	36.960	54749	2062	0.996	--
2	2.311	512627	63.040	115298	6548	1.010	5.122
总计		813182	100.000	170047			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1970-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:56:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.646	306591	38.082	56094	2056	0.988	--
2	2.310	498492	61.918	112390	6568	1.012	5.123
总计		805083	100.000	168485			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1971-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 21:59:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	284860	35.803	51811	2057	0.998	--
2	2.311	510772	64.197	115170	6564	1.011	5.121
总计		795631	100.000	166981			




999培哌普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1972-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:03:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	288835	36.055	52630	2060	0.994	--
2	2.311	512272	63.945	115437	6545	1.011	5.115
总计		801107	100.000	168067			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1973-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:06:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	272690	34.681	49928	2071	0.988	--
2	2.311	513583	65.319	115756	6559	1.011	5.126
总计		786273	100.000	165684			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1974-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-7 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/04 22:10:04 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	294932	35.408	53405	2020	0.981	--
2	2.312	538011	64.592	121876	6568	1.011	5.096
总计		832942	100.000	175280			

SHIMADZU
LabSolutions


999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1975-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:13:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	303029	36.339	54848	2033	0.992	--
2	2.311	530860	63.661	120022	6555	1.010	5.103
总计		833888	100.000	174870			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1976-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-25 版本号: 6.115
进样体积 : 100 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间 : 2025/12/04 22:17:05 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:27:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	308480	36.937	56541	2071	0.988	--
2	2.312	526666	63.063	118846	6563	1.011	5.129
总计		835146	100.000	175388			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1977-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:20:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	281520	34.734	51439	2061	0.991	--
2	2.311	528983	65.266	119078	6547	1.011	5.122
总计		810503	100.000	170517			




999培哚普利吡达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1978-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:24:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	286526	35.366	52062	2055	0.999	--
2	2.311	523655	64.634	117766	6538	1.011	5.116
总计		810180	100.000	169828			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1979-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:27:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	275393	34.047	49978	2053	1.001	--
2	2.311	533477	65.953	120106	6544	1.011	5.116
总计		808869	100.000	170084			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1980-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:31:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	294707	34.511	53555	2055	0.999	--
2	2.312	559236	65.489	126230	6561	1.011	5.121
总计		853943	100.000	179784			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1981-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:34:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	300550	35.225	54605	2055	1.000	--
2	2.312	552691	64.775	124734	6561	1.011	5.120
总计		853241	100.000	179339			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1982-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:38:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	308574	36.067	56025	2052	1.001	--
2	2.312	546984	63.933	123561	6560	1.011	5.119
总计		855558	100.000	179586			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1983-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:41:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	280602	34.047	51239	2061	0.994	--
2	2.312	543569	65.953	122904	6561	1.011	5.125
总计		824170	100.000	174144			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1984-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:45:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	287217	34.643	52172	2058	1.001	--
2	2.312	541855	65.357	122146	6535	1.010	5.118
总计		829072	100.000	174318			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1985-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:48:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	276343	33.545	49911	2032	1.000	--
2	2.312	547456	66.455	123523	6545	1.011	5.100
总计		823798	100.000	173435			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1986-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:52:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	302119	35.896	55421	2067	0.989	--
2	2.309	539521	64.104	120316	6519	1.016	5.124
总计		841640	100.000	175737			




999培哌普利达帕胺片

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(150*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 215nm
数据文件名 : RC\$999 - 0-219/11-1987-2 - zzp-2023090811p-rcqx-2-pH2.0+EDTAjz-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$999 - pdplrcqx-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$999 - 20251204-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 100 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2025/12/04 22:55:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/12/05 09:28:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.645	302176	35.892	55381	2065	0.988	--
2	2.309	539717	64.108	120154	6501	1.016	5.120
总计		841893	100.000	175535			