



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1320-3 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:26:21

处理时间 (V3) : 2025/01/15 08:40:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1321-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:31:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.368	3736328	100.000	432923	3609	1.245	--
总计		3736328	100.000	432923			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1322-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:37:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	3741181	100.000	433142	3593	1.249	--
总计		3741181	100.000	433142			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1323-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:42:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.367	3731934	100.000	430937	3582	1.253	--
总计		3731934	100.000	430937			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1324-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:47:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	3739932	100.000	431307	3592	1.254	--
总计		3739932	100.000	431307			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1325-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:53:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	3742080	100.000	431642	3587	1.255	--
总计		3742080	100.000	431642			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1326-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:58:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.280	2709513	100.000	274742	2776	1.448	--
总计		2709513	100.000	274742			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1327-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:04:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.277	2310532	100.000	233071	2750	1.452	--
总计		2310532	100.000	233071			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1328-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:09:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.284	2086955	100.000	209182	2731	1.455	--
总计		2086955	100.000	209182			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1329-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:14:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.273	2685180	100.000	271021	2751	1.460	--
总计		2685180	100.000	271021			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1330-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:20:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.287	1234008	100.000	122014	2639	1.445	--
总计		1234008	100.000	122014			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1331-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:25:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.292	1230169	100.000	121504	2642	1.443	--
总计		1230169	100.000	121504			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1332-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:31:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.282	3733968	100.000	375929	2772	1.468	--
总计		3733968	100.000	375929			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1333-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:36:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.279	3652169	100.000	365795	2752	1.480	--
总计		3652169	100.000	365795			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1334-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:41:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.286	3279115	100.000	328734	2756	1.474	--
总计		3279115	100.000	328734			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1335-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:47:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.289	3553513	100.000	361518	2829	1.457	--
总计		3553513	100.000	361518			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1336-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:52:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.290	3016878	100.000	301740	2747	1.478	--
总计		3016878	100.000	301740			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1337-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:57:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.285	2962068	100.000	294017	2711	1.486	--
总计		2962068	100.000	294017			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1338-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:03:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.289	4020915	100.000	403989	2777	1.479	--
总计		4020915	100.000	403989			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1339-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:08:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:40:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.291	3925612	100.000	393978	2778	1.483	--
总计		3925612	100.000	393978			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1340-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:14:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.290	3718687	100.000	371067	2745	1.489	--
总计		3718687	100.000	371067			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1341-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:19:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.288	3865059	100.000	388502	2789	1.488	--
总计		3865059	100.000	388502			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1342-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:24:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.295	3552714	100.000	357748	2799	1.481	--
总计		3552714	100.000	357748			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1343-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:30:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.293	3623297	100.000	359531	2732	1.495	--
总计		3623297	100.000	359531			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1344-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:35:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.296	4144663	100.000	414823	2770	1.489	--
总计		4144663	100.000	414823			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1345-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:40:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.293	4064420	100.000	404421	2750	1.498	--
总计		4064420	100.000	404421			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1346-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:46:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.295	3894572	100.000	389867	2775	1.490	--
总计		3894572	100.000	389867			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1347-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:51:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.296	3988913	100.000	396724	2745	1.499	--
总计		3988913	100.000	396724			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1348-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:57:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.299	3809228	100.000	382323	2792	1.490	--
总计		3809228	100.000	382323			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1349-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:02:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.297	3912058	100.000	388672	2739	1.502	--
总计		3912058	100.000	388672			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1350-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:07:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.296	4183269	100.000	417455	2761	1.498	--
总计		4183269	100.000	417455			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1351-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:13:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.301	4060354	100.000	403333	2752	1.501	--
总计		4060354	100.000	403333			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1352-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:18:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.300	4014893	100.000	397999	2740	1.504	--
总计		4014893	100.000	397999			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1353-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:23:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.302	4056771	100.000	401483	2734	1.507	--
总计		4056771	100.000	401483			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1354-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:29:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.305	3967334	100.000	397681	2795	1.497	--
总计		3967334	100.000	397681			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1355-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:34:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.304	4034096	100.000	399825	2740	1.508	--
总计		4034096	100.000	399825			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1356-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:40:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.303	4233370	100.000	419098	2736	1.509	--
总计		4233370	100.000	419098			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1357-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:45:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.308	4066051	100.000	403686	2756	1.507	--
总计		4066051	100.000	403686			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1358-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:50:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.305	4044798	100.000	399626	2726	1.513	--
总计		4044798	100.000	399626			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1359-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:56:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.305	4066295	100.000	401562	2729	1.515	--
总计		4066295	100.000	401562			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1360-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:01:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.304	4025899	100.000	398568	2734	1.512	--
总计		4025899	100.000	398568			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1361-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:07:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:41:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.307	4035397	100.000	399294	2740	1.512	--
总计		4035397	100.000	399294			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1362-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:12:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.302	4210902	100.000	416233	2731	1.517	--
总计		4210902	100.000	416233			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1363-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:17:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.312	4054048	100.000	403332	2766	1.504	--
总计		4054048	100.000	403332			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1364-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:23:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.303	4065986	100.000	401034	2727	1.521	--
总计		4065986	100.000	401034			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1365-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:28:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.308	4040504	100.000	402708	2773	1.508	--
总计		4040504	100.000	402708			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1366-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:33:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.309	4077644	100.000	401372	2731	1.523	--
总计		4077644	100.000	401372			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1367-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:39:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.313	4027321	100.000	400205	2762	1.512	--
总计		4027321	100.000	400205			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1368-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:44:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.308	4336493	100.000	424908	2705	1.527	--
总计		4336493	100.000	424908			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1369-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:50:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.314	4126743	100.000	406741	2730	1.520	--
总计		4126743	100.000	406741			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1370-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:55:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.310	4134285	100.000	404565	2700	1.528	--
总计		4134285	100.000	404565			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1371-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:00:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.308	4159851	100.000	406841	2693	1.528	--
总计		4159851	100.000	406841			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1372-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:06:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.313	4117480	100.000	405066	2719	1.524	--
总计		4117480	100.000	405066			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1373-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:11:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.313	4082321	100.000	402110	2727	1.525	--
总计		4082321	100.000	402110			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1374-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:17:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	3777721	100.000	301786	1683	1.329	--
总计		3777721	100.000	301786			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1375-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:22:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	3797092	100.000	302760	1678	1.331	--
总计		3797092	100.000	302760			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1376-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:27:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1377-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:33:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	3705776	100.000	421086	3597	1.308	--
总计		3705776	100.000	421086			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1378-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:38:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	3755602	100.000	424234	3576	1.310	--
总计		3755602	100.000	424234			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1379-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:44:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	3767365	100.000	425758	3581	1.309	--
总计		3767365	100.000	425758			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1380-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:49:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	3747578	100.000	424835	3593	1.310	--
总计		3747578	100.000	424835			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1381-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:54:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	3754903	100.000	424416	3580	1.309	--
总计		3754903	100.000	424416			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1382-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:00:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.337	2479103	100.000	248226	2800	1.473	--
总计		2479103	100.000	248226			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1383-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:05:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:42:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.337	2474063	100.000	244547	2737	1.485	--
总计		2474063	100.000	244547			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1384-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:11:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.331	2453912	100.000	246577	2818	1.475	--
总计		2453912	100.000	246577			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1385-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:16:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.335	2396102	100.000	236586	2732	1.487	--
总计		2396102	100.000	236586			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1386-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:21:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.334	2690515	100.000	263957	2716	1.499	--
总计		2690515	100.000	263957			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1387-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:27:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.331	2517445	100.000	248874	2738	1.491	--
总计		2517445	100.000	248874			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1388-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:32:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.337	3553816	100.000	357948	2850	1.493	--
总计		3553816	100.000	357948			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1389-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:37:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	3653504	100.000	356027	2692	1.526	--
总计		3653504	100.000	356027			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1390-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:43:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.335	3549055	100.000	354015	2809	1.501	--
总计		3549055	100.000	354015			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1391-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:48:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.334	3570781	100.000	355365	2801	1.504	--
总计		3570781	100.000	355365			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1392-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:54:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	3725412	100.000	365857	2721	1.520	--
总计		3725412	100.000	365857			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1393-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:59:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	3617812	100.000	354026	2710	1.525	--
总计		3617812	100.000	354026			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1394-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:04:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.326	4030632	100.000	398172	2756	1.520	--
总计		4030632	100.000	398172			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1395-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:10:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.333	3803549	100.000	379001	2801	1.508	--
总计		3803549	100.000	379001			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1396-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:15:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.332	3888614	100.000	387839	2805	1.509	--
总计		3888614	100.000	387839			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1397-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:21:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.344	3662818	100.000	371479	2892	1.488	--
总计		3662818	100.000	371479			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1398-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:26:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.333	3965144	100.000	392313	2768	1.518	--
总计		3965144	100.000	392313			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1399-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:31:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.335	3840212	100.000	378870	2757	1.520	--
总计		3840212	100.000	378870			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1400-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:37:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.324	4172027	100.000	410509	2743	1.533	--
总计		4172027	100.000	410509			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1401-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:42:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.341	3827694	100.000	382768	2825	1.505	--
总计		3827694	100.000	382768			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1402-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:48:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.332	3968914	100.000	397292	2821	1.512	--
总计		3968914	100.000	397292			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1403-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:53:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	3774078	100.000	380309	2866	1.496	--
总计		3774078	100.000	380309			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1404-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:58:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:43:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.333	4064085	100.000	400810	2752	1.527	--
总计		4064085	100.000	400810			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1405-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:04:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.346	3717989	100.000	377607	2901	1.490	--
总计		3717989	100.000	377607			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1406-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:09:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.326	4253460	100.000	415986	2724	1.542	--
总计		4253460	100.000	415986			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1407-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:15:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.337	3884494	100.000	385536	2790	1.516	--
总计		3884494	100.000	385536			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1408-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:20:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.332	4068218	100.000	400704	2756	1.531	--
总计		4068218	100.000	400704			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1409-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:25:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.345	3824940	100.000	386081	2874	1.502	--
总计		3824940	100.000	386081			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1410-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:31:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.334	4094388	100.000	407743	2815	1.520	--
总计		4094388	100.000	407743			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1411-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:36:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.341	3963742	100.000	390463	2758	1.527	--
总计		3963742	100.000	390463			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1412-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:42:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.336	4255699	100.000	415931	2724	1.540	--
总计		4255699	100.000	415931			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1413-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:47:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.342	3903214	100.000	389090	2820	1.514	--
总计		3903214	100.000	389090			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1414-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:52:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.338	4094878	100.000	403575	2757	1.529	--
总计		4094878	100.000	403575			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1415-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:58:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	3827276	100.000	382604	2836	1.509	--
总计		3827276	100.000	382604			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1416-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:03:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.341	4111886	100.000	406207	2775	1.527	--
总计		4111886	100.000	406207			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1417-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:09:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.360	3613804	100.000	370074	2967	1.480	--
总计		3613804	100.000	370074			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1418-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:14:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.338	4242281	100.000	415886	2737	1.538	--
总计		4242281	100.000	415886			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1419-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:19:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3867659	100.000	386043	2822	1.513	--
总计		3867659	100.000	386043			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1420-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:25:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.344	4030835	100.000	397659	2772	1.527	--
总计		4030835	100.000	397659			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1421-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:30:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	3841907	100.000	383396	2823	1.511	--
总计		3841907	100.000	383396			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1422-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:36:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.343	4115773	100.000	406875	2788	1.526	--
总计		4115773	100.000	406875			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1423-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:41:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	3627206	100.000	370653	2953	1.484	--
总计		3627206	100.000	370653			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1424-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:46:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.339	4257338	100.000	419173	2761	1.535	--
总计		4257338	100.000	419173			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1425-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:52:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3886279	100.000	387289	2820	1.515	--
总计		3886279	100.000	387289			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1426-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:57:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:44:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.343	4028435	100.000	395524	2756	1.533	--
总计		4028435	100.000	395524			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1427-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:03:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3851755	100.000	382613	2804	1.520	--
总计		3851755	100.000	382613			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1428-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:08:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.342	4160044	100.000	409777	2777	1.532	--
总计		4160044	100.000	409777			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1429-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:14:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	3644009	100.000	369862	2915	1.488	--
总计		3644009	100.000	369862			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1430-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:19:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.458	3766109	100.000	422416	3575	1.328	--
总计		3766109	100.000	422416			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1431-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.8jz-rcqx-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:24:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.460	3789987	100.000	424216	3569	1.328	--
总计		3789987	100.000	424216			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1432-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:30:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1433-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:35:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.458	3785127	100.000	425062	3583	1.326	--
总计		3785127	100.000	425062			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1434-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:40:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.457	3801863	100.000	427024	3576	1.325	--
总计		3801863	100.000	427024			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1435-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:46:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.459	3802841	100.000	425928	3571	1.325	--
总计		3802841	100.000	425928			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1436-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:51:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.460	3801697	100.000	425956	3572	1.324	--
总计		3801697	100.000	425956			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1437-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:57:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.461	3794642	100.000	426366	3587	1.323	--
总计		3794642	100.000	426366			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1438-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:02:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.361	284552	100.000	30162	3132	1.334	--
总计		284552	100.000	30162			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1439-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:07:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	306502	100.000	32472	3136	1.335	--
总计		306502	100.000	32472			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1440-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:13:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	304912	100.000	32339	3144	1.331	--
总计		304912	100.000	32339			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1441-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:18:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.361	297874	100.000	31593	3135	1.330	--
总计		297874	100.000	31593			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1442-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:24:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	360695	100.000	38316	3150	1.338	--
总计		360695	100.000	38316			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1443-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:29:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.367	321073	100.000	34075	3162	1.334	--
总计		321073	100.000	34075			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1444-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:34:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	568294	100.000	60971	3224	1.361	--
总计		568294	100.000	60971			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1445-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:40:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	607633	100.000	65182	3223	1.366	--
总计		607633	100.000	65182			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1446-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:45:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	561013	100.000	60003	3203	1.361	--
总计		561013	100.000	60003			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1447-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:50:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:45:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	606033	100.000	64950	3217	1.364	--
总计		606033	100.000	64950			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1448-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:56:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	631603	100.000	67719	3226	1.367	--
总计		631603	100.000	67719			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1449-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:01:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	592786	100.000	63493	3210	1.364	--
总计		592786	100.000	63493			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1450-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:07:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	607679	100.000	65231	3231	1.362	--
总计		607679	100.000	65231			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1451-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:12:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	697316	100.000	74812	3235	1.376	--
总计		697316	100.000	74812			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1452-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:17:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	667729	100.000	71626	3229	1.372	--
总计		667729	100.000	71626			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1453-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:23:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	697863	100.000	74886	3234	1.377	--
总计		697863	100.000	74886			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1454-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:28:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	696954	100.000	74646	3217	1.374	--
总计		696954	100.000	74646			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1455-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:33:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	690457	100.000	73967	3216	1.374	--
总计		690457	100.000	73967			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1456-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:39:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	637476	100.000	68423	3228	1.368	--
总计		637476	100.000	68423			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1457-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:44:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	725688	100.000	77976	3240	1.378	--
总计		725688	100.000	77976			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1458-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:49:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	702015	100.000	75384	3230	1.373	--
总计		702015	100.000	75384			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1459-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:55:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	726451	100.000	77955	3227	1.380	--
总计		726451	100.000	77955			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1460-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:00:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	733244	100.000	78704	3238	1.377	--
总计		733244	100.000	78704			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1461-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:06:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	620019	100.000	66214	3199	1.367	--
总计		620019	100.000	66214			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1462-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:11:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	735215	100.000	78665	3219	1.376	--
总计		735215	100.000	78665			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1463-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:16:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	673096	100.000	72213	3221	1.368	--
总计		673096	100.000	72213			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1464-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:22:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	728626	100.000	78100	3243	1.373	--
总计		728626	100.000	78100			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1465-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:27:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	606101	100.000	64991	3223	1.361	--
总计		606101	100.000	64991			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1466-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:32:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.360	751888	100.000	80574	3238	1.377	--
总计		751888	100.000	80574			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1467-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:38:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	680527	100.000	72831	3217	1.370	--
总计		680527	100.000	72831			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1468-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:43:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	765939	100.000	82373	3257	1.377	--
总计		765939	100.000	82373			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1469-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:49:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:46:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.361	761428	100.000	81758	3250	1.378	--
总计		761428	100.000	81758			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1470-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:54:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.364	634286	100.000	68061	3234	1.361	--
总计		634286	100.000	68061			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1471-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:59:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	760554	100.000	81636	3249	1.376	--
总计		760554	100.000	81636			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1472-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:05:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	621402	100.000	66685	3233	1.358	--
总计		621402	100.000	66685			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1473-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:10:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	652686	100.000	70197	3249	1.360	--
总计		652686	100.000	70197			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1474-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:15:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	760575	100.000	81604	3246	1.376	--
总计		760575	100.000	81604			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1475-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:21:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	658228	100.000	70782	3245	1.357	--
总计		658228	100.000	70782			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1476-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:26:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	754963	100.000	81011	3242	1.375	--
总计		754963	100.000	81011			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1477-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:31:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	765566	100.000	82157	3246	1.373	--
总计		765566	100.000	82157			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1478-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:37:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.364	779309	100.000	83692	3252	1.374	--
总计		779309	100.000	83692			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1479-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:42:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.361	756423	100.000	81155	3245	1.372	--
总计		756423	100.000	81155			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1480-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:48:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	762124	100.000	82010	3260	1.371	--
总计		762124	100.000	82010			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1481-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:53:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	784051	100.000	83991	3235	1.375	--
总计		784051	100.000	83991			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1482-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 01:58:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	690987	100.000	74851	3286	1.347	--
总计		690987	100.000	74851			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1483-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:04:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	766888	100.000	82383	3249	1.371	--
总计		766888	100.000	82383			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1484-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:09:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	779667	100.000	83809	3254	1.371	--
总计		779667	100.000	83809			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1485-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:14:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.361	756618	100.000	81244	3253	1.371	--
总计		756618	100.000	81244			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1486-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:20:18

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	3836174	100.000	430749	3589	1.320	--
总计		3836174	100.000	430749			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1487-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:25:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	3845316	100.000	431784	3588	1.319	--
总计		3845316	100.000	431784			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-33/31-1488-3 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:31:06

处理时间 (V3) : 2025/01/15 08:51:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1489-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:36:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3792834	100.000	427145	3607	1.318	--
总计		3792834	100.000	427145			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1490-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:41:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:47:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.471	3809703	100.000	428503	3593	1.316	--
总计		3809703	100.000	428503			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1491-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:47:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.471	3809769	100.000	428158	3587	1.317	--
总计		3809769	100.000	428158			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1492-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:52:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	3807821	100.000	427666	3585	1.317	--
总计		3807821	100.000	427666			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1493-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 02:58:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	3798488	100.000	426898	3588	1.317	--
总计		3798488	100.000	426898			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1494-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:03:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	385342	100.000	41179	3228	1.330	--
总计		385342	100.000	41179			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1495-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:08:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	355745	100.000	37935	3202	1.325	--
总计		355745	100.000	37935			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1496-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:14:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	286087	100.000	30508	3195	1.312	--
总计		286087	100.000	30508			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1497-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:19:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	358520	100.000	38173	3192	1.325	--
总计		358520	100.000	38173			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1498-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:25:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	385122	100.000	41047	3209	1.327	--
总计		385122	100.000	41047			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1499-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:30:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	362863	100.000	38575	3189	1.329	--
总计		362863	100.000	38575			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1500-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:35:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	630970	100.000	67864	3267	1.356	--
总计		630970	100.000	67864			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1501-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:41:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	614948	100.000	65965	3244	1.354	--
总计		614948	100.000	65965			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1502-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:46:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	581385	100.000	62304	3232	1.348	--
总计		581385	100.000	62304			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1503-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:51:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.368	637227	100.000	68401	3258	1.356	--
总计		637227	100.000	68401			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1504-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 03:57:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	594596	100.000	63800	3246	1.347	--
总计		594596	100.000	63800			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1505-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:02:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	604200	100.000	65038	3261	1.351	--
总计		604200	100.000	65038			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1506-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:08:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	703955	100.000	75692	3269	1.360	--
总计		703955	100.000	75692			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1507-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:13:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	703098	100.000	75401	3250	1.361	--
总计		703098	100.000	75401			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1508-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:18:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	651489	100.000	70474	3289	1.344	--
总计		651489	100.000	70474			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1509-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:24:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	713891	100.000	76791	3278	1.362	--
总计		713891	100.000	76791			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1510-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:29:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.367	710603	100.000	76150	3251	1.364	--
总计		710603	100.000	76150			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1511-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:34:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:48:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	603197	100.000	64612	3251	1.350	--
总计		603197	100.000	64612			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1512-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:40:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	730067	100.000	78409	3262	1.365	--
总计		730067	100.000	78409			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1513-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:45:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	687797	100.000	74182	3281	1.352	--
总计		687797	100.000	74182			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1514-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:51:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	715015	100.000	76719	3264	1.361	--
总计		715015	100.000	76719			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1515-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 04:56:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	743221	100.000	79901	3266	1.361	--
总计		743221	100.000	79901			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1516-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:01:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	746182	100.000	80158	3261	1.365	--
总计		746182	100.000	80158			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1517-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:07:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	593668	100.000	63835	3269	1.344	--
总计		593668	100.000	63835			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1518-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:12:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	629638	100.000	67618	3255	1.352	--
总计		629638	100.000	67618			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1519-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:18:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	760848	100.000	81738	3264	1.363	--
总计		760848	100.000	81738			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1520-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:23:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.375	753065	100.000	80751	3274	1.365	--
总计		753065	100.000	80751			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1521-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:28:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.375	762833	100.000	81853	3268	1.363	--
总计		762833	100.000	81853			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1522-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:34:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	567070	100.000	60856	3254	1.340	--
总计		567070	100.000	60856			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1523-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:39:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	614126	100.000	65912	3260	1.348	--
总计		614126	100.000	65912			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1524-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:45:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	779601	100.000	83644	3263	1.366	--
总计		779601	100.000	83644			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1525-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:50:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	785213	100.000	84251	3263	1.365	--
总计		785213	100.000	84251			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1526-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 05:55:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	770021	100.000	82766	3273	1.362	--
总计		770021	100.000	82766			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1527-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:01:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	593219	100.000	63622	3255	1.344	--
总计		593219	100.000	63622			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1528-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:06:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	756869	100.000	81294	3276	1.360	--
总计		756869	100.000	81294			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1529-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:12:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	742388	100.000	80165	3291	1.350	--
总计		742388	100.000	80165			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1530-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:17:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	790723	100.000	85231	3282	1.363	--
总计		790723	100.000	85231			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1531-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:22:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	757696	100.000	81445	3284	1.360	--
总计		757696	100.000	81445			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1532-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:28:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	772507	100.000	82958	3279	1.360	--
总计		772507	100.000	82958			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1533-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:33:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:49:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	776556	100.000	83348	3277	1.363	--
总计		776556	100.000	83348			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1534-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:38:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	768048	100.000	82362	3278	1.365	--
总计		768048	100.000	82362			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1535-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:44:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	781612	100.000	84088	3294	1.362	--
总计		781612	100.000	84088			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1536-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:49:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	789972	100.000	84886	3287	1.365	--
总计		789972	100.000	84886			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1537-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 06:55:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	760377	100.000	81677	3275	1.364	--
总计		760377	100.000	81677			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1538-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 07:00:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.375	767912	100.000	82666	3281	1.354	--
总计		767912	100.000	82666			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1539-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 07:05:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	945431	100.000	101629	3288	1.377	--
总计		945431	100.000	101629			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1540-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 07:11:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	798511	100.000	85763	3266	1.366	--
总计		798511	100.000	85763			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1541-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 07:16:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	764314	100.000	82188	3290	1.359	--
总计		764314	100.000	82188			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1542-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 07:22:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	3749648	100.000	418647	3571	1.320	--
总计		3749648	100.000	418647			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-32/31-1543-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH4.5jz-rcqx-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX280.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 07:27:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:50:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	3749227	100.000	418689	3555	1.320	--
总计		3749227	100.000	418689			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1249-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:50:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1250-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:55:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.277	3742041	100.000	433056	3488	1.300	--
总计		3742041	100.000	433056			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1251-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:01:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.289	3747271	100.000	434706	3514	1.301	--
总计		3747271	100.000	434706			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1252-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:06:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.295	3747418	100.000	434515	3524	1.305	--
总计		3747418	100.000	434515			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1253-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:11:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.300	3747844	100.000	433996	3531	1.307	--
总计		3747844	100.000	433996			




QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1254-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm
批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/14 15:17:14
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min
波长:317nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.305	3747534	100.000	434716	3542	1.308	--
总计		3747534	100.000	434716			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1255-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:22:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.409	31867	100.000	3271	3268	1.512	--
总计		31867	100.000	3271			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1256-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:28:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	25420	100.000	2604	3248	1.507	--
总计		25420	100.000	2604			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1257-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:33:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	34886	100.000	3551	3201	1.485	--
总计		34886	100.000	3551			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1258-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:38:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.442	35494	100.000	3636	3222	1.489	--
总计		35494	100.000	3636			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-29/10-1259-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:44:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:32:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.448	57961	100.000	5958	3195	1.485	--
总计		57961	100.000	5958			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-30/10-1260-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:49:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:33:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.462	7193	100.000	704	3110	1.563	--
总计		7193	100.000	704			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1261-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:54:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	49354	100.000	5040	3168	1.455	--
总计		49354	100.000	5040			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1262-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:00:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.471	45367	100.000	4654	3191	1.447	--
总计		45367	100.000	4654			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1263-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:05:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.478	38246	100.000	3888	3144	1.453	--
总计		38246	100.000	3888			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1264-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:11:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.484	46157	100.000	4762	3270	1.444	--
总计		46157	100.000	4762			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1265-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:16:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.488	52723	100.000	5427	3214	1.434	--
总计		52723	100.000	5427			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1266-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:21:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	29101	100.000	3011	3252	1.409	--
总计		29101	100.000	3011			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1267-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:27:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.499	51521	100.000	5353	3254	1.418	--
总计		51521	100.000	5353			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1268-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:32:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.505	42379	100.000	4393	3242	1.404	--
总计		42379	100.000	4393			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1269-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:38:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.508	40461	100.000	4206	3223	1.401	--
总计		40461	100.000	4206			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1270-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:43:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.514	46704	100.000	4846	3226	1.400	--
总计		46704	100.000	4846			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1271-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:48:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.517	49228	100.000	5135	3271	1.381	--
总计		49228	100.000	5135			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1272-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:54:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.523	37346	100.000	3898	3200	1.367	--
总计		37346	100.000	3898			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1273-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:59:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.525	41099	100.000	4298	3300	1.380	--
总计		41099	100.000	4298			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1274-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:04:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.529	43214	100.000	4506	3277	1.376	--
总计		43214	100.000	4506			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1275-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:10:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.534	43656	100.000	4572	3344	1.365	--
总计		43656	100.000	4572			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1276-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:15:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.537	46119	100.000	4833	3304	1.360	--
总计		46119	100.000	4833			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1277-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:21:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.540	43870	100.000	4617	3318	1.368	--
总计		43870	100.000	4617			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1278-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:26:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	46313	100.000	4866	3280	1.361	--
总计		46313	100.000	4866			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1279-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:31:55

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	49904	100.000	5249	3338	1.347	--
总计		49904	100.000	5249			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1280-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:37:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.549	42332	100.000	4433	3339	1.358	--
总计		42332	100.000	4433			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1281-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:42:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.552	56356	100.000	5944	3348	1.345	--
总计		56356	100.000	5944			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1282-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:48:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.557	44584	100.000	4697	3353	1.341	--
总计		44584	100.000	4697			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1283-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:53:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:34:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	43243	100.000	4571	3409	1.354	--
总计		43243	100.000	4571			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1284-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:58:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.562	43873	100.000	4616	3395	1.345	--
总计		43873	100.000	4616			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1285-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:04:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.564	41949	100.000	4464	3382	1.327	--
总计		41949	100.000	4464			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1286-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:09:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.565	51569	100.000	5481	3435	1.319	--
总计		51569	100.000	5481			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1287-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:15:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.570	40604	100.000	4318	3398	1.319	--
总计		40604	100.000	4318			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1288-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:20:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.572	45112	100.000	4821	3434	1.280	--
总计		45112	100.000	4821			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1289-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:25:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.575	43307	100.000	4617	3409	1.301	--
总计		43307	100.000	4617			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1290-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:31:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.578	40855	100.000	4351	3464	1.323	--
总计		40855	100.000	4351			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1291-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:36:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.579	43169	100.000	4607	3473	1.296	--
总计		43169	100.000	4607			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1292-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:41:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.580	51541	100.000	5546	3470	1.301	--
总计		51541	100.000	5546			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1293-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:47:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.584	39991	100.000	4287	3446	1.306	--
总计		39991	100.000	4287			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1294-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:52:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.588	43701	100.000	4713	3525	1.283	--
总计		43701	100.000	4713			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1295-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:58:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.589	40846	100.000	4354	3485	1.308	--
总计		40846	100.000	4354			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1296-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:03:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	40247	100.000	4325	3527	1.290	--
总计		40247	100.000	4325			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1297-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:08:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	42959	100.000	4631	3534	1.281	--
总计		42959	100.000	4631			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1298-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:14:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	41973	100.000	4510	3574	1.305	--
总计		41973	100.000	4510			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1299-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:19:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	53042	100.000	5728	3566	1.278	--
总计		53042	100.000	5728			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1300-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:25:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	43994	100.000	4754	3550	1.273	--
总计		43994	100.000	4754			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1301-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:30:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.603	43783	100.000	4715	3527	1.285	--
总计		43783	100.000	4715			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1302-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:35:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	39091	100.000	4222	3582	1.280	--
总计		39091	100.000	4222			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1303-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:41:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.490	3737670	100.000	415400	3540	1.406	--
总计		3737670	100.000	415400			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1304-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:46:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.482	3738855	100.000	416307	3535	1.398	--
总计		3738855	100.000	416307			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1305-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:51:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:35:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1306-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:57:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	3736606	100.000	416034	3534	1.391	--
总计		3736606	100.000	416034			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1307-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:02:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3749034	100.000	418919	3538	1.387	--
总计		3749034	100.000	418919			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1308-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:08:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	3753631	100.000	419749	3539	1.385	--
总计		3753631	100.000	419749			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1309-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:13:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	3749281	100.000	419545	3545	1.383	--
总计		3749281	100.000	419545			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1310-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:19:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	3749422	100.000	419732	3546	1.381	--
总计		3749422	100.000	419732			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1311-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:24:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	18731	100.000	2070	3574	1.255	--
总计		18731	100.000	2070			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1312-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:29:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	13847	100.000	1536	3647	1.239	--
总计		13847	100.000	1536			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1313-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:35:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	22075	100.000	2447	3731	1.247	--
总计		22075	100.000	2447			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1314-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:40:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	20063	100.000	2208	3697	1.263	--
总计		20063	100.000	2208			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1315-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:46:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.615	21271	100.000	2345	3609	1.249	--
总计		21271	100.000	2345			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1316-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:51:27

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.620	16443	100.000	1814	3679	1.253	--
总计		16443	100.000	1814			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1317-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:56:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.621	35690	100.000	3858	3567	1.240	--
总计		35690	100.000	3858			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1318-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:02:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.623	30959	100.000	3363	3643	1.228	--
总计		30959	100.000	3363			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1319-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:07:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.626	35384	100.000	3866	3599	1.247	--
总计		35384	100.000	3866			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1320-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:13:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.629	35499	100.000	3898	3647	1.243	--
总计		35499	100.000	3898			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1321-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:18:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.632	39304	100.000	4280	3653	1.257	--
总计		39304	100.000	4280			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1322-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:23:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.632	49908	100.000	5417	3625	1.251	--
总计		49908	100.000	5417			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1323-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:29:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.635	38562	100.000	4205	3681	1.239	--
总计		38562	100.000	4205			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1324-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:34:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.638	35852	100.000	3876	3594	1.255	--
总计		35852	100.000	3876			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1325-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:40:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.641	36040	100.000	3921	3618	1.236	--
总计		36040	100.000	3921			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1326-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:45:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.642	34459	100.000	3733	3593	1.263	--
总计		34459	100.000	3733			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1327-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:50:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:36:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.644	37933	100.000	4130	3654	1.246	--
总计		37933	100.000	4130			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1328-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:56:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.646	38313	100.000	4170	3635	1.240	--
总计		38313	100.000	4170			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1329-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:01:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.647	38781	100.000	4236	3638	1.251	--
总计		38781	100.000	4236			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1330-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:07:07

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.651	38077	100.000	4141	3661	1.251	--
总计		38077	100.000	4141			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1331-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:12:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.652	39739	100.000	4323	3733	1.238	--
总计		39739	100.000	4323			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1332-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:17:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.652	38961	100.000	4248	3715	1.254	--
总计		38961	100.000	4248			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1333-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:23:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.654	43286	100.000	4708	3682	1.237	--
总计		43286	100.000	4708			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1334-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:28:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.657	40111	100.000	4364	3690	1.256	--
总计		40111	100.000	4364			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1335-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:34:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.656	40641	100.000	4430	3638	1.229	--
总计		40641	100.000	4430			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1336-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:39:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	41943	100.000	4587	3730	1.231	--
总计		41943	100.000	4587			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1337-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:44:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	39012	100.000	4238	3731	1.243	--
总计		39012	100.000	4238			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1338-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:50:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	38213	100.000	4180	3754	1.223	--
总计		38213	100.000	4180			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1339-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 22:55:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.665	41187	100.000	4464	3766	1.232	--
总计		41187	100.000	4464			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1340-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:01:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	45347	100.000	4924	3666	1.236	--
总计		45347	100.000	4924			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1341-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:06:35

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.667	40166	100.000	4393	3781	1.213	--
总计		40166	100.000	4393			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1342-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:12:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	37560	100.000	4087	3751	1.212	--
总计		37560	100.000	4087			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1343-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:17:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	61272	100.000	6723	3768	1.222	--
总计		61272	100.000	6723			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1344-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:22:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.672	34749	100.000	3796	3790	1.234	--
总计		34749	100.000	3796			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1345-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:28:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	41280	100.000	4529	3769	1.214	--
总计		41280	100.000	4529			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1346-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:33:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.675	41706	100.000	4572	3797	1.203	--
总计		41706	100.000	4572			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1347-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:39:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.675	40107	100.000	4379	3788	1.226	--
总计		40107	100.000	4379			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1348-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:44:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.677	37983	100.000	4145	3769	1.223	--
总计		37983	100.000	4145			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1349-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:49:50

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:37:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.679	39294	100.000	4311	3798	1.222	--
总计		39294	100.000	4311			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1350-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 23:55:15

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.681	38864	100.000	4303	3820	1.209	--
总计		38864	100.000	4303			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1351-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:00:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.682	39324	100.000	4312	3850	1.211	--
总计		39324	100.000	4312			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1352-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:06:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.682	39035	100.000	4266	3797	1.215	--
总计		39035	100.000	4266			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1353-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:11:30

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.684	39943	100.000	4402	3806	1.203	--
总计		39943	100.000	4402			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1354-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:16:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.685	52096	100.000	5725	3828	1.218	--
总计		52096	100.000	5725			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1355-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:22:21

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.687	35625	100.000	3913	3815	1.229	--
总计		35625	100.000	3913			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1356-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:27:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.688	34944	100.000	3850	3782	1.206	--
总计		34944	100.000	3850			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1357-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:33:11

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.687	40080	100.000	4393	3833	1.198	--
总计		40080	100.000	4393			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1358-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:38:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.689	40264	100.000	4443	3783	1.221	--
总计		40264	100.000	4443			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1359-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:44:01

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.571	3749300	100.000	403753	3443	1.409	--
总计		3749300	100.000	403753			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-31/10-1360-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH1.0jz-rcqx-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX259.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX259.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/15 00:49:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:38:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.564	3746631	100.000	404618	3449	1.405	--
总计		3746631	100.000	404618			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-617-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:33:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:16:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-618-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:38:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:16:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	3774845	100.000	424698	3495	1.298	--
总计		3774845	100.000	424698			




QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-619-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/14 11:44:08
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:16:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min
波长:317nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.367	3777250	100.000	423898	3494	1.303	--
总计		3777250	100.000	423898			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-620-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:49:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:16:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	3776206	100.000	424434	3498	1.305	--
总计		3776206	100.000	424434			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-621-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 11:54:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:16:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	3778055	100.000	424879	3506	1.307	--
总计		3778055	100.000	424879			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-622-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:00:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	3776338	100.000	424310	3508	1.309	--
总计		3776338	100.000	424310			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-623-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:05:43

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.297	2059476	100.000	208495	2910	1.469	--
总计		2059476	100.000	208495			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-624-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:11:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.289	1639455	100.000	162231	2766	1.484	--
总计		1639455	100.000	162231			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-625-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:16:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.299	2023973	100.000	204656	2912	1.467	--
总计		2023973	100.000	204656			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-626-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:21:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.297	1149778	100.000	111929	2660	1.480	--
总计		1149778	100.000	111929			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-627-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:27:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.302	1976686	100.000	199688	2914	1.468	--
总计		1976686	100.000	199688			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-628-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:32:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.304	1809456	100.000	182437	2889	1.466	--
总计		1809456	100.000	182437			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-629-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:38:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.302	3485208	100.000	363310	3114	1.447	--
总计		3485208	100.000	363310			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-630-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:43:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.298	2965662	100.000	306647	3048	1.456	--
总计		2965662	100.000	306647			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-631-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:48:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.299	3452419	100.000	357148	3071	1.459	--
总计		3452419	100.000	357148			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-632-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:54:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.307	2722995	100.000	280677	3038	1.458	--
总计		2722995	100.000	280677			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-633-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 12:59:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.306	3412769	100.000	355390	3107	1.450	--
总计		3412769	100.000	355390			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-634-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:04:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.304	3303917	100.000	343475	3090	1.452	--
总计		3303917	100.000	343475			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-635-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:10:17

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.308	3812739	100.000	398596	3138	1.445	--
总计		3812739	100.000	398596			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-636-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:15:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.309	3668326	100.000	381642	3125	1.450	--
总计		3668326	100.000	381642			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-637-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:21:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.310	3767540	100.000	394060	3148	1.448	--
总计		3767540	100.000	394060			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-638-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:26:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.312	3471974	100.000	361535	3115	1.450	--
总计		3471974	100.000	361535			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-639-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:31:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.311	3764123	100.000	392557	3130	1.449	--
总计		3764123	100.000	392557			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-640-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:37:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.310	3702597	100.000	384379	3109	1.455	--
总计		3702597	100.000	384379			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-641-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:42:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.316	3956531	100.000	413925	3154	1.445	--
总计		3956531	100.000	413925			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-642-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:47:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.314	3973461	100.000	415699	3146	1.446	--
总计		3973461	100.000	415699			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-643-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:53:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:17:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.314	3931355	100.000	411246	3143	1.446	--
总计		3931355	100.000	411246			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-644-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 13:58:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.318	3787022	100.000	395006	3142	1.448	--
总计		3787022	100.000	395006			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-645-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:04:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.317	3903813	100.000	408080	3158	1.447	--
总计		3903813	100.000	408080			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-646-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:09:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.313	3899243	100.000	405055	3106	1.457	--
总计		3899243	100.000	405055			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-647-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:14:51

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.321	4117223	100.000	431341	3166	1.444	--
总计		4117223	100.000	431341			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-648-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:20:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.320	4203875	100.000	440336	3164	1.444	--
总计		4203875	100.000	440336			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-649-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:25:37

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.321	4080956	100.000	426894	3157	1.447	--
总计		4080956	100.000	426894			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-650-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:30:59

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.322	4038896	100.000	422687	3158	1.447	--
总计		4038896	100.000	422687			




QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)
柱温 : 40℃
数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-651-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl
进样时间: 2025/01/14 14:36:22
处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min
波长:317nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.323	4067639	100.000	425397	3157	1.447	--
总计		4067639	100.000	425397			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-652-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:41:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.324	4057930	100.000	424377	3157	1.446	--
总计		4057930	100.000	424377			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-653-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:47:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.326	4169752	100.000	435985	3171	1.445	--
总计		4169752	100.000	435985			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-654-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:52:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	4313154	100.000	451048	3171	1.445	--
总计		4313154	100.000	451048			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-655-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 14:57:53

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.322	4132505	100.000	432637	3161	1.449	--
总计		4132505	100.000	432637			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-656-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:03:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.316	4218142	100.000	435602	3091	1.465	--
总计		4218142	100.000	435602			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-657-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:08:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	4122226	100.000	430933	3161	1.445	--
总计		4122226	100.000	430933			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-658-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:14:02

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	4125477	100.000	430133	3140	1.440	--
总计		4125477	100.000	430133			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-659-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:19:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.330	4182925	100.000	438947	3183	1.445	--
总计		4182925	100.000	438947			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-660-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:25:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.328	4320966	100.000	451890	3165	1.446	--
总计		4320966	100.000	451890			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-661-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:30:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	4186293	100.000	434496	3128	1.457	--
总计		4186293	100.000	434496			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-662-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:36:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.332	4170019	100.000	436148	3169	1.446	--
总计		4170019	100.000	436148			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-663-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:41:42

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.333	4127724	100.000	431300	3168	1.446	--
总计		4127724	100.000	431300			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-664-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:47:05

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:18:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	4176441	100.000	434394	3135	1.457	--
总计		4176441	100.000	434394			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-665-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:52:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	4207557	100.000	436368	3127	1.459	--
总计		4207557	100.000	436368			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-666-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 15:57:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.333	4314535	100.000	451266	3176	1.448	--
总计		4314535	100.000	451266			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-667-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:03:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.332	4213958	100.000	440261	3162	1.448	--
总计		4213958	100.000	440261			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-668-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:08:40

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.334	4171232	100.000	434754	3159	1.451	--
总计		4171232	100.000	434754			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-669-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:14:03

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.331	4178278	100.000	435237	3143	1.454	--
总计		4178278	100.000	435237			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-670-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:19:26

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.333	4224551	100.000	439112	3140	1.456	--
总计		4224551	100.000	439112			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-671-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:24:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	3800574	100.000	425738	3536	1.314	--
总计		3800574	100.000	425738			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-672-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-1-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:30:13

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	3804983	100.000	425649	3541	1.314	--
总计		3804983	100.000	425649			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-673-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:35:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-674-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:41:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	3809392	100.000	427309	3556	1.315	--
总计		3809392	100.000	427309			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-675-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:46:29

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	3802788	100.000	426521	3553	1.315	--
总计		3802788	100.000	426521			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-676-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:51:54

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	3804660	100.000	426551	3554	1.316	--
总计		3804660	100.000	426551			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-677-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 16:57:19

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	3794052	100.000	425103	3548	1.316	--
总计		3794052	100.000	425103			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-678-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:02:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	3790089	100.000	424704	3557	1.317	--
总计		3790089	100.000	424704			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-679-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:08:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	1814382	100.000	185039	3017	1.449	--
总计		1814382	100.000	185039			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-680-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:13:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	1576151	100.000	159733	2974	1.450	--
总计		1576151	100.000	159733			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-681-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:18:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	1931453	100.000	198097	3053	1.445	--
总计		1931453	100.000	198097			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-682-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:24:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.345	1502079	100.000	152209	2962	1.446	--
总计		1502079	100.000	152209			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-683-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:29:45

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	1837028	100.000	187395	3027	1.451	--
总计		1837028	100.000	187395			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-684-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:35:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	1875450	100.000	192105	3038	1.445	--
总计		1875450	100.000	192105			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-685-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:40:32

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3212287	100.000	333208	3130	1.455	--
总计		3212287	100.000	333208			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-686-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:45:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:19:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.345	2998803	100.000	309883	3107	1.456	--
总计		2998803	100.000	309883			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-687-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:51:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	3311509	100.000	344287	3149	1.451	--
总计		3311509	100.000	344287			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-688-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 17:56:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3073943	100.000	318473	3121	1.454	--
总计		3073943	100.000	318473			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-689-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:02:08

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	3288116	100.000	342880	3166	1.449	--
总计		3288116	100.000	342880			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-690-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:07:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	3349140	100.000	348924	3155	1.449	--
总计		3349140	100.000	348924			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-691-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:12:57

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3745464	100.000	391973	3184	1.450	--
总计		3745464	100.000	391973			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-692-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:18:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.348	3615084	100.000	377009	3164	1.449	--
总计		3615084	100.000	377009			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-693-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:23:46

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3711276	100.000	386583	3156	1.452	--
总计		3711276	100.000	386583			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-694-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:29:10

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	3604510	100.000	375552	3164	1.449	--
总计		3604510	100.000	375552			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-695-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:34:34

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	3707260	100.000	386310	3176	1.447	--
总计		3707260	100.000	386310			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-696-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:39:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3723524	100.000	387888	3161	1.454	--
总计		3723524	100.000	387888			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-697-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:45:22

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	3956704	100.000	412929	3184	1.448	--
总计		3956704	100.000	412929			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-698-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:50:47

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	3834291	100.000	399724	3178	1.449	--
总计		3834291	100.000	399724			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-699-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 18:56:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	3883060	100.000	405188	3171	1.451	--
总计		3883060	100.000	405188			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-700-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:01:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	3859529	100.000	402264	3177	1.449	--
总计		3859529	100.000	402264			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-701-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:07:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	3964355	100.000	415460	3197	1.443	--
总计		3964355	100.000	415460			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-702-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:12:24

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	3907473	100.000	406684	3167	1.452	--
总计		3907473	100.000	406684			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-703-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:17:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	4143503	100.000	432971	3193	1.447	--
总计		4143503	100.000	432971			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-704-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:23:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	4042702	100.000	422084	3184	1.448	--
总计		4042702	100.000	422084			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-705-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:28:38

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	4052486	100.000	423411	3188	1.447	--
总计		4052486	100.000	423411			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-706-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:34:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.334	4119661	100.000	421429	3071	1.479	--
总计		4119661	100.000	421429			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-707-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:39:28

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	4141457	100.000	433910	3198	1.445	--
总计		4141457	100.000	433910			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-708-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:44:52

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.347	4063385	100.000	422157	3148	1.457	--
总计		4063385	100.000	422157			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-709-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:50:16

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:20:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.348	4226308	100.000	441570	3177	1.450	--
总计		4226308	100.000	441570			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-710-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 19:55:41

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.346	4209112	100.000	437444	3154	1.457	--
总计		4209112	100.000	437444			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-711-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:01:06

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.343	4157345	100.000	429773	3126	1.463	--
总计		4157345	100.000	429773			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-712-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:06:31

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	4176510	100.000	433716	3166	1.455	--
总计		4176510	100.000	433716			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-713-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:11:56

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.336	4293672	100.000	439723	3076	1.480	--
总计		4293672	100.000	439723			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-714-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:17:20

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	4120802	100.000	431486	3209	1.445	--
总计		4120802	100.000	431486			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-715-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:22:44

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	4215180	100.000	442641	3223	1.445	--
总计		4215180	100.000	442641			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-716-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:28:09

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4165037	100.000	435787	3193	1.446	--
总计		4165037	100.000	435787			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-717-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:33:33

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	4138994	100.000	433006	3195	1.446	--
总计		4138994	100.000	433006			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-718-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:38:58

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	4166863	100.000	434862	3182	1.449	--
总计		4166863	100.000	434862			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-719-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:44:23

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	4289239	100.000	446992	3179	1.453	--
总计		4289239	100.000	446992			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-720-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:49:48

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	4137189	100.000	434070	3225	1.447	--
总计		4137189	100.000	434070			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-721-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 20:55:12

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	4222617	100.000	440203	3181	1.453	--
总计		4222617	100.000	440203			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-722-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:00:36

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	4171694	100.000	436065	3205	1.447	--
总计		4171694	100.000	436065			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-723-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:06:00

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	4192190	100.000	436840	3185	1.454	--
总计		4192190	100.000	436840			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-724-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:11:25

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	4175483	100.000	436104	3205	1.448	--
总计		4175483	100.000	436104			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-725-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:16:49

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4238825	100.000	442366	3185	1.452	--
总计		4238825	100.000	442366			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-726-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:22:14

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	4200815	100.000	437918	3181	1.455	--
总计		4200815	100.000	437918			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-727-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:27:39

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.450	3810742	100.000	425622	3550	1.314	--
总计		3810742	100.000	425622			



QTL-4047

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(4.6*50mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$QTL-4047 - 10-28/28-728-2 - cbzj-4225Bp-40mg-pH6.0jz-rcqx-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4047 - QTL-4047-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4047 - 20250114-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20μl

进样时间: 2025/01/14 21:33:04

处理时间 (V2) : 2025/01/15 08:21:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:1.0ml/min


波长:317nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.452	3811477	100.000	425730	3555	1.315	--
总计		3811477	100.000	425730			