


SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-71-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-rj-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-9 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 μl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 08:53:01 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:31:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-72-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-dzp1-1.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 08:58:25 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:31:49 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.100 | 108909 | 100.000 | 17039 | 9523 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 108909 | 100.000 | 17039 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-73-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-dzp1-2.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 09:03:47 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:31:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.100 | 108825 | 100.000 | 17060 | 9545 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 108825 | 100.000 | 17060 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-74-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-dzp1-3.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 09:09:11 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:31:54 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.098 | 109127 | 100.000 | 17096 | 9497 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 109127 | 100.000 | 17096 | | | |



<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-75-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-dzp1-4.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-18 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 09:14:35 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:31:57 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.100 | 109153 | 100.000 | 17079 | 9563 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 109153 | 100.000 | 17079 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-79-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-1h-gsp3.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-19 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 09:36:08 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:07 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.103 | 160744 | 100.000 | 25592 | 9804 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 160744 | 100.000 | 25592 | | | |



<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 232nm
 数据文件名 : TWKS\$J499 - 10-3/10-80-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-1h-gsp4.lcd
 方法文件名 : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm
 批处理文件名: TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/10 09:41:31 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/10 15:32:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.109 | 95060 | 100.000 | 15092 | 9849 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 95060 | 100.000 | 15092 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-81-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-1h-gsp5.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-37 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 09:46:53 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.109 | 156475 | 100.000 | 24719 | 9786 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 156475 | 100.000 | 24719 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-83-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-1h-gsp7.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-2 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 09:57:39 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:17 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.106 | 151320 | 100.000 | 24041 | 9790 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 151320 | 100.000 | 24041 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-85-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-1h-gsp9.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-20 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:08:25 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:22 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.108 | 169955 | 100.000 | 26876 | 9760 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 169955 | 100.000 | 26876 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-87-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-1h-gsp11.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-38 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:19:11 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:28 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.106 | 174468 | 100.000 | 27622 | 9726 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 174468 | 100.000 | 27622 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-89-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp1.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-3 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:29:56 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:33 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.111 | 75117 | 100.000 | 11899 | 9745 | 1.098 | -- |
| 总计 | | 75117 | 100.000 | 11899 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-90-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp2.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-12 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:35:19 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:36 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.102 | 54106 | 100.000 | 8554 | 9708 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 54106 | 100.000 | 8554 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-91-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp3.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-21 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:40:41 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:39 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.111 | 84572 | 100.000 | 13331 | 9715 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 84572 | 100.000 | 13331 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-92-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp4.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-30 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:46:03 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:42 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.110 | 49847 | 100.000 | 7851 | 9673 | 1.101 | -- |
| 总计 | | 49847 | 100.000 | 7851 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-93-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp5.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-39 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:51:26 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:44 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.105 | 81663 | 100.000 | 12900 | 9653 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 81663 | 100.000 | 12900 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-94-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp6.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-48 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 10:56:49 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:47 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.113 | 49860 | 100.000 | 7883 | 9704 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 49860 | 100.000 | 7883 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-96-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp8.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-13 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 11:07:35 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:52 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.109 | 54685 | 100.000 | 8570 | 9647 | 1.092 | -- |
| 总计 | | 54685 | 100.000 | 8570 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-97-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp9.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-22 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 11:12:57 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:55 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>


| 检测器A Ch1 232nm | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 1 | 4.110 | 81352 | 100.000 | 12753 | 9641 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 81352 | 100.000 | 12753 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-98-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp10.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-31 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 11:18:19 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:32:58 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.106 | 56268 | 100.000 | 8851 | 9623 | 1.090 | -- |
| 总计 | | 56268 | 100.000 | 8851 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-99-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-2h-gsp11.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-40 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 11:23:41 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:33:00 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.111 | 84054 | 100.000 | 13219 | 9693 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 84054 | 100.000 | 13219 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-103-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-3h-gsp3.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-23 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 11:45:13 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:33:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.113 | 52446 | 100.000 | 8281 | 9719 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 52446 | 100.000 | 8281 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKS\$J499 - 10-3/10-111-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-3h-gsp11.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-42 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 12:28:14 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:33:33 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.111 | 51021 | 100.000 | 8022 | 9642 | 1.101 | -- |
| 总计 | | 51021 | 100.000 | 8022 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-112-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-3h-gsp12.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-51 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 12:33:36 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:33:36 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.112 | 38497 | 100.000 | 6078 | 9691 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 38497 | 100.000 | 6078 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-116-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-4h-gsp4.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-34 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 12:55:08 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:33:46 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.109 | 26301 | 100.000 | 4123 | 9543 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 26301 | 100.000 | 4123 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-122-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-4h-gsp10.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 1-35 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 13:27:28 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:34:02 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.112 | 29961 | 100.000 | 4708 | 9605 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 29961 | 100.000 | 4708 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-125-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-5h-gsp1.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-1 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 13:43:40 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:34:10 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.109 | 32340 | 100.000 | 5072 | 9631 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 32340 | 100.000 | 5072 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-126-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-5h-gsp2.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-10 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 13:49:05 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:34:12 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.110 | 24624 | 100.000 | 3876 | 9585 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 24624 | 100.000 | 3876 | | | |

SHIMADZU
LabSolutions J499

<样品信息>

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 色谱柱 | : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) | 流速 | : 1.8ml/min |
| 柱温 | : 30°C | 波长 | : 232nm |
| 数据文件名 | : TWKSS\$J499 - 10-3/10-135-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-5h-gsp11.lcd | | |
| 方法文件名 | : TWKSS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm | | |
| 批处理文件名 | : TWKSS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb | | |
| 样品瓶号 | : 2-38 | 版本号 | : 6.115 |
| 进样体积 | : 20 µl | 实验者 | : xiexinhui |
| 进样时间 | : 2025/12/10 14:37:40 | 处理者 | : xiexinhui |
| 处理时间(V2) | : 2025/12/10 15:34:36 | | |
| 仪器型号 | : SHIMADZU LC-2050C (FX259) | | |

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|-------|---------|------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.110 | 32035 | 100.000 | 5041 | 9565 | 1.090 | -- |
| 总计 | | 32035 | 100.000 | 5041 | | | |



<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.8ml/min
 柱温 : 30°C 波 长: 232nm
 数据文件名 : TWKS\$J499 - 10-3/10-137-2 - J499-twsf-PBS7.4-YC(70-30)-dzp2-1.lcd
 方法文件名 : TWKS\$J499 - TWKS-J499-FX259.lcm
 批处理文件名: TWKS\$J499 - J499-20251209-FX259.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/10 14:48:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/12/10 15:34:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 232nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 4.102 | 107983 | 100.000 | 16840 | 9428 | 1.102 | -- |
| 总计 | | 107983 | 100.000 | 16840 | | | |

