



玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	98384	98523	98352	98210	98391	98372	0.12
2	11.02	98454	98461				98458	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
8822.60	8934.48	0.90	数据可信

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-18

复核者:

未审阅版本



加速6月-供试品溶液-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	23392	-	23392	23.658	31.39	15.28	23.66	31.39	15.28
	2	37066	-	37066	37.488			37.49		
	3	34639	-	34639	35.033			35.03		
	4	30762	-	30762	31.112			31.11		
	5	31410	-	31410	31.768			31.77		
	6	28947	-	28947	29.277			29.28		
10min	1	50576	-	50576	51.152	60.41	9.07	51.41	60.76	9.11
	2	64002	-	64002	64.731			65.15		
	3	65411	-	65411	66.156			66.55		
	4	58631	-	58631	59.299			59.64		
	5	62240	-	62240	62.949			63.30		
	6	57528	-	57528	58.183			58.51		
15min	1	65503	-	65503	66.249	73.85	5.97	67.08	74.87	6.03
	2	74852	-	74852	75.704			76.84		
	3	78579	-	78579	79.474			80.60		
	4	71687	-	71687	72.503			73.51		
	5	74557	-	74557	75.406			76.46		
	6	72907	-	72907	73.737			74.71		
20min	1	74921	-	74921	75.774	81.10	4.00	77.34	82.94	4.10
	2	80885	-	80885	81.806			83.78		
	3	84173	-	84173	85.132			87.14		
	4	79723	-	79723	80.631			82.44		
	5	82507	-	82507	83.447			85.34		
	6	78887	-	78887	79.785			81.58		
30min	1	85586	-	85586	86.561	87.04	0.81	88.97	89.78	0.91
	2	87333	-	87333	88.328			91.21		
	3	85765	-	85765	86.742			89.70		
	4	86239	-	86239	87.221			89.93		
	5	86041	-	86041	87.021			89.84		
	6	85389	-	85389	86.361			89.04		
45min	1	88707	-	88707	89.717	89.34	1.09	93.09	93.05	1.04
	2	87125	-	87125	88.117			91.98		
	3	88671	-	88671	89.681			93.60		
	4	89164	-	89164	90.179			93.85		
	5	89213	-	89213	90.229			94.01		
	6	87146	-	87146	88.138			91.78		
60min	1	88561	-	88561	89.570	89.60	1.50	93.94	94.30	1.46
	2	88458	-	88458	89.465			94.31		
	3	88459	-	88459	89.466			94.38		
	4	90611	-	90611	91.643			96.32		
	5	88973	-	88973	89.986			94.77		
	6	86474	-	86474	87.459			92.08		
90min	1	85571	-	85571	86.546	88.41	1.44	91.91	94.11	1.50
	2	88669	-	88669	89.679			95.52		
	3	87186	-	87186	88.179			94.09		
	4	89008	-	89008	90.022			95.72		
	5	87148	-	87148	88.140			93.93		
	6	86902	-	86902	87.892			93.48		
120min	1	87245	-	87245	88.239	87.24	1.09	94.56	93.92	0.96
	2	87191	-	87191	88.184			95.02		
	3	85327	-	85327	86.299			93.19		
	4	86811	-	86811	87.800			94.50		
	5	85697	-	85697	86.673			93.44		
	6	85244	-	85244	86.215			92.78		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-18

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	88795	-	88795	89.806	90.42	1.59	97.11	98.07	1.56
	2	90470	-	90470	91.500			99.32		
	3	91376	-	91376	92.417			100.26		
	4	88795	-	88795	89.806			97.48		
	5	87360	-	87360	88.355			96.08		
	6	89634	-	89634	90.655			98.18		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-18

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	98142	98446	98482	98581	98409	98412	0.17
2	11.02	99302	99298				99300	0.01
单位质量响应值			RSD%		判断			
8826.19			9010.89		1.47 数据可信			

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-18

复核者:

未审阅版本



加速6月-供试品溶液-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	31860	-	31860	32.080	32.57	14.65	32.08	32.57	14.65
	2	29817	-	29817	30.023			30.02		
	3	35218	-	35218	35.462			35.46		
	4	38709	-	38709	38.977			38.98		
	5	24911	-	24911	25.083			25.08		
	6	33571	-	33571	33.803			33.80		
10min	1	61188	-	61188	61.611	61.31	7.04	61.97	61.67	7.08
	2	56379	-	56379	56.769			57.10		
	3	65352	-	65352	65.804			66.20		
	4	65086	-	65086	65.536			65.97		
	5	55205	-	55205	55.587			55.87		
	6	62110	-	62110	62.540			62.92		
15min	1	74706	-	74706	75.223	74.62	3.03	76.26	75.66	3.09
	2	71390	-	71390	71.884			72.85		
	3	77855	-	77855	78.394			79.52		
	4	74454	-	74454	74.969			76.13		
	5	72309	-	72309	72.809			73.71		
	6	73907	-	73907	74.419			75.49		
20min	1	81591	-	81591	82.156	81.67	2.12	84.03	83.54	2.21
	2	79905	-	79905	80.458			82.22		
	3	83099	-	83099	83.674			85.67		
	4	82771	-	82771	83.344			85.34		
	5	78653	-	78653	79.197			80.90		
	6	80627	-	80627	81.185			83.08		
30min	1	85828	-	85828	86.422	87.79	2.70	89.21	90.57	2.50
	2	89445	-	89445	90.064			92.72		
	3	87325	-	87325	87.929			90.86		
	4	84348	-	84348	84.932			87.85		
	5	90425	-	90425	91.051			93.64		
	6	85728	-	85728	86.321			89.12		
45min	1	89173	-	89173	89.790	89.97	2.61	93.54	93.72	2.43
	2	89177	-	89177	89.794			93.45		
	3	90215	-	90215	90.839			94.74		
	4	85431	-	85431	86.022			89.89		
	5	92654	-	92654	93.295			96.89		
	6	89443	-	89443	90.062			93.82		
60min	1	89331	-	89331	89.949	90.22	2.29	94.70	94.98	2.15
	2	88818	-	88818	89.433			94.09		
	3	90941	-	90941	91.570			96.48		
	4	86614	-	86614	87.213			92.03		
	5	92673	-	92673	93.314			97.95		
	6	89230	-	89230	89.848			94.61		
90min	1	84540	-	84540	85.125	88.11	2.95	90.87	93.87	2.75
	2	89115	-	89115	89.732			95.38		
	3	88825	-	88825	89.440			95.37		
	4	84671	-	84671	85.257			91.05		
	5	90947	-	90947	91.576			97.25		
	6	86947	-	86947	87.549			93.31		
120min	1	88589	-	88589	89.202	87.86	2.04	95.89	94.60	1.90
	2	86804	-	86804	87.405			94.05		
	3	88138	-	88138	88.748			95.67		
	4	83959	-	83959	84.540			91.28		
	5	88690	-	88690	89.304			95.99		
	6	87362	-	87362	87.967			94.70		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-18

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	90055	-	90055	90.678	90.06	1.62	98.36	97.77	1.51
	2	88604	-	88604	89.217			96.83		
	3	89904	-	89904	90.526			98.44		
	4	91377	-	91377	92.009			99.68		
	5	89567	-	89567	90.187			97.87		
	6	87115	-	87115	87.718			95.43		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-18

复核者:

未审阅版本




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1005-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 14:45:18 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:15:53 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1006-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 14:48:42 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:15:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	98384	100.000	15059	2999	1.045	--
总计		98384	100.000	15059			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1007-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 14:52:05 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	98523	100.000	15071	2996	1.046	--
总计		98523	100.000	15071			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1008-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 14:55:31 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	98352	100.000	15014	2982	1.050	--
总计		98352	100.000	15014			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1009-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 14:58:55 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:06 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	98210	100.000	15051	2999	1.044	--
总计		98210	100.000	15051			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1010-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:02:19 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:09 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	98391	100.000	15064	2995	1.046	--
总计		98391	100.000	15064			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1011-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:05:42 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:12 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	23392	100.000	3640	3146	1.058	--
总计		23392	100.000	3640			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1013-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:12:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:18 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	34639	100.000	5431	3148	1.043	--
总计		34639	100.000	5431			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1014-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:15:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	30762	100.000	4823	3163	1.046	--
总计		30762	100.000	4823			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1015-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:19:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:23 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	31410	100.000	4938	3159	1.047	--
总计		31410	100.000	4938			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1016-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:22:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:26 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	28947	100.000	4540	3170	1.047	--
总计		28947	100.000	4540			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1017-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:25:57 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:29 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	50576	100.000	7910	3137	1.047	--
总计		50576	100.000	7910			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1018-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:29:19 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:31 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	64002	100.000	9997	3130	1.043	--
总计		64002	100.000	9997			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1019-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:32:41 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	65411	100.000	10238	3143	1.046	--
总计		65411	100.000	10238			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1020-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:36:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	58631	100.000	9147	3139	1.041	--
总计		58631	100.000	9147			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1021-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:39:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:40 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	62240	100.000	9735	3132	1.042	--
总计		62240	100.000	9735			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1022-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:42:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	57528	100.000	8997	3120	1.044	--
总计		57528	100.000	8997			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1023-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:46:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	65503	100.000	10255	3143	1.043	--
总计		65503	100.000	10255			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1024-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:49:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	74852	100.000	11701	3128	1.044	--
总计		74852	100.000	11701			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1025-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:52:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	78579	100.000	12279	3141	1.046	--
总计		78579	100.000	12279			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1026-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:56:18 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:54 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	71687	100.000	11225	3140	1.040	--
总计		71687	100.000	11225			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1027-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 15:59:41 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	74557	100.000	11674	3146	1.047	--
总计		74557	100.000	11674			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1028-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:03:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:16:59 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	72907	100.000	11411	3135	1.045	--
总计		72907	100.000	11411			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1029-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:06:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	74921	100.000	11738	3148	1.046	--
总计		74921	100.000	11738			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1030-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:09:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	80885	100.000	12679	3137	1.043	--
总计		80885	100.000	12679			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1031-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:13:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	84173	100.000	13196	3145	1.046	--
总计		84173	100.000	13196			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1032-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:16:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:11 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	79723	100.000	12455	3147	1.044	--
总计		79723	100.000	12455			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1033-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:19:58 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	82507	100.000	12940	3152	1.044	--
总计		82507	100.000	12940			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1034-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:23:21 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:16 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	78887	100.000	12365	3146	1.041	--
总计		78887	100.000	12365			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1035-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:26:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	85586	100.000	13416	3151	1.045	--
总计		85586	100.000	13416			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1036-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:30:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:22 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	87333	100.000	13680	3141	1.047	--
总计		87333	100.000	13680			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1037-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:33:29 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	85765	100.000	13445	3141	1.042	--
总计		85765	100.000	13445			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1039-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:40:15 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:31 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	86041	100.000	13480	3142	1.042	--
总计		86041	100.000	13480			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1040-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:43:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	85389	100.000	13345	3133	1.046	--
总计		85389	100.000	13345			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1041-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:46:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	88707	100.000	13852	3129	1.046	--
总计		88707	100.000	13852			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1042-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:50:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:39 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	87125	100.000	13647	3140	1.044	--
总计		87125	100.000	13647			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1043-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:53:45 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	88671	100.000	13884	3141	1.043	--
总计		88671	100.000	13884			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1044-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 16:57:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	89164	100.000	13959	3148	1.044	--
总计		89164	100.000	13959			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1045-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:00:30 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	89213	100.000	13957	3136	1.044	--
总计		89213	100.000	13957			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1046-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:03:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:50 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	87146	100.000	13636	3128	1.042	--
总计		87146	100.000	13636			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1047-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:07:15 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:53 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	88561	100.000	13882	3156	1.043	--
总计		88561	100.000	13882			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1048-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:10:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:17:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	88458	100.000	13820	3133	1.044	--
总计		88458	100.000	13820			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1050-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:17:21 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	90611	100.000	14186	3137	1.042	--
总计		90611	100.000	14186			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1051-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:20:43 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:04 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	88973	100.000	13921	3129	1.044	--
总计		88973	100.000	13921			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1052-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:24:05 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:07 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	86474	100.000	13537	3145	1.043	--
总计		86474	100.000	13537			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1053-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:27:29 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:10 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	85571	100.000	13398	3138	1.043	--
总计		85571	100.000	13398			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1055-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:34:15 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:16 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	87186	100.000	13641	3128	1.045	--
总计		87186	100.000	13641			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1056-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:37:38 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	89008	100.000	13918	3135	1.045	--
总计		89008	100.000	13918			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1057-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:41:01 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	87148	100.000	13616	3127	1.043	--
总计		87148	100.000	13616			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1058-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:44:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:24 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	86902	100.000	13601	3141	1.042	--
总计		86902	100.000	13601			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1059-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:47:46 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:27 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	87245	100.000	13633	3131	1.047	--
总计		87245	100.000	13633			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1060-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:51:08 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	87191	100.000	13635	3137	1.045	--
总计		87191	100.000	13635			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1061-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:54:30 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:33 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	85327	100.000	13329	3134	1.046	--
总计		85327	100.000	13329			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1062-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 17:57:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	86811	100.000	13590	3142	1.042	--
总计		86811	100.000	13590			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1063-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:01:15 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:38 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	85697	100.000	13390	3137	1.046	--
总计		85697	100.000	13390			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1064-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:04:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:41 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	85244	100.000	13374	3142	1.043	--
总计		85244	100.000	13374			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1065-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:07:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:44 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	88795	100.000	13910	3145	1.045	--
总计		88795	100.000	13910			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1066-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:11:20 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:46 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	90470	100.000	14142	3134	1.044	--
总计		90470	100.000	14142			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1067-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:14:42 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:49 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	91376	100.000	14306	3148	1.045	--
总计		91376	100.000	14306			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1068-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:18:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:52 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	88795	100.000	13874	3133	1.044	--
总计		88795	100.000	13874			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1069-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:21:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	87360	100.000	13646	3140	1.046	--
总计		87360	100.000	13646			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1070-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:24:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:18:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	89634	100.000	14047	3147	1.044	--
总计		89634	100.000	14047			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1071-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:28:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	98454	100.000	15067	2997	1.049	--
总计		98454	100.000	15067			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1072-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:31:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	98461	100.000	15094	3008	1.045	--
总计		98461	100.000	15094			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1074-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:38:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:09 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	98142	100.000	15053	3006	1.048	--
总计		98142	100.000	15053			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1075-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:41:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:12 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	98446	100.000	15059	2997	1.045	--
总计		98446	100.000	15059			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1076-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:45:14 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:14 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	98482	100.000	15055	2988	1.046	--
总计		98482	100.000	15055			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1077-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:48:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:17 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	98581	100.000	15067	2998	1.047	--
总计		98581	100.000	15067			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1078-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:52:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	98409	100.000	15056	2995	1.047	--
总计		98409	100.000	15056			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1079-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:55:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:23 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	31860	100.000	4994	3153	1.044	--
总计		31860	100.000	4994			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1080-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 18:58:52 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	29817	100.000	4666	3162	1.046	--
总计		29817	100.000	4666			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1081-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:02:15 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	35218	100.000	5514	3151	1.050	--
总计		35218	100.000	5514			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1082-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:05:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:31 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	38709	100.000	6062	3167	1.050	--
总计		38709	100.000	6062			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1083-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:09:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	24911	100.000	3952	3226	1.040	--
总计		24911	100.000	3952			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1084-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:12:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	33571	100.000	5245	3147	1.046	--
总计		33571	100.000	5245			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1085-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:15:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:40 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	61188	100.000	9592	3140	1.047	--
总计		61188	100.000	9592			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1086-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:19:14 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	56379	100.000	8825	3146	1.046	--
总计		56379	100.000	8825			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1087-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:22:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:46 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	65352	100.000	10229	3148	1.046	--
总计		65352	100.000	10229			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1088-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:26:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	65086	100.000	10200	3148	1.046	--
总计		65086	100.000	10200			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温: 35°C

波长: 259nm

数据文件名:

RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1089-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/12/15 19:29:24

实验者: zhanghongxin


处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:51

处理者: zhanghongxin

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	55205	100.000	8642	3148	1.044	--
总计		55205	100.000	8642			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1090-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:32:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:54 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	62110	100.000	9730	3136	1.045	--
总计		62110	100.000	9730			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1091-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:36:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	74706	100.000	11691	3144	1.044	--
总计		74706	100.000	11691			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1092-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:39:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:19:59 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	71390	100.000	11162	3128	1.046	--
总计		71390	100.000	11162			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1093-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:42:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	77855	100.000	12163	3142	1.042	--
总计		77855	100.000	12163			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1094-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:46:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	74454	100.000	11663	3147	1.045	--
总计		74454	100.000	11663			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1095-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:49:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	72309	100.000	11316	3166	1.043	--
总计		72309	100.000	11316			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1097-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 19:56:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	81591	100.000	12771	3155	1.045	--
总计		81591	100.000	12771			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1098-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:00:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:16 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	79905	100.000	12511	3158	1.043	--
总计		79905	100.000	12511			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1099-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:03:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	83099	100.000	13010	3141	1.046	--
总计		83099	100.000	13010			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1100-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:06:46 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	82771	100.000	12935	3147	1.043	--
总计		82771	100.000	12935			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1101-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:10:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:24 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	78653	100.000	12299	3137	1.045	--
总计		78653	100.000	12299			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1102-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:13:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:27 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	80627	100.000	12623	3147	1.045	--
总计		80627	100.000	12623			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1103-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:17:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	85828	100.000	13383	3155	1.044	--
总计		85828	100.000	13383			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1105-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:23:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	87325	100.000	13642	3136	1.045	--
总计		87325	100.000	13642			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1106-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:27:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:38 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	84348	100.000	13155	3137	1.041	--
总计		84348	100.000	13155			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1110-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:40:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:49 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	89177	100.000	13935	3153	1.042	--
总计		89177	100.000	13935			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1111-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:44:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:52 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	90215	100.000	14065	3132	1.046	--
总计		90215	100.000	14065			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1112-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:47:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	85431	100.000	13332	3139	1.046	--
总计		85431	100.000	13332			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1113-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:50:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:20:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	92654	100.000	14431	3137	1.042	--
总计		92654	100.000	14431			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1115-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 20:57:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	89331	100.000	13967	3138	1.044	--
总计		89331	100.000	13967			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1116-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:01:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	88818	100.000	13881	3143	1.044	--
总计		88818	100.000	13881			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1117-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:04:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	90941	100.000	14207	3149	1.043	--
总计		90941	100.000	14207			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1119-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:11:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:14 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	92673	100.000	14462	3145	1.042	--
总计		92673	100.000	14462			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1122-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:21:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:22 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	89115	100.000	13934	3146	1.042	--
总计		89115	100.000	13934			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1123-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:25:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	88825	100.000	13852	3132	1.042	--
总计		88825	100.000	13852			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1124-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:28:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	84671	100.000	13221	3140	1.044	--
总计		84671	100.000	13221			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1125-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:31:52 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:31 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	90947	100.000	14143	3138	1.047	--
总计		90947	100.000	14143			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1127-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:38:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:36 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	88589	100.000	13855	3148	1.041	--
总计		88589	100.000	13855			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1128-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:42:01 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:40 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	86804	100.000	13570	3138	1.043	--
总计		86804	100.000	13570			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1129-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:45:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	88138	100.000	13743	3142	1.045	--
总计		88138	100.000	13743			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1130-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:48:45 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:46 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	83959	100.000	13115	3147	1.046	--
总计		83959	100.000	13115			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1131-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:52:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	88690	100.000	13866	3145	1.044	--
总计		88690	100.000	13866			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1132-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:55:29 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	87362	100.000	13677	3147	1.044	--
总计		87362	100.000	13677			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1133-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 21:58:51 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:54 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	90055	100.000	14047	3145	1.044	--
总计		90055	100.000	14047			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1134-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 22:02:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	88604	100.000	13843	3156	1.044	--
总计		88604	100.000	13843			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1135-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 22:05:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:21:59 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	89904	100.000	14027	3149	1.045	--
总计		89904	100.000	14027			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1137-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 22:12:19 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:22:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	89567	100.000	13969	3138	1.045	--
总计		89567	100.000	13969			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1138-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 22:15:41 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:22:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	87115	100.000	13587	3151	1.043	--
总计		87115	100.000	13587			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1139-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 22:19:05 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:22:10 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	99302	100.000	15226	3004	1.046	--
总计		99302	100.000	15226			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 25-12/25-1140-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251215-FX274.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/15 22:22:30 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2): 2025/12/16 09:22:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	99298	100.000	15219	3006	1.045	--
总计		99298	100.000	15219			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2