



玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	98689	98850	98591	98294	98110	98507	0.31
2	11.02	97850	98150				98000	0.22

单位质量响应值	RSD%	判断
8834.71	8892.92	0.47
数据可信		

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



中间条件6月-供试品溶液-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	30046	-	30046	30.438	30.37	13.19	30.44	30.37	13.19
	2	35878	-	35878	36.346			36.35		
	3	23982	-	23982	24.295			24.29		
	4	29856	-	29856	30.245			30.25		
	5	28149	-	28149	28.516			28.52		
	6	31965	-	31965	32.382			32.38		
10min	1	53303	-	53303	53.998	56.82	6.30	54.34	57.16	6.34
	2	61090	-	61090	61.887			62.29		
	3	51768	-	51768	52.443			52.71		
	4	57077	-	57077	57.821			58.16		
	5	54486	-	54486	55.196			55.51		
	6	58814	-	58814	59.581			59.94		
15min	1	67472	-	67472	68.352	72.51	4.50	69.29	73.48	4.54
	2	74771	-	74771	75.746			76.84		
	3	68534	-	68534	69.428			70.28		
	4	74127	-	74127	75.094			76.07		
	5	70279	-	70279	71.195			72.13		
	6	74291	-	74291	75.260			76.28		
20min	1	76598	-	76598	77.597	79.21	3.98	79.29	80.98	3.99
	2	81335	-	81335	82.396			84.33		
	3	73522	-	73522	74.481			76.10		
	4	81111	-	81111	82.169			83.98		
	5	79934	-	79934	80.976			82.70		
	6	76638	-	76638	77.637			79.50		
30min	1	85365	-	85365	86.478	87.50	2.28	89.04	90.16	2.19
	2	84013	-	84013	85.109			87.96		
	3	86620	-	86620	87.749			90.20		
	4	89681	-	89681	90.850			93.58		
	5	87228	-	87228	88.365			90.99		
	6	85343	-	85343	86.456			89.18		
45min	1	85764	-	85764	86.882	89.43	2.18	90.40	93.06	2.05
	2	87150	-	87150	88.286			92.08		
	3	90760	-	90760	91.943			95.37		
	4	89492	-	89492	90.659			94.39		
	5	89513	-	89513	90.680			94.28		
	6	87010	-	87010	88.145			91.83		
60min	1	88628	-	88628	89.784	89.84	2.00	94.27	94.46	1.85
	2	87228	-	87228	88.365			93.14		
	3	90904	-	90904	92.089			96.54		
	4	90559	-	90559	91.740			96.48		
	5	88313	-	88313	89.465			94.07		
	6	86474	-	86474	87.602			92.26		
90min	1	82943	-	82943	84.025	87.39	3.15	89.51	93.01	2.98
	2	85070	-	85070	86.179			91.94		
	3	89745	-	89745	90.915			96.39		
	4	89215	-	89215	90.378			96.14		
	5	86224	-	86224	87.348			92.95		
	6	84388	-	84388	85.488			91.12		
120min	1	86529	-	86529	87.657	88.10	1.89	94.07	94.69	1.77
	2	85081	-	85081	86.190			92.91		
	3	88668	-	88668	89.824			96.31		
	4	89073	-	89073	90.234			97.00		
	5	87023	-	87023	88.158			94.73		
	6	85422	-	85422	86.536			93.12		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	86652	-	86652	87.782	89.21	1.62	95.17	96.78	1.54
	2	86993	-	86993	88.127			95.80		
	3	89653	-	89653	90.822			98.30		
	4	89266	-	89266	90.430			98.20		
	5	86679	-	86679	87.809			95.36		
	6	89128	-	89128	90.290			97.84		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	97908	97655	98201	97659	97621	97809	0.26
2	11.02	98229	97971				98100	0.19
单位质量响应值			RSD%	判断				
8772.11			1.04	数据可信				

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



中间条件6月-供试品溶液-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	29999	-	29999	30.484	30.40	13.71	30.48	30.40	13.70
	2	36315	-	36315	36.902			36.90		
	3	23872	-	23872	24.258			24.26		
	4	29751	-	29751	30.232			30.23		
	5	27975	-	27975	28.427			28.43		
	6	31563	-	31563	32.073			32.07		
10min	1	53225	-	53225	54.085	57.08	7.86	54.42	57.42	7.89
	2	63061	-	63061	64.080			64.49		
	3	50317	-	50317	51.130			51.40		
	4	57706	-	57706	58.638			58.97		
	5	54883	-	54883	55.769			56.09		
	6	57860	-	57860	58.795			59.15		
15min	1	67390	-	67390	68.478	72.89	4.66	69.42	73.86	4.71
	2	76179	-	76179	77.409			78.53		
	3	68658	-	68658	69.767			70.60		
	4	73879	-	73879	75.072			76.06		
	5	70964	-	70964	72.110			73.05		
	6	73316	-	73316	74.500			75.51		
20min	1	76112	-	76112	77.341	81.17	2.44	79.04	82.96	2.48
	2	81605	-	81605	82.923			84.91		
	3	79866	-	79866	81.156			82.77		
	4	81021	-	81021	82.330			84.15		
	5	80312	-	80312	81.609			83.35		
	6	80381	-	80381	81.679			83.52		
30min	1	86334	-	86334	87.728	88.25	2.04	90.29	90.94	1.95
	2	84785	-	84785	86.154			89.06		
	3	86900	-	86900	88.304			90.82		
	4	90083	-	90083	91.538			94.27		
	5	86929	-	86929	88.333			90.98		
	6	86056	-	86056	87.446			90.19		
45min	1	85031	-	85031	86.404	89.42	2.52	89.94	93.09	2.40
	2	86814	-	86814	88.216			92.08		
	3	90424	-	90424	91.884			95.38		
	4	89770	-	89770	91.220			94.97		
	5	89597	-	89597	91.044			94.67		
	6	86381	-	86381	87.776			91.49		
60min	1	88511	-	88511	89.941	90.33	1.85	94.44	94.99	1.73
	2	87638	-	87638	89.053			93.89		
	3	90794	-	90794	92.260			96.78		
	4	91025	-	91025	92.495			97.26		
	5	88333	-	88333	89.760			94.40		
	6	87086	-	87086	88.493			93.18		
90min	1	83257	-	83257	84.602	87.99	2.74	90.10	93.65	2.59
	2	84943	-	84943	86.315			92.15		
	3	89801	-	89801	91.251			96.79		
	4	88536	-	88536	89.966			95.76		
	5	86768	-	86768	88.169			93.80		
	6	86217	-	86217	87.610			93.28		
120min	1	85861	-	85861	87.248	88.47	2.05	93.68	95.11	1.91
	2	84920	-	84920	86.292			93.08		
	3	88709	-	88709	90.142			96.70		
	4	88916	-	88916	90.352			97.15		
	5	88318	-	88318	89.744			96.36		
	6	85637	-	85637	87.020			93.67		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	89049	-	89049	90.487	89.96	1.39	97.89	97.58	1.26
	2	87023	-	87023	88.429			96.18		
	3	89937	-	89937	91.390			98.95		
	4	89583	-	89583	91.030			98.83		
	5	87153	-	87153	88.561			96.17		
	6	88436	-	88436	89.864			97.48		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



玛巴洛沙韦片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.15	98104	97931	98231	97887	97911	98013	0.16
2	11.02	98504	98130				98317	0.27
单位质量响应值			RSD%		判断			
8790.40			8921.69		1.05 数据可信			

溶出曲线测定

玛巴洛沙韦片



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



中间条件6月-供试品溶液-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	28768	-	28768	29.170	22.26	28.67	29.17	22.26	28.67
	2	30377	-	30377	30.801			30.80		
	3	15142	-	15142	15.354			15.35		
	4	20518	-	20518	20.805			20.80		
	5	20375	-	20375	20.660			20.66		
	6	16516	-	16516	16.747			16.75		
10min	1	67055	-	67055	67.992	60.24	12.02	68.32	60.48	12.08
	2	64339	-	64339	65.238			65.58		
	3	47371	-	47371	48.033			48.20		
	4	62134	-	62134	63.002			63.23		
	5	60455	-	60455	61.300			61.53		
	6	55089	-	55089	55.859			56.04		
15min	1	82867	-	82867	84.025	79.56	5.16	85.10	80.48	5.27
	2	81838	-	81838	82.982			84.05		
	3	71819	-	71819	72.823			73.53		
	4	80155	-	80155	81.275			82.21		
	5	77169	-	77169	78.247			79.16		
	6	76933	-	76933	78.008			78.81		
20min	1	86649	-	86649	87.860	85.73	2.23	89.87	87.53	2.38
	2	86392	-	86392	87.599			89.59		
	3	81824	-	81824	82.967			84.48		
	4	84462	-	84462	85.642			87.48		
	5	83019	-	83019	84.179			85.96		
	6	84954	-	84954	86.141			87.81		
30min	1	90166	-	90166	91.426	89.29	2.39	94.42	92.04	2.44
	2	90283	-	90283	91.545			94.51		
	3	88816	-	88816	90.057			92.49		
	4	86038	-	86038	87.240			90.03		
	5	87795	-	87795	89.022			91.74		
	6	85230	-	85230	86.421			89.05		
45min	1	87865	-	87865	89.093	90.35	1.78	93.10	94.10	1.78
	2	92002	-	92002	93.288			97.27		
	3	89488	-	89488	90.738			94.17		
	4	89203	-	89203	90.449			94.20		
	5	87810	-	87810	89.037			92.74		
	6	88278	-	88278	89.512			93.10		
60min	1	89249	-	89249	90.496	90.40	1.20	95.49	95.14	1.29
	2	91032	-	91032	92.304			97.32		
	3	88788	-	88788	90.029			94.47		
	4	87777	-	87777	89.004			93.76		
	5	89236	-	89236	90.483			95.18		
	6	88819	-	88819	90.060			94.65		
90min	1	84666	-	84666	85.849	87.87	1.67	91.85	93.62	1.54
	2	88580	-	88580	89.818			95.86		
	3	87893	-	87893	89.121			94.57		
	4	86090	-	86090	87.293			93.04		
	5	85757	-	85757	86.955			92.65		
	6	86978	-	86978	88.193			93.78		
120min	1	86790	-	86790	88.003	88.59	1.36	94.96	95.32	1.35
	2	89248	-	89248	90.495			97.53		
	3	88194	-	88194	89.426			95.86		
	4	87315	-	87315	88.535			95.25		
	5	85970	-	85970	87.171			93.84		
	6	86674	-	86674	87.885			94.45		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	87799	-	87799	89.026	87.77	1.00	96.96	95.49	1.13
	2	87194	-	87194	88.412			96.46		
	3	86206	-	86206	87.411			94.84		
	4	86636	-	86636	87.847			95.55		
	5	86212	-	86212	87.417			95.05		
	6	85325	-	85325	86.517			94.06		



操作者: 谢超君

日期: 2025-12-24

复核者:

未审阅版本




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3098-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:10:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3099-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:13:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	98689	100.000	16088	2888	1.093	--
总计		98689	100.000	16088			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3100-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:16:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	98850	100.000	16075	2887	1.094	--
总计		98850	100.000	16075			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3101-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:20:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	98591	100.000	16080	2881	1.092	--
总计		98591	100.000	16080			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3102-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:23:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	98294	100.000	16087	2875	1.093	--
总计		98294	100.000	16087			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3103-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:27:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98110	100.000	16123	2877	1.091	--
总计		98110	100.000	16123			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3104-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:30:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	30046	100.000	5074	3043	1.081	--
总计		30046	100.000	5074			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3105-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:33:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.137	35878	100.000	6076	3046	1.075	--
总计		35878	100.000	6076			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3106-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:37:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	23982	100.000	4044	3025	1.087	--
总计		23982	100.000	4044			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3107-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:40:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	29856	100.000	5016	3025	1.076	--
总计		29856	100.000	5016			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3108-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:44:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	28149	100.000	4756	3046	1.075	--
总计		28149	100.000	4756			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3109-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:47:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	31965	100.000	5413	3021	1.070	--
总计		31965	100.000	5413			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3110-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:50:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	53303	100.000	8957	3020	1.080	--
总计		53303	100.000	8957			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3112-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 14:57:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	51768	100.000	8709	3031	1.079	--
总计		51768	100.000	8709			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3113-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:00:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	57077	100.000	9624	3036	1.076	--
总计		57077	100.000	9624			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3115-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:07:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:17:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	58814	100.000	9909	3032	1.075	--
总计		58814	100.000	9909			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3116-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:11:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	67472	100.000	11375	3036	1.078	--
总计		67472	100.000	11375			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3117-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:14:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	74771	100.000	12591	3027	1.080	--
总计		74771	100.000	12591			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3118-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:17:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	68534	100.000	11538	3026	1.079	--
总计		68534	100.000	11538			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3119-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:21:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	74127	100.000	12537	3038	1.078	--
总计		74127	100.000	12537			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3120-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:24:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	70279	100.000	11781	3020	1.075	--
总计		70279	100.000	11781			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3121-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:27:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	74291	100.000	12507	3039	1.078	--
总计		74291	100.000	12507			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3123-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:34:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	81335	100.000	13693	3025	1.075	--
总计		81335	100.000	13693			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3124-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:38:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	73522	100.000	12383	3020	1.075	--
总计		73522	100.000	12383			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3125-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:41:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	81111	100.000	13602	3021	1.079	--
总计		81111	100.000	13602			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3126-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:44:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	79934	100.000	13390	3018	1.083	--
总计		79934	100.000	13390			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3127-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:48:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	76638	100.000	12907	3027	1.081	--
总计		76638	100.000	12907			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3128-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:51:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	85365	100.000	14339	3018	1.081	--
总计		85365	100.000	14339			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3129-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:55:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	84013	100.000	14125	3024	1.081	--
总计		84013	100.000	14125			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3130-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 15:58:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	86620	100.000	14612	3038	1.078	--
总计		86620	100.000	14612			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3131-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:01:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	89681	100.000	15019	3021	1.079	--
总计		89681	100.000	15019			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3133-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:08:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	85343	100.000	14379	3029	1.078	--
总计		85343	100.000	14379			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3134-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:11:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	85764	100.000	14368	3011	1.080	--
总计		85764	100.000	14368			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3135-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:15:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	87150	100.000	14627	3025	1.081	--
总计		87150	100.000	14627			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3136-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:18:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:18:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	90760	100.000	15191	3014	1.082	--
总计		90760	100.000	15191			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3138-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:25:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	89513	100.000	15048	3020	1.080	--
总计		89513	100.000	15048			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3140-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:32:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	88628	100.000	14821	3012	1.084	--
总计		88628	100.000	14821			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3141-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:35:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	87228	100.000	14693	3020	1.081	--
总计		87228	100.000	14693			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3142-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:38:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	90904	100.000	15267	3022	1.081	--
总计		90904	100.000	15267			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3143-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:42:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	90559	100.000	15204	3019	1.082	--
总计		90559	100.000	15204			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3145-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:49:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	86474	100.000	14572	3017	1.079	--
总计		86474	100.000	14572			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3146-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:52:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	82943	100.000	13925	3025	1.083	--
总计		82943	100.000	13925			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3147-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:55:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	85070	100.000	14377	3061	1.077	--
总计		85070	100.000	14377			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3148-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 16:59:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	89745	100.000	15195	3058	1.077	--
总计		89745	100.000	15195			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3149-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:02:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	89215	100.000	14968	3029	1.084	--
总计		89215	100.000	14968			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3150-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:06:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	86224	100.000	14515	3032	1.080	--
总计		86224	100.000	14515			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3151-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:09:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	84388	100.000	14148	3024	1.083	--
总计		84388	100.000	14148			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3153-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:16:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	85081	100.000	14265	3010	1.079	--
总计		85081	100.000	14265			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3154-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:19:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	88668	100.000	14903	3025	1.082	--
总计		88668	100.000	14903			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3155-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:22:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	89073	100.000	15010	3029	1.078	--
总计		89073	100.000	15010			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3156-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:26:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	87023	100.000	14633	3025	1.080	--
总计		87023	100.000	14633			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3157-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:29:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:19:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	85422	100.000	14385	3029	1.082	--
总计		85422	100.000	14385			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3160-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:39:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	89653	100.000	15089	3026	1.080	--
总计		89653	100.000	15089			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3161-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:43:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	89266	100.000	15067	3037	1.077	--
总计		89266	100.000	15067			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3162-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:46:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	86679	100.000	14610	3032	1.077	--
总计		86679	100.000	14610			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3163-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:50:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	89128	100.000	15025	3030	1.084	--
总计		89128	100.000	15025			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3164-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 17:53:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	97850	100.000	16178	2895	1.091	--
总计		97850	100.000	16178			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3167-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:03:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	97908	100.000	16125	2888	1.094	--
总计		97908	100.000	16125			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3168-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:07:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	97655	100.000	16100	2883	1.090	--
总计		97655	100.000	16100			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3169-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:10:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98201	100.000	16106	2882	1.095	--
总计		98201	100.000	16106			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3170-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:13:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	97659	100.000	16083	2888	1.089	--
总计		97659	100.000	16083			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3172-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:20:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	29999	100.000	5088	3063	1.073	--
总计		29999	100.000	5088			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3173-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:24:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	36315	100.000	6147	3035	1.076	--
总计		36315	100.000	6147			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3174-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:27:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	23872	100.000	4061	3070	1.074	--
总计		23872	100.000	4061			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3175-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:30:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	29751	100.000	5032	3033	1.079	--
总计		29751	100.000	5032			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3176-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:34:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	27975	100.000	4786	3058	1.066	--
总计		27975	100.000	4786			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3177-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:37:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:20:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	31563	100.000	5358	3047	1.074	--
总计		31563	100.000	5358			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3179-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:44:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	63061	100.000	10647	3046	1.080	--
总计		63061	100.000	10647			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3180-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:47:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	50317	100.000	8537	3039	1.074	--
总计		50317	100.000	8537			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3181-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:51:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	57706	100.000	9762	3056	1.080	--
总计		57706	100.000	9762			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3183-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 18:58:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	57860	100.000	9791	3047	1.079	--
总计		57860	100.000	9791			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3184-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:01:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	67390	100.000	11361	3042	1.085	--
总计		67390	100.000	11361			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3185-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:04:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	76179	100.000	12820	3042	1.079	--
总计		76179	100.000	12820			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3186-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:08:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	68658	100.000	11645	3032	1.075	--
总计		68658	100.000	11645			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3187-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:11:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	73879	100.000	12489	3049	1.081	--
总计		73879	100.000	12489			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3188-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:15:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	70964	100.000	12020	3051	1.078	--
总计		70964	100.000	12020			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3189-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:18:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	73316	100.000	12406	3045	1.079	--
总计		73316	100.000	12406			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3190-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:21:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	76112	100.000	12876	3040	1.077	--
总计		76112	100.000	12876			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3191-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:25:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	81605	100.000	13729	3042	1.080	--
总计		81605	100.000	13729			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3192-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:28:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	79866	100.000	13491	3048	1.082	--
总计		79866	100.000	13491			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3193-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:32:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	81021	100.000	13708	3040	1.078	--
总计		81021	100.000	13708			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3194-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:35:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	80312	100.000	13539	3044	1.082	--
总计		80312	100.000	13539			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3195-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:38:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	80381	100.000	13526	3037	1.081	--
总计		80381	100.000	13526			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3196-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:42:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	86334	100.000	14590	3036	1.082	--
总计		86334	100.000	14590			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3197-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:45:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	84785	100.000	14229	3024	1.082	--
总计		84785	100.000	14229			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3198-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:49:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	86900	100.000	14639	3046	1.080	--
总计		86900	100.000	14639			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3199-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:52:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	90083	100.000	15179	3040	1.081	--
总计		90083	100.000	15179			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3200-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:55:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:21:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	86929	100.000	14677	3046	1.081	--
总计		86929	100.000	14677			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3201-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 19:59:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86056	100.000	14569	3059	1.080	--
总计		86056	100.000	14569			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3202-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:02:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	85031	100.000	14404	3027	1.079	--
总计		85031	100.000	14404			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3203-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:06:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	86814	100.000	14664	3033	1.078	--
总计		86814	100.000	14664			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3204-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:09:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	90424	100.000	15231	3041	1.079	--
总计		90424	100.000	15231			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3205-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:12:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	89770	100.000	15166	3035	1.082	--
总计		89770	100.000	15166			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3206-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:16:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	89597	100.000	15071	3034	1.079	--
总计		89597	100.000	15071			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3207-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:19:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86381	100.000	14558	3041	1.085	--
总计		86381	100.000	14558			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3208-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:23:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	88511	100.000	14909	3027	1.080	--
总计		88511	100.000	14909			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3209-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:26:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	87638	100.000	14687	3028	1.083	--
总计		87638	100.000	14687			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3210-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:29:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	90794	100.000	15334	3039	1.078	--
总计		90794	100.000	15334			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3211-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:33:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	91025	100.000	15326	3038	1.083	--
总计		91025	100.000	15326			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3212-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:36:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	88333	100.000	14848	3025	1.081	--
总计		88333	100.000	14848			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3213-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:40:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	87086	100.000	14690	3042	1.079	--
总计		87086	100.000	14690			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3214-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:43:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	83257	100.000	14037	3022	1.082	--
总计		83257	100.000	14037			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3216-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:50:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	89801	100.000	15270	3078	1.078	--
总计		89801	100.000	15270			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3217-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:53:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	88536	100.000	15058	3052	1.077	--
总计		88536	100.000	15058			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3218-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 20:57:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	86768	100.000	14635	3033	1.081	--
总计		86768	100.000	14635			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3219-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:00:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86217	100.000	14538	3053	1.081	--
总计		86217	100.000	14538			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3221-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:07:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:22:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	84920	100.000	14325	3034	1.079	--
总计		84920	100.000	14325			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3222-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:10:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	88709	100.000	14892	3032	1.086	--
总计		88709	100.000	14892			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3223-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:14:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	88916	100.000	15079	3048	1.072	--
总计		88916	100.000	15079			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3224-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:17:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	88318	100.000	14950	3055	1.077	--
总计		88318	100.000	14950			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3225-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:20:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	85637	100.000	14404	3029	1.083	--
总计		85637	100.000	14404			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3227-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:27:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	87023	100.000	14657	3041	1.080	--
总计		87023	100.000	14657			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3228-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:31:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	89937	100.000	15163	3035	1.080	--
总计		89937	100.000	15163			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3229-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:34:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	89583	100.000	15134	3039	1.079	--
总计		89583	100.000	15134			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3230-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:37:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	87153	100.000	14668	3034	1.081	--
总计		87153	100.000	14668			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3231-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:41:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	88436	100.000	14891	3035	1.083	--
总计		88436	100.000	14891			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3232-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:44:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	98229	100.000	16183	2883	1.093	--
总计		98229	100.000	16183			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3233-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:48:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	97971	100.000	16162	2893	1.093	--
总计		97971	100.000	16162			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3235-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:54:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	98104	100.000	16160	2893	1.089	--
总计		98104	100.000	16160			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3236-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 21:58:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	97931	100.000	16161	2893	1.091	--
总计		97931	100.000	16161			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3237-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:01:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98231	100.000	16178	2890	1.091	--
总计		98231	100.000	16178			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3238-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:05:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	97887	100.000	16145	2897	1.090	--
总计		97887	100.000	16145			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3239-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:08:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	97911	100.000	16167	2893	1.088	--
总计		97911	100.000	16167			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3240-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:11:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	28768	100.000	4852	3029	1.071	--
总计		28768	100.000	4852			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3241-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:15:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	30377	100.000	5112	3033	1.072	--
总计		30377	100.000	5112			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3242-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:18:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:23:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	15142	100.000	2573	3042	1.080	--
总计		15142	100.000	2573			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3243-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:21:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	20518	100.000	3449	3027	1.084	--
总计		20518	100.000	3449			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3244-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:25:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	20375	100.000	3431	3018	1.080	--
总计		20375	100.000	3431			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3245-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:28:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	16516	100.000	2791	3039	1.062	--
总计		16516	100.000	2791			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3246-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:32:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	67055	100.000	11308	3039	1.078	--
总计		67055	100.000	11308			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3247-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:35:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	64339	100.000	10844	3022	1.080	--
总计		64339	100.000	10844			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3249-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:42:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	62134	100.000	10481	3036	1.082	--
总计		62134	100.000	10481			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3250-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:45:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	60455	100.000	10186	3039	1.082	--
总计		60455	100.000	10186			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3251-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:49:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	55089	100.000	9335	3030	1.077	--
总计		55089	100.000	9335			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3252-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:52:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	82867	100.000	13947	3022	1.078	--
总计		82867	100.000	13947			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3253-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:55:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	81838	100.000	13740	3016	1.080	--
总计		81838	100.000	13740			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3254-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 22:59:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	71819	100.000	12057	3021	1.081	--
总计		71819	100.000	12057			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3255-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:02:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	80155	100.000	13495	3026	1.082	--
总计		80155	100.000	13495			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3256-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:05:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	77169	100.000	13004	3029	1.085	--
总计		77169	100.000	13004			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3257-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:09:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	76933	100.000	12917	3025	1.082	--
总计		76933	100.000	12917			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3258-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:12:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86649	100.000	14569	3032	1.081	--
总计		86649	100.000	14569			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3259-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:16:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	86392	100.000	14535	3025	1.081	--
总计		86392	100.000	14535			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3260-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:19:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	81824	100.000	13796	3031	1.081	--
总计		81824	100.000	13796			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3261-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:22:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	84462	100.000	14156	3028	1.081	--
总计		84462	100.000	14156			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3262-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:26:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:24:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	83019	100.000	14046	3044	1.081	--
总计		83019	100.000	14046			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3264-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:32:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	90166	100.000	15192	3051	1.077	--
总计		90166	100.000	15192			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3265-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:36:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	90283	100.000	15189	3018	1.083	--
总计		90283	100.000	15189			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3266-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:39:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	88816	100.000	14933	3028	1.083	--
总计		88816	100.000	14933			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3267-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:43:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86038	100.000	14494	3039	1.081	--
总计		86038	100.000	14494			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3268-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:46:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	87795	100.000	14847	3036	1.080	--
总计		87795	100.000	14847			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3269-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:49:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	85230	100.000	14352	3026	1.081	--
总计		85230	100.000	14352			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3270-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:53:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	87865	100.000	14787	3027	1.082	--
总计		87865	100.000	14787			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3271-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:56:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	92002	100.000	15447	3036	1.084	--
总计		92002	100.000	15447			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3272-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/17 23:59:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	89488	100.000	15033	3028	1.083	--
总计		89488	100.000	15033			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3273-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:03:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	89203	100.000	15041	3029	1.082	--
总计		89203	100.000	15041			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3274-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:06:38 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	87810	100.000	14792	3028	1.078	--
总计		87810	100.000	14792			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3275-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:10:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	88278	100.000	14863	3033	1.080	--
总计		88278	100.000	14863			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3277-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:16:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	91032	100.000	15368	3023	1.081	--
总计		91032	100.000	15368			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3282-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:33:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	84666	100.000	14284	3033	1.079	--
总计		84666	100.000	14284			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3283-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:36:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	88580	100.000	14938	3043	1.082	--
总计		88580	100.000	14938			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3285-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:43:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:25:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86090	100.000	14504	3031	1.081	--
总计		86090	100.000	14504			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3286-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:47:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	85757	100.000	14489	3035	1.079	--
总计		85757	100.000	14489			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3287-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:50:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	86978	100.000	14643	3035	1.080	--
总计		86978	100.000	14643			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3288-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:53:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	86790	100.000	14668	3048	1.078	--
总计		86790	100.000	14668			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3289-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 00:57:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	89248	100.000	15074	3047	1.078	--
总计		89248	100.000	15074			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3290-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:00:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	88194	100.000	14851	3039	1.082	--
总计		88194	100.000	14851			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3291-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:04:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	87315	100.000	14754	3039	1.080	--
总计		87315	100.000	14754			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3292-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:07:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	85970	100.000	14550	3055	1.079	--
总计		85970	100.000	14550			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3293-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:10:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	86674	100.000	14643	3032	1.080	--
总计		86674	100.000	14643			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3294-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:14:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	87799	100.000	14772	3033	1.081	--
总计		87799	100.000	14772			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片1
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3295-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:17:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	87194	100.000	14719	3042	1.082	--
总计		87194	100.000	14719			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片2
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3297-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:24:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	86636	100.000	14579	3041	1.080	--
总计		86636	100.000	14579			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片4
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3298-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:27:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	86212	100.000	14542	3045	1.083	--
总计		86212	100.000	14542			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-
 片5
 供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3299-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:31:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	85325	100.000	14385	3044	1.082	--
总计		85325	100.000	14385			




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3300-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:34:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	98504	100.000	16220	2894	1.092	--
总计		98504	100.000	16220			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 35°C 波长: 259nm
 数据文件名:
 RC\$QTL-4125 - 0-90/11-3301-2 - cbzj-B0012N01p-rcqx-zj6y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20251217-rc-FX260.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/18 01:38:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2025/12/18 09:26:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	98130	100.000	16203	2908	1.091	--
总计		98130	100.000	16203			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2