玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	98669	98244	98242	98330	98109	98319	0.22
2	11.02	98359	98458				98408	0.08

单位质量响应值		RSD%	判断
8817.85	8929.95	0.90	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

加速6月-供试品溶液-2025051221批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	17620	-	17620	17.830	17.66	24.78	17.83	17.66	24.77
	2	15968	-	15968	16.158			16.16		
	3	25861	-	25861	26.169			26.17		
	4	16075	-	16075	16.267			16.27		
	5	13524	-	13524	13.685			13.69		
	6	15664	-	15664	15.851			15.85		
10min	1	31773	-	31773	32.152	31.56	10.37	32.35	31.76	10.46
	2	30930	-	30930	31.299			31.48		
	3	36852	-	36852	37.291			37.58		
	4	31332	-	31332	31.705			31.89		
	5	27405	-	27405	27.732			27.88		
	6	28845	-	28845	29.189			29.36		
15min	1	37517	-	37517	37.964	38.33	5.29	38.52	38.88	5.42
	2	36959	-	36959	37.399			37.93		
	3	41591	-	41591	42.087			42.79		
	4	38501	-	38501	38.960			39.49		
	5	35990	-	35990	36.419			36.88		
	6	36736	-	36736	37.174			37.67		
20min	1	42155	-	42155	42.657	42.31	3.38	43.63	43.28	3.53
	2	41719	-	41719	42.216			43.16		
	3	44164	-	44164	44.690			45.86		
	4	42114	-	42114	42.616			43.58		
	5	40461	-	40461	40.943			41.81		
	6	40262	-	40262	40.742			41.66		
30min	1	43264	-	43264	43.780	45.87	3.04	45.23	47.31	3.08
	2	45452	-	45452	45.994			47.41		
	3	46714	-	46714	47.271			48.94		
	4	46542	-	46542	47.097			48.54		
	5	44106	-	44106	44.632			45.95		
	6	45883	-	45883	46.430			47.80		
45min	1	48814	-	48814	49.396	48.69	1.13	51.33	50.64	1.15
	2	47419	-	47419	47.984			49.91		
	3	48350	-	48350	48.926			51.12		
	4	47976	-	47976	48.548			50.51		
	5	48531	-	48531	49.109			50.93		
	6	47610	-	47610	48.177			50.06		
60min	1	49536	-	49536	50.126	50.05	0.50	52.61	52.55	0.69
	2	49187	-	49187	49.773			52.23		
	3	49814	-	49814	50.408			53.15		
	4	49642	-	49642	50.234			52.74		
	5	49359	-	49359	49.947			52.31		
	6	49236	-	49236	49.823			52.24		
90min	1	49299	-	49299	49.887	50.98	1.63	52.93	54.02	1.55
	2	49762	-	49762	50.355			53.36		
	3	50269	-	50269	50.868			54.17		
	4	51676	-	51676	52.292			55.35		
	5	50560	-	50560	51.163			54.08		
	6	50688	-	50688	51.292			54.26		
120min	1	51650	-	51650	52.266	52.03	0.58	55.86	55.64	0.44
	2	51350	-	51350	51.962			55.53		
	3	50957	-	50957	51.564			55.43		
	4	51476	-	51476	52.090			55.73		
	5	51257	-	51257	51.868			55.35		
	6	51785	-	51785	52.402			55.94		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	52416	-	52416	53.041	51.81	1.46	57.22	56.01	1.38
	2	50945	-	50945	51.552			55.70		
	3	50850	-	50850	51.456			55.89		
	4	51390	-	51390	52.002			56.22		
	5	50191	-	50191	50.789			54.85		
	6	51423	-	51423	52.036			56.16		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	98489	98427	98617	98278	98199	98402	0.17
2	11.02	98505	98654				98580	0.11

单位质量响应值		RSD%	判断
8825.29	8945.55	0.96	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

加速6月-供试品溶液-2025051221批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	16170	-	16170	16.342	17.57	24.49	16.34	17.57	24.50
	2	15876	-	15876	16.044			16.04		
	3	15670	-	15670	15.836			15.84		
	4	17596	-	17596	17.783			17.78		
	5	25625	-	25625	25.897			25.90		
	6	13387	-	13387	13.529			13.53		
10min	1	31420	-	31420	31.753	31.55	9.53	31.93	31.75	9.62
	2	30921	-	30921	31.249			31.43		
	3	29241	-	29241	29.551			29.73		
	4	31740	-	31740	32.077			32.27		
	5	36408	-	36408	36.794			37.08		
	6	27611	-	27611	27.904			28.05		
15min	1	38541	-	38541	38.950	38.26	5.13	39.48	38.81	5.26
	2	37000	-	37000	37.393			37.92		
	3	36515	-	36515	36.902			37.41		
	4	37527	-	37527	37.925			38.48		
	5	41439	-	41439	41.879			42.58		
	6	36156	-	36156	36.540			37.00		
20min	1	42278	-	42278	42.727	42.30	2.90	43.69	43.27	3.06
	2	41664	-	41664	42.106			43.05		
	3	40573	-	40573	41.004			41.92		
	4	42278	-	42278	42.727			43.70		
	5	43766	-	43766	44.230			45.39		
	6	40560	-	40560	40.990			41.86		
30min	1	46225	-	46225	46.716	45.56	3.22	48.16	47.00	3.24
	2	45402	-	45402	45.884			47.29		
	3	46016	-	46016	46.504			47.87		
	4	43178	-	43178	43.636			45.09		
	5	46315	-	46315	46.806			48.46		
	6	43326	-	43326	43.786			45.11		
45min	1	48347	-	48347	48.860	48.64	1.06	50.82	50.59	1.11
	2	47471	-	47471	47.975			49.89		
	3	47498	-	47498	48.002			49.89		
	4	48585	-	48585	49.101			51.04		
	5	48445	-	48445	48.959			51.13		
	6	48442	-	48442	48.956			50.76		
60min	1	49805	-	49805	50.334	50.11	0.41	52.84	52.60	0.56
	2	49346	-	49346	49.870			52.32		
	3	49389	-	49389	49.913			52.33		
	4	49749	-	49749	50.277			52.76		
	5	49727	-	49727	50.255			52.97		
	6	49497	-	49497	50.022			52.37		
90min	1	51375	-	51375	51.920	50.83	1.58	54.98	53.88	1.47
	2	49698	-	49698	50.225			53.23		
	3	50758	-	50758	51.297			54.27		
	4	49198	-	49198	49.720			52.76		
	5	50079	-	50079	50.610			53.89		
	6	50693	-	50693	51.231			54.14		
120min	1	51619	-	51619	52.167	52.00	0.55	55.81	55.60	0.43
	2	51498	-	51498	52.044			55.61		
	3	51101	-	51101	51.643			55.19		
	4	51492	-	51492	52.038			55.63		
	5	51152	-	51152	51.695			55.53		
	6	51833	-	51833	52.383			55.86		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	52102	-	52102	52.655	51.66	1.05	56.87	55.84	0.99
	2	50851	-	50851	51.391			55.53		
	3	50671	-	50671	51.209			55.33		
	4	50832	-	50832	51.371			55.54		
	5	50878	-	50878	51.418			55.83		
	6	51355	-	51355	51.900			55.96		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	98243	98239	98124	98143	98151	98180	0.06
2	11.02	98337	98292				98314	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
8805.38	8921.42	0.93	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

加速6月-供试品溶液-2025051321批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	25390	-	25390	25.723	18.68	19.40	25.72	18.68	19.41
	2	16488	-	16488	16.704			16.70		
	3	17618	-	17618	17.849			17.85		
	4	16573	-	16573	16.790			16.79		
	5	15699	-	15699	15.905			15.90		
	6	18876	-	18876	19.124			19.12		
10min	1	36095	-	36095	36.569	31.95	8.60	36.85	32.16	8.66
	2	31950	-	31950	32.369			32.55		
	3	30009	-	30009	30.403			30.60		
	4	29221	-	29221	29.604			29.79		
	5	29045	-	29045	29.426			29.60		
	6	32920	-	32920	33.352			33.56		
15min	1	39978	-	39978	40.503	38.37	3.12	41.19	38.94	3.24
	2	38019	-	38019	38.518			39.06		
	3	37110	-	37110	37.597			38.13		
	4	37003	-	37003	37.488			38.00		
	5	36878	-	36878	37.362			37.87		
	6	38277	-	38277	38.779			39.36		
20min	1	43223	-	43223	43.790	42.22	3.05	44.93	43.21	3.11
	2	41782	-	41782	42.330			43.30		
	3	42898	-	42898	43.461			44.41		
	4	40519	-	40519	41.051			41.98		
	5	40004	-	40004	40.529			41.45		
	6	41642	-	41642	42.188			43.20		
30min	1	44203	-	44203	44.783	45.32	2.03	46.41	46.78	2.01
	2	45353	-	45353	45.948			47.39		
	3	44811	-	44811	45.399			46.84		
	4	44467	-	44467	45.050			46.44		
	5	43489	-	43489	44.060			45.43		
	6	46087	-	46087	46.692			48.17		
45min	1	47590	-	47590	48.214	48.26	0.80	50.34	50.22	0.77
	2	47342	-	47342	47.963			49.92		
	3	48117	-	48117	48.748			50.69		
	4	48088	-	48088	48.719			50.61		
	5	47250	-	47250	47.870			49.73		
	6	47441	-	47441	48.063			50.06		
60min	1	49560	-	49560	50.210	50.05	0.83	52.87	52.54	0.87
	2	49665	-	49665	50.317			52.80		
	3	49535	-	49535	50.185			52.67		
	4	49758	-	49758	50.411			52.84		
	5	48652	-	48652	49.290			51.68		
	6	49232	-	49232	49.878			52.41		
90min	1	48123	-	48123	48.754	50.23	1.80	51.97	53.29	1.57
	2	48970	-	48970	49.612			52.66		
	3	50067	-	50067	50.724			53.76		
	4	50613	-	50613	51.277			54.27		
	5	49793	-	49793	50.446			53.38		
	6	49937	-	49937	50.592			53.68		
120min	1	51006	-	51006	51.675	51.36	0.85	55.44	54.97	0.82
	2	50332	-	50332	50.992			54.59		
	3	51194	-	51194	51.866			55.47		
	4	50863	-	50863	51.530			55.09		
	5	50712	-	50712	51.377			54.88		
	6	50053	-	50053	50.710			54.36		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2025-12-24

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	50696	-	50696	51.361	51.47	0.65	55.70	55.66	0.54
	2	50697	-	50697	51.362			55.53		
	3	50881	-	50881	51.549			55.73		
	4	50454	-	50454	51.116			55.25		
	5	51415	-	51415	52.090			56.16		
	6	50700	-	50700	51.365			55.58		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	98441	98691	98850	98685	98706	98675	0.15
2	11.02	98603	98853				98728	0.18

单位质量响应值		RSD%	判断
8849.78	8958.98	0.87	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

加速6月-供试品溶液-2025051321批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	17716	-	17716	17.866	18.51	20.77	17.87	18.52	20.78
	2	18720	-	18720	18.878			18.88		
	3	25758	-	25758	25.976			25.98		
	4	16450	-	16450	16.589			16.59		
	5	15477	-	15477	15.608			15.61		
	6	16027	-	16027	16.162			16.16		
10min	1	30250	-	30250	30.506	31.70	8.21	30.70	31.90	8.28
	2	32613	-	32613	32.889			33.10		
	3	35930	-	35930	36.234			36.52		
	4	29252	-	29252	29.499			29.68		
	5	29088	-	29088	29.334			29.51		
	6	31444	-	31444	31.710			31.89		
15min	1	37216	-	37216	37.531	38.03	2.78	38.07	38.59	2.90
	2	37885	-	37885	38.205			38.78		
	3	39323	-	39323	39.655			40.35		
	4	36929	-	36929	37.241			37.75		
	5	36493	-	36493	36.801			37.30		
	6	38427	-	38427	38.752			39.28		
20min	1	41900	-	41900	42.254	41.87	2.66	43.21	42.85	2.77
	2	41816	-	41816	42.169			43.17		
	3	43216	-	43216	43.581			44.71		
	4	40578	-	40578	40.921			41.85		
	5	40085	-	40085	40.424			41.33		
	6	41511	-	41511	41.862			42.82		
30min	1	44811	-	44811	45.190	44.98	1.22	46.61	46.43	1.21
	2	45474	-	45474	45.858			47.33		
	3	44195	-	44195	44.569			46.18		
	4	44596	-	44596	44.973			46.35		
	5	43898	-	43898	44.269			45.63		
	6	44667	-	44667	45.045			46.47		
45min	1	47602	-	47602	48.004	48.01	1.20	49.93	49.95	1.27
	2	47454	-	47454	47.855			49.83		
	3	48442	-	48442	48.851			50.96		
	4	48040	-	48040	48.446			50.33		
	5	47250	-	47250	47.649			49.50		
	6	46841	-	46841	47.237			49.17		
60min	1	48459	-	48459	48.869	49.61	1.36	51.33	52.10	1.36
	2	49205	-	49205	49.621			52.13		
	3	49494	-	49494	49.912			52.57		
	4	49786	-	49786	50.207			52.63		
	5	48341	-	48341	48.750			51.13		
	6	49907	-	49907	50.329			52.78		
90min	1	50806	-	50806	51.235	50.17	2.05	54.24	53.20	1.81
	2	49953	-	49953	50.375			53.44		
	3	48250	-	48250	48.658			51.87		
	4	50750	-	50750	51.179			54.16		
	5	49842	-	49842	50.263			53.18		
	6	48888	-	48888	49.301			52.31		
120min	1	50950	-	50950	51.381	51.05	0.91	54.95	54.64	0.98
	2	50448	-	50448	50.874			54.49		
	3	51345	-	51345	51.779			55.53		
	4	50545	-	50545	50.972			54.52		
	5	50417	-	50417	50.843			54.32		
	6	50040	-	50040	50.463			54.02		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	50862	-	50862	51.292	51.02	0.72	55.43	55.17	0.81
	2	50418	-	50418	50.844			55.03		
	3	51204	-	51204	51.637			55.96		
	4	50298	-	50298	50.723			54.83		
	5	50438	-	50438	50.864			54.91		
	6	50334	-	50334	50.759			54.88		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	97317	97393	97070	97179	97496	97291	0.18
2	11.02	97531	97281				97406	0.19

单位质量响应值		RSD%	判断
8725.65	8839.02	0.92	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

加速6月-供试品溶液-2025051421批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	18671	-	18671	19.091	18.65	11.45	19.09	18.65	11.45
	2	16337	-	16337	16.704			16.70		
	3	15748	-	15748	16.102			16.10		
	4	19292	-	19292	19.725			19.73		
	5	21490	-	21490	21.973			21.97		
	6	17927	-	17927	18.330			18.33		
10min	1	31202	-	31202	31.903	31.13	5.68	32.12	31.34	5.70
	2	28050	-	28050	28.680			28.87		
	3	28516	-	28516	29.157			29.34		
	4	31657	-	31657	32.368			32.59		
	5	32181	-	32181	32.904			33.15		
	6	31072	-	31072	31.770			31.97		
15min	1	37951	-	37951	38.804	37.57	3.25	39.37	38.12	3.31
	2	35649	-	35649	36.450			36.95		
	3	35203	-	35203	35.994			36.50		
	4	37235	-	37235	38.072			38.65		
	5	38058	-	38058	38.913			39.52		
	6	36383	-	36383	37.201			37.76		
20min	1	41345	-	41345	42.274	41.78	3.00	43.27	42.76	3.01
	2	39280	-	39280	40.163			41.07		
	3	39887	-	39887	40.783			41.69		
	4	40561	-	40561	41.472			42.47		
	5	41426	-	41426	42.357			43.40		
	6	42700	-	42700	43.659			44.63		
30min	1	44522	-	44522	45.522	45.94	2.10	46.99	47.37	2.13
	2	44243	-	44243	45.237			46.59		
	3	43745	-	43745	44.728			46.08		
	4	45542	-	45542	46.565			48.03		
	5	45188	-	45188	46.203			47.72		
	6	46326	-	46326	47.367			48.82		
45min	1	46966	-	46966	48.021	48.45	0.57	49.99	50.40	0.50
	2	47402	-	47402	48.467			50.33		
	3	47676	-	47676	48.747			50.60		
	4	47570	-	47570	48.639			50.62		
	5	47191	-	47191	48.251			50.28		
	6	47528	-	47528	48.596			50.58		
60min	1	47825	-	47825	48.900	49.81	1.26	51.41	52.30	1.21
	2	48391	-	48391	49.478			51.88		
	3	49155	-	49155	50.260			52.65		
	4	49432	-	49432	50.543			53.06		
	5	49111	-	49111	50.215			52.78		
	6	48384	-	48384	49.471			51.99		
90min	1	48043	-	48043	49.123	50.33	1.47	52.17	53.36	1.40
	2	49416	-	49416	50.526			53.47		
	3	49096	-	49096	50.199			53.15		
	4	50148	-	50148	51.275			54.36		
	5	48934	-	48934	50.034			53.15		
	6	49685	-	49685	50.801			53.87		
120min	1	49239	-	49239	50.345	51.15	1.31	53.94	54.75	1.22
	2	50599	-	50599	51.736			55.24		
	3	49770	-	49770	50.888			54.40		
	4	49560	-	49560	50.674			54.33		
	5	50022	-	50022	51.146			54.82		
	6	50980	-	50980	52.126			55.76		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	49683	-	49683	50.799	51.54	1.04	54.95	55.70	1.05
	2	50340	-	50340	51.471			55.55		
	3	50016	-	50016	51.140			55.22		
	4	50771	-	50771	51.912			56.13		
	5	51137	-	51137	52.286			56.53		
	6	50477	-	50477	51.611			55.83		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	0
对照品批号	DQTL-4125-250109	对照品来源	工作对照品	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.77	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	96883	97020	97300	97187	97592	97196	0.29
2	11.02	97456	97066				97261	0.29

单位质量响应值		RSD%	判断
8717.13	8825.86	0.88	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

加速6月-供试品溶液-2025051421批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	15345	-	15345	15.709	18.40	11.31	15.71	18.40	11.31
	2	20241	-	20241	20.721			20.72		
	3	15694	-	15694	16.066			16.07		
	4	18183	-	18183	18.614			18.61		
	5	18704	-	18704	19.148			19.15		
	6	19650	-	19650	20.116			20.12		
10min	1	28037	-	28037	28.702	30.98	5.55	28.88	31.19	5.59
	2	31650	-	31650	32.401			32.63		
	3	28224	-	28224	28.894			29.07		
	4	31318	-	31318	32.061			32.27		
	5	30845	-	30845	31.577			31.79		
	6	31527	-	31527	32.275			32.50		
15min	1	35720	-	35720	36.568	37.82	2.61	37.06	38.37	2.67
	2	37976	-	37976	38.877			39.47		
	3	35993	-	35993	36.847			37.35		
	4	36649	-	36649	37.519			38.08		
	5	37820	-	37820	38.717			39.28		
	6	37498	-	37498	38.388			38.97		
20min	1	40598	-	40598	41.561	41.58	2.42	42.46	42.55	2.39
	2	40046	-	40046	40.996			42.02		
	3	39337	-	39337	40.270			41.18		
	4	42290	-	42290	43.294			44.27		
	5	40678	-	40678	41.643			42.64		
	6	40762	-	40762	41.729			42.74		
30min	1	41706	-	41706	42.696	45.56	3.62	44.06	46.99	3.59
	2	44673	-	44673	45.733			47.21		
	3	44286	-	44286	45.337			46.69		
	4	46391	-	46391	47.492			48.95		
	5	44256	-	44256	45.306			46.76		
	6	45690	-	45690	46.774			48.25		
45min	1	47062	-	47062	48.179	48.10	0.62	50.01	50.04	0.61
	2	47338	-	47338	48.461			50.45		
	3	46903	-	46903	48.016			49.88		
	4	47103	-	47103	48.221			50.21		
	5	47052	-	47052	48.169			50.13		
	6	46479	-	46479	47.582			49.57		
60min	1	46669	-	46669	47.776	48.23	1.51	50.15	50.70	1.54
	2	47445	-	47445	48.571			51.10		
	3	46125	-	46125	47.220			49.61		
	4	47821	-	47821	48.956			51.48		
	5	47885	-	47885	49.021			51.52		
	6	46729	-	46729	47.838			50.36		
90min	1	49800	-	49800	50.982	50.90	3.57	53.88	53.91	3.38
	2	48886	-	48886	50.046			53.11		
	3	49613	-	49613	50.790			53.71		
	4	49392	-	49392	50.564			53.63		
	5	47650	-	47650	48.781			51.82		
	6	52983	-	52983	54.240			57.29		
120min	1	49215	-	49215	50.383	49.68	7.16	53.85	53.25	6.78
	2	49893	-	49893	51.077			54.70		
	3	41572	-	41572	42.559			46.04		
	4	49320	-	49320	50.490			54.12		
	5	50102	-	50102	51.291			54.87		
	6	51067	-	51067	52.279			55.93		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	49414	-	49414	50.587	51.62	1.28	54.62	55.75	1.35
	2	50872	-	50872	52.079			56.27		
	3	49873	-	49873	51.056			55.01		
	4	50656	-	50656	51.858			56.05		
	5	51097	-	51097	52.310			56.46		
	6	50632	-	50632	51.834			56.07		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-12-24

复核者:

日　期:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1602-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:05:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:22:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1603-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:08:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98669	100.000	15772	2836	1.054	--
总计		98669	100.000	15772			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1604-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 11:12:03
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98244	100.000	15763	2851	1.053	--
总计		98244	100.000	15763			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1605-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:15:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98242	100.000	15737	2846	1.053	--
总计		98242	100.000	15737			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1606-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:18:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98330	100.000	15738	2847	1.052	--
总计		98330	100.000	15738			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1607-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:22:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98109	100.000	15710	2843	1.053	--
总计		98109	100.000	15710			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1608-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:25:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	17620	100.000	2898	2986	1.051	--
总计		17620	100.000	2898			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1609-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:29:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	15968	100.000	2633	3019	1.057	--
总计		15968	100.000	2633			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1610-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:32:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	25861	100.000	4263	2973	1.049	--
总计		25861	100.000	4263			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1611-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:35:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	16075	100.000	2678	3043	1.051	--
总计		16075	100.000	2678			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1612-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:39:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	13524	100.000	2215	2985	1.034	--
总计		13524	100.000	2215			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1613-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:42:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	15664	100.000	2578	3028	1.050	--
总计		15664	100.000	2578			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1614-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:45:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	31773	100.000	5221	2986	1.048	--
总计		31773	100.000	5221			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1615-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:49:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	30930	100.000	5076	2968	1.049	--
总计		30930	100.000	5076			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1616-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:52:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	36852	100.000	6063	2984	1.045	--
总计		36852	100.000	6063			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1617-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:56:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	31332	100.000	5164	2991	1.051	--
总计		31332	100.000	5164			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1618-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 11:59:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	27405	100.000	4525	3007	1.051	--
总计		27405	100.000	4525			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1619-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:02:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	28845	100.000	4783	2999	1.054	--
总计		28845	100.000	4783			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1620-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:06:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	37517	100.000	6190	2997	1.054	--
总计		37517	100.000	6190			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1621-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:09:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	36959	100.000	6085	2985	1.048	--
总计		36959	100.000	6085			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1622-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:12:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	41591	100.000	6849	2994	1.054	--
总计		41591	100.000	6849			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1623-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:16:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:23:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	38501	100.000	6338	2986	1.046	--
总计		38501	100.000	6338			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1624-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:19:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	35990	100.000	5936	2998	1.053	--
总计		35990	100.000	5936			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1625-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:23:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	36736	100.000	6067	2995	1.047	--
总计		36736	100.000	6067			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1626-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:26:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	42155	100.000	6957	3005	1.053	--
总计		42155	100.000	6957			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1627-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:29:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	41719	100.000	6862	2975	1.050	--
总计		41719	100.000	6862			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1628-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:33:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	44164	100.000	7245	2982	1.051	--
总计		44164	100.000	7245			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1629-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:36:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	42114	100.000	6951	3002	1.053	--
总计		42114	100.000	6951			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1630-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:39:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	40461	100.000	6683	2999	1.054	--
总计		40461	100.000	6683			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1631-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:43:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	40262	100.000	6657	2996	1.050	--
总计		40262	100.000	6657			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1632-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:46:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	43264	100.000	7160	3018	1.054	--
总计		43264	100.000	7160			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1633-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:50:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	45452	100.000	7532	3018	1.054	--
总计		45452	100.000	7532			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1634-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:53:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	46714	100.000	7692	3006	1.051	--
总计		46714	100.000	7692			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1635-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 12:56:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	46542	100.000	7694	3017	1.043	--
总计		46542	100.000	7694			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1636-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:00:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	44106	100.000	7288	3008	1.047	--
总计		44106	100.000	7288			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1637-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:03:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	45883	100.000	7571	3005	1.051	--
总计		45883	100.000	7571			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1638-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:07:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	48814	100.000	8068	3035	1.047	--
总计		48814	100.000	8068			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1639-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:10:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	47419	100.000	7816	3007	1.050	--
总计		47419	100.000	7816			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1640-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:13:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	48350	100.000	8006	3028	1.050	--
总计		48350	100.000	8006			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1641-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:17:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	47976	100.000	7948	3023	1.050	--
总计		47976	100.000	7948			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1642-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:20:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	48531	100.000	7998	3005	1.054	--
总计		48531	100.000	7998			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1643-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:23:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	47610	100.000	7822	2988	1.056	--
总计		47610	100.000	7822			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1644-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:27:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:24:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49536	100.000	8159	3014	1.049	--
总计		49536	100.000	8159			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1645-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:30:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49187	100.000	8093	2997	1.054	--
总计		49187	100.000	8093			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1646-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:34:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49814	100.000	8224	3023	1.049	--
总计		49814	100.000	8224			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1647-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:37:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49642	100.000	8196	3007	1.048	--
总计		49642	100.000	8196			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1648-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:40:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49359	100.000	8123	3000	1.046	--
总计		49359	100.000	8123			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1649-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:44:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49236	100.000	8129	3021	1.053	--
总计		49236	100.000	8129			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1650-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:47:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49299	100.000	8099	3000	1.053	--
总计		49299	100.000	8099			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1651-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:50:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	49762	100.000	8209	3003	1.051	--
总计		49762	100.000	8209			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1652-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:54:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50269	100.000	8246	2980	1.050	--
总计		50269	100.000	8246			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1653-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 13:57:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51676	100.000	8491	2995	1.045	--
总计		51676	100.000	8491			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1654-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:01:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50560	100.000	8328	2991	1.050	--
总计		50560	100.000	8328			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1655-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:04:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50688	100.000	8380	3004	1.049	--
总计		50688	100.000	8380			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1656-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:07:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51650	100.000	8516	3005	1.053	--
总计		51650	100.000	8516			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1657-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:11:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51350	100.000	8449	2994	1.053	--
总计		51350	100.000	8449			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1658-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:14:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50957	100.000	8401	3003	1.049	--
总计		50957	100.000	8401			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1659-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:18:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51476	100.000	8491	2999	1.050	--
总计		51476	100.000	8491			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1660-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:21:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51257	100.000	8464	3015	1.053	--
总计		51257	100.000	8464			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1661-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:24:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	51785	100.000	8545	3007	1.046	--
总计		51785	100.000	8545			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1662-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:28:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	52416	100.000	8633	3003	1.049	--
总计		52416	100.000	8633			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1663-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:31:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50945	100.000	8393	3000	1.054	--
总计		50945	100.000	8393			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1664-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:35:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50850	100.000	8397	3022	1.051	--
总计		50850	100.000	8397			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1665-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:38:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51390	100.000	8468	3007	1.049	--
总计		51390	100.000	8468			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1666-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:41:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:25:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50191	100.000	8297	3021	1.047	--
总计		50191	100.000	8297			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1667-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:45:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51423	100.000	8494	3011	1.049	--
总计		51423	100.000	8494			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1668-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:48:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98359	100.000	15770	2849	1.055	--
总计		98359	100.000	15770			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1669-2 - zzp-2025051221p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 14:51:59
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98458	100.000	15769	2855	1.052	--
总计		98458	100.000	15769			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1670-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 14:55:24
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1671-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 14:58:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98489	100.000	15791	2855	1.055	--
总计		98489	100.000	15791			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1672-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:02:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98427	100.000	15797	2857	1.054	--
总计		98427	100.000	15797			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1673-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:05:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98617	100.000	15804	2857	1.054	--
总计		98617	100.000	15804			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1674-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:09:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98278	100.000	15751	2850	1.054	--
总计		98278	100.000	15751			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1675-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:12:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98199	100.000	15740	2855	1.053	--
总计		98199	100.000	15740			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1676-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:15:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	16170	100.000	2695	3006	1.049	--
总计		16170	100.000	2695			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1677-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:19:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	15876	100.000	2626	3027	1.060	--
总计		15876	100.000	2626			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1678-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:22:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	15670	100.000	2590	2992	1.042	--
总计		15670	100.000	2590			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1679-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:26:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	17596	100.000	2909	2998	1.046	--
总计		17596	100.000	2909			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1680-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:29:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	25625	100.000	4194	3005	1.043	--
总计		25625	100.000	4194			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1681-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:32:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	13387	100.000	2215	3016	1.050	--
总计		13387	100.000	2215			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1682-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:36:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	31420	100.000	5162	2997	1.054	--
总计		31420	100.000	5162			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1683-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:39:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	30921	100.000	5108	3015	1.052	--
总计		30921	100.000	5108			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1684-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:43:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	29241	100.000	4811	2990	1.046	--
总计		29241	100.000	4811			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1685-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:46:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	31740	100.000	5244	3003	1.052	--
总计		31740	100.000	5244			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1686-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:49:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	36408	100.000	5985	2998	1.045	--
总计		36408	100.000	5985			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1687-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:53:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:26:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	27611	100.000	4550	3002	1.046	--
总计		27611	100.000	4550			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1688-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 15:56:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	38541	100.000	6362	3003	1.053	--
总计		38541	100.000	6362			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1689-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:00:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	37000	100.000	6090	2997	1.044	--
总计		37000	100.000	6090			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1690-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:03:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	36515	100.000	6007	2996	1.045	--
总计		36515	100.000	6007			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1691-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:06:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	37527	100.000	6179	2985	1.047	--
总计		37527	100.000	6179			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1692-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:10:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	41439	100.000	6803	2997	1.056	--
总计		41439	100.000	6803			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1693-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:13:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	36156	100.000	5966	3007	1.049	--
总计		36156	100.000	5966			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1694-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:17:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	42278	100.000	6968	3015	1.049	--
总计		42278	100.000	6968			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1695-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:20:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	41664	100.000	6864	2995	1.048	--
总计		41664	100.000	6864			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1696-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:23:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	40573	100.000	6664	2992	1.049	--
总计		40573	100.000	6664			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1697-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:27:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	42278	100.000	6962	2999	1.052	--
总计		42278	100.000	6962			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1698-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:30:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	43766	100.000	7216	3013	1.053	--
总计		43766	100.000	7216			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1699-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:34:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	40560	100.000	6661	3000	1.049	--
总计		40560	100.000	6661			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1700-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:37:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	46225	100.000	7616	3008	1.051	--
总计		46225	100.000	7616			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1701-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:40:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	45402	100.000	7496	3029	1.049	--
总计		45402	100.000	7496			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1702-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 16:44:24
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	46016	100.000	7610	3031	1.055	--
总计		46016	100.000	7610			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1703-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:47:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	43178	100.000	7149	3028	1.048	--
总计		43178	100.000	7149			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1704-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:51:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	46315	100.000	7650	3015	1.045	--
总计		46315	100.000	7650			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1705-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:54:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	43326	100.000	7163	3038	1.047	--
总计		43326	100.000	7163			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1706-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 16:58:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	48347	100.000	7939	3005	1.049	--
总计		48347	100.000	7939			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1707-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:01:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	47471	100.000	7853	3018	1.049	--
总计		47471	100.000	7853			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1708-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:04:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	47498	100.000	7840	3014	1.042	--
总计		47498	100.000	7840			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1709-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:08:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:27:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	48585	100.000	8041	3035	1.049	--
总计		48585	100.000	8041			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1710-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:11:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	48445	100.000	8018	3027	1.049	--
总计		48445	100.000	8018			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1711-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:15:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	48442	100.000	7974	3002	1.049	--
总计		48442	100.000	7974			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1712-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:18:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49805	100.000	8219	3005	1.051	--
总计		49805	100.000	8219			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1713-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:21:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49346	100.000	8166	3027	1.046	--
总计		49346	100.000	8166			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1714-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:25:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49389	100.000	8154	3020	1.050	--
总计		49389	100.000	8154			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1715-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:28:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49749	100.000	8227	3024	1.050	--
总计		49749	100.000	8227			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1716-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:32:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49727	100.000	8212	3017	1.046	--
总计		49727	100.000	8212			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1717-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:35:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49497	100.000	8176	3019	1.048	--
总计		49497	100.000	8176			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1718-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:38:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51375	100.000	8463	2992	1.052	--
总计		51375	100.000	8463			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1719-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:42:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49698	100.000	8188	3001	1.052	--
总计		49698	100.000	8188			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1720-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:45:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	50758	100.000	8395	3020	1.052	--
总计		50758	100.000	8395			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1721-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:49:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49198	100.000	8102	3002	1.048	--
总计		49198	100.000	8102			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1722-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:52:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50079	100.000	8221	2994	1.050	--
总计		50079	100.000	8221			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1723-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:56:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50693	100.000	8349	3009	1.048	--
总计		50693	100.000	8349			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1724-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 17:59:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	51619	100.000	8513	3012	1.045	--
总计		51619	100.000	8513			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1725-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:02:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51498	100.000	8465	3004	1.046	--
总计		51498	100.000	8465			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1726-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:06:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	51101	100.000	8412	3005	1.047	--
总计		51101	100.000	8412			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1727-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:09:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	51492	100.000	8505	3005	1.045	--
总计		51492	100.000	8505			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1728-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:12:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	51152	100.000	8467	3030	1.045	--
总计		51152	100.000	8467			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1729-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 18:16:24
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	51833	100.000	8533	3017	1.047	--
总计		51833	100.000	8533			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1730-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:19:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:28:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	52102	100.000	8590	3001	1.047	--
总计		52102	100.000	8590			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1731-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 18:23:12
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	50851	100.000	8375	3001	1.050	--
总计		50851	100.000	8375			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1732-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 18:26:36
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	50671	100.000	8358	3008	1.049	--
总计		50671	100.000	8358			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1733-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:30:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	50832	100.000	8401	3022	1.050	--
总计		50832	100.000	8401			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1734-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:33:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50878	100.000	8384	3007	1.049	--
总计		50878	100.000	8384			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1735-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:36:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	51355	100.000	8492	3024	1.052	--
总计		51355	100.000	8492			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1736-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:40:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98505	100.000	15791	2849	1.054	--
总计		98505	100.000	15791			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1737-2 - zzp-2025051221p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:43:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98654	100.000	15797	2849	1.052	--
总计		98654	100.000	15797			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1738-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:47:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1739-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:50:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98243	100.000	15730	2843	1.054	--
总计		98243	100.000	15730			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1740-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:53:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98239	100.000	15698	2833	1.054	--
总计		98239	100.000	15698			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1741-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:57:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98124	100.000	15730	2851	1.054	--
总计		98124	100.000	15730			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1742-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:00:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98143	100.000	15709	2844	1.054	--
总计		98143	100.000	15709			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1743-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:03:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	98151	100.000	15730	2851	1.054	--
总计		98151	100.000	15730			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1744-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:07:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	25390	100.000	4201	3023	1.044	--
总计		25390	100.000	4201			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1745-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:10:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	16488	100.000	2728	3049	1.046	--
总计		16488	100.000	2728			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1746-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:14:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	17618	100.000	2943	3062	1.048	--
总计		17618	100.000	2943			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1747-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:17:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	16573	100.000	2721	3002	1.045	--
总计		16573	100.000	2721			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1748-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:20:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	15699	100.000	2589	3037	1.060	--
总计		15699	100.000	2589			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1749-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:24:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	18876	100.000	3122	3035	1.060	--
总计		18876	100.000	3122			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1750-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:27:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	36095	100.000	5946	3001	1.044	--
总计		36095	100.000	5946			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1751-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:30:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:29:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	31950	100.000	5259	3007	1.057	--
总计		31950	100.000	5259			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1752-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:34:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	30009	100.000	4919	3006	1.040	--
总计		30009	100.000	4919			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1753-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:37:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	29221	100.000	4808	3021	1.053	--
总计		29221	100.000	4808			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1754-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:41:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	29045	100.000	4796	3018	1.051	--
总计		29045	100.000	4796			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1755-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:44:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	32920	100.000	5421	3013	1.050	--
总计		32920	100.000	5421			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1756-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:47:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	39978	100.000	6562	3003	1.056	--
总计		39978	100.000	6562			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1757-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:51:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	38019	100.000	6265	3009	1.052	--
总计		38019	100.000	6265			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1758-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:54:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	37110	100.000	6110	2990	1.045	--
总计		37110	100.000	6110			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1759-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:57:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	37003	100.000	6068	2981	1.052	--
总计		37003	100.000	6068			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1760-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:01:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	36878	100.000	6053	2998	1.054	--
总计		36878	100.000	6053			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1761-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:04:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	38277	100.000	6291	2989	1.049	--
总计		38277	100.000	6291			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1762-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:08:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	43223	100.000	7143	3013	1.046	--
总计		43223	100.000	7143			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1763-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:11:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	41782	100.000	6897	3005	1.053	--
总计		41782	100.000	6897			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1764-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:14:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	42898	100.000	7107	3045	1.053	--
总计		42898	100.000	7107			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1765-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:18:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	40519	100.000	6648	2995	1.052	--
总计		40519	100.000	6648			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1766-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:21:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	40004	100.000	6595	3020	1.052	--
总计		40004	100.000	6595			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1767-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:24:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	41642	100.000	6888	3021	1.056	--
总计		41642	100.000	6888			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1768-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:28:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	44203	100.000	7272	3002	1.051	--
总计		44203	100.000	7272			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1769-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:31:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	45353	100.000	7467	3014	1.052	--
总计		45353	100.000	7467			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1770-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:35:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	44811	100.000	7409	3019	1.050	--
总计		44811	100.000	7409			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1771-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:38:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	44467	100.000	7333	3018	1.052	--
总计		44467	100.000	7333			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1772-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:41:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	43489	100.000	7181	3030	1.052	--
总计		43489	100.000	7181			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1773-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:45:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:30:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	46087	100.000	7619	3028	1.047	--
总计		46087	100.000	7619			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1774-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:48:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	47590	100.000	7857	3016	1.048	--
总计		47590	100.000	7857			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1775-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:51:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	47342	100.000	7811	3010	1.046	--
总计		47342	100.000	7811			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1776-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:55:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	48117	100.000	7953	3027	1.048	--
总计		48117	100.000	7953			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1777-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:58:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	48088	100.000	7920	3012	1.057	--
总计		48088	100.000	7920			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1778-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:02:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	47250	100.000	7801	3013	1.049	--
总计		47250	100.000	7801			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1779-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:05:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	47441	100.000	7848	3037	1.049	--
总计		47441	100.000	7848			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1780-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:08:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49560	100.000	8195	3028	1.048	--
总计		49560	100.000	8195			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1781-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:12:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	49665	100.000	8214	3030	1.047	--
总计		49665	100.000	8214			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1782-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:15:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49535	100.000	8154	3008	1.052	--
总计		49535	100.000	8154			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1783-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:18:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49758	100.000	8218	3031	1.051	--
总计		49758	100.000	8218			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1784-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:22:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	48652	100.000	8017	3023	1.055	--
总计		48652	100.000	8017			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1785-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:25:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	49232	100.000	8130	3016	1.049	--
总计		49232	100.000	8130			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1786-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:29:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	48123	100.000	7933	3011	1.048	--
总计		48123	100.000	7933			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1787-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:32:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	48970	100.000	8079	3008	1.057	--
总计		48970	100.000	8079			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1788-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:35:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50067	100.000	8223	2993	1.049	--
总计		50067	100.000	8223			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1789-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:39:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	50613	100.000	8339	3006	1.051	--
总计		50613	100.000	8339			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1790-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:42:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	49793	100.000	8215	3013	1.047	--
总计		49793	100.000	8215			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1791-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:45:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	49937	100.000	8230	3018	1.049	--
总计		49937	100.000	8230			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1792-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 21:49:20
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	51006	100.000	8419	3014	1.055	--
总计		51006	100.000	8419			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1793-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:52:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50332	100.000	8307	3033	1.054	--
总计		50332	100.000	8307			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1794-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:56:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:31:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	51194	100.000	8454	3019	1.049	--
总计		51194	100.000	8454			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1795-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:59:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50863	100.000	8387	3023	1.047	--
总计		50863	100.000	8387			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1796-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:02:57
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50712	100.000	8335	3004	1.048	--
总计		50712	100.000	8335			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1797-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:06:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	50053	100.000	8247	3000	1.049	--
总计		50053	100.000	8247			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1798-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:09:44
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50696	100.000	8371	3030	1.047	--
总计		50696	100.000	8371			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1799-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:13:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	50697	100.000	8378	3035	1.045	--
总计		50697	100.000	8378			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1800-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:16:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50881	100.000	8405	3032	1.053	--
总计		50881	100.000	8405			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1801-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:19:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50454	100.000	8373	3059	1.048	--
总计		50454	100.000	8373			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1802-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:23:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	51415	100.000	8507	3053	1.052	--
总计		51415	100.000	8507			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1803-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:26:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50700	100.000	8344	3022	1.049	--
总计		50700	100.000	8344			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1804-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:30:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98337	100.000	15768	2856	1.053	--
总计		98337	100.000	15768			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1805-2 - zzp-2025051321p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:33:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98292	100.000	15777	2852	1.053	--
总计		98292	100.000	15777			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1806-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:36:54
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1807-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:40:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98441	100.000	15757	2849	1.052	--
总计		98441	100.000	15757			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1808-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:43:42
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98691	100.000	15862	2861	1.050	--
总计		98691	100.000	15862			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1809-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:47:06
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98850	100.000	15869	2855	1.053	--
总计		98850	100.000	15869			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1810-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:50:30
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98685	100.000	15856	2850	1.053	--
总计		98685	100.000	15856			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1811-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:53:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	98706	100.000	15843	2851	1.054	--
总计		98706	100.000	15843			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1812-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:57:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	17716	100.000	2934	3039	1.056	--
总计		17716	100.000	2934			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1813-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:00:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	18720	100.000	3124	3087	1.045	--
总计		18720	100.000	3124			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1814-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:04:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	25758	100.000	4253	3038	1.047	--
总计		25758	100.000	4253			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1815-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:07:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:32:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	16450	100.000	2730	3050	1.068	--
总计		16450	100.000	2730			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1816-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:10:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	15477	100.000	2555	3008	1.048	--
总计		15477	100.000	2555			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1817-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:14:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	16027	100.000	2678	3074	1.058	--
总计		16027	100.000	2678			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1818-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:17:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	30250	100.000	4971	3006	1.046	--
总计		30250	100.000	4971			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1819-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:20:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	32613	100.000	5321	3010	1.045	--
总计		32613	100.000	5321			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1820-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:24:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	35930	100.000	5900	3008	1.049	--
总计		35930	100.000	5900			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1821-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:27:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	29252	100.000	4803	3015	1.044	--
总计		29252	100.000	4803			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1822-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:31:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	29088	100.000	4786	3014	1.057	--
总计		29088	100.000	4786			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1823-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:34:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	31444	100.000	5173	3008	1.040	--
总计		31444	100.000	5173			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1824-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:37:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	37216	100.000	6133	3031	1.054	--
总计		37216	100.000	6133			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1825-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:41:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	37885	100.000	6231	3007	1.045	--
总计		37885	100.000	6231			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1826-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:44:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	39323	100.000	6473	2999	1.051	--
总计		39323	100.000	6473			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1827-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:48:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	36929	100.000	6055	3003	1.055	--
总计		36929	100.000	6055			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1828-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:51:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	36493	100.000	5992	3012	1.051	--
总计		36493	100.000	5992			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1829-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:54:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	38427	100.000	6315	3019	1.050	--
总计		38427	100.000	6315			

图228 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1830-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:58:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	41900	100.000	6888	3003	1.049	--
总计		41900	100.000	6888			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1831-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:01:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	41816	100.000	6869	3009	1.043	--
总计		41816	100.000	6869			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1832-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:04:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	43216	100.000	7086	2996	1.048	--
总计		43216	100.000	7086			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1833-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:08:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	40578	100.000	6674	3013	1.054	--
总计		40578	100.000	6674			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1834-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:11:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	40085	100.000	6579	3010	1.050	--
总计		40085	100.000	6579			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1835-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:15:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	41511	100.000	6819	3010	1.051	--
总计		41511	100.000	6819			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1836-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:18:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	44811	100.000	7369	3026	1.052	--
总计		44811	100.000	7369			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1837-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:21:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:33:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	45474	100.000	7467	3020	1.043	--
总计		45474	100.000	7467			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1838-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:25:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	44195	100.000	7268	3015	1.050	--
总计		44195	100.000	7268			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1839-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:28:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	44596	100.000	7328	3015	1.050	--
总计		44596	100.000	7328			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1840-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:31:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	43898	100.000	7244	3039	1.049	--
总计		43898	100.000	7244			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1841-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:35:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	44667	100.000	7319	3003	1.048	--
总计		44667	100.000	7319			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1842-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:38:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	47602	100.000	7838	3022	1.043	--
总计		47602	100.000	7838			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1843-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:42:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	47454	100.000	7771	3020	1.051	--
总计		47454	100.000	7771			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1844-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:45:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	48442	100.000	7986	3037	1.051	--
总计		48442	100.000	7986			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1845-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:48:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	48040	100.000	7873	3005	1.048	--
总计		48040	100.000	7873			

图244 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1846-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:52:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	47250	100.000	7774	3012	1.049	--
总计		47250	100.000	7774			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1847-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:55:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	46841	100.000	7695	3028	1.051	--
总计		46841	100.000	7695			

图246 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1848-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:59:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	48459	100.000	8003	3027	1.050	--
总计		48459	100.000	8003			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1849-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:02:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	49205	100.000	8096	3028	1.048	--
总计		49205	100.000	8096			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1850-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:05:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	49494	100.000	8162	3035	1.050	--
总计		49494	100.000	8162			

图249 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1851-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:09:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	49786	100.000	8166	3018	1.050	--
总计		49786	100.000	8166			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1852-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:12:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	48341	100.000	7926	3005	1.049	--
总计		48341	100.000	7926			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1853-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:15:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	49907	100.000	8197	3042	1.048	--
总计		49907	100.000	8197			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1854-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:19:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	50806	100.000	8355	3032	1.044	--
总计		50806	100.000	8355			

图253 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1855-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:22:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	49953	100.000	8214	3042	1.050	--
总计		49953	100.000	8214			

图254 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1856-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:26:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	48250	100.000	7938	3012	1.046	--
总计		48250	100.000	7938			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1857-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:29:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	50750	100.000	8348	3017	1.051	--
总计		50750	100.000	8348			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1858-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:32:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:34:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	49842	100.000	8196	3018	1.051	--
总计		49842	100.000	8196			

图257 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1859-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:36:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	48888	100.000	8026	3010	1.048	--
总计		48888	100.000	8026			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1860-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:39:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	50950	100.000	8363	3009	1.046	--
总计		50950	100.000	8363			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1861-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:43:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	50448	100.000	8280	2999	1.047	--
总计		50448	100.000	8280			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1862-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:46:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	51345	100.000	8419	3003	1.047	--
总计		51345	100.000	8419			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1863-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:49:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	50545	100.000	8296	3001	1.049	--
总计		50545	100.000	8296			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1864-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:53:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	50417	100.000	8273	3004	1.048	--
总计		50417	100.000	8273			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1865-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:56:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	50040	100.000	8214	3002	1.052	--
总计		50040	100.000	8214			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1866-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:00:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	50862	100.000	8356	3026	1.049	--
总计		50862	100.000	8356			

图265 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1867-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:03:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	50418	100.000	8250	2992	1.051	--
总计		50418	100.000	8250			

图266 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1868-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:06:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	51204	100.000	8427	3016	1.050	--
总计		51204	100.000	8427			

图267 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1869-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:10:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	50298	100.000	8274	3029	1.049	--
总计		50298	100.000	8274			

图268 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1870-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:13:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	50438	100.000	8271	3000	1.045	--
总计		50438	100.000	8271			

图269 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-101/25-1871-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:17:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 09:35:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	50334	100.000	8271	3013	1.048	--
总计		50334	100.000	8271			

图270 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-102/25-1872-3 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:20:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/12/19 11:15:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	98603	100.000	15996	2879	1.055	--
总计		98603	100.000	15996			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-102/25-1873-2 - zzp-2025051321p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:23:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:15:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	98853	100.000	15991	2861	1.058	--
总计		98853	100.000	15991			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3494-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:54:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图273 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3495-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 18:57:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	97317	100.000	15977	2831	1.096	--
总计		97317	100.000	15977			

图274 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3496-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:01:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	97393	100.000	15990	2826	1.100	--
总计		97393	100.000	15990			

图275 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3497-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:04:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	97070	100.000	15955	2825	1.094	--
总计		97070	100.000	15955			

图276 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3498-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:07:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	97179	100.000	15938	2837	1.095	--
总计		97179	100.000	15938			

图277 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3499-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:11:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97496	100.000	15951	2833	1.098	--
总计		97496	100.000	15951			

图278 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3500-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:14:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	18671	100.000	3162	2977	1.086	--
总计		18671	100.000	3162			

图279 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3501-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:17:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	16337	100.000	2770	3022	1.085	--
总计		16337	100.000	2770			

图280 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3502-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:21:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	15748	100.000	2689	3007	1.065	--
总计		15748	100.000	2689			

图281 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3503-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:24:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	19292	100.000	3292	3013	1.068	--
总计		19292	100.000	3292			

图282 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3504-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:28:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	21490	100.000	3650	2988	1.071	--
总计		21490	100.000	3650			

图283 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3505-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:31:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	17927	100.000	3048	3015	1.063	--
总计		17927	100.000	3048			

图284 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3506-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:34:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	31202	100.000	5309	3004	1.080	--
总计		31202	100.000	5309			

图285 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3507-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:38:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:18:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	28050	100.000	4766	3005	1.077	--
总计		28050	100.000	4766			

图286 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3508-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:41:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	28516	100.000	4876	3005	1.071	--
总计		28516	100.000	4876			

图287 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3509-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:44:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	31657	100.000	5388	2989	1.074	--
总计		31657	100.000	5388			

图288 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3510-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:48:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	32181	100.000	5471	2993	1.076	--
总计		32181	100.000	5471			

图289 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3511-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:51:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	31072	100.000	5300	2997	1.081	--
总计		31072	100.000	5300			

图290 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3512-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:55:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	37951	100.000	6424	2977	1.083	--
总计		37951	100.000	6424			

图291 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3513-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 19:58:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	35649	100.000	6103	3037	1.075	--
总计		35649	100.000	6103			

图292 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3514-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:01:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	35203	100.000	6017	3001	1.083	--
总计		35203	100.000	6017			

图293 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3515-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:05:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	37235	100.000	6348	3033	1.078	--
总计		37235	100.000	6348			

图294 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3516-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:09:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	38058	100.000	6446	3009	1.080	--
总计		38058	100.000	6446			

图295 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3517-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:12:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	36383	100.000	6238	3022	1.069	--
总计		36383	100.000	6238			

图296 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3518-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:16:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	41345	100.000	7032	3009	1.081	--
总计		41345	100.000	7032			

图297 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3519-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:19:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	39280	100.000	6699	2999	1.081	--
总计		39280	100.000	6699			

图298 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3520-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:23:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	39887	100.000	6783	3010	1.076	--
总计		39887	100.000	6783			

图299 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3521-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:26:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	40561	100.000	6897	3002	1.074	--
总计		40561	100.000	6897			

图300 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3522-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:29:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	41426	100.000	7067	3018	1.076	--
总计		41426	100.000	7067			

图301 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3523-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:33:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	42700	100.000	7253	3010	1.082	--
总计		42700	100.000	7253			

图302 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3524-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:36:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	44522	100.000	7564	2995	1.080	--
总计		44522	100.000	7564			

图303 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3525-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:39:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	44243	100.000	7540	3010	1.080	--
总计		44243	100.000	7540			

图304 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3526-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:43:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	43745	100.000	7441	3003	1.083	--
总计		43745	100.000	7441			

图305 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3527-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:46:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	45542	100.000	7779	3022	1.077	--
总计		45542	100.000	7779			

图306 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3528-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:49:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:19:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	45188	100.000	7687	3003	1.079	--
总计		45188	100.000	7687			

图307 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3529-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:53:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	46326	100.000	7862	2996	1.083	--
总计		46326	100.000	7862			

图308 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3530-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 20:56:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	46966	100.000	7962	3005	1.085	--
总计		46966	100.000	7962			

图309 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3531-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:00:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	47402	100.000	8103	3022	1.081	--
总计		47402	100.000	8103			

图310 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3532-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:03:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	47676	100.000	8053	2988	1.082	--
总计		47676	100.000	8053			

图311 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3533-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:06:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	47570	100.000	8050	2997	1.077	--
总计		47570	100.000	8050			

图312 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3534-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:10:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	47191	100.000	8054	3013	1.078	--
总计		47191	100.000	8054			

图313 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3535-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:13:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	47528	100.000	8038	3001	1.085	--
总计		47528	100.000	8038			

图314 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3536-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:16:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	47825	100.000	8169	3022	1.075	--
总计		47825	100.000	8169			

图315 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3537-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:20:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	48391	100.000	8221	3003	1.087	--
总计		48391	100.000	8221			

图316 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3538-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:23:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	49155	100.000	8369	2999	1.074	--
总计		49155	100.000	8369			

图317 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3539-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:27:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	49432	100.000	8335	3005	1.080	--
总计		49432	100.000	8335			

图318 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3540-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:30:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	49111	100.000	8347	3005	1.089	--
总计		49111	100.000	8347			

图319 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3541-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:33:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	48384	100.000	8203	3006	1.080	--
总计		48384	100.000	8203			

图320 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3542-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:37:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	48043	100.000	8154	3025	1.076	--
总计		48043	100.000	8154			

图321 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3543-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:40:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49416	100.000	8427	3019	1.084	--
总计		49416	100.000	8427			

图322 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3544-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:43:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49096	100.000	8336	3003	1.079	--
总计		49096	100.000	8336			

图323 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3545-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:47:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	50148	100.000	8497	3022	1.081	--
总计		50148	100.000	8497			

图324 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3546-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:50:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	48934	100.000	8308	3008	1.081	--
总计		48934	100.000	8308			

图325 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3547-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:54:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49685	100.000	8397	2995	1.083	--
总计		49685	100.000	8397			

图326 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3548-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 21:57:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:20:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	49239	100.000	8335	2996	1.081	--
总计		49239	100.000	8335			

图327 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3549-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:00:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	50599	100.000	8519	3006	1.087	--
总计		50599	100.000	8519			

图328 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3550-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:04:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	49770	100.000	8424	3000	1.082	--
总计		49770	100.000	8424			

图329 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3551-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:07:37
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49560	100.000	8413	3021	1.078	--
总计		49560	100.000	8413			

图330 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3552-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:11:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	50022	100.000	8499	3014	1.075	--
总计		50022	100.000	8499			

图331 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3553-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:14:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	50980	100.000	8674	3033	1.082	--
总计		50980	100.000	8674			

图332 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3554-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:17:48
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49683	100.000	8439	3027	1.081	--
总计		49683	100.000	8439			

图333 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3555-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:21:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	50340	100.000	8474	3009	1.088	--
总计		50340	100.000	8474			

图334 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3556-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:24:35
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	50016	100.000	8471	3007	1.087	--
总计		50016	100.000	8471			

图335 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3557-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:27:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	50771	100.000	8596	2989	1.084	--
总计		50771	100.000	8596			

图336 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3558-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:31:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	51137	100.000	8632	3003	1.080	--
总计		51137	100.000	8632			

图337 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3559-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:34:46
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	50477	100.000	8576	3015	1.083	--
总计		50477	100.000	8576			

图338 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3560-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:38:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97531	100.000	16008	2844	1.096	--
总计		97531	100.000	16008			

图339 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3561-2 - zzp-2025051421p-rcqx-1-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:41:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	97281	100.000	16013	2844	1.094	--
总计		97281	100.000	16013			

图340 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3562-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:44:56
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图341 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3563-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:48:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	96883	100.000	15982	2848	1.092	--
总计		96883	100.000	15982			

图342 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3564-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:51:44
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	97020	100.000	15953	2837	1.095	--
总计		97020	100.000	15953			

图343 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3565-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/12/18 22:55:08
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	97300	100.000	16001	2846	1.095	--
总计		97300	100.000	16001			

图344 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3566-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 22:58:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	97187	100.000	15994	2841	1.097	--
总计		97187	100.000	15994			

图345 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3567-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:01:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97592	100.000	15956	2839	1.098	--
总计		97592	100.000	15956			

图346 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3568-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:05:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	15345	100.000	2626	3014	1.085	--
总计		15345	100.000	2626			

图347 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3569-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:08:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:21:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	20241	100.000	3438	3017	1.057	--
总计		20241	100.000	3438			

图348 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3570-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:12:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	15694	100.000	2665	3020	1.075	--
总计		15694	100.000	2665			

图349 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3571-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:15:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	18183	100.000	3096	3022	1.058	--
总计		18183	100.000	3096			

图350 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3572-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:18:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	18704	100.000	3145	2967	1.052	--
总计		18704	100.000	3145			

图351 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3573-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:22:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	19650	100.000	3327	3007	1.073	--
总计		19650	100.000	3327			

图352 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3574-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:25:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	28037	100.000	4774	3014	1.083	--
总计		28037	100.000	4774			

图353 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3575-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:29:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	31650	100.000	5397	3002	1.062	--
总计		31650	100.000	5397			

图354 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3576-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:32:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	28224	100.000	4809	3003	1.075	--
总计		28224	100.000	4809			

图355 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3577-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:35:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	31318	100.000	5324	3004	1.068	--
总计		31318	100.000	5324			

图356 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3578-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:39:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	30845	100.000	5265	2990	1.066	--
总计		30845	100.000	5265			

图357 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3579-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:42:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	31527	100.000	5363	3009	1.085	--
总计		31527	100.000	5363			

图358 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3580-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:46:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	35720	100.000	6061	3001	1.083	--
总计		35720	100.000	6061			

图359 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3581-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:49:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	37976	100.000	6451	3023	1.078	--
总计		37976	100.000	6451			

图360 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3582-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:52:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	35993	100.000	6129	2995	1.070	--
总计		35993	100.000	6129			

图361 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3583-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:56:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	36649	100.000	6210	3009	1.081	--
总计		36649	100.000	6210			

图362 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3584-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/18 23:59:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	37820	100.000	6415	3010	1.076	--
总计		37820	100.000	6415			

图363 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3585-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:02:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	37498	100.000	6385	3044	1.075	--
总计		37498	100.000	6385			

图364 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3586-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:06:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	40598	100.000	6921	3025	1.081	--
总计		40598	100.000	6921			

图365 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3587-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:09:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	40046	100.000	6801	2996	1.087	--
总计		40046	100.000	6801			

图366 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3588-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:13:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	39337	100.000	6673	3006	1.078	--
总计		39337	100.000	6673			

图367 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3589-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:16:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:22:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	42290	100.000	7141	2996	1.081	--
总计		42290	100.000	7141			

图368 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3590-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:19:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	40678	100.000	6940	3011	1.071	--
总计		40678	100.000	6940			

图369 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3591-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:23:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	40762	100.000	6923	3003	1.082	--
总计		40762	100.000	6923			

图370 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3592-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:26:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	41706	100.000	7020	2988	1.091	--
总计		41706	100.000	7020			

图371 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3593-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:29:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	44673	100.000	7595	3011	1.076	--
总计		44673	100.000	7595			

图372 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3594-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:33:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	44286	100.000	7519	2990	1.081	--
总计		44286	100.000	7519			

图373 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3595-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:36:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	46391	100.000	7873	3018	1.077	--
总计		46391	100.000	7873			

图374 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3596-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:40:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	44256	100.000	7536	3007	1.081	--
总计		44256	100.000	7536			

图375 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3597-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:43:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	45690	100.000	7784	3040	1.075	--
总计		45690	100.000	7784			

图376 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3598-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:46:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	47062	100.000	7993	3007	1.087	--
总计		47062	100.000	7993			

图377 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3599-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:50:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	47338	100.000	8034	3003	1.079	--
总计		47338	100.000	8034			

图378 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3600-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:53:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	46903	100.000	8016	3021	1.076	--
总计		46903	100.000	8016			

图379 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3601-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 00:57:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	47103	100.000	7977	3019	1.078	--
总计		47103	100.000	7977			

图380 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3602-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:00:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	47052	100.000	8002	2997	1.075	--
总计		47052	100.000	8002			

图381 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3603-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:03:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	46479	100.000	7901	2991	1.082	--
总计		46479	100.000	7901			

图382 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3604-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:07:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	46669	100.000	7945	3000	1.082	--
总计		46669	100.000	7945			

图383 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3605-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:10:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	47445	100.000	7984	2997	1.084	--
总计		47445	100.000	7984			

图384 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3606-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:13:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	46125	100.000	7759	2982	1.083	--
总计		46125	100.000	7759			

图385 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3607-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:17:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	47821	100.000	8137	3004	1.077	--
总计		47821	100.000	8137			

图386 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3608-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:20:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	47885	100.000	8160	3010	1.077	--
总计		47885	100.000	8160			

图387 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3609-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:24:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:23:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	46729	100.000	7894	3011	1.086	--
总计		46729	100.000	7894			

图388 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3610-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:27:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:24:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49800	100.000	8413	3003	1.085	--
总计		49800	100.000	8413			

图389 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3611-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:30:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:24:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	48886	100.000	8286	2999	1.082	--
总计		48886	100.000	8286			

图390 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3612-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:34:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:24:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	49613	100.000	8427	3005	1.078	--
总计		49613	100.000	8427			

图391 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3613-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:37:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:24:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	49392	100.000	8350	3000	1.082	--
总计		49392	100.000	8350			

图392 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-103/11-3614-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:41:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:24:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	47650	100.000	8078	3020	1.076	--
总计		47650	100.000	8078			

图393 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-106/11-3615-3 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-90min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:44:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/12/19 11:41:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	52983	100.000	8992	2838	1.132	--
总计		52983	100.000	8992			

图394 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3616-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:47:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:33:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	49215	100.000	8399	3018	1.072	--
总计		49215	100.000	8399			

图395 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3617-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:51:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:33:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	49893	100.000	8460	3006	1.079	--
总计		49893	100.000	8460			

图396 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3618-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:54:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	41572	100.000	7030	3009	1.083	--
总计		41572	100.000	7030			

图397 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3619-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 01:58:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49320	100.000	8352	3016	1.082	--
总计		49320	100.000	8352			

图398 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3620-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:01:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	50102	100.000	8518	3003	1.083	--
总计		50102	100.000	8518			

图399 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3621-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-120min.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:04:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	51067	100.000	8713	3033	1.078	--
总计		51067	100.000	8713			

图400 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3622-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:08:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:14
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49414	100.000	8437	3038	1.083	--
总计		49414	100.000	8437			

图401 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3623-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:11:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	50872	100.000	8582	3026	1.085	--
总计		50872	100.000	8582			

图402 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3624-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:15:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	49873	100.000	8461	3002	1.082	--
总计		49873	100.000	8461			

图403 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3625-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:18:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	50656	100.000	8591	2987	1.083	--
总计		50656	100.000	8591			

图404 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3626-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:21:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	51097	100.000	8706	3034	1.076	--
总计		51097	100.000	8706			

图405 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3627-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:25:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.116	50632	100.000	8599	3003	1.073	--
总计		50632	100.000	8599			

图406 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3628-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:28:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	97456	100.000	16025	2852	1.096	--
总计		97456	100.000	16025			

图407 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名:
RC$QTL-4125 - 0-104/11-3629-2 - zzp-2025051421p-rcqx-2-js6y-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20251218-rc-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/12/19 02:32:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/12/19 11:34:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	97066	100.000	15993	2844	1.090	--
总计		97066	100.000	15993			

图408 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2