




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7336-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-rj.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-9
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 19:43:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:40:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
溶剂




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60 $^{\circ}$ C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7337-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-dz1-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 400 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 19:50:07 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:40:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	164758	100.000	17319	3378	1.038	--
总计		164758	100.000	17319			

图2 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
 对照品溶液-1-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7338-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-dz1-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 19:56:39 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:40:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	164893	100.000	17312	3366	1.038	--
总计		164893	100.000	17312			

图3 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
 对照品溶液-1-2




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7339-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-dz1-3.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:03:12 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:40:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	164587	100.000	17298	3363	1.038	--
总计		164587	100.000	17298			

图4 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
 对照品溶液-1-3




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7340-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-dz1-4.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:09:44 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:40:57 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	164592	100.000	17277	3368	1.039	--
总计		164592	100.000	17277			

图5 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
 对照品溶液-1-4




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7341-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-dz1-5.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:16:16 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	164346	100.000	17269	3372	1.038	--
总计		164346	100.000	17269			

图6 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
 对照品溶液-1-5




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7342-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P1-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:22:47 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:11 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	144675	100.000	15162	3338	1.040	--
总计		144675	100.000	15162			

图7 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片1
 供试品溶液-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7343-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P1-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:29:19 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:18 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	144372	100.000	15122	3331	1.040	--
总计		144372	100.000	15122			

图8 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片1
 供试品溶液-2




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7344-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P2-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:35:52 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:25 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	142113	100.000	14907	3345	1.037	--
总计		142113	100.000	14907			

图9 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片2
 供试品溶液-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7345-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P2-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:42:23 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:32 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	142166	100.000	14895	3343	1.039	--
总计		142166	100.000	14895			

图10 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片2
 供试品溶液-2




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7346-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P3-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:48:55 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:39 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	144729	100.000	15170	3346	1.039	--
总计		144729	100.000	15170			

图11 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片3
 供试品溶液-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7347-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P3-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 20:55:27 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	144527	100.000	15169	3349	1.039	--
总计		144527	100.000	15169			

图12 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片3
 供试品溶液-2




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7348-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P4-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:01:57 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:41:54 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	140846	100.000	14786	3350	1.039	--
总计		140846	100.000	14786			

图13 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片4
 供试品溶液-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7349-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P4-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:08:28 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:42:01 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	141112	100.000	14792	3338	1.039	--
总计		141112	100.000	14792			

图14 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片4
 供试品溶液-2




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7350-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P5-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:15:01 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:42:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	145446	100.000	15232	3331	1.039	--
总计		145446	100.000	15232			

图15 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片5
 供试品溶液-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7351-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P5-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:21:33 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:42:15 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	145729	100.000	15245	3329	1.040	--
总计		145729	100.000	15245			

图16 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片5
 供试品溶液-2




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7352-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P6-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:28:03 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:42:22 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	140127	100.000	14618	3307	1.041	--
总计		140127	100.000	14618			

图17 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片6
 供试品溶液-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7353-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-P6-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:34:34 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:42:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	140101	100.000	14628	3310	1.040	--
总计		140101	100.000	14628			

图18 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂(123852批)(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质-片6
 供试品溶液-2




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7354-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-36
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:41:08 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:42:36 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	164702	100.000	17328	3378	1.040	--
总计		164702	100.000	17328			

图19 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
对照品溶液-2-1




J483

<样品信息>

色谱柱 :SB-C8(150mm*4.6mm,3.5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :60°C 波长: 210nm
 数据文件名 :RC\$J483 - 0-122/27-7355-2 - cbzj-123852p-cq6y-1mg-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名 :RC\$J483 - J483-RCQX-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$J483 - 20251230-FX276.lcb
 样品瓶号 : 2-36
 进样体积 : 400 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/12/30 21:47:40 实验者: xiexinhui
 处理时间 (V2) : 2025/12/31 09:42:43 处理者: xiexinhui
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	164738	100.000	17323	3369	1.040	--
总计		164738	100.000	17323			

图20 他克莫司缓释颗粒溶出度测定长期6月HPLC图谱
参比制剂(1mg规格)-pH4.5含0.005%羟丙基干纤维素介质
对照品溶液-2-2