阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	292968	292876	292621	293061	292677	292841	0.07
2	11.19	292372	292443				292408	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
26310.96	26131.19	0.49	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第5批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	14593	-	14593	4.994	4.31	21.25	4.99	4.31	21.23
	2	15561	-	15561	5.325			5.33		
	3	14165	-	14165	4.847			4.85		
	4	8404	-	8404	2.876			2.88		
	5	11535	-	11535	3.947			3.95		
	6	11253	-	11253	3.851			3.85		
10min	1	91505	-	91505	31.314	32.36	3.47	31.34	32.39	3.47
	2	96401	-	96401	32.989			33.02		
	3	93193	-	93193	31.892			31.92		
	4	97267	-	97267	33.286			33.30		
	5	90535	-	90535	30.982			31.00		
	6	98519	-	98519	33.714			33.74		
15min	1	177390	-	177390	60.705	58.92	3.01	60.91	59.12	3.01
	2	177399	-	177399	60.708			60.92		
	3	164959	-	164959	56.451			56.65		
	4	167122	-	167122	57.191			57.39		
	5	173344	-	173344	59.320			59.51		
	6	172886	-	172886	59.163			59.37		
20min	1	193810	-	193810	66.324	68.48	3.31	66.86	69.01	3.30
	2	211073	-	211073	72.231			72.78		
	3	194182	-	194182	66.451			66.97		
	4	196721	-	196721	67.320			67.84		
	5	203445	-	203445	69.621			70.14		
	6	201435	-	201435	68.933			69.47		
30min	1	220115	-	220115	75.325	76.28	2.70	76.23	77.19	2.69
	2	230739	-	230739	78.961			79.91		
	3	217143	-	217143	74.308			75.20		
	4	216211	-	216211	73.989			74.88		
	5	228272	-	228272	78.117			79.03		
	6	224864	-	224864	76.951			77.87		
45min	1	243283	-	243283	83.254	84.31	1.86	84.58	85.64	1.87
	2	253161	-	253161	86.634			88.02		
	3	241256	-	241256	82.560			83.86		
	4	243484	-	243484	83.323			84.63		
	5	250163	-	250163	85.608			86.95		
	6	246823	-	246823	84.465			85.81		
60min	1	254173	-	254173	86.980	88.39	2.04	88.77	90.19	2.04
	2	265627	-	265627	90.900			92.77		
	3	253332	-	253332	86.693			88.45		
	4	253701	-	253701	86.819			88.59		
	5	262416	-	262416	89.801			91.62		
	6	260428	-	260428	89.121			90.94		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.95	71321	71326	71422	71118	71331	71304	0.16
2	14.88	71434	71364				71399	0.07

单位质量响应值		RSD%	判断
4769.50	4798.32	0.43	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第5批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	29230	-	29230	39.614	37.29	11.44	39.61	37.29	11.45
	2	22986	-	22986	31.152			31.15		
	3	25469	-	25469	34.517			34.52		
	4	32169	-	32169	43.598			43.60		
	5	27941	-	27941	37.867			37.87		
	6	27294	-	27294	36.991			36.99		
10min	1	53144	-	53144	72.024	77.46	5.19	72.24	77.67	5.18
	2	59933	-	59933	81.225			81.40		
	3	56330	-	56330	76.342			76.53		
	4	61115	-	61115	82.827			83.07		
	5	55213	-	55213	74.828			75.04		
	6	57201	-	57201	77.523			77.73		
15min	1	72392	-	72392	98.110	96.96	2.91	98.73	97.60	2.91
	2	72484	-	72484	98.235			98.86		
	3	71915	-	71915	97.464			98.08		
	4	73572	-	73572	99.710			100.41		
	5	71339	-	71339	96.683			97.31		
	6	67572	-	67572	91.578			92.21		
20min	1	74371	-	74371	100.792	98.86	2.31	101.96	100.03	2.30
	2	73713	-	73713	99.901			101.07		
	3	73924	-	73924	100.187			101.34		
	4	73833	-	73833	100.063			101.32		
	5	71765	-	71765	97.261			98.42		
	6	70048	-	70048	94.934			96.08		
30min	1	70217	-	70217	95.163	98.70	2.43	96.89	100.42	2.40
	2	73316	-	73316	99.363			101.09		
	3	74991	-	74991	101.633			103.35		
	4	73890	-	73890	100.141			101.95		
	5	73288	-	73288	99.325			101.03		
	6	71257	-	71257	96.572			98.24		
45min	1	70908	-	70908	96.099	98.81	2.25	98.35	101.08	2.23
	2	73448	-	73448	99.542			101.82		
	3	75214	-	75214	101.935			104.21		
	4	74102	-	74102	100.428			102.80		
	5	72271	-	72271	97.946			100.20		
	6	71506	-	71506	96.910			99.12		
60min	1	69984	-	69984	94.847	99.02	2.87	97.63	101.84	2.83
	2	73858	-	73858	100.097			102.93		
	3	75791	-	75791	102.717			105.56		
	4	74432	-	74432	100.875			103.80		
	5	72783	-	72783	98.640			101.44		
	6	71510	-	71510	96.915			99.66		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	292574	292520	292569	292338	292269	292454	0.05
2	11.19	291375	291340				291358	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
26276.19	26037.35	0.65	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第5批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	14529	-	14529	4.984	6.33	14.66	4.98	6.33	14.70
	2	19169	-	19169	6.576			6.58		
	3	20499	-	20499	7.032			7.03		
	4	20125	-	20125	6.904			6.90		
	5	20782	-	20782	7.129			7.13		
	6	15580	-	15580	5.345			5.34		
10min	1	100571	-	100571	34.501	32.89	5.88	34.53	32.93	5.88
	2	96137	-	96137	32.980			33.02		
	3	104308	-	104308	35.783			35.82		
	4	92408	-	92408	31.701			31.74		
	5	92488	-	92488	31.728			31.77		
	6	89385	-	89385	30.664			30.69		
15min	1	167615	-	167615	57.501	58.63	2.72	57.72	58.85	2.71
	2	175106	-	175106	60.071			60.29		
	3	172688	-	172688	59.241			59.48		
	4	170291	-	170291	58.419			58.63		
	5	163821	-	163821	56.199			56.42		
	6	175983	-	175983	60.372			60.57		
20min	1	197301	-	197301	67.685	69.26	2.63	68.22	69.80	2.62
	2	207049	-	207049	71.029			71.58		
	3	203146	-	203146	69.690			70.26		
	4	200550	-	200550	68.799			69.34		
	5	194991	-	194991	66.892			67.42		
	6	208349	-	208349	71.475			72.01		
30min	1	218583	-	218583	74.986	76.90	2.82	75.90	77.83	2.80
	2	228967	-	228967	78.548			79.50		
	3	225499	-	225499	77.358			78.31		
	4	224931	-	224931	77.163			78.08		
	5	215122	-	215122	73.798			74.70		
	6	231948	-	231948	79.571			80.50		
45min	1	239813	-	239813	82.269	84.51	2.48	83.60	85.87	2.47
	2	252074	-	252074	86.475			87.86		
	3	246519	-	246519	84.569			85.95		
	4	248840	-	248840	85.366			86.72		
	5	238315	-	238315	81.755			83.06		
	6	252598	-	252598	86.655			88.03		
60min	1	252791	-	252791	86.721	89.28	2.29	88.51	91.10	2.29
	2	265724	-	265724	91.158			93.02		
	3	262591	-	262591	90.083			91.94		
	4	261132	-	261132	89.582			91.41		
	5	253139	-	253139	86.840			88.60		
	6	266104	-	266104	91.288			93.14		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-09

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.95	71267	71341	71446	71226	71109	71278	0.18
2	14.88	71358	71029				71194	0.33

单位质量响应值		RSD%	判断
4767.76	4784.54	0.25	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第5批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	24091	-	24091	32.703	39.09	9.83	32.70	39.09	9.83
	2	28610	-	28610	38.837			38.84		
	3	27299	-	27299	37.057			37.06		
	4	31492	-	31492	42.749			42.75		
	5	31512	-	31512	42.776			42.78		
	6	29761	-	29761	40.399			40.40		
10min	1	53624	-	53624	72.792	76.34	3.70	72.97	76.56	3.71
	2	55236	-	55236	74.981			75.20		
	3	58087	-	58087	78.851			79.06		
	4	59050	-	59050	80.158			80.40		
	5	54743	-	54743	74.311			74.55		
	6	56680	-	56680	76.941			77.17		
15min	1	68330	-	68330	92.755	94.59	2.97	93.34	95.23	2.97
	2	66485	-	66485	90.251			90.88		
	3	71996	-	71996	97.732			98.38		
	4	71471	-	71471	97.019			97.70		
	5	69356	-	69356	94.148			94.80		
	6	70440	-	70440	95.619			96.27		
20min	1	69725	-	69725	94.649	96.42	2.99	95.75	97.59	2.98
	2	67967	-	67967	92.262			93.40		
	3	74201	-	74201	100.725			101.91		
	4	72157	-	72157	97.950			99.17		
	5	71173	-	71173	96.614			97.79		
	6	70971	-	70971	96.340			97.52		
30min	1	71062	-	71062	96.464	97.22	3.12	98.09	98.92	3.11
	2	68193	-	68193	92.569			94.22		
	3	74759	-	74759	101.482			103.23		
	4	73151	-	73151	99.299			101.07		
	5	70813	-	70813	96.126			97.84		
	6	71735	-	71735	97.377			99.10		
45min	1	71491	-	71491	97.046	97.30	3.13	99.21	99.54	3.12
	2	67819	-	67819	92.062			94.22		
	3	74195	-	74195	100.717			103.03		
	4	73365	-	73365	99.590			101.91		
	5	70927	-	70927	96.281			98.52		
	6	72281	-	72281	98.119			100.38		
60min	1	71610	-	71610	97.208	97.97	3.15	99.91	100.76	3.13
	2	68643	-	68643	93.180			95.85		
	3	75375	-	75375	102.318			105.19		
	4	73662	-	73662	99.993			102.86		
	5	71516	-	71516	97.080			99.86		
	6	72244	-	72244	98.068			100.87		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	291825	291610	291736	291662	291814	291729	0.04
2	11.19	291668	291092				291380	0.14

单位质量响应值		RSD%	判断
26211.05	26039.32	0.47	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

未审阅版本

供试品溶液-第6批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	12799	-	12799	4.396	4.82	18.57	4.40	4.82	18.57
	2	18869	-	18869	6.481			6.48		
	3	12342	-	12342	4.239			4.24		
	4	13143	-	13143	4.514			4.51		
	5	11974	-	11974	4.113			4.11		
	6	15109	-	15109	5.189			5.19		
10min	1	91584	-	91584	31.456	34.47	4.58	31.48	34.50	4.57
	2	99833	-	99833	34.289			34.33		
	3	101693	-	101693	34.928			34.95		
	4	101292	-	101292	34.790			34.82		
	5	103766	-	103766	35.640			35.66		
	6	104058	-	104058	35.740			35.77		
15min	1	163987	-	163987	56.324	58.31	2.62	56.52	58.53	2.63
	2	175921	-	175921	60.423			60.65		
	3	168052	-	168052	57.720			57.94		
	4	166808	-	166808	57.293			57.51		
	5	170153	-	170153	58.442			58.66		
	6	173687	-	173687	59.655			59.88		
20min	1	191844	-	191844	65.892	68.24	2.50	66.40	68.78	2.50
	2	206604	-	206604	70.961			71.52		
	3	196161	-	196161	67.375			67.91		
	4	197108	-	197108	67.700			68.24		
	5	200230	-	200230	68.772			69.32		
	6	200068	-	200068	68.716			69.28		
30min	1	217276	-	217276	74.627	75.62	2.20	75.50	76.54	2.20
	2	227755	-	227755	78.226			79.18		
	3	215369	-	215369	73.972			74.88		
	4	216268	-	216268	74.281			75.19		
	5	223597	-	223597	76.798			77.73		
	6	220779	-	220779	75.830			76.77		
45min	1	237501	-	237501	81.573	82.98	1.72	82.87	84.32	1.73
	2	246895	-	246895	84.800			86.19		
	3	240179	-	240179	82.493			83.82		
	4	237605	-	237605	81.609			82.93		
	5	246384	-	246384	84.624			85.98		
	6	241035	-	241035	82.787			84.15		
60min	1	255552	-	255552	87.773	88.30	1.35	89.52	90.10	1.36
	2	262493	-	262493	90.157			92.02		
	3	253908	-	253908	87.209			88.99		
	4	253662	-	253662	87.124			88.90		
	5	257308	-	257308	88.376			90.20		
	6	259552	-	259552	89.147			90.97		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.95	71144	71185	71217	71085	71282	71183	0.11
2	14.88	70964	71154				71059	0.19

单位质量响应值		RSD%	判断
4761.40	4775.47	0.21	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第6批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	23065	-	23065	31.360	38.02	11.50	31.36	38.02	11.50
	2	31449	-	31449	42.760			42.76		
	3	26463	-	26463	35.981			35.98		
	4	30831	-	30831	41.919			41.92		
	5	26401	-	26401	35.896			35.90		
	6	29575	-	29575	40.212			40.21		
10min	1	50515	-	50515	68.683	76.95	5.83	68.86	77.17	5.82
	2	56022	-	56022	76.171			76.41		
	3	58626	-	58626	79.711			79.91		
	4	56262	-	56262	76.497			76.73		
	5	59512	-	59512	80.916			81.12		
	6	58649	-	58649	79.742			79.97		
15min	1	62867	-	62867	85.477	93.11	5.24	86.03	93.75	5.23
	2	68808	-	68808	93.555			94.22		
	3	69387	-	69387	94.342			94.99		
	4	66456	-	66456	90.357			91.02		
	5	73563	-	73563	100.020			100.67		
	6	69814	-	69814	94.923			95.59		
20min	1	62826	-	62826	85.422	94.41	5.78	86.45	95.56	5.77
	2	69003	-	69003	93.820			95.00		
	3	70589	-	70589	95.977			97.14		
	4	68348	-	68348	92.930			94.09		
	5	75135	-	75135	102.158			103.36		
	6	70717	-	70717	96.151			97.34		
30min	1	64159	-	64159	87.234	94.88	5.69	88.74	96.57	5.68
	2	69831	-	69831	94.946			96.65		
	3	70152	-	70152	95.382			97.08		
	4	67377	-	67377	91.609			93.29		
	5	76046	-	76046	103.396			105.17		
	6	71151	-	71151	96.741			98.47		
45min	1	66163	-	66163	89.959	96.55	4.89	91.95	98.76	4.89
	2	72445	-	72445	98.500			100.73		
	3	71076	-	71076	96.639			98.87		
	4	68760	-	68760	93.490			95.67		
	5	76436	-	76436	103.926			106.27		
	6	71203	-	71203	96.811			99.08		
60min	1	67616	-	67616	91.934	98.57	4.17	94.42	101.32	4.20
	2	73873	-	73873	100.442			103.22		
	3	71859	-	71859	97.703			100.47		
	4	71301	-	71301	96.945			99.65		
	5	76534	-	76534	104.060			106.98		
	6	73810	-	73810	100.356			103.16		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-09

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	293382	294434	293898	294381	294132	294045	0.15
2	11.19	294658	293831				294244	0.20

单位质量响应值		RSD%	判断
26419.14	26295.26	0.34	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第6批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	16744	-	16744	5.700	4.75	22.65	5.70	4.76	22.68
	2	14262	-	14262	4.855			4.86		
	3	16671	-	16671	5.675			5.68		
	4	13157	-	13157	4.479			4.48		
	5	8171	-	8171	2.782			2.78		
	6	14776	-	14776	5.030			5.03		
10min	1	103488	-	103488	35.231	35.18	1.52	35.26	35.20	1.52
	2	102414	-	102414	34.866			34.89		
	3	106066	-	106066	36.109			36.14		
	4	101429	-	101429	34.531			34.56		
	5	103690	-	103690	35.300			35.32		
	6	102908	-	102908	35.034			35.06		
15min	1	179915	-	179915	61.250	60.20	2.57	61.48	60.42	2.57
	2	176548	-	176548	60.104			60.32		
	3	180649	-	180649	61.500			61.73		
	4	179250	-	179250	61.024			61.24		
	5	176224	-	176224	59.994			60.21		
	6	168309	-	168309	57.299			57.52		
20min	1	210791	-	210791	71.762	70.76	2.83	72.33	71.31	2.83
	2	206634	-	206634	70.347			70.90		
	3	213877	-	213877	72.812			73.39		
	4	211450	-	211450	71.986			72.54		
	5	207042	-	207042	70.485			71.03		
	6	197250	-	197250	67.152			67.69		
30min	1	232166	-	232166	79.039	78.29	2.76	80.00	79.24	2.75
	2	228276	-	228276	77.714			78.66		
	3	238636	-	238636	81.241			82.22		
	4	233088	-	233088	79.353			80.31		
	5	227838	-	227838	77.565			78.50		
	6	219796	-	219796	74.827			75.74		
45min	1	254060	-	254060	86.492	85.52	3.15	87.90	86.91	3.14
	2	246107	-	246107	83.785			85.16		
	3	260606	-	260606	88.721			90.15		
	4	257987	-	257987	87.829			89.23		
	5	249135	-	249135	84.816			86.18		
	6	239414	-	239414	81.506			82.84		
60min	1	271835	-	271835	92.544	91.51	2.82	94.43	93.37	2.81
	2	264732	-	264732	90.125			91.97		
	3	278216	-	278216	94.716			96.64		
	4	272756	-	272756	92.857			94.74		
	5	268903	-	268903	91.545			93.38		
	6	256326	-	256326	87.264			89.05		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-09

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.95	70250	70283	70352	70307	70193	70277	0.09
2	14.88	70292	70345				70318	0.06

单位质量响应值		RSD%	判断
4700.80	4725.67	0.38	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第6批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	32313	-	32313	44.449	40.45	9.53	44.45	40.45	9.54
	2	28926	-	28926	39.790			39.79		
	3	28267	-	28267	38.884			38.88		
	4	24604	-	24604	33.845			33.84		
	5	30988	-	30988	42.627			42.63		
	6	31331	-	31331	43.098			43.10		
10min	1	55253	-	55253	76.005	79.63	4.14	76.25	79.85	4.10
	2	57191	-	57191	78.671			78.89		
	3	59381	-	59381	81.684			81.90		
	4	61709	-	61709	84.886			85.07		
	5	57972	-	57972	79.745			79.98		
	6	55805	-	55805	76.764			77.00		
15min	1	67116	-	67116	92.324	94.84	3.07	92.99	95.50	3.05
	2	68194	-	68194	93.807			94.46		
	3	70169	-	70169	96.523			97.19		
	4	72650	-	72650	99.936			100.60		
	5	68254	-	68254	93.889			94.57		
	6	67280	-	67280	92.549			93.22		
20min	1	69396	-	69396	95.460	96.84	3.24	96.64	98.03	3.21
	2	68207	-	68207	93.824			95.00		
	3	72534	-	72534	99.777			100.98		
	4	73907	-	73907	101.665			102.88		
	5	69506	-	69506	95.611			96.81		
	6	68844	-	68844	94.701			95.88		
30min	1	70166	-	70166	96.519	97.77	4.27	98.23	99.50	4.22
	2	67294	-	67294	92.569			94.27		
	3	74438	-	74438	102.396			104.16		
	4	75062	-	75062	103.254			105.03		
	5	69837	-	69837	96.067			97.80		
	6	69646	-	69646	95.804			97.51		
45min	1	70358	-	70358	96.783	97.77	4.09	99.03	100.04	4.05
	2	67493	-	67493	92.842			95.06		
	3	73585	-	73585	101.222			103.55		
	4	75455	-	75455	103.795			106.15		
	5	69901	-	69901	96.155			98.42		
	6	69651	-	69651	95.811			98.05		
60min	1	71993	-	71993	99.032	99.60	3.69	101.82	102.42	3.66
	2	68368	-	68368	94.046			96.78		
	3	74400	-	74400	102.343			105.24		
	4	76114	-	76114	104.701			107.63		
	5	72355	-	72355	99.530			102.33		
	6	71210	-	71210	97.955			100.73		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-09

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	294055	294019	293388	293309	293728	293700	0.12
2	11.19	294260	294318				294289	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
26388.14	26299.29	0.24	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第7批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	11277	-	11277	3.841	5.36	34.31	3.84	5.36	34.28
	2	22512	-	22512	7.668			7.67		
	3	22467	-	22467	7.653			7.65		
	4	14960	-	14960	5.096			5.10		
	5	11912	-	11912	4.057			4.06		
	6	11327	-	11327	3.858			3.86		
10min	1	95706	-	95706	32.599	33.94	4.60	32.62	33.96	4.59
	2	99734	-	99734	33.971			34.01		
	3	96792	-	96792	32.969			33.01		
	4	98010	-	98010	33.384			33.41		
	5	108477	-	108477	36.949			36.97		
	6	99065	-	99065	33.743			33.76		
15min	1	177625	-	177625	60.501	57.84	2.54	60.70	58.06	2.52
	2	168924	-	168924	57.538			57.77		
	3	170365	-	170365	58.029			58.25		
	4	164750	-	164750	56.116			56.33		
	5	167547	-	167547	57.069			57.30		
	6	169719	-	169719	57.809			58.02		
20min	1	217436	-	217436	74.062	70.03	2.88	74.60	70.57	2.86
	2	201718	-	201718	68.708			69.26		
	3	203812	-	203812	69.421			69.97		
	4	202018	-	202018	68.810			69.34		
	5	203770	-	203770	69.407			69.95		
	6	204853	-	204853	69.776			70.31		
30min	1	240748	-	240748	82.002	78.17	2.50	82.95	79.10	2.48
	2	225254	-	225254	76.725			77.66		
	3	226248	-	226248	77.063			78.00		
	4	227345	-	227345	77.437			78.34		
	5	227577	-	227577	77.516			78.45		
	6	229739	-	229739	78.252			79.17		
45min	1	266711	-	266711	90.845	86.70	2.55	92.25	88.06	2.53
	2	247270	-	247270	84.224			85.58		
	3	251866	-	251866	85.789			87.15		
	4	253977	-	253977	86.508			87.85		
	5	253401	-	253401	86.312			87.67		
	6	253959	-	253959	86.502			87.85		
60min	1	279611	-	279611	95.239	91.15	2.53	97.15	92.99	2.51
	2	259840	-	259840	88.505			90.33		
	3	263028	-	263028	89.591			91.43		
	4	266798	-	266798	90.875			92.69		
	5	267404	-	267404	91.081			92.92		
	6	268926	-	268926	91.600			93.43		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.95	70164	70143	70226	70171	70146	70170	0.05
2	14.88	70354	70450				70402	0.10

单位质量响应值		RSD%	判断
4693.65	4731.32	0.57	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第7批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	27264	-	27264	37.510	42.06	12.92	37.51	42.06	12.92
	2	32697	-	32697	44.985			44.99		
	3	36444	-	36444	50.140			50.14		
	4	31445	-	31445	43.263			43.26		
	5	25369	-	25369	34.903			34.90		
	6	30201	-	30201	41.551			41.55		
10min	1	52396	-	52396	72.087	75.46	3.63	72.30	75.70	3.61
	2	54049	-	54049	74.362			74.61		
	3	53436	-	53436	73.518			73.80		
	4	57438	-	57438	79.024			79.26		
	5	54827	-	54827	75.432			75.63		
	6	56939	-	56939	78.338			78.57		
15min	1	67542	-	67542	92.925	94.65	2.23	93.53	95.30	2.23
	2	69469	-	69469	95.577			96.24		
	3	70097	-	70097	96.441			97.13		
	4	67615	-	67615	93.026			93.71		
	5	67217	-	67217	92.478			93.09		
	6	70815	-	70815	97.429			98.09		
20min	1	68860	-	68860	94.739	96.48	1.97	95.86	97.66	1.98
	2	70261	-	70261	96.666			97.86		
	3	70350	-	70350	96.789			98.01		
	4	69969	-	69969	96.265			97.46		
	5	68760	-	68760	94.601			95.73		
	6	72564	-	72564	99.835			101.04		
30min	1	69379	-	69379	95.453	97.91	2.10	97.10	99.62	2.11
	2	70776	-	70776	97.375			99.11		
	3	72485	-	72485	99.726			101.49		
	4	70431	-	70431	96.900			98.63		
	5	70490	-	70490	96.981			98.63		
	6	73417	-	73417	101.008			102.77		
45min	1	71101	-	71101	97.822	98.96	2.02	100.00	101.22	2.01
	2	70960	-	70960	97.628			99.90		
	3	72409	-	72409	99.622			101.94		
	4	71029	-	71029	97.723			99.99		
	5	71387	-	71387	98.215			100.41		
	6	74668	-	74668	102.730			105.05		
60min	1	69687	-	69687	95.877	96.88	2.02	98.60	99.69	2.01
	2	69363	-	69363	95.431			98.25		
	3	71120	-	71120	97.848			100.72		
	4	69245	-	69245	95.268			98.08		
	5	70114	-	70114	96.464			99.20		
	6	72957	-	72957	100.376			103.27		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-09

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.13	292426	293512	293625	293701	294374	293528	0.24
2	11.19	293604	294247				293926	0.16

单位质量响应值		RSD%	判断
26372.69	26266.85	0.29	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

未审阅版本

供试品溶液-第7批-阿齐沙坦-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	13741	-	13741	4.685	6.32	25.22	4.68	6.32	25.26
	2	12391	-	12391	4.224			4.22		
	3	19551	-	19551	6.665			6.67		
	4	18733	-	18733	6.387			6.39		
	5	23844	-	23844	8.129			8.13		
	6	22912	-	22912	7.811			7.81		
10min	1	87742	-	87742	29.913	33.14	5.04	29.94	33.18	5.05
	2	98855	-	98855	33.702			33.73		
	3	101779	-	101779	34.699			34.74		
	4	96982	-	96982	33.063			33.10		
	5	98558	-	98558	33.601			33.65		
	6	99347	-	99347	33.870			33.91		
15min	1	164638	-	164638	56.129	57.50	3.49	56.32	57.72	3.48
	2	176257	-	176257	60.090			60.30		
	3	164466	-	164466	56.070			56.30		
	4	167062	-	167062	56.955			57.17		
	5	163565	-	163565	55.763			56.00		
	6	175925	-	175925	59.977			60.21		
20min	1	206460	-	206460	70.387	70.55	3.35	70.89	71.09	3.34
	2	217268	-	217268	74.072			74.62		
	3	200363	-	200363	68.309			68.85		
	4	205384	-	205384	70.020			70.56		
	5	199520	-	199520	68.021			68.56		
	6	212626	-	212626	72.489			73.05		
30min	1	231262	-	231262	78.843	78.56	3.75	79.74	79.49	3.73
	2	241885	-	241885	82.464			83.42		
	3	221370	-	221370	75.470			76.39		
	4	230985	-	230985	78.748			79.67		
	5	219869	-	219869	74.959			75.88		
	6	237253	-	237253	80.885			81.85		
45min	1	264710	-	264710	90.246	88.82	3.20	91.58	90.19	3.19
	2	268117	-	268117	91.407			92.82		
	3	247927	-	247927	84.524			85.86		
	4	263322	-	263322	89.773			91.13		
	5	252349	-	252349	86.032			87.37		
	6	266768	-	266768	90.948			92.36		
60min	1	278137	-	278137	94.824	92.72	3.12	96.66	94.58	3.10
	2	283024	-	283024	96.490			98.41		
	3	262997	-	262997	89.662			91.47		
	4	272077	-	272077	92.758			94.62		
	5	261342	-	261342	89.098			90.91		
	6	274231	-	274231	93.492			95.41		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	14.95	69565	69998	70125	70011	70076	69955	0.33
2	14.88	70138	70422				70280	0.29

单位质量响应值		RSD%	判断
4679.26	4723.12	0.66	数据可信



操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2026-01-09

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-第7批-氨氯地平-pH5.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	25112	-	25112	34.633	41.19	11.97	34.63	41.19	11.97
	2	26692	-	26692	36.812			36.81		
	3	33393	-	33393	46.053			46.05		
	4	30610	-	30610	42.215			42.22		
	5	34091	-	34091	47.016			47.02		
	6	29315	-	29315	40.429			40.43		
10min	1	52818	-	52818	72.843	76.71	3.24	73.04	76.94	3.25
	2	55765	-	55765	76.907			77.11		
	3	54610	-	54610	75.314			75.57		
	4	58202	-	58202	80.268			80.50		
	5	56346	-	56346	77.708			77.97		
	6	56000	-	56000	77.231			77.46		
15min	1	67946	-	67946	93.706	94.76	1.45	94.30	95.42	1.44
	2	69638	-	69638	96.040			96.67		
	3	67905	-	67905	93.650			94.32		
	4	68117	-	68117	93.942			94.62		
	5	68406	-	68406	94.341			95.03		
	6	70257	-	70257	96.893			97.55		
20min	1	71167	-	71167	98.149	97.81	1.21	99.27	98.99	1.19
	2	71320	-	71320	98.360			99.52		
	3	71280	-	71280	98.304			99.50		
	4	69331	-	69331	95.616			96.82		
	5	70663	-	70663	97.453			98.67		
	6	71765	-	71765	98.973			100.17		
30min	1	72169	-	72169	99.530	98.94	0.74	101.19	100.67	0.72
	2	71744	-	71744	98.944			100.66		
	3	71443	-	71443	98.529			100.27		
	4	71426	-	71426	98.506			100.24		
	5	71124	-	71124	98.089			99.85		
	6	72549	-	72549	100.054			101.80		
45min	1	74492	-	74492	102.734	101.36	1.64	104.95	103.64	1.60
	2	72939	-	72939	100.592			102.85		
	3	71560	-	71560	98.691			100.98		
	4	73213	-	73213	100.970			103.25		
	5	73911	-	73911	101.933			104.24		
	6	74877	-	74877	103.265			105.56		
60min	1	72741	-	72741	100.319	98.73	1.44	103.11	101.57	1.39
	2	71581	-	71581	98.719			101.54		
	3	71130	-	71130	98.097			100.93		
	4	70062	-	70062	96.625			99.47		
	5	71303	-	71303	98.336			101.21		
	6	72726	-	72726	100.299			103.17		

操作者: 谢超君

日　期: 2026-01-09

复核者:

日　期:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1837-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:30:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:22:49 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1838-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:34:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:22:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	292968	80.422	45135	1592	1.070	--
2	2.451	71321	19.578	8633	2002	1.073	3.801
总计		364289	100.000	53769			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1839-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:38:30 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:22:57 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	292876	80.416	45001	1561	1.075	--
2	2.451	71326	19.584	8492	1937	1.077	3.784
总计		364202	100.000	53493			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1840-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:42:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:00　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	292621	80.381	44316	1530	1.079	--
2	2.449	71422	19.619	8382	1864	1.077	3.672
总计		364043	100.000	52698			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1841-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:46:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:04 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	293061	80.472	44225	1502	1.081	--
2	2.450	71118	19.528	8245	1824	1.080	3.677
总计		364178	100.000	52471			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1842-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:50:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:07　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	292677	80.404	43659	1479	1.084	--
2	2.448	71331	19.596	8172	1771	1.078	3.585
总计		364008	100.000	51832			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1843-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:54:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:10 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	14593	33.300	2196	1495	1.089	--
2	2.448	29230	66.700	3341	1751	1.079	3.588
总计		43824	100.000	5537			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1844-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 13:57:57 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:13 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	15561	40.369	2328	1471	1.089	--
2	2.446	22986	59.631	2611	1713	1.081	3.522
总计		38547	100.000	4939			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1845-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:01:50　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:16　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	14165	35.739	2091	1443	1.100	--
2	2.447	25469	64.261	2884	1705	1.078	3.581
总计		39634	100.000	4975			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1846-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:05:43　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:19　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.699	8404	20.712	1235	1406	1.127	--
2	2.447	32169	79.288	3566	1661	1.080	3.551
总计		40572	100.000	4801			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1847-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:09:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:22　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	11535	29.220	1700	1407	1.100	--
2	2.448	27941	70.780	3092	1650	1.081	3.467
总计		39476	100.000	4792			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1848-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:13:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	11253	29.193	1654	1408	1.106	--
2	2.447	27294	70.807	3005	1614	1.092	3.465
总计		38547	100.000	4659			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1849-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:17:21　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	91505	63.260	13148	1359	1.109	--
2	2.450	53144	36.740	5798	1604	1.090	3.492
总计		144649	100.000	18946			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1850-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:21:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	96401	61.663	13866	1367	1.102	--
2	2.451	59933	38.337	6480	1581	1.092	3.449
总计		156334	100.000	20346			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1851-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:25:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	93193	62.327	13311	1352	1.106	--
2	2.453	56330	37.673	6055	1564	1.099	3.431
总计		149524	100.000	19366			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1852-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:28:59 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:37 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	97267	61.413	13871	1349	1.103	--
2	2.454	61115	38.587	6521	1541	1.097	3.404
总计		158382	100.000	20392			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1853-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:32:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:40 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	90535	62.118	12856	1338	1.107	--
2	2.454	55213	37.882	5860	1530	1.100	3.389
总计		145748	100.000	18716			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1854-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:36:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:43 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	98519	63.267	13922	1328	1.110	--
2	2.457	57201	36.733	6052	1519	1.094	3.374
总计		155720	100.000	19974			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1855-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:40:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:45　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	177390	71.018	24964	1327	1.104	--
2	2.457	72392	28.982	7628	1512	1.099	3.355
总计		249782	100.000	32592			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1856-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:44:30 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	177399	70.993	24902	1325	1.105	--
2	2.456	72484	29.007	7612	1499	1.102	3.303
总计		249882	100.000	32515			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1857-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:48:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:50 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	164959	69.640	23219	1327	1.105	--
2	2.455	71915	30.360	7557	1504	1.101	3.323
总计		236874	100.000	30776			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1858-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:52:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	167122	69.433	23496	1316	1.108	--
2	2.456	73572	30.567	7674	1476	1.102	3.333
总计		240695	100.000	31170			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1859-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:56:07 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	173344	70.844	24222	1299	1.110	--
2	2.456	71339	29.156	7414	1475	1.101	3.324
总计		244683	100.000	31636			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1860-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 14:59:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:23:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	172886	71.899	24090	1295	1.110	--
2	2.456	67572	28.101	7020	1452	1.106	3.301
总计		240459	100.000	31110			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1861-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:03:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:02 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	193810	72.268	26931	1294	1.108	--
2	2.457	74371	27.732	7662	1449	1.103	3.294
总计		268181	100.000	34593			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1862-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:07:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	211073	74.116	29323	1294	1.106	--
2	2.457	73713	25.884	7582	1443	1.108	3.279
总计		284786	100.000	36906			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1863-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:11:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	194182	72.427	26866	1272	1.114	--
2	2.457	73924	27.573	7592	1434	1.104	3.289
总计		268106	100.000	34458			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1864-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:15:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	196721	72.710	27197	1275	1.114	--
2	2.458	73833	27.290	7566	1439	1.107	3.288
总计		270554	100.000	34763			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1865-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:19:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	203445	73.924	28117	1278	1.108	--
2	2.458	71765	26.076	7333	1424	1.111	3.255
总计		275210	100.000	35450			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1866-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:23:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	201435	74.198	27755	1270	1.111	--
2	2.458	70048	25.802	7135	1420	1.105	3.254
总计		271483	100.000	34890			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1867-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:27:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	220115	75.815	30340	1271	1.110	--
2	2.458	70217	24.185	7138	1407	1.116	3.233
总计		290332	100.000	37478			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1868-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:31:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:24 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	230739	75.887	31752	1268	1.110	--
2	2.458	73316	24.113	7441	1409	1.110	3.237
总计		304055	100.000	39192			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1869-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:34:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	217143	74.330	29852	1263	1.111	--
2	2.458	74991	25.670	7578	1401	1.114	3.225
总计		292134	100.000	37429			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1870-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:38:47 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:30 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	216211	74.530	29665	1260	1.112	--
2	2.458	73890	25.470	7444	1387	1.119	3.213
总计		290101	100.000	37108			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1871-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:42:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:33 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.722	228272	75.697	31245	1254	1.112	--
2	2.459	73288	24.303	7363	1386	1.117	3.213
总计		301560	100.000	38608			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1872-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:46:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:36 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	224864	75.937	30718	1250	1.112	--
2	2.458	71257	24.063	7135	1379	1.125	3.200
总计		296120	100.000	37853			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1873-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:50:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:39 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	243283	77.432	33190	1246	1.113	--
2	2.459	70908	22.568	7108	1377	1.116	3.200
总计		314191	100.000	40299			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1874-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:54:18 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:42 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.724	253161	77.512	34469	1246	1.113	--
2	2.460	73448	22.488	7340	1367	1.119	3.188
总计		326608	100.000	41809			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1875-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 15:58:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:46 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	241256	76.234	32851	1243	1.115	--
2	2.460	75214	23.766	7498	1372	1.124	3.195
总计		316470	100.000	40349			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1876-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:02:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:49 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	243484	76.667	33054	1247	1.115	--
2	2.461	74102	23.333	7394	1367	1.119	3.182
总计		317585	100.000	40449			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1877-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:05:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:52 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	250163	77.586	33807	1234	1.115	--
2	2.461	72271	22.414	7192	1356	1.121	3.172
总计		322434	100.000	41000			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1878-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:09:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:55 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	246823	77.537	33311	1232	1.115	--
2	2.461	71506	22.463	7088	1356	1.127	3.167
总计		318329	100.000	40399			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1879-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:13:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:24:58 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	254173	78.410	34302	1229	1.116	--
2	2.461	69984	21.590	6943	1348	1.124	3.166
总计		324157	100.000	41246			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1880-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:17:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	265627	78.244	35784	1226	1.117	--
2	2.461	73858	21.756	7297	1338	1.127	3.153
总计		339485	100.000	43081			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1881-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:21:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:04　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	253332	76.972	34104	1224	1.116	--
2	2.461	75791	23.028	7485	1332	1.129	3.148
总计		329124	100.000	41588			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1882-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:25:21　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:07　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	253701	77.316	34113	1221	1.117	--
2	2.462	74432	22.684	7320	1336	1.131	3.147
总计		328133	100.000	41432			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1883-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:29:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:10 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	262416	78.287	35289	1219	1.115	--
2	2.461	72783	21.713	7172	1331	1.129	3.134
总计		335198	100.000	42461			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1884-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:33:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:13　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	260428	78.457	34968	1217	1.118	--
2	2.461	71510	21.543	7034	1328	1.125	3.142
总计		331938	100.000	42003			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1885-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:37:01 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:16 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	292372	80.365	39198	1213	1.113	--
2	2.460	71434	19.635	6986	1319	1.133	3.115
总计		363807	100.000	46184			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1886-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:40:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:19 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	292443	80.384	39171	1209	1.114	--
2	2.459	71364	19.616	6995	1321	1.133	3.107
总计		363807	100.000	46166			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1887-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:44:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:22 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1888-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:48:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:25 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	292574	80.413	39395	1222	1.114	--
2	2.457	71267	19.587	7026	1335	1.133	3.114
总计		363840	100.000	46422			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1889-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:52:39 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:28 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	292520	80.393	39170	1223	1.115	--
2	2.454	71341	19.607	7026	1329	1.135	3.080
总计		363862	100.000	46196			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1890-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:56:33 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	292569	80.373	39481	1227	1.116	--
2	2.454	71446	19.627	7029	1330	1.133	3.128
总计		364015	100.000	46510			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1891-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:00:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.727	292338	80.409	39175	1213	1.118	--
2	2.451	71226	19.591	6996	1315	1.139	3.090
总计		363564	100.000	46171			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1892-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:04:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:38 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	292269	80.431	39316	1224	1.117	--
2	2.451	71109	19.569	7013	1325	1.133	3.078
总计		363377	100.000	46329			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1893-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:08:15 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:41 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.728	14529	37.621	1964	1226	1.104	--
2	2.449	24091	62.379	2392	1331	1.132	3.095
总计		38620	100.000	4357			

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1894-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:12:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	19169	40.121	2599	1210	1.116	--
2	2.447	28610	59.879	2843	1331	1.127	3.076
总计		47779	100.000	5442			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1895-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:16:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	20499	42.886	2757	1209	1.114	--
2	2.446	27299	57.114	2698	1324	1.132	3.096
总计		47798	100.000	5455			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1896-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:19:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:50 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	20125	38.990	2708	1217	1.114	--
2	2.444	31492	61.010	3144	1350	1.114	3.098
总计		51617	100.000	5851			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1897-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:23:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.723	20782	39.741	2808	1219	1.115	--
2	2.442	31512	60.259	3117	1311	1.132	3.082
总计		52294	100.000	5925			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1898-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:27:42 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.725	15580	34.362	2102	1214	1.128	--
2	2.441	29761	65.638	2960	1322	1.133	3.071
总计		45341	100.000	5062			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1899-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:31:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:25:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	100571	65.223	13693	1233	1.126	--
2	2.443	53624	34.777	5323	1333	1.137	3.140
总计		154196	100.000	19017			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1900-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:35:30 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:02 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.721	96137	63.510	13055	1230	1.127	--
2	2.442	55236	36.490	5475	1340	1.139	3.116
总计		151373	100.000	18530			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1901-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:39:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:05 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	104308	64.231	14209	1231	1.126	--
2	2.442	58087	35.769	5775	1340	1.138	3.144
总计		162395	100.000	19983			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1902-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:43:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:08 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	92408	61.012	12528	1229	1.130	--
2	2.441	59050	38.988	5878	1335	1.135	3.127
总计		151459	100.000	18406			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1903-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:47:13　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:10　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	92488	62.818	12606	1231	1.125	--
2	2.441	54743	37.182	5412	1317	1.145	3.131
总计		147231	100.000	18018			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1904-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:51:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:13　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	89385	61.195	12156	1233	1.129	--
2	2.440	56680	38.805	5628	1326	1.144	3.122
总计		146065	100.000	17785			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1905-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:55:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:16　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	167615	71.040	22837	1229	1.128	--
2	2.441	68330	28.960	6767	1330	1.140	3.145
总计		235945	100.000	29604			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1906-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:58:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:19　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	175106	72.480	23763	1231	1.127	--
2	2.439	66485	27.520	6589	1323	1.138	3.099
总计		241592	100.000	30353			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1907-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:02:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:22　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	172688	70.576	23555	1230	1.127	--
2	2.439	71996	29.424	7134	1325	1.143	3.139
总计		244684	100.000	30689			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1908-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:06:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:25 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	170291	70.437	23107	1230	1.128	--
2	2.439	71471	29.563	7085	1324	1.142	3.101
总计		241762	100.000	30192			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1909-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:10:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:28　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	163821	70.256	22287	1227	1.128	--
2	2.439	69356	29.744	6869	1318	1.140	3.124
总计		233176	100.000	29156			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1910-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:14:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:31　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	175983	71.415	23872	1230	1.129	--
2	2.438	70440	28.585	6975	1323	1.144	3.103
总计		246423	100.000	30847			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1911-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:18:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:34 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	197301	73.888	26867	1232	1.126	--
2	2.439	69725	26.112	6906	1319	1.143	3.116
总计		267026	100.000	33774			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1912-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:22:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.718	207049	75.286	28013	1225	1.127	--
2	2.437	67967	24.714	6732	1310	1.144	3.089
总计		275016	100.000	34745			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1913-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:26:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:40 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	203146	73.246	27624	1225	1.129	--
2	2.437	74201	26.754	7330	1323	1.150	3.118
总计		277347	100.000	34953			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1914-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:30:06 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	200550	73.541	27145	1221	1.130	--
2	2.437	72157	26.459	7122	1313	1.145	3.096
总计		272707	100.000	34267			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1915-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:34:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	194991	73.260	26532	1225	1.128	--
2	2.437	71173	26.740	7034	1321	1.145	3.119
总计		266164	100.000	33566			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1916-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:37:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:51 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	208349	74.591	28288	1223	1.130	--
2	2.436	70971	25.409	7008	1315	1.149	3.102
总计		279320	100.000	35297			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1917-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:41:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:54 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	218583	75.466	29628	1220	1.128	--
2	2.436	71062	24.534	7002	1308	1.151	3.093
总计		289645	100.000	36631			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1918-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:45:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:26:57　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.717	228967	77.052	30912	1218	1.130	--
2	2.434	68193	22.948	6719	1308	1.149	3.077
总计		297160	100.000	37631			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1919-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:49:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	225499	75.102	30577	1217	1.128	--
2	2.434	74759	24.898	7366	1311	1.149	3.096
总计		300258	100.000	37943			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1920-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:53:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:03 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	224931	75.459	30445	1219	1.130	--
2	2.434	73151	24.541	7218	1308	1.152	3.084
总计		298082	100.000	37663			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1921-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:57:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:06 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	215122	75.235	29162	1219	1.128	--
2	2.434	70813	24.765	6986	1306	1.146	3.088
总计		285935	100.000	36148			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1922-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:01:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:09 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	231948	76.378	31362	1209	1.130	--
2	2.433	71735	23.622	7064	1308	1.149	3.088
总计		303684	100.000	38426			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1923-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:05:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:12 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	239813	77.035	32484	1213	1.129	--
2	2.434	71491	22.965	7029	1296	1.147	3.088
总计		311304	100.000	39513			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1924-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:09:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	252074	78.800	34059	1211	1.129	--
2	2.434	67819	21.200	6705	1312	1.140	3.086
总计		319892	100.000	40764			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1925-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:13:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	246519	76.866	33361	1210	1.130	--
2	2.433	74195	23.134	7287	1296	1.153	3.085
总计		320714	100.000	40648			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1926-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:16:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	248840	77.230	33548	1206	1.133	--
2	2.433	73365	22.770	7199	1297	1.155	3.098
总计		322205	100.000	40748			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1927-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:20:51 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:24 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	238315	77.064	32214	1211	1.131	--
2	2.434	70927	22.936	6964	1296	1.150	3.079
总计		309242	100.000	39177			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1928-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:24:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	252598	77.751	34050	1201	1.130	--
2	2.433	72281	22.249	7089	1295	1.157	3.082
总计		324879	100.000	41139			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1929-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:28:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:29 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	252791	77.926	34141	1207	1.131	--
2	2.434	71610	22.074	7009	1291	1.159	3.075
总计		324401	100.000	41151			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1930-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:32:34 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	265724	79.471	35748	1197	1.134	--
2	2.433	68643	20.529	6727	1289	1.158	3.089
总计		334368	100.000	42475			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1931-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:36:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	262591	77.697	35535	1210	1.131	--
2	2.433	75375	22.303	7377	1291	1.157	3.085
总计		337966	100.000	42912			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1932-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:40:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:38 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	261132	77.998	35194	1202	1.131	--
2	2.432	73662	22.002	7216	1288	1.158	3.084
总计		334795	100.000	42410			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1933-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:44:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	253139	77.972	34256	1211	1.132	--
2	2.433	71516	22.028	7015	1295	1.160	3.093
总计		324655	100.000	41270			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1934-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:48:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	266104	78.648	35789	1196	1.133	--
2	2.433	72244	21.352	7072	1287	1.152	3.088
总计		338348	100.000	42861			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1935-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:52:07 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	291375	80.328	39163	1200	1.128	--
2	2.433	71358	19.672	6952	1278	1.160	3.050
总计		362732	100.000	46115			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1936-2 - zzp5-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:56:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:51 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	291340	80.399	39197	1195	1.129	--
2	2.433	71029	19.601	6949	1283	1.158	3.072
总计		362369	100.000	46146			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220124批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1937-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:59:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1938-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:03:48　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:27:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	291825	80.399	39216	1192	1.129	--
2	2.433	71144	19.601	6941	1277	1.160	3.065
总计		362969	100.000	46157			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1939-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:07:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	291610	80.379	39112	1200	1.130	--
2	2.432	71185	19.621	6958	1287	1.157	3.035
总计		362795	100.000	46070			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1940-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:11:34 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:03 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	291736	80.378	39338	1199	1.129	--
2	2.434	71217	19.622	6946	1283	1.157	3.075
总计		362953	100.000	46285			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1941-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:15:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:06 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.719	291662	80.404	39211	1205	1.130	--
2	2.434	71085	19.596	6943	1280	1.161	3.038
总计		362747	100.000	46154			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1942-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:19:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:09 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.720	291814	80.368	39142	1199	1.130	--
2	2.432	71282	19.632	6958	1279	1.164	3.023
总计		363096	100.000	46100			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1943-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:23:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	12799	35.688	1736	1203	1.110	--
2	2.432	23065	64.312	2280	1293	1.153	3.068
总计		35863	100.000	4015			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1944-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:27:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.716	18869	37.499	2527	1189	1.138	--
2	2.431	31449	62.501	3072	1285	1.164	3.044
总计		50318	100.000	5600			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1945-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:30:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	12342	31.806	1670	1187	1.126	--
2	2.431	26463	68.194	2607	1287	1.162	3.067
总计		38805	100.000	4277			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1946-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:34:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	13143	29.888	1771	1211	1.150	--
2	2.431	30831	70.112	3027	1293	1.158	3.078
总计		43974	100.000	4798			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1947-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:38:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:23 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	11974	31.202	1630	1217	1.141	--
2	2.431	26401	68.798	2600	1282	1.158	3.078
总计		38375	100.000	4230			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1948-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:42:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	15109	33.813	2031	1195	1.128	--
2	2.430	29575	66.187	2900	1263	1.170	3.037
总计		44684	100.000	4931			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1949-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:46:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:29 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	91584	64.451	12345	1199	1.138	--
2	2.431	50515	35.549	4942	1276	1.166	3.051
总计		142099	100.000	17286			

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1950-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:50:19 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	99833	64.055	13429	1197	1.140	--
2	2.430	56022	35.945	5473	1269	1.165	3.057
总计		155855	100.000	18902			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1951-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:54:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	101693	63.432	13669	1198	1.141	--
2	2.430	58626	36.568	5735	1268	1.165	3.043
总计		160318	100.000	19404			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1952-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:58:04 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:38 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	101292	64.290	13665	1195	1.147	--
2	2.428	56262	35.710	5481	1271	1.170	3.068
总计		157554	100.000	19146			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1953-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:01:56 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:41 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	103766	63.552	13931	1192	1.142	--
2	2.430	59512	36.448	5804	1264	1.167	3.045
总计		163279	100.000	19735			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1954-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:05:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	104058	63.954	14001	1194	1.140	--
2	2.431	58649	36.046	5716	1269	1.164	3.055
总计		162707	100.000	19717			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1955-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:09:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:47 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	163987	72.287	22028	1192	1.141	--
2	2.431	62867	27.713	6118	1272	1.165	3.050
总计		226853	100.000	28147			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1956-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:13:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:51 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	175921	71.884	23612	1190	1.141	--
2	2.431	68808	28.116	6695	1265	1.168	3.048
总计		244730	100.000	30308			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1957-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:17:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.714	168052	70.777	22538	1189	1.142	--
2	2.431	69387	29.223	6751	1261	1.170	3.033
总计		237439	100.000	29289			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1958-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:21:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:28:57 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	166808	71.510	22382	1189	1.141	--
2	2.430	66456	28.490	6453	1261	1.177	3.037
总计		233264	100.000	28835			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1959-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:25:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	170153	69.816	22795	1186	1.138	--
2	2.429	73563	30.184	7150	1265	1.174	3.026
总计		243715	100.000	29944			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1960-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:29:01 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:03 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	173687	71.329	23332	1189	1.139	--
2	2.430	69814	28.671	6786	1262	1.170	3.039
总计		243501	100.000	30118			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1961-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:32:53 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:06 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	191844	75.330	25709	1185	1.141	--
2	2.430	62826	24.670	6102	1263	1.170	3.041
总计		254670	100.000	31811			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1962-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:36:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:09 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	206604	74.963	27758	1191	1.140	--
2	2.430	69003	25.037	6696	1257	1.176	3.040
总计		275607	100.000	34454			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1963-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:40:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	196161	73.537	26323	1189	1.141	--
2	2.430	70589	26.463	6833	1250	1.174	3.037
总计		266750	100.000	33156			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1964-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:44:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.698	197108	74.253	26416	1168	1.147	--
2	2.429	68348	25.747	6624	1248	1.179	3.085
总计		265457	100.000	33041			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1965-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:48:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:18 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	200230	72.714	26858	1184	1.144	--
2	2.429	75135	27.286	7280	1255	1.176	3.052
总计		275364	100.000	34139			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1966-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:52:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	200068	73.884	26797	1184	1.141	--
2	2.430	70717	26.116	6850	1246	1.177	3.030
总计		270784	100.000	33646			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1967-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:56:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	217276	77.203	29068	1182	1.142	--
2	2.429	64159	22.797	6218	1256	1.175	3.038
总计		281436	100.000	35286			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1968-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:59:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	227755	76.534	30475	1182	1.142	--
2	2.429	69831	23.466	6752	1251	1.177	3.030
总计		297586	100.000	37227			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1969-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:03:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:29　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	215369	75.430	28787	1179	1.143	--
2	2.430	70152	24.570	6803	1261	1.176	3.042
总计		285521	100.000	35589			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1970-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:07:38 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	216268	76.246	28965	1183	1.144	--
2	2.430	67377	23.754	6533	1250	1.177	3.033
总计		283644	100.000	35498			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1971-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:11:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	223597	74.621	30038	1187	1.144	--
2	2.430	76046	25.379	7362	1256	1.181	3.057
总计		299643	100.000	37400			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1972-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:15:20 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:38 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	220779	75.627	29543	1181	1.144	--
2	2.430	71151	24.373	6892	1254	1.175	3.033
总计		291930	100.000	36435			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1973-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:19:12 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:41 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	237501	78.212	31701	1174	1.143	--
2	2.430	66163	21.788	6396	1240	1.185	3.020
总计		303664	100.000	38097			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1974-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:23:03 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	246895	77.314	32943	1176	1.143	--
2	2.429	72445	22.686	7005	1242	1.173	3.011
总计		319340	100.000	39948			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1975-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:26:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:47 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	240179	77.165	32130	1178	1.143	--
2	2.429	71076	22.835	6875	1247	1.181	3.025
总计		311256	100.000	39005			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1976-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:30:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:51　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	237605	77.556	31716	1175	1.144	--
2	2.430	68760	22.444	6646	1243	1.182	3.012
总计		306365	100.000	38362			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1977-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:34:36 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:54 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	246384	76.322	32916	1175	1.144	--
2	2.430	76436	23.678	7374	1241	1.184	3.023
总计		322820	100.000	40290			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1978-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:38:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:56　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	241035	77.196	32172	1175	1.144	--
2	2.429	71203	22.804	6869	1240	1.187	3.013
总计		312238	100.000	39042			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1979-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:42:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:29:59　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	255552	79.077	34171	1178	1.145	--
2	2.429	67616	20.923	6506	1237	1.186	3.031
总计		323168	100.000	40677			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1980-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:46:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:30:02 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	262493	78.038	35031	1176	1.147	--
2	2.430	73873	21.962	7104	1231	1.187	3.021
总计		336365	100.000	42135			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1981-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:50:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:30:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	253908	77.942	33827	1170	1.145	--
2	2.429	71859	22.058	6913	1238	1.187	3.006
总计		325767	100.000	40740			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1982-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:53:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:30:08 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	253662	78.059	33789	1170	1.148	--
2	2.428	71301	21.941	6850	1226	1.197	3.010
总计		324962	100.000	40639			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1983-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:57:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:30:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	257308	77.075	34276	1171	1.146	--
2	2.429	76534	22.925	7370	1228	1.190	3.019
总计		333842	100.000	41646			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1984-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:01:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:30:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	259552	77.859	34544	1170	1.149	--
2	2.429	73810	22.141	7092	1228	1.185	3.019
总计		333362	100.000	41636			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1985-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:05:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:30:17 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	291668	80.431	38717	1165	1.143	--
2	2.430	70964	19.569	6819	1230	1.188	2.990
总计		362632	100.000	45536			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速:2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-250/25-1986-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:09:21　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:30:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.715	291092	80.358	38631	1165	1.143	--
2	2.430	71154	19.642	6816	1226	1.187	2.985
总计		362246	100.000	45446			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3453-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:17:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:08 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3454-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:21:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.680	293382	80.681	51935	2066	1.050	--
2	2.399	70250	19.319	10251	2840	1.034	4.384
总计		363632	100.000	62186			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3455-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:25:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	294434	80.729	52019	2058	1.050	--
2	2.397	70283	19.271	10289	2836	1.034	4.379
总计		364717	100.000	62309			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3456-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:29:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	293898	80.686	52006	2067	1.049	--
2	2.400	70352	19.314	10253	2836	1.033	4.384
总计		364249	100.000	62259			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3457-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:33:17　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	294381	80.721	52054	2062	1.051	--
2	2.400	70307	19.279	10257	2835	1.034	4.380
总计		364688	100.000	62310			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3458-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:37:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	294132	80.733	52047	2063	1.049	--
2	2.400	70193	19.267	10248	2840	1.033	4.383
总计		364325	100.000	62294			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3459-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:41:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	16744	34.131	2987	2060	1.074	--
2	2.401	32313	65.869	4624	2735	1.044	4.365
总计		49056	100.000	7611			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3460-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:44:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:30 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.680	14262	33.024	2541	2061	1.067	--
2	2.397	28926	66.976	4235	2817	1.030	4.368
总计		43188	100.000	6776			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3461-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:48:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:33　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	16671	37.098	2943	2017	1.079	--
2	2.400	28267	62.902	4133	2833	1.036	4.383
总计		44937	100.000	7076			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3462-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:52:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.680	13157	34.843	2352	2066	1.071	--
2	2.398	24604	65.157	3604	2817	1.036	4.372
总计		37761	100.000	5956			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3463-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:56:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:40 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	8171	20.866	1469	2066	1.074	--
2	2.398	30988	79.134	4541	2824	1.038	4.376
总计		39159	100.000	6009			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3464-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:00:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:43 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	14776	32.047	2638	2062	1.073	--
2	2.395	31331	67.953	4582	2824	1.033	4.377
总计		46107	100.000	7220			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3465-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:04:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	103488	65.193	18226	2040	1.063	--
2	2.399	55253	34.807	8087	2846	1.032	4.397
总计		158742	100.000	26313			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3466-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:08:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	102414	64.167	18098	2049	1.062	--
2	2.400	57191	35.833	8384	2847	1.034	4.402
总计		159605	100.000	26482			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3467-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:12:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	106066	64.109	18644	2030	1.063	--
2	2.396	59381	35.891	8702	2834	1.034	4.387
总计		165446	100.000	27346			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3468-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:15:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	101429	62.174	17816	2031	1.065	--
2	2.397	61709	37.826	9060	2843	1.032	4.388
总计		163138	100.000	26876			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3469-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:19:46 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:32:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	103690	64.140	18190	2029	1.065	--
2	2.398	57972	35.860	8473	2838	1.037	4.391
总计		161663	100.000	26664			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3470-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:23:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	102908	64.839	18131	2040	1.064	--
2	2.397	55805	35.161	8175	2839	1.034	4.395
总计		158713	100.000	26306			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3471-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:27:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:05　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	179915	72.831	31509	2021	1.058	--
2	2.399	67116	27.169	9782	2828	1.035	4.383
总计		247031	100.000	41291			

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3472-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:31:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:08　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	176548	72.136	31107	2037	1.058	--
2	2.399	68194	27.864	9949	2833	1.034	4.385
总计		244742	100.000	41056			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3473-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:35:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	180649	72.024	31791	2034	1.058	--
2	2.400	70169	27.976	10225	2836	1.031	4.384
总计		250818	100.000	42016			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3474-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:39:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:14　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	179250	71.159	31556	2034	1.059	--
2	2.399	72650	28.841	10599	2838	1.036	4.383
总计		251900	100.000	42155			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3475-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:43:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	176224	72.082	31035	2036	1.057	--
2	2.399	68254	27.918	9962	2831	1.035	4.381
总计		244478	100.000	40997			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3476-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:46:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	168309	71.442	29623	2033	1.059	--
2	2.399	67280	28.558	9806	2821	1.031	4.377
总计		235589	100.000	39429			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3477-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:50:45 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:23 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	210791	75.232	36929	2018	1.058	--
2	2.401	69396	24.768	10102	2840	1.033	4.382
总计		280188	100.000	47031			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3478-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:54:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:26　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	206634	75.183	36338	2028	1.057	--
2	2.401	68207	24.817	9927	2838	1.034	4.381
总计		274841	100.000	46265			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3479-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 00:58:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:29 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	213877	74.675	37509	2023	1.056	--
2	2.399	72534	25.325	10572	2826	1.035	4.376
总计		286411	100.000	48080			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3480-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:02:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	211450	74.100	37087	2026	1.058	--
2	2.400	73907	25.900	10774	2835	1.035	4.379
总计		285357	100.000	47861			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3481-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:06:13 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:35 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	207042	74.867	36338	2032	1.056	--
2	2.397	69506	25.133	10157	2837	1.033	4.382
总计		276547	100.000	46496			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3482-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:10:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:38　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	197250	74.128	34690	2032	1.058	--
2	2.398	68844	25.872	10059	2827	1.037	4.377
总计		266094	100.000	44750			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3483-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:13:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	232166	76.792	40501	2015	1.057	--
2	2.396	70166	23.208	10273	2834	1.038	4.372
总计		302332	100.000	50775			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3484-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:17:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:44　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	228276	77.233	39855	1996	1.059	--
2	2.397	67294	22.767	9854	2844	1.035	4.386
总计		295570	100.000	49709			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3485-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:21:41 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:47 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	238636	76.224	41725	2019	1.056	--
2	2.396	74438	23.776	10865	2820	1.034	4.375
总计		313074	100.000	52590			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3486-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:25:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:51　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	233088	75.641	40859	2030	1.055	--
2	2.397	75062	24.359	10947	2823	1.031	4.376
总计		308150	100.000	51806			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3487-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:29:25　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:53　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	227838	76.539	40023	2022	1.057	--
2	2.394	69837	23.461	10200	2826	1.032	4.375
总计		297675	100.000	50223			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3488-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:33:17　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:33:57　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	219796	75.938	38452	2019	1.059	--
2	2.396	69646	24.062	10184	2830	1.032	4.381
总计		289442	100.000	48636			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3489-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:37:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	254060	78.313	44450	2009	1.056	--
2	2.395	70358	21.687	10306	2827	1.035	4.374
总计		324418	100.000	54756			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3490-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:41:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:03　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	246107	78.478	43037	2004	1.055	--
2	2.394	67493	21.522	9857	2830	1.034	4.368
总计		313600	100.000	52894			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3491-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:44:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:06　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	260606	77.981	45618	2022	1.055	--
2	2.395	73585	22.019	10747	2825	1.033	4.371
总计		334191	100.000	56366			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3492-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:48:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:09　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	257987	77.371	45059	2014	1.056	--
2	2.396	75455	22.629	11032	2833	1.035	4.374
总计		333442	100.000	56091			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3493-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:52:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	249135	78.090	43718	2018	1.057	--
2	2.393	69901	21.910	10163	2816	1.037	4.367
总计		319035	100.000	53881			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3494-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 01:56:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:15　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	239414	77.464	42081	2027	1.055	--
2	2.394	69651	22.536	10158	2815	1.033	4.370
总计		309065	100.000	52239			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3495-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:00:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:19　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	271835	79.061	47641	2032	1.054	--
2	2.397	71993	20.939	10545	2838	1.036	4.385
总计		343828	100.000	58186			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3496-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:04:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:22　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	264732	79.475	46471	2031	1.054	--
2	2.398	68368	20.525	9999	2841	1.036	4.383
总计		333100	100.000	56470			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3497-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:08:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:25　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	278216	78.901	48545	2019	1.056	--
2	2.397	74400	21.099	10866	2822	1.036	4.370
总计		352616	100.000	59411			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3498-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:11:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:28　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	272756	78.183	47516	2018	1.057	--
2	2.396	76114	21.817	11110	2820	1.033	4.369
总计		348871	100.000	58626			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3499-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:15:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:31　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	268903	78.797	47130	2034	1.054	--
2	2.397	72355	21.203	10562	2819	1.032	4.375
总计		341259	100.000	57692			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3500-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:19:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:34　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	256326	78.259	44756	2012	1.058	--
2	2.396	71210	21.741	10410	2827	1.035	4.377
总计		327535	100.000	55166			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3501-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:23:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	294658	80.739	52086	2061	1.052	--
2	2.396	70292	19.261	10287	2838	1.035	4.378
总计		364950	100.000	62374			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-251/31-3502-2 - zzp6-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/09 02:27:26 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:34:40 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	293831	80.684	51752	2054	1.054	--
2	2.392	70345	19.316	10245	2826	1.037	4.372
总计		364176	100.000	61997			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220126批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3353-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:48:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3354-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:52:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:22 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.693	294055	80.736	51422	2075	1.038	--
2	2.421	70164	19.264	10177	2849	1.019	4.412
总计		364218	100.000	61599			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3355-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 16:56:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:26 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.694	294019	80.739	51503	2077	1.039	--
2	2.422	70143	19.261	10162	2843	1.019	4.411
总计		364162	100.000	61665			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3356-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:00:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:29 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.693	293388	80.687	51405	2079	1.039	--
2	2.421	70226	19.313	10191	2848	1.021	4.413
总计		363614	100.000	61596			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3357-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:04:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:32 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.692	293309	80.695	51378	2080	1.039	--
2	2.421	70171	19.305	10190	2850	1.020	4.416
总计		363480	100.000	61568			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3358-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:08:05 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:36 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.693	293728	80.722	51553	2083	1.039	--
2	2.421	70146	19.278	10194	2854	1.023	4.413
总计		363875	100.000	61747			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3359-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:11:58 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:39 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.691	11277	29.259	2015	2078	1.056	--
2	2.420	27264	70.741	3980	2855	1.033	4.423
总计		38541	100.000	5995			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3360-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:15:51 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:42 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	22512	40.776	3921	1990	1.068	--
2	2.420	32697	59.224	4772	2858	1.025	4.413
总计		55209	100.000	8693			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3361-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:19:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:45 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.689	22467	38.137	3978	2054	1.059	--
2	2.418	36444	61.863	5306	2850	1.025	4.417
总计		58911	100.000	9284			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3362-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:23:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.689	14960	32.238	2651	2058	1.066	--
2	2.417	31445	67.762	4575	2845	1.027	4.407
总计		46405	100.000	7226			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3363-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:27:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:51 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.688	11912	31.952	2121	2059	1.062	--
2	2.418	25369	68.048	3707	2871	1.028	4.432
总计		37281	100.000	5828			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3364-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:31:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:54 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	11327	27.275	2003	2044	1.059	--
2	2.417	30201	72.725	4411	2853	1.025	4.432
总计		41528	100.000	6415			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3365-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:35:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:38:57 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	95706	64.622	16767	2032	1.055	--
2	2.416	52396	35.378	7621	2852	1.025	4.418
总计		148102	100.000	24389			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3366-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:39:07 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	99734	64.854	17462	2029	1.055	--
2	2.415	54049	35.146	7850	2842	1.027	4.407
总计		153783	100.000	25311			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3367-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:43:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:03　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	96792	64.430	16939	2030	1.057	--
2	2.415	53436	35.570	7776	2836	1.026	4.407
总计		150228	100.000	24715			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3368-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:46:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:06　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	98010	63.050	17078	2008	1.058	--
2	2.414	57438	36.950	8363	2852	1.029	4.420
总计		155448	100.000	25440			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3369-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:50:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:09 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	108477	66.427	18998	2041	1.056	--
2	2.414	54827	33.573	8006	2853	1.023	4.421
总计		163304	100.000	27004			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3370-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:54:37 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:13 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	99065	63.502	17322	2030	1.056	--
2	2.413	56939	36.498	8291	2841	1.028	4.416
总计		156004	100.000	25613			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3371-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 17:58:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:16　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SOC(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	177625	72.451	30942	2026	1.051	--
2	2.413	67542	27.549	9833	2849	1.028	4.411
总计		245167	100.000	40775			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3372-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:02:23 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:19 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	168924	70.859	29394	2025	1.051	--
2	2.413	69469	29.141	10119	2856	1.024	4.413
总计		238393	100.000	39514			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3373-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:06:16 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:22 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	170365	70.849	29694	2030	1.053	--
2	2.413	70097	29.151	10198	2834	1.026	4.407
总计		240462	100.000	39892			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3374-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:10:08 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:25 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	164750	70.901	28594	2020	1.054	--
2	2.413	67615	29.099	9811	2828	1.026	4.397
总计		232365	100.000	38405			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3375-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:14:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:28　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	167547	71.368	29194	2028	1.051	--
2	2.412	67217	28.632	9781	2840	1.026	4.405
总计		234764	100.000	38976			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3376-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:17:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:31　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	169719	70.559	29549	2025	1.052	--
2	2.411	70815	29.441	10274	2833	1.029	4.394
总计		240534	100.000	39823			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3377-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:21:46 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:34 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	217436	75.948	37979	2039	1.049	--
2	2.412	68860	24.052	10013	2839	1.025	4.405
总计		286296	100.000	47991			

图225 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3378-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:25:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	201718	74.167	35225	2037	1.050	--
2	2.413	70261	25.833	10208	2845	1.027	4.409
总计		271979	100.000	45433			

图226 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3379-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:29:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:40　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	203812	74.340	35514	2026	1.052	--
2	2.413	70350	25.660	10222	2833	1.025	4.407
总计		274162	100.000	45736			

图227 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3380-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:33:24 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	202018	74.275	35370	2043	1.049	--
2	2.413	69969	25.725	10191	2841	1.028	4.406
总计		271986	100.000	45561			

图228 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3381-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:37:17　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	203770	74.770	35601	2036	1.051	--
2	2.411	68760	25.230	9999	2841	1.030	4.407
总计		272531	100.000	45600			

图229 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3382-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:41:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:50 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	204853	73.843	35660	2026	1.051	--
2	2.412	72564	26.157	10511	2826	1.029	4.393
总计		277417	100.000	46171			

图230 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3383-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:45:02 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	240748	77.629	42047	2039	1.048	--
2	2.412	69379	22.371	10079	2837	1.028	4.400
总计		310127	100.000	52126			

图231 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3384-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:48:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	225254	76.091	39284	2034	1.050	--
2	2.412	70776	23.909	10292	2842	1.029	4.405
总计		296030	100.000	49576			

图232 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3385-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:52:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:39:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	226248	75.736	39530	2042	1.049	--
2	2.412	72485	24.264	10529	2843	1.025	4.406
总计		298733	100.000	50059			

图233 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3386-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 18:56:40　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	227345	76.348	39755	2037	1.049	--
2	2.413	70431	23.652	10237	2840	1.026	4.402
总计		297777	100.000	49992			

图234 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3387-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:00:32 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:05 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	227577	76.351	39619	2025	1.051	--
2	2.411	70490	23.649	10245	2835	1.026	4.400
总计		298068	100.000	49864			

图235 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3388-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:04:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:08 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	229739	75.782	40299	2053	1.048	--
2	2.412	73417	24.218	10688	2848	1.026	4.409
总计		303156	100.000	50986			

图236 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3389-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:08:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:11　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	266711	78.953	46395	2032	1.048	--
2	2.412	71101	21.047	10348	2846	1.027	4.401
总计		337812	100.000	56743			

图237 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3390-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:12:11 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:14 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	247270	77.702	43029	2016	1.049	--
2	2.411	70960	22.298	10332	2846	1.028	4.404
总计		318231	100.000	53361			

图238 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3391-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:16:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:17　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.680	251866	77.671	44256	2031	1.047	--
2	2.405	72409	22.329	10584	2852	1.028	4.402
总计		324275	100.000	54840			

图239 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3392-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:19:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:20　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	253977	78.145	44471	2039	1.047	--
2	2.409	71029	21.855	10320	2850	1.028	4.405
总计		325006	100.000	54791			

图240 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3393-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:23:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	253401	78.021	44231	2043	1.047	--
2	2.410	71387	21.979	10369	2845	1.027	4.400
总计		324788	100.000	54600			

图241 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3394-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:27:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:27　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	253959	77.279	44457	2046	1.046	--
2	2.408	74668	22.721	10864	2844	1.031	4.398
总计		328627	100.000	55321			

图242 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3395-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:31:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:30　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.682	279611	80.049	48969	2038	1.048	--
2	2.406	69687	19.951	10132	2831	1.029	4.392
总计		349298	100.000	59100			

图243 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3396-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:35:29 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:33 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	259840	78.930	45318	2035	1.047	--
2	2.410	69363	21.070	10087	2846	1.027	4.398
总计		329203	100.000	55405			

图244 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3397-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:39:22 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:36 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-20SQC(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	263028	78.716	46032	2051	1.048	--
2	2.410	71120	21.284	10338	2847	1.026	4.403
总计		334147	100.000	56371			

图245 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3398-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:43:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:39 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	266798	79.394	46611	2043	1.047	--
2	2.409	69245	20.606	10044	2831	1.028	4.395
总计		336043	100.000	56655			

图246 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3399-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:47:07 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:42 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	267404	79.227	46852	2045	1.047	--
2	2.408	70114	20.773	10195	2833	1.029	4.397
总计		337518	100.000	57047			

图247 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3400-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:51:00 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:45 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	268926	78.660	47000	2029	1.048	--
2	2.408	72957	21.340	10592	2840	1.028	4.396
总计		341883	100.000	57593			

图248 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3401-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:54:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:48 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	294260	80.705	51813	2065	1.044	--
2	2.410	70354	19.295	10229	2842	1.024	4.398
总计		364614	100.000	62042			

图249 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3402-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 19:58:48 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:51 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	294318	80.686	51805	2067	1.044	--
2	2.410	70450	19.314	10234	2847	1.029	4.401
总计		364769	100.000	62039			

图250 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3403-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-rj.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:02:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:54 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图251 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3404-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:06:38 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:40:58 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.687	292426	80.783	51501	2075	1.048	--
2	2.411	69565	19.217	10120	2847	1.030	4.402
总计		361991	100.000	61622			

图252 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3405-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:10:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:01　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.688	293512	80.744	51797	2074	1.044	--
2	2.412	69998	19.256	10199	2849	1.028	4.399
总计		363510	100.000	61996			

图253 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3406-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:14:28 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:04 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.687	293625	80.722	51796	2072	1.044	--
2	2.411	70125	19.278	10185	2837	1.028	4.396
总计		363750	100.000	61981			

图254 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3407-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:18:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:07　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	293701	80.751	51771	2071	1.044	--
2	2.410	70011	19.249	10165	2840	1.027	4.395
总计		363712	100.000	61936			

图255 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3408-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:22:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:10　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	294374	80.772	51844	2072	1.046	--
2	2.409	70076	19.228	10175	2846	1.028	4.396
总计		364450	100.000	62019			

图256 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3409-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:26:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:13　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	13741	35.366	2290	1776	1.107	--
2	2.406	25112	64.634	3661	2841	1.032	4.366
总计		38853	100.000	5951			

图257 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3410-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:30:09 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:16 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	12391	31.705	2179	1997	1.063	--
2	2.405	26692	68.295	3906	2836	1.041	4.401
总计		39083	100.000	6085			

图258 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3411-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:34:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:19　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	19551	36.928	3480	2053	1.075	--
2	2.405	33393	63.072	4901	2859	1.033	4.410
总计		52945	100.000	8381			

图259 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3412-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:37:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:22　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	18733	37.965	3344	2070	1.069	--
2	2.404	30610	62.035	4481	2823	1.036	4.398
总计		49343	100.000	7824			

图260 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3413-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:41:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:25 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	23844	41.156	4240	2057	1.071	--
2	2.404	34091	58.844	4974	2829	1.032	4.397
总计		57935	100.000	9213			

图261 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3414-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:45:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:28 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.680	22912	43.869	4071	2045	1.069	--
2	2.403	29315	56.131	4293	2838	1.038	4.396
总计		52227	100.000	8364			

图262 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3415-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:49:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:31　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	87742	62.423	15418	2022	1.060	--
2	2.402	52818	37.577	7696	2838	1.033	4.397
总计		140561	100.000	23114			

图263 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3416-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:53:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:34　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	98855	63.934	17327	2020	1.065	--
2	2.401	55765	36.066	8120	2828	1.035	4.390
总计		154621	100.000	25446			

图264 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3417-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 20:57:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:37　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	101779	65.081	17886	2020	1.063	--
2	2.403	54610	34.919	7994	2847	1.028	4.398
总计		156389	100.000	25880			

图265 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3418-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:01:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:41　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	96982	62.495	16997	2014	1.065	--
2	2.401	58202	37.505	8466	2837	1.032	4.391
总计		155183	100.000	25463			

图266 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3419-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:05:14 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:44 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	98558	63.625	17345	2028	1.062	--
2	2.402	56346	36.375	8230	2839	1.032	4.398
总计		154905	100.000	25575			

图267 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3420-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:09:07 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:47 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	99347	63.951	17260	1964	1.070	--
2	2.401	56000	36.049	8151	2831	1.036	4.391
总计		155347	100.000	25411			

图268 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3421-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:13:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:50　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	164638	70.786	28912	2026	1.059	--
2	2.402	67946	29.214	9893	2827	1.035	4.388
总计		232584	100.000	38805			

图269 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3422-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:16:54 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:54 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	176257	71.680	30884	2019	1.059	--
2	2.401	69638	28.320	10126	2832	1.032	4.385
总计		245895	100.000	41010			

图270 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3423-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:20:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:41:57　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	164466	70.777	28893	2030	1.058	--
2	2.400	67905	29.223	9893	2835	1.031	4.391
总计		232371	100.000	38786			

图271 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3424-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:24:40 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:00 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	167062	71.036	29181	2014	1.061	--
2	2.399	68117	28.964	9946	2833	1.035	4.383
总计		235179	100.000	39127			

图272 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3425-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:28:34 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:03 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	163565	70.511	28628	2023	1.060	--
2	2.400	68406	29.489	9968	2825	1.036	4.386
总计		231971	100.000	38596			

图273 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3426-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:32:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:06 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	175925	71.461	30845	2020	1.057	--
2	2.401	70257	28.539	10230	2839	1.034	4.386
总计		246182	100.000	41075			

图274 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3427-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:36:21 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:09 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.679	206460	74.366	36251	2026	1.055	--
2	2.401	71167	25.634	10360	2842	1.034	4.385
总计		277627	100.000	46611			

图275 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3428-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:40:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	217268	75.287	38083	2020	1.057	--
2	2.400	71320	24.713	10371	2827	1.036	4.381
总计		288587	100.000	48454			

图276 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3429-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:44:10 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	200363	73.760	35148	2024	1.058	--
2	2.401	71280	26.240	10362	2838	1.036	4.388
总计		271643	100.000	45510			

图277 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3430-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:48:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	205384	74.763	35851	2015	1.060	--
2	2.399	69331	25.237	10103	2825	1.034	4.378
总计		274715	100.000	45954			

图278 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3431-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:51:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	199520	73.846	34973	2020	1.057	--
2	2.401	70663	26.154	10292	2837	1.035	4.386
总计		270183	100.000	45265			

图279 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3432-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:55:49 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:25 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	212626	74.765	37306	2020	1.061	--
2	2.394	71765	25.235	10455	2816	1.037	4.376
总计		284392	100.000	47760			

图280 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3433-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 21:59:43 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:28 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	231262	76.216	40456	2018	1.054	--
2	2.398	72169	23.784	10543	2834	1.033	4.377
总计		303431	100.000	50999			

图281 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3434-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:03:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:31　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	241885	77.125	42169	2004	1.056	--
2	2.400	71744	22.875	10445	2836	1.037	4.383
总计		313629	100.000	52613			

图282 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3435-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:07:31 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:34 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	221370	75.601	38315	1962	1.062	--
2	2.398	71443	24.399	10416	2827	1.037	4.376
总计		292812	100.000	48730			

图283 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3436-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:11:25 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:37 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.673	230985	76.381	40643	2019	1.053	--
2	2.394	71426	23.619	10414	2820	1.031	4.378
总计		302411	100.000	51057			

图284 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3437-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:15:19　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:40　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	219869	75.558	38422	2023	1.057	--
2	2.397	71124	24.442	10393	2820	1.037	4.376
总计		290993	100.000	48816			

图285 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3438-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:19:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:43　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	237253	76.582	41481	2022	1.055	--
2	2.396	72549	23.418	10612	2823	1.034	4.376
总计		309803	100.000	52092			

图286 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3439-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:23:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:47　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	264710	78.039	46226	2020	1.053	--
2	2.398	74492	21.961	10880	2827	1.034	4.380
总计		339202	100.000	57107			

图287 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3440-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:27:01 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:50 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.674	268117	78.614	46974	2021	1.056	--
2	2.395	72939	21.386	10631	2827	1.035	4.379
总计		341056	100.000	57605			

图288 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3441-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:30:55 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:53 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	247927	77.602	43300	2020	1.054	--
2	2.398	71560	22.398	10490	2838	1.033	4.382
总计		319488	100.000	53790			

图289 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3442-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:34:50 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:56 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	263322	78.245	45875	2028	1.058	--
2	2.396	73213	21.755	10675	2812	1.035	4.368
总计		336535	100.000	56550			

图290 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3443-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:38:44 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:42:59 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	252349	77.346	44171	2022	1.057	--
2	2.396	73911	22.654	10776	2822	1.035	4.379
总计		326261	100.000	54947			

图291 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3444-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:42:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:02　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	266768	78.083	46569	2028	1.056	--
2	2.397	74877	21.917	10915	2827	1.032	4.381
总计		341645	100.000	57484			

图292 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3445-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:46:33 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:05 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	278137	79.269	48643	2022	1.057	--
2	2.395	72741	20.731	10641	2829	1.033	4.377
总计		350878	100.000	59283			

图293 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3446-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:50:27 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:09 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	283024	79.814	49529	2026	1.056	--
2	2.394	71581	20.186	10444	2826	1.035	4.374
总计		354605	100.000	59973			

图294 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3447-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:54:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:12　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.675	262997	78.712	46098	2028	1.054	--
2	2.394	71130	21.288	10390	2831	1.032	4.376
总计		334128	100.000	56488			

图295 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3448-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 22:58:17 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:15 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.678	272077	79.522	47607	2024	1.055	--
2	2.399	70062	20.478	10214	2831	1.037	4.376
总计		342139	100.000	57821			

图296 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3449-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:02:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:18　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.677	261342	78.565	45592	2013	1.055	--
2	2.399	71303	21.435	10415	2831	1.037	4.379
总计		332645	100.000	56008			

图297 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3450-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:06:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:21　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.676	274231	79.039	47946	2024	1.053	--
2	2.397	72726	20.961	10603	2828	1.030	4.377
总计		346958	100.000	58549			

图298 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　流速：2.0ml/min
柱　温:30℃　波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3451-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:09:58　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:24　处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.680	293604	80.718	51899	2069	1.054	--
2	2.398	70138	19.282	10237	2835	1.035	4.381
总计		363742	100.000	62136			

图299 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

J301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速：2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:237nm
数据文件名: RC$J301 - 0-252/31-3452-2 - zzp7-rcqx-pH5.8jz-lf75z-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$J301 - J301-rc-FX280.lcm
批处理文件名: RC$J301 - 20260108-RCQX-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2026/01/08 23:13:52 实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2026/01/09 10:43:27 处理者: xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	294247	80.689	52088	2068	1.050	--
2	2.398	70422	19.311	10286	2833	1.035	4.373
总计		364669	100.000	62374			

图300 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-20220127批-pH5.8介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2