




SMF-220

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-831-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-8
 进样体积 : 25 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:18:38 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-832-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:24:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	131521	25.115	32004	2837	1.146	--
2	4.144	392145	74.885	49877	6502	1.038	17.319
总计		523666	100.000	81881			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-833-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:29:25 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	131500	25.180	32130	2853	1.144	--
2	4.145	390745	74.820	49974	6540	1.038	17.378
总计		522245	100.000	82104			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-834-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:34:48 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	131507	25.200	32216	2855	1.140	--
2	4.143	390351	74.800	49815	6526	1.037	17.368
总计		521858	100.000	82031			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-835-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:40:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	131649	25.185	32284	2865	1.140	--
2	4.145	391068	74.815	49970	6539	1.038	17.397
总计		522717	100.000	82254			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-836-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:45:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	131558	25.170	32221	2852	1.140	--
2	4.144	391115	74.830	49847	6519	1.039	17.365
总计		522673	100.000	82069			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-837-2 - zzp-2024061321p-zj18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:50:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	135702	26.028	41227	5017	1.206	--
2	4.166	385675	73.972	50438	6952	1.035	18.410
总计		521377	100.000	91665			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-838-2 - zzp-2024061321p-zj18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-12
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 19:56:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.532	136842	25.998	41381	5021	1.207	--
2	4.168	389523	74.002	50904	6961	1.036	18.415
总计		526365	100.000	92285			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-839-2 - zzp-2024061321p-zj18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:01:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	137719	26.200	41816	5022	1.204	--
2	4.167	387927	73.800	50659	6961	1.036	18.421
总计		525646	100.000	92474			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-840-2 - zzp-2024061321p-zj18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:07:05 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.532	133242	25.940	40345	5012	1.207	--
2	4.169	380422	74.060	49725	6952	1.036	18.405
总计		513665	100.000	90070			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-841-2 - zzp-2024061321p-zj18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:12:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	135908	26.250	41263	5024	1.205	--
2	4.167	381836	73.750	49815	6943	1.037	18.406
总计		517744	100.000	91079			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-842-2 - zzp-2024061321p-zj18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:17:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	138569	26.306	42023	5022	1.206	--
2	4.168	388192	73.694	50647	6950	1.036	18.411
总计		526762	100.000	92671			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-843-2 - zzp-2024061321p-cq18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:23:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	138344	26.246	42032	5022	1.205	--
2	4.167	388764	73.754	50869	6975	1.036	18.437
总计		527108	100.000	92901			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-844-2 - zzp-2024061321p-cq18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:28:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	141397	26.569	42902	5019	1.205	--
2	4.168	390800	73.431	51045	6949	1.036	18.411
总计		532197	100.000	93947			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-845-2 - zzp-2024061321p-cq18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:33:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.530	138150	26.236	41993	5009	1.203	--
2	4.166	388424	73.764	50772	6936	1.035	18.395
总计		526574	100.000	92766			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-846-2 - zzp-2024061321p-cq18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:39:21 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.531	139839	26.619	42470	5024	1.204	--
2	4.169	385495	73.381	50407	6952	1.035	18.421
总计		525334	100.000	92878			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40°C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-847-2 - zzp-2024061321p-cq18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:44:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:40:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.530	135223	25.928	41121	5014	1.204	--
2	4.166	386302	74.072	50425	6919	1.035	18.385
总计		521525	100.000	91546			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-848-2 - zzp-2024061321p-cq18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:50:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:41:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.530	139873	26.863	42489	5009	1.203	--
2	4.168	380817	73.137	49728	6937	1.035	18.403
总计		520690	100.000	92217			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-849-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 20:55:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:41:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	131947	25.188	32199	2828	1.141	--
2	4.144	391905	74.812	49674	6438	1.038	17.289
总计		523852	100.000	81874			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.8ml/min
 柱 温 : 40 $^{\circ}$ C 波 长: 230nm
 数据文件名 : RC\$SMF-220 - 0-64/25-850-2 - zzp-2024061321p-18y-rcd-jxzs-pH4.5+0.1twjz-jf75z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-220 - SMF-220-rcd-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-220 - 20260105-rcd-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 25 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2026/01/05 21:00:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2026/01/06 08:41:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	132350	25.157	32220	2813	1.141	--
2	4.146	393755	74.843	49907	6443	1.039	17.280
总计		526105	100.000	82127			