



诺氟沙星胶囊项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	0
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.87	3925024	3927974	3930342	3929839	3928846	3928405	0.06
2	9.86	3906101	3904124				3905112	0.04

单位质量响应值	RSD%	判断
398014.69	0.35	数据可信

长期9月-供试品溶液-pH4.0

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
25031批	1	3998512	3999964	3999238	100.33	99.52	2.20	97.23% ~ 101.82%
	2	3999485	4002675	4001080	100.37			
	3	3803685	3806436	3805060	95.45			
	4	4001035	4000682	4000858	100.37			
	5	3942231	3943632	3942932	98.91			
	6	4057505	4051840	4054672	101.72			
25032批	1	4255363	4259293	4257328	106.80	101.18	3.21	97.77% ~ 104.58%
	2	4020112	4020696	4020404	100.86			
	3	4052596	4059623	4056110	101.75			
	4	3862675	3861628	3862152	96.89			
	5	3978494	3971532	3975013	99.72			
	6	4025958	4029240	4027599	101.04			
25033批	1	4013171	4012566	4012868	100.67	101.47	1.55	99.82% ~ 103.12%
	2	4029875	4028226	4029050	101.07			
	3	4140715	4139997	4140356	103.87			
	4	4098352	4097175	4097764	102.80			
	5	4017548	4020430	4018989	100.82			
	6	3968441	3969610	3969026	99.57			



操作者:

日期: 2026-01-29

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星胶囊项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	0
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.87	3925275	3924227	3923905	3922258	3923133	3923760	0.03
2	9.86	3927631	3926797				3927214	0.02
单位质量响应值			RSD%		判断			
397544.07			398297.57		0.14		数据可信	

中间条件9月-供试品溶液-pH4.0

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
25031批	1	4007298	4003883	4005590	100.26	100.48	3.07	97.25% ~ 103.72%
	2	3784278	3787809	3786044	94.77			
	3	4069720	4069898	4069809	101.87			
	4	4061514	4061243	4061378	101.66			
	5	4012811	4013302	4013056	100.45			
	6	4149787	4150277	4150032	103.88			
25032批	1	4020252	4015966	4018109	100.57	101.12	0.71	100.38% ~ 101.87%
	2	4046374	4044416	4045395	101.26			
	3	4044365	4042712	4043538	101.21			
	4	4074692	4078156	4076424	102.03			
	5	3996691	3998701	3997696	100.06			
	6	4059421	4059341	4059381	101.61			
25033批	1	3995237	3998446	3996842	100.04	100.85	2.66	98.04% ~ 103.66%
	2	4040424	4041825	4041124	101.15			
	3	4062674	4062984	4062829	101.69			
	4	3835655	3836665	3836160	96.02			
	5	4091343	4092249	4091796	102.42			
	6	4145871	4147504	4146688	103.79			



操作者:

日期: 2026-01-29

复核者:

未审阅版本




Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-739-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 16:01:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-740-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-dz1-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-18	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 16:06:53	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:15	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.498	3925024	100.000	364527	2410	1.122	--
总计		3925024	100.000	364527			


图2 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-741-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 16:11:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.496	3927974	100.000	360985	2347	1.129	--
总计		3927974	100.000	360985			


图3 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-742-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-dz1-3.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-18	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 16:16:40	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:21	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.492	3930342	100.000	356414	2277	1.140	--
总计		3930342	100.000	356414			


图4 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-743-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-dz1-4.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-18	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 16:21:34	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.492	3929839	100.000	353924	2237	1.147	--
总计		3929839	100.000	353924			


图5 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-744-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-dz1-5.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-18	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 16:26:27	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:26	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.489	3928846	100.000	351305	2190	1.154	--
总计		3928846	100.000	351305			


图6 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-745-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 16:31:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:31:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.489	3998512	100.000	354760	2148	1.161	--
总计		3998512	100.000	354760			


图7 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
 自制品(25031批)-pH4.0介质-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-746-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p1-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-1	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 16:36:11	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:32	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.489	3999964	100.000	352109	2109	1.169	--
总计		3999964	100.000	352109			


图8 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-747-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p2-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-10	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 16:41:04	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:35	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.481	3999485	100.000	349870	2069	1.175	--
总计		3999485	100.000	349870			


图9 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30℃ 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-748-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 16:45:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.482	4002675	100.000	347220	2032	1.183	--
总计		4002675	100.000	347220			


图10 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-749-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p3-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 16:50:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:31:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	3803685	100.000	328852	2007	1.188	--
总计		3803685	100.000	328852			


图11 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-750-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p3-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-19	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 16:55:42	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:43	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	3806436	100.000	326886	1978	1.193	--
总计		3806436	100.000	326886			


图12 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-751-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p4-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-28	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 17:00:34	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:46	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.481	4001035	100.000	340997	1943	1.203	--
总计		4001035	100.000	340997			


图13 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-752-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p4-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 17:05:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:31:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4000682	100.000	338565	1914	1.208	--
总计		4000682	100.000	338565			


图14 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
 自制品(25031批)-pH4.0介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-753-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p5-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 17:10:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	3942231	100.000	331846	1884	1.212	--
总计		3942231	100.000	331846			


图15 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-754-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 17:15:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3943632	100.000	331537	1876	1.217	--
总计		3943632	100.000	331537			


图16 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-755-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-46	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 17:20:02	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:31:57	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4057505	100.000	339300	1850	1.226	--
总计		4057505	100.000	339300			


图17 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30℃ 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-756-2 - zzp-cq9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p6-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 17:24:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4051840	100.000	338733	1841	1.229	--
总计		4051840	100.000	338733			


图18 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30℃	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-757-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p1-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-2	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 17:29:46	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:03	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.460	4255363	100.000	353265	1817	1.237	--
总计		4255363	100.000	353265			


图19 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30℃	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-758-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p1-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-2	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 17:34:39	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:06	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.458	4259293	100.000	352454	1799	1.242	--
总计		4259293	100.000	352454			

图20 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-2




Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-759-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 17:39:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.458	4020112	100.000	332265	1792	1.246	--
总计		4020112	100.000	332265			


图21 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
 自制品(25032批)-pH4.0介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-760-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-11	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 17:44:25	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:12	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.454	4020696	100.000	331723	1778	1.252	--
总计		4020696	100.000	331723			


图22 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-761-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p3-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-20	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 17:49:17	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:15	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.449	4052596	100.000	333904	1766	1.257	--
总计		4052596	100.000	333904			


图23 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-762-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p3-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 17:54:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.449	4059623	100.000	332791	1744	1.264	--
总计		4059623	100.000	332791			


图24 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-763-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p4-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 17:59:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.449	3862675	100.000	316259	1741	1.267	--
总计		3862675	100.000	316259			


图25 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-764-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p4-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-29	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 18:03:55	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.443	3861628	100.000	315312	1726	1.273	--
总计		3861628	100.000	315312			


图26 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-765-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p5-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 18:08:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.444	3978494	100.000	323637	1711	1.280	--
总计		3978494	100.000	323637			


图27 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-766-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 18:13:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.441	3971532	100.000	322806	1700	1.284	--
总计		3971532	100.000	322806			


图28 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-767-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-47	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 18:18:31	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:32	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	4025958	100.000	326139	1684	1.289	--
总计		4025958	100.000	326139			

图29 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-1




Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-768-2 - zzp-cq9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p6-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 18:23:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	4029240	100.000	325776	1678	1.294	--
总计		4029240	100.000	325776			


图30 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
 自制品(25032批)-pH4.0介质-片6
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30℃ 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-769-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 18:28:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	4013171	100.000	323844	1668	1.302	--
总计		4013171	100.000	323844			


图31 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-770-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p1-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-3	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 18:33:07	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:40	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	4012566	100.000	322757	1656	1.308	--
总计		4012566	100.000	322757			


图32 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-771-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 18:37:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	4029875	100.000	323072	1645	1.316	--
总计		4029875	100.000	323072			


图33 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-772-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-12	版本号:6.115
进样体积: 10µl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 18:42:51	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:46	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	4028226	100.000	322451	1638	1.321	--
总计		4028226	100.000	322451			


图34 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-773-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p3-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-21	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 18:47:43	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:49	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	4140715	100.000	330187	1624	1.326	--
总计		4140715	100.000	330187			


图35 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-774-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p3-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 18:52:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4139997	100.000	329993	1615	1.333	--
总计		4139997	100.000	329993			


图36 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
 自制品(25033批)-pH4.0介质-片3
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-775-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p4-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 18:57:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	4098352	100.000	326367	1607	1.339	--
总计		4098352	100.000	326367			


图37 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-776-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p4-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 19:02:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:32:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	4097175	100.000	325506	1596	1.346	--
总计		4097175	100.000	325506			

图38 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-2




Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-777-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p5-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 19:07:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:33:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	4017548	100.000	318922	1591	1.350	--
总计		4017548	100.000	318922			


图39 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
 自制品(25033批)-pH4.0介质-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-778-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p5-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-39	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 19:12:03	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:04	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	4020430	100.000	318105	1579	1.359	--
总计		4020430	100.000	318105			


图40 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-779-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-48	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 19:16:54	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:07	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	3968441	100.000	313736	1574	1.366	--
总计		3968441	100.000	313736			


图41 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-780-2 - zzp-cq9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p6-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-48	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 19:21:45	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:10	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	3969610	100.000	312998	1564	1.370	--
总计		3969610	100.000	312998			


图42 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-781-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 1-27	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 19:26:37	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:13	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	3906101	100.000	307179	1549	1.380	--
总计		3906101	100.000	307179			


图43 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-782-2 - zzp-cq9y-rcd-pH4.0jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 19:31:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	3904124	100.000	306397	1536	1.385	--
总计		3904124	100.000	306397			

图44 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-2-2




Y09

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-783-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 19:36:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图45 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-784-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-dz1-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-18	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 19:41:18	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:22	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	3925275	100.000	307401	1519	1.398	--
总计		3925275	100.000	307401			


图46 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-785-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 19:46:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:33:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	3924227	100.000	306906	1509	1.406	--
总计		3924227	100.000	306906			


图47 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
 自制品-pH4.0介质
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-786-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 19:51:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	3923905	100.000	306801	1504	1.411	--
总计		3923905	100.000	306801			


图48 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-787-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-dz1-4.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-18	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 19:56:01	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:30	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	3922258	100.000	305800	1491	1.417	--
总计		3922258	100.000	305800			


图49 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-788-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 20:00:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	3923133	100.000	305703	1483	1.423	--
总计		3923133	100.000	305703			


图50 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30℃ 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-789-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 20:05:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	4007298	100.000	311376	1479	1.427	--
总计		4007298	100.000	311376			


图51 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-790-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 20:10:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	4003883	100.000	311145	1474	1.431	--
总计		4003883	100.000	311145			


图52 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30℃ 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-791-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 20:15:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	3784278	100.000	294118	1470	1.434	--
总计		3784278	100.000	294118			


图53 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
 自制品(25031批)-pH4.0介质-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-792-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-10	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 20:20:29	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:44	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	3787809	100.000	293728	1461	1.439	--
总计		3787809	100.000	293728			


图54 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-793-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p3-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-19	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 20:25:22	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:47	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	4069720	100.000	315099	1453	1.446	--
总计		4069720	100.000	315099			


图55 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-794-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p3-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-19	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 20:30:15	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:49	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	4069898	100.000	314924	1447	1.450	--
总计		4069898	100.000	314924			


图56 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-795-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p4-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 20:35:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	4061514	100.000	313473	1435	1.459	--
总计		4061514	100.000	313473			


图57 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-796-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p4-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 20:40:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:33:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.419	4061243	100.000	313552	1433	1.463	--
总计		4061243	100.000	313552			


图58 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
 自制品(25031批)-pH4.0介质-片4
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-797-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p5-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-37	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 20:44:54	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:33:58	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.419	4012811	100.000	309306	1420	1.467	--
总计		4012811	100.000	309306			


图59 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-798-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 20:49:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.418	4013302	100.000	308213	1412	1.473	--
总计		4013302	100.000	308213			


图60 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-799-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-46	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 20:54:41	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:03	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4149787	100.000	319896	1411	1.475	--
总计		4149787	100.000	319896			


图61 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-800-2 - zzp-zjtj9y-25031p-rcd-pH4.0jz-p6-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-46	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 20:59:34	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:07	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	4150277	100.000	319953	1411	1.477	--
总计		4150277	100.000	319953			


图62 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25031批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-801-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:04:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:34:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.407	4020252	100.000	310590	1411	1.479	--
总计		4020252	100.000	310590			


图63 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-802-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:09:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.403	4015966	100.000	310724	1408	1.482	--
总计		4015966	100.000	310724			


图64 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30℃ 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-803-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:14:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.400	4046374	100.000	313104	1404	1.486	--
总计		4046374	100.000	313104			


图65 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-804-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:19:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.397	4044416	100.000	313336	1400	1.489	--
总计		4044416	100.000	313336			


图66 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-805-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p3-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:24:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.395	4044365	100.000	313000	1393	1.494	--
总计		4044365	100.000	313000			


图67 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-806-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p3-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-20	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 21:28:54	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:25	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.395	4042712	100.000	312526	1384	1.498	--
总计		4042712	100.000	312526			


图68 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-807-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p4-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-29	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 21:33:47	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:28	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.394	4074692	100.000	315139	1382	1.503	--
总计		4074692	100.000	315139			


图69 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-808-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p4-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:38:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.390	4078156	100.000	315105	1374	1.504	--
总计		4078156	100.000	315105			


图70 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-809-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p5-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:43:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.388	3996691	100.000	309088	1369	1.506	--
总计		3996691	100.000	309088			


图71 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-810-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:48:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.385	3998701	100.000	308643	1362	1.511	--
总计		3998701	100.000	308643			


图72 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-811-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p6-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:53:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2026/01/14 08:34:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.384	4059421	100.000	313417	1359	1.515	--
总计		4059421	100.000	313417			


图73 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
 自制品(25032批)-pH4.0介质-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-812-2 - zzp-zjtj9y-25032p-rcd-pH4.0jz-p6-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10µl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 21:58:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	4059341	100.000	313825	1354	1.516	--
总计		4059341	100.000	313825			


图74 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25032批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-813-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 22:03:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	3995237	100.000	308536	1348	1.520	--
总计		3995237	100.000	308536			


图75 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-814-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 22:07:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	3998446	100.000	308516	1338	1.524	--
总计		3998446	100.000	308516			


图76 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-815-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p2-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-12	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 22:12:53	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:51	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	4040424	100.000	311457	1331	1.525	--
总计		4040424	100.000	311457			


图77 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-816-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-12	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 22:17:46	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:53	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	4041825	100.000	311337	1325	1.529	--
总计		4041825	100.000	311337			


图78 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-817-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p3-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-21	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 22:22:39	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:56	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	4062674	100.000	313161	1323	1.533	--
总计		4062674	100.000	313161			


图79 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-818-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p3-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-21	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 22:27:32	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:34:59	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	4062984	100.000	312913	1316	1.537	--
总计		4062984	100.000	312913			


图80 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-819-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p4-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-30	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 22:32:25	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:02	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	3835655	100.000	295439	1314	1.543	--
总计		3835655	100.000	295439			


图81 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-820-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p4-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 22:37:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	3836665	100.000	295350	1302	1.547	--
总计		3836665	100.000	295350			


图82 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-821-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p5-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-39	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 22:42:12	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:08	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	4091343	100.000	314281	1294	1.552	--
总计		4091343	100.000	314281			


图83 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-822-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p5-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-39	
进样体积: 10μl	版本号:6.115
进样时间: 2026/01/13 22:47:05	实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:11	处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.375	4092249	100.000	314346	1290	1.556	--
总计		4092249	100.000	314346			


图84 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-823-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p6-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 22:51:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	4145871	100.000	318744	1284	1.558	--
总计		4145871	100.000	318744			


图85 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-824-2 - zzp-zjtj9y-25033p-rcd-pH4.0jz-p6-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-48	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 22:56:52	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:17	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	4147504	100.000	318990	1279	1.563	--
总计		4147504	100.000	318990			


图86 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(25033批)-pH4.0介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速:2.0ml/min
柱温 :30°C	波长:278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-825-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-27	版本号:6.115
进样体积: 10μl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2026/01/13 23:01:47	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:19	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	3927631	100.000	302285	1270	1.567	--
总计		3927631	100.000	302285			


图87 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温 :30°C 波长:278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 0-168/24-826-2 - zzp-zjtj9y-rcd-pH4.0jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20260113-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号:6.115
 进样时间: 2026/01/13 23:06:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2026/01/14 08:35:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	3926797	100.000	302424	1263	1.570	--
总计		3926797	100.000	302424			

图88 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品-pH4.0介质
对照品溶液-2-2