



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-322-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-rj.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 14:50:10      实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:05      处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-323-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 14:54:34 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:11 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	772245	100.000	84611	1862	1.020	--
总计		772245	100.000	84611			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-324-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 14:58:58      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.573	772774	100.000	84574	1847	1.020	--
总计		772774	100.000	84574			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-325-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:03:22      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:17      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.573	769525	100.000	84650	1867	1.019	--
总计		769525	100.000	84650			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-326-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:07:46 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:20 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.576	773215	100.000	84513	1856	1.020	--
总计		773215	100.000	84513			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-327-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-5.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 15:12:10 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:23 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	773105	100.000	84651	1865	1.020	--
总计		773105	100.000	84651			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-328-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-1  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:16:34      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	725671	100.000	80830	1939	1.016	--
总计		725671	100.000	80830			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-329-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-1  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:20:56      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	725684	100.000	80925	1941	1.017	--
总计		725684	100.000	80925			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-330-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-10  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:25:19      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	730558	100.000	81459	1940	1.016	--
总计		730558	100.000	81459			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-331-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-10  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:29:42      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:34      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	728652	100.000	81349	1946	1.015	--
总计		728652	100.000	81349			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-332-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-19  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:34:05      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:37      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	749582	100.000	83782	1954	1.017	--
总计		749582	100.000	83782			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-333-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-19  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:38:28      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	751973	100.000	83897	1935	1.015	--
总计		751973	100.000	83897			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-334-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-28  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:42:50      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	747696	100.000	83621	1942	1.016	--
总计		747696	100.000	83621			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-335-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-28  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 15:47:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:45 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	747308	100.000	83581	1943	1.017	--
总计		747308	100.000	83581			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-336-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:51:36      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:47      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	747430	100.000	83986	1970	1.016	--
总计		747430	100.000	83986			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-337-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 15:55:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:50      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.577	749306	100.000	83743	1940	1.014	--
总计		749306	100.000	83743			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30°C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-338-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-46  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 16:00:21 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	743840	100.000	83030	1944	1.015	--
总计		743840	100.000	83030			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-339-2 - zzp-2024070321p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-46  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 16:04:44 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:56 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	745243	100.000	82994	1937	1.015	--
总计		745243	100.000	82994			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-340-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-2  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:09:07      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:17:58      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	734688	100.000	81999	1936	1.015	--
总计		734688	100.000	81999			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-341-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-2  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:13:30      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:01      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	729400	100.000	81759	1950	1.016	--
总计		729400	100.000	81759			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-342-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-11  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:17:53      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:04      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	755008	100.000	84571	1947	1.015	--
总计		755008	100.000	84571			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-343-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-11  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:22:17 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:06 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	755987	100.000	84572	1942	1.015	--
总计		755987	100.000	84572			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-344-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-20  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:26:39      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:09      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	749313	100.000	83404	1938	1.016	--
总计		749313	100.000	83404			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-345-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-20  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:31:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:12      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.575	744061	100.000	83359	1947	1.014	--
总计		744061	100.000	83359			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-346-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-29  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:35:25      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:15      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	735444	100.000	82177	1951	1.015	--
总计		735444	100.000	82177			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-347-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-29  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:39:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:18      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	731967	100.000	82100	1963	1.016	--
总计		731967	100.000	82100			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-348-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-38  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:44:10      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:20      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	735253	100.000	81615	1928	1.016	--
总计		735253	100.000	81615			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-349-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-38  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:48:33      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:23      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	732058	100.000	81930	1952	1.014	--
总计		732058	100.000	81930			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-350-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-47  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:52:56      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:26      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	724985	100.000	81013	1949	1.014	--
总计		724985	100.000	81013			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-351-2 - zzp-2024070421p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-47  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 16:57:20      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:28      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.575	722935	100.000	80750	1940	1.013	--
总计		722935	100.000	80750			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-352-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-3  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:01:43      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:31      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	746007	100.000	83807	1961	1.015	--
总计		746007	100.000	83807			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-353-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-3  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:06:06      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:34      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.577	748228	100.000	83645	1941	1.015	--
总计		748228	100.000	83645			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-354-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-12  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:10:29      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:37      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	744828	100.000	83127	1945	1.015	--
总计		744828	100.000	83127			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-355-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-12  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:14:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	745027	100.000	83187	1949	1.013	--
总计		745027	100.000	83187			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-356-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-21  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:19:14      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:42      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	757141	100.000	84823	1951	1.017	--
总计		757141	100.000	84823			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-357-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-21  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:23:37      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:45      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	760508	100.000	84758	1939	1.015	--
总计		760508	100.000	84758			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-358-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-30  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:28:00      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:48      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	740861	100.000	83175	1965	1.015	--
总计		740861	100.000	83175			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-359-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-30  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 17:32:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	746103	100.000	83196	1945	1.016	--
总计		746103	100.000	83196			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-360-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-39  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:36:45      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:54      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	739540	100.000	82932	1955	1.013	--
总计		739540	100.000	82932			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-361-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-39  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:41:08      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:18:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	740693	100.000	82972	1948	1.014	--
总计		740693	100.000	82972			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-362-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-48  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 17:45:31 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:00 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	767348	100.000	85827	1953	1.016	--
总计		767348	100.000	85827			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30°C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-363-2 - zzp-2024070521p-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-48  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 17:49:54 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	766542	100.000	85806	1956	1.012	--
总计		766542	100.000	85806			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30°C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-364-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 17:54:17 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.572	770215	100.000	84836	1869	1.019	--
总计		770215	100.000	84836			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-365-2 - zzp-cq18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz2-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 1-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 17:58:41 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.575	768426	100.000	84674	1886	1.019	--
总计		768426	100.000	84674			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-366-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-rj.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-9  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 18:03:06 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:10 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-367-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:07:32 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:13 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.574	767588	100.000	84394	1867	1.017	--
总计		767588	100.000	84394			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-368-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:11:57      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:16      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.575	768115	100.000	84328	1870	1.018	--
总计		768115	100.000	84328			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-369-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-3.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-18  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 18:16:22 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.576	767861	100.000	84235	1870	1.018	--
总计		767861	100.000	84235			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-370-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:20:46      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:21      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.578	766345	100.000	84382	1880	1.018	--
总计		766345	100.000	84382			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-371-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz1-5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:25:11 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:24 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.576	768104	100.000	84288	1867	1.017	--
总计		768104	100.000	84288			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-372-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-1  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 18:29:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:27 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	732971	100.000	81947	1944	1.014	--
总计		732971	100.000	81947			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-373-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-1  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:33:59 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:30 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	729404	100.000	81764	1949	1.014	--
总计		729404	100.000	81764			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-374-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-10  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 18:38:23 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:32 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	765087	100.000	85684	1951	1.014	--
总计		765087	100.000	85684			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-375-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-10  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:42:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:35      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	762753	100.000	85597	1959	1.013	--
总计		762753	100.000	85597			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-376-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-19  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:47:11      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:38      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	750402	100.000	83949	1946	1.013	--
总计		750402	100.000	83949			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-377-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-19  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 18:51:35      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:40      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	749910	100.000	83686	1945	1.011	--
总计		749910	100.000	83686			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-378-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-28  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 18:55:59 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	762053	100.000	85300	1955	1.013	--
总计		762053	100.000	85300			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-379-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-28  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 19:00:23      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:46      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	764494	100.000	85225	1948	1.013	--
总计		764494	100.000	85225			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-380-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 19:04:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	751035	100.000	84134	1950	1.014	--
总计		751035	100.000	84134			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30°C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-381-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-37  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 19:09:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	749728	100.000	84002	1961	1.014	--
总计		749728	100.000	84002			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-382-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-46  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 19:13:35 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	751281	100.000	84292	1962	1.013	--
总计		751281	100.000	84292			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-383-2 - zzp-2024070321p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-46  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 19:17:59      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:19:57      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	755254	100.000	84258	1944	1.012	--
总计		755254	100.000	84258			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-384-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-2  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 19:22:23      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:00      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.576	699395	100.000	78202	1947	1.013	--
总计		699395	100.000	78202			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-385-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-2  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 19:26:47      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:02      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	703951	100.000	78502	1940	1.013	--
总计		703951	100.000	78502			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-386-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-11  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 19:31:11 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	720569	100.000	80445	1952	1.013	--
总计		720569	100.000	80445			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-387-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-11  
 进样体积 : 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 19:35:35      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:08      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.592	721667	100.000	80215	1943	1.014	--
总计		721667	100.000	80215			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-388-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 19:39:59 实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:11 处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	730779	100.000	81490	1943	1.013	--
总计		730779	100.000	81490			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-389-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 19:44:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:13      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	726387	100.000	81284	1956	1.013	--
总计		726387	100.000	81284			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-390-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-29  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 19:48:48 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	723908	100.000	80916	1946	1.012	--
总计		723908	100.000	80916			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-391-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-29  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 19:53:12 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	725277	100.000	81016	1941	1.011	--
总计		725277	100.000	81016			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30°C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-392-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-38  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 19:57:36 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:22 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.593	725745	100.000	80873	1956	1.012	--
总计		725745	100.000	80873			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-393-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-38  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 20:02:00 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	722357	100.000	80906	1951	1.013	--
总计		722357	100.000	80906			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-394-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-47  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:06:24      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:27      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	714412	100.000	79710	1946	1.013	--
总计		714412	100.000	79710			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-395-2 - zzp-2024070421p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-47  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:10:48      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:30      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	712690	100.000	79655	1951	1.010	--
总计		712690	100.000	79655			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-396-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-3  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 20:15:13 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	669167	100.000	74441	1933	1.011	--
总计		669167	100.000	74441			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-397-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p1-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-3  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 20:19:37 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	668121	100.000	74455	1926	1.011	--
总计		668121	100.000	74455			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-398-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-12  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:24:02      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:39      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	702000	100.000	78555	1941	1.012	--
总计		702000	100.000	78555			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30°C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-399-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p2-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-12  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 20:28:27 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	706403	100.000	78642	1923	1.014	--
总计		706403	100.000	78642			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-400-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-21  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:32:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:44      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	718824	100.000	80091	1928	1.015	--
总计		718824	100.000	80091			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-401-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p3-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-21  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:37:16      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:47      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	718247	100.000	80113	1943	1.012	--
总计		718247	100.000	80113			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-402-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-30  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:41:40      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:50      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	712765	100.000	79649	1955	1.013	--
总计		712765	100.000	79649			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-403-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p4-2.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-30  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 20:46:04 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	713194	100.000	79720	1940	1.013	--
总计		713194	100.000	79720			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-404-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-39  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:50:28      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:56      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	717284	100.000	80200	1948	1.011	--
总计		717284	100.000	80200			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-405-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p5-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-39  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 20:54:52      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:20:59      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	718021	100.000	80193	1937	1.013	--
总计		718021	100.000	80193			


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-406-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-48  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 20:59:15 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:21:02 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	711919	100.000	79342	1938	1.011	--
总计		711919	100.000	79342			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-407-2 - zzp-2024070521p-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-p6-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-48  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 21:03:39      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:21:04      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	709775	100.000	79393	1954	1.014	--
总计		709775	100.000	79393			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 230nm  
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-408-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz2-1.lcd  
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
样品瓶号 : 2-27  
进样体积 : 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间 : 2026/01/19 21:08:04 实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:21:07 处理者: xiechaojun  
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.572	767849	100.000	84048	1851	1.017	--
总计		767849	100.000	84048			



# SMF-209


## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长: 230nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-211/24-409-2 - zzp-zj18y-rcd-tmst-pH7.5jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tm-rcd-FX273.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-tmst-20260119-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2026/01/19 21:12:29      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2026/01/20 09:21:10      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX273)

## Text

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.572	764965	100.000	83888	1855	1.015	--
总计		764965	100.000	83888			