



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-74/7-283-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 15:39:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:28:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-74/7-284-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 15:43:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:28:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	35166	100.000	3619	873	1.261	--
总计		35166	100.000	3619			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-74/7-285-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 15:46:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:28:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	34935	100.000	3606	865	1.262	--
总计		34935	100.000	3606			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-74/7-286-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 15:58:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:28:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	34857	100.000	4760	1664	1.169	--
总计		34857	100.000	4760			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-74/7-287-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:02:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:28:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	35028	100.000	4767	1660	1.152	--
总计		35028	100.000	4767			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-74/7-288-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:05:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:28:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	35170	100.000	4773	1648	1.182	--
总计		35170	100.000	4773			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-289-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:09:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	6905	100.000	1246	3115	1.102	--
总计		6905	100.000	1246			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-290-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:12:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	7570	100.000	1347	3083	1.068	--
总计		7570	100.000	1347			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-291-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:16:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	5616	100.000	1070	3381	1.040	--
总计		5616	100.000	1070			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-292-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:19:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	6676	100.000	1206	3112	1.104	--
总计		6676	100.000	1206			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-293-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:23:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	6783	100.000	1228	3115	1.072	--
总计		6783	100.000	1228			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-294-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:26:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.024	6581	100.000	1194	3057	1.056	--
总计		6581	100.000	1194			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-295-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:29:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	11831	100.000	2085	2977	1.124	--
总计		11831	100.000	2085			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-296-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:33:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	12104	100.000	2129	2939	1.081	--
总计		12104	100.000	2129			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-297-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:36:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	11267	100.000	1962	2992	1.114	--
总计		11267	100.000	1962			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-298-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:40:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	11978	100.000	2088	2953	1.132	--
总计		11978	100.000	2088			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-299-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:43:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	11746	100.000	2053	2986	1.129	--
总计		11746	100.000	2053			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-300-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:47:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:30:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.025	11266	100.000	1974	2942	1.098	--
总计		11266	100.000	1974			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-301-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:50:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	16342	100.000	2816	2923	1.116	--
总计		16342	100.000	2816			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-302-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:54:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	16567	100.000	2883	2921	1.103	--
总计		16567	100.000	2883			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-303-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 16:57:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	15901	100.000	2728	2866	1.107	--
总计		15901	100.000	2728			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-304-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:01:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.026	16758	100.000	2882	2878	1.068	--
总计		16758	100.000	2882			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-305-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:04:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	16669	100.000	2864	2910	1.109	--
总计		16669	100.000	2864			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-306-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:08:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	15501	100.000	2671	2896	1.093	--
总计		15501	100.000	2671			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-307-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:11:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	20172	100.000	3433	2847	1.105	--
总计		20172	100.000	3433			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-308-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:15:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	20174	100.000	3438	2816	1.095	--
总计		20174	100.000	3438			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-309-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:18:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	19691	100.000	3335	2800	1.082	--
总计		19691	100.000	3335			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-310-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:21:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	20003	100.000	3444	2842	1.083	--
总计		20003	100.000	3444			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-311-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:25:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	19520	100.000	3356	2859	1.101	--
总计		19520	100.000	3356			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-312-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:28:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	18017	100.000	3108	2858	1.109	--
总计		18017	100.000	3108			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-313-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:32:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	24549	100.000	4179	2792	1.093	--
总计		24549	100.000	4179			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-314-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:35:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	26725	100.000	4495	2766	1.105	--
总计		26725	100.000	4495			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-315-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:39:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	24291	100.000	4119	2768	1.092	--
总计		24291	100.000	4119			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-316-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:42:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	25908	100.000	4372	2752	1.103	--
总计		25908	100.000	4372			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-317-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:46:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	24582	100.000	4133	2722	1.101	--
总计		24582	100.000	4133			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-318-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:49:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	23697	100.000	3946	2721	1.105	--
总计		23697	100.000	3946			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-319-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:53:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	30433	100.000	5113	2742	1.096	--
总计		30433	100.000	5113			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-320-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 17:56:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31129	100.000	5202	2696	1.089	--
总计		31129	100.000	5202			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-321-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:00:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	29872	100.000	5015	2732	1.087	--
总计		29872	100.000	5015			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-322-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:03:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31404	100.000	5246	2694	1.093	--
总计		31404	100.000	5246			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-323-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:07:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	30542	100.000	5096	2692	1.095	--
总计		30542	100.000	5096			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-324-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:10:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:31:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	29037	100.000	4853	2697	1.080	--
总计		29037	100.000	4853			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-325-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:14:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	33016	100.000	5513	2712	1.090	--
总计		33016	100.000	5513			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-326-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:17:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	32973	100.000	5494	2678	1.098	--
总计		32973	100.000	5494			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-327-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:20:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	33180	100.000	5488	2677	1.088	--
总计		33180	100.000	5488			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-328-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:24:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	33254	100.000	5513	2671	1.090	--
总计		33254	100.000	5513			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-329-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:27:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	33646	100.000	5571	2664	1.091	--
总计		33646	100.000	5571			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-330-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:31:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	32967	100.000	5438	2664	1.093	--
总计		32967	100.000	5438			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-331-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:34:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35346	100.000	5793	2630	1.086	--
总计		35346	100.000	5793			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-332-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:38:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34401	100.000	5701	2653	1.085	--
总计		34401	100.000	5701			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-333-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:41:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35086	100.000	5713	2606	1.096	--
总计		35086	100.000	5713			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-334-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:45:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34772	100.000	5733	2602	1.086	--
总计		34772	100.000	5733			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-335-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:48:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35237	100.000	5777	2611	1.095	--
总计		35237	100.000	5777			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-336-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:52:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34785	100.000	5688	2593	1.105	--
总计		34785	100.000	5688			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-337-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:55:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	34577	100.000	4486	1517	1.194	--
总计		34577	100.000	4486			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-338-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 18:59:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	34271	100.000	4476	1546	1.183	--
总计		34271	100.000	4476			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-339-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:02:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-340-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:06:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	34194	100.000	4501	1555	1.173	--
总计		34194	100.000	4501			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-341-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:09:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	34148	100.000	4504	1558	1.174	--
总计		34148	100.000	4504			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-342-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:13:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	34602	100.000	4521	1545	1.160	--
总计		34602	100.000	4521			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-343-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:16:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	34267	100.000	4515	1567	1.170	--
总计		34267	100.000	4515			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-344-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:20:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	33974	100.000	4512	1577	1.171	--
总计		33974	100.000	4512			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-345-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:23:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.027	17055	100.000	2822	2627	1.103	--
总计		17055	100.000	2822			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-346-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:27:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	23334	100.000	3797	2569	1.113	--
总计		23334	100.000	3797			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-347-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:30:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:32:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	27495	100.000	4439	2533	1.110	--
总计		27495	100.000	4439			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-348-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:34:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	25487	100.000	4226	2589	1.067	--
总计		25487	100.000	4226			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-349-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:37:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	26930	100.000	4307	2501	1.098	--
总计		26930	100.000	4307			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-350-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:41:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	26541	100.000	4306	2492	1.090	--
总计		26541	100.000	4306			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-351-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:44:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	26249	100.000	4225	2459	1.089	--
总计		26249	100.000	4225			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-352-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:48:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	31467	100.000	4996	2455	1.096	--
总计		31467	100.000	4996			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-353-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:51:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	32934	100.000	5221	2442	1.082	--
总计		32934	100.000	5221			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-354-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:55:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	32190	100.000	5090	2427	1.107	--
总计		32190	100.000	5090			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-355-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 19:58:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	32281	100.000	5110	2410	1.096	--
总计		32281	100.000	5110			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-356-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:02:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	33095	100.000	5222	2394	1.082	--
总计		33095	100.000	5222			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-357-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:05:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	30264	100.000	4799	2393	1.084	--
总计		30264	100.000	4799			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-358-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:09:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	33744	100.000	5329	2387	1.090	--
总计		33744	100.000	5329			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-359-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:12:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34054	100.000	5371	2373	1.089	--
总计		34054	100.000	5371			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-360-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:16:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34154	100.000	5317	2327	1.091	--
总计		34154	100.000	5317			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-361-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:19:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34468	100.000	5358	2342	1.094	--
总计		34468	100.000	5358			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-362-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:23:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34295	100.000	5343	2327	1.085	--
总计		34295	100.000	5343			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-363-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:26:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	32546	100.000	5050	2305	1.079	--
总计		32546	100.000	5050			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-364-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:30:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35115	100.000	5415	2308	1.100	--
总计		35115	100.000	5415			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-365-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:33:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34483	100.000	5360	2315	1.084	--
总计		34483	100.000	5360			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-366-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:37:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	33843	100.000	5260	2295	1.099	--
总计		33843	100.000	5260			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-367-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:40:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35129	100.000	5373	2279	1.084	--
总计		35129	100.000	5373			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-368-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:44:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34449	100.000	5310	2280	1.074	--
总计		34449	100.000	5310			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-369-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:47:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	34011	100.000	5263	2267	1.079	--
总计		34011	100.000	5263			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-370-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:51:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:33:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35309	100.000	5449	2278	1.084	--
总计		35309	100.000	5449			


 SHIMADZU
LabSolutions **QTL-3108**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-371-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:54:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34357	100.000	5317	2291	1.076	--
总计		34357	100.000	5317			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-372-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 20:57:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	33555	100.000	5154	2278	1.089	--
总计		33555	100.000	5154			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-373-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:01:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35087	100.000	5368	2274	1.102	--
总计		35087	100.000	5368			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-374-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:04:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34642	100.000	5308	2263	1.085	--
总计		34642	100.000	5308			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-375-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:08:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35143	100.000	5364	2234	1.085	--
总计		35143	100.000	5364			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-376-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:11:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	35200	100.000	5389	2255	1.084	--
总计		35200	100.000	5389			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-377-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:15:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	34317	100.000	5241	2239	1.080	--
总计		34317	100.000	5241			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-378-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:18:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35130	100.000	5381	2240	1.067	--
总计		35130	100.000	5381			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-379-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:22:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34825	100.000	5326	2259	1.076	--
总计		34825	100.000	5326			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-380-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:25:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	33783	100.000	5169	2257	1.081	--
总计		33783	100.000	5169			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-381-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:29:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35420	100.000	5402	2260	1.082	--
总计		35420	100.000	5402			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-382-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:32:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35111	100.000	5361	2230	1.082	--
总计		35111	100.000	5361			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-383-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:36:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34698	100.000	5287	2232	1.087	--
总计		34698	100.000	5287			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-384-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:39:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35125	100.000	5364	2248	1.086	--
总计		35125	100.000	5364			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-385-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:43:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34646	100.000	5283	2253	1.089	--
总计		34646	100.000	5283			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-386-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:46:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35350	100.000	5380	2249	1.083	--
总计		35350	100.000	5380			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-387-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:50:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35255	100.000	5378	2229	1.084	--
总计		35255	100.000	5378			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-388-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:53:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35161	100.000	5343	2217	1.082	--
总计		35161	100.000	5343			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-389-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 21:57:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	35106	100.000	5322	2218	1.082	--
总计		35106	100.000	5322			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-390-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:00:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34309	100.000	5202	2224	1.091	--
总计		34309	100.000	5202			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-391-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:04:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	34708	100.000	5261	2218	1.086	--
总计		34708	100.000	5261			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-392-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:07:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	33644	100.000	5110	2222	1.080	--
总计		33644	100.000	5110			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-393-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:11:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:34:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	34243	100.000	4296	1413	1.145	--
总计		34243	100.000	4296			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-75/7-394-2 - rcd-25112801p-30t-gs-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:14:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:35:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	34215	100.000	4299	1430	1.142	--
总计		34215	100.000	4299			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-76/7-395-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:18:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:57:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-76/7-396-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:21:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:57:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	34777	100.000	4302	1411	1.184	--
总计		34777	100.000	4302			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-76/7-397-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:25:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:58:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	34480	100.000	4303	1414	1.158	--
总计		34480	100.000	4303			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-77/7-398-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:28:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:59:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	34390	100.000	4295	1422	1.167	--
总计		34390	100.000	4295			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-76/7-399-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:32:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:58:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	34506	100.000	4308	1420	1.191	--
总计		34506	100.000	4308			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-77/7-400-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:35:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 10:59:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	34329	100.000	4302	1430	1.178	--
总计		34329	100.000	4302			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-401-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:39:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:00:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	23096	100.000	3608	2301	1.077	--
总计		23096	100.000	3608			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-402-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:42:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	23007	100.000	3490	2277	1.103	--
总计		23007	100.000	3490			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-403-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:46:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	19575	100.000	3048	2309	1.079	--
总计		19575	100.000	3048			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-404-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:49:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	22000	100.000	3440	2295	1.075	--
总计		22000	100.000	3440			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-405-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:53:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	22413	100.000	3506	2317	1.039	--
总计		22413	100.000	3506			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-406-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:56:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	21961	100.000	3440	2313	1.076	--
总计		21961	100.000	3440			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-407-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 22:59:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	31278	100.000	4818	2274	1.074	--
总计		31278	100.000	4818			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-408-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:03:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	31036	100.000	4723	2259	1.079	--
总计		31036	100.000	4723			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-409-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:06:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	29024	100.000	4449	2280	1.086	--
总计		29024	100.000	4449			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-410-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:10:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	30423	100.000	4642	2247	1.073	--
总计		30423	100.000	4642			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-411-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:13:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	31636	100.000	4801	2273	1.092	--
总计		31636	100.000	4801			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-412-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:17:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	30310	100.000	4638	2257	1.071	--
总计		30310	100.000	4638			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-413-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:20:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34012	100.000	5169	2243	1.069	--
总计		34012	100.000	5169			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-78/7-414-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:24:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 11:01:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	33814	100.000	5122	2243	1.068	--
总计		33814	100.000	5122			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-415-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:27:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	32884	100.000	5032	2269	1.074	--
总计		32884	100.000	5032			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-416-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:31:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	33229	100.000	5090	2275	1.066	--
总计		33229	100.000	5090			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-417-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:34:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34306	100.000	5241	2239	1.069	--
总计		34306	100.000	5241			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-418-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:38:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	33772	100.000	5119	2232	1.070	--
总计		33772	100.000	5119			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-419-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:41:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34468	100.000	5240	2224	1.067	--
总计		34468	100.000	5240			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-420-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:44:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34344	100.000	5170	2201	1.071	--
总计		34344	100.000	5170			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-421-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:48:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34410	100.000	5200	2233	1.083	--
总计		34410	100.000	5200			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-422-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:51:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34146	100.000	5173	2227	1.072	--
总计		34146	100.000	5173			


 SHIMADZU
LabSolutions **QTL-3108**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-423-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:55:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34971	100.000	5315	2242	1.072	--
总计		34971	100.000	5315			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-424-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/23 23:58:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:20:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34335	100.000	5228	2233	1.075	--
总计		34335	100.000	5228			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-425-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:02:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34901	100.000	5263	2205	1.074	--
总计		34901	100.000	5263			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-426-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:05:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34237	100.000	5182	2224	1.071	--
总计		34237	100.000	5182			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-427-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:09:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34566	100.000	5247	2223	1.069	--
总计		34566	100.000	5247			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-428-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:12:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34032	100.000	5150	2227	1.067	--
总计		34032	100.000	5150			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-429-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:16:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	35232	100.000	5336	2212	1.071	--
总计		35232	100.000	5336			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-430-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:19:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34643	100.000	5226	2207	1.066	--
总计		34643	100.000	5226			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-431-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:22:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34727	100.000	5238	2205	1.074	--
总计		34727	100.000	5238			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-432-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:26:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34123	100.000	5129	2202	1.069	--
总计		34123	100.000	5129			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-433-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:29:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34856	100.000	5245	2190	1.082	--
总计		34856	100.000	5245			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-434-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:33:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34337	100.000	5185	2216	1.072	--
总计		34337	100.000	5185			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-435-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:36:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	35534	100.000	5352	2210	1.090	--
总计		35534	100.000	5352			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-436-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:40:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34770	100.000	5212	2187	1.062	--
总计		34770	100.000	5212			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-437-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:43:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34571	100.000	5216	2206	1.083	--
总计		34571	100.000	5216			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-438-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:47:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34169	100.000	5116	2179	1.075	--
总计		34169	100.000	5116			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-439-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:50:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34253	100.000	5201	2216	1.067	--
总计		34253	100.000	5201			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-440-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:54:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	33991	100.000	5145	2207	1.080	--
总计		33991	100.000	5145			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-441-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 00:57:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	35356	100.000	5301	2190	1.073	--
总计		35356	100.000	5301			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-442-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:01:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34975	100.000	5211	2168	1.075	--
总计		34975	100.000	5211			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-443-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:04:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34826	100.000	5213	2184	1.067	--
总计		34826	100.000	5213			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-444-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:07:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34586	100.000	5109	2184	1.083	--
总计		34586	100.000	5109			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-445-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:11:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:21:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34612	100.000	5181	2175	1.067	--
总计		34612	100.000	5181			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-446-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:14:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	34497	100.000	5162	2192	1.074	--
总计		34497	100.000	5162			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-447-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:18:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	35644	100.000	5324	2195	1.083	--
总计		35644	100.000	5324			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-448-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:21:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	34896	100.000	5211	2189	1.070	--
总计		34896	100.000	5211			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-449-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:25:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	34084	100.000	4233	1390	1.152	--
总计		34084	100.000	4233			


 SHIMADZU
LabSolutions **QTL-3108**

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-450-2 - rcd-25112801p-30t-js-bz1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:28:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	34137	100.000	4262	1422	1.139	--
总计		34137	100.000	4262			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-451-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:32:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-452-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:35:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	33962	100.000	4254	1395	1.171	--
总计		33962	100.000	4254			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-453-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:39:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	34147	100.000	4253	1407	1.155	--
总计		34147	100.000	4253			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-454-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:42:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	34474	100.000	4289	1419	1.166	--
总计		34474	100.000	4289			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-455-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:46:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	34139	100.000	4285	1417	1.176	--
总计		34139	100.000	4285			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-456-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:49:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	34034	100.000	4281	1409	1.140	--
总计		34034	100.000	4281			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-457-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:53:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.028	6588	100.000	1022	2353	1.114	--
总计		6588	100.000	1022			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-458-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 01:56:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	7407	100.000	1150	2316	1.060	--
总计		7407	100.000	1150			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-459-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:00:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	6627	100.000	1051	2284	1.116	--
总计		6627	100.000	1051			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-460-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:03:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	7267	100.000	1154	2364	1.068	--
总计		7267	100.000	1154			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-461-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:07:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	7168	100.000	1118	2362	1.083	--
总计		7168	100.000	1118			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-462-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:10:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.029	7614	100.000	1204	2373	1.051	--
总计		7614	100.000	1204			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-463-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:14:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	11695	100.000	1801	2262	1.069	--
总计		11695	100.000	1801			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-464-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:17:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	12664	100.000	1966	2327	1.093	--
总计		12664	100.000	1966			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-465-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:20:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	11782	100.000	1825	2274	1.063	--
总计		11782	100.000	1825			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-466-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:24:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:22:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	13082	100.000	1999	2310	1.095	--
总计		13082	100.000	1999			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-467-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:27:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	12330	100.000	1903	2275	1.094	--
总计		12330	100.000	1903			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-468-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:31:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.030	14341	100.000	2182	2277	1.072	--
总计		14341	100.000	2182			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-469-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:34:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	16457	100.000	2516	2307	1.108	--
总计		16457	100.000	2516			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-470-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:38:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	17189	100.000	2646	2309	1.086	--
总计		17189	100.000	2646			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-471-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:41:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	16430	100.000	2525	2275	1.069	--
总计		16430	100.000	2525			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-472-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:45:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	17785	100.000	2734	2289	1.110	--
总计		17785	100.000	2734			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-473-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:48:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	16847	100.000	2614	2307	1.075	--
总计		16847	100.000	2614			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-474-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:52:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	20142	100.000	3098	2288	1.081	--
总计		20142	100.000	3098			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-475-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:55:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	20414	100.000	3126	2289	1.084	--
总计		20414	100.000	3126			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-476-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 02:59:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	20382	100.000	3121	2288	1.091	--
总计		20382	100.000	3121			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-477-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:02:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	20100	100.000	3038	2245	1.092	--
总计		20100	100.000	3038			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-478-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:06:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	21388	100.000	3264	2266	1.075	--
总计		21388	100.000	3264			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-479-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:09:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	20218	100.000	3109	2290	1.075	--
总计		20218	100.000	3109			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-480-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:13:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	24583	100.000	3753	2285	1.079	--
总计		24583	100.000	3753			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-481-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:16:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	26100	100.000	3990	2288	1.060	--
总计		26100	100.000	3990			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-482-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:20:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	24860	100.000	3804	2287	1.097	--
总计		24860	100.000	3804			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-483-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:23:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	24340	100.000	3718	2284	1.077	--
总计		24340	100.000	3718			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-484-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:27:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	25961	100.000	3972	2277	1.091	--
总计		25961	100.000	3972			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-485-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:30:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	24908	100.000	3789	2269	1.089	--
总计		24908	100.000	3789			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-486-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:33:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	29838	100.000	4556	2267	1.066	--
总计		29838	100.000	4556			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波 长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-487-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:37:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	31878	100.000	4850	2249	1.077	--
总计		31878	100.000	4850			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-488-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:40:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:23:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	30148	100.000	4598	2289	1.076	--
总计		30148	100.000	4598			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-489-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:44:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	29386	100.000	4509	2293	1.078	--
总计		29386	100.000	4509			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-490-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:47:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.035	31326	100.000	4778	2272	1.073	--
总计		31326	100.000	4778			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-491-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:51:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	29561	100.000	4483	2241	1.079	--
总计		29561	100.000	4483			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-492-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:54:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.035	33270	100.000	5055	2251	1.073	--
总计		33270	100.000	5055			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-493-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 03:58:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	33524	100.000	5125	2255	1.073	--
总计		33524	100.000	5125			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-494-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:01:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	32565	100.000	4978	2275	1.066	--
总计		32565	100.000	4978			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-495-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:05:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.035	32535	100.000	4957	2266	1.079	--
总计		32535	100.000	4957			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-496-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:08:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	33589	100.000	5132	2263	1.075	--
总计		33589	100.000	5132			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-497-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:12:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	32700	100.000	4976	2263	1.073	--
总计		32700	100.000	4976			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-498-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:15:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.035	33912	100.000	5168	2272	1.074	--
总计		33912	100.000	5168			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-499-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:19:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	34597	100.000	5287	2261	1.079	--
总计		34597	100.000	5287			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-500-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:22:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	34694	100.000	5274	2252	1.074	--
总计		34694	100.000	5274			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-501-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:26:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	34229	100.000	5236	2267	1.073	--
总计		34229	100.000	5236			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-502-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:29:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	34879	100.000	5335	2263	1.067	--
总计		34879	100.000	5335			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-503-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:33:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	34699	100.000	5289	2272	1.083	--
总计		34699	100.000	5289			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-504-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:36:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.036	35291	100.000	5337	2251	1.082	--
总计		35291	100.000	5337			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-505-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:40:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	34134	100.000	4308	1432	1.148	--
总计		34134	100.000	4308			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-3108

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温 : 40°C 波长: 210nm
数据文件名 : RC\$QTL-3108 - 0-79/7-506-2 - rcd-25112801p-30t-gw-bz2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-3108 - QTL-3108-rc-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-3108 - 20260123-FX256.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 100 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/01/24 04:43:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2026/01/26 13:24:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	34402	100.000	4335	1440	1.163	--
总计		34402	100.000	4335			