




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-275-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 13:38:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 溶剂

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-276-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 13:42:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	61324	100.000	7141	2026	1.056	--
总计		61324	100.000	7141			

图2 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-277-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 13:45:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	60803	100.000	7124	2003	1.058	--
总计		60803	100.000	7124			


图3 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-278-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 13:49:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	61042	100.000	7115	2006	1.059	--
总计		61042	100.000	7115			

图4 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-279-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 13:53:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	61087	100.000	7130	2005	1.051	--
总计		61087	100.000	7130			


图5 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-280-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 13:57:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	60554	100.000	7095	2010	1.054	--
总计		60554	100.000	7095			

图6 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-281-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:01:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	11279	100.000	1605	3070	1.025	--
总计		11279	100.000	1605			

图7 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-282-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:05:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	10490	100.000	1513	3191	1.016	--
总计		10490	100.000	1513			

图8 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-283-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:09:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	10431	100.000	1502	3093	1.035	--
总计		10431	100.000	1502			


图9 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-284-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:13:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	15447	100.000	2180	3132	1.020	--
总计		15447	100.000	2180			

图10 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-285-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:17:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:26:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	15839	100.000	2242	3060	1.015	--
总计		15839	100.000	2242			


图11 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-286-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:20:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	16329	100.000	2322	3074	1.034	--
总计		16329	100.000	2322			

图12 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-287-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:24:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	24051	100.000	3372	3070	1.017	--
总计		24051	100.000	3372			


图13 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-288-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:28:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	21209	100.000	2975	3033	1.030	--
总计		21209	100.000	2975			

图14 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-289-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:32:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	20292	100.000	2878	3113	1.032	--
总计		20292	100.000	2878			

图15 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-290-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:36:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	24744	100.000	3502	3081	1.029	--
总计		24744	100.000	3502			

图16 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-291-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:40:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	26284	100.000	3703	3062	1.034	--
总计		26284	100.000	3703			

图17 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-292-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:44:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	30265	100.000	4282	3075	1.036	--
总计		30265	100.000	4282			


图18 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-293-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:48:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	31011	100.000	4389	3056	1.026	--
总计		31011	100.000	4389			

图19 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-294-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:51:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	27241	100.000	3864	3084	1.027	--
总计		27241	100.000	3864			

图20 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-295-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:55:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	26392	100.000	3710	3069	1.032	--
总计		26392	100.000	3710			

图21 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-296-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 14:59:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	30286	100.000	4287	3083	1.036	--
总计		30286	100.000	4287			

图22 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-297-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:03:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	32573	100.000	4604	3062	1.036	--
总计		32573	100.000	4604			

图23 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-298-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:07:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	38707	100.000	5457	3076	1.028	--
总计		38707	100.000	5457			

图24 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-299-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:11:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	36459	100.000	5136	3071	1.031	--
总计		36459	100.000	5136			

图25 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-300-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:15:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	32218	100.000	4513	3042	1.040	--
总计		32218	100.000	4513			

图26 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-301-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:19:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	30820	100.000	4354	3079	1.031	--
总计		30820	100.000	4354			

图27 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-302-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:22:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	34758	100.000	4882	3078	1.043	--
总计		34758	100.000	4882			

图28 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-303-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:26:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	37117	100.000	5240	3054	1.035	--
总计		37117	100.000	5240			


图29 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-304-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:30:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	44026	100.000	6169	3045	1.037	--
总计		44026	100.000	6169			


图30 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-305-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:34:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	43485	100.000	6113	3056	1.029	--
总计		43485	100.000	6113			


图31 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-306-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:38:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	38821	100.000	5452	3080	1.029	--
总计		38821	100.000	5452			


图32 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-307-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:42:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	36295	100.000	5112	3049	1.027	--
总计		36295	100.000	5112			


图33 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-308-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:46:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	40156	100.000	5654	3050	1.039	--
总计		40156	100.000	5654			


图34 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-309-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:50:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:27:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	42641	100.000	6001	3051	1.033	--
总计		42641	100.000	6001			

图35 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-310-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:53:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	50317	100.000	7069	3055	1.031	--
总计		50317	100.000	7069			


图36 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-311-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 15:57:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	49197	100.000	6896	3039	1.029	--
总计		49197	100.000	6896			

图37 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-312-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:01:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	44224	100.000	6191	3055	1.024	--
总计		44224	100.000	6191			


图38 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-313-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:05:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	41409	100.000	5807	3044	1.028	--
总计		41409	100.000	5807			

图39 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-314-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:09:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	45154	100.000	6312	3043	1.028	--
总计		45154	100.000	6312			


图40 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-315-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:13:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	47915	100.000	6725	3069	1.031	--
总计		47915	100.000	6725			


图41 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-316-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:17:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	54570	100.000	7630	3053	1.037	--
总计		54570	100.000	7630			

图42 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-317-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:21:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	52421	100.000	7331	3056	1.033	--
总计		52421	100.000	7331			

图43 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-318-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:24:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	47194	100.000	6623	3065	1.041	--
总计		47194	100.000	6623			

图44 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-319-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:28:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	44315	100.000	6232	3051	1.023	--
总计		44315	100.000	6232			

图45 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-320-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:32:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	47569	100.000	6672	3038	1.039	--
总计		47569	100.000	6672			

图46 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-321-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:36:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	50783	100.000	7146	3065	1.028	--
总计		50783	100.000	7146			

图47 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-322-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:40:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	56622	100.000	7959	3067	1.030	--
总计		56622	100.000	7959			

图48 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-323-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:44:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	55450	100.000	7761	3035	1.034	--
总计		55450	100.000	7761			

图49 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-324-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:48:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	51024	100.000	7163	3067	1.042	--
总计		51024	100.000	7163			


图50 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-325-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:52:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	48082	100.000	6718	3049	1.031	--
总计		48082	100.000	6718			


图51 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-326-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:56:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	50846	100.000	7128	3030	1.025	--
总计		50846	100.000	7128			


图52 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-327-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 16:59:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	53994	100.000	7553	3044	1.028	--
总计		53994	100.000	7553			


图53 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-328-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:03:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	59348	100.000	8319	3049	1.035	--
总计		59348	100.000	8319			


图54 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-329-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 20µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:07:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	57266	100.000	7994	3025	1.028	--
总计		57266	100.000	7994			

图55 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-330-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:11:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	53582	100.000	7509	3040	1.037	--
总计		53582	100.000	7509			

图56 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-331-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-120min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:15:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	50501	100.000	7055	3050	1.041	--
总计		50501	100.000	7055			

图57 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-332-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:19:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:28:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	52329	100.000	7353	3088	1.030	--
总计		52329	100.000	7353			

图58 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-333-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:23:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	55251	100.000	7760	3060	1.036	--
总计		55251	100.000	7760			

图59 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-334-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:27:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	60150	100.000	8422	3051	1.029	--
总计		60150	100.000	8422			

图60 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-335-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:31:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.586	58600	100.000	8186	3045	1.032	--
总计		58600	100.000	8186			


图61 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-336-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:34:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	54913	100.000	7672	3042	1.033	--
总计		54913	100.000	7672			


图62 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-337-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:38:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	51621	100.000	7255	3063	1.041	--
总计		51621	100.000	7255			

图63 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-338-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:42:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	54095	100.000	7602	3065	1.035	--
总计		54095	100.000	7602			

图64 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-339-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:46:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	56779	100.000	7934	3048	1.028	--
总计		56779	100.000	7934			

图65 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-340-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:50:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	61910	100.000	8656	3054	1.027	--
总计		61910	100.000	8656			

图66 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-341-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:54:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	61580	100.000	7206	2028	1.061	--
总计		61580	100.000	7206			

图67 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-342-2 - zzp-2025072121p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 17:58:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	61507	100.000	7204	2016	1.067	--
总计		61507	100.000	7204			

图68 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072121批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-343-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:02:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 溶剂




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-344-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:06:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	60767	100.000	7117	2013	1.062	--
总计		60767	100.000	7117			

图70 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-345-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:09:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	61109	100.000	7119	2000	1.059	--
总计		61109	100.000	7119			

图71 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-346-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:13:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	61049	100.000	7126	2005	1.062	--
总计		61049	100.000	7126			

图72 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-347-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:17:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	61078	100.000	7128	2022	1.062	--
总计		61078	100.000	7128			


图73 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-348-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:21:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.537	60985	100.000	7130	2002	1.064	--
总计		60985	100.000	7130			

图74 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-349-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:25:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	20001	100.000	2858	3102	1.029	--
总计		20001	100.000	2858			

图75 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-350-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:29:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	12927	100.000	1837	3067	1.019	--
总计		12927	100.000	1837			

图76 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-351-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:33:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	12003	100.000	1683	3052	1.006	--
总计		12003	100.000	1683			

图77 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-352-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:37:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	17725	100.000	2490	3043	1.038	--
总计		17725	100.000	2490			

图78 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-353-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:41:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	15265	100.000	2182	3098	1.019	--
总计		15265	100.000	2182			

图79 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-354-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:45:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	18405	100.000	2640	3077	1.007	--
总计		18405	100.000	2640			


图80 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-355-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:49:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:29:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	34057	100.000	4814	3092	1.034	--
总计		34057	100.000	4814			


图81 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-356-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:52:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	25018	100.000	3545	3091	1.032	--
总计		25018	100.000	3545			


图82 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-357-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 18:56:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	22480	100.000	3199	3077	1.028	--
总计		22480	100.000	3199			

图83 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-358-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:00:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	28635	100.000	4033	3053	1.029	--
总计		28635	100.000	4033			

图84 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-359-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:04:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	26537	100.000	3731	3075	1.037	--
总计		26537	100.000	3731			

图85 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-360-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:08:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	31720	100.000	4472	3057	1.021	--
总计		31720	100.000	4472			


图86 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-361-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:12:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	41209	100.000	5812	3065	1.037	--
总计		41209	100.000	5812			

图87 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-362-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:16:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	32701	100.000	4616	3034	1.030	--
总计		32701	100.000	4616			

图88 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-363-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:20:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	29919	100.000	4247	3057	1.031	--
总计		29919	100.000	4247			

图89 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-364-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:24:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	35317	100.000	4981	3081	1.033	--
总计		35317	100.000	4981			

图90 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-365-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:28:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	33288	100.000	4681	3045	1.038	--
总计		33288	100.000	4681			


图91 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-366-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:31:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	39191	100.000	5533	3067	1.043	--
总计		39191	100.000	5533			

图92 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-367-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:35:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	45399	100.000	6399	3055	1.035	--
总计		45399	100.000	6399			

图93 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-368-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:39:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	37807	100.000	5322	3072	1.029	--
总计		37807	100.000	5322			

图94 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-369-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:43:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	35532	100.000	5024	3074	1.035	--
总计		35532	100.000	5024			


图95 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-370-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:47:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	39237	100.000	5529	3061	1.035	--
总计		39237	100.000	5529			

图96 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-371-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:51:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	37761	100.000	5341	3068	1.028	--
总计		37761	100.000	5341			

图97 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-372-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:55:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	43547	100.000	6164	3067	1.023	--
总计		43547	100.000	6164			

图98 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-373-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 19:59:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	51127	100.000	7170	3031	1.032	--
总计		51127	100.000	7170			

图99 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-374-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:03:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	43686	100.000	6145	3073	1.038	--
总计		43686	100.000	6145			

图100 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-375-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:07:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	41765	100.000	5889	3045	1.044	--
总计		41765	100.000	5889			

图101 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-376-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:11:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	44723	100.000	6313	3072	1.035	--
总计		44723	100.000	6313			


图102 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-377-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:14:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	43611	100.000	6137	3059	1.029	--
总计		43611	100.000	6137			

图103 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-378-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:18:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:30:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	49230	100.000	6935	3058	1.033	--
总计		49230	100.000	6935			

图104 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-379-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:22:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	55295	100.000	7793	3056	1.037	--
总计		55295	100.000	7793			


图105 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-380-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:26:40 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	48431	100.000	6846	3048	1.041	--
总计		48431	100.000	6846			

图106 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-381-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:30:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	46593	100.000	6561	3052	1.035	--
总计		46593	100.000	6561			

图107 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-382-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:34:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	49829	100.000	6992	3028	1.038	--
总计		49829	100.000	6992			

图108 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-383-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:38:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	48814	100.000	6841	3049	1.028	--
总计		48814	100.000	6841			


图109 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-384-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:42:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	53605	100.000	7545	3054	1.033	--
总计		53605	100.000	7545			

图110 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-385-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:46:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	57833	100.000	8129	3050	1.040	--
总计		57833	100.000	8129			


图111 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-386-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:50:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	51659	100.000	7270	3042	1.041	--
总计		51659	100.000	7270			


图112 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-387-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:54:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	49536	100.000	6967	3021	1.031	--
总计		49536	100.000	6967			

图113 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-388-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 20:57:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	52046	100.000	7324	3041	1.037	--
总计		52046	100.000	7324			

图114 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-389-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:01:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	51195	100.000	7220	3068	1.037	--
总计		51195	100.000	7220			


图115 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-390-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:05:48 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	55608	100.000	7868	3053	1.035	--
总计		55608	100.000	7868			


图116 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-391-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-8  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:09:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	60467	100.000	8476	3049	1.037	--
总计		60467	100.000	8476			

图117 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-392-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-17  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:13:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	54681	100.000	7663	3059	1.031	--
总计		54681	100.000	7663			

图118 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-393-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-26  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:17:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	52467	100.000	7388	3046	1.031	--
总计		52467	100.000	7388			

图119 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-394-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-35  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:21:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	54597	100.000	7693	3059	1.034	--
总计		54597	100.000	7693			

图120 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-395-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-44  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:25:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	54401	100.000	7654	3058	1.035	--
总计		54401	100.000	7654			

图121 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-396-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-53  
 进样体积: 20µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:29:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	58304	100.000	8227	3053	1.041	--
总计		58304	100.000	8227			


图122 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-397-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:33:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	61385	100.000	8606	3042	1.034	--
总计		61385	100.000	8606			


图123 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-398-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:37:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	55482	100.000	7843	3052	1.032	--
总计		55482	100.000	7843			


图124 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-399-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:40:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	53701	100.000	7576	3046	1.037	--
总计		53701	100.000	7576			

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-400-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:44:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	56660	100.000	7941	3036	1.044	--
总计		56660	100.000	7941			


图126 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-401-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:48:46 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:31:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	55793	100.000	7832	3056	1.037	--
总计		55793	100.000	7832			


图127 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-402-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:52:39 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	59442	100.000	8337	3042	1.035	--
总计		59442	100.000	8337			

图128 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-403-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 21:56:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	61151	100.000	8613	3048	1.033	--
总计		61151	100.000	8613			


图129 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-404-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:00:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	57024	100.000	8027	3044	1.031	--
总计		57024	100.000	8027			

图130 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-405-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:04:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	56489	100.000	7932	3056	1.029	--
总计		56489	100.000	7932			

图131 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-406-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:08:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	57179	100.000	8070	3061	1.037	--
总计		57179	100.000	8070			

图132 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-407-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:12:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	57158	100.000	8005	3022	1.040	--
总计		57158	100.000	8005			

图133 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-408-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-jx.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:15:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	60474	100.000	8507	3052	1.036	--
总计		60474	100.000	8507			


图134 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-409-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:19:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	61748	100.000	7197	2013	1.069	--
总计		61748	100.000	7197			


图135 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-410-2 - zzp-2025072221p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:23:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	61459	100.000	7189	2020	1.064	--
总计		61459	100.000	7189			


图136 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025072221批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-411-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:27:41 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图137 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
溶剂

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-412-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:31:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	61168	100.000	7145	1999	1.060	--
总计		61168	100.000	7145			


图138 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-413-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:35:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	60899	100.000	7145	2012	1.069	--
总计		60899	100.000	7145			

图139 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-2




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-414-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:39:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	61304	100.000	7145	2002	1.070	--
总计		61304	100.000	7145			

图140 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-415-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:43:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.532	61283	100.000	7163	2011	1.061	--
总计		61283	100.000	7163			


图141 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-416-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:47:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.531	61074	100.000	7149	2000	1.074	--
总计		61074	100.000	7149			

图142 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-5




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-417-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:50:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	21856	100.000	3078	3053	1.031	--
总计		21856	100.000	3078			


图143 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-418-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:54:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	15918	100.000	2257	3076	1.052	--
总计		15918	100.000	2257			

图144 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-419-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 22:58:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	22988	100.000	3259	3074	1.031	--
总计		22988	100.000	3259			

图145 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-420-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:02:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	18477	100.000	2626	3129	1.038	--
总计		18477	100.000	2626			

图146 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-421-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:06:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	19107	100.000	2723	3111	1.046	--
总计		19107	100.000	2723			

图147 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-422-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:10:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	20143	100.000	2854	3080	1.016	--
总计		20143	100.000	2854			

图148 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-423-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:14:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:32:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	35277	100.000	5003	3084	1.027	--
总计		35277	100.000	5003			

图149 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-424-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:18:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	29923	100.000	4233	3065	1.029	--
总计		29923	100.000	4233			

图150 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-425-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:21:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	36205	100.000	5123	3072	1.035	--
总计		36205	100.000	5123			

图151 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-426-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:25:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	32668	100.000	4626	3053	1.037	--
总计		32668	100.000	4626			

图152 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-427-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:29:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	32679	100.000	4613	3046	1.035	--
总计		32679	100.000	4613			


图153 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-428-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:33:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	31914	100.000	4519	3075	1.044	--
总计		31914	100.000	4519			


图154 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-429-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:37:26 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.578	42315	100.000	5968	3069	1.037	--
总计		42315	100.000	5968			

图155 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-430-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:41:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	38533	100.000	5463	3065	1.031	--
总计		38533	100.000	5463			

图156 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-431-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:45:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	43397	100.000	6137	3080	1.029	--
总计		43397	100.000	6137			

图157 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-432-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:49:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	40353	100.000	5727	3073	1.030	--
总计		40353	100.000	5727			


图158 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-433-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:52:56 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.578	40500	100.000	5706	3061	1.028	--
总计		40500	100.000	5706			


图159 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-434-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/09 23:56:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	39528	100.000	5585	3050	1.049	--
总计		39528	100.000	5585			

图160 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-435-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:00:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	46475	100.000	6574	3073	1.032	--
总计		46475	100.000	6574			

图161 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-436-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:04:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	43104	100.000	6124	3058	1.035	--
总计		43104	100.000	6124			

图162 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-437-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:08:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	47320	100.000	6682	3042	1.034	--
总计		47320	100.000	6682			

图163 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-438-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:12:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	45159	100.000	6403	3088	1.026	--
总计		45159	100.000	6403			

图164 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-439-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:16:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	44798	100.000	6319	3098	1.048	--
总计		44798	100.000	6319			


图165 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-440-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:20:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	44053	100.000	6219	3051	1.034	--
总计		44053	100.000	6219			

图166 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-441-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:23:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	52171	100.000	7349	3041	1.038	--
总计		52171	100.000	7349			

图167 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-442-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:27:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	50171	100.000	7051	3042	1.038	--
总计		50171	100.000	7051			

图168 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-443-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:31:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	52521	100.000	7383	3057	1.031	--
总计		52521	100.000	7383			

图169 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-444-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:35:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	50434	100.000	7101	3049	1.041	--
总计		50434	100.000	7101			

图170 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-445-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:39:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	50072	100.000	7057	3065	1.028	--
总计		50072	100.000	7057			


图171 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-446-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:43:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:33:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	49230	100.000	6940	3068	1.042	--
总计		49230	100.000	6940			

图172 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-447-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:47:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	55816	100.000	7861	3056	1.039	--
总计		55816	100.000	7861			

图173 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-448-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:51:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	54583	100.000	7621	3026	1.035	--
总计		54583	100.000	7621			

图174 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-449-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:54:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	55929	100.000	7902	3058	1.032	--
总计		55929	100.000	7902			

图175 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-450-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 00:58:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	54630	100.000	7685	3050	1.040	--
总计		54630	100.000	7685			

图176 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-451-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:02:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.578	53813	100.000	7579	3056	1.035	--
总计		53813	100.000	7579			

图177 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-452-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:06:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	53540	100.000	7551	3074	1.032	--
总计		53540	100.000	7551			


图178 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-453-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:10:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	58125	100.000	8127	3036	1.038	--
总计		58125	100.000	8127			

图179 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-454-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:14:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	56477	100.000	7920	3044	1.039	--
总计		56477	100.000	7920			

图180 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-455-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:18:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	57316	100.000	8076	3050	1.030	--
总计		57316	100.000	8076			


图181 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-456-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:21:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	56310	100.000	7950	3070	1.035	--
总计		56310	100.000	7950			

图182 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-457-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:25:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	55316	100.000	7820	3057	1.037	--
总计		55316	100.000	7820			


图183 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-458-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:29:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	55459	100.000	7815	3058	1.038	--
总计		55459	100.000	7815			

图184 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-459-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-8  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:33:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	59283	100.000	8313	3050	1.043	--
总计		59283	100.000	8313			

图185 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-460-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-17  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:37:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	57502	100.000	8077	3057	1.038	--
总计		57502	100.000	8077			

图186 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-461-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:41:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	59042	100.000	8296	3049	1.028	--
总计		59042	100.000	8296			


图187 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-462-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:45:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	58023	100.000	8183	3058	1.037	--
总计		58023	100.000	8183			

图188 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4  
供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-463-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:49:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	57238	100.000	8053	3064	1.030	--
总计		57238	100.000	8053			

图189 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-464-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:52:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	57949	100.000	8160	3048	1.043	--
总计		57949	100.000	8160			

图190 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-465-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 01:56:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	59813	100.000	8371	3049	1.034	--
总计		59813	100.000	8371			


图191 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-466-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:00:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	57884	100.000	8156	3057	1.043	--
总计		57884	100.000	8156			

图192 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-467-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:04:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	59392	100.000	8354	3052	1.032	--
总计		59392	100.000	8354			

图193 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-468-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:08:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	58596	100.000	8243	3046	1.038	--
总计		58596	100.000	8243			

图194 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-469-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:12:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:34:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	58171	100.000	8156	3055	1.036	--
总计		58171	100.000	8156			

图195 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-470-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:16:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	58756	100.000	8252	3041	1.033	--
总计		58756	100.000	8252			

图196 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-471-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:20:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	61839	100.000	8665	3048	1.033	--
总计		61839	100.000	8665			

图197 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-472-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:24:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	60660	100.000	8511	3047	1.036	--
总计		60660	100.000	8511			

图198 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-473-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:28:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	61539	100.000	8638	3049	1.039	--
总计		61539	100.000	8638			

图199 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-474-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:31:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.579	61239	100.000	8609	3053	1.035	--
总计		61239	100.000	8609			




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-475-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:35:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	60000	100.000	8497	3075	1.037	--
总计		60000	100.000	8497			

图201 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-476-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:39:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	60011	100.000	8446	3041	1.039	--
总计		60011	100.000	8446			

图202 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-477-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:43:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	62159	100.000	7273	2038	1.059	--
总计		62159	100.000	7273			


图203 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-2025072321批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-478-2 - zzp-2025072321p-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:47:32 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	62208	100.000	7273	2028	1.054	--
总计		62208	100.000	7273			




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-479-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:51:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 自制品-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 溶剂




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-480-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:55:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	60942	100.000	7127	2005	1.061	--
总计		60942	100.000	7127			


图206 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-481-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 02:59:13 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.535	61213	100.000	7139	2013	1.062	--
总计		61213	100.000	7139			


图207 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-482-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:03:07 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	60894	100.000	7128	2013	1.066	--
总计		60894	100.000	7128			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-483-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:07:01 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.533	61005	100.000	7120	2016	1.069	--
总计		61005	100.000	7120			

图209 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-484-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:10:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.534	61302	100.000	7130	1996	1.060	--
总计		61302	100.000	7130			

图210 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-485-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:14:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	21520	100.000	3052	3077	1.027	--
总计		21520	100.000	3052			

图211 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-486-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:18:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	20976	100.000	2978	3060	1.030	--
总计		20976	100.000	2978			

图212 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-487-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:22:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	21641	100.000	3084	3047	1.022	--
总计		21641	100.000	3084			


图213 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-488-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:26:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	21302	100.000	3023	3114	1.029	--
总计		21302	100.000	3023			

图214 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-489-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:30:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	21373	100.000	3029	3062	1.024	--
总计		21373	100.000	3029			


图215 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-490-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:34:14 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	21847	100.000	3128	3113	1.038	--
总计		21847	100.000	3128			

图216 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-491-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:38:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	35734	100.000	5077	3064	1.032	--
总计		35734	100.000	5077			

图217 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-492-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:42:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:35:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	35597	100.000	5041	3055	1.034	--
总计		35597	100.000	5041			

图218 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-493-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:45:53      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	35294	100.000	5020	3088	1.033	--
总计		35294	100.000	5020			

图219 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-494-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:49:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	35007	100.000	4932	3077	1.037	--
总计		35007	100.000	4932			

图220 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-495-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:53:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	36449	100.000	5139	3072	1.035	--
总计		36449	100.000	5139			

图221 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-496-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 03:57:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	35965	100.000	5111	3069	1.021	--
总计		35965	100.000	5111			


图222 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-497-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:01:25 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	43891	100.000	6181	3043	1.027	--
总计		43891	100.000	6181			

图223 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-498-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:05:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	43530	100.000	6134	3042	1.037	--
总计		43530	100.000	6134			

图224 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-499-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:09:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	43840	100.000	6134	3064	1.044	--
总计		43840	100.000	6134			


图225 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-500-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:13:03 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	42937	100.000	6043	3060	1.031	--
总计		42937	100.000	6043			

图226 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-501-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:16:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	44414	100.000	6260	3061	1.043	--
总计		44414	100.000	6260			

图227 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-502-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:20:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	44992	100.000	6337	3061	1.033	--
总计		44992	100.000	6337			


图228 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-503-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:24:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	48574	100.000	6862	3066	1.032	--
总计		48574	100.000	6862			


图229 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-504-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:28:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	48512	100.000	6812	3032	1.037	--
总计		48512	100.000	6812			

图230 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2  
供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-505-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:32:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	47864	100.000	6750	3063	1.038	--
总计		47864	100.000	6750			

图231 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-506-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:36:21      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	47283	100.000	6662	3081	1.032	--
总计		47283	100.000	6662			

图232 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-507-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:40:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	49447	100.000	6982	3087	1.043	--
总计		49447	100.000	6982			


图233 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-508-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:44:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	50111	100.000	7025	3029	1.040	--
总计		50111	100.000	7025			


图234 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-509-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:47:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	53995	100.000	7616	3065	1.032	--
总计		53995	100.000	7616			




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-510-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:51:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	54521	100.000	7670	3055	1.027	--
总计		54521	100.000	7670			


图236 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-511-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:55:46 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:48 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	53496	100.000	7521	3050	1.042	--
总计		53496	100.000	7521			

图237 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-512-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 04:59:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	53025	100.000	7470	3061	1.032	--
总计		53025	100.000	7470			

图238 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-513-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:03:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	55619	100.000	7804	3051	1.043	--
总计		55619	100.000	7804			

图239 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-514-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:07:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	55043	100.000	7744	3050	1.033	--
总计		55043	100.000	7744			

图240 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-515-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:11:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:36:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	58935	100.000	8268	3053	1.027	--
总计		58935	100.000	8268			


图241 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-516-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:15:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	59007	100.000	8264	3059	1.037	--
总计		59007	100.000	8264			

图242 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2  
供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-517-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:19:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	57964	100.000	8138	3052	1.033	--
总计		57964	100.000	8138			


图243 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-518-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:22:58 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	57658	100.000	8102	3058	1.033	--
总计		57658	100.000	8102			

图244 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-519-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:26:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	59860	100.000	8397	3054	1.036	--
总计		59860	100.000	8397			


图245 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-520-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:30:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	59227	100.000	8316	3042	1.030	--
总计		59227	100.000	8316			


图246 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-521-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:34:36 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	60985	100.000	8565	3053	1.036	--
总计		60985	100.000	8565			

图247 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-522-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:38:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	61418	100.000	8651	3060	1.031	--
总计		61418	100.000	8651			


图248 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-523-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:42:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	60039	100.000	8450	3047	1.043	--
总计		60039	100.000	8450			

图249 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-524-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:46:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	60017	100.000	8409	3065	1.038	--
总计		60017	100.000	8409			

图250 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-525-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:50:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	61755	100.000	8648	3059	1.033	--
总计		61755	100.000	8648			

图251 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-526-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:54:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	60884	100.000	8557	3055	1.039	--
总计		60884	100.000	8557			


图252 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-527-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 05:57:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	62681	100.000	8818	3053	1.032	--
总计		62681	100.000	8818			

图253 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1  
供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-528-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:01:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	63069	100.000	8868	3057	1.029	--
总计		63069	100.000	8868			

图254 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-529-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:05:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	62520	100.000	8794	3058	1.037	--
总计		62520	100.000	8794			

图255 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-530-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-90min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:09:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	61951	100.000	8686	3057	1.040	--
总计		61951	100.000	8686			

图256 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-531-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:13:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	64439	100.000	8989	3040	1.035	--
总计		64439	100.000	8989			

图257 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-532-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-90min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:17:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	62343	100.000	8787	3059	1.029	--
总计		62343	100.000	8787			

图258 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-533-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-120min.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-7  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:21:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	63277	100.000	8903	3044	1.036	--
总计		63277	100.000	8903			

图259 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-534-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-120min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:25:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	63702	100.000	8937	3050	1.036	--
总计		63702	100.000	8937			

图260 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-535-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-120min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-25  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:29:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	63522	100.000	8899	3056	1.039	--
总计		63522	100.000	8899			


图261 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-536-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-120min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:33:01 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	62618	100.000	8789	3040	1.036	--
总计		62618	100.000	8789			


图262 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-537-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-120min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:36:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.580	63926	100.000	9001	3057	1.035	--
总计		63926	100.000	9001			

图263 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-538-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-120min.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-52  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:40:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:37:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	62876	100.000	8844	3035	1.031	--
总计		62876	100.000	8844			

图264 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-539-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p1-jx.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-8  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:44:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	64760	100.000	9114	3054	1.037	--
总计		64760	100.000	9114			

图265 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-540-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p2-jx.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-17  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:48:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	65604	100.000	9188	3045	1.040	--
总计		65604	100.000	9188			

图266 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-541-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p3-jx.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-26  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:52:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	65161	100.000	9091	3032	1.039	--
总计		65161	100.000	9091			

图267 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-542-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p4-jx.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-35  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 06:56:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.582	64699	100.000	9095	3039	1.039	--
总计		64699	100.000	9095			


图268 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-543-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p5-jx.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-44  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 07:00:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:10 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.581	65481	100.000	9191	3056	1.041	--
总计		65481	100.000	9191			

图269 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# QTL-4138

## <样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-129/10-544-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-p6-jx.lcd  
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 4-53  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 07:04:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.583	64380	100.000	9028	3052	1.033	--
总计		64380	100.000	9028			


图270 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-545-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 07:08:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	62328	100.000	7283	2029	1.052	--
总计		62328	100.000	7283			


图271 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: LP-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm  
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-129/10-546-2 - cbzj-J049Fp-js6y-rcqx-2mg-jf50z-SHUIjz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20260209 -FX259.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2026/02/10 07:12:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间(V2): 2026/02/23 13:38:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.536	62003	100.000	7279	2030	1.061	--
总计		62003	100.000	7279			

图272 多替诺雷片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱  
 参比制剂-J049F批(2mg规格)-水介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2